

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20606094834

Nombre o Razón social : GAESA MEDIC E.I.R.L.

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 15:52:59

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

EL REQUERIMIENTO ES POR PAQUETE, ES CORRECTO?. Y SI LA MASCARILLA PARA CIRUJANO ES MASCARILLA 3PLIEGUES, TIPO 1 o TIPO2?  
PARA ESTE PRODUCTO, NO REQUIERE RESGISTRO SANITARIO.  
SIRVANCE ACLARAR Y/O INDICAR.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada se indica lo siguiente:

- Si la convocatoria es por paquete
- La mascarilla descartable para cirujano es la de tres pliegues tipo 2
- Si no requiere RS se deberá presentar el listado de productos que NO requieren RS emitido por DIGEMID.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Especificaciones técnicas: Ficha de homologación.

Normas: Listado de productos que NO requieren Registro Sanitario emitido por DIGEMID

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

---

Ruc/código :	20606094834	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GAESA MEDIC E.I.R.L.	Hora de envío :	15:52:59

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

EN LAS MASCARILLAS N95 CON PROTECCION P/TBC, Y MASCARILLA N95. CONSULTA. AMBAS SON MISMO APLICACION O USO. Y SI LAS CANTIDADES SON POR PRESENTACION CAJA O UNDS. ACLARAR Y/O INDICAR.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Con respecto a la consulta efectuada, ambas mascarillas son para el mismo uso La U.M. es Unidad, ya que en el nombre del ítem se determina que son paquetes o cajas x 20 mascarillas"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

---

Ruc/código :	20606094834	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GAESA MEDIC E.I.R.L.	Hora de envío :	15:52:59

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Normas, requieren Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario.

EL producto Mascarillas descartables No aplica RS.

Consulta. Se puede adjuntar declaracion y lista de productos que No requiere Reg. Sanitario Digemid

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 6 (a)      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Con respecto a la consulta efectuada, se procede a indicar:

Que se adjuntar la lista de productos que No requiere registro sanitario emitido por DIGEMID"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Normas: Listado de productos que NO requieren Registro Sanitario emitido por DIGEMID

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	23:55:10

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

PARA EL ITEM PAQUETE. Favor aclarar las unidades de medidas requeridas se refieren a unidades o cajas para los siguientes subitems:

Para el Subitem: Mascarilla Descartable Para Cirujano la unidad esta Requiriendo 100,000 unidades de mascarillas ?

Para el subitem Mascarilla Quirurgica C/ Proteccion P/tbc x 20 estan requiriendo: 6,150 cajas x 20 unid?

Para el subitem Mascarilla Descartable Tipo N-95 x 20 estan Solicitando 88 cajas x 20 unid?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** cap III      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Con respecto a la consulta efectuada, se indica En las mascarillas descartables con unidades En las mascarillas tipo N-95 y Quirurgica c/proteccion P/TBC, en ambas como nombre de item se considera 20 unidades como item, siendo la cantidad programada, empaques x 20 unidades"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

---

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	23:55:10

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Para el Sub Item Mascarilla Descartable Para Cirujano:

Mencionar que las Mascarillas Descartable Para cirujano es un material desechable considerado como Asepticas por ende no es un material estéril

Solicitamos al digno comite retirar la condicion Esteril y en su lugar se coloque que esta sea ASEPTICO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap III    **Literal:** 3.1    **Página:** 23  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observacion efectuada, se acepta y se cambiara la condicion de esteril por aseptico

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Características técnicas: Aseptico, Atoxico, Hipoalergenico

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	23:55:10

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

La finalidad de la mascarilla médica de 3 pliegues, por su diseño, es adecuada para evitar que quien la porta pueda contaminar a su entorno.

En el mercado existen varios tipos de mascarillas, lo importante es saber que no todas son iguales, aunque físicamente son aparentemente iguales, a continuación detallamos:

\* Hay mascarillas No Quirúrgica son las que NO están previstas para su utilización por profesionales sanitarios en un entorno de quirófano y entorno medico

\* Mascarillas Quirúrgicas que se usan por profesionales sanitarios en un entorno de quirófano

Solicitamos al digno comité nos aclare Si para el subitem las mascarillas descartables para cirujano se refieren a las Mascarillas Quirúrgicas?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: cap III      Literal: 3.1      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, se esta requiriendo mascarillas quirurgicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Características técnicas: Quirurgica

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	23:55:10

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En relación al subtem Mascarilla Descartable Quirúrgica c/ Protección P/TBC X 20,

SOLICITAMOS incluir Diseño Plegable o Antropométrico con Paneles que son adaptable todo tipo-tamaño de rostro, adicionalmente a la de diseño Copa, con la finalidad de mejorar las posibilidades de lograr un adecuado ajuste y sellado de la mascarilla

**SUSTENTO:**

En las Características del subtem Mascarilla Descartable Quirúrgica c/ Protección P/TBC X 20 se indica Diseño tipo Copa, pero en el mercado también existen Mascarillas de diseño Plegables o antropométricos con paneles, que tienen la ventaja que se adapta a todo tipo de tamaño de rostro, permite un adecuado ajuste y sellado al rostro y que evita lesiones en la altura de la nariz y de la mejilla

Hay Mascarillas Tipo Copa las cuales son de talla única (Estándar) que mencionan que pueden adaptarse a diversos rostros, sin embargo, se tiene mayor probabilidad de lograr sello facial cuando adicionalmente utilice aquella mascarilla con la que logra el mejor resultado en su Prueba de Ajuste.

De acuerdo a lo anterior, la Mayoría de las mascarillas diseño tipo CONO y considerando que la mayoría de los usuarios profesionales de salud son de rostros Pequeños y facciones más delgadas se podrá observar que muchas de ellos no se adaptarán al rostro o no harán el ajuste adecuado ya que se podrá observar entradas leves en la altura de la nariz, del mentón y de las mejillas.

Además, que con el diseño CONO, el profesional de la salud al usar durante un turno de 12 horas de trabajo, se notara marcas o lesiones a la altura de la nariz o mejillas

Por lo que también solicitamos permita la participación las de diseño plegables o antropométricas que cuenten con paneles plegables que se adapte a todo tipo de rostro, el correcto sellado y ajuste de la mascarilla al rostro y no dejen marcas o lesiones a la altura de la nariz o mejillas

**Acápites de las bases :** Sección: Anexos      Numeral: cap III      Literal: 3.1      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio Pluralidad de Postores y libre Competencia de la ley de contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observacion efectuada esta no se acepta, quedando con la especificacion tecnica solicitada por el area usuaria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	23:55:10

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En relación al subltm Mascarilla Descartable Tipo N95,

SOLICITAMOS incluir Diseño Plegable o Antropométrico con Paneles que son adaptable todo tipo-tamaño de rostro, adicionalmente a la de diseño Copa, con la finalidad de mejorar las posibilidades de lograr un adecuado ajuste y sellado de la mascarilla

**SUSTENTO:**

En las Características del subltm Mascarilla Descartable Tipo N95 se indica Diseño tipo Copa, pero en el mercado también existen Mascarillas de diseño Plegables o antropométricos con paneles, que tienen la ventaja que se adapta a todo tipo de tamaño de rostro, permite un adecuado ajuste y sellado al rostro y que evita lesiones en la altura de la nariz y de la mejilla

Hay Mascarillas Tipo Copa las cuales son de talla única (Estándar) que mencionan que pueden adaptarse a diversos rostros, sin embargo, se tiene mayor probabilidad de lograr sello facial cuando adicionalmente utilice aquella mascarilla con la que logra el mejor resultado en su Prueba de Ajuste.

De acuerdo a lo anterior, la Mayoría de las mascarillas diseño tipo CONO y considerando que la mayoría de los usuarios profesionales de salud son de rostros Pequeños y facciones más delgadas se podrá observar que muchas de ellos no se adaptarán al rostro o no harán el ajuste adecuado ya que se podrá observar entradas leves en la altura de la nariz, del mentón y de las mejillas.

Además, que con el diseño CONO, el profesional de la salud al usar durante un turno de 12 horas de trabajo, se notara marcas o lesiones a la altura de la nariz o mejillas

Por lo que solicitamos también permita la participación las de diseño plegables o antropométricas que cuenten con paneles plegables que se adapte a todo tipo de rostro, el correcto sellado y ajuste de la mascarilla al rostro y no dejen marcas o lesiones a la altura de la nariz o mejillas

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** cap III      **Literal:** 3.1      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Pluralidad de Postores y Libre Competencia de la ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observacion efectuada esta no se acepta, quedando con la especificacion tecnica solicitada por el area usuaria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

---

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	23:55:10

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Se observa que no indica el punto referente al Pago

solicitamos al digno comite indique los documentos que se necesitara, el procedimiento y que area de la entidad tramitara el pago

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** cap III                    **Literal:** 16                    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El pago se efectuara en PAGO UNICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en PAGO UNICO luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, según lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

---

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	23:55:10

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Observamos que no indican el momento en que notificaran la orden de compra, la cual es necesario para el momento del internamiento en su almacén

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** cap III      **Literal:** 16      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En el punto 7 del requerimiento indica que el plazo de entrega será contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por lo que el internamiento de la mercadería puede ser con el contrato

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

---

Ruc/código :	20606062860	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	10:06:04

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

En las Bases, dentro de los requerimientos no se encuentra anexa la ficha de homologación, por lo que solicitamos que esta sea agregada a las bases.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** a      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se anexara la ficha de homologacion de la mascarilla quirurgica descartable 3 pliegues

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Especificaciones Tecnicas: Ficha de Homologacion.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

---

Ruc/código :	20606062860	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	10:06:04

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos que, los requisitos mínimos se rijan de acuerdo a la ficha de Homologación de las mascarillas N-95.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** a    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se anexara la ficha de homologacion del respirador quirurgico tipo N95

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Especificaciones Tecnicas: Ficha de Homologacion.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

---

Ruc/código :	20606062860	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	10:06:04

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Mascarilla Descartable Tipo N-95x20. En la parte de Normas indica: ¿Constancia de Inscripción del Producto Ofertado en el Registro de Productos Industriales Nacionales (RPIN)¿. Solicitamos que se elimine este requisito, puesto que esta constancia se solicita para mascarillas INDUSTRIALES, mas no para mascarillas quirúrgicas.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: A      **Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observacion efectuada se retirara la constancia de inscripcion del RPIN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Normas: Se retirara la Constancia de inscripcion del RPIN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

---

Ruc/código :	20606062860	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	10:06:04

**Consulta: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

En cuanto a las mascarillas descartable para cirujano, se desea saber si son con amarras o ligas de sujeción a las orejas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** A    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, son con ligas de sujecion a las orejas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Especificaciones Tecnicas: Ligas de sujecion a las orejas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

---

Ruc/código :	20606062860	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	10:06:04

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

en las especificaciones de las mascarilla descartables para cirujano, le faltan especificaciones técnicas. Se solicita al comité adjuntar mayor información y de la misma manera indicar que deben ser asépticas no estériles.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: a      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se adjuntara la ficha de homologacion para complementar las especificaciones tecnicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Especificaciones Tecnicas: Ficha de Homologacion.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

---

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	16:51:08

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, solicitamos puede agregar imágenes referenciales para cada uno de los producto del ITEM PAQUETE solicitado, dado que nuestra empresa quiero visualizar una diferencia entre la MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA C/ PROTECCION P/TBC X 20 Y la MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N95.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 6      Literal: a.      **Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, ambas mascarillas son para el mismo uso, no existiendo diferencia entre ambas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Especificaciones Tecnicas: Ficha de Homologacion.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:27:25

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

ITEM N°3 .- MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20 Y MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA C/ PROTECCION P/TBC X 20: SOLICITAMOS AL AREA USUARIA ACLARAR SI LO REQUERIDO ES LO MISMO PUESTO QUE ADJUNTAN LAS MISMA CARACTERISTICAS TECNICAS EN AMBOS ITEMS A FIN DE NO INCURRIR EN ERRORES AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** -      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, ambas mascarillas son para el mismo uso, no existiendo diferencia entre ambas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Especificaciones Tecnicas: Ficha de Homologacion.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:27:25

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III REQUERIMIENTO observamos que la mascarilla descartable tipo N-95 X 20, debe tener CLIP NASAL AJUSTABLE; sin embargo en la Norma Técnica Peruana 309:201:2020, se aprecia las figuras con o sin clip nasal (forma anatomica nasal termoformada en la nariz). Lo que es equivalente al clip nasal dado que esta cuenta en la parte externa con la forma de la nariz para un amolde correcto y en la parte interior una esponja que sella y se amolda a la nariz. Asi mismos, en el mercado internacional existe respiradores N95 con FDA y NIOSH de uso medico que son TERMOFORMADAS en la nariz y que se comercializan a nivel mundial y que son reconocidas internacionalmente, consecuentemente solicitamos al Comité de Selección que se acepte con clip nasal o sin clip nasal (termoformada en la nariz), a fin de permitir una mayor pluralidad de postores

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** -      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se considerara la ficha de homologacion para las especificaciones tecnicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Especificaciones Tecnicas: Ficha de Homologacion.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA  
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-RPSA-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:27:25

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

ITEM N°1 .- MASCARILLA DESCARTABLE PARA CIRUJANO: SOLICITAMOS AL AREA USUARIA SI LO REQUERIDO SON MASCARILLAS DECARTABLE TRES PLIEGUES, PUES ESTOS POR NATURALEZA NO SON ESTERILES Y CUYA PRESENTACION ES CAJA POR 50 UNIDADES Y AL REQUERIR LA CONDICION ESTERIL ESTOS DEBERAN IR EMBOLSADOS INDIVIDUALMENTE POR LO QUE EL TRABAJO SERIA COMPLEJO, ANTE ELLO SOLICITAMOS SUPRIMIR LA CONDICION ESTERIL A FIN DE PERMITIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE MARCA Y POSTORES

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** -      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se considerara la ficha de homologacion para las especificaciones tecnicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Especificaciones Tecnicas: Ficha de Homologacion.