

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Si presentamos un analizador de seguridad eléctrica que no tiene certificado de calibración por Inacal, pero sí de otra empresa, será válido? o se descalificaría por no estar calibrado por Inacal. Inacal no brinda servicio de calibración de ese equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, respecto al laboratorio el certificado que emite este debe estar acreditado ante INACAL, el mismo que va a permitir garantizar la ejecución del servicio de mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En el ítem de "pinza multímetrica", me permitirán colocar una pinza amperimétrica que tiene la misma función?, o sería descalificada por no tener el nombre igual

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 21 Literal: B Página: B.1**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, respecto a la pinza multímetrica, tambien puede ser presentado con la denominacion pinza amperimétrica, siempre que este cumpla la misma funcion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integradas:

C) MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES:

- ¿ Termómetro infrarrojo (certificado y calibrado)
- ¿ Analizador de seguridad eléctrica (certificado y calibrado)
- ¿ Pinza multimetrica o pinza amperimétrica (certificado y calibrado)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**  
Descalificarán postores si es que no colocan la marca y modelo y número de serie de los equipos en su documento que sustenta posesión (que deben ser los mismos que digan los certif. de calibración)?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** B      **Literal:** B.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, respecto a la marca, modelo y numero de serie se debe señalar que todos los equipos o instrumentos de medicion tiene que tener marca modelo serie y su respectivo certificado de calibracion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Pag 8 del documento tdr. Piden una camioneta, solicito se agregue esto en las bases en B.1 del ítem 3.2 si es que será exigible

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: c Literal: . Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, respecto sobre el equipamiento estrategico de camioneta este no representa un equipo vinculante con la ejecucion del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La tarjeta de propiedad de la camioneta 4x4 debe indicar nombre de mi empresa o rep. legal? o puede ser a nombre de alguien más con un contrato de alquiler simple? asimismo, si el compromiso de contrato de alquiler debe ser por 1 año, o solo por los 15 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: c Literal: . Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, respecto sobre el equipamiento estrategico de camioneta este no representa una exigencia del requisito de calificacion que este en las bases administrativas, pero si sera exigible en la ejecucion del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**  
Se puede presentar un "compromiso de contrato de alquiler de equipos" para sustentar la posesión de los 3? tal como se aprobó en el mantenimiento del año pasado

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, los equipos solicitados en el requisito de calificación equipamiento estratégico, estos deben estar en posesión hasta la culminación del servicio de mantenimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**  
El doc. TDR indica "mecánico electricista", y las bases indican "mecánico eléctrico". Se puede presentar cualquiera de ellos?

**Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, respecto de la formación academica del personal clave se debe señalar que se hara la correccion a:  
¿ Ingeniero mecánico eléctrico o Ingeniero Mecanico Electricista.  
Y se modifica de los terminos de referencia el nombre de la formación academica a Ingeniero Mecanico Electrico o Ingeniero Mecanico Electricista.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
formacion academica a Ingeniero Mecanico Electrico o Ingeniero Mecanico Electricista

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicito agregar ingeniero mecánico y/o eléctrico y/o mecánico electricista y/o electrónico en el perfil del personal clave, para favorecer la pluralidad de postores, y considerando que la planta de oxígeno tiene parte electrónica y no solo eléctrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, sobre la formacion academica del Ingeniero Mecanico Electrico o Ingeniero Mecanico Electricista ambs tienen formacion academica y conocimientos en electronica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**  
La experiencia de 3 años del técnico en instrumentación industrial debe ser desde la emisión de su título o validarán experiencia anterior? tenemos un técnico egresado el 29 de nov del 2022

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** b.4      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, respecto a la experiencia del tecnico de instrumentacion industrial se contabilizara a partir de la emision del titulo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicito se agregue un técnico mecánico, ya que el tdr solicita labores mecánicas en compresores, que no pueden hacer los técnicos indicados. O, en todo caso reemplazar al instrumentación industrial porque el electricista puede hacer las mismas labores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, sobre la formacion academica se solicita se debe señalar que existen diversas universidades que brindan la carreras profesionales que se solicitan en los terminos de referencia, por consiguiente existe pluralidad de profesionales en el Peru.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**  
El título del doc. TDR indica que será menor a 8 uit, favor indicar el tipo d eproceso ya que hay contradicción con lo convocado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 1                    **Literal:** 1                    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, al respecto sobre el titulo al cual señala el participante, se debe señalar que esto no es determinante o ventaja para algun participante. Se indicar que la convocatoria es a traves del SEACE bajo la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y el procedimiento de seleccion es Adjudicacion Simplificada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

pag 2 del tdr. Indica en actividades "reparación del enfriador y secador de aire". Favor indicar si es un error, ya que en bases del mant. del año pasado se requirió lo mismo y se asume que se reparó y debe estar operativo esos items.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, al respecto el uso del mismo este se desgasta y a su vez su reparacion seria casi o igual al costo de uno nuevo, así mismo tambien se debe de cambiar semestralmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Pag 6 del tdr. Pide cambio de todas las llaves termomagneticas. Indicar si es un error ya que en bases del año pasado se pidió lo mismo y debió haber sido cambiado. En caso se deba cambiar, debe indicar capacidades ya que puede ser una llave de pocos A a100 soles o una de muchos A con diez veces el valor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 1 Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, al respecto el uso estos tienden a recalentarse y por ende generan falsos contactos, de preferencia se debe de cambiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Pag 7 del tdr. Piden "control de calidad de la pureza de oxígeno con instrumento certificado". Se debe acreditar la posesión del equipo? favor colocar en el item correspondiente de las bases

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, los equipos solicitados en el requisito de calificacion equipamiento estrategico, estos deben estar en posesion hasta la culminacion del servicio de mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**  
Solicito se aumente a 25 días calendario el servicio, ya que existen repuestos de importación.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, al respecto al plazo de ejecucion se debe señalar que el mantenimiento de planta de oxigeno representa una necesidad inmediata, motivo por el cual el plazo de ejecucion debe ser como maximo 15 dias calendarios contados al dia siguiente de notificado la orden de servicio

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicito se indique expresamente si será por precios unitarios o suma alzada, y retirar la hoja de precio de la oferta que no corresponda

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: 1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, al respecto que el sistema de contratacion es a SUMA ALZADA debido que se tiene con exactitud las dimensiones del mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Favor indicar el correo o link de su mesa de partes virtual para la presentación de documentos del perfeccionamiento del contrato. Asimismo, indicar si la rep.legal de la empresa debe estar en moquegua para firmar el contrato, o se permitirá enviar el doc. firmado o carta poder para firmar.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, al respecto para la suscripción de contrato debe ser con el representante legal o comun del ganador de la empresa, de manera presencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicito se detalle la marca y modelo del compresor de OXÍGENO que no se menciona en tdr

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, al respecto la marca y modelo del compresor de OXÍGENO es Marca OIL FREE RECIPROCATING COMPRESSORS. Modelo: GOW-20/4-150

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solciito se indique la marca y modelo del generador de oxígeno y de los filtros para cotizar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, al respecto marca y modelo del generador de oxígeno y de los filtros para cotizar Marca CAN GAS, Modelo: CAPO PLUS-20

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

El compromiso de contrato de alquiler debe ser notariado para sustentar posesion de equipos, o se permitirá uno simple como el que se aprobó en mant. del año pasado?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, al respecto la acreditacion del equipamiento estrategico debe acreditarse de la siguiente manera:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-OEC-DRSM-RSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO DE 01 PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DE 20m3/HR TIPO PSA DEL HOSPITAL DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA.

Ruc/código :	20612203602	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ONOVA INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	12:41:20

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**  
Se permitirá acreditar al personal clave solo presentando títulos y constancias, o debo presentar una dec. jurada firmada de c/u confirmando que participarán en el proceso

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 1    **Literal:** 1    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE, al respecto la acreditacion de la experiencia del personal clave debe acreditarse de la siguiente manera:  
Se acreditará con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null