

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-SEMAG/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL TALLER DE ARMAMENTO AEREO E INGENIERIA DEL SEMAG

Ruc/código :	20603279647	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	INSTITUTO PERUANO DE METROLOGIA E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	12:19:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE INDICA LO SIGUIENTE "LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN QUE ENTREGUE EL PROVEEDOR DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ISO/IEC 17025, Y SER ACREDITADOS CON LOGOTIPO DE ENTIDAD ACREDITADORA." SIN EMBARGO PARA LOS ITEM 19 Y 20 DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO QUÍMICO NO EXISTE NINGUN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL O CON ACREDITACION INTERNACIONAL QUE TENGA EN SU ALCANCE DICHOS INSTRUMENTOS, CABE RESALTAR QUE EL MISMO INACAL NO REALIZA CALIBRACION DE ESOS EQUIPOS. POR FAVOR PODRIAN CONFIRMAR SI ¿SE VA A CONSIDERAR LA EXCEPCION DE CERTIFICADO ACREDITADO CON EL LOGO DE ACREDITACION EN CADA PAGINA PARA LOS ITEMS 19 Y 20?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 TDR **Literal:** 17 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ EN CONCORDANCIA CON EL ÁREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA, Y SE FORMALIZARA A TRAVÉS DE LA CORRESPONDIENTE MODIFICACIÓN DE LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN QUE ENTREGUE EL PROVEEDOR DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ISO/IEC 17025, Y SER ACREDITADOS CON LOGOTIPO DE ENTIDAD ACREDITADORA, EXCEPTO PARA LOS ÍTEM 19 Y 20 EN DONDE SOLO ES NECESARIO REMITIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (VERIFICACIÓN OPERACIONAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE DE CADA EQUIPO) ASEGURANDO LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA