

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20524232104

Nombre o Razón social : OPEN MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 09/07/2024

Hora de envío : 15:28:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

"PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes, de la presente convocatoria será de TREINTA (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, dentro del cual se realizara la capacitación y/o entrenamiento.

Los postores que estarian participando en el presente proceso de seleccion cuentan con instrumental de procedencia extranjera, por lo que al solicitar un plazo de entrega tan corto (30 días calendarios) estaria limitando la participacion de aquellos que tendrian que realizar una importacion de dichos equipos.

Solicitamos tenga a bien considerar para este requisito un plazo de 60 días calendario, a fin de permitir la participación de potenciales postores."

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.8 **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El area usuaria en coordinacion con el personal tecnico decide ACOGER PARCIALMENTE la consulta del participante; que se requiere que los bienes sean internados en el plazo establecido; esto debido a la procura y necesidad de contar con estos set de instrumentales por la parte usuaria; El plazo de entrega de los bienes, de la presente convocatoria será de TREINTA (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, dentro del cual se realizará la capacitación y/o entrenamiento. ademas si existe pluralidad de postores en el mercado que pueden cumplir con el plazo establecido en las presente bases por lo cual nose realizara alguna modificacion en el plazo de entrega. el cual se uniformizara el plazo de entrega de las especificaciones técnicas y las bases para mayor claridad en el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.8 PLAZO DE ENTREGA Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo DE ENTREGA 30 DIAS CALENDARIOS CONTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, dentro del cual se realizará la capacitación y/o entrenamiento, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	14:30:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sobre este punto, es oportuno señalar que, en el mercado existen diferentes marcas de contenedores, lo cual no afecta el sistema de esterilización. Y al amparo de lo establecido en el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de trato, con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y evitar el direccionamiento a una marca en específico, solicitamos al Comité de Selección permita agregar:

Sistema de contenedores para esterilización de instrumentales 60 x 27.2 x 13.8cm que incluye:
Contenedor según medidas, cesta de acero inoxidable (rejilla),tapa hermética con filtros con durabilidad mínima de 5mil ciclos
Y Piso de silicona

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: C01 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, puesto que en el mercado existe diferentes marcas, las dimensiones propuesta por el postor: es lo suficientemente grande como para acomodar una cantidad significativa de instrumentos quirúrgicos necesarios para un procedimiento de cirugía mayor. por tanto es crucial garantizar la eficacia de la esterilización y la seguridad en los procedimientos quirúrgicos por lo cual se procederá a modificar para mayor pluralidad de los postores y se considerará una TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR:

C01: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO. DE 587x279x146 mm, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE Y/O ACERO INOXIDABLE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL DE 540x255x100 mm. Y PISO DE SILICONA.

NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS:

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	14:30:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sobre este punto, es oportuno señalar que, en el mercado existen diferentes marcas de contenedores, lo cual no afecta el sistema de esterilización. Y al amparo de lo establecido en el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de trato, con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y evitar el direccionamiento a una marca en específico, solicitamos al Comité de Selección permita agregar:

Sistema de contenedores para esterilización de instrumentales 60 x 27.2 x 13.8cm que incluye:
Contenedor según medidas, cesta de acero inoxidable (rejilla),tapa hermética con filtros con durabilidad mínima de 5mil ciclos
Y Piso de silicona

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: C01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, puesto que en el mercado existe diferentes marcas, las dimensiones propuesta por el postor: es lo suficientemente grande como para acomodar una cantidad significativa de instrumentos quirúrgicos necesarios para un procedimiento de cirugía menor. por tanto es crucial garantizar la eficacia de la esterilización y la seguridad en los procedimientos quirúrgicos por lo cual se procedera a modificar para mayor pluralidad de postores:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR:

C01: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ADICIONAL: CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	14:30:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Sobre este punto, es oportuno señalar que, en el mercado existen diferentes marcas de contenedores, lo cual no afecta el sistema de esterilización. Y al amparo de lo establecido en el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de trato, con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y evitar el direccionamiento a una marca en específico, solicitamos al Comité de Selección permita agregar:

Sistema de contenedores para esterilización de instrumentales 31 x 27.2 x 11.6cm que incluye:
Contenedor según medidas, cesta de acero inoxidable (rejilla),tapa hermética con filtros con durabilidad mínima de 5mil ciclos
Y Piso de silicona

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: C01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, puesto que en el mercado existe diferentes marcas, las dimensiones propuesta por el postor: es compacto y manejable; fácil de manipular y almacenar, especialmente para procedimientos con menos instrumentación para este caso de curación. por tanto es crucial garantizar la eficacia de la esterilización y la seguridad en los procedimientos quirúrgicos por lo cual se procederá a modificar para mayor pluralidad de postores:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES:

C01: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ADICIONAL: CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	14:32:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Segun el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de trato, con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y evitar el direccionamiento a una marca en específico, solicitamos al Comité de Selección permita agregar:

Sistema de contenedores para esterilización de instrumentales 31 x 27.2 x 11.6cm que incluye:
Contenedor según medidas, cesta de acero inoxidable (rejilla),tapa hermética con filtros con durabilidad mínima de 5mil ciclos
Y Piso de silicona

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: C01 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, puesto que en el mercado existe diferentes marcas, el tipo de contenedor propuesto por el postor es ideal para un set instrumental especializado y crucial para procedimientos quirúrgicos precisos y de rápida intervención en este caso para procedimientos de extracción de cuerpos extraños. por tanto es crucial garantizar la eficacia de la esterilización y la seguridad en los procedimientos quirúrgicos por lo cual se proceda a modificar para mayor pluralidad de postores:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO:

C01: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ADICIONAL: CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	14:32:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Según el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de trato, con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y evitar el direccionamiento a una marca en específico, solicitamos al Comité de Selección permita agregar:

Sistema de contenedores para esterilización de instrumentales 47.5 x 27.2 x 11.6cm que incluye:
Contenedor según medidas, cesta de acero inoxidable (rejilla),tapa hermética con filtros con durabilidad mínima de 5mil ciclos
Y Piso de silicona

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1 Literal: C01 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, puesto que el tamaño propuesto por el postor es adecuado para contener un conjunto completo de instrumentos ginecológicos que se necesitan durante un legrado. Es suficientemente amplio para incluir varios instrumentos, por tanto el sistema de contenedores para legrado uterino con dimensiones específicas es fundamental para asegurar la esterilización adecuada de los instrumentos. Por lo cual para mayor claridad y pluralidad de postores se modificara.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO:

C01: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO. DE 465x280x100 mm, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE Y/O ACERO INOXIDABLE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA.

NOTA: TOLERANCIA DE +/- 16% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS:

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	14:32:42

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Según el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de trato, con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y evitar el direccionamiento a una marca en específico, solicitamos al Comité de Selección permita agregar:

Sistema de contenedores para esterilización de instrumentales 47.5 x 27.2 x 11.6cm que incluye:
Contenedor según medidas, cesta de acero inoxidable (rejilla),tapa hermética con filtros con durabilidad mínima de 5mil ciclos
Y Piso de silicona

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1 Literal: C01 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, puesto que el tamaño de este contenedor es ideal para albergar el instrumental básico que se utiliza durante un examen ginecológico, como espéculos y pinzas, y contener los instrumentos necesarios para realizar un examen ginecológico rutinario. Por lo cual para mayor claridad y pluralidad de postores se modificara.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLOGICO II:

C01: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ADICIONAL: CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20606300477	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES INNOVADORES CON CONCIENCIA SOCIAL E.I.R.L.	Hora de envío :	14:36:23

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y evitar el direccionamiento a una marca en específico, solicitamos al Comité de Selección permita agregar:

Sistema de contenedores para esterilización de instrumentalesMINI 31.5 x 13.2 x 6.3cm que incluye:
Contenedor según medidas, cesta de acero inoxidable (rejilla),tapa hermética con filtros con durabilidad mínima de 5mil ciclos
Y Piso de silicona

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1 Literal: C01 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, el contenedor propuesto por el postor está diseñado específicamente para procedimientos relacionados con el cuello uterino; compacto e ideal para contener un número reducido de instrumentos que se requieren en intervenciones específicas del cuello uterino. No es tan voluminoso como otros sets, lo que lo hace más manejable y fácil de almacenar o transportar; en virtud de tener claro la especificación técnica requerida se procederá a modificar:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO:

C01: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ADICIONAL: CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20606300477	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES INNOVADORES CON CONCIENCIA SOCIAL E.I.R.L.	Hora de envío :	14:36:23

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y evitar el direccionamiento a una marca en específico, solicitamos al Comité de Selección permita agregar:

Sistema de contenedores para esterilización de instrumentales 47.5 x 27.2 x 11.6cm que incluye:
Contenedor según medidas, cesta de acero inoxidable (rejilla),tapa hermética con filtros con durabilidad mínima de 5mil ciclos
Y Piso de silicona

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: C01 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, el contenedor propuesto por el postor (medidas) suelen ser compactas, pero lo suficientemente amplias para incluir herramientas básicas como pinzas, tijeras, retractores y suturas. según la necesidad específica del procedimiento, pero en general, el contenedor compacto facilita la movilidad en procedimientos ambulatorios o cirugías de urgencia, en especial en traumatología, donde la rapidez y precisión son puntos claves. por el cual se procederá a modificar, la consulta se considerará al set instrumental de cirugía menor de traumatología, donde el C01 se encuentra en la página 38

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR DE TRAUMATOLOGIA:

C01: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ADICIONAL: CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20606300477	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES INNOVADORES CON CONCIENCIA SOCIAL E.I.R.L.	Hora de envío :	14:36:23

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y evitar el direccionamiento a una marca en específico, solicitamos al Comité de Selección permita agregar:

Sistema de contenedores para esterilización de instrumentales 47.5 x 27.2 x 11.6cm que incluye:
Contenedor según medidas, cesta de acero inoxidable (rejilla),tapa hermética con filtros con durabilidad mínima de 5mil ciclos
Y Piso de silicona

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: C01 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, el contenedor propuesto por el postor (medidas) suelen ser compactas, pero lo suficientemente amplias para incluir herramientas básicas como pinzas, tijeras, retractores y suturas. según la necesidad específica del procedimiento, pero en general, el contenedor compacto facilita la movilidad en procedimientos ambulatorios o cirugías de urgencia, en especial en traumatología, donde la rapidez y precisión son puntos claves. por el cual se procederá a modificar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR DE TRAUMATOLOGIA:

C01: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ADICIONAL: CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	14:38:20

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

EN LA ESPECIFICACIÓN B05 SE REPITE EL MISMO INSTRUMENTAL EL LA ESPECIFICACIÓN B13 SOLICITAMOS, CONFIRMAR SI SE TOMA EN CUENTA LAS DOS ESPECIFICACIONES O SOLO UNA ESPECIFICACIÓN Y CUAL SERIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** B05 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El comité de selección ACOGE la observación del participante; para una mayor uniformidad y claridad de la especificación técnica en lo solicitado se juntará en un solo punto por lo que se va a considerar solo el punto B05 quedando de la siguiente manera:

set instrumental de Cirugía Menor - B05. DOS (02) PINZA HEMOSTATICA HALSTEAD ¿ MOSQUITO RECTA (125 mm APROX.) y se suprime el punto (B13) set de instrumental de cirugía menor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR:

B05: DOS (02) PINZAS HEMOSTATICA HALSTEAD ¿ MOSQUITO RECTA (125 mm APROX.)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	14:38:20

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

EN LA ESPECIFICACIÓN B06 SE REPITE EL MISMO INSTRUMENTAL EL LA ESPECIFICACIÓN B14 CONSIDERANDO QUE EN B06 INDICAN 2 UND Y EN B14 1 UND SOLICITAMOS, CONFIRMAR SI SE TOMA EN CUENTA LAS DOS ESPECIFICACIONES O SOLO UNA ESPECIFICACIÓN Y CUAL SERIA (QUE CANTIDAD).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: B06 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El comité de selección ACOGE PARCIALMENTE la observación del participante y para una mayor uniformidad y claridad en lo solicitado se juntara en un solo punto por lo que se va a considerar solo el punto B06 quedando de la siguiente manera:

set instrumental de Cirugía Menor - B06. TRES (03) PINZA HEMOSTATICA HALSTEAD ¿ MOSQUITO CURVA (125 mm APROX.) y se suprimira el punto B14 set de instrumental de cirugía menor..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR:

B06: TRES (03) PINZAS HEMOSTATICA HALSTEAD ¿ MOSQUITO CURVA (125 mm APROX.)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:43:04

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR DE TRAUMATOLOGIA
UNA (01) PINZA ARTICULADA 23 cm, ANGULADA 45° PARA CORTAR ALAMBRES,2.2 mm DURO HASTA 3.0 mm SUAVE
La medida de la PINZA ARTICULADA 23 cm, ANGULADA 45° PARA CORTAR ALAMBRES,2.2 mm DURO HASTA 3.0 mm SUAVE, solicitada difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico
UNA (01) PINZA ARTICULADA 27 cm, ANGULADA 45° PARA CORTAR ALAMBRES,2.2 mm DURO HASTA 3.0 mm SUAVE

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico tomara su consulta como una observación por lo cual ACOGE la solicitud del participante, puesto que una pinza de 23 cm puede ofrecer más control en procedimientos de precisión extrema en áreas pequeñas o en casos donde se requiere maniobrar en espacios reducidos, la de 27 cm también proporciona un buen control gracias a su diseño angulado de 45°, que facilita el acceso y maniobra en cortes difíciles de alcanzar. Para garantizar la operatividad de la pinza se procederá a modificar dicha especificación técnica:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR DE TRAUMATOLOGIA:

B27: UNA (01) PINZA ARTICULADA 23 cm Y/O 27 cm, ANGULADA 45° PARA CORTAR ALAMBRES,2.2 mm DURO HASTA 3.0 mm SUAVE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:43:04

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR
PINZA CRAFOORD CURVA 18 cm
La medida de la PINZA CRAFOORD CURVA 18 cm, solicitada difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.
Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico
PINZA CRAFOORD CURVA 24 cm

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaria mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atencion a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El area usuaria en coordinacion con el personal tecnico tomara su consulta como una observacion por lo cual ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, La pinza Crafoord curva, se encuentra comúnmente en tamaños entre 18 cm y 24 cm, una pinza quirúrgica diseñada para trabajos de precisión en tejidos delicados. Su diseño curvado y alargado la convierte en una herramienta versátil en procedimientos quirúrgicos. Por tanto una pinza más corta (18 cm) ofrece mayor control en áreas más cercanas, mientras que una más larga (24 cm) permite trabajar en espacios más profundos o alejados del punto de entrada quirúrgico. por lo antes expuesto se procedera modificar para una mayor pluralidad de postores. la consulta se considerara a la pagina 39.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR:

B10: DOS (02) PINZA CRAFOORD CURVA ENTRE 18 CM A 24 CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:43:04

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR
PINZA CRAFOORD CURVA 18 cm

La medida de la PINZA CRAFOORD CURVA 18 cm, solicitada difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

PINZA CRAFOORD CURVA 24 cm

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaria mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atencion a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El area usuaria en coordinacion con el personal tecnico tomara su consulta como una observacion por lo cual ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, La pinza Crafoord curva, se encuentra comúnmente en tamaños entre 18 cm hasta 24 cm, una pinza quirúrgica diseñada para trabajos de precisión en tejidos delicados. Su diseño curvado y alargado la convierte en una herramienta versátil en procedimientos quirúrgicos. Por tanto una pinza más corta (18 cm) ofrece mayor control en áreas más cercanas, mientras que una más larga (24 cm) permite trabajar en espacios más profundos o alejados del punto de entrada quirúrgico. por lo antes expuesto se procedera modificar para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR:

B10: DOS (02) PINZA CRAFOORD CURVA ENTRE 18 CM A 24 CM

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:43:04

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR
PORTA AGUJA MAYO-HEGAR CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 18 cm
En la actualidad existen fabricantes de instrumental quirúrgico de última tecnología, con diversas funciones siendo la más importante tanto para la porta agujas, Contar con una porta aguja Mayo Hegar Curva ayudaría para una mejor ergonomía facilitando con eso el trabajo de los especialistas en emergencia, sala de partos y sala de operaciones, Por tanto, a fin de dar una mayor prestación de los instrumentos y en aras de la vigencia tecnológicas que rigen la ley de las contrataciones del estado y contribuir con tecnologías y métodos médicos de actualidad ¿aceptara el comité especial en coordinación con la parte usuaria como requerimiento técnico mínimo lo siguiente
UNA (01) PORTA AGUJA MAYO-HEGAR CURVA CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 18 cm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, El porta agujas Mayo-Hegar curvo es un instrumento quirúrgico clave utilizado para sostener y guiar las agujas durante las suturas, especialmente en procedimientos que requieren una alta precisión y manejo de tejidos más resistentes. el diseño curvo mejora la maniobrabilidad en procedimientos donde un porta agujas recto podría no proporcionar el ángulo adecuado, por lo que para garantizar el bien instrumental se procedera a modificar:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR:

B27: UNA (01) PORTA AGUJA MAYO-HEGAR CURVA CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 18 cm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:43:04

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR
PINZA PEAN CURVA 16 cm

El nombre de la PINZA PEAN CURVA 16 cm, solicitada difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

PINZA PEAN CURVA 16 cm y/o PINZA ROCHESTER-PEAN CURVA DE 16CM

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaria mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atencion a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El area usuaria en coordinacion con el personal tecnico indica que se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, en virtud de que la pinza Pean curva y la pinza Rochester-Pean curva son similares, pero tienen algunas diferencias clave en su diseño y uso específico. Ambas son instrumentos quirúrgicos de hemostasia utilizados principalmente para sujetar o comprimir vasos sanguíneos y tejidos durante procedimientos quirúrgicos; por ende para una mayor pluralidad de posotres se procedera a modificar:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR:

B26: DOS (02) PINZA PEAN CURVA 16 cm y/o PINZA ROCHESTER-PEAN CURVA DE 16CM

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:43:04

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA

SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA

PINZAS PARA HISTRECTOMIA HEANEY DE 23 CM, DOS DIENTES

La medida de la PINZAS PARA HISTRECTOMIA HEANEY DE 23 CM, DOS DIENTES, solicitada difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

PINZAS PARA HISTRECTOMIA HEANEY DE 23 CM, DOS DIENTES y/o PINZAS PARA HISTRECTOMIA HEANEY DE 20 CM, DOS DIENTES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, Las pinzas Heaney para histerectomía, ya sea de 23 cm o 20 cm con dos dientes, son instrumentos quirúrgicos utilizados comúnmente en procedimientos ginecológicos, especialmente en histerectomías. Estas pinzas están diseñadas para sujetar y controlar los vasos sanguíneos y tejidos durante la extracción del útero, por tanto ambas pinzas Heaney son similares en función y diseño, pero la elección entre una de 20 cm y una de 23 cm depende principalmente de la preferencia del cirujano, la profundidad del campo quirúrgico y la complejidad del procedimiento.por lo cual se determina modificar la especificación técnica para dar mayor pluralidad de posotores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA:

B03: CUATRO (04) PINZAS PARA HISTRECTOMIA HEANEY DE 23 CM, DOS DIENTES y/o PINZAS PARA HISTRECTOMIA HEANEY DE 20 CM, DOS DIENTES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:43:04

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
SET INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES
UNA (01) ELEVADOR OBWEGESER 7MM X 17.5CM, CURVO
El nombre del ELEVADOR OBWEGESER 7MM X 17.5CM, CURVO, solicitada difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.
Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico
ELEVADOR OBWEGESER 7MM X 17.5CM, CURVO y/o ELEVADOR COTTLE 8MM X 18.5CM, CURVO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, puesto que el elevador Obwegeser es más adecuado para procedimientos que requieren precisión en áreas maxilofaciales, mientras que el elevador Cottle, es ideal para procedimientos nasales y otorrinolaringológicos, por lo tanto ambos instrumentos son esenciales para el mismo campo del ámbito quirúrgico; por lo tanto para dar mayor pluralidad de postores se proceda a modificar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES:

B02: UNO (01) ELEVADOR OBWEGESER 7MM X 17.5CM, CURVO y/o ELEVADOR COTTLE 8MM X 18.5CM, CURVO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:43:04

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA
SET INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES
ELEVADOR DOBLE COTTLE GRADUADO, AGUDO-ROMO 21CM.
El nombre del ELEVADOR DOBLE COTTLE GRADUADO, AGUDO-ROMO 21CM, solicitada difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.
Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico
ELEVADOR DOBLE COTTLE GRADUADO, AGUDO-ROMO 21CM Y/O ELEVADOR DOBLE MASING GRADUADO, AGUDO-ROMO 21.5CM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el personal técnico decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, elevador doble Cottle graduado, agudo-romo y el elevador doble Masing graduado, agudo-romo son instrumentos quirúrgicos utilizados en procedimientos donde es necesario separar y manipular tejidos de forma delicada y precisa. Ambos tienen una doble punta, una aguda y otra roma, lo que les confiere versatilidad en diferentes etapas de la cirugía, por lo que ambos instrumentos son versátiles y efectivos para separar tejidos en cirugía; por lo que para mayor pluralidad de postores se proceda a modificar la especificación técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SET INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES:

B03: UNO (01) ELEVADOR DOBLE COTTLE GRADUADO, AGUDO-ROMO 21CM Y/O ELEVADOR DOBLE MASING GRADUADO, AGUDO-ROMO 21.5CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:43:04

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA

Especificación Técnica Mínima

Se puede visualizar que para el paquete dos, dentro de los requerimientos técnicos mínimos no se está solicitando algunos requerimientos que son muy necesarios para la adquisición de instrumental quirúrgico como, por ejemplo, el grabado a laser en alto relieve en la superficie del instrumental indicando la Procedencia, marca, código del instrumental, símbolo de la comunidad europea y el Material Stanless, garantizando así el cumplimiento con las normas de calidad y la confiabilidad de procedencia de los instrumentales, cabe indicar que al saber la procedencia de los instrumentos se puede determinar el cuidado y tipo de esterilización a realizarse.

Por lo expuesto líneas arriba, aceptará el comité de selección como cumplimiento obligatorio dentro de las especificaciones técnicas lo siguiente:

Cada instrumental debe traer grabado a laser en alto relieve en su superficie la Procedencia, marca, código del instrumental, símbolo de la comunidad europea y el Material Stanless, como mínimo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el comité de selección decide tomar su consulta como observación en tal sentido se ACOGE PARCIALMENTE a la solicitud del participante, se modificara para cada uno de los set del ítem 02 en el numeral A04. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA INSTRUMENTAL DEBE TRAER GRABADO A LASER EN ALTO RELIEVE, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA ¿MADE IN¿ O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 02

A04: IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA INSTRUMENTAL DEBE TRAER GRABADO A LASER EN ALTO RELIEVE, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA ¿MADE IN¿ O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:43:04

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ABIERTA

Se puede visualizar que para el segundo paquete, dentro de los requerimientos técnicos mínimos no se está solicitando muestras del instrumental quirúrgico, siendo estas muy importantes ya que la visualización de estas, garantiza el total cumplimiento de las especificaciones técnicas, puesto que podrían ser analizadas de manera organoléptica lo solicitado en el requerimiento (calidad del acero, acabados, procedencia, medidas, códigos, etc). Cabe señalar, que la finalidad de las muestras, es también para que estas puedan pasar por un proceso de esterilización, lavado con detergentes enzimáticos, comprobando con esto la calidad y resistencia del acero ante estos procesos. Por tal motivo solicitamos al comité de selección en coordinación con la parte usuaria incluir como presentación obligatoria muestras, para una mejor verificación del cumplimiento de las especificaciones Técnicas del Instrumental.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el comité de selección decide ACLARA SU CONSULTA DEL PARTICIPANTE, se realizará el procedimiento riguroso de verificación al momento de la entrega del instrumental médico: Procedimiento de Inspección a la Recepción, Certificación (Registro Sanitario) y el cumplimiento estricto de especificaciones técnicas requeridas. por lo cual no será necesario la presentación de muestras anticipadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	19:15:18

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

ITEM N° 1

SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLOGICO II

Podemos visualizar que en la mayoría de los Sets Instrumentales del ITEM N° 1, dan 2 opciones de contenedores, sin embargo en este set se limita la participacion de postores, dirigiendo a un solo tipo de contenedor con caracateristicas especificas.

En ese sentido, se solicita al comité de selección se acepte tambien la presentacion de:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ADICIONAL: CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C01 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2, literales a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atencion a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El area usuaria en coordinacion con el area tecnica indica que se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, puesto que el tamaño del contenedor de dimensiones especificas es ideal para albergar el instrumental básico que se utiliza durante un examen ginecológico, como espéculos y pinzas, y contener los instrumentos necesarios para realizar un examen ginecológico rutinario. Por lo cual para mayor claridad y pluralidad de postores se modificara.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLOGICO II:

C01: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ADICIONAL: CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	19:15:18

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

ITEM N° 1

SET INSTRUMENTAL PARA REVISION DE CUELLO UTERINO

Podemos visualizar que en la mayoría de los Sets Instrumentales del ITEM N° 1, dan 2 opciones de contenedores, sin embargo en este set se limita la participacion de postores, dirigiendo a un solo tipo de contenedor con caracateristicas especificas.

En ese sentido, se solicita al comité de selección se acepte tambien la presentacion de:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ADICIONAL: CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C01 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 , literales a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atencion a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El area usuaria en coordinacion con el area tecnica indica que se ACOGE PARCIALMENTE la solicitud del participante, puesto que un contenedor de dimensiones especificas y compacto es ideal para contener un número reducido de instrumentos que se requieren en intervenciones especificas del cuello uterino. No es tan voluminoso como otros sets, lo que lo hace más manejable y fácil de almacenar o transportar; en virtud de tener claro la especificacion tecnica requerida se procedera a modificar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL PARA REVISION DE CUELLO UTERINO:

C01: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ADICIONAL: CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	19:15:18

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

ITEM 1

IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRURGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE LASER, LA SIGUIENTE DENOMINACION: MARCA, CODFICACION DEL MODELO, SIMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA "MADE IN" O "HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC.) SEGUN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO. (Paginas del 21 al 36)

Los instrumentales quirurgicos de las principales marcas que se comercializan actualmente identifican su procedencia colocando directamente el lugar de fabricación, por ejemplo: Germany. Al solicitar que el instrumental lleve grabado la procedencia, se sobre entiende que es el lugar de fabricación, lo mismo que se indica en cada Resolucion de Registro Sanitario de los instrumentales, entre otros datos, el nombre del Fabricante y Pais. Además, al solicitar el grabado de la frase "Hecho en..." o "Made in...", estarían direccionando hacia una determinada marca; Ademas que el grabado solicitado no garantiza la procedencia ni calidad del instrumental.

En ese sentido y con el fin de no limitar la participacion de postores y evitar el direccionamiento, se solicita al comité de seleccion aceptar:

IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO: Cada instrumental debe tener grabado a laser en su superficie desde fabrica: Símbolo de la comunidad europea o similar, Marca, Codificacion del modelo, Material con el que esta fabricado, Procedencia, según corresponde en su Registro Sanitario

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A04 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 literales a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El area usuaria en coordinacion con el area tecnica indica que ACOGE PARCIALMENTE la observacion del participante,se modificara para cada uno de los set del Item 02 en el numeral A04. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA INSTRUMENTAL DEBE TRAER GRABADO A LASER EN ALTO RELIEVE, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA ¿MADE IN¿ O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 01

A04: IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: CADA INSTRUMENTAL DEBE TRAER GRABADO A LASER EN ALTO RELIEVE, LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: MARCA, CODIFICACIÓN DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA ¿MADE IN¿ O HECHO EN" EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC) SEGÚN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	19:15:18

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL PROVEEDOR

"El postor deberá contar con personal técnico capacitado en manejo y usos de los EQUIPOS MEDICOS descritos en las presentes especificaciones técnicas"

Podemos visualizar que se pudo tratar de un error de tipeo involuntario, debido a que el OBJETO del presente proceso de seleccion es la adquisicion de SETS INSTRUMENTALES, por lo que no correspondería este punto.

En ese sentido, se solicita al comité de selección retirar lo descrito en el 2do parrafo de los RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL PROVEEDOR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 10 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 literales a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que el Area Usuaría mediante informe N° 000275-2024-GRP/GRDS-ACHT, en atención a lo solicitado mediante CARTA N° 149-2024-OEC/LP-SM-37-2024-CS/GR PUNO-1 indica El área usuaria en coordinación con el área técnica indica que se NO SE ACOGE a la observación del participante, El postor deberá contar con personal técnico en general que brinde la capacitación con respecto al manejo y uso de los SETS INSTRUMENTALES descritos en las presentes especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null