

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-DIRIS LS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE KIT DE RESINA FOTOCURADO DE 4G X 4 JERINGAS

Ruc/código :	20487346692	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA - DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL DISODENT SAC	Hora de envío :	13:13:34

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

Observamos que, en el presente procedimiento de selección correspondiente a KIT RESINA FOTOCURABLE DE 4 g X 4 JERINGAS características generales II.I , indican como tamaño promedio de partícula de 0.01 a 3.5 micras, en el mercado peruano existen resinas que se combina fuerza y estética como mejora tecnológica ( NANOHIBRIDA) con un rango de tamaño de partícula primaria de 40 nm a 0,7 micras . Por el motivo antes expuesto pedimos al comité de selección y al área usuaria pueda AMPLIAR dichas características para una mayor pluralidad de marcas y postores. Quedando de la siguiente manera:

KIT RESINA FOTOCURABLE DE 4 g X 4 JERINGAS.

¿ Tamaño promedio de partícula de 40 nm a 0,7 micras.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 6

Literal: II.1

Página: 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Consulta. Se considerara el rango de tamaño de partículas sugerido.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara en la ficha tecnica. En las Características Técnicas del Bien: Características: Tamaño promedio de partícula de 0.01 a 3.5 micras y/o 40 nm a 0.7 micras. Y en la Composición: ampliar Matriz organica BISGMA y/o UDMA y/o TEGDMAD y/o derivados del dimetacrilato. Relleno de sílice y/o vidrio y/o partículas de carga.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-DIRIS LS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE KIT DE RESINA FOTOCURADO DE 4G X 4 JERINGAS

Ruc/código :	20487346692	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA - DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL DISODENT SAC	Hora de envío :	13:13:34

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Observamos que, en el presente procedimiento de selección correspondiente a KIT RESINA FOTOCURABLE DE 4 g X 4 JERINGAS características generales II.2, solicitan Adhesivo: polímero de baja viscosidad de nano relleno, dado que estas especificaciones técnicas se direccionan a una sola marca. Por el motivo antes expuesto pedimos al comité de selección y al área usuaria pueda AMPLIAR dichas características para una mayor pluralidad de marcas y postores. Quedando de la siguiente manera:

Adhesivo: monómero (GPDM), sistema de nano y/o micro(5 a 10 micras) relleno ; con solvente etanol

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** 6

**Literal:** II.2

**Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Consulta. Se amplía la composición del adhesivo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorporara en la ficha técnica En la Composición: Adhesivo: Polímero de baja viscosidad de nano relleno y/o monómero (GPDM), sistema de nano y/o micro(5 a 10 micras) relleno, con solvente etanol.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-DIRIS LS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE KIT DE RESINA FOTOCURADO DE 4G X 4 JERINGAS

Ruc/código :	20487346692	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA - DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL DISODENT SAC	Hora de envío :	13:13:34

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Observamos que, en el presente procedimiento de selección correspondiente a KIT RESINA FOTOCURABLE DE 4 g X 4 JERINGAS características generalesII.2, solicitan Acido grabador: ácido orto fosfórico al 35 a 37% en gel de baja viscosidad, pedimos al comité de selección y al área usuaria pueda AMPLIAR dichas características para una mayor pluralidad de marcas y postores. Quedando de la siguiente manera:  
Acido grabador: ácido orto fosfórico al 35 a 37.5% en gel de baja viscosidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                      **Numeral:** 6                      **Literal:** II.2                      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Consulta. Se ampliará la composición del acido grabador

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorporara en la ficha técnica En la Composición: Acido grabador: ácido fosfórico /orto fosfórico al 35% a 37.5% en gel de baja viscosidad

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-DIRIS LS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE KIT DE RESINA FOTOCURADO DE 4G X 4 JERINGAS

Ruc/código :	20100579228	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	E. B. PAREJA LECAROS S.A.	Hora de envío :	18:06:10

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Las bases del presente proceso indican lo siguiente:

Denominación técnica: KIT RESINA FOTOCURADO DE 4 GR X 4 JERINGAS

UNIDAD DE MEDIDA: Kit /4 jeringas de resina de 4 gr., adhesivo dental, acido grabador, accesorios de mezcla)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

**1. CARACTERISTICAS**

- ¿ Resinas de alta dureza
- ¿ Colores (2) A2, (1) A3, (1) A3.5
- ¿ Resistente al desgaste para restauraciones de larga duración.
- ¿ Tamaño promedio de partícula de 0.01 a 3.5 micras.

**PRESENTACION**

Caja conteniendo kit

- ¿ (04) Jeringas de 4 gr cada una. Colores (2) A2, (1) A3, (1) A3.5
- ¿ (01) acido grabador de 9 ml en frasco o jeringa
- ¿ (01) adhesivo de 6 g en frasco
- ¿ Accesorios de mezcla

**SUSTENTO:**

Ponemos en conocimiento al comité especial que en los últimos años todos los fabricantes a nivel mundial han variado tanto en su composición como en sus formas de presentación sus productos o material odontológico, a razón de un mejor uso y aplicación o ampliación de la indicación de los mismos.

Por esta razón es casi imposible que exista un kit standart para las resinas de fotocurado, todas varían en contenido, cantidad, forma, colores accesorios, pero cumplen con la indicación de realizar restauraciones adhesivas duraderas.

En procesos de otras entidades ya se han estado considerando ampliar las formas de presentación de las resinas con la finalidad de acceder a una mayor participación de postores con marcas de buena experiencia clínica, calidad y procedencia.

**CONSULTA:**

¿El comité especial permitirá la participación de postores que oferten RESINAS FOTOCURABLES en jeringas a partir de 3.5 gramos a más, por los argumentos antes expuestos?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 1 Página: 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOJE A LA CONSULTA, las EE.TT, Se elaboraron de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria teniendo en cuenta la pluralidad de marcas y posibles postores de manera que se garantice los principios indicados en el art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-DIRIS LS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE KIT DE RESINA FOTOCURADO DE 4G X 4 JERINGAS

Ruc/código :	20100579228	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	E. B. PAREJA LECAROS S.A.	Hora de envío :	18:06:10

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Las bases del presente proceso indican lo siguiente:

Denominación técnica: KIT RESINA FOTOCURADO DE 4 GR X 4 JERINGAS

UNIDAD DE MEDIDA: Kit /4 jeringas de resina de 4 gr., adhesivo dental, acido grabador, accesorios de mezcla)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

**2. CARACTERISTICAS**

¿ Resinas de alta dureza

¿ Colores (2) A2, (1) A3, (1) A3.5

¿ Resistente al desgaste para restauraciones de larga duración.

¿ Tamaño promedio de partícula de 0.01 a 3.5 micras.

**PRESENTACION**

Caja conteniendo kit

¿ (04) Jeringas de 4 gr cada una. Colores (2) A2, (1) A3, (1) A3.5

¿ (01) acido grabador de 9 ml en frasco o jeringa

¿ (01) adhesivo de 6 g en frasco

¿ Accesorios de mezcla

**EMBALAJE**

Caja de cartón corrugado o de materiales distintos, nuevos y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto

**SUSTENTO:**

Ponemos en conocimiento al comité especial que en los últimos años todos los fabricantes a nivel mundial han variado tanto en su composición como en sus formas de presentación y embalaje de sus productos o material odontológico, a razón de un mejor uso y aplicación o ampliación de la indicación de los mismos.

Por esta razón es casi imposible que exista un kit standart para las resinas de fotocurado, todas varían en contenido, cantidad, forma, colores accesorios, pero cumplen con la indicación de realizar restauraciones adhesivas duraderas.

En procesos de otras entidades ya se han estado considerando ampliar las formas de presentación de las resinas con la finalidad de acceder a una mayor participación de postores con marcas de buena experiencia clínica, calidad y procedencia.

**CONSULTA:**

¿El comité especial permitirá la participación de postores que oferten presentaciones de RESINAS FOTOCURABLES (en los colores que pide la entidad) + ADHESIVO + ACIDO GRABADOR + ACCESORIOS acondicionados en empaques como en bolsas ziplock y avalados por los registros sanitarios individuales de todos los componentes

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** II

**Literal:** 1

**Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOJE A LA CONSULTA, las EE.TT, Se elaboraron de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria teniendo en cuenta la pluralidad de marcas y posibles postores de manera que se garantice los principios indicados en el art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-DIRIS LS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANUAL DE KIT DE RESINA FOTOCURADO DE 4G X 4 JERINGAS

Ruc/código :	20100579228	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	E. B. PAREJA LECAROS S.A.	Hora de envío :	18:06:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Las bases del presente proceso indican como PLAZO DE ENTREGA:

1.8 PLAZO DE ENTREGA

El bien materia de la presente convocatoria se entregara de la siguiente manera ; en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

La primera entrega sera hasta en siete(07) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Las entregas posteriores según cronograma y hasta siete(07) días calendarios de notificado la orden de compra.

CRONOGRAMA DE ENTREGA

N° : 1

DESCRIPCIÓN:

KIT RESINA FOTOCURADO DE 4G X 4 JERINGAS

UNIDAD DE MEDIDA:

UNIDAD

CANTIDAD TOTAL:

600

ENTREGAS:

E1: 400 - E2: 100 - E3: 100

SUSTENTO:

Este proceso por las fechas en que esta siendo convocado, coincide con fechas de cierre en fabricas por fiestas navideñas y fin de año, considerando que la cantidad de kits para este proceso es un numero inusual, es casi imposible contar con el stock de la primera entrega a tiempo

CONSULTA:

¿El comité especial permitirá ampliar a 35 dias calendario el plazo para la primera entrega, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra?

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1.8      Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOJE A LA CONSULTA, las EE.TT, Se elaboraron de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria teniendo en cuenta la pluralidad de marcas y posibles postores de manera que se garantice los principios indicados en el art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null