

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
Nomenclatura : AS-SM-50-2023-HMA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

g) Información técnica complementaria, tal como folletería, instructivos, catálogos, brochures o similares, en original o copia simple, emitida por el fabricante y/o representante de la marca, que permita demostrar que los productos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas mínimas.

Para el caso de la información técnica, se acepta que se pueda sustentar con folletería, instructivos, catálogos, brochures o similares, en original o copia simple, emitida por el fabricante y/o representante de la marca. Observamos en las presentes bases que la entidad da la opción de presentar documentos del representante de la marca para sustentar las especificaciones, lo que ocasionaría que dicha especificación carezca de confiabilidad y que la entidad estaría arriesgando a adjudicar y recibir instrumentales que no cumpla con lo solicitado por el área usuaria, ocasionándoles inconvenientes y/o gastos innecesarios al momento de la conformidad del producto. Asimismo, señalamos que todo fabricante especifica detalladamente toda especificación técnica de su producto dentro de los catálogos o manuales. Con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad del equipo licitado, el comité especial retirara de la documentación obligatoria, la aceptación de cualquier documento emitido por el representante de la marca, quedando de la siguiente manera.

Por lo expuesto líneas arriba, aceptaría el comité de selección que dicha información quedará de la siguiente manera

g) Información técnica complementaria, tal como folletería, instructivos, catálogos, brochures o similares, en original o copia simple, emitida por el fabricante, que permita demostrar que los productos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas mínimas.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1 Literal: G **Página: 17**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración el pronunciamiento del área usuaria, el comité de selección decide acoger lo consultado por el participante, por lo que dicho extremo quedara de la siguiente manera:

g) Información técnica complementaria, tal como folletería, instructivos, catálogos, brochures o similares, en original o copia simple, emitida por el fabricante, que permita demostrar que los productos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas mínimas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

g) Información técnica complementaria, tal como folletería, instructivos, catálogos, brochures o similares, en original o copia simple, emitida por el fabricante, que permita demostrar que los productos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas mínimas.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Ruc/código : 20601571065

Fecha de envío : 06/12/2023

Nombre o Razón social : JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.

Hora de envío : 08:31:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE MICROCIROGIA LARINGEA ADOLESCENTES X 30 PIEZAS

Soporte para laringoscopio y soporte torácico, modelo GÓTTINGEN, barra de apoyo con anillo de metal, 9 cm Ø, longitud 34 cm

La medida del Soporte para laringoscopio y soporte torácico, modelo GÓTTINGEN, barra de apoyo con anillo de metal, 9 cm Ø, longitud 34 cm solicitada, difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

Soporte para laringoscopio y soporte torácico, modelo GÓTTINGEN, barra de apoyo con anillo de metal, 9.5 cm Ø, longitud 34 cm

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración el pronunciamiento del area usuaria, el comité de selección decide acoger lo consultado por el participante, por lo que dicho extremo quedara de la siguiente manera:

Soporte para laringoscopio y soporte toracico, modelo GOTTINGEN, barra de apoyo con anillo de metal, 9 cm Ø, longitud 34 cm y/o Soporte para laringoscopio y soporte torácico, modelo GÓTTINGEN, barra de apoyo con anillo de metal, 9.5 cm Ø, longitud 34 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1 Soporte para laringoscopio y soporte toracico, modelo GOTTINGEN, barra de apoyo con anillo de metal, 9 cm Ø, longitud 34 cm y/o 1 Soporte para laringoscopio y soporte torácico, modelo GÓTTINGEN, barra de apoyo con anillo de metal, 9.5 cm Ø, longitud 34 cm

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Ruc/código : 20601571065

Fecha de envío : 06/12/2023

Nombre o Razón social : JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.

Hora de envío : 08:31:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE MICROCIROUGIA LARINGEA ADOLESCENTES X 30 PIEZAS

Tijera de KLEINSASSER, curvada 40° hacia arriba, longitud útil 23 cm

La medida de la Tijera de KLEINSASSER, curvada 40° hacia arriba, longitud útil 23 cm, solicitada, difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

Tijera de KLEINSASSER, curvada 45° hacia arriba, longitud útil 23 cm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración el pronunciamiento del area usuaria, el comité de selección decide acoger lo consultado por el participante, por lo que dicho extremo quedara de la siguiente manera:

Tijera de KLEINSASSER, curvada 40° hacia arriba, longitud útil 23 cm y/o

Tijera de KLEINSASSER, curvada 45° hacia arriba, longitud útil 23 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1 Tijera de KLEINSASSER, curvada 40° hacia arriba, longitud útil 23 cm y/o

1 Tijera de KLEINSASSER, curvada 45° hacia arriba, longitud útil 23 cm

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Ruc/código : 20601571065

Fecha de envío : 06/12/2023

Nombre o Razón social : JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.

Hora de envío : 08:31:18

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASO SINUSAL X 58 PIEZAS

Cuchara para senos frontales curvada 90°, longitud 18.5cm

La medida de la Cuchara para senos frontales curvada 90°, longitud 18.5cm, solicitada, difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

Cuchara para senos frontales curvada 90°, longitud 19cm

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración el pronunciamiento del area usuaria, el comité de selección decide acoger lo consultado por el participante, por lo que dicho extremo quedara de la siguiente manera:

Cuchara para senos frontales curvada 90°, longitud 18.5cm y/o

Cuchara para senos frontales curvada 90°, longitud 19cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1 Cuchara para senos frontales curvada 90°, longitud 18.5cm y/o

1 Cuchara para senos frontales curvada 90°, longitud 19cm

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Ruc/código : 20601571065

Fecha de envío : 06/12/2023

Nombre o Razón social : JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.

Hora de envío : 08:31:18

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASO SINUSAL X 58 PIEZAS

Cuchara para senos frontales curvada 55°, longitud 19,5 cm

La medida de la Cuchara para senos frontales curvada 55°, longitud 19,5 cm, solicitada, difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

Cuchara para senos frontales curvada 50°, longitud 19 cm

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración el pronunciamiento del area usuaria, el comité de selección decide acoger lo consultado por el participante, por lo que dicho extremo quedara de la siguiente manera:

Cuchara para senos frontales curvada 55°, longitud 19,5 cm y/o

Cuchara para senos frontales curvada 50°, longitud 19 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1 Cuchara para senos frontales curvada 55°, longitud 19,5 cm y/o

1 Cuchara para senos frontales curvada 50°, longitud 19 cm

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Ruc/código : 20601571065

Fecha de envío : 06/12/2023

Nombre o Razón social : JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.

Hora de envío : 08:31:18

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASO SINUSAL X 58 PIEZAS

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 2.7 mm Ø, longitud 18 cm

La medida de la Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 2.7 mm Ø, longitud 18 cm, solicitada, difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 2.7 mm Ø, longitud 19 cm

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración el pronunciamiento del area usuaria, el comité de selección decide acoger lo consultado por el participante, por lo que dicho extremo quedara de la siguiente manera:

Óptica de visión foroblicua HOPKINS 30°, 2.7 mm Ø, longitud 18 cm y/o Óptica de visión foroblicua HOPKINS 30°, 2.7 mm Ø, longitud 19 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1 Óptica de visión foroblicua HOPKINS 30°, 2.7 mm Ø, longitud 18 cm y/o 1 Óptica de visión foroblicua HOPKINS 30°, 2.7 mm Ø, longitud 19 cm

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Ruc/código : 20601571065

Nombre o Razón social : JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.

Fecha de envío : 06/12/2023

Hora de envío : 08:31:18

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASO SINUSAL X 58 PIEZAS

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 45°, 2.7 mm Ø, longitud 19 cm, esterilizable en autoclave, con conexión para cable de luz de fibra óptica, con conductor de luz de fibra color distintivo: negro

La medida de la Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 45°, 2.7 mm Ø, longitud 19 cm, esterilizable en autoclave, con conexión para cable de luz de fibra óptica, con conductor de luz de fibra color distintivo: negro, solicitada, difiere entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 70°, 2.7 mm Ø, longitud 19 cm, esterilizable en autoclave, con conexión para cable de luz de fibra óptica, con conductor de luz de fibra color distintivo: negro

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración el pronunciamiento del area usuaria, el comité de selección decide acoger lo consultado por el participante, por lo que dicho extremo quedara de la siguiente manera:

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS 45°, 2.7 mm Ø, longitud 19 cm, esterilizable en autoclave, con conexión para cable de luz de fibra óptica y/o Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS 70°, 2.7 mm Ø, longitud 19 cm, esterilizable en autoclave, con conexión para cable de luz de fibra óptica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1 Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS 45°, 2.7 mm Ø, longitud 19 cm, esterilizable en autoclave, con conexión para cable de luz de fibra óptica y/o 1 Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS 70°, 2.7 mm Ø, longitud 19 cm, esterilizable en autoclave, con conexión para cable de luz de fibra óptica.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Ruc/código : 20601571065

Nombre o Razón social : JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.

Fecha de envío : 06/12/2023

Hora de envío : 08:31:18

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASO SINUSAL X 58 PIEZAS

Pinza nasal cortante RHINOFORCE®II de MACKAY-GRÜNWALD, acodada 45° hacia arriba, longitud de 14cm

La medida de la Pinza nasal cortante RHINOFORCE®II de MACKAY-GRÜNWALD, acodada 45° hacia arriba, longitud de 14cm, solicitada, difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, ya sea en medido y/o nombre, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

Pinza nasal cortante RHINOFORCE®II de HENKE-GRÜNWALD, acodada 45° hacia arriba, longitud de 14cm

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración el pronunciamiento del area usuaria, el comité de selección decide acoger lo consultado por el participante, por lo que dicho extremo quedara de la siguiente manera:

Pinza nasal cortante RHINOFORCE II de MACKAY-GRÜNWALD, acodada 45° hacia arriba, longitud de 14cm y/o Pinza nasal cortante RHINOFORCE II de HENKE-GRÜNWALD, acodada 45° hacia arriba, longitud de 14cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1 Pinza nasal cortante RHINOFORCE II de MACKAY-GRÜNWALD, acodada 45° hacia arriba, longitud de 14cm y/o 1 Pinza nasal cortante RHINOFORCE II de HENKE-GRÜNWALD, acodada 45° hacia arriba, longitud de 14cm

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Ruc/código : 20601571065

Nombre o Razón social : JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.

Fecha de envío : 06/12/2023

Hora de envío : 08:31:18

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASO SINUSAL X 58 PIEZAS

Pinza nasal cortante RHINOFORCE®II de MACKAY-GRÜNWALD, corte completo, recta, extra delicada, para corte liso, cuidadoso con el tejido, longitud útil 14 cm

La medida de la Pinza nasal cortante RHINOFORCE®II de MACKAY-GRÜNWALD, corte completo, recta, extra delicada, para corte liso, cuidadoso con el tejido, longitud útil 14 cm, solicitada, difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, ya sea en medido y/o nombre, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

Pinza nasal cortante RHINOFORCE®II de HENKE-GRÜNWALD, corte completo, recta, extra delicada, para corte liso, cuidadoso con el tejido, longitud útil 14 cm

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración el pronunciamiento del area usuaria, el comité de selección decide acoger lo consultado por el participante, por lo que dicho extremo quedara de la siguiente manera:

Pinza nasal cortante RHINOFORCE II de MACKAY-GRÜNWALD, corte completo, recta, extra delicada, para corte liso, cuidadoso con el tejido, longitud útil 14 cm y/o Pinza nasal cortante RHINOFORCE II de HENKE-GRÜNWALD, corte completo, recta, extra delicada, para corte liso, cuidadoso con el tejido, longitud útil 14 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1 Pinza nasal cortante RHINOFORCE II de MACKAY-GRÜNWALD, corte completo, recta, extra delicada, para corte liso, cuidadoso con el tejido, longitud útil 14 cm y/o 1 Pinza nasal cortante RHINOFORCE II de HENKE-GRÜNWALD, corte completo, recta, extra delicada, para corte liso, cuidadoso con el tejido, longitud útil 14 cm

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Ruc/código : 20601571065

Fecha de envío : 06/12/2023

Nombre o Razón social : JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.

Hora de envío : 08:31:18

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASO SINUSAL X 58 PIEZAS

Tijera nasal, modelo ZÜRICH, recta, modelo grande, longitud de corte 18 mm, longitud útil 17.5 cm

La medida de la Tijera nasal, modelo ZÜRICH, recta, modelo grande, longitud de corte 18 mm, longitud útil 17.5 cm, solicitada, difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, ya sea en medido y/o nombre, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

Tijera nasal, modelo CONCHA, recta, longitud útil 11.5 cm

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración el pronunciamiento del area usuaria, el comité de selección decide acoger lo consultado por el participante, por lo que dicho extremo quedara de la siguiente manera:

Tijera nasal, modelo ZÜRICH, recta, modelo grande, longitud de corte 18 mm, longitud útil 17.5 cm y/o

Tijera nasal, modelo CONCHA, recta, longitud útil 11.5 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1 Tijera nasal, modelo ZÜRICH, recta, modelo grande, longitud de corte 18 mm, longitud útil 17.5 cm y/o

1 Tijera nasal, modelo CONCHA, recta, longitud útil 11.5 cm

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Ruc/código : 20601571065

Fecha de envío : 06/12/2023

Nombre o Razón social : JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.

Hora de envío : 08:31:18

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NASO SINUSAL X 58 PIEZAS

Tijera nasal, modelo ZÜRICH, recta, modelo pequeño, longitud de corte 12 mm, longitud útil 13.5 cm

La medida de la Tijera nasal, modelo ZÜRICH, recta, modelo pequeño, longitud de corte 12 mm, longitud útil 13.5 cm, solicitada, difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, ya sea en medido y/o nombre, esta variación, sin embargo, no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto con la finalidad de permitir una mayor participación de postores y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, solicitamos al comité en coordinación con la parte usuaria se acepte el siguiente instrumental quirúrgico

Tijera nasal, modelo CONCHA, recta, longitud útil 13.0 cm

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración el pronunciamiento del area usuaria, el comité de selección decide acoger lo consultado por el participante, por lo que dicho extremo quedara de la siguiente manera:

Tijera nasal, modelo ZÜRICH, recta, modelo pequeño, longitud de corte 12 mm, longitud útil 13.5 cm y/o Tijera nasal, modelo CONCHA, recta, longitud útil 13.0 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1 Tijera nasal, modelo ZÜRICH, recta, modelo pequeño, longitud de corte 12 mm, longitud útil 13.5 cm y/o 1 Tijera nasal, modelo CONCHA, recta, longitud útil 13.0 cm