

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/03/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:17:54

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

De la revisión de las bases se advierte que solicitan lo siguiente:

h)Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis)

El Certificado de Análisis debe corresponder al lote del producto que el postor internara, en caso de salir adjudicado.

Este requerimiento, el solicitar en la presentación de ofertas los Certificados de análisis del lote que se debe internar, en caso de ser adjudicados, afecta a los postores porque los obliga a contar con un stock inamovible, sin poder comercializar, o

importar de fábrica el lote del producto del certificado de análisis que se presentará en la oferta, sin tener certeza si serán adjudicados con la buena pro; lo cual vulnera los principios de Libre concurrencia, Eficacia y Eficiencia.

Por lo expuesto, se solicita al Comité de Selección que el Certificado de Análisis del producto sea presentado al momento del

internamiento de los bienes en el almacén de la Entidad en caso de ser adjudicado con la buena Pro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h) Página: 24

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literales a) y f) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/03/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:17:54

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

De la revisión de las bases se advierte que solicitan lo siguiente:

j) Ficha Técnica del Producto. Copia simple.(Formato N° 6)

Debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas señaladas por la entidad e indicar las Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o propias de calidad, según corresponda.

Teniendo en cuenta que se está solicitando que la Ficha Técnica debe contener cada una de las especificaciones técnicas señaladas por la entidad e indicar las Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o propias de calidad, según corresponda, mediante las cuales se pueda comprobar el cumplimiento; solicitamos a Comité de Selección que también se permita comprobar el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas con Catálogos y/o Folletería y/o Manual de Instrucciones de Uso y/o Inserto y/o Declaración Jurada del Fabricante.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** j)    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literales a), b) y f) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20602744907

Nombre o Razón social : SEBAOT S.A.C.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 17:21:54

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se solicita que todos los materiales que indican acero inoxidable sean ampliados en material titanio y aleación de titanio para mejora tecnológica, entre ellos se solicita que se considere los siguientes códigos SAP (20402494, 20402499, 20402484, 20402485, 20402486, 20402480, 20402478, 20402477, 20402475, 20402473, 20402476, 20402482, 20402471, 20402472, 20402689, 20402490, 20402488).

- A la vez también se solicita considerar la ampliación de las siguientes dimensiones con los siguientes codigos SAP:

\* cod sap:20402500

- Si pudieran ampliar el rango desde 216mm

\*Cod sap: 20402480

- Se solicita ampliación o aceptación a 163mm

\* Cod sap:20402482

- Se Solicita se acepten propuestas con tales medidas: Longitud 117mm, 144mm, 171mm, 198mm, 225mm y 252mm

Sin otro particular

Me despido, saludos cordiales

**Acápito de las bases :** Sección: General      Numeral: capítulo I      Literal: generalida      **Página: 13**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS DE ESTABILIZACION DE FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO 150-160 MM" solicita material acero inoxidable se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS DE ESTABILIZACION DE FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO 150-160 MM" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 5-9 y distales 4-6, se pide nos permitan ofertar agujeros 5,7,9,11,13,15 Y 17. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS DE ESTABILIZACION DE FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO 150-160 MM" Dimensiones, solicitan longitudes 150mm - 160mm, se pide nos permitan ofertar longitudes 127, 159,191, 223,255,287 Y 319 MM. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS DE ESTABILIZACION DE FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO 230-240 MM" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 5-9 y distales 7-11, se pide nos permitan ofertar agujeros 5,7,9,11,13,15 Y 17. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS DE ESTABILIZACIÓN DE FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO 230-240MM, Dimensiones, solicitan longitudes 130mm - 240mm, se pide nos permitan ofertar longitudes 127, 159, 191, 223,255,267 y 319 mm. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 5-9 y distales 7-11 se pide nos permitan ofertar agujeros 5,7,9,11,13,15 y 17. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 55

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones, solicitan longitudes 320mm - 330mm, se pide nos permitan ofertar longitudes 127, 159, 191, 223, 255, 287 Y 319mm. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 55

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 56

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO"Dimensiones, solicitan agujeros proximales 7-7-7-7-7 y distales 5-7-9-11-13, se pide nos permitan ofertar agujeros 5,7,9,11,13,15,Y17. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 56

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA FEMUR DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones, solicitan longitudes 156,196,236,276,316mm, se pide nos permitan ofertar longitudes 127,159,191,223,255,287 Y 312. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 56

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA HUMERO DORSOLATERAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA HUMERO DORSOLATERAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 3-3-3-3-3 y distales 3-5-7-9-14, se pide nos permitan ofertar agujeros 3,5,7,9,11,13 Y 15 Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre co-ncurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA HUMERO DORSOLATERAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones del producto solicita longitud de 59 -84-110-136-201 se pide nos permitan ofertar longitud de 58.0 mm, 84.0 mm, 110.0 mm ,136MM,162MM, 188mm y 214mm, . Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA HUMERO DORSOLATERAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 58

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA HUMERO DORSOLATERAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 3-3-3-3-3-5-5-5-5-5 y distales 3-5-7-9-14-3-5-7-9-14, se pide nos permitan ofertar agujeros 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Y 12. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 58

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA HUMERO DORSOLATERAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones del producto solicita longitud de 65,91,117,143,208,65,91,117,143,208 mm se pide nos permitan ofertar longitud de 86-104-122 -176-194-212-230-248 Y 266. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 58

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA OLECRANON CON SISTEMA PARA TORNILLOS NORMALES O DE BLOQUEO" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.1      **Literal:** ITEM 1      **Página:** 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA OLECRANON CON SISTEMA PARA TORNILLOS NORMALES O DE BLOQUEO" Dimensiones, solicitan agujeros 8-4 , se pide nos permitan ofertar agujeros 4,6,8,10,12 Y 14 . Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: ITEM 1      Página: 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA OLECRANON CON SISTEMA PARA TORNILLOS NORMALES O DE BLOQUEO" Dimensiones del producto solicita longitud de 163 -112 mm se pide nos permitan ofertar longitud de 86 , 125 ,151 , 177 , 203 Y 229 mm. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL EXTRALARGA" Dimensiones del producto solicita longitud de 100-120-140 mm se pide nos permitan ofertar longitud de 55 Y 75 mm. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 60

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL EXTRALARGA" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.1      **Literal:** ITEM 1      **Página:** 60

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL EXTRALARGA" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 4-4-4 y distales 8-10-12, se pide nos permitan ofertar agujeros 5-7 en la cabeza 4-7 en el cuerpo Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 60

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL RECTA -6/7 AGUJEROS" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 3-3 y distales 3-4, se pide nos permitan ofertar agujeros 5 Y 7 Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: ítem 1      **Página: 61**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL RECTA -6/7 AGUJEROS" Dimensiones del producto solicita longitud de 40-49 mm se pide nos permitan ofertar longitud de 45 Y 75mm. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 61

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL RECTA -6/7 AGUJEROS" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: ITEM 1      Página: 61

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL RECTA/ACODADA 5/6 AGUJEROS" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL RECTA/ACODADA 5/6 AGUJEROS" Dimensiones del producto solicita longitud de 48 -37 mm se pide nos permitan ofertar longitud de 45 Y 75 - 40 Y 52 mm. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL RECTA/ACODADA 5/6 AGUJEROS" Dimensiones, solicitan agujeros 5 Y 6, se pide nos permitan ofertar agujeros 5/7 Y 4/6. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL OBLICUA" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.1      **Literal:** ITEM 1      **Página:** 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 33**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL OBLICUA" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 3-3 distales 3-4, se pide nos permitan ofertar agujeros 5/7 EN CABEZA Y 4/7 EN CUERPO. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL OBLICUA" Dimensiones del producto solicita longitud de 43-52 mm se pide nos permitan ofertar longitud de 55 Y 75 mm. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL PALMAR" Dimensiones del producto solicita longitud de 43-61 mm se pide nos permitan ofertar longitud de 55 Y 75 mm. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 64

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL PALMAR" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 5-5 y distales 3-5, se pide nos permitan ofertar agujeros 5 Y 7 EN CABEZA - 4 Y 7 EN CUERPO. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 64

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - RADIO DISTAL PALMAR" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 64

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 38**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - ACODADA" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 65

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 39

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - ACODADA" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 2-2-3-3 y distales 3-4-3-4, se pide nos permitan ofertar agujeros 7 EN CABEZA Y 4/7 EN CUERPO. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: ITEM 1      Página: 65

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 40

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA RADIO DISTAL SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO - ACODADA" Dimensiones del producto solicita longitud de 40-49-40-49 mm se pide nos permitan ofertar longitud de 60 Y 80 MM. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 65

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 41

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones del producto solicita longitud de 117, 144 , 171 , 198 , 225 Y 252 MM se pide nos permitan ofertar longitud de 405.5 ,129.5, 152.5, 177.5, 201.5. 222.5 MM. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 42

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 9-9-9-9 y distales 4-6-8-10-12-14, se pide nos permitan ofertar agujeros 4-6-8-10-Y 12. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 43

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA DISTAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 44

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA LATERAL PROXIMAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 67

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 45**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA LATERAL PROXIMAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones del producto solicita longitud de 140-180-220-260-300 mm se pide nos permitan ofertar longitud de 137-169-201-223 mm. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 67

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA LATERAL PROXIMAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 5-5-5-5 y distales 5-7-9-11-13, se pide nos permitan ofertar agujeros 5-7-9-11. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 67

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 47

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA PROXIMAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones, solicitan agujeros proximales 3-3-3-3-3-3 y distales 4-6-8-10-12-14, se pide nos permitan ofertar agujeros 5-7-9-11. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 68

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 48**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA PROXIMAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones del producto solicita longitud de 82-118-154-190-226-262 mm se pide nos permitan ofertar longitud de 137-169-201-223 mm. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 68

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 49

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS PARA TIBIA PROXIMAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO" material solicita acero inoxidable, se pide nos permitan ofertar material titanio. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 1

**Página:** 68

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 50

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS RECTA CON SISTEMA DE TORNILLOS DE BLOQUEO 2.7/3.5" Dimensiones del producto solicita longitud de 70-74-83-87-96-100-109-113-122-126-135-139-148-152-161-165 mm se pide nos permitan ofertar longitud de 60-80 mm. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 1

Página: 69

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 51

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS RECTA CON SISTEMA DE TORNILLOS DE BLOQUEO 2.7/3.5" Dimensiones, solicitan agujeros 5-6-7-8-9-10-11-12 se pide nos permitan ofertar agujeros 7 EN CABEZA Y 4/7 EN CUERPO. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.1      **Literal:** ITEM 1      **Página:** 69

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	14/03/2023
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	19:18:41

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Item paquete 1 producto "PLACA DE OSTEOSINTESIS RECTA ESTRECHA CON SISTEMA DE TORNILLOS DE BLOQUEO" Dimensiones, solicitan agujeros 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 se pide nos permitan ofertar agujeros 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 53**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Paquete N° 4 producto "CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA TIBIA DIAMETRO 10 mm" Dimensiones, solicita diametro 9.0mm, 10mm y 11 mm y nuestro clavo intramedular tiene dimensiones de 8.5mm, 9.0mm y 10mm, solicitamos al comite nos permita ofertar dicha medida. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3.1                      **Literal:** ITEM 4                      **Página:** 95

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 54**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Paquete N° 4 producto "CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA TIBIA DIAMETRO 10 mm" Dimensiones, solicita longitud de 260 a 360 mm nuestro clavo intramedular tiene longitudes de 280, 300, 320, 340 y 360 mm solicitamos al comite nos permita ofertar dicha medida. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 3.1    **Literal:** ITEM 4    **Página:** 95

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 55**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Paquete N° 4 producto "CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR AO DIAM 13 mm x 40 cm de largo" Dimensiones solicita diametro de 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm nuestro clavo intramedular tiene diametro de 9.5, 10, 11, 12 mm solicitamos por favor al comite nos permita ofertar dicha medida. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 4

Página: 96

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 56

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Paquete N° 4 producto "CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR AO DIAM 13 mm x 40 cm de largo" Dimensiones solicita longitud de 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 mm nuestro clavo intramedular tiene longitud de 340, 360, 380 y 400 mm solicitamos al comite nos permita ofertar dicha medida. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: ITEM 4

Página: 96

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 57**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Paquete N° 4 producto "CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR AO DIAM 13 mm x 40 cm de largo" Dimensiones solicita curvatura del clavo: radio de la curvatura 1.5 por favor nos permitan ofertar el clavo intramedular con una curvatura de 1.8 para ajuste anatómico mejorado por lo que solicitamos al comite nos permita ofertar dicha medida. solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: ITEM 4      Página: 96

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Fecha de envío : 14/03/2023

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta: Nro. 58**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro de Especificaciones técnicas del Paquete N° 4 producto "CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR AO DIAM 13 mm x 40 cm de largo" Descripción del producto solicita que la posibilidad de inserción sea en forma retrógrada y anterógrada, nuestro clavo intramedular es de inserción anterógrada por lo que solicitamos al comite nos permita ofertar clavo intramedular con inserción anterógrado. solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ITEM 4

**Página:** 96

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/03/2023

Hora de envío : 19:18:41

**Consulta:** Nro. 59

**Consulta/Observación:**

En el objeto de la convocatoria el ítem Paquete N° 1 se solicita se pueda abrir el paquete a fin de poder participar y nos permita ofertar las variedades de placas , por lo tanto solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 1.2      Literal: ítem pqt 1      Página: 13

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/03/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:06:17

**Observación: Nro. 60**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 20400036 Barra maleable de 1/4

De la revision de las especificaciones técnicas del bien se advierte que solicitan lo siguiente:

MEDIDAS

Diámetro: 5.0 mm

Longitud: 500 mm

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que, a fin de permitir una mayor participación de postores y con ello acceder a mejores ofertas, amplíe las especificaciones técnicas del bien y permita la presentación de Barras maleables con diámetros de 5.0 mm o 5.5 mm, cabe decir que la medida de 5.5 mm es el diámetro de barra usado en los sistemas de fijacion transpedicular, y longitudes de 300mm y/o 400mm y/o 500mm y/o 600mm.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** ítem 3    **Página:** 91

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literales a), e) y f) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/03/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:06:17

**Observación: Nro. 61**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 20402546 Tornillo Pedicular

De la revision de las especificaciones técnicas del bien se advierte que solicitan lo siguiente:

Dimensiones

Diámetro: 4, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 mm

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que, a fin de permitir una mayor participación de postores y con ello acceder a mejores ofertas, amplíe las especificaciones técnicas del bien y permita la presentación de tornillos pediculares con las siguientes dimensiones:

Diámetro: 4mm y/o 4.35mm y/o 4.5mm y/o 5.0mm y/o 5.5mm y/o 6.0mm y/o 6.5mm y/o 7.0mm y/o 8mm.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** ÍTEM 3    **Página:** 92

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literales a), e) y f) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ¿ ESSALUD 2023

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/03/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:06:17

**Observación: Nro. 62**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 20402690 Set de fijación transpedicular percutáneo minimamente invasivo

De la revision de las especificaciones técnicas del bien se advierte que solicitan lo siguiente:

Dimensiones

Tornillos canulados y multiaxiales: 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 de diámetro

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que, a fin de permitir una mayor participación de postores y con ello acceder a mejores ofertas, amplíe las especificaciones técnicas del bien y permita la presentación de Tornillos canulados y multiaxiales con las siguientes características:

Diámetros de 5.0mm y/o 5.5mm y/o 6.0mm y/o 6.5mm y/o 7.0mm y/o 7.5mm y/o 8.0mm y/o 8.5mm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ÍTEM 3 **Página:** 93

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literales a), e) y f) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. Se solicitó la opinión del área usuaria obteniéndose la siguiente respuesta: "Somos de la opinión que se debe de respetar la Ficha Técnica y no es posible ampliar las especificaciones señaladas, de no cumplirse con las especificaciones técnicas podría dar lugar a nulidad e impugnaciones, con respecto a la documentación solicitada en relación de los productos ofertados, certificaciones, fichas técnicas u otros deben ser de estricto cumplimiento".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-