

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UEHAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SOLUCION CONCENTRADA PARA HEMODIALISIS

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 31/05/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 17:24:04

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Especificaciones técnicas

A2 Descripción Solución salina transparente, incoloro, sabor salino, color característico.

Solicitamos al Comité aceptar las especificaciones técnicas de acuerdo a las declaradas en el protocolo de análisis.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: Cap. III

**Literal:** 3.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE SE ACEPTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS DECLARADAS EN EL PROTOCOLO DE ANÁLISIS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACEPTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS DECLARADAS EN EL PROTOCOLO DE ANÁLISIS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UEHAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SOLUCION CONCENTRADA PARA HEMODIALISIS

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	31/05/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:24:04

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Especificaciones tecnicas

A3 Composición: sodio, cloruro, potasio, magnesio, calcio, acido acetico, dextrosa.

Solicitamos al Comité aceptar las especificaciones tecnicas de acuerdo a las declaradas en el protocolo de analisis.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE SE ACEPTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LAS DECLARADAS EN EL PROTOCOLO DE ANALISIS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACEPTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LAS DECLARADAS EN EL PROTOCOLO DE ANALISIS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UEHAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SOLUCION CONCENTRADA PARA HEMODIALISIS

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	31/05/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:24:04

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Especificaciones técnicas

A4 Condiciones biológicas: a pirógeno, libre de endotoxinas bacterianas.

Solicitamos al Comité aceptar de acuerdo a las especificaciones aprobadas en nuestro registro sanitario, según la farmacopea a la cual nos acogemos.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE ACLARA QUE SE ACEPTAN LAS ESPECIFICACIONES

acuerdo a las especificaciones aprobadas en nuestro registro sanitario, según la farmacopea a la cual nos acogemos."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"SE ACEPTAN LAS ESPECIFICACIONES

acuerdo a las especificaciones aprobadas en nuestro registro sanitario, según la farmacopea a la cual nos acogemos."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UEHAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SOLUCION CONCENTRADA PARA HEMODIALISIS

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 31/05/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 17:24:04

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Especificaciones técnicas

A9 Tiempo de vida útil : 2 años a más.

Solicitamos al Comité aceptar vida útil del producto 17 meses.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap. III

**Literal:** 3.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE ACLARA QUE DEBERA DECIR:

A9 TIEMPO DE VIDA UTIL : 17 MESES CON CARTA DE CANJE AA"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"DEBERA DECIR:

A9 TIEMPO DE VIDA UTIL : 17 MESES CON CARTA DE CANJE AA"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UEHAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SOLUCION CONCENTRADA PARA HEMODIALISIS

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	31/05/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:24:04

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Distribución  
Abastecimiento de cartuchos  
Capacitación

Considerando que el requerimiento de la convocatoria corresponde a SOLUCION CONCENTRADA PARA HEMODIALISIS ACIDA X 3.6 L, no corresponde la descripción detallada en el rubro "distribución", solicitamos al Comité retirarlo para evitar confusiones.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEA CLARA QUE SE RETIRARA TODO LOS TERMINOS REFERIDOS A CARTUCHOS Y SE REEMPLAZARA POR soluciones concentrada para hemodialisis acida X 3.6 L

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE RETIRARA TODO LOS TERMINOS REFERIDOS A CARTUCHOS Y SE REEMPLAZARA POR soluciones concentrada para hemodialisis acida X 3.6 L