

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-HHHO.SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO TOMÓGRAFO

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	19:10:08

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN
120 horas lectivas, en MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS (respecto a la marca del equipo objeto de la convocatoria) del personal clave requerido.
Acreditación:
Se acreditará con copia simple de Certificado o constancia de participación.

CONSULTA
Solicitamos aclarar si para la acreditación del personal clave en mantenimiento en equipos médicos bastará con una constancia del postor donde indique los años de servicio en el mantenimiento de equipos de la marca objeto de la convocatoria o de igual o similares características. A su vez, solicitamos reducir a 40 horas lectivas en mantenimiento de equipos médicos del personal clave requerido.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA, QUE LA CAPACITACION DEL PERSONAL CLAVE, SE ACREDITARA 120 HRS CON UNA COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO O CONSTANCIA DE PARTICIPACION A NOMBRE DEL PERSONAL A PROPONER, HACIENDO INCAPIE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA O EL BIEN A INTERCEDER DE IGUAL O SIMILAR CARACTERISTICA, INDIFERENTEMENTE DE CUAL INSTITUCION PROVENGA DICHA CERIFICACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :AS-SM-2-2024-HHHO.SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO TOMÓGRAFO

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	19:10:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN

Plazo de entrega: 07 días calendario

CONSULTA

Solicitamos ampliar el plazo a 45 días calendario, ya que el suministro del repuesto es un producto importado.

Acápite de las bases :Sección: General

Numeral: -

Literal: -

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, EN LA MEDIDA QUE SE AMPLIFICA EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO A 30 DIAS CALENDARIOS POR SER DICHO SERVICIO DE NECESIDAD URGENTE PARA LA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA EN LAS BASES EN LO CORRESPONDIENTE (PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 30 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN O LO QUE CORRESPONDA)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :AS-SM-2-2024-HHHO.SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO TOMÓGRAFO

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	19:10:08

Consulta: Nro. 3
Consulta/Observación:
SOLICITAN
EXPERIENCIA DEL POSTOR
Se considerará servicios similares a los siguientes:
- Mantenimiento correctivo/preventivo de equipos de rayos x estacionario
- Mantenimiento correctivo/preventivo de equipos de rayos x Rodable
- Mantenimiento correctivo/preventivo de equipos de mamografía

CONSULTA
Solicitamos se agregue Mantenimiento correctivo/preventivo de equipos de tomografía

Acápíte de las bases :Sección: GeneralNumeral: -Literal: -Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE, DEBE TOMARSE EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO PAG N°23 LO CUAL INCLUYE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO TOMOGRAFO
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :AS-SM-2-2024-HHHO.SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO TOMÓGRAFO

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	19:10:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAN

GARANTÍA

La garantía de los repuestos y/o accesorios combinados, así como el buen funcionamiento del equipo debe ser de un plazo no menor a los 12 meses.

OBSERVACIÓN

Solicitamos precisar que la garantía del buen funcionamiento del equipo hace referencia a la reparación objeto de la convocatoria y excluye cualquier falla diferente al suministro de 01 intercambiador de calor. Por lo tanto, pedimos que se aclara que la garantía es solo por el repuesto suministrado y el mismo tiene una garantía 12 meses por fabrica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, TODOS LOS REPUESTOS SUMNISTRADOS TENDRAN UNA GARANTIA DE 12 MESES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-HHHO.SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO TOMÓGRAFO

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	19:10:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOLICITAN

El personal técnico deberá estar capacitado por fabricante y acreditar experiencias anteriores en mantenimiento y reparación en equipos de igual o similar característica

CONSULTA

Solicitamos confirmar que para la acreditación bastará con una constancia del postor donde indique los años de servicio en el mantenimiento de equipos de la marca objeto de la convocatoria o de igual o similares características

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

VERIFICAR LA PAGINA N°22 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD		
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-HHHO.SBS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO TOMÓGRAFO		

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	19:10:08

Consulta: Nro. 6
Consulta/Observación:
SOLICITAN
Suministrar todos los repuestos, elementos, dispositivos, componentes, accesorios y/o materiales que sea necesario para completa el mantenimiento a fin de asegurar su óptimo funcionamiento.

CONSULTA
Al respecto, solicitamos aclarar que referida provisión está relacionado únicamente a los elementos, dispositivos, componentes, accesorios y/o materiales que se debe proveer de acuerdo a lo indicado en el numeral ¿5. Descripción de trabajos a realizar¿. Solicitamos esa aclaración pues bajo esa cláusula se entendería que incluso, por ejemplo, si hubiera que proveer un nuevo tubo se tendría que realizar, sin tomarse en cuenta que el valor de un tubo de rayos x supera ampliamente el costo de todos trabajos detallados en el numera 5, pues la compra de tubos se realiza vía licitaciones públicas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE TODOS LOS REPUESTOS A SUMINISTRAR SERAN DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA