

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : KIT DE HEPATITIS B

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 11/08/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 16:38:32

**Consulta: Nro. 1**

## Consulta/Observación:

En la página 15 del numeral 2.2.1.1. "Documentos para la admisión de la oferta" no se detalla las características mínimas a sustentar. En ese sentido, se solicita al comité técnico que precise si los requisitos mínimos a sustentar para los PRODUCTOS ofertados son PRESENTACIÓN y METODOLOGÍA y para EQUIPO EN CESIÓN DE USO, TIPO, METODOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS; además, si al ser características específicas del producto y equipo a ofertar, estas puedan ser sustentadas con la presentación de Declaración Jurada del Fabricante Real y/o Fabricante Legal y/o Dueño de la Marca y/o Filial Autorizada con la firma (física o electrónica) correspondiente del emisor.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1**

**Literal: A**

**Página: 15**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección conjuntamente con el área usuaria realiza el análisis de la consulta. Al respecto, se acoge y se precisará en las bases: e) Presentación de autorizaciones de los productos, folletos, instructivos, catálogos o similares, declaración Jurada del Fabricante Real y/o Fabricante Legal y/o Dueño de la Marca y/o Filial Autorizada con la firma (física o electrónica) correspondiente del emisor detallando con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos de los bienes para acreditar las siguientes especificaciones técnicas:

PARA EL REACTIVO: 1) Presentación 2) Metodología

PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO: 1) Tipo 2) Metodología 3) Características

## Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta e) Presentación de autorizaciones de los productos, folletos, instructivos, catálogos o similares, declaración Jurada del Fabricante Real y/o Fabricante Legal y/o Dueño de la Marca y/o Filial Autorizada con la firma (física o electrónica) correspondiente del emisor detallando con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos de los bienes para acreditar las siguientes especificaciones técnicas:

PARA EL REACTIVO: 1) Presentación 2) Metodología

PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO: 1) Tipo 2) Metodología 3) Características

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : KIT DE HEPATITIS B

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:38:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las paginas 22,23 y 24 Para cada uno de los 7 ítems solicitados, se menciona TIEMPO DE EXPIRACION: No menor a 12 meses a partir del ingreso a almacén del hospital. Considerando que los productos solicitados son reactivos de fuente biológica y que este tipo de material no permiten fechas de expira mayores a 12 meses, se solicita amablemente al comité especial que se acepten fechas de expira no menor de 4 meses a partir de la fecha de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONJUNTAMENTE CON EL ÁREA USUARIA REALIZA EL ANÁLISIS DE LA CONSULTA. AL RESPECTO , CON LA FINALIDAD DE TENER PLURALIDAD EN EL PROCESO SE ACEPTA LA CONSULTA Y SE MODIFICARA EN LAS BASES LA FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR DE 4 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE REACTIVOS EN ALMACEN DEL HOSPITAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PARA LOS 7 ÍTEM SOLICITADOS: Tiempo de Expiración: No menos de 4 meses a partir de la fecha de entrega en almacén del hospital