

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CHOTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GR.CAJ/DISA-CHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set Instrumental para Atención de Parto x 14 Piezas para los EESS de la Red Integrada de Salud Chota

Ruc/código : 20494151503

Fecha de envío : 25/06/2024

Nombre o Razón social : SALUD AMAZONICA E.I.R.L.

Hora de envío : 14:59:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se puede visualizar que dentro de los requerimientos técnicos mínimos no se está solicitando algunos requerimientos que son muy necesarios para la adquisición de instrumental quirúrgico como, por ejemplo, El grabado a laser en alto relieve en la superficie del instrumental indicando la Procedencia, marca, código del instrumental, símbolo de la comunidad europea, garantizando así el cumplimiento con las normas de calidad y la confiabilidad de procedencia de los instrumentales ya que estos otorgan garantía y seguridad para los usuarios finales.

Por lo expuesto líneas arriba, aceptará el comité de selección como cumplimiento obligatorio dentro de las especificaciones técnicas lo siguiente:

Grabado en el propio instrumental a laser en alto relieve:

Marca, código de catálogo, número de lote, marca de la comunidad europea: CE o similar al país de procedencia, Material con el que está fabricado.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 6.2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones técnicas recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Sin embargo, con la finalidad de promover una mayor concurrencia de postores se reformula el requerimiento mínimo. Por lo expuesto, el OEC en coordinación con el Área Usuaria, ACOGE SU CONSULTA, por lo tanto, la especificación técnica quedará de la siguiente manera:

Todos los instrumentos deberán llevar Grabado en el propio instrumental a laser en alto relieve: Marca, código de catálogo, número de lote, marca de la comunidad europea: CE o similar al país de procedencia, Material con el que está fabricado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Todos los instrumentos deberán llevar Grabado en el propio instrumental a laser en alto relieve: Marca, código de catálogo, número de lote, marca de la comunidad europea: CE o similar al país de procedencia, Material con el que está fabricado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CHOTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GR.CAJ/DISA-CHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set Instrumental para Atención de Parto x 14 Piezas para los EESS de la Red Integrada de Salud Chota

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:59:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se puede visualizar que, dentro del set de parto, están solicitando un contenedor de acero inoxidable de 30x30cm, para una mayor pluralidad de postores podría el comité de selección aceptar, también un contenedor de acero inoxidable de 30x20x10, para una mayor seguridad al momento del traslado del instrumental

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC en coordinación con el área usuaria Acoge su Consulta con la finalidad de promover una mayor concurrencia de postores, por lo tanto, la especificación técnica quedará de la siguiente manera:
Un contenedor de acero inoxidable con tapa de 30 cm x20 cm x10 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Un contenedor de acero inoxidable con tapa de 30 cm x20 cm x10 cm

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CHOTA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-GR.CAJ/DISA-CHO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de Set Instrumental para Atención de Parto x 14 Piezas para los EESS de la Red Integrada de Salud Chota		

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	17:38:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

1) En la presente base en el SET INSTRUMENTAL PARA ATENCIÓN DE PARTO X 14 PIEZAS están solicitando TIJERA SHUMACHER 16 CM, varían sus medidas entre las marcas alemanas que se encuentran en el mercado. Por ello respetuosamente solicitamos al comité de selección acepte TIJERA SCHUMACHER 15,5CM, sin que esta variación de medida impida, dificulten o varíen la función para lo que el instrumental fue diseñado. A fin dar mayor pluralidad de postores de conformidad con la ley de contrataciones con el estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC en coordinación con el área usuaria Acoge Parcialmente su Consulta con la finalidad de promover una mayor concurrencia de postores, por lo tanto la espcificación técnica quedará de la siguiente manera:
01 tijera schumacher 16 cm y/o busch de 16 cm y/o usa de 10.5cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 tijera schumacher 16 cm y/o busch de 16 cm y/o usa de 10.5cm.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CHOTA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-GR.CAJ/DISA-CHO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de Set Instrumental para Atención de Parto x 14 Piezas para los EESS de la Red Integrada de Salud Chota		

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	17:38:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

2) En la presente base en el SET INSTRUMENTAL PARA ATENCIÓN DE PARTO X 14 PIEZAS están solicitando CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 30CM X 30 CM, Por ello respetuosamente solicitamos puedan considerar contenedor de acero inoxidable AISI 304-2B de las medidas 30x20x10 cm (INDUSTRIA Nacional), ya que la medida propuesta es la más comercial para el set solicitado y la medida es suficiente para el contenido de los instrumentales.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC en coordinación con el área usuaria Acoge su Consulta con la finalidad de promover una mayor concurrencia de postores, por lo tanto la especificación técnica quedará de la siguiente manera:
Un contenedor de acero inoxidable con tapa de 30 cm x20 cm x10 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Un contenedor de acero inoxidable con tapa de 30 cm x20 cm x10 cm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CHOTA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-GR.CAJ/DISA-CHO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Set Instrumental para Atención de Parto x 14 Piezas para los EESS de la Red Integrada de Salud Chota

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	20:54:01

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

PODEMOS APRECIAR QUE NO ESTÁN CONSIDERANDO NORMAS IMPORTANTES PARA QUE LA ENTIDAD ADQUIERA PRODUCTOS DE CALIDAD, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETOSAMENTE AL OEC, INCLUIR COMO OBLIGATORIO LO SIGUIENTE:
PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153, DIN 1.4021 (X20 Cr13), 1.4117 (X38CrMoV15), 1.4116 (X50CrMoV15).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, Principios que rigen la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC en coordinación con el área usuaria Acoge su Observación con la finalidad de promover una mayor concurrencia de postores, por lo tanto, la especificación técnica quedará de la siguiente manera:
Todos los instrumentos deberán llevar Grabado en el propio instrumental a laser en alto relieve: Marca, código de catálogo, número de lote, marca de la comunidad europea: CE o similar al país de procedencia, Material con el que está fabricado.
Asimismo, todos los instrumentos deben cumplir con las normas ISO, de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Todos los instrumentos deberán llevar Grabado en el propio instrumental a laser en alto relieve: Marca, código de catálogo, número de lote, marca de la comunidad europea: CE o similar al país de procedencia, Material con el que está fabricado.
Asimismo, todos los instrumentos deben cumplir con las normas ISO, de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CHOTA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-GR.CAJ/DISA-CHO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de Set Instrumental para Atención de Parto x 14 Piezas para los EESS de la Red Integrada de Salud Chota

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	20:54:01

Observación: Nro. 6
Consulta/Observación:
DENTRO DEL SET SOLICITAN:
01 TIJERA SCHUMACHER 16 CM.
EN EL MERCADO EXISTEN DIFERENTES TIJERAS ESPÉCIFICAS PARA CORTAR EL CORDÓN UMBILICAL, POR EJEMPLO LA MODELO BUSCH DE 16 CM O LA MODELO USA DE 10.5CM.
SOLICITAMOS RESPETOSAMENTE AL OEC, EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACEPTAR

01 TIJERA PARA CORDON UMBILICAL SCHUMACHER 16 CM Y/O BUSCH DE 16 CM Y/O USA DE 10.5CM.

CON LA FINALIDAD DE PROPICIAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y PLURALIDAD DE MARCAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART. 2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:
El OEC en coordinación con el área usuaria Acoge Parcialmente su Observación con la finalidad de promover una mayor concurrencia de postores, por lo tanto, la especificación técnica quedará de la siguiente manera:
01 tijera schumacher 16 cm y/o busch de 16 cm y/o usa de 10.5cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
01 tijera schumacher 16 cm y/o busch de 16 cm y/o usa de 10.5cm.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CHOTA
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-GR.CAJ/DISA-CHO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de Set Instrumental para Atención de Parto x 14 Piezas para los EESS de la Red Integrada de Salud Chota

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	20:54:01

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

DENTRO DEL SET SOLICITAN:
01 PINZA PARA LIMPIEZA FOERSTER DE 25 CM
02 PINZA FOERSTER RECTA DE 25 CM
02 PINZA FOERSTER CURVA DE 25 CM

PODEMOS APRECIAR QUE EL COMPONENTE (01 PINZA PARA LIMPIEZA FOERSTER DE 25 CM) ESTÁ REPETIDO, POR LO QUE SOLICITAMOS AL OEC RETIRAR DICHO PRODUCTO DEL SET, YA QUE SE REPITEN

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área usuaria precisa lo siguiente: que la pinza para limpieza foerster de 25 cm hace referencia a una pinza porta esponja recta de 25cm), quedando integrado en las bases de la siguiente manera:
01 pinza para limpieza foerster de 25 cm (pinza porta esponja recta de 25 cm)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 pinza para limpieza foerster de 25 cm (pinza porta esponja recta de 25 cm)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-SALUD CHOTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-GR.CAJ/DISA-CHO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Set Instrumental para Atención de Parto x 14 Piezas para los EESS de la Red Integrada de Salud Chota

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	25/06/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	20:54:01

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

6.MUESTRA:
SOLICITAMOS AL OEC, QUE TODOS LOS PUNTOS A EVALUARAN EN LA MUESTRA ESTÉN SUSTENTADOS CON DOCUMENTO DE FABRICANTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC junto al área usuaria no acogen la consulta precisando que la muestra es para verificación física de las características mínimas requeridas, mientras que la documentación de fabricante está considerada para la admisión de la oferta (literal f del numeral 2.2.1.1.)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null