



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



**ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
LICITACION PUBLICA N° 032-2024-GRA-1**

En Arequipa, a los 26 días del mes de Marzo del año 2025, en la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Arequipa – Sede Central, siendo las 10:00 horas, se instaló el Comité de Selección designado y conformado mediante FORMATO N° 04 035-GRA/ORA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de por Licitación Pública N° 032-2024-GRA-1, cuyo objeto de convocatoria es la **"ADQUISICION EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL PARA EL PROYECTO "ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPIO Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; CONSTRUCCIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL III GOYENECHÉ - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"**, representado por.

El Quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

PRESIDENTE TITULAR : JONATHAN ANDRE LOZADA CUADROS  
MIEMBRO TITULAR 1 : RONAL FERDINANG GOMEZ CRUZ  
MIEMBRO TITULAR 2 : RAQUEL PERFECTA HERRERA VILLANUENA

OEC  
RESIDENTE DE OBRA GRA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES  
HG (CONOCIMIENTO TECNICO)

Se instaló el Comité de Selección, encargado de conducir del procedimiento de selección por Licitación Pública N° 032-2024-GRA-1, cuyo objeto de convocatoria es la **"ADQUISICION EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL PARA EL PROYECTO "ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPIO Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; CONSTRUCCIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL III GOYENECHÉ - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"**, para lo cual se informó y acordó lo siguiente:

**PRIMERO.** – Se procede a la verificación en la plataforma del SEACE, a los participantes inscritos para el procedimiento de selección en mención, el mismo que se detalla en el cuadro siguiente:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	20110133091	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	9/09/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	20263368992	CYMED MEDICAL SAC	17/09/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	20333483395	GAMEL S.R.L.	20/09/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	20490873571	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION J & L EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- VEMACO J&L	28/02/2025	Válido
5	Proveedor con RUC	20503650186	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	9/09/2024	Válido





GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



6	Proveedor con RUC	20505126069	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	9/09/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	20509997340	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	20/09/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	20511122458	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	11/09/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	20520765361	CHIRURGISCHE INSTRUMENTE UND VERBRAUCH SAC	24/09/2024	Válido
10	Proveedor con RUC	20535773263	DISTRIBUIDORA MEDICA DIAGNOSTICA S.A.C.	9/09/2024	Válido
11	Proveedor con RUC	20600756011	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	20/09/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	20602119557	SUNIX TECH S.A.C.	7/09/2024	Válido
13	Proveedor con RUC	20603693290	X RAY MEDICAL SYSTEMS S.A.C	9/09/2024	Válido
14	Proveedor con RUC	20605529675	PROTEC MEDIC E.I.R.L.	27/09/2024	Válido
15	Proveedor con RUC	20606094834	GAESA MEDIC E.I.R.L.	11/09/2024	Válido
16	Proveedor con RUC	20606423374	ELVIMEDIC GROUP SAC	6/09/2024	Válido
17	Proveedor con RUC	20607920363	MEGA-MED E.I.R.L.	26/02/2025	Válido
18	Proveedor con RUC	20608966405	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	9/09/2024	Válido

**SEGUNDO.** - Acto seguido se da a conocer los participantes que han presentado sus ofertas a través de la plataforma del SEACE, siendo el que aparece a continuación:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20606423374	ELVIMEDIC GROUP SAC	7/03/2025	7/03/2025	20:28:20	Enviado	Valido
2	20535773263	DISTRIBUIDORA MEDICA DIAGNOSTICA S.A.C. / X RAY MEDICAL SYSTEMS	7/03/2025	7/03/2025	18:35:25	Enviado	Valido
3	20503650186	SPECTRUM INGENIEROS SAC Y MEGA- MED EIRL	7/03/2025	7/03/2025	23:07:18	Enviado	Valido
4	20511122458	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	7/03/2025	7/03/2025	19:34:06	Enviado	Valido





GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



**TERCERO.** – Acto seguido se procede con la verificación de los documentos de presentación obligatoria, especificados en el numeral 2.2.1 del CAPITULO II de las bases administrativas integradas del procedimiento de selección por Licitación Pública N° 032-2024-GRA-1, resultando de la siguiente manera:

N°	DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA SU ADMISIÓN	ELVIMEDIC GROUP SAC	DISTRIBUIDORA MEDICA DIAGNOSTICA S.A.C. / X RAY MEDICAL SYSTEMS	SPECTRUM INGENIEROS SAC Y MEGA-MED EIRL	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.
1	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5	Formato N° 01 HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, el mismo que se encuentra anexado a las EETTs Especificaciones Técnicas del bien a adquirir	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
6	Formato N° 15 DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE GARANTIA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES, el mismo que se encuentra anexado a las EETTs Especificaciones Técnicas del bien a adquirir	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7	Formato N° 16 COMPROMISO DE SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, el mismo que se encuentra anexado a las EETTs Especificaciones Técnicas del bien a adquirir	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8	Copia de Registro Sanitario o Certificado con sus anexos según el numeral 5.3 del Capítulo III de las EETTs	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) Y/O CERTIFICADO CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y/O NORMA ISO 13485 VIGENTE Y/O FDA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
10	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA) según el numeral 5.3 del Capítulo III de las EETTs	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
11	Certificado de Seguridad Eléctrica según el numeral 5.3 del Capítulo III de las EETTs	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
12	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
13	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
14	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
OFERTA (ADMITIDA) O (NO ADMITIDA)		NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA

**NOTA:** La revisión de las características técnicas del procedimiento de selección consignadas como documentos de presentación obligatoria en el numerales 5 de las bases integradas, fueron revisas por los representantes del área usuaria en el comité de selección (Conocimiento Técnico), siendo responsables de las mismas

El postor **ELVIMEDIC GROUP SAC** con RUC N° 20606423374, **NO CUMPLE** con la presentación de documentos obligatorios solicitados en las bases integradas, en su numeral 2.2 CONTENIDO DE LA OFERTA, 2.2.1 Documentación de Presentación, 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la Oferta, en su inciso e) donde se indica ... Formato N° 01 HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, el mismo que se encuentra anexado a las EETTs Especificaciones Técnicas del bien a adquirir, solicitado por la Entidad, evidenciando cumplimiento de dichos requerimientos..., **CARACTERISTICA TECNICA A12: CABEZA CON PANTALLA MULTIFUNCIONAL MAYOR O IGUAL A 10"**, EL PROVEEDOR EN FOLIO 13 DE LA OFERTA: EL POSTOR NO CUENTA CON PANTALLA EN EL CABEZAL, no cumpliendo con lo solicitado en las especificaciones técnicas del bien a adquirir, quedando su oferta como **NO ADMITIDA**.







**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**  
**OFICINA DE LOGÍSTICA**



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

El postor **DISTRIBUIDORA MEDICA DIAGNOSTICA S.A.C. / X RAY MEDICAL SYSTEMS** con RUC N° **20535773263**, **NO CUMPLE** con la presentación de documentos obligatorios solicitados en las bases integradas, en su numeral 2.2 CONTENIDO DE LA OFERTA, 2.2.1 Documentación de Presentación, 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la Oferta, en su inciso e) donde se indica ... *Formato N° 01 HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, el mismo que se encuentra anexado a las EETTs Especificaciones Técnicas del bien a adquirir, solicitado por la Entidad, evidenciando cumplimiento de dichos requerimientos...*, **CARACTERISTICA TECNICA A12: CABEZA CON PANTALLA MULTIFUNCIONAL MAYOR O IGUAL A 10"**, EL POSTOR EN FOLIO 26 DE LA OFERTA: EL POSTOR OFERTA PANTALLA TÁCTIL A COLOR 8,4" NO CUMPLIENDO LO SOLICITADO, no cumpliendo con lo solicitado en las especificaciones técnicas del bien a adquirir, quedando su oferta como **NO ADMITIDA.**

El postor **SPECTRUM INGENIEROS SAC Y MEGA- MED EIRL** con RUC N° **20503650186**, **NO CUMPLE** con la presentación de documentos obligatorios solicitados en las bases integradas, en su numeral 2.2 CONTENIDO DE LA OFERTA, 2.2.1 Documentación de Presentación, 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la Oferta, en su inciso e) donde se indica ... *Formato N° 01 HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, el mismo que se encuentra anexado a las EETTs Especificaciones Técnicas del bien a adquirir, solicitado por la Entidad, evidenciando cumplimiento de dichos requerimientos...*, **CARACTERISTICA TECNICA A12: CABEZA CON PANTALLA MULTIFUNCIONAL MAYOR O IGUAL A 10"**, EL POSTOR EN FOLIO 57 DE LA OFERTA: EL POSTOR OFERTA PANTALLA TÁCTIL DEL CABEZAL A 9" NO CUMPLIENDO LO SOLICITADO, no cumpliendo con lo solicitado en las especificaciones técnicas del bien a adquirir, quedando su oferta como **NO ADMITIDA.**

El postor **DIGITAL 'X' RAY S.A.C.** con RUC N° **20511122458**, **NO CUMPLE** con la presentación de documentos obligatorios solicitados en las bases integradas, en su numeral 2.2 CONTENIDO DE LA OFERTA, 2.2.1 Documentación de Presentación, 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la Oferta, en su inciso e) donde se indica ... *Formato N° 01 HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, el mismo que se encuentra anexado a las EETTs Especificaciones Técnicas del bien a adquirir, solicitado por la Entidad, evidenciando cumplimiento de dichos requerimientos...*, **CARACTERISTICA TECNICA A02: DEBE SER INTEGRADO DE FABRICA, NO ADAPTADO, CONDETECTOR FLAT PANEL COMPATIBLE CON EL EQUIPO**, EL POSTOR EN FOLIO 19 DE LA OFERTA: INDICA "EL DR100S ES UN SISTEMA DE RAYOS X MÓVIL INTEGRADO DE FABRICA SIN NINGUNA ADAPTACION, PARA RADIOGRAFÍA DIGITAL" SIN EMBARGO EN EL FOLIO 17 DE LA OFERTA: INDICA " ESTACIÓN DE TRABAJO MUSICA ACQUISITION WORKSTATION (PC TODO EN UNO) MONTADA EN UN SOPORTE" EVIDENCIANDO QUE NO ES INTEGRADA Y EN FOLIO 29 Y 32 DE LA OFERTA: SE MUESTRA IMÁGENES DE PRODUCTO OFERTADO EN EL CUAL SE VISUALIZA QUE EL WORKSTATION NO ESTÁ INTEGRADO AL EQUIPO, así mismo en, **CARACTERISTICA TECNICA B02:IMPRESORA EN SECO LASER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 01 BANDEJA, 4096 TONOS DE GRISES (PROFUNDIDAD DE PIXEL DE 12 BITS) O MAYOR CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 50 PELICULAS POR HORA O MAYOR PARA PELICULAS DE 14 IN X 17 IN (PULGADAS) SUMINISTRO DE INSUMOS 100 PELICULAS COMO MINIMO COMPATIBLE CON PELICULAS DE TAMAÑOS 14IN X 17IN, 11IN X 14IN, 10IN X 12IN, 8IN X 10IN COMO MINIMO) CON INTERFACE DICOM, SUMINISTRO ELECTRICO 220V/60HZ (TOLERANCIA SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)**, EL POSTOR EN FOLIO 53 DE LA OFERTA: adjunta el cuadro de especificaciones de la impresora ofertada DRYPIX SMART la cual indica los tamaños de películas aplicables de las cuales el tamaño 10"x14" no se ajusta a lo solicitado por el área usuaria, se adjunta EETTs de dicho bien ofertado, no cumpliendo con lo solicitado en las especificaciones técnicas del bien a adquirir, quedando su oferta como **NO ADMITIDA.**



IMPRESORA FUJIFILM DRYPIX SMART cantidad

Añadir al carrito

Categoría: Protección Radiológica

• Descripción

Máximo desempeño y versatilidad en un diseño compacto, ofrece gran calidad de imágenes que le permiten una gran variedad de usos incluyendo Mamografía.

La impresora médica seca láser (Dry Laser Imager) DRYPIX Smart es un equipo destinado a recibir las imágenes DICOM provenientes de lectores de imágenes FCR/FDR o de modalidades CT, MRI y otras, e imprime las mismas en películas Fuji Medical Dry Imaging.

Características:

- Alta productividad: La impresora DRYPIX Smart cuenta con una productividad de hasta 80 hojas por hora con un tamaño de 14" x 17". Esto ayuda a reducir el tiempo de espera del paciente e incrementa la eficiencia del flujo de trabajo.
- Dos bandejas para mayor versatilidad: La impresora DRYPIX acepta distintos tamaño de película. Está equipada con dos charolas universales lo que le permite imprimir dos tamaños distintos al mismo tiempo.
- Alta resolución y máxima densidad
- Procesador de imagen que permite imágenes de alta calidad
- Tamaño de películas:
  - DI-HL (blue base): 20 x 25 cm (8" x 10"), 25 x 30 cm (10" x 12"), 26 x 36 cm (10.5 x 14.2"), 35 x 35 cm (14" x 14"), 35 x 43 cm (14" x 17")
  - DI-ML (blue base): 20 x 25 cm (8" x 10"), 25 x 30 cm (10" x 12"), 26 x 36 cm (10" x 14")

Fuji Medical Dry Imaging Imager DRYPIX Smart Product Specifications

**4.8 Maximum Density**

DI-HL	3.0
DI-ML	4.0

**4.9 Number of Input I/F**

1ch of DICOM Network input

**4.10 Film Supply**

Two supplies (two trays)  
Film loading tray system under daylight conditions  
\* Up to five film trays can be used (Changed by operator)

**4.11 Density Calibration Function**

Automatic density calibration function embedded.

**4.12 Connectable Devices**

Major FujiFilm devices connectable to DRYPIX Smart include:

- (1) Connection with each type of the DICOM printing compliant image diagnostic device
- (2) In case of connection with DICOM non-network compliant image diagnostic device, DrypixLink is used
- (3) In case of connection with E-DMS/Toshiba protocol compliant image diagnostic device, FN-PS551 and DrypixLink are used
- (4) Major FujiFilm devices connectable to the DRYPIX Smart include:
  - V Station 1 (CR-IR392V CL)
  - C@RNACORE (CC-WS874)
  - CR Console (CR-IR346CL/CR-IR348CL)
  - Console Advance (DR-ID300CL)
  - AWS (CR-IR363AWS)

**4.12.1 Format**

- (1) Standard format (for all film sizes):  
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 54, 56, 63, 64, 70, 72, 80
- (2) Mixed format:
  - 14" x 17" Portrait mixed format: 6 formats
  - 14" x 14" mixed format: 5 formats
  - 10" x 14" (26 x 36cm) Portrait mixed format: 1 format
  - 10" x 14" (26 x 36cm) Landscape mixed format: 4 formats
  - 10" x 12" Portrait mixed format: 1 format
  - 10" x 12" Landscape mixed format: 4 formats
  - 8" x 10" Portrait mixed format: 1 format
  - 8" x 10" Landscape mixed format: 4 formats



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**OBSERVACION SOBRE LA CALIFICACION DEL POSTOR DIGITAL 'X' RAY S.A.C.**

Según lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225 en el Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, numeral 46.1 indica ... *El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo en relación a los actos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante...* El Primer Miembro Titular del Comité de Selección, designado mediante FORMATO N° 04 035-GRA/ORA, RONAL FERDINANG GOMEZ CRUZ hace uso de la palabra y plasma por escrito en la presente acta su voto de discrepancia, indicando lo siguiente: **Como miembro titular del comité de selección emito mi voto de discrepancia a la calificación de la propuesta del postor Digital X Ray con respecto al incumplimiento del ítem A02 DEBE SER INTEGRAL DE FABRICA, NO ADAPTADO, para mi opinión el postor cumple con acreditar según folio 019 de su oferta, además el ítem E02 IMPRESORA EN SECO LASER CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 01 bandeja 4096 tonos de grises profundidad de pixel de 12 bits o mayor! capacidad de procesamiento de 50 películas por hora o mayor para películas de 14 IN x 17 IN( PULGADAS) suministro de insumos 100 películas como mínimo compatible con tamaños 14x17,11x14, 10x12, 8x10 como mínimo, para mi opinión el postor cumple con lo solicitado según los folios 052, 053 y 058.**

Se señala que el Comité de Selección ha procedido a evaluar las propuestas de los postores en función a las condiciones establecidas en las bases integradas y aplicando los principios que rigen las contrataciones del Estado, por lo que en prevención de la existencia de vicios ocultos en la documentación presentada por los postores, una vez culminado el presente proceso de selección, el Órgano Encargado de las Contrataciones del Gobierno Regional de Arequipa – Sede Central, procederá a realizar la fiscalización y verificación posterior de la documentación presentada por los postores de manera oportuna, ello en concordancia con lo dispuesto en el Numeral 64.6 del Artículo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, es preciso señalar que no es responsabilidad del Comité de Selección INTERPRETAR EL ALCANCE DE UNA OFERTA, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las propuestas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas.

**CUARTO DECLARATORIA DE DESIERTO. –**

Ahora bien, de conformidad con el artículo 65.2 del Reglamento, que señala: "El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista una oferta valida, salvo en el caso de la subasta inversa electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (02) ofertas válidas".

Por su parte precisa el numeral 65.2 del Artículo 65° Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, emite un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado a facultad de aprobación del expediente de contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente.

Por lo antes expuesto, el Comité de Selección, dispone declarar **DESIERTO POR MAYORIA** de acuerdo al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, numeral 46.2. *Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el comité de selección se sujeta a las siguientes reglas: b) Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por parte de ninguno de los integrantes.* el Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 032-2024-GRA-1, cuyo objeto de convocatoria es la **"ADQUISICION EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL PARA EL PROYECTO "ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPIO Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; CONSTRUCCIÓN DE RESONANCIA MAGNETICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL III GOYENECHÉ - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", por no existir ni una oferta valida**





GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
OFICINA DE LOGÍSTICA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



**QUINTO:** Conocidos los resultados, se suscribe en señal de conformidad, el mismo que se comunicará para conocimiento de los Postores a través del SEACE.

.....  
JONATHAN ANDRE LOZADA CUADROS  
Presidente Titular del Comité

.....  
RONAL FERDINANG GOMEZ CRUZ  
Primer Miembro Titular del Comité

.....  
RAQUEL PERFECTA HERRERA VILLANUEVA  
Segundo Miembro Titular del Comité