

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura :	AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sobre la pintura del equipo, a fin de cotizar acordemente, se cubrirán las partes oxidadas/despintadas, o se deberá realizar un pintado completo a la cubierta del compresor de aire y otros equipos en los que menciona pintura?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 2.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la consulta, con respecto al pintado del equipamiento de la planta generadora de oxigeno solo se cubriran de pintura las partes oxidadas/despintadas del equipamiento

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la planta de oxígeno marca Seralt se menciona "suministro e instalación de sensor de oxígeno". Considerando que el tdr del año pasado indicó el cambio de este componente, solicitamos se retire de las bases integradas ya que se debe encontrar en buen estado. Además de ello, ya hay otro ítem que solicita el suministro de un analizador de oxígeno en "sistema completo"

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3Literal: 3.1Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, no obstante, en la actividad de suministro e instalación de sensor de oxígeno, se incorporará en la actividad de Mantenimiento preventivo y calibración del sensor de O2, CO y CO2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura :	AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Además de los analizadores de oxígeno integrados que tiene cada planta de oxígeno, se solicita el suministro de un analizador portátil en página 23 para la planta Seralt y uno para la planta Genatek en pagina 27. Agradecemos confirmar que el suministro de dicho analizador portatil no es una duplicidad, o si realmente se deberá suministrar 1 und adicional para cada planta

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la consulta, en relación a los analizadores de oxigeno portátiles, se precisa que cada planta generadora de oxigeno necesitará una (01) unidad de este analizador. Esto se debe a que se proporcionará un analizador al encargado de la operación del equipo (Mantenimiento) y otro al encargado de la provisión de oxigeno (Departamento de Farmacia).

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Agradeceré se detalle la lista de laboratorios acreditados y verificados por la Entidad para la certificación del analizador de oxígeno, según lo solicitado en Bases, ya que no especifica qué entidad debe regularlos. O, en todo caso, indicar el laboratorio que verificó en el mantenimiento del año pasado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la consulta, respecto a la certificación de analizador de oxigeno y gases (CO y CO2) será certificada y aprobada por laboratorios acreditados por INACAL o calibración de fábrica no mayor a un año.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El compresor de aire de la planta Seralt, según manual de fabricante, menciona que no requiere de ninguna base adicional, ya que al ser de tornillo rotativo puede ser fijada al piso. Solicitamos se retire de las bases la construcción de una base de concreto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la consulta, se descarta la actividad de la construcción de base de concreto y anclaje del compresor de aire para las dos (02) plantas generadoras de oxígeno.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura :	AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se menciona que las plantas de oxígeno deberán recibir 2 intervenciones preventivas durante el periodo de garantía. Solicitamos se detalle explícitamente si estas intervenciones deberán incluir 1. Todas las mismas actividades detalladas en tdr de la primera intervención, o si 2. Se podrá realizar solo las actividades necesarias para el buen funcionamiento del equipo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la consulta, se aclara que las 2 intervenciones preventivas durante el periodo de garantía será realizará solo las actividades necesarias para el buen funcionamiento equipamiento del Sistema de Generación de Oxígeno Medicinal ubicado en el Hospital Regional de Ayacucho sede Canaán.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se menciona que se deberá permitir la conexión con "un flujómetro y un analizador co co2 (2 und)". Solicitamos se detalle si las 2 und se refieren a 1 flujometro y 1 co/co2, o a 2 flujometros+2 co co2, o qué cantidades de cada tipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la consulta, respecto al flujometro y analizador, se aclara que se deberá suministrar e instalar el analizador o detector de gases CO Y CO2 (01 unid)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Se menciona que se deberá permitir la conexión con "un flujómetro y un analizador co co2 (2 und)". Solicitamos se detalle si 1. La Entidad proveerá el flujometro y el analizador, y el contratista solo la conexión, o 2. El contratista deberá suministrar los equipos, y tambien la instalación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se responde a la consulta en relación al flujometro y analizador, aclarando que se deberá proveer e instalar el analizador o detector de gases CO Y CO2 (01 unidad), en la planta generadora de oxigeno sede Independencia.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos se detalle si se podrá reemplazar el filtro completo en la planta de oxígeno por uno de mismo grado de filtración o superior, en caso no se encuentren repuestos (cartuchos) disponibles del filtro instalado actualmente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la consulta, en relación a los cartuchos o elementos filtrantes de todo el sistema de la planta generadora de oxigeno, se podrá reemplazar por uno de mismo grado de filtración o superior.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos se retire la construcción de una base de concreto, ya que el equipo compresor no lo requiere

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la consulta, se descarta la actividad de la construcción de base de concreto y anclaje del compresor de aire para las dos (02) plantas generadoras de oxígeno.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Para la planta genatek, las dos intervenciones preventivas deberán ser 1. Con todas las mismas actividades del primer mantenimiento indicadas en tdr, o serán de acuerdo al estado en el que se encuentren?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la consulta, se aclara que las 2 intervenciones preventivas durante el periodo de garantía será realizará solo las actividades necesarias para el buen funcionamiento equipamiento del Sistema de Generación de Oxigeno Medicinal ubicado en el Hospital Regional de Ayacucho sede Independencia.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
Solicitamos se agregue a la lista de técnicos posibles, un técnico electrónico así como un tecnico electricista, agregando "y/o técnico electrónico y/o técnico electricista"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se acoge a la consulta, se incluirá la especialidad de técnico electrónico o técnico electricista.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA		
Nomenclatura :	AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO		

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos se retire el requisito de "Una carta de Inacal DIRIGIDA A LA EMPRESA solicitante", ya que debe ser responsabilidad del área usuaria verificar que no existe procedimiento de calibracion normado de analizadores de oxigeno medicinal actualmente. Cabe mencionar que si una empresa presenta esta carta, sería válida para todos los postores sin necesidad de que inacal dirija la carta a uno en específico

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la observación, se descarta el requisito de "Una carta de Inacal Dirigida a la Empresa Solicitante", ya que el analizador oxigeno y gases (CO y CO2) será certificada y aprobada por laboratorios acreditados por INACAL o calibración de fábrica no mayor a un año

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-62-2024-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL REGIONAL "MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA" DE AYACUCHO

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	23:53:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos se retire en equipamiento estrategico, todo lo que indique que inacal debe enviar una carta a nombre del postor con vigencia menor a 45 días, ya que la Entidad ya verificó que no existe procedimiento normado de Inacal, por lo que solo debería solicitarse calibracion de fabrica, o realizada por empresas confiables con experiencia en el rubro

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3Literal: 3.1Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la consulta, se descarta la exigencia de que Incal debe enviar una carta al representante con vigencia menor a 45 días, dado que el analizador oxigeno y gases (CO y CO2) será certificada y aprobada por laboratorios acreditados por INACAL o una calibración de fábrica que no exceda a un año.