

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código : 20563090805

Nombre o Razón social : BIOASSAY PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/10/2024

Hora de envío : 16:19:21

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

En la Pág. 17 de las bases administrativas, en el numeral 2.2.1.1.I, solicitan como requisito de presentación obligatoria para la admisión de la oferta en su numeral I. Copia simple del Certificado de Seguridad Eléctrica.

Es pertinente manifestar que lo expuesto en el primer párrafo vulnera los principios de Libertad de concurrencia e igualdad de trato y de transparencia, ya que se puede presumir un direccionamiento, por lo cual observamos la bases y solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria suprimir este requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.2.1.I Página: 17

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge pues no vulnera el principio de libertad de concurrencia, dado que existe pluralidad de postores en el estudio de mercado, asimismo esta entidad al adquirir dichos equipos medicos trata de salvaguardar que estos esten en optima condicones siendo el Certificado de Seguridad Electrica necesario para la adquisición

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA: : En el proceso de selección se solicita un plazo de entrega de 15 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Solicitamos al comité de selecciónexpende el plazo de entrega de los equipos a los 90 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, tiempo de que demora la importación de los 4 equipos solicitamos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: . Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo de entrega se ampliara hasta 25 días a partir de la notificación de la Orden de Compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:36

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DICE: HEMOGRAMAS CON DETERMINACIÓN DE 3 ESTIRPES LEUCOCITARIAS: Neutrofilos, linfocitos y otros. La metodología de impedancia utilizada en los analizadores de 3 diferenciales realiza el recuento de globulos rojos, globulos blancos y plaquetas. En la determinación de los globulos blancos esta metodología solo permite diferenciar la serie leucocitaria en: leucocitos, celulas medias y granulocitos neutrofilos. Consultamos al comité de selección aclarar si nuestra afirmación es correcta, ya que las características indicadas en las EE.TT no son muy especificas y la palabra "otros" es muy amplia y subjetiva.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 4 Literal: D1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El enunciado de Neutrófilos, linfocitos y otros, se refiere a Granulocitos, Linfocitos y Leucocitos de tamaño mediano. SE SE MODIFICA A: D01.HEMOGRAMAS CON DETERMINACION DE 3 ESTIRPES LEUCOCITARIAS: NEUTROFILOS, LINFOCITOS Y OTROS (GRANULOCITOS Y LEUCOCITOS DE TAMAÑO MEDIO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:36

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

DICE: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. En el mercado esta característica solo lo cuentan los equipos con una mayor performance, usualmente de 5 diferenciales y es muy reducido en analizadores de 3 diferenciales. Consultamos al comité de selección poner como caractetistica opcional, ya que esta característica es específica de equipos de mayor performance y asi tener una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 4 Literal: D03 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta pues estaría modificando las especificaciones de las Especificaciones Técnicas iniciales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Textualmente dice: EL USUARIO FINAL DEFINIRÁ LA FRECUENCIA MENSUAL DE PROCESAMIENTO PARA CADA PRUEBA A REALIZAR, A FIN DE CALCULAR LA CANTIDAD DE CONSUMIBLES A ENTREGAR. ENTENDEMOS QUE EL PROCESO ES LA COMPRA DE 4 EQUIPOS, MAS NO DE REACTIVOS NI CONSUMIBLES. CONSULTAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN ACLARAR SI EL PROCESO ES LA COMPRA DE SOLO LOS 4 EQUIPOS O EQUIPOS Y REACTIVOS, SI ES ASI, SE DEBE INDICAR LA CANTIDAD DE CUANTOS HEMOGRAMAS POR EQUIPO SE REALIZARÁ EN EL PERIODO DE 2 AÑOS PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES A ENTREGAR. DE NO SER EL CASO, ESTA CARACTERÍSTICA DEBERIA SER SUPRIMIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 4 Literal: H01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el proceso es la adquisición de 04 equipos, sin embargo se va a comprar adicionalmente los reactivos (que deben incluir todos los materiales, consumibles, accesorios, calibradores, controles de calidad interno, soluciones, complementos de limpieza) para la realización de pruebas efectivas, cuya cantidad será determinada de acuerdo a la demanda mensual. Por ello se modifica a H01. UN (01) KIT DE INICIO COMPLETO DE REACTIVOS, INCLUIDOS LOS MATERIALES Y/O CONSUMIBLES Y/O ACCESORIOS Y/O CALIBRADORES Y/O DE CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y/O SOLUCIONES Y/O COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS, QUE DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE LA METODOLOGÍA PERMITA LA REALIZACIÓN COMPLETA DE LAS PRUEBAS EFECTIVAS PARA EL PROCESO DE HEMOGRAMA, POR EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:36

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**  
CONTROLES INTERNOS: PROPORCIONAR MATERIAL DE CONTROL PARA TODO EL PERIODO DE COMPRA, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE LA METODOLOGIA. CONSULTAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN ACLARAR SI SE INCLUIRÁ LA ENTREGA DE CONTROLES PARA EL PERIODO INDICADO. DE NO SER EL CASO, ESTA CARACTERÍSTICA DEBERIA SER SUPRIMIDA.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** ANEXO 4      **Literal:** H02      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se aclara que si se debe incluir los controles de calidad interno para el periodo indicado. SE SUPRIME H02, SE MODIFICA A: H01. UN (01) KIT DE INICIO COMPLETO DE REACTIVOS, INCLUIDOS LOS MATERIALES Y/O CONSUMIBLES Y/O ACCESORIOS Y/O CALIBRADORES Y/O DE CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y/O SOLUCIONES Y/O COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS, QUE DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE LA METODOLOGÍA PERMITA LA REALIZACIÓN COMPLETA DE LAS PRUEBAS EFECTIVAS PARA EL PROCESO DE HEMOGRAMA, POR EQUIPO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:36

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SOLUCIONES Y COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE QUE PERMITA LA REALIZACIÓN TOTAL DE LAS PRUEBAS EFECTIVAS SOLICITADAS, MAS LAS PRUEBAS DE CALIBRACIONES Y LOS LAVADOS ADICIONALES REQUERIDOS DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DE TRABAJO. CONSULTAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN ACLARAR SI SE INCLUIRÁ LA ENTREGA DE SOLUCIONES Y COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO INDICADO. DE NO SER EL CASO, ESTA CARACTERÍSTICA DEBERIA SER

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 4 Literal: H02 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que si se debe incluir las soluciones, complementos de limpieza para el periodo indicado. SE SUPRIME H03, SE MODIFICA A: H01. UN (01) KIT DE INICIO COMPLETO DE REACTIVOS, INCLUIDOS LOS MATERIALES Y/O CONSUMIBLES Y/O ACCESORIOS Y/O CALIBRADORES Y/O DE CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y/O SOLUCIONES Y/O COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS, QUE DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE LA METODOLOGÍA PERMITA LA REALIZACIÓN COMPLETA DE LAS PRUEBAS EFECTIVAS PARA EL PROCESO DE HEMOGRAMA, POR EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:36

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:  
EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, SE PROGRAMARÁ DISTINTAS CAPACITACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL USO, OPERACIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO. PARA CUMPLIR CON ESTA CONDICIÓN CONSULTAMOS AL COMITÉ INDICAR DONDE ESTARÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: . Literal: 6.1.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS NO INCLUYE INSTALACION DADO QUE SISOL TIENE VARIAS SEDES EN LIMA Y PROVINCIAS SIN EMBARGO SE SOLICITA LA CAPACITACION Y/O ORIENTACION PARA EL MANEJO DE LOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:36

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA: : En el proceso de selección se solicita un plazo de entrega de 15 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Solicitamos al comité de selecciónexpende el plazo de entrega de los equipos a los 90 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, tiempo de que demora la importación de los 4 equipos solicitamos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo de entrega se ampliara hasta 25 días a partir de la notificación de la Orden de Compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:36

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:  
DICE: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM): EL CERTIFICADO DE ISO 13485 - 2016 EN MUCHOS PROCESOS DE SELECCIÓN SON VALIDOS COMO BPM YA QUE ESTE CERTIFICADO ENGLOBA DE UNA FORMA MAS COMPLETA EL PROCESO DE MANUFACTURA DE LOS EQUIPOS Y REACTIVOS DE UNA EMPRESA. consultamos al comité de selección si se puede presentar copia simple del certificado de ISO 13485 - 2016 COMO CERTIFICADO CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.2 Literal: . Página: 23  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACLARA QUE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITANTES SE DEBERAN PRESENTAR POR PARTE DEL POSTOR DE LA OFERTA  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	17:16:36

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA: UL,AAMI,NSPA,IEC,EN,SCA, O NTP 60601 - 1 - 2010. CONUSLTAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI SE PUEDE PRESENTAR CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.12 Literal: . Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTAN COPIAS DE LO SOLICITADO ACLARANDO QUE SON LOS DOCUMENTOS DEL POSTOR OFERTANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20340116055	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	Hora de envío :	18:07:32

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

H01.- EL USUARIO FINAL DEFINIRÁ LA FRECUENCIA MENSUAL DE PROCESAMIENTO PARA CADA PRUEBA A REALIZAR, A FIN DE CALCULAR LA CANTIDAD DE CONSUMIBLES A ENTREGAR.  
TODOS LOS CONSUMIBLES: CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN FORMA PERIÓDICA (ACOMPAÑADO A LA ENTREGA DE LOS REACTIVOS), EN CANTIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO A OOS PROTOCOLOS DE CADA METODOLOGIA PARA PERMITIR LA REALIZACIÓN COMPLETA DE LAS PRUEBAS EFECTIVAS MAS LAS PRUEBAS DE CALIBRACIÓN Y CONTROL PARA EL PERIDO DE COMPRA. EN CUALQUIER CASO, EN QUE FALTE ALGUNO DE ELLOS, EL PROVEEDOR PROCEDERÁ A SU ENTREGA COMO REPOSICIÓN INMEDIATA.  
LOS KITS DE CALIBRACIÓN Y REACTIVOS SON CONSIDERADOS ¿CONSUMIBLES¿ ES DECIR, SE AGOTAN Y DEBEN SER COMPRADOS SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO POR ESTA RAZÓN SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL QUE MENCIONE UNA CANTIDAD MÍNIMA DE CONSUMIBLES SEGÚN LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS A FIN DE SABER CONCRETAMENTE LA CANTIDAD DE INSUMOS QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el proceso es la adquisición de 04 equipos, sin embargo se va a comprar adicionalmente los reactivos (que deben incluir todos los materiales, consumibles, accesorios, calibradores, controles de calidad interno, soluciones, complementos de limpieza) para la realización de pruebas efectivas, cuya cantidad será determinada de acuerdo a la demanda mensual. Por ello se modifica a H01. UN (01) KIT DE INICIO COMPLETO DE REACTIVOS, INCLUIDOS LOS MATERIALES Y/O CONSUMIBLES Y/O ACCESORIOS Y/O CALIBRADORES Y/O DE CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y/O SOLUCIONES Y/O COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS, QUE DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE LA METODOLOGÍA PERMITA LA REALIZACIÓN COMPLETA DE LAS PRUEBAS EFECTIVAS PARA EL PROCESO DE HEMOGRAMA, POR EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20340116055	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	Hora de envío :	18:07:32

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

H02.- CONTROLES INTERNOS: PROPORCIONAR MATERIAL DE CONTROL PARA TODO EL PERIODO DE COMPRA, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE LA METODOLOGÍA (PROCESAR EN TRES NIVELES DE CONTROL PARA CADA DÍA DE TRABAJO)  
EL TERMINO ¿CANTIDAD SUFICIENTE¿ PARA LA CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL, ES AMBIGUO Y NO PERMITE HACER UN CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO POR ESTA RAZÓN SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL MENCIONE UNA CANTIDAD MÍNIMA DE CONSUMIBLES SEGÚN LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS A FIN DE SABER CONCRETAMENTE LA CANTIDAD DE INSUMOS QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el proceso es la adquisición de 04 equipos, sin embargo se va a comprar adicionalmente los reactivos (que deben incluir todos los materiales, consumibles, accesorios, calibradores, controles de calidad interno, soluciones, complementos de limpieza) para la realización de pruebas efectivas, cuya cantidad será determinada de acuerdo a la demanda mensual. SE SUPRIME H02, SE MODIFICA A: H01. UN (01) KIT DE INICIO COMPLETO DE REACTIVOS, INCLUIDOS LOS MATERIALES Y/O CONSUMIBLES Y/O ACCESORIOS Y/O CALIBRADORES Y/O DE CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y/O SOLUCIONES Y/O COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS, QUE DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE LA METODOLOGÍA PERMITA LA REALIZACIÓN COMPLETA DE LAS PRUEBAS EFECTIVAS PARA EL PROCESO DE HEMOGRAMA, POR EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20340116055	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	Hora de envío :	18:07:32

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

H03.- SOLUCIONES, COMPLEMENTO DE LIMPIEZA Y OTROS, EN CANTIDAD SUFICIENTE QUE PERMITA LA REALIZACIÓN TOTAL DE LAS PRUEBAS EFECTIVAS SOLICITADAS, MAS LAS PRUEBAS DE CALIBRACIONES Y LOS LAVADOS ADICIONALES REQUERIDOS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA DE TRABAJO. SEGÚN NUESTRA INTERPRETACIÓN ESTE ITEM TIENE RELACIÓN CON H01 Y H02, LO QUE SE PODRÍA ENTENDER COMO UNA DUPLICIDAD EN EL REQUERIMIENTO, POR LO QUE SOLICITAMOS CORDIALMENTE AL COMITÉ ACLARAR ESTE PUNTO Y DE SER EL CASO QUE ESTE ITEM ES DIFERENTE A H01 Y H02, EL TERMINO ¿CANTIDAD SUFICIENTE¿ PARA LA CANTIDADES DE LOS INSUMOS SOLICITADOS, ES AMBIGUO Y NO PERMITE HACER UN CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO POR ESTA RAZÓN SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL MENCIONE UNA CANTIDAD MÍNIMA DE CONSUMIBLES SEGÚN LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS A FIN DE SABER CONCRETAMENTE LA CANTIDAD DE INSUMOS QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el proceso es la adquisición de 04 equipos, sin embargo se va a comprar adicionalmente los reactivos (que deben incluir todos los materiales, consumibles, accesorios, calibradores, controles de calidad interno, soluciones, complementos de limpieza) para la realización de pruebas efectivas, cuya cantidad será determinada de acuerdo a la demanda mensual. SE SUPRIME H03, SE MODIFICA A: H01. UN (01) KIT DE INICIO COMPLETO DE REACTIVOS, INCLUIDOS LOS MATERIALES Y/O CONSUMIBLES Y/O ACCESORIOS Y/O CALIBRADORES Y/O DE CONTROLES DE CALIDAD INTERNO Y/O SOLUCIONES Y/O COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS, QUE DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE LA METODOLOGÍA PERMITA LA REALIZACIÓN COMPLETA DE LAS PRUEBAS EFECTIVAS PARA EL PROCESO DE HEMOGRAMA, POR EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20603907362	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SCALAP MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	21:02:51

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

El postor adjuntara al momento de la oferta el registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple), de ser el caso.

El bien de la presente convocatoria se encunetra en la Relacion de productos que NO estan sujeros a otorgamiento de Registro sanitario.

Por lo antes expuesto, solicitamos al Comite que supriman esta seccion o en su defecto la aceptacion de la copia simple de la Relacion de productos que no estan sujetos a RS emitido por Digemid que hice mencion.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 6.1.2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTARAN COPIAS DE LO SOLICITADO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-SISOL/MML-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUATRO (04) ANALIZADORES HEMATOLOGICOS PARA LA EXPANSION DE LOS HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD DE LIMA Y PROVINCIAS

Ruc/código :	20603907362	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SCALAP MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	21:09:35

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del Art. 62° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272; la DIGEMID hace de conocimiento que en el caso de renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos y similares, se entienda automáticamente prorrogados en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia origina, y mientras la autoridad instruye el procedimiento de renovación y notifica la decisión definitiva sobre este expediente.

Por ello solicitamos al digno comité que en el caso que el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento CBPA hayan vencido y estén en proceso de Renovación debidamente sustentado, el postor podrá presentar una declaración jurada indicando que el CBPA se encuentra comprendido en el alcance señalados y que a la fecha de presentación de la oferta técnica no cuenta con opinión negativa sobre la solicitud de renovación por parte de Digemid, adjuntando la copia del referido CBPA y la copia de la solicitud de Renovación ante DIGEMID.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

numeral 13 del Art. 62° de la Ley N° 27444

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTIVAS DE ALMACENAMIENTO Y/O COPIA DE LA SOLICITUD DE RENOVACION ANTE DIGEMID

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null