

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES SIS DEL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA

Ruc/código :	20518325150	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA SG S.A.C. - CORPMED SG S.A.C.	Hora de envío :	18:27:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la especificación técnica del inserto de copa se detalla: compatible con cabeza de 22.225mm. Solicitamos poder participar con inserto compatible con cabeza de cromo cobalto de 22mm de diámetro?

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 6 Literal: Inserto Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Apelando a la pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA LA ESPECIFICACION TECNICA ES CLARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES SIS DEL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA

Ruc/código :	20518325150	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA SG S.A.C. - CORPMED SG S.A.C.	Hora de envío :	18:27:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la característica del inserto de copa mencionan a ceja antiluxante de 10°. Solicitamos se tenga a bien considerar la inclusión de una ceja antiluxante de 20°

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: Inserto Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA ESPECIFICACION TECNICA ES CLARA CON CEJA ANTILUXANTE DE 10 A 20 GRADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES SIS DEL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA

Ruc/código :	20518325150	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA SG S.A.C. - CORPMED SG S.A.C.	Hora de envío :	18:27:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el primer párrafo de las características del inserto de copa se hace referencia a la compatibilidad de con cabezas de 22.225mm, 28mm, 32mm y 36mm pero en la tabla de dimensiones hacen referencia a diametros de 28mm, 32mm y 36mm. Por favor se sirvan aclarar al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: Inserto Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA EL DIAMETRO INTERNO COMPATIBLE CON CABEZA SEA DE 22.225mm, 28mm, 32mm y 36mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AGREGARA
22.225mm, 28mm, 32mm y 36mm