

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)


1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/04/2023						
1.2 ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DEL CENTRO MEDICO NAVAL "CMST" - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"Adquisición de Insumos para la Central de Esterilización"						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			NO APLICA			
	Documento que declaró la viabilidad			NO APLICA			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 9022/54		Fecha de recepción	12/10/2022		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	1/12/2022	De oficio	Oficio N° 10556/54	Con motivo de observaciones	REESTRUCTURA REQUERIMIENTO	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		LA ADQUISICIÓN DE LOS ITEMS AL CONFORMAR UN PAQUETE ENGLOBALAN LA MAYOR CANTIDAD DE BIENES QUE CUMPLEN CON LA PLURALIDAD DE POSTORES Y MARCAS, TRATÁNDOSE DE BIENES VINCULADOS ENTRE SI (INDICADOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y MANGAS TIVEK)				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X		NO			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	10	0	—	—	10	Oficio N° 1870/54	29/11/2022

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
DOS (2) CONSULTAS DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD, DOS (2) CONSULTAS A REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, DOS (2) CONSULTAS A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS Y CUATRO (4) A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO							
	4	0	-	-	4	MENSAJE NAVAL 131621 ENERO 2023	13/01/2023
DOS (2) CONSULTAS A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS Y DOS (2) A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	10	0	0	-	10	Oficio N° 11038/54	16/12/2022
DOS (2) CONSULTAS A LOS DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD: PRESENTACIÓN DE MUESTRAS LUEGO DE CONVOCARSE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y SOLO SE PRESENTARÁ UNA MUESTRA DE MANGAS TIVEK DE 25 CM., DOS (2) CONSULTAS A LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: SE EXCLUYERÁ LA DECLARACIÓN JURADA QUE SUSTITUYA A LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO; DOS (2) CONSULTAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS: SE AMPLIA LA PRESENTACIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN CAJA DE CARTÓN X 2 UNIDADES Y CAJA DE CARTÓN POR CINCO UNIDADES, ASÍ COMO EL EMBALAJE PRIMARIO CON CARTÓN PLEGADIZO SELLADO CON BOLSA DE PLÁSTICO O BOLSA DE PLÁSTICO SELLADO CON INDICADOR DE FUGA DEL AGENTE ESTERILIZANTE, Y LAS CUATRO (4) CONSULTAS AL EQUIPO EN CESIÓN DE USO: SE AMPLIA CAPACIDAD ÚTIL DE LA CÁMARA DE 90 A 120 LITROS, SE AMPLIAN DOS ESPECIFICACIONES PARA MAYOR PARTICIPACIÓN Y NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FALLAS Y DIAGNÓSTICO.							
	4	0	0	-	4	Oficio N° 1018/54	7/02/2023
DOS (2) CONSULTAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACEPTANDO PARCIALMENTE EL EMPAQUE Y ACEPTANDO LA FORMA DE PRESENTACIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, Y DOS (2) CONSULTAS DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO, LAS CUALES FUERON ACEPTADAS POR EL ÁREA USUARIA.							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	SE AUMENTO LA CAPACIDAD O VOLUMEN ÚTIL DE LA CÁMARA DE 90 A 120 LITROS
4 AL 9	SE ACEPTA LA PRESENTACIÓN DE DOS (2) MUESTRAS SIEMPRE QUE EL MONTO UNITARIO SUPERE EL 1% DE LA UIT, Y PARA LA MANGA TYVEK SE PRESENTARÁ UNA MEDIDA DE 25 CM.
	PARA LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, SE DEBERÁ PRESENTAR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE, EMITIDA POR LA DIGEMID, ELIMINANDO LA PRESENTACIÓN DE UNA
1	PARA EL AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 58 A 59%, LA FORMA DE PRESENTACIÓN SE ACEPTARÁ EN CAJA DE CARTÓN X 2 Ó 5 UNIDADES.
1	PARA EL AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 58 A 59% EL EMBALAJE PRIMARIO SERÁ DE CARTÓN PLEGADIZO SELLADO CON BOLSA DE PLÁSTICO Ó BOLSA DE PLÁSTICO SELLADO CON INDICADOR DE FUGA DEL AGENTE ESTERILIZANTE.
	PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO SE ADICIONA QUE DEBE GENERARSE FASE PLASMA DE SEGURIDAD DENTRO DE LA CÁMARA
	PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO SE ADICIONA LA PANTALLA DIGITAL TÁCTIL A COLOR LCD QUE PERMITA INICIO DE CICLO, CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, VISUALIZAR PARÁMETROS Y FASES DEL PROCESO, TIEMPO DE CICLO, INSUFICIENCIA DE AGENTE ESTERILIZANTE.
	PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO, EL INSUMO ESTERILIZANTE CON CÓDIGO DE BARRAS PARA RECONOCIMIENTO DEL EQUIPO SE CONSIDERARÁ COMO OPCIONAL.
	PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO SE ACEPTA QUE LOS DESECHOS DE LA CÁMARA SE ELIMINEN SIN QUE EXPONGA AL PERSONAL QUE MANIPULA U OPERA EL EQUIPO AL AGENTE ESTERILIZANTE
	PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO, SE ACEPTARÁ QUE DEBE CONTAR CON PROCEDIMIENTO O MECANISMO PARA ELIMINACIÓN
1	PARA EL AGENTE ESTERILIZANTE CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO SE AMPLIARÁ QUE SEA OPCIONAL EL INDICADOR DE FUGA DEL AGENTE ESTERILIZANTE, Y QUE EL EMPAQUE SECUNDARIO PUEDA SER DE PLÁSTICO QUE GARANTICE LA MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAJE DEL PRODUCTO.
1	PARA EL AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 58 A 59%, LA FORMA DE PRESENTACIÓN SE ACEPTARÁ EN CAJA DE CARTÓN X 2 Ó 5 Ó 6 UNIDADES.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/03/2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	/
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	/
	<i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i>				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	/	NO	X
	<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	/	NO	X
	<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	/	NO	X
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				
4	 Capitán de Fragata SN (O) Úrsula CALLEJOS Zaballos 00062650				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				