

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura :	AS-SM-36-2024-DIRSAPOL-UE 020-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 43 Y 45

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:16:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:  
DE LAS BASES:

GENERALIDADES.  
Se le solicita al comité de selección indicar si en el objeto de la convocatoria "ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMÉDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA AF-2024, ÍTEM 43 Y 45" la palabra "BIOMÉDICO" se considera igual o similar a los dispositivos médicos y/o material médico, esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases :    Sección: General                    Numeral: 1.2                    Literal: 1.2                    Página: 14  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACLARA, INDICANDO QUE: EL AREA USUARIA A FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE POSTORES MANIFIESTA QUE EL TERMINO BIOMEDICO ES IGUAL O SIMILAR AL TERMINO DE DISPOSITIVO MEDICO Y/O MATERIAL MEDICO.  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
SE ACLARA QUE EL TERMINO BIOMEDICO ES IGUAL O SIMILAR AL TERMINO DE DISPOSITIVO MEDICO Y/O MATERIAL MEDICO.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 43 Y 45

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:16:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Del ÍTEM N° 1: MINIPLACA DE TITANIO EN L A LA DERECHA 7 AGUJEROS SISTEMA 2.0 MM

Aceptarán que la miniplaca sea de 11 agujeros con la característica que se pueda cortar y adaptarse fácilmente a distintas formas y tamaño de acuerdo a la necesidad, esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE: EL AREA USUARIA A FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE POSTORES INDICA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA CON 11 AGUJEROS CON LAS CARACTERISTICAS PROPUESTAS POR EL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA CON 11 AGUJEROS con la característica que se pueda cortar y adaptarse fácilmente a distintas formas y tamaño de acuerdo a la necesidad, esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 43 Y 45

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:16:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Del ÍTEM N° 1: MINIPLACA DE TITANIO EN L A LA DERECHA 7 AGUJEROS SISTEMA 2.0 MM

CARACTERÍSTICAS:

Aceptarán que el diámetro sea de 2.0mm y/o 2.3 mm, esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE: EL AREA USUARIA A FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE POSTORES INDICA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA DE 2.3MM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA DE 2.3MM.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 43 Y 45

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:16:30

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Del ÍTEM N° 1: MINIPLACA DE TITANIO EN L A LA DERECHA 7 AGUJEROS SISTEMA 2.0 MM

PRESENTACIÓN DEL SET:

Aceptarán que el sistema de placas esté compuesto por: placa en T, recta, de comprensión, de gancho para fracturas de rolando, placa de corrección de la rotación, para cuello de metacarpiano, esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE: EL AREA USUARIA A FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE POSTORES INDICA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA LA PRESENTACION PROPUESTA POR EL POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA placa en T, recta, de comprensión, de gancho para fracturas de rolando, placa de corrección de la rotación, para cuello de metacarpiano

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 43 Y 45

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:16:30

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Del ÍTEM N° 1: MINIPLACA DE TITANIO EN L A LA DERECHA 7 AGUJEROS SISTEMA 2.0 MM

ENVASE MEDIATO/ INMEDIATO:

Aceptarán que el envase sea una bolsa de poliuretano con sello hermético, esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE: EL AREA USUARIA A FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE POSTORES INDICA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA EN BOLSA DE POLIURETANO CON SELLO HERMETICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA EN BOLSA DE POLIURETANO CON SELLO HERMETICO.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 43 Y 45

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:16:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Del ÍTEM N° 2: MINIPLACA DE TITANIO FORMA "Y" 4 AGUJEROS SISTEMA 1.5 MM

PRESENTACIÓN DEL SET:

Aceptarán que el sistema de placas esté compuesto por: placa en T, recta, medial/lateral curvada, excéntrica, de compresión, y placa para fractura por avulsión, esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE: EL AREA USUARIA A FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE POSTORES INDICA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA LA PRESENTACION PROPUESTA POR EL POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA placa en T, recta, medial/lateral curvada, excéntrica, de compresión, y placa para fractura por avulsión

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 43 Y 45

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:16:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Del ÍTEM N° 2: MINIPLACA DE TITANIO FORMA "Y" 4 AGUJEROS SISTEMA 1.5 MM

ENVASE MEDIATO/ INMEDIATO:

Aceptarán que el envase sea una bolsa de poliuretano con sello hermético, esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE: EL AREA USUARIA A FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE POSTORES INDICA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA EN BOLSA DE POLIURETANO CON SELLO HERMETICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA EN BOLSA DE POLIURETANO CON SELLO HERMETICO.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 43 Y 45

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:16:30

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Del ÍTEM N° 2: MINIPLACA DE TITANIO FORMA "Y" 4 AGUJEROS SISTEMA 1.5 MM

Aceptarán que la miniplaca en Y sea de 6 agujeros con la característica que se pueda cortar y adaptarse fácilmente a distintas formas y tamaño de acuerdo a la necesidad, esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE: EL AREA USUARIA A FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE POSTORES MANIFIESTA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA DE 4 HASTA 8 AGUJEROS CON LAS CARACTERISCIAS QUE REFIERE EL POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA DE 4 HASTA 8 AGUJEROS



Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 43 Y 45

Ruc/código :	20251267341	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GIAL MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:24:28

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos al comite encargado aceptar el el item 1 miniplaca de titanio en "L" a la derecha 09 agujeros con sistema 2.4 o 2.7mm

Para asi promover la pluralidad e igualdad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE: NO SE ACEPTA LA SOLICITADO DEBIDO A QUE LA ,MEDIDA PROPUESTA NO CORRESPONDE PARA OPERACIONES DE MINIFRAGMENTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIOMEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA AF-2024, ITEM N° 43 Y 45

Ruc/código :	20251267341	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	GIAL MEDICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:24:28

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos al comite encargado aceptar el el item 2 miniplaca de titanio forma "Y" a la derecha 08 agujeros sistema 1.5mm

Para asi promover la pluralidad e igualdad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE: EL AREA USUARIA A FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE POSTORES MANIFIESTA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA DE 4 HASTA 8 AGUJEROS CON LAS CARACTERISCIAS QUE REFIERE EL POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA DE 4 HASTA 8 AGUJEROS