

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-IRENSUR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE INSUMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA DE LA UPSS DE PATOLOGIA CLINICA DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	17:46:43

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. En la sección 1.9 (Plazo de Entrega) solicitan que ¿Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de firmado el contrato...¿, debido a los tiempos que se toma en la importación de los productos, el desaduanaje y la distribución interna se solicita amablemente al Comité que se pueda modificar y se acepte este enunciado como: ¿Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 20 días calendarios contados a partir del día siguiente de firmado el contrato...¿, para de esta forma permitir cumplir con el objetivo de una entrega puntual a la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: a Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la consulta y aclara que el plazo de entrega será de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de firmado de contrato, cabe precisar que existe pluralidad de postores en el estudio de mercado que cumplen con dicha especificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA DE LA UPSS DE PATOLOGIA CLINICA DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	17:46:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. En la página 17 de las presentes bases, en el literal M solicitan que el equipo ofertado ¿no debe ser de una antigüedad mayor de dos años¿; los equipos dispuestos que disponemos para oferta e instalación directa y la antigüedad del mismo impacta directamente en el precio a ofertar por lo que se solicita amablemente al Comité considere un equipo cuya antigüedad no sea mayor de 3 años.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: m Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también aceptara equipo en cesión de uso con una antigüedad no mayor a 3 años, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también aceptara equipo en cesión de uso con una antigüedad no mayor a 3 años.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA DE LA UPSS DE PATOLOGIA CLINICA DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	17:46:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3. En la sección 3.1 (Especificaciones Técnicas) de los subítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 15 y 17, en la sección de Metodología solicitan Fluorescencia, dado que esta tecnología no es compatible con el equipo ofertado se solicita amablemente al comité pueda retirar esta especificación solicitada para evitar caer en una incompatibilidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge parcialmente la consulta y aclara que los sub ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 15 y 17 la metodología es de inmunoquimioluminiscencia o quimioluminiscencia, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que los sub ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 15 y 17 la metodología es de inmunoquimioluminiscencia o quimioluminiscencia

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA DE LA UPSS DE PATOLOGIA CLINICA DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	17:46:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

4. En la sección 3.1 (Especificaciones Técnicas) del subitem 17 (Dosaje de Methotrexato), solicitan como muestra biológica ¿sangre total con edta o sangre total con pretratamiento¿¿, debido a que que la mayoría de marcas presentes en el mercado trabajan con muestra de Suero o Plasma para emplear en este ensayo se solicita amablemente al comité acepta adicionalmente como muestras ¿sangre total con edta, sangre total con pretratamiento, suero o plasma¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también aceptara sangre total con edta, sangre total con pretratamiento, suero o plasma, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también aceptara sangre total con edta, sangre total con pretratamiento, suero o plasma

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA DE LA UPSS DE PATOLOGIA CLINICA DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	17:46:43

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

5. En la sección 3.1 (Especificaciones Técnicas) del subitem 5 (HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA HCG), con el fin de mejorar los tiempos de respuesta del laboratorio disminuyendo las repeticiones de resultados elevados, ahorrar trabajo al personal del laboratorio y reactivos que se puedan usar en dichas repeticiones, se podría incluir que el reactivo posea una linealidad mayor o igual a 14000 mUI/ml, es correcto nuestro entender?

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: APágina: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también aceptara de forma opcional que el reactivo posea una linealidad mayor o igual a 14000 mUI/ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también aceptara de forma opcional que el reactivo posea una linealidad mayor o igual a 14000 mUI/ml

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA DE LA UPSS DE PATOLOGIA CLINICA DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	17:46:43

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

6. En la sección 3.1 (Especificaciones Técnicas) del subitem 2 (HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE TSH), dentro de la PRESENTACION y con el fin de con el fin de beneficiar a los pacientes con hipertiroidismo y al laboratorio al brindar un mejor diagnóstico, se podría incluir la característica de Sensibilidad funcional a Sensibilidad analítica menor o igual a 0.0025 uUI/ml, es correcto nuestro entender?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara de forma opcional Sensibilidad funcional a Sensibilidad analítica menor o igual a 0.0025 uUI/ml.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara de forma opcional Sensibilidad funcional a Sensibilidad analítica menor o igual a 0.0025 uUI/ml.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL AREA DE INMUNOLOGIA DE LA UPSS DE PATOLOGIA CLINICA DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	17:46:43

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las presentes bases no se especifican los puntos que se deben acreditar en relación a las especificaciones técnicas, solo se menciona en la página 18 en el punto 2.2.1.2 que se debe acreditar lo mencionado en el punto 3.2 del Capítulo III, pero este último solo menciona la experiencia del postor, por lo expuesto se solicita amablemente al Comité pueda detallar que puntos sobre las especificaciones técnicas de reactivos y del equipo se deben acreditar en el presente proceso.

Acápites de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.2.1.2Literal: APágina: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que las especificaciones técnicas acreditar: PARA LOS REACTIVOS: 1) Presentación 2) metodología PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO 1) Tipo, 2) Metodología, 3) Características y 4) Rendimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que las especificaciones técnicas acreditar: PARA LOS REACTIVOS: 1) Presentación 2) metodología PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO 1) Tipo, 2) Metodología, 3) Características y 4) Rendimiento