

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO ADMINISTRATIVO M-36 SILLA METALICA APILABLE RESPECTO AL PUNTO A02 ACEPTARIA EL COMITÉ QUE LAS SILLAS METALICAS APILABLES SEAN FABRICADAS COS RESPALDAR Y ASIENTO CON MATERIAL SINTETICO QUE ES ACONSEJABLE PARA LAS AREAS A UTILIZAR, MATERIAL LAVABLE Y FACIL LIMPIEZA A DIFERENCIA DE LA MALLA Y TELA.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** M-36 **Página:** 230

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
SILLAS METALICAS APILABLES FABRICADAS CON RESPALDAR Y ASIENTO CON MATERIAL SINTETICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:
SILLAS METALICAS APILABLES FABRICADAS CON RESPALDAR Y ASIENTO CON MATERIAL SINTETICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO ADMINISTRATIVO M-37 SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE RESPECTO AL PUNTO A04 ACEPTARIA EL COMITÉ QUE LAS SILLAS METALICAS APILABLES SEAN FABRICADAS COS RESPALDAR Y ASIENTO CON MATERIAL SINTETICO QUE ES ACONSEJABLE PARA LAS AREAS A UTILIZAR, MATERIAL LAVABLE Y FACIL LIMPIEZA A DIFERENCIA DE LA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: M-37 Página: 228

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
SILLAS METALICAS APILABLES FABRICADAS CON RESPALDAR Y ASIENTO CON MATERIAL SINTETICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SILLAS METALICAS APILABLES FABRICADAS CON RESPALDAR Y ASIENTO CON MATERIAL SINTETICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOBILIARIO ADMINISTRATIVO M-39 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE MEJORA TECNOLÓGICA - ACEPTARÍAN QUE EN VEZ DE VÁSTAGO DE ACERO ROSCADO SE EMPLEE UN PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITA EL MOVIMIENTO DE REGULACIÓN DE ALTURA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** M-39 **Página:** 227

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITA EL MOVIMIENTO DE REGULACIÓN DE ALTURA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITA EL MOVIMIENTO DE REGULACIÓN DE ALTURA.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOBILIARIO ADMINISTRATIVO M-40 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO RESPECTO AL PUNTO A03 ACEPTARÍA EL COMITÉ QUE LAS SILLAS METÁLICAS APILABLES SEAN FABRICADAS CON RESPALDAR Y ASIENTO CON MATERIAL SINTÉTICO QUE ES ACONSEJABLE PARA LAS ÁREAS A UTILIZAR, MATERIAL LAVABLE Y FÁCIL LIMPIEZA A DIFERENCIA DE LA MALLA Y TELA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: M-40 Página: 226

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
SILLAS METALICAS APILABLES FABRICADAS CON RESPALDAR Y ASIENTO CON MATERIAL SINTETICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SILLAS METALICAS APILABLES FABRICADAS CON RESPALDAR Y ASIENTO CON MATERIAL SINTETICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO ADMINISTRATIVO D-149 NEGATOSCOPIO DE MASTOGRAFIA RESPECTO AL PUNTO A09 FAVOR AL PARECER HAY UN ERROR TIPOGRAFICO (X 4"

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-149 **Página:** 204

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE ES:
X4" DE FONDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: X4" DE FONDO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO ADMINISTRATIVO D-173 MESA PARA MASAJES RESPECTO AL PUNTO A05 MEJORA TECNOLOGICA - ACEPTARIAN QUE LA REGULACION DE ALTURA SE REALICE MEDIANTE SISTEMA ELECTROMECHANICO?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-173 **Página:** 202

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
REGULACION DE ALTURA SE REALICE MEDIANTE SISTEMA ELECTROMECHANICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: REGULACION DE ALTURA SE REALICE MEDIANTE SISTEMA ELECTROMECHANICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO D-81 MESA DE EXPLORACION PROTOLOGICA RESPECTO AL PUNTO A01 / A02 MEJORA TECNOLOGICA - ACEPTARIAN QUE LA MESA SEA ACCIONADA MEDIANTE BRAZO Y RIELES Y REGULE LA ALTURA MEDIANTE SISTEMA ELECTROMECHANICO?

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D81 **Página:** 198

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
QUE LA MESA SEA ACCIONADA MEDIANTE BRAZO Y RIELES Y REGULE LA ALTURA MEDIANTE SISTEMA ELECTROMECHANICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:LA MESA SEA ACCIONADA MEDIANTE BRAZO Y RIELES Y REGULE LA ALTURA MEDIANTE SISTEMA ELECTROMECHANICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-103 PORTALAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON GABINETE RESPETO B03 EN ESTE PUNTO ACEPTARIAN PARA MAYOR RESISTENCIA 02 PLATINAS DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE ARO DE 2 MM DE GROSOR X 3/4" DE ALTURA DE ACERO INOXIDABLE. CON BORDE EN CADA ARO DE PROTECTOR DE JEBE PARA EVITAR RUIDO ?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** M-130 **Página:** 195

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
02 PLATINAS DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE ARO DE 2 MM DE GROSOR X 3/4" DE ALTURA DE ACERO INOXIDABLE. CON BORDE EN CADA ARO DE PROTECTOR DE JEBE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 02 PLATINAS DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE ARO DE 2 MM DE GROSOR X 3/4" DE ALTURA DE ACERO INOXIDABLE. CON BORDE EN CADA ARO DE PROTECTOR DE JEBE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-105 PORTA SUERO METALICO RODABLE RESPECTO AL PUNTO A06 MEJORA TECNOLOGICA: ACEPTARIAN QUE EL PÓRTA SUERO EN ACERO INOXIDABLE TENGA UNA VARILLA DE DE 3/4" DE DIAMETRO QUE PERMITIRIA UNA MEJOR RESISITENCIA DE LA BOMBA DE INFUSION?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** M-105 **Página:** 193

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
PÓRTA SUERO EN ACERO INOXIDABLE TENGA UNA VARILLA DE DE 3/4" DE DIAMETRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PORTA SUERO EN ACERO INOXIDABLE TENGA UNA VARILLA DE DE 3/4" DE DIAMETRO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-117 PORTA BOLSA METALICA RODABLE CON BOLSA DE LONA RESPECTO AL PUNTO A01 MEJORA TECNOLOGICA - ACEPTARIAN ESTRUCTIRA SOLDADA QUE BRINDA UNA MAYOR ESTABILIDAD Y RESISTENCIA Y NO SE DESARMA CON EL USO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: M-117 Página: 183

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
ESTRUCTIRA SOLDADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:ESTRUCTURA SOLDADA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-126 SILLON PARA OTORRINOLARINGOLOGIA RESPECTO AL PUNTO B04 MEJORA TECNOLOGICA - ACEPTARIAN QUE LA ELEVACION Y DESCENSO DEL SILLON SE REALICE MEDIANTE SISTEMA TIPO ELECTRICO?

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** M-126 **Página:** 179

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LA ELEVACION Y DESCENSO DEL SILLON SE REALICE MEDIANTE SISTEMA TIPO ELECTRICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LA ELEVACION Y DESCENSO DEL SILLON SE REALICE MEDIANTE SISTEMA TIPO ELECTRICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-128 MESA SOLICITAMOS AL COMITÉ PODER PROPORCIONAR LAS MEDIDAS DE ESTA CLAVE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** M-128 **Página:** 177

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE LAS DIMENSIONES (RANGOS):
ANCHO: 95 CM - 120 CM
LARGO: 200- 225 CM
ALTURA: 85 CM - 100 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:

LAS DIMENSIONES (RANGOS), SON:
ANCHO: 95 CM - 120 CM
LARGO: 200- 225 CM
ALTURA: 85 CM - 100 CM

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-156 COCHE DE TRANSPORTE PARA MATERIAL QUIRURGICO RESPECTO AL PUNTO B01 ACEPTARIAN TABLEROS EN ACERO INOXIDABLE MAYOR RESISTENCIA B02 ACEPTARIAN CON BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE AGARRADERAS EN AMBOS LADOS. B03 ACEPTARIAN TABLEROS REMOVIBLES EN ACERO INOXIDABLE CON TOPES PARA AJUSTE DE ALTURA. ACEPTARIAN TAMBIEN EL USO DE ACERO INOXIDABLE QUE CUMPLE CON LAS NORMAS AISI 304 - 4 SATIMADO MEDIO BRILLO QUE PERMITE MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA REDUCIENDO LA ACUMULACION DE BACTERIAS Y MAS FACIL DE DESINFECTAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: M-156 Página: 158

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
B01 TABLEROS EN ACERO INOXIDABLE
B02 CON BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE AGARRADERAS EN AMBOS LADOS.
B03 TABLEROS REMOVIBLES EN ACERO INOXIDABLE CON TOPES PARA AJUSTE DE ALTURA.

TAMBIEN EL USO DE ACERO INOXIDABLE QUE CUMPLE CON LAS NORMAS AISI 304 - 4 SATIMADO MEDIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:
B01 TABLEROS EN ACERO INOXIDABLE
B02 CON BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE AGARRADERAS EN AMBOS LADOS.
B03 TABLEROS REMOVIBLES EN ACERO INOXIDABLE CON TOPES PARA AJUSTE DE ALTURA.

TAMBIEN EL USO DE ACERO INOXIDABLE QUE CUMPLE CON LAS NORMAS AISI 304 - 4 SATIMADO MEDIO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-35 SILLA GIRATORIA DE ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES RESPECTO AL PUNTO B04 ACEPTARIAN COJIN DE POLIURETANODE 28KG/M3 FORRADO EN MATERIAL SINTETICO LAVABLE DE BUENA CALIDAD?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: M-35 Página: 157

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
COJIN DE POLIURETANODE 28KG/M3 FORRADO EN MATERIAL SINTETICO LAVABLE DE BUENA CALIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: COJIN DE POLIURETANODE 28KG/M3 FORRADO EN MATERIAL SINTETICO LAVABLE DE BUENA CALIDAD

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-38 SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS RESPECTO AL PUNTO B03 MEJORA TECNOLOGICA - ACEPTARIAN QUE EL SISTEMA DE ELEVACION DE ALTURA SE REALICE POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** M-38 **Página:** 156

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
SISTEMA DE ELEVACION DE ALTURA SE REALICE POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SISTEMA DE ELEVACION DE ALTURA SE REALICE POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-4 ARMARIO PARA COLGAR DE MADERA DE 2 DIVISIONES Y PUERTAS CORREDIZAS RESPECTO AL PUNTO B01 ACEPTARIAN QUE ESTE ARMARIO SEA FABRICADO EN MELAMINA?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** M-4 **Página:** 155

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
ARMARIO SEA FABRICADO EN MELAMINA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ARMARIO SEA FABRICADO EN MELAMINA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-69 MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TOPICO GINECO-OBSTETRA RESPECTO AL PUNTO B07 TAMBIEN ACEPTARIAN TAPIZ SEVILLA DE CALIDAD SIMILAR A LO SOLICITADO QUE ES LAVABLE DE BUENA CALIDAD, RESISTENTE AL DESGASTE Y RALLADURAS, YA QUE EL KOROVILO ES UN MATERIAL DESCONTINUADO EN EL MERCADO B08 FAVOR ACLARAR ESTE PUNTO.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: M-69 Página: 140

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
TAPIZ SEVILLA DE CALIDAD SIMILAR
B08: LA BASE DE LA MADERA TRIPLAY ESTARÁ MONTADO SOBRE UNA PLANCHA DE ACERO LAMINADO AL FRIO DE 0.8MM. (1/32") DE ESPESOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TAPIZ SEVILLA DE CALIDAD SIMILAR
B08: LA BASE DE LA MADERA TRIPLAY ESTARÁ MONTADO SOBRE UNA PLANCHA DE ACERO LAMINADO AL FRIO DE 0.8MM. (1/32") DE ESPESOR.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-78 CAMA DE 1 1/2 PLAZA RESPECTO AL PUNTO A03 MEJORA TECNOLOGICA - ACEPTARIA SOMIER DE PLANCHA DE 1/20" REFORZADO CON FERFORACIONES PARA LA VENTILACION DEL COLCHON

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** M-78 **Página:** 135

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
SOMIER DE PLANCHA DE 1/20" REFORZADO CON FERFORACIONES PARA LA VENTILACION DEL COLCHON

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SOMIER DE PLANCHA DE 1/20" REFORZADO CON FERFORACIONES PARA LA VENTILACION DEL COLCHON

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-81 CARRO METALICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLINICAS MEJORA TECNICA - ACEPTARIAN QUE TODO EL CARRO SEA EN ACERO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** M-81 **Página:** 132

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
TODO EL CARRO SEA EN ACERO INOXIDABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TODO EL CARRO SEA EN ACERO INOXIDABLE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600621395	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	JHS IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JHS IMPORT & EXPORT S.A.C.	Hora de envío :	13:03:16

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:
REFERENTE A CARACTERISTICAS TECNICAS MOBILIARIO CLINICO M-87 ESCALINATA METALICA 1 PELDAÑO ACEPTARIAN QUE EL CONTORNO DE LA ESCALINATA TENGA FILETES EN ACERO INOXIDABLE DE 1/32 EN FORMA DE L ?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** M-87 **Página:** 128

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CONTORNO DE LA ESCALINATA TENGA FILETES EN ACERO INOXIDABLE DE 1/32 EN FORMA DE L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTORNO DE LA ESCALINATA TENGA FILETES EN ACERO INOXIDABLE DE 1/32 EN FORMA DE L

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

(¿)
ITEM PAQUETE N° 1: ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS¿
COMPONENTE (¿)

Consideramos que dicho agrupamiento podría restringir la participación de un mayor número de postores, afectando el principio de libre competencia y la maximización de beneficios para la entidad. En efecto, existen proveedores especializados en algunos de los bienes o servicios comprendidos, quienes quedarían impedidos de participar bajo el esquema actual.

Por tanto, en atención a los principios de libre concurrencia, eficiencia, y transparencia que rigen las contrataciones públicas, solicitamos respetuosamente que dicho ítem paquete sea desagregado en ítems independientes, permitiendo así una mayor participación y la posibilidad de obtener mejores condiciones para la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: I Página: 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literales a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el artículo 29 de su Reglamento, la formulación del requerimiento es responsabilidad del área usuaria, las cuales deben contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. En ese sentido, en el presente procedimiento de selección, la Entidad ha formulado el requerimiento en función a las necesidades y complejidades del hospital a equipar; asimismo, previo a la convocatoria se realizó el estudio de mercado en el cual se verificó la pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. Asimismo, se precisa que la contratación es para el equipamiento de un hospital de manera integral por un proveedor, buscando con ello una provisión rápida, completa, y eficiente de todos los bienes. Además, se busca proveedores que tengan experiencia previa en equipamiento integral de hospitales para garantizar el éxito del proyecto. En ese sentido, no se acepta lo solicitado. Considerando lo antes indicado, no se acepta lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Plazo máximo de la prestación principal es de 240 días calendario

En relación con el numeral 1.9 referido al Plazo de Entrega de la Prestación Principal, el cual establece un periodo de 240 días calendario, solicitamos respetuosamente que se incluya como criterio de evaluación adicional (mejora) la posibilidad de que los postores propongan un plazo de entrega menor, estableciendo como plazo mínimo 60 días calendario, y que dicha mejora sea considerada para la asignación de puntaje técnico.

La inclusión de este criterio fomentará la participación de postores con mayores capacidades logísticas y operativas, incentivando la eficiencia en la ejecución del contrato y permitiendo a la Entidad contar con el objeto contractual en un menor plazo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: I Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo de entrega forma parte del requerimiento, cuya determinación es responsabilidad de la Entidad. Los factores de evaluación están contemplados en las bases y son responsabilidad del comité de selección. El participante, mediante su solicitud, pretende modificar las mismas según su propio criterio, atribuyéndose una facultad que no le corresponde. Por ello, no se acepta lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 23
Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300´000.000.00 (Trescientos millones con 00/100 Soles) (¿)

Se solicita al comité considerar la experiencia de postor para el Componente de Equipos Biomédicos, sea por un monto equivalente a S/ 3¿000,000.00 (Tres millones con 00/100 Soles) en equipamiento médico y/o biomédico y/u oftalmológicos, con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) y b) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a las Bases del presente procedimiento de selección, en su requerimiento, se establece:

¿5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN¿
Corresponde la adquisición integral del Equipamiento Hospitalario necesario para las UPSS y UPS del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA, para brindar una atención de calidad en beneficio de los pacientes. El tipo de Equipamiento Hospitalario por grupo genérico se clasifica en:

- ¿ Equipos Biomédicos (B),
- ¿ Equipos electromecánicos (E)
- ¿ Equipos complementarios (C)
- ¿ Instrumental médico (I)
- ¿ Lencería (LENC)
- ¿ Mobiliario administrativo (MA)
- ¿ Mobiliario clínico (MC)
- ¿ Menaje (MEN).

Como se puede apreciar la adquisición que va a realizar la Entidad es por el equipamiento integral del hospital; por ello, lo que se requiere es un postor que tenga experiencia en haber suministrado el equipamiento integral de un hospital, no simplemente la venta de equipos médicos de manera individual.
Sin embargo, con la finalidad de propiciar una mayor participación de postores, se reduce el monto de la experiencia requerida de S/ 300,000,000.00 a S/ 210,000,000.00 en la venta integral de equipamiento hospitalario, siempre que dicha venta incluya el equipamiento integral de un proyecto hospitalario público o privado y que contengan como mínimo la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 210,000,000.00 (doscientos diez millones con 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
Se considerarán como bienes similares a la venta integral de equipamiento hospitalario, siempre que dicha venta incluya el equipamiento integral de un proyecto hospitalario público o privado y el cual debe incluir como mínimo la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

PRESTACIÓN ACCESORIA

(¿)

CAPACITACIÓN A USUARIOS Y/O AL PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO, LAS HORAS DE CAPACITACIÓN SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL CUADRO 1

Se solicita al comité confirmar que la acreditación de la experiencia en horas lectivas se acreditaran con certificados de capacitación en el equipos médicos y/o certificados de trabajo, considerando que los certificados en algunos casos no indican horas solo los días que se realizaron.

Acápito de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 6 **Literal:** B **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) y b) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a las Bases del presente procedimiento de selección, no se solicita a los postores la acreditación de la experiencia en horas lectivas.

Asimismo, se aclara que las horas de capacitación indicadas en el cuadro 1 al cual hace referencia el participante, se refiere a las horas a capacitar por el proveedor en los equipos suministrados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D-47, En el ítem C19, CONTAMOS CON UN RANGO DE AJUSTE FINO DE 12 mm DADO QUE NUESTRO RANGO DE ELEVECIÓN DE LA MENTONERA ES DE 80 mm , SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES SEA AMPLIADO DE LA SIGUIENTE MANERA : RANGO DE AJUSTE FINO MEDIANTE JOYSTICK: 12 mm ó MAYOR.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D47 **Página:** 183

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
AJUSTE FINO MEDIANTE JOYSTICK: 12 mm ó MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: AJUSTE FINO MEDIANTE JOYSTICK: 12 mm ó MAYOR.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D- 420 En el Item C06, NUESTRO EQUIPO FUNCIONA CON UN MODULO LED DE 3 A ,10 W, SIENDO QUE NO TODAS LAS TECNOLOGIAS TRABAJAN CON LAS MISMS WHATTS EN SU LAMPARA,LA NUESTRA NI EMITE CALOR NO NECESITANDO FILTROS, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORA TECNOLÓGICA :LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D420 **Página:** 181

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D- 420 En el Item C06, NUESTRO EQUIPO FUNCIONA CON UN MODULO LED DE 3 A ,10 W, SIENDO QUE NO TODAS LAS TECNOLOGIAS TRABAJAN CON LAS MISMOS WHATTS EN SU LAMPARA,LA NUESTRA NI EMITE CALOR NO NECESITANDO FILTROS, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORA TECNOLÓGICA :LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D420 **Página:** 181

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D- 420 En el Item C11, CONTAMOS CON FILTROS DE LIBRE DE ROJO, DENSIDAD NEUTRALGRIS Y AZUL COBALTO, NUESTRA EQUIPO NO AMERITA FILTROS DE CALOR, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORA TECNOLOGICA QUE ESTE SEA DADO COMO OPCIONAL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D420 **Página:** 181

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
FILTROS DE LIBRE DE ROJO, DENSIDAD NEUTRALGRIS Y AZUL COBALTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: FILTROS DE LIBRE DE ROJO, DENSIDAD NEUTRALGRIS Y AZUL COBALTO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D- 420 En el Item D01, CONTAMOS CON UN MODULO DE LUZ LED DE VIDA PROMEDIO DE 50.000 HORAS SIENDO EQUIVALENTE A 14 AÑOS DE TRABAJO EN JORNADAS DE 8 HORAS POR 6 DIAS A LA SEMANA, SE SOLICITA COMO OPCIONAL PARA EQUIPOS QUE NO SEAN DE TECNOLOGIA LED

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D420 **Página:** 182

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Lensometro digital con uveometro D-319 En el ítem B09, CONTAMOS CON UNA MEDIDA DE DIAMETRO DEL LENTE HASTA 100 mm POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDICIÓN DE DIÁMETRO DEL LENTE DE HASTA 110 mm. A MAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D319 **Página:** 197

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C02, CONTAMOS CON UNA SERIE DE BINOCULARES QUE NOS PERMITEN ORIENTARLO CON DIVERSAS ANGULACIONES QUE VAN DESDE 0- 180 °, DANDO ESA ERGONOMIA DESEADA SI SE REQUIERE, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES SEA CONSIDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA : ÓPTICA FÁCILMENTE ANGULABLE DESDE POSICIÓN VERTICAL HASTA POSICIÓN HORIZONTAL (TODO EL CABEZAL OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D306 Página: 230

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:
MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C03 COMO MEJORA TECNOLÓGICA OFRECEMOS MAGNIFICACION DE RANGO 3.5 X - 21 X

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D306 **Página:** 230

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
MAGNIFICACION DE RANGO 3.5 X - 21 X
SIEMPRE QUE SEA MEDIANTE SISTEMA DE ZOOM INTEGRADO (CONTINUO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: MAGNIFICACION DE RANGO 3.5 X - 21 X
SIEMPRE QUE SEA MEDIANTE SISTEMA DE ZOOM INTEGRADO (CONTINUO).

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C06 CONTAMOS CON LUZ LED DIRECTA DEL CABEZAL SIN USO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, SE SOLICITA ACLARAR SI EL USO DE LED ES CONSIDERADA POR EL COMITÉ COMO LUZ FRIA

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D306 **Página:** 230

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL USO DE LED ES CONSIDERADA COMO LUZ FRIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:

EL USO DE LED ES CONSIDERADA COMO LUZ FRIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C08 CONTAMOS CON LUZ LED PRINCIPAL Y LUZ HALOGENA PARA PRODUCIR REFLEJO ROJO, ESTE ULTIMO CUENTA CON UN SISTEMA DE CAMBIO RAPIDO, SE SOLICITA AMPLIAR EL ITEM POR PLURALIDAD DE POSTORES DE LA SIGUIENTE FORMA: LÁMPARA DE ILUMINACIÓN LEO O HALÓGENA O CON SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO DE LÁMPARA DE EMERGENCIA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D306 **Página:** 230

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C11 COMO MEJORA TECNOLÓGICA OFRECEMOS SENSOR CMOS PROGRESIVO, SE SOLICITA SEA CONSIDERADO COMO: CÁMARA CMOS APTA PARA TRABAJAR CON EL MICROSCOPIO

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D306 **Página:** 230

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CÁMARA CMOS APTA PARA TRABAJAR CON EL MICROSCOPIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CÁMARA CMOS APTA PARA TRABAJAR CON EL MICROSCOPIO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C14 DADA QUE LA TECNOLOGIA ACTUAL ES EN FORMATOS DIGITALES TALES COMO HDMI, HD-SD, NUESTRO EQUIPÓ CUENTA CON UN VIDEO GRABADOR GRADO MEDICO QUE ES CAPAZ DE EXPORTAR VIDEO E IMÁGENES EN USB, POR LO EXPUESTO, SE SOLICITA AL COMITÉ CONSIDERAR COMO MEJORA TECNOLOGICA ; GRABADOR DE VIDEO EN FORMATO DVD, APTO PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON EL PROCESADOR DE VIDEO. ENTRADAS/SALIDAS: RGB Ó Y/C, VIDEO COMPUESTO O GRABADOR GRADO MEDICO SEÑAL DIGITAL DE VIDEO CON SALIDAS DIGITALES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D306 Página: 230

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:
MONITOR DE OPTOTIPOS LCD CLAVE: D-422, En el ítem B01, OFRECEMOS COMO MEJORA TECNOLÓGICA RESOLUCION 1920 X 1080

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D422 **Página:** 255

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
RESOLUCION 1920 X 1080

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: RESOLUCION 1920 X 1080

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

MONITOR DE OPTOTIPOS LCD CLAVE: D-422, En el ítem B11, CONTAMOS CON :RESOLUCIÓN ULTRA ALTA 1080P(1920 X1080 PÍXELES). EL CONTRASTE ULTRA ALTO DE 1200:1 DE LA PANTALLA LCD Y LA PANTALLA LCD DE 23,8PULGADAS DE GRADO MÉDICO PROFESIONAL GARANTIZAN UNA VISUALIZACIÓN DE ALTA DEFINICIÓN DE LAS MARCAS DE AVISTAMIENTO ,PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE OPTOMETRÍA MÁS PRECISA. LA PLACA MADRE DE ARM DE GRADO INDUSTRIAL, ESTABLE Y FIABLE, ES SEGURA Y DURADERA. CONFIGURACIÓN, SOFTWARE Y EXPERIENCIA DE USUARIO, SON PARTE DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL. POR LOS QUE NO CONSIDERA EL USO COMPATIBLE CON WINDOWS, SE SOLICITA DE LA SIGUIENTE MANERA: COMPATIBLE CON WINDOWS. MEMORIA DE 2GB Y DISCO DURO INTERNO DE 80 GB COMO MÍNIMO O PANTALLA LCD DE 23,8 PULGADAS DE GRADO MÉDICO PROFESIONAL

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: D422 Página: 255

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

MONITOR DE OPTOTIPOS LCD CLAVE: D-422, En el ítem B12, CONTAMOS CON CONTROL REMOTO, QUE SE ENTIENDE QUE ES MANOS LIBRES, SE SOLICITA ACLARAR SI SE TRATA DE ESTE TIPO DE ACCESORIOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D422 Página: 255

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CON CONTROL REMOTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON CONTROL REMOTO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

MONITOR DE OPTOTIPOS LCD CLAVE: D-422, En el ítem C02 NUESTRO SISTEMA NO ESTA CONECTADO A NINGUNA PC PORQUE ES DE SOFTWARE INDEPENDIENTE POR LO QUE NO REQUIERE DE ESTOS ACCESORIOS , POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORAS TECNOLOGICAS SE SOLICITA QUE SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE FORMA: TECLADO Y MOUSE, DE USB.(PARA MONITORES QUE SEAN DE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D422 Página: 255

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B06 NUESTRO EQUIPO POSSE UNA TECNOLOGIA DE ANILLOS DE PLACIDO POR LO QUE REALIZA MAS DE 100.000 PUNTOS ANALIZADOS Y MAS DE 6.200 PUNTOS MEDIDOS, SE SOLICITA CONSIDERAR DE LA SIGUIENTE MANERA : QUERATOMETRIA CON 16 PUNTOS DE REFERENCIA O 100.000 PUNTOS ANALIZADOS Y/O 6.200 PUNTOS MEDIDOS

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D424 **Página:** 278

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
QUERATOMETRIA CON 16 PUNTOS DE REFERENCIA O 100.000 PUNTOS ANALIZADOS Y/O 6.200 PUNTOS MEDIDOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: QUERATOMETRIA CON 16 PUNTOS DE REFERENCIA O 100.000 PUNTOS ANALIZADOS Y/O 6.200 PUNTOS MEDIDOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B08, CONTAMOS CON UNA MEDIDA DE LONGITUD AXIAL DE 15 A 38 mm POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA : 15 mm - 38 mm O MAYOR RANGO

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D424 **Página:** 278

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B11, CONTAMOS CON UN RANGO DE MEDIAD DE ESPESOR CORNEAL 0.300mm A 0.800 mm DE MEDIDA DE GROSOR CORNEAL , POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA: GROSOR CORNEAL CENTRAL: 0.3 O MENOS A 0.800 A MAS mm.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D424 Página: 278

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B12, CONTAMOS CON UN RANGO DE MEDIDA DE PROFUNDIDAD DE LA CAMARA ANTERIOR 1,5 mm - 6,5 mm, POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PROFUNDIDAD DE CÁMARA ANTERIOR DE 1.5 mm O MENOS - 6.5 mm A MAS COMO MINIMO

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D424 **Página:** 278

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
PROFUNDIDAD DE CÁMARA ANTERIOR DE 1.5 mm O MENOS - 6.5 mm A MAS COMO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PROFUNDIDAD DE CÁMARA ANTERIOR DE 1.5 mm O MENOS - 6.5 mm A MAS COMO MINIMO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el Item B13, En el Item B13, CONTAMOS CON UN RANGO DE MEDIDA DE BLANCO A BLANCO DE 8 A 14 mm POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA: BLANCO A BLANCO: 8 - 14 mm. O MEJOR RANGO

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D424 **Página:** 278

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el Item B21, CONTAMOS CON Camellin Calossi y Shammas Sin Historia, Barrett Verdadera K, Barrett Rx, PARA EL CALCULO DE LA LIO POST REFRECTIVO, POR PLURALIDAD DE 'POSTORES SE SOLICITA QUE SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE FORMA :HAIGIS-L PARA EL CÁLCULO DE LA LIO PARA OJOS CUYA MIOPÍA/HIPERMETROPÍA HA SIDO TRATADA CON LASIK, PRK, LASEK. O CAMELLI CALOSSI Y SHAMAS , BARRETT VERDADERO K, BARRETT RX

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D424 Página: 278

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el Item B22, CONTAMOS CON UN EQUIPO EL CUAL REALIZA CALCULO DE IMPLANTES FAQUICOS APOYADOS EN ESTUDIOS EN EL IRIS , ANGULO DE LA CAMARA ANTERIOR O POSTERIOR QUE SON; ANGULO POSTERIOR (Longitud axial, Profundidad de cámara anterior (ACD), Distancia blanco a blanco (WTW), Diámetro pupilar) IRIS (ACD, WTW,Espesor corneal (CCT). IRIDEO CORNEAL (ACD precisa, WTW), SIN EMBARGO ESTO NO ESTA A LA LITERALIDAD, POR PLURALIDAD DE POSTORES E IGUALDAD DE TRATO SE SOLICITA CONSIDERARLO DE LA SIGUIENTE MANERA : CÁLCULO DE IMPLANTES FAQUICOS APOYADOS EN EL IRIS, EN EL ÁNGULO DE LA CÁMARA O EN LA CÁMARA POSTERIOR. OPTIMIZACIÓN DE CONSTANTE DE LAS LIO DE FORMA MANUAL Y CON DATA O ESTUDIOS DE (Longitud axial, Profundidad de cámara anterior (ACD), Distancia blanco a blanco (WTW), Diámetro pupilar, ACD, WTW,Espesor corneal (CCT), ACD precisa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D424 Página: 278

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B24, CONTAMOS CON UNA INTERFAZ DE DATOS FITABILITY QUE ES UN SIMILAR SIN EMBARGO POR PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA NO SE DEBERIA SOLICITAR PATENTES PROPIAS DE EQUIPOS , POR LO QUE SOLICITA QUE SEA CONSIDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA: INTERFAZ DE DATOS SEGUN FABRICANTE

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D424 Página: 278

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:
UNIDAD OFTALMOLOGICA CLAVE: M-125, En el ítem B01, CONTAMOS CON UN PANEL DE CONTROL QUE CONTROLA EL SILLÓN, LUCES DE ILUMINACIÓN DE AMBIENTE SIN EMBARGO, LA ELEVACIÓN DE BRAZOS Y COLUMNA ES MANUAL, POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA DE LA SIGUIENTE MANERA :CON CONTROLES PARA MOVIMIENTOS DE SILLÓN, LAMPARA DE ILUMINACIÓN Y ELEVACIÓN DE BRAZOS Y/O COLUMNA.(OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: M125 Página: 315

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

UNIDAD OFTALMOLOGICA CLAVE: M-125, En el ítem B03, COMO MEJORA TECNICA OFRECEMOS UN TABLERO DE MESA GIRATORIO QUE PERMITA DOS INSTRUMENTOS, SE SOLICITA AL COMITÉ SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE FORMA :BRAZO PARA INSTALAR LÁMPARA DE HENDIDURA, CON SISTEMA DE CONTRAPESO FLOTANTE. O TABLERO GIRATORIO QUE PERMITA ALOJAR HASTA DOS INSTRUMENTOS

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** M125 **Página:** 315

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
BRAZO PARA INSTALAR LÁMPARA DE HENDIDURA, CON SISTEMA DE CONTRAPESO FLOTANTE. O TABLERO GIRATORIO QUE PERMITA ALOJAR HASTA DOS INSTRUMENTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: BRAZO PARA INSTALAR LÁMPARA DE HENDIDURA, CON SISTEMA DE CONTRAPESO FLOTANTE. O TABLERO GIRATORIO QUE PERMITA ALOJAR HASTA DOS INSTRUMENTOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

UNIDAD OFTALMOLOGICA CLAVE: M-125, En el ítem B06 CONTAMOS CON LUZ DE SALON Y LUZ DE LECTURA PARA PACIENTE, SIN EMBARGO ESTAS NO POSEE MOVIMIENTOS ADICIONALES, POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA OTORGADO COMO OPCIONAL

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** M125 **Página:** 315

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C05 , CONTAMOS CON ESTANDARES DE GOLMAND TAMAÑO III SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE MARCAS SEA ACEPTADA DE LA LIGUIENTE MANERA: ESTANDARES DE GOLDMAN: TAMAÑO 1, 11, 111, IV Y V, CON NIVELES DE INTENSIDAD DE ESTÍMULO AL MENOS DESDE 1 a HASTA 4E O SEGÚN FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D45 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C07 CONTAMOS CON ILUMINACION DE FONDO DE 31.4 ASB SE SOLICITA ´POR PLURALIDAD DE POSTORES DE LA SIGUIENTE MANERA : ILUMINACIÓN DE FONDO, AL MENOS ESTANDAR DE GOLDMAN (31.4 A MAS ASB).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D45 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C08, CONTAMOS CON UNA CAMARA DE VISUALIZACION DE EL OJO PARA EL SEGUIMIENTO DURANTE TODA LA PRUEBA EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE LA INTERFAZ, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES COMO OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D45 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C12, CONTAMOS CON UNA CAMARA DE VISUALIZACION DE EL OJO PARA EL SEGUIMIENTO DURANTE TODA LA PRUEBA EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE LA INTERFAZ, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES COMO OPCIONAL

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D45 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C16, CONTAMOS CON PRUEBAS RAPIDAS, CON PATRONES DE DETECCION DE ESTIMULO UNICO Y MULTIPLES DE 30,64 Y 86 PUNTOS DE FORMA CONTINUA , ADEMAS DE PRUEBAS DE UMBRAL CENTRAL AMPLIAABLES EN LAS PRUEBAS, POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE FORMA; CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS O CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D45 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS O CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS O CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C18 CONTAMOS CON EXAMENES BLANCO /BLANCO, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES SEA CONSIDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA : EXAMEN BLANCO/BLANCO AZUL/AMARILLO(OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D45 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

FACOEMLISIFICADOR CON VITREOFAGO CLAVE D-431 EN EL ITEM B03 EL SISTEMA DE ENFIRAMIENTO ES UNICO EN EL MERCADO PARA UNA SOLA CASA COMERCIAL LO QUE HACE IMPOSIBLE QUE OTRA CASA COMERCIAL LO CUMPLA POR LO QUE SE SOLCITA POR PLURALIDAD DE POSTORES SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE FORMA: PIEZA DE MANO PARA FACOEMLISIFICACIÓN: DE TITANIO Y ESTERILIZABLE; CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AL MENOS DOS (02) TIPOS COMO MINIMO(OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D431 **Página:** 159

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

FACOEMULSIFICADOR CON VITREOFAGO CLAVE D-431 EN EL ITEM B07 EN LA ACTUALIDAD LAS TECNOLOGIAS HAN MIGRADO A LA TECNOLOGIA LED POR SEA FRIA , MAS ECONOMICA, MEJOR LUZ, MAS DURADERA Y SIN MENOS COMPLICACIONES, POR LO QUE SE SOLICITA COMO MEJORA TECNOLOGICA SEA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: Como mejora tecnologica LUZ led , CON SONDAS DE ILUMINACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D431 **Página:** 159

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LUZ led , CON SONDAS DE ILUMINACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LUZ LED , CON SONDAS DE ILUMINACION

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

FACOEMULSIFICADOR CON VITREOFAGO CLAVE D-431 EN EL ITEM B15 LOS MODOS DE FRAGMENTACION SON EXPRESADOS DE DIVERSAS FORMAS DEPENDE DE LA TECNOLOGIA DE LA PIEZA DE MANO A USAR, ESTAS TECNOLOGIAS SON DIVERSAS SIN EMBARGO EN LA MAYORIA DE LOS EQUIPOS SE CUMPLEN , POR EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA SE SOLICITA SEA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA : FIJA, PROPORCIONAL Y/O MOMENTÁNEA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D431 Página: 159

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:
FACOMULSIFICADOR CON VITREOFAGO CLAVE D-431 EN EL ITEM B16 ESTE TIPO DE TIJERA YA ESTAN EN DESUSO , SE UTILIZA OTRAS TECNICAS QUIRURGICAS Y/O OTRAS TIJERAS, DE TAL MANERA QUE POR VIGENCIA TECNOLÓGICA SE SOLICITA COMO OPCIONAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D431 Página: 159

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20513441208	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	LABOFTA S.A.C	Hora de envío :	17:41:16

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

FACOEMLSIFICADOR CON VITREOFAGO CLAVE D-431 EN EL ITEM B21 SE SOLICITA ACLARAR, QUE TIPO DE ALARMA ES SOLICITADO, ES ALARMA DE SONIDO O EN PANTALLA MIENTRAS ESTA EN USO ?, ALARMA DE ERROR ?, ALARMA DE USO ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D431 **Página:** 159

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE SE REQUIERE:

B21 ALARMA DE INFUSIÓN, DIATERMIA, ERROR, VACIO, ULTRASONIDO, DE SONIDO O EN PANTALLA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:

B21 ALARMA DE INFUSIÓN, DIATERMIA, ERROR, VACIO, ULTRASONIDO, DE SONIDO O EN PANTALLA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:
Lampara de hendidura D-47, En el ítem C11, CONTAMOS CON FILTROS DE LIBRE DE ROJO, DENSIDAD NEUTRALGRIS Y AZUL COBALTO, NUESTRA EQUIPO NO AMERITA FILTROS DE CALOR, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORA TECNOLOGICA QUE ESTE SEA DADO COMO OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 335

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D-47, En el ítem C19, CONTAMOS CON UN RANGO DE AJUSTE FINO DE 12 mm DADO QUE NUESTRO RANGO DE ELEVECIÓN DE LA MENTONERA ES DE 80 mm , SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES SEA AMPLIADO DE LA SIGUIENTE MANERA : RANGO DE AJUSTE FINO MEDIANTE JOYSTICK: 12 mm ó MAYOR.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 365

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
AJUSTE FINO MEDIANTE JOYSTICK: 12 mm ó MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: AJUSTE FINO MEDIANTE JOYSTICK: 12 mm ó MAYOR.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D- 420 En el Item C06, NUESTRO EQUIPO FUNCIONA CON UN MODULO LED DE 3 A ,10 W, SIENDO QUE NO TODAS LAS TECNOLOGIAS TRABAJAN CON LAS MISMOS WHATTS EN SU LAMPARA,LA NUESTRA NI EMITE CALOR NO NECESITANDO FILTROS, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORA TECNOLÓGICA :LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 361

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D- 420 En el Item C06, NUESTRO EQUIPO FUNCIONA CON UN MODULO LED DE 3 A ,10 W, SIENDO QUE NO TODAS LAS TECNOLOGIAS TRABAJAN CON LAS MISMOS WHATTS EN SU LAMPARA,LA NUESTRA NI EMITE CALOR NO NECESITANDO FILTROS, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORA TECNOLÓGICA :LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 361

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D- 420 En el Item C11, CONTAMOS CON FILTROS DE LIBRE DE ROJO, DENSIDAD NEUTRALGRIS Y AZUL COBALTO, NUESTRA EQUIPO NO AMERITA FILTROS DE CALOR, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORA TECNOLOGICA QUE ESTE SEA DADO COMO OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 361

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D- 420 En el Item D01, CONTAMOS CON UN MODULO DE LUZ LED DE VIDA PROMEDIO DE 50.000 HORAS SIENDO EQUIVALENTE A 14 AÑOS DE TRABAJO EN JORNADAS DE 8 HORAS POR 6 DIAS A LA SEMANA, SE SOLICITA COMO OPCIONAL PARA EQUIPOS QUE NO SEAN DE TECNOLOGIA LED

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 361

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Lensometro digital con uveometro D-319 En el ítem B19, CONTAMOS CON UNA MEDIDA DE DIAMETRO DEL LENTE HASTA 100 mm POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDICIÓN DE DIÁMETRO DEL LENTE DE HASTA 110 mm. A MAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 393

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C02, CONTAMOS CON UNA SERIE DE BINOCULARES QUE NOS PERMITEN ORIENTARLO CON DIVERSAS ANGULACIONES QUE VAN DESDE 0- 180 °, DANDO ESA ERGONOMIA DESEADA SI SE REQUIERE, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES SEA CONSIDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA : ÓPTICA FÁCILMENTE ANGULABLE DESDE POSICIÓN VERTICAL HASTA POSICIÓN HORIZONTAL (TODO EL CABEZAL OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 459

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:
MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C03 COMO MEJORA TECNOLÓGICA OFRECEMOS MAGNIFICACION DE RANGO 3.5 X - 21 X

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 459

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
MAGNIFICACION DE RANGO 3.5 X - 21 X
SIEMPRE QUE SEA MEDIANTE SISTEMA DE ZOOM INTEGRADO (CONTINUO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: MAGNIFICACION DE RANGO 3.5 X - 21 X
SIEMPRE QUE SEA MEDIANTE SISTEMA DE ZOOM INTEGRADO (CONTINUO).

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:
MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C06 CONTAMOS CON LUZ LED DIRECTA DEL CABEZAL SIN USO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, SE SOLICITA ACLARAR SI EL USO DE LED ES CONSIDERADA POR EL COMITÉ COMO LUZ FRIA

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 459

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE LA LUZ LED ES CONSIDERADA COMO LUZ FRIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:
SE ACLARA QUE LA LUZ LED ES CONSIDERADA COMO LUZ FRIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:
MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C08 CONTAMOS CON LUZ LED PRINCIPAL Y LUZ HALOGENA PARA PRODUCIR REFLEJO ROJO, ESTE ULTIMO CUENTA CON UN SISTEMA DE CAMBIO RAPIDO, SE SOLICITA AMPLIAR EL ITEM POR PLURALIDAD DE POSTORES DE LA SIGUIENTE FORMA: LÁMPARA DE ILUMINACIÓN LEO O HALÓGENA O CON SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO DE LÁMPARA DE EMERGENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 459

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:
MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C11 COMO MEJORA TECNOLÓGICA OFRECEMOS SENSOR CMOS PROGRESIVO, SE SOLICITA SEA CONSIDERADO COMO: CÁMARA CMOS APTA PARA TRABAJAR CON EL MICROSCOPIO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 459

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CÁMARA CMOS APTA PARA TRABAJAR CON EL MICROSCOPIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CÁMARA CMOS APTA PARA TRABAJAR CON EL MICROSCOPIO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C14 , CONTAMOS CON GRABADOR DE VIDEO EN CALIDAD DE GRADO MEDICO, ESTE GRABA Y EXPORTA EN USB, COMO MEJORA TECNOLOGICA, DADA QUE LA TECNOLOGIA ACTUAL ES EN FORMATOS DIGITALES TALES COMO HDMI, HD-SDI, LAS TECNOLOGIAS ANTIGUAS ROJO, VERDE, AZUL(RGB) Y O VIDEO COMPUESTO YA ESTAN EN DESUSO POR NO SER SEÑALES DIGITALES SE SOLICITA CONSIDERAR; GRABADOR DE VIDEO EN FORMATO DVD O FORMATOS DIGITALES CON CAPACIDAD DE EXPORTACION EN USB APTO PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON EL PROCESADOR DE VIDEO. ENTRADAS/SALIDAS: RGB Ó Y/C, VIDEO COMPUESTO Y SEÑAL DIGITAL DE VIDEO COMO MINIMO O HD, HDMI, RESOLUCION 1080P, 1080I

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 459

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:
MONITOR DE OPTOTIPOS LCD CLAVE: D-422, En el ítem B01, OFRECEMOS COMO MEJORA TECNOLÓGICA RESOLUCION 1920 X 1080

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 509

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARÁ:
RESOLUCION 1920 X 1080

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: RESOLUCION 1920 X 1080

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

MONITOR DE OPTOTIPOS LCD CLAVE: D-422, En el ítem B11, CONTAMOS CON :RESOLUCIÓN ULTRA ALTA 1080P(1920 X1080 PÍXELES). EL CONTRASTE ULTRA ALTO DE 1200:1 DE LA PANTALLA LCD Y LA PANTALLA LCD DE 23,8PULGADAS DE GRADO MÉDICO PROFESIONAL GARANTIZAN UNA VISUALIZACIÓN DE ALTA DEFINICIÓN DE LAS MARCAS DE AVISTAMIENTO ,PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE OPTOMETRÍA MÁS PRECISA. LA PLACA MADRE DE ARM DE GRADO INDUSTRIAL, ESTABLE Y FIABLE, ES SEGURA Y DURADERA. CONFIGURACIÓN, SOFTWARE Y EXPERIENCIA DE USUARIO, SON PARTE DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL. POR LOS QUE NO CONSIDERA EL USO COMPATIBLE CON WINDOWS, SE SOLICITA DE LA SIGUIENTE MANERA: COMPATIBLE CON WINDOWS. MEMORIA DE 2GB Y DISCO DURO INTERNO DE 80 GB COMO MÍNIMO O PANTALLA LCD DE 23,8 PULGADAS DE GRADO MÉDICO PROFESIONAL

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 509

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:
MONITOR DE OPTOTIPOS LCD CLAVE: D-422, En el ítem B12, CONTAMOS CON CONTROL REMOTO, QUE SE ENTIENDE QUE ES MANOS LIBRES, SE SOLICITA ACLARAR SI SE TRATA DE ESTE TIPO DE ACCESORIOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 509

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CONTROL REMOTO,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTROL REMOTO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

MONITOR DE OPTOTIPOS LCD CLAVE: D-422, En el ítem C02 NUESTRO SISTEMA NO ESTA CONECTADO A NINGUNA PC PORQUE ES DE SOFTWARE INDEPENDIENTE POR LO QUE NO REQUIERE DE ESTOS ACCESORIOS , POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORAS TECNOLOGICAS SE SOLICITA QUE SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE FORMA: TECLADO Y MOUSE, DE USB.(PARA MONITORES QUE SEAN DE

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 509

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B06 NUESTRO EQUIPO POSSE UNA TECNOLOGIA DE ANILLOS DE PLACIDO POR LO QUE REALIZA MAS DE 100.000 PUNTOS ANALIZADOS Y MAS DE 6.200 PUNTOS MEDIDOS, SE SOLICITA CONSIDERAR DE LA SIGUIENTE MANERA : QUERATOMETRIA CON 16 PUNTOS DE REFERENCIA O 100.000 PUNTOS ANALIZADOS Y/O 6.200 PUNTOS MEDIDOS

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
QUERATOMETRIA CON 16 PUNTOS DE REFERENCIA O 100.000 PUNTOS ANALIZADOS Y/O 6.200 PUNTOS MEDIDOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: QUERATOMETRIA CON 16 PUNTOS DE REFERENCIA O 100.000 PUNTOS ANALIZADOS Y/O 6.200 PUNTOS MEDIDOS

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:
REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B08, CONTAMOS CON UNA MEDIDA DE LONGITUD AXIAL DE 15 A 38 mm POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA : 15 mm - 38 mm O MAYOR RANGO

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:
REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el Item B11, CONTAMOS CON UN RANGO DE MEDIAD DE ESPESOR CORNEAL 0.300mm A 0.800 mm DE MEDIDA DE GROSOR CORNEAL , POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA: GROSOR CORNEAL CENTRAL: 0.3 O MENOS A 0.800 A MAS mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B12, CONTAMOS CON UN RANGO DE MEDIDA DE PROFUNDIDAD DE LA CÁMARA ANTERIOR 1,5 mm - 6,5 mm, POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PROFUNDIDAD DE CÁMARA ANTERIOR DE 1.5 mm O MENOS - 6.5 mm A MAS COMO MINIMO

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:
REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el Item B13, En el Item B13, CONTAMOS CON UN RANGO DE MEDIDA DE BLANCO A BLANCO DE 8 A 14 mm POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA: BLANCO A BLANCO: 8 - 14 mm. O MEJOR RANGO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el Item B21, CONTAMOS CON Camellin Calossi y Shammas Sin Historia, Barrett Verdadera K, Barrett Rx, PARA EL CALCULO DE LA LIO POST REFRECTIVO, POR PLURALIDAD DE 'POSTORES SE SOLICITA QUE SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE FORMA :HAIGIS-L PARA EL CÁLCULO DE LA LIO PARA OJOS CUYA MIOPÍA/HIPERMETROPÍA HA SIDO TRATADA CON LASIK, PRK, LASEK. O CAMELLI CALOSSI Y SHAMAS , BARRETT VERDADERO K, BARRETT RX

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el Item B22, CONTAMOS CON UN EQUIPO EL CUAL REALIZA CALCULO DE IMPLANTES FAQUICOS APOYADOS EN ESTUDIOS EN EL IRIS , ANGULO DE LA CAMARA ANTERIOR O POSTERIOR QUE SON; ANGULO POSTERIOR (Longitud axial, Profundidad de cámara anterior (ACD), Distancia blanco a blanco (WTW), Diámetro pupilar) IRIS (ACD, WTW,Espesor corneal (CCT). IRIDEO CORNEAL (ACD precisa, WTW), SIN EMBARGO ESTO NO ESTA A LA LITERALIDAD, POR PLURALIDAD DE POSTORES E IGUALDAD DE TRATO SE SOLICITA CONSIDERARLO DE LA SIGUIENTE MANERA : CÁLCULO DE IMPLANTES FAQUICOS APOYADOS EN EL IRIS, EN EL ÁNGULO DE LA CÁMARA O EN LA CÁMARA POSTERIOR. OPTIMIZACIÓN DE CONSTANTE DE LAS LIO DE FORMA MANUAL Y CON DATA O ESTUDIOS DE (Longitud axial, Profundidad de cámara anterior (ACD), Distancia blanco a blanco (WTW), Diámetro pupilar, ACD, WTW,Espesor corneal (CCT), ACD precisa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:
REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B24, CONTAMOS CON UNA INTERFAZ DE DATOS FITABILITY QUE ES UN SIMILAR SIN EMBARGO POR PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA NO SE DEBERIA SOLICITAR PATENTES PROPIAS DE EQUIPOS , POR LO QUE SOLICITA QUE SEA CONSIDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA: INTERFAZ DE DATOS SEGUN FABRICANTE

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:
UNIDAD OFTALMOLOGICA CLAVE: M-125, En el ítem B01, CONTAMOS CON UN PANEL DE CONTROL QUE CONTROLA EL SILLÓN, LUCES DE ILUMINACIÓN DE AMBIENTE SIN EMBARGO, LA ELEVACIÓN DE BRAZOS Y COLUMNA ES MANUAL, POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA DE LA SIGUIENTE MANERA :CON CONTROLES PARA MOVIMIENTOS DE SILLÓN, LAMPARA DE ILUMINACIÓN Y ELEVACIÓN DE BRAZOS Y/O COLUMNA.(OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 629

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

UNIDAD OFTALMOLOGICA CLAVE: M-125, En el ítem B03, COMO MEJORA TECNICA OFRECEMOS UN TABLERO DE MESA GIRATORIO QUE PERMITA DOS INSTRUMENTOS, SE SOLICITA AL COMITÉ SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE FORMA :BRAZO PARA INSTALAR LÁMPARA DE HENDIDURA, CON SISTEMA DE CONTRAPESO FLOTANTE. O TABLERO GIRATORIO QUE PERMITA ALOJAR HASTA DOS INSTRUMENTOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 629

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
BRAZO PARA INSTALAR LÁMPARA DE HENDIDURA, CON SISTEMA DE CONTRAPESO FLOTANTE. O TABLERO GIRATORIO QUE PERMITA ALOJAR HASTA DOS INSTRUMENTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: BRAZO PARA INSTALAR LÁMPARA DE HENDIDURA, CON SISTEMA DE CONTRAPESO FLOTANTE. O TABLERO GIRATORIO QUE PERMITA ALOJAR HASTA DOS INSTRUMENTOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:
UNIDAD OFTALMOLOGICA CLAVE: M-125, En el ítem B06 CONTAMOS CON LUZ DE SALON Y LUZ DE LECTURA PARA PACIENTE, SIN EMBARGO ESTAS NO POSEE MOVIMIENTOS ADICIONALES, POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA OTORGADO COMO OPCIONAL

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 629

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C05 , CONTAMOS CON ESTANDARES DE GOLMAND TAMAÑO III SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE MARCAS SEA ACEPTADA DE LA LIGUIENTE MANERA: ESTANDARES DE GOLDMAN: TAMAÑO 1, 11, 111, IV Y V, CON NIVELES DE INTENSIDAD DE ESTÍMULO AL MENOS DESDE 1 a HASTA 4E O SEGÚN FABRICANTE

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:
CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C07 CONTAMOS CON ILUMINACION DE FONDO DE 31.4 ASB SE SOLICITA ´POR PLURALIDAD DE POSTORES DE LA SIGUIENTE MANERA : ILUMINACIÓN DE FONDO, AL MENOS ESTANDAR DE GOLDMAN (31.4 A MAS ASB).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C08, CONTAMOS CON UNA CAMARA DE VISUALIZACION DE EL OJO PARA EL SEGUIMIENTO DURANTE TODA LA PRUEBA EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE LA INTERFAZ, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES COMO OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C12, CONTAMOS CON UNA CAMARA DE VISUALIZACION DE EL OJO PARA EL SEGUIMIENTO DURANTE TODA LA PRUEBA EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE LA INTERFAZ, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES COMO OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C16, CONTAMOS CON PRUEBAS RAPIDAS, CON PATRONES DE DETECCION DE ESTIMULO UNICO Y MULTIPLES DE 30,64 Y 86 PUNTOS DE FORMA CONTINUA , ADEMAS DE PRUEBAS DE UMBRAL CENTRAL AMPLIAABLES EN LAS PRUEBAS, POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE FORMA; CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS O CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS O CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS O CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C18 CONTAMOS CON EXAMENES BLANCO /BLANCO, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES SEA CONSIDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA : EXAMEN BLANCO/BLANCO AZUL/AMARILLO(OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	17:49:17

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 300,000,000.00 (Trescientos millones con 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán como bienes similares a la venta integral de equipamiento bajo la modalidad llave en mano de proyectos hospitalarios públicos o privados, que como mínimo contengan dentro del equipamiento las siguientes especialidades:

- Sala de operaciones o centro quirúrgico.
- Unidad de Cuidados Intensivos
- Imágenes o diagnóstico por imágenes
- Laboratorio
- Instrumental

Consulta:

Solicitamos considerar como bienes similares al objeto de la convocatoria: VENTA DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO. Lo mencionado permitira garantizar el principio de Libertad de Concurrencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 3.2 Página: A

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a las Bases del presente procedimiento de selección, en su requerimiento, se establece:

¿5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN¿

Corresponde la adquisición integral del Equipamiento Hospitalario necesario para las UPSS y UPS del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA, para brindar una atención de calidad en beneficio de los pacientes. El tipo de Equipamiento Hospitalario por grupo genérico se clasifica en:

- ¿ Equipos Biomédicos (B),
- ¿ Equipos electromecánicos (E)
- ¿ Equipos complementarios (C)
- ¿ Instrumental médico (I)
- ¿ Lencería (LENC)
- ¿ Mobiliario administrativo (MA)
- ¿ Mobiliario clínico (MC)
- ¿ Menaje (MEN).

Como se puede apreciar la adquisición que va a realizar la Entidad es por el equipamiento integral del hospital; por ello, lo que se requiere es un postor que tenga experiencia en haber suministrado el equipamiento integral de un hospital, no simplemente la venta de equipos médicos de manera individual.

Sin embargo, con la finalidad de propiciar una mayor participación de postores, se reduce el monto de la experiencia requerida de S/ 300,000,000.00 a S/ 210,000,000.00 en la venta integral de equipamiento hospitalario, siempre que dicha venta incluya el equipamiento integral de un proyecto hospitalario público o privado y que contengan como mínimo la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 210,000,000.00 (doscientos diez millones con 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los

Entidad convocante :	UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-8-2025-PRONIS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considerarán como bienes similares a la venta integral de equipamiento hospitalario, siempre que dicha venta incluya el equipamiento integral de un proyecto hospitalario público o privado y el cual debe incluir como mínimo la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 98

Consulta/Observación:

En las páginas 173 y 175 (folios 904 y 903) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Ecocardiógrafo Doppler (D-98).

En el RTM B07 se solicita: "Frame rate máximo no menor a 63 000 cuadros por segundo en Modo 2D". El frame rate máximo no es una medida estandarizada y cada fabricante obtiene un valor dependiendo de las variables que seleccione, habiendo una excesiva disparidad entre los diversos fabricantes, por lo que no es una característica que aporte significado alguno. Por otro lado, el valor requerido es totalmente excesivo y aparentemente por un error en la transcripción se ha colocado el valor de los cuadros de la función Cine Memoria. En nuestro caso el frame rate se obtiene bajo unas consideraciones muy estrictas dando un valor de 880 cuadros/segundo, por lo que solicitamos se acepten ecocardiógrafos con un frame rate máximo de 880 cuadros/seg. Por último, a manera de información, se indica que los cuadros por segundo de visualización diagnóstica en exámenes cardiológicos son de alrededor de 50 cuadros /segundo; por lo que los valores de frame rate máximo adicionalmente de lo arbitrario en su obtención, no tienen relación alguna con la resolución temporal diagnóstica.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-98 Literal: B07 Página: 173

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 99

Consulta/Observación:

En las páginas 177,179 y 181 (folios 902, 901 y 900) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Ecógrafo Doppler Color (D-99).
En el RTM A02 se solicita: "Enfoque dinámico de píxeles".
Al respecto se precisa que esto corresponde a un determinado tipo de adquisición y formación de imágenes ultrasónicas utilizados en los ecógrafos Mindray de procedencia china y cuyo fabricante lo ha denominado: "enfoque dinámico de píxeles"; con lo que, solo los ecógrafos de esa marca cumplirían con este requisito; por lo que se solicita su eliminación.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-99 Literal: A02 Página: 177

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 100

Consulta/Observación:

En las páginas 177,179 y 181 (folios 902, 901 y 900) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Ecógrafo Doppler Color (D-99).
En el RTM A03 se solicita: "Monitor LED sin bisel...".
Al respecto se precisa que esto corresponde a una característica de un determinado modelo de los ecógrafos Mindray de procedencia china, que es totalmente irrelevante; con lo que, solo los ecógrafos de esa marca cumplirían con este requisito; por lo que se solicita se elimine el término: "sin bisel".

Acápites de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** D-99 **Literal:** A03 **Página:** 177

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 101

Consulta/Observación:

En las páginas 177,179 y 181 (folios 902, 901 y 900) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Ecógrafo Doppler Color (D-99).

En el RTM A04 se solicita: "Pantalla táctil de alta sensibilidad de 13 pulgadas como mínimo y angulación de 40° como mínimo".

Al respecto, se precisa que existen pequeñas diferencias en los diseños entre los diversos fabricantes, que no inciden en lo absoluto en el rendimiento del equipo.

En nuestro caso, el ecógrafo de marca Fujifilm que comercializamos posee una pantalla táctil de 10.1 pulgadas, de alta resolución a color, que permite realizar la totalidad de sus funciones con total facilidad y sin limitación alguna. Igualmente posee una inclinación que facilita su visualización en todo momento, resultando irrelevante la angulación solicitada.

Por lo que, considerando que esta pantalla es sustancialmente equivalente y funcionalmente similar a la solicitada, solicitamos se acepten ecógrafos con una pantalla táctil a color de 10 pulgadas como mínimo.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-99 Literal: A04 Página: 177

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 102

Consulta/Observación:

En las páginas 147,148 y 149 (folios 542, 541 y 540) del archivo Ítem 2 Características Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Ecógrafo Doppler Color (D-99). En el RTM A17 se solicita: "Con función que permita exportar imágenes a dispositivos móviles". En principio se precisa que esto corresponde a una característica de un determinado modelo de los ecógrafos Mindray de procedencia china, que es totalmente irrelevante; con lo que, solo los ecógrafos de esa marca cumplirían con este requisito; por lo que se solicita se elimine.

Acápites de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** D-99 **Literal:** A17 **Página:** 179

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 103

Consulta/Observación:

En las páginas 177,179 y 181 (folios 902, 901 y 900) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Ecógrafo Doppler Color (D-99).

En el RTM B08 se solicita: "Imágenes 3D de manos libres¿.

La opción de 3D de manos libres era una técnica bastante antigua (2000) que consistía en desplazar el transductor de manera longitudinal o en forma de abanico (totalmente operativo dependiente) y mediante un software bastante rudimentario se procesaban las imágenes y se mostraba una imagen 3D con una resolución muy baja. Posteriormente se desarrollaron los transductores volumétricos (barrido con motor interno) obteniéndose imágenes de mayor calidad.

Por lo que, al ser una característica en desuso, solicitamos su eliminación, o en todo caso, se solicite: ¿Con posibilidad de crecimiento a Imágenes 3D con transductores volumétricos¿.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-99 Literal: B08 Página: 179

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 104

Consulta/Observación:

En las páginas 177,179 y 181 (folios 902, 901 y 900) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Ecógrafo Doppler Color (D-99).

En el RTM D01 se solicita: ¿Un (01) transductor de arreglo convexo de 1.0 a 6.0 MHz con ángulo de apertura no menor de 60 grados para aplicación obstétrica, ginecológica, abdominal, como mínimo¿.

Al respecto se precisa que existen pequeñas diferencias en los modelos de los ecógrafos entre los diversos fabricantes. En nuestro caso, el ecógrafo que comercializamos posee un transductor convexo de 1.0 hasta 5.0 MHZ (sustancialmente equivalente), que le permite realizar la totalidad de los estudios para las aplicaciones requeridas, por lo que solicitamos se acepten ecógrafos con un transductor convexo de 1.0 a 5.0 MHz.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-99 Literal: D01 Página: 181

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 105

Consulta/Observación:

En las páginas 177,179 y 181 (folios 902, 901 y 900) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Ecógrafo Doppler Color (D-99).

En el RTM D02 se solicita: ¿Un (01) transductor endocavitario de 3.0 a 12.0 MHz, con ángulo de apertura no menor de 175° grados¿.

Al respecto, se precisa que existen pequeñas diferencias en los modelos de los ecógrafos entre los diversos fabricantes. En nuestro caso, el ecógrafo que comercializamos posee un transductor endocavitario de 2.0.0 hasta 10.0 MHZ (sustancialmente equivalente), que le permite realizar la totalidad de los estudios para las aplicaciones requeridas (las frecuencias más altas solo se utilizan en estudios superficiales); por lo que solicitamos se acepten ecógrafos con un transductor endocavitario de 2.0 a 10.0 MHz.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-99 Literal: D02 Página: 181

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 106

Consulta/Observación:

En las páginas 177,179 y 181 (folios 902, 901 y 900) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Ecógrafo Doppler Color (D-99).
En el RTM D03 se solicita: ¿Un (01) transductor de arreglo lineal de 4.0 a 13.0 MHz, para aplicaciones de partes blandas¿.
Al respecto, se precisa que existen pequeñas diferencias en los modelos de los ecógrafos entre los diversos fabricantes. En nuestro caso, el ecógrafo que comercializamos posee un transductor lineal de 5.0 hasta 18.0 MHZ (sustancialmente superior), que le permite realizar la totalidad de los estudios para las aplicaciones requeridas (las frecuencias más bajas solo se utilizan en estudios de mayor profundidad); por lo que solicitamos se acepten ecógrafos con un transductor lineal de 5.0 a 18.0 MHz.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-99 Literal: D03 Página: 181

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 107

Consulta/Observación:

En las páginas 183, 185 y 187 (folios 899, 898 y 897) del archivo Ítem 2 Características Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Ecógrafo Doppler Color 4D (D-100). En el RTM B18 se solicita: ¿Un (01) transductor de arreglo lineal de 4.0 a 14.0 MHz, con longitud del arreglo entre 35 mm y 60 mm¿.

Al respecto, se precisa que existen pequeñas diferencias en los modelos de los ecógrafos entre los diversos fabricantes. En nuestro caso, el ecógrafo que comercializamos posee un transductor lineal de 5.0 hasta 18.0 MHZ, sustancialmente equivalente o hasta superior, que le permite realizar la totalidad de los estudios para las aplicaciones requeridas (las frecuencias más bajas solo se utilizan en estudios de mayor profundidad); por lo que solicitamos se acepten ecógrafos con un transductor lineal de 5.0 a 18.0 MHz.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-100 Literal: B18 Página: 185
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
transductor de arreglo lineal de 5.0 a 18.0 MHz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: transductor de arreglo lineal de 5.0 a 18.0 MHz.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 108

Consulta/Observación:

En las páginas 183, 185 y 187 (folios 899, 898 y 897) del archivo Ítem 2 Características Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Ecógrafo Doppler Color 4D (D-100).

En el RTM B19 se solicita: ¿Un (01) transductor endocavitario de 3.0 MHz a 12.0 MHz, con ángulo de apertura no menor de 190°, para exámenes gineco obstétricos y urológicos¿.

Al respecto, se precisa que existen pequeñas diferencias en los modelos de los ecógrafos entre los diversos fabricantes. En nuestro caso, el ecógrafo que comercializamos posee un transductor endocavitario de 2.0.0 hasta 10.0 MHZ con un ángulo de 200° (sustancialmente equivalente), que le permite realizar la totalidad de los estudios para las aplicaciones requeridas (las frecuencias más altas solo se utilizan en estudios superficiales); por lo que solicitamos se acepten ecógrafos con un transductor endocavitario de 2.0 a 10.0 MHz

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** D-100 **Literal:** B-19 **Página:** 185

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 109

Consulta/Observación:

En las páginas 183, 185 y 187 (folios 899, 898 y 897) del archivo Ítem 2 Características Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Ecógrafo Doppler Color 4D (D-100).

En el RTM B21 se solicita: ¿Un (01) transductor microconvexo de 4.0 a 12.0 MHz, ángulo de exploración (FOV) mayor o igual a 110°¿.

Al respecto se precisa que existen pequeñas diferencias en los modelos de los ecógrafos entre los diversos fabricantes. En nuestro caso, el ecógrafo que comercializamos posee otro transductor microconvexo de 4.0 hasta 13.0 MHZ con un ángulo de exploración de 100°, sustancialmente equivalente, que le permite realizar la totalidad de los estudios para las aplicaciones requeridas; por lo que solicitamos se acepten ecógrafos con un transductor microconvexo de 4.0 a 13.0 MHz con un ángulo de exploración de 100°.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-100 Literal: B21 Página: 185

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 110

Consulta/Observación:

En las páginas 247 y 249 (folios 867 y 866) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Equipo de rayos X estacionario-radiografía digital (D-20).
En el RTM B06 se solicita: ¿Tecnología de convertidor de alta frecuencia: 400 KHz¿.
Al respecto, se precisa que los generadores de rayos X con tecnología de convertidor de alta frecuencia rectifican completamente la corriente alterna (CA) y suministran al tubo corriente continua (CC).
En nuestro caso, el equipo de rayos X posee un generador con tecnología de convertidor de alta frecuencia con un valor de 30 KHz, que proporciona una generación altamente eficiente de rayos X con una muy baja distorsión de la ondulación. Por otro lado, se precisa que a partir de los 20 KHz, se considera alta frecuencia, siendo prácticamente imperceptible el efecto causado sobre el riple a mayores valores de frecuencia; por lo que, en la totalidad de procesos de selección se solicita solo: ¿Tecnología de convertidor de alta frecuencia¿, sin adicionar un valor específico por ser irrelevante
Por todo lo anterior, solicitamos se acepten equipos con un generador de 30 KHz.
Como dato final, indicamos que en la LL N° 001-202-PRONIS-PCRIS en donde se adquirieron 10 equipos de rayos X estacionario digital se solicitó para esta característica: ¿Tecnología de convertidor de alta frecuencia¿.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-20 Literal: B06 Página: 247

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 111

Consulta/Observación:

En las páginas 247 y 249 (folios 867 y 866) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Equipo de rayos X estacionario-radiografía digital (D-20).
En el RTM F02 se solicita: ¿Matriz de 2500 x 3000 píxeles o mayor¿.
Al respecto, se precisa que existen ligeras diferencias entre los diversos fabricantes que no inciden en el rendimiento.
En nuestro caso, el detector que comercializamos posee una matriz de 2336x2836 píxeles, con un alto DQE y MTF que brinda imágenes de muy alta resolución y calidad diagnóstica.
Por lo que, considerando que esta matriz es sustancialmente equivalente a la requerida, solicitamos se acepten equipos de rayos X con una matriz de 2336x2836 píxeles.
Como dato final, indicamos que en la LL N° 001-202-PRONIS-PCRIS en donde se adquirieron 10 equipos de rayos X estacionario digital se solicitó para esta característica: ¿Matriz 2000 x 2000 píxeles o más¿.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-20 Literal: F02 Página: 249

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 112

Consulta/Observación:

En las páginas 247 y 249 (folios 867 y 866) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Equipo de rayos X estacionario-radiografía digital (D-20).
En el RTM F03 se solicita: ¿Tamaño del píxel 140 micrones o menor¿.
Al respecto, se precisa que existen ligeras diferencias entre los diversos fabricantes que no inciden en el rendimiento.
En nuestro caso, el detector que comercializamos posee un tamaño de píxel de 150 µm (valor correspondiente al tamaño de matriz), con un alto DQE y MTF que brinda imágenes de muy alta resolución y calidad diagnóstica.
Por lo que, considerando que el detector es sustancialmente equivalente al requerido, solicitamos se acepten equipos de rayos X con un detector de 150 µm.
Como dato final, indicamos que en la LL N° 001-202-PRONIS-PCRIS en donde se adquirieron 10 equipos de rayos X estacionario digital se solicitó para esta característica: ¿Tamaño de Pixel: menor o igual a 160µm¿.

Acápites de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** D-20 **Literal:** F03 **Página:** 249

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 113

Consulta/Observación:

En las páginas 247 y 249 (folios 867 y 866) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Equipo de rayos X estacionario-radiografía digital (D-20).
En el RTM F04 se solicita: ¿Tamaño de detector: 35 x 43 cm¿.
En principio, entendemos que el tamaño solicitado está referido al área efectiva de imagen y no al tamaño físico del detector. De ser así, se precisa que existen ligeras diferencias entre los diversos fabricantes que no inciden en el rendimiento.
En nuestro caso, el detector que comercializamos posee un área efectiva de imagen de 35.05 x 42.67 cm.
Por lo que, considerando que el detector es sustancialmente equivalente al requerido, solicitamos se acepten equipos de rayos X con un área efectiva de imagen del detector de 35 x 42 cm.
Como dato final, indicamos que en la LL N° 001-202-PRONIS-PCRIS en donde se adquirieron 10 equipos de rayos X estacionario digital se solicitó para esta característica: ¿Un detector grande con área efectiva de 34x42 cm o más¿.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-20 Literal: F04 Página: 249

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 114

Consulta/Observación:

En las páginas 247 y 249 (folios 867 y 866) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Equipo de rayos X estacionario-radiografía digital (D-20).
En el RTM F05 se solicita: ¿Resolución máxima: 3.6 lp/mm o más¿.
Al respecto, se precisa que existen ligeras diferencias entre los diversos fabricantes que no inciden en el rendimiento. En nuestro caso, el detector que comercializamos posee una resolución máxima de 3.3 lp/mm (valor correspondiente al tamaño del píxel), con un alto DQE y MTF que brinda imágenes de muy alta resolución y calidad diagnóstica. Por lo que, considerando que el detector es sustancialmente equivalente al requerido, solicitamos se acepten equipos de rayos X con una resolución máxima de 3.3 lp/mm.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-20 Literal: F05 Página: 249

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 115

Consulta/Observación:

En las páginas 261 y 263 (folios 860 y 859) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Equipo de rayos X rodable digital (D-24).

En el RTM B01 se solicita: ¿Potencia máxima: 50 kW o más¿.

Al respecto, se precisa que en los procesos de selección del Minsa y EsSalud se requiere una potencia máxima de 30 kW. Es más, la totalidad de los equipos instalados en los últimos años en los hospitales del Minsa y EsSalud tienen esa potencia.

En nuestro caso, el equipo de rayos X rodable que comercializamos tiene una potencia máxima de 32 kW, que le permite realizar la totalidad de exámenes requeridos en un equipo de rayos X rodable digital de nivel hospitalario; por lo que, solicitamos se acepten equipos de rayos X rodable digital con una potencia de 30 kW como mínimo.

Como dato final, indicamos que en la LL N° 001-202-PRONIS-PCRIS en donde se adquirieron 15 equipos de rayos X rodable digital se solicitó para esta característica: ¿Potencia máxima: 30 Kw o mayor¿.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-24 Literal: B01 Página: 261

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 116

Consulta/Observación:

En las páginas 261 y 263 (folios 860 y 859) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Equipo de rayos X rodable digital (D-24).

En el RTM B13 se solicita: ¿Matriz de 2500 x 3000 píxeles o más¿.

Al respecto, se precisa que existen ligeras diferencias entre los diversos fabricantes que no inciden en el rendimiento.

En nuestro caso, el detector que comercializamos posee una matriz de 2336x2836 píxeles, con un alto DQE y MTF que brinda imágenes de muy alta resolución y calidad diagnóstica.

Por lo que, considerando que esta matriz es sustancialmente equivalente a la requerida, solicitamos se acepten equipos de rayos X con una matriz de 2336x2836 píxeles.

Como dato final, indicamos que en la LL N° 001-202-PRONIS-PCRIS en donde se adquirieron 15 equipos de rayos X rodable digital se solicitó para esta característica: ¿Matriz 2000 x 2000 píxeles o más¿.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-24 Literal: B13 Página: 261

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 117

Consulta/Observación:

En las páginas 261 y 263 (folios 860 y 859) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Equipo de rayos X rodable digital (D-24).

En el RTM B14 se solicita: ¿Tamaño de detector: 35 x 43 cm¿.

En principio, entendemos que el tamaño solicitado está referido al área efectiva de imagen y no al tamaño físico del detector. De ser así, se precisa que existen ligeras diferencias entre los diversos fabricantes que no inciden en el rendimiento.

En nuestro caso, el detector que comercializamos posee un área efectiva de imagen de 35.05 x 42.67 cm.

Por lo que, considerando que el detector es sustancialmente equivalente al requerido, solicitamos se acepten equipos de rayos X con un área efectiva de imagen del detector de 35 x 42 cm.

Como dato final, indicamos que en la LL N° 001-202-PRONIS-PCRIS en donde se adquirieron 15 equipos de rayos X rodable digital se solicitó para esta característica: ¿Un detector grande con área efectiva de 34x42 cm o más¿.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-24 Literal: B14 Página: 261

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 118

Consulta/Observación:

En las páginas 261 y 263 (folios 860 y 859) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Equipo de rayos X rodable digital (D-24).

En el RTM B15 se solicita: ¿Resolución máxima: 3.6 lp/mm o más¿.

Al respecto, se precisa que existen ligeras diferencias entre los diversos fabricantes que no inciden en el rendimiento. En nuestro caso, el detector que comercializamos posee una resolución máxima de 3.3 lp/mm (valor correspondiente al tamaño del píxel), con un alto DQE y MTF que brinda imágenes de muy alta resolución y calidad diagnóstica. Por lo que, considerando que el detector es sustancialmente equivalente al requerido, solicitamos se acepten equipos de rayos X con una resolución máxima de 3.3 lp/mm.

Acápites de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** D-24 **Literal:** B15 **Página:** 261

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 119

Consulta/Observación:

En las páginas 261 y 263 (folios 860 y 859) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Equipo de rayos X rodable digital (D-24).

En el RTM B22 se solicita: ¿Altura de punto focal desde 65 cm. o menos hasta una altura máxima de 220 cm. o más. Al respecto, se precisa que existen ligeras diferencias entre los diversos fabricantes que no inciden en el rendimiento. En nuestro caso, el equipo de rayos X rodable que comercializamos posee una altura del punto focal desde 68 cm. hasta una altura de 202.5 cm.

En lo que respecta a la altura menor, sustancialmente es equivalente (solo 3 cm de diferencia) pero en la altura máxima apartemente por un error involuntario de transcripción se ha colocado 220 cm en lugar de 202 cm; por lo que solicitamos se acepten equipos con una altura focal desde 68 cm. o menos hasta una altura máxima de 202 cm. o más. Como dato final, indicamos que en la LL N° 001-202-PRONIS-PCRIS en donde se adquirieron 15 equipos de rayos X rodable digital se solicitó para esta característica: ¿Altura del punto focal (movimiento del conjunto brazo-cabezal en el plano vertical) desde 65 cm. o menos hasta una altura máxima de 200 cm o más medidos desde el nivel del piso Tolerancia: 5%¿.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-24 Literal: B22 Página: 263

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 120

Consulta/Observación:

En las páginas 261 y 263 (folios 860 y 859) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Equipo de rayos X rodable digital (D-24).
En el RTM B24 se solicita: ¿Rango de rotación de la columna: +/- 300 o mayor¿.
Al respecto, se precisa que existen ligeras diferencias entre los diversos fabricantes que no inciden en el rendimiento.
En nuestro caso, el equipo de rayos X rodable que comercializamos posee un rango de rotación de la columna de +/- 270°, sustancialmente es equivalente a lo solicitado y que permite realizar la totalidad de movimientos requeridos en un equipo de rayos X rodable digital; por lo que solicitamos se acepten equipos con un rango de rotación de la columna de +/- 270°¿.
Como dato final, indicamos que en la LL N° 001-202-PRONIS-PCRIS en donde se adquirieron 15 equipos de rayos X rodable digital se solicitó para esta característica: ¿El rango de rotación de la columna (rotación del brazo alrededor del eje axial de la columna): ± 270° o mayor¿.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-24 Literal: B24 Página: 263

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 121

Consulta/Observación:

En las páginas 385 y 396 (folios 793 y 792) del archivo Especificaciones Técnicas Equipamiento Biomédico, se detallan las especificaciones técnicas del Equipo de mamografía (D-26).

Al respecto, se precisa que, el 24.07.2024 se publica la Resolución Ministerial 462-2024/MINSA en la que se aprueba la Ficha de Homologación de "Mamógrafo digital".

Asimismo, en el artículo 30.2 del numeral 30 Homologación del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (vigente a la fecha de publicación de este proceso), se indica que: ¿El uso de la ficha de homologación es obligatorio a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial ¿El Peruano¿, siempre que no se haya convocado el procedimiento de selección correspondiente.¿

Adicionalmente en el artículo 30.3. del mismo numeral 30 Homologación, se añade que: ¿Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el ámbito de la Ley o que se sujeten a otro régimen legal de contratación¿.

Por todo lo anterior, para efectos de evitar una nulidad posterior de toda la licitación; solicitamos se nos confirme si serán válidas las especificaciones técnicas requeridas en este proceso o si deberán considerarse las indicadas en la Ficha de Homologación vigente.

De corresponder esto último, solicitamos separar este equipo del Ítem Paquete 2 y proceder con la convocatoria de la Licitación pública abreviada para bienes, de conformidad con el artículo 93 Licitación pública del Subcapítulo 7 Procedimiento de selección competitivos del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Acápate de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-26 Literal: A01 Página: 395

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando lo establecido en la Resolución Ministerial 462-2024/MINSA, se procede a suprimir del presente procedimiento el ¿Equipo de mamografía (D-26)¿, cuya compra se efectuará de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley General de Contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20509173801	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:53:30

Observación: Nro. 122

Consulta/Observación:

Equipamiento Biomédico, no se encuentran las especificaciones técnicas correspondientes; por lo que, solicitamos se publiquen las mismas.

Ahora bien, de considerase las incluidas en la LP N° 006-2025-PRONIS-1, se debe considerar que en el RTM B01 se solicita: "Procesador láser (impresión en seco) o sublimación (impresión en seco)", permitiendo ambas tecnologías a pesar de las innumerables ventajas de la impresión láser sobre las térmicas.

Sin embargo, en el RTM B05 se solicita: "Utiliza películas completamente insensibles a la luz, permitiendo su uso en ambientes luz-día sin riesgo de velo".

Sobre esto último, se precisa que solo las películas térmicas (por sublimación) son insensibles a la luz; con lo que se estaría impidiendo presentar impresoras láser con impresión en seco, con el consiguiente perjuicio para la institución; por lo que solicitamos se elimine esta característica.

Adicionalmente indicamos que la redacción es engañosa; toda vez, que es de conocimiento extenso, que la carga de las películas láser se realiza en ambientes a plena luz de día; por lo que proponemos el siguiente texto: "Con carga de películas en ambientes luz-día".

Por último, manifestamos que solo una marca en el mercado nacional ofrece impresoras térmicas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-25 Literal: B05 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, incisos a, b y e de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 123

Consulta/Observación:
B21 CODIGO DE ACCESO A LA REPROGRAMACION DE PARAMETROS DE ESTERILIZACION INDICADORES
EL EQUIPO CUENTA CON CODIGOS DE ACCESO PARA DIFERENTES OPCIONES PERO LOS PROGRAMAS YA ESTAN PRECONFIGURADOS Y NO ES POSIBLE REPROGRAMARLOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-218 **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 124

Consulta/Observación:
B33 DE CONCENTRACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO (58% O 59%)
LA CONCENTRACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO SE VERIFICA EN LA ETIQUETA DEL CARTUCHO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-218 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL NUMERAL 7.1 DE LA DIRECTIVA N° 023-2016-OSCE/CD, LOS PARTICIPANTES DEBEN FORMULAR SUS CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE MANERA DEBIDAMENTE MOTIVADA, CONCRETA, CLARA Y SIN AMBIGUEDADES. EN EL PRESENTE CASO, NO SE ENTIENDE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, AL NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FORMULADA NI SUSTENTADA. EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO PUEDE INTERPRETAR QUÉ ES LO QUE PRETENDE CONSULTAS U OBSERVAR EL PARTICIPANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 125

Consulta/Observación:

B01 CAPACIDAD DE LA CAMARA INTERNA DEBE SER ENTRE 35 L Y 40L
CAPACIDAD DE 53 LITROS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-214 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL NUMERAL 7.1 DE LA DIRECTIVA N° 023-2016-OSCE/CD, LOS PARTICIPANTES DEBEN FORMULAR SUS CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE MANERA DEBIDAMENTE MOTIVADA, CONCRETA, CLARA Y SIN AMBIGÜEDADES. EN EL PRESENTE CASO, NO SE ENTIENDE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, AL NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FORMULADA NI SUSTENTADA. EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO PUEDE INTERPRETAR QUÉ ES LO QUE PRETENDE CONSULTAS U OBSERVAR EL PARTICIPANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 126

Consulta/Observación:
B02 EQUIPO AUTONOMO (NO REQUIERE DE CONEXIONES DE AGUA NI DESAGUE)
EL EQUIPO SI REQUIERE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE, LA MANERA MANUAL SE UTILIZA EN EMERGENCIA

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-214 **Página:** 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 127

Consulta/Observación:
B15 IMPRESORA INTEGRADA PARA REGISTRO DEL PROCESO
IMPRESORA EXTERNA DE ETIQUETAS, CON LA SIGUIENTE INFORMACION: MODELO Y SERIE DEL EQUIPO, PROGRAMA UTILIZADO, FECHA DE ESTERILIZACION, LOTES DIARIOS/TOTALES, ID DEL USUARIO, MAS NO DEL REGISTRO DEL PROCESO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-214 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LAS NECESIDADES DE LOS HOSPITALES A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 128

Consulta/Observación:
B08 APAGADO AUTOMATICO CON ALARMA DE FIN DE PROCESO, EN LOS CICLOS DE ESTERILIZACION Y SECADO
EL EQUIPO SOLO CUENTA CON ALARMA DE FIN DE PROCESO, EN LOS CICLOS DE ESTERILIZACION Y SECADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-217 **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LAS NECESIDADES DE LOS HOSPITALES A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 129

Consulta/Observación:
B10 COMPENSACION DE PRESION ATMOSFERICA
ESPECIFICACION OPCIONAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-217 **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL NUMERAL 7.1 DE LA DIRECTIVA N° 023-2016-OSCE/CD, LOS PARTICIPANTES DEBEN FORMULAR SUS CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE MANERA DEBIDAMENTE MOTIVADA, CONCRETA, CLARA Y SIN AMBIGUEDADES. EN EL PRESENTE CASO, NO SE ENTIENDE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, AL NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FORMULADA NI SUSTENTADA. EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO PUEDE INTERPRETAR QUÉ ES LO QUE PRETENDE CONSULTAS U OBSERVAR EL PARTICIPANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 130

Consulta/Observación:
B11 IMPRESORA INTEGRADA AL EQUIPOS, PARA REPORTE DE PROCESOS DE ESTERILIZACION Y DEL EQUIPO IMPRESORA EXTERNA DE ETIQUETAS, CON LA SIGUIENTE INFORMACION: MODELO Y SERIE DEL EQUIPO, PROGRAMA UTILIZADO, FECHA DE ESTERILIZACION, LOTES DIARIOS/TOTALES, ID DEL USUARIO, MAS NO DEL REGISTRO DEL PROCESO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-217 Página: 67
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)
Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 131

Consulta/Observación:
B13 CON MANOMETRO PARA MEDICION DE LA PRESION DE CAMARA
LA PRESION DE LA CAMARA SE VERIFICA A TRAVES DE LA PANTALLA LCD DEL EQUIPO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-217 **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL NUMERAL 7.1 DE LA DIRECTIVA N° 023-2016-OSCE/CD, LOS PARTICIPANTES DEBEN FORMULAR SUS CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE MANERA DEBIDAMENTE MOTIVADA, CONCRETA, CLARA Y SIN AMBIGUEDADES. EN EL PRESENTE CASO, NO SE ENTIENDE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, AL NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FORMULADA NI SUSTENTADA. EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO PUEDE INTERPRETAR QUÉ ES LO QUE PRETENDE CONSULTAS U OBSERVAR EL PARTICIPANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 132

Consulta/Observación:
B15 CON TEMPORIZADOR DE 0 A 20 MINUTOS O MAS
EL EQUIPO NO CUENTA CON ESTA OPCION, CADA PROGRAMA ESTÁ PRECONFIGURADO CON SUS TIEMPOS ESTABLECIDOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-217 **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 133

Consulta/Observación:
B01 CAPACIDAD DE LA CAMARA INTERNA DEBE SER 400L APROX.
LA CAPACIDAD DE LA CAMARA ES DE 490 LITROS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-215 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL NUMERAL 7.1 DE LA DIRECTIVA N° 023-2016-OSCE/CD, LOS PARTICIPANTES DEBEN FORMULAR SUS CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE MANERA DEBIDAMENTE MOTIVADA, CONCRETA, CLARA Y SIN AMBIGUEDADES. EN EL PRESENTE CASO, NO SE ENTIENDE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, AL NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FORMULADA NI SUSTENTADA. EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO PUEDE INTERPRETAR QUÉ ES LO QUE PRETENDE CONSULTAS U OBSERVAR EL PARTICIPANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 134

Consulta/Observación:
B26 SISTEMA DE VALIDACION DE VALORES PROGRAMADOS (CALCULADO DE F0)
ESPECIFICACION OPCIONAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-215 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 135

Consulta/Observación:
B02 SISTEMA DE DESINFECCION TERMICO QUIMICO
EL EQUIPO SOLO CUENTA CON SISTEMA DE DESINFECCION TERMICO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-201 **Página:** 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 136

Consulta/Observación:
B07 LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS
EL EQUIPO NO CUENTA CON ESTA OPCION PERO SI TIENE UNA IMPRESORA DONDE REGISTRA CADA

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-201 **Página:** 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 137

Consulta/Observación:

A11 CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIDO INDIVIDUALMENTE

LA LAMPARA NO CUENTA CON ESTA OPCION, TIENE UN CIRCUITO COMPLETO DE LEDS OSRAM

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-31 **Página:** 139

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 138

Consulta/Observación:
A08 CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIDO INDIVIDUALMENTE
LA LAMPARA NO CUENTA CON ESTA OPCION, TIENE UN CIRCUITO COMPLETO DE LEDS OSRAM

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-34 **Página:** 143

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 139

Consulta/Observación:
A06 CONTROL DE LA APERTURA DE LA PUERTA MEDIANTE PEDAL
EL EQUIPO CUENTA CON UN SENSOR PARA ABRIR LA PUERTA

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-220 **Página:** 190

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 140

Consulta/Observación:
A08 EQUIPO AUTOMATICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
EL EQUIPO EN CONTROLADO POR UN PLC

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-220 **Página:** 190

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 141

Consulta/Observación:

A09 DETECCION DE DESAGUE OBSTRUIDO

ESPECIFICACION OPCIONAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-220 Página: 190

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 142

Consulta/Observación:
A13 CONSUMO DE AGUA POR FASE DE 8L
EL CONSUMO DE AGUA POR FASE DE NUESTRO EQUIPO ES DE 9L

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-220 **Página:** 190

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 143

Consulta/Observación:

B02 CON CONDENSADOR VAHOS

EL EQUIPO CUENTA CON OTRA OPCION PARA CONDENSAR EL VAPOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-220 Página: 190

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 144

Consulta/Observación:
B08 APAGADO AUTOMATICO CON ALARMA DE FIN DE PROCESO, EN LOS CICLOS DE ESTERILIZACION Y SECADO
EL EQUIPO SOLO CUENTA CON ALARMA DE FIN DE PROCESO, EN LOS CICLOS DE ESTERILIZACION Y SECADO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-217 **Página:** 295

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 145

Consulta/Observación:
B10 COMPENSACION DE PRESION ATMOSFERICA
ESPECIFICACION OPCIONAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-217 **Página:** 295

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 146

Consulta/Observación:
B11 IMPRESORA INTEGRADA AL EQUIPOS, PARA REPORTE DE PROCESOS DE ESTERILIZACION Y DEL EQUIPO IMPRESORA EXTERNA DE ETIQUETAS, CON LA SIGUIENTE INFORMACION: MODELO Y SERIE DEL EQUIPO, PROGRAMA UTILIZADO, FECHA DE ESTERILIZACION, LOTES DIARIOS/TOTALES, ID DEL USUARIO, MAS NO DEL REGISTRO DEL PROCESO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-217 Página: 295

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 147

Consulta/Observación:
B13 CON MANOMETRO PARA MEDICION DE LA PRESION DE CAMARA
LA PRESION DE LA CAMARA SE VERIFICA A TRAVES DE LA PANTALLA LCD DEL EQUIPO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-217 **Página:** 295

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LA PRESION DE LA CAMARA SE VERIFICA A TRAVES DE LA PANTALLA LCD DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LA PRESION DE LA CAMARA SE VERIFICA A TRAVES DE LA PANTALLA LCD DEL EQUIPO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 148

Consulta/Observación:
B15 CON TEMPORIZADOR DE 0 A 20 MINUTOS O MAS
EL EQUIPO NO CUENTA CON ESTA OPCION, CADA PROGRAMA ESTÁ PRECONFIGURADO CON SUS TIEMPOS ESTABLECIDOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-217 **Página:** 295

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 149

Consulta/Observación:
B26 SISTEMA DE VALIDACION DE VALORES PROGRAMADOS (CALCULADO DE F0)
ESPECIFICACION OPCIONAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-215A **Página:** 299

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 150

Consulta/Observación:
B21 CODIGO DE ACCESO A LA REPROGRAMACION DE PARAMETROS DE ESTERILIZACION
EL EQUIPO CUENTA CON CODIGOS DE ACCESO PARA DIFERENTES OPCIONES PERO LOS PROGRAMAS YA ESTAN PRECONFIGURADOS Y NO ES POSIBLE REPROGRAMARLOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-217A **Página:** 307

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 151

Consulta/Observación:
B33 DE CONCENTRACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO (58% O 59%)
LA CONCENTRACION DE PEROXIDO DE HIDROGENO SE VERIFICA EN LA ETIQUETA DEL CARTUCHO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-217A **Página:** 309

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL NUMERAL 7.1 DE LA DIRECTIVA N° 023-2016-OSCE/CD, LOS PARTICIPANTES DEBEN FORMULAR SUS CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE MANERA DEBIDAMENTE MOTIVADA, CONCRETA, CLARA Y SIN AMBIGUEDADES. EN EL PRESENTE CASO, NO SE ENTIENDE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, AL NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FORMULADA NI SUSTENTADA. EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO PUEDE INTERPRETAR QUÉ ES LO QUE PRETENDE CONSULTAS U OBSERVAR EL PARTICIPANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 152

Consulta/Observación:

B01 CAPACIDAD DE LA CAMARA INTERNA DEBE SER ENTRE 35 L Y 40L

CAPACIDAD DE 53 LITROS

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-214 Página: 313

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 153

Consulta/Observación:
B02 EQUIPO AUTONOMO (NO REQUIERE DE CONEXIONES DE AGUA NI DESAGUE)
EL EQUIPO SI REQUIERE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE, LA MANERA MANUAL SE UTILIZA EN EMERGENCIA

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-214 **Página:** 313

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 154

Consulta/Observación:

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-214 Página: 313

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL NUMERAL 7.1 DE LA DIRECTIVA N° 023-2016-OSCE/CD, LOS PARTICIPANTES DEBEN FORMULAR SUS CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE MANERA DEBIDAMENTE MOTIVADA, CONCRETA, CLARA Y SIN AMBIGUEDADES. EN EL PRESENTE CASO, NO SE ENTIENDE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, AL NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FORMULADA NI SUSTENTADA. EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO PUEDE INTERPRETAR QUÉ ES LO QUE PRETENDE CONSULTAS U OBSERVAR EL PARTICIPANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 155

Consulta/Observación:

A11 CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIDO INDIVIDUALMENTE

LA LAMPARA NO CUENTA CON ESTA OPCION, TIENE UN CIRCUITO COMPLETO DE LEDS OSRAM

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-31 **Página:** 371

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 156

Consulta/Observación:
A08 CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIDO INDIVIDUALMENTE
LA LAMPARA NO CUENTA CON ESTA OPCION, TIENE UN CIRCUITO COMPLETO DE LEDS OSRAM

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-31 **Página:** 377

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 157

Consulta/Observación:
A06 CONTROL DE LA APERTURA DE LA PUERTA MEDIANTE PEDAL
EL EQUIPO CUENTA CON UN SENSOR PARA ABRIR LA PUERTA

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-220 **Página:** 379

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 158

Consulta/Observación:

A08 EQUIPO AUTOMATICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
EL EQUIPO EN CONTROLADO POR UN PLC

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-220 Página: 379

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 159

Consulta/Observación:
A09 DETECCION DE DESAGUE OBSTRUIDO
ESPECIFICACION OPCIONAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-220 **Página:** 379

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 160

Consulta/Observación:

A13 CONSUMO DE AGUA POR FASE DE 8L

EL CONSUMO DE AGUA POR FASE DE NUESTRO EQUIPO ES DE 9L

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-220 Página: 379

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 161

Consulta/Observación:
B02 CON CONDENSADOR VAHOS
EL EQUIPO CUENTA CON OTRA OPCION PARA CONDENSAR EL VAPOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-220 **Página:** 379

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 162

Consulta/Observación:

B12 PREFILTRO Y FILTRO INTERNO DE PARTICULAS Y BACTERIAS

NUESTRO EQUIPO NO CUENTA CON UN PREFILTRO Y FILTRO INTERNO POR NO SER NECESARIO , YA QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN SET DE FILTROS EXTERNOS: PREFILTRO, FILTRO DE CARBÓN Y FILTRO DE MICRAS. ASIMISMO, EL TANQUE DE AGUA CUENTA CON TIENE LAMPARAS UV PARA LA ELIMINACION DE BACTERIAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-202 Página: 381

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 163

Consulta/Observación:

B19 SISTEMA DE PREFILTRACION DE AGUA, CON FILTROS Y MANOMETROS (DE 1 MICRON Y MENORES) NUESTRO EQUIPO CUENTA CON UN SET DE FILTROS EXTERNOS: PREFILTRO, FILTRO DE CARBÓN Y FILTRO DE MICRAS. ASIMISMO, EL TANQUE DE AGUA CUENTA CON TIENE LAMPARAS UV PARA LA ELIMINACION DE BACTERIAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-202 **Página:** 381

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 164

Consulta/Observación:

C02 PREFILTRO Y FILTRO INTERNO DE PARTICULAS Y BACTERIAS DE REPUESTO
NUESTRO EQUIPO NO CUENTA CON UN PREFILTRO Y FILTRO INTERNO POR NO SER NECESARIO , YA QUE EL EQUIPO CUENTA CON UN SET DE FILTROS EXTERNOS: PREFILTRO, FILTRO DE CARBÓN Y FILTRO DE MICRAS. ASIMISMO, EL TANQUE DE AGUA CUENTA CON TIENE LAMPARAS UV PARA LA ELIMINACION DE BACTERIAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-202 Página: 381

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 165

Consulta/Observación:

B02 SISTEMA DE DESINFECCION TERMICO QUIMICO

EL EQUIPO SOLO CUENTA CON SISTEMA DE DESINFECCION TERMICO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-210 Página: 385

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 166

Consulta/Observación:
B07 LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS
EL EQUIPO NO CUENTA CON ESTA OPCION PERO SI TIENE UNA IMPRESORA DONDE REGISTRA CADA

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-210 **Página:** 385

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 167

Consulta/Observación:

B26 SISTEMA DE VALIDACION DE VALORES PROGRAMADOS (CALCULADO DE F0)

ESPECIFICACION OPCIONAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-215 Página: 299

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 168

Consulta/Observación:
Lampara de hendidura D-47, En el ítem C11, CONTAMOS CON FILTROS DE LIBRE DE ROJO, DENSIDAD NEUTRALGRIS Y AZUL COBALTO, NUESTRA EQUIPO NO AMERITA FILTROS DE CALOR, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORA TECNOLOGICA QUE ESTE SEA DADO COMO OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-247 Página: 365

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 169

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D-47, En el ítem C19, CONTAMOS CON UN RANGO DE AJUSTE FINO DE 12 mm DADO QUE NUESTRO RANGO DE ELEVACION DE LA MENTONERA ES DE 80 mm , SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES SEA AMPLIADO DE LA SIGUIENTE MANERA : RANGO DE AJUSTE FINO MEDIANTE JOYSTICK: 12 mm ó MAYOR.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-47 **Página:** 365

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
AJUSTE FINO MEDIANTE JOYSTICK: 12 mm ó MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: AJUSTE FINO MEDIANTE JOYSTICK: 12 mm ó MAYOR.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 170

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D- 420 En el Item C06, NUESTRO EQUIPO FUNCIONA CON UN MODULO LED DE 3 A ,10 W, SIENDO QUE NO TODAS LAS TECNOLOGIAS TRABAJAN CON LAS MISMOS WHATTS EN SU LAMPARA,LA NUESTRA NI EMITE CALOR NO NECESITANDO FILTROS, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORA TECNOLÓGICA :LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-420 **Página:** 361

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 171

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D- 420 En el Item C06, NUESTRO EQUIPO FUNCIONA CON UN MODULO LED DE 3 A ,10 W, SIENDO QUE NO TODAS LAS TECNOLOGIAS TRABAJAN CON LAS MISMOS WHATTS EN SU LAMPARA,LA NUESTRA NI EMITE CALOR NO NECESITANDO FILTROS, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORA TECNOLÓGICA :LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-420 Página: 361

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA LED DE 10 WATTS O SUPERIOR

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 172

Consulta/Observación:
Lampara de hendidura D- 420 En el Item C11, CONTAMOS CON FILTROS DE LIBRE DE ROJO, DENSIDAD NEUTRALGRIS Y AZUL COBALTO, NUESTRA EQUIPO NO AMERITA FILTROS DE CALOR, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORA TECNOLOGICA QUE ESTE SEA DADO COMO OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-420 Página: 361

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 173

Consulta/Observación:

Lampara de hendidura D- 420 En el Item D01, CONTAMOS CON UN MODULO DE LUZ LED DE VIDA PROMEDIO DE 50.000 HORAS SIENDO EQUIVALENTE A 14 AÑOS DE TRABAJO EN JORNADAS DE 8 HORAS POR 6 DIAS A LA SEMANA, SE SOLICITA COMO OPCIONAL PARA EQUIPOS QUE NO SEAN DE TECNOLOGIA LED

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-420 **Página:** 361

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 174

Consulta/Observación:

Lensometro digital con uveometro D-319 En el ítem B19, CONTAMOS CON UNA MEDIDA DE DIAMETRO DEL LENTE HASTA 100 mm POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDICIÓN DE DIÁMETRO DEL LENTE DE HASTA 110 mm. A MAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-319 **Página:** 393

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 175

Consulta/Observación:
MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C02, CONTAMOS CON UNA SERIE DE BINOCULARES QUE NOS PERMITEN ORIENTARLO CON DIVERSAS ANGULACIONES QUE VAN DESDE 0- 180 °, DANDO ESA ERGONOMIA DESEADA SI SE REQUIERE, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES SEA CONSIDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA : ÓPTICA FÁCILMENTE ANGULABLE DESDE POSICIÓN VERTICAL HASTA POSICIÓN HORIZONTAL (TODO EL CABEZAL OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-306 Página: 459

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 176

Consulta/Observación:
MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C03 COMO MEJORA TECNOLÓGICA OFRECEMOS MAGNIFICACION DE RANGO 3.5 X - 21 X

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-306 **Página:** 459

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
MAGNIFICACION DE RANGO 3.5 X - 21 X
SIEMPRE QUE SEA MEDIANTE SISTEMA DE ZOOM INTEGRADO (CONTINUO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: MAGNIFICACION DE RANGO 3.5 X - 21 X
SIEMPRE QUE SEA MEDIANTE SISTEMA DE ZOOM INTEGRADO (CONTINUO)

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 177

Consulta/Observación:
MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C06 CONTAMOS CON LUZ LED DIRECTA DEL CABEZAL SIN USO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, SE SOLICITA ACLARAR SI EL USO DE LED ES CONSIDERADA POR EL COMITÉ COMO LUZ FRIA

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-306 **Página:** 459

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE LA LUZ LED ES CONSIDERADA COMO LUZ FRIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 178

Consulta/Observación:
MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C08 CONTAMOS CON LUZ LED PRINCIPAL Y LUZ HALOGENA PARA PRODUCIR REFLEJO ROJO, ESTE ULTIMO CUENTA CON UN SISTEMA DE CAMBIO RAPIDO, SE SOLICITA AMPLIAR EL ITEM POR PLURALIDAD DE POSTORES DE LA SIGUIENTE FORMA: LÁMPARA DE ILUMINACIÓN LEO O HALÓGENA O CON SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO DE LÁMPARA DE EMERGENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-306 Página: 459

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 179

Consulta/Observación:
MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C11 COMO MEJORA TECNOLÓGICA OFRECEMOS SENSOR CMOS PROGRESIVO, SE SOLICITA SEA CONSIDERADO COMO: CÁMARA CMOS APTA PARA TRABAJAR CON EL MICROSCOPIO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-306 **Página:** 459

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CÁMARA CMOS APTA PARA TRABAJAR CON EL MICROSCOPIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CÁMARA CMOS APTA PARA TRABAJAR CON EL MICROSCOPIO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 180

Consulta/Observación:
MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA CLAVE: D-306 En el ítem C14 , CONTAMOS CON GRABADOR DE VIDEO EN CALIDAD DE GRADO MEDICO, ESTE GRABA Y EXPORTA EN USB, COMO MEJORA TECNOLOGICA, DADA QUE LA TECNOLOGIA ACTUAL ES EN FORMATOS DIGITALES TALES COMO HDMI, HD-SDI, LAS TECNOLOGIAS ANTIGUAS ROJO, VERDE, AZUL(RGB) Y O VIDEO COMPUESTO YA ESTAN EN DESUSO POR NO SER SEÑALES DIGITALES SE SOLICITA CONSIDERAR; GRABADOR DE VIDEO EN FORMATO DVD O FORMATOS DIGITALES CON CAPACIDAD DE EXPORTACION EN USB APTO PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON EL PROCESADOR DE VIDEO. ENTRADAS/SALIDAS: RGB Ó Y/C, VIDEO COMPUESTO Y SEÑAL DIGITAL DE VIDEO COMO MINIMO O HD, HDMI, RESOLUCION 1080P, 1080I

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-306 Página: 459

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 181

Consulta/Observación:
MONITOR DE OPTOTIPOS LCD CLAVE: D-422, En el ítem B01, OFRECEMOS COMO MEJORA TECNOLÓGICA RESOLUCION 1920 X 1080

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-422 Página: 509

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARÁ:
RESOLUCION 1920 X 1080

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: RESOLUCION 1920 X 1080

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 182

Consulta/Observación:

MONITOR DE OPTOTIPOS LCD CLAVE: D-422, En el ítem B11, CONTAMOS CON :RESOLUCIÓN ULTRA ALTA 1080P(1920 X1080 PÍXELES). EL CONTRASTE ULTRA ALTO DE 1200:1 DE LA PANTALLA LCD Y LA PANTALLA LCD DE 23,8PULGADAS DE GRADO MÉDICO PROFESIONAL GARANTIZAN UNA VISUALIZACIÓN DE ALTA DEFINICIÓN DE LAS MARCAS DE AVISTAMIENTO ,PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE OPTOMETRÍA MÁS PRECISA. LA PLACA MADRE DE ARM DE GRADO INDUSTRIAL, ESTABLE Y FIABLE, ES SEGURA Y DURADERA. CONFIGURACIÓN, SOFTWARE Y EXPERIENCIA DE USUARIO, SON PARTE DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL. POR LOS QUE NO CONSIDERA EL USO COMPATIBLE CON WINDOWS, SE SOLICITA DE LA SIGUIENTE MANERA: COMPATIBLE CON WINDOWS. MEMORIA DE 2GB Y DISCO DURO INTERNO DE 80 GB COMO MÍNIMO O PANTALLA LCD DE 23,8 PULGADAS DE GRADO MÉDICO PROFESIONAL

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: EETT Literal: D-422 Página: 509

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 183

Consulta/Observación:
MONITOR DE OPTOTIPOS LCD CLAVE: D-422, En el ítem B12, CONTAMOS CON CONTROL REMOTO, QUE SE ENTIENDE QUE ES MANOS LIBRES, SE SOLICITA ACLARAR SI SE TRATA DE ESTE TIPO DE ACCESORIOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-422 **Página:** 509

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CONTROL REMOTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTROL REMOTO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 184

Consulta/Observación:

MONITOR DE OPTOTIPOS LCD CLAVE: D-422, En el ítem C02 NUESTRO SISTEMA NO ESTA CONECTADO A NINGUNA PC PORQUE ES DE SOFTWARE INDEPENDIENTE POR LO QUE NO REQUIERE DE ESTOS ACCESORIOS , POR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORAS TECNOLOGICAS SE SOLICITA QUE SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE FORMA: TECLADO Y MOUSE, DE USB.(PARA MONITORES QUE SEAN DE

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-422 **Página:** 509

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 185

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B06 NUESTRO EQUIPO POSSE UNA TECNOLOGIA DE ANILLOS DE PLACIDO POR LO QUE REALIZA MAS DE 100.000 PUNTOS ANALIZADOS Y MAS DE 6.200 PUNTOS MEDIDOS, SE SOLICITA CONSIDERAR DE LA SIGUIENTE MANERA : QUERATOMETRIA CON 16 PUNTOS DE REFERENCIA O 100.000 PUNTOS ANALIZADOS Y/O 6.200 PUNTOS MEDIDOS

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-424 **Página:** 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
QUERATOMETRIA CON 16 PUNTOS DE REFERENCIA O 100.000 PUNTOS ANALIZADOS Y/O 6.200 PUNTOS MEDIDOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: QUERATOMETRIA CON 16 PUNTOS DE REFERENCIA O 100.000 PUNTOS ANALIZADOS Y/O 6.200 PUNTOS MEDIDOS

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 186

Consulta/Observación:
REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B08, CONTAMOS CON UNA MEDIDA DE LONGITUD AXIAL DE 15 A 38 mm POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA : 15 mm - 38 mm O MAYOR RANGO

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-424 Página: 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 187

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B11, CONTAMOS CON UN RANGO DE MEDIAD DE ESPESOR CORNEAL 0.300mm A 0.800 mm DE MEDIDA DE GROSOR CORNEAL , POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA: GROSOR CORNEAL CENTRAL: 0.3 O MENOS A 0.800 A MAS mm

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-424 **Página:** 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 188

Consulta/Observación:
REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B12, CONTAMOS CON UN RANGO DE MEDIDA DE PROFUNDIDAD DE LA CAMARA ANTERIOR 1,5 mm - 6,5 mm, POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PROFUNDIDAD DE CÁMARA ANTERIOR DE 1.5 mm O MENOS - 6.5 mm A MAS COMO MINIMO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-424 **Página:** 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 189

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el ítem B13, En el ítem B13, CONTAMOS CON UN RANGO DE MEDIDA DE BLANCO A BLANCO DE 8 A 14 mm POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA: BLANCO A BLANCO: 8 - 14 mm. O MEJOR RANGO

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-424 **Página:** 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 190

Consulta/Observación:
REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el Item B13, En el Item B13, CONTAMOS CON UN RANGO DE MEDIDA DE BLANCO A BLANCO DE 8 A 14 mm POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE MANERA: BLANCO A BLANCO: 8 - 14 mm. O MEJOR RANGO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-424 Página: 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 191

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el Item B22, CONTAMOS CON UN EQUIPO EL CUAL REALIZA CALCULO DE IMPLANTES FAQUICOS APOYADOS EN ESTUDIOS EN EL IRIS , ANGULO DE LA CAMARA ANTERIOR O POSTERIOR QUE SON; ANGULO POSTERIOR (Longitud axial, Profundidad de cámara anterior (ACD), Distancia blanco a blanco (WTW), Diámetro pupilar) IRIS (ACD, WTW,Espesor corneal (CCT). IRIDEO CORNEAL (ACD precisa, WTW), SIN EMBARGO ESTO NO ESTA A LA LITERALIDAD, POR PLURALIDAD DE POSTORES E IGUALDAD DE TRATO SE SOLICITA CONSIDERARLO DE LA SIGUIENTE MANERA : CÁLCULO DE IMPLANTES FAQUICOS APOYADOS EN EL IRIS, EN EL ÁNGULO DE LA CÁMARA O EN LA CÁMARA POSTERIOR. OPTIMIZACIÓN DE CONSTANTE DE LAS LIO DE FORMA MANUAL Y CON DATA O ESTUDIOS DE (Longitud axial, Profundidad de cámara anterior (ACD), Distancia blanco a blanco (WTW), Diámetro pupilar, ACD, WTW,Espesor corneal (CCT), ACD precisa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-4224 Página: 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 192

Consulta/Observación:

REGLA BIOMETRICA CLAVE: D-424 En el Item B22, CONTAMOS CON UN EQUIPO EL CUAL REALIZA CALCULO DE IMPLANTES FAQUICOS APOYADOS EN ESTUDIOS EN EL IRIS , ANGULO DE LA CAMARA ANTERIOR O POSTERIOR QUE SON; ANGULO POSTERIOR (Longitud axial, Profundidad de cámara anterior (ACD), Distancia blanco a blanco (WTW), Diámetro pupilar) IRIS (ACD, WTW,Espesor corneal (CCT). IRIDEO CORNEAL (ACD precisa, WTW), SIN EMBARGO ESTO NO ESTA A LA LITERALIDAD, POR PLURALIDAD DE POSTORES E IGUALDAD DE TRATO SE SOLICITA CONSIDERARLO DE LA SIGUIENTE MANERA : CÁLCULO DE IMPLANTES FAQUICOS APOYADOS EN EL IRIS, EN EL ÁNGULO DE LA CÁMARA O EN LA CÁMARA POSTERIOR. OPTIMIZACIÓN DE CONSTANTE DE LAS LIO DE FORMA MANUAL Y CON DATA O ESTUDIOS DE (Longitud axial, Profundidad de cámara anterior (ACD), Distancia blanco a blanco (WTW), Diámetro pupilar, ACD, WTW,Espesor corneal (CCT), ACD precisa

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-424 Página: 555

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 193

Consulta/Observación:
UNIDAD OFTALMOLOGICA CLAVE: M-125, En el ítem B01, CONTAMOS CON UN PANEL DE CONTROL QUE CONTROLA EL SILLÓN, LUCES DE ILUMINACIÓN DE AMBIENTE SIN EMBARGO, LA ELEVACIÓN DE BRAZOS Y COLUMNA ES MANUAL, POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA DE LA SIGUIENTE MANERA :CON CONTROLES PARA MOVIMIENTOS DE SILLÓN, LAMPARA DE ILUMINACIÓN Y ELEVACIÓN DE BRAZOS Y/O COLUMNA.(OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: M-125 Página: 629

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 194

Consulta/Observación:

UNIDAD OFTALMOLOGICA CLAVE: M-125, En el ítem B03, COMO MEJORA TECNICA OFRECEMOS UN TABLERO DE MESA GIRATORIO QUE PERMITA DOS INSTRUMENTOS, SE SOLICITA AL COMITÉ SEA CONSIDERADO DE LA SIGUIENTE FORMA :BRAZO PARA INSTALAR LÁMPARA DE HENDIDURA, CON SISTEMA DE CONTRAPESO FLOTANTE. O TABLERO GIRATORIO QUE PERMITA ALOJAR HASTA DOS INSTRUMENTOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: N-125 **Página:** 629

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
BRAZO PARA INSTALAR LÁMPARA DE HENDIDURA, CON SISTEMA DE CONTRAPESO FLOTANTE. O TABLERO GIRATORIO QUE PERMITA ALOJAR HASTA DOS INSTRUMENTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: BRAZO PARA INSTALAR LÁMPARA DE HENDIDURA, CON SISTEMA DE CONTRAPESO FLOTANTE. O TABLERO GIRATORIO QUE PERMITA ALOJAR HASTA DOS INSTRUMENTOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 195

Consulta/Observación:
UNIDAD OFTALMOLOGICA CLAVE: M-125, En el ítem B06 CONTAMOS CON LUZ DE SALON Y LUZ DE LECTURA PARA PACIENTE, SIN EMBARGO ESTAS NO POSEE MOVIMIENTOS ADICIONALES, POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA OTORGADO COMO OPCIONAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** M-125 **Página:** 629

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 196

Consulta/Observación:
CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C05 , CONTAMOS CON ESTANDARES DE GOLMAND TAMAÑO III SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE MARCAS SEA ACEPTADA DE LA LIGUIENTE MANERA: ESTANDARES DE GOLDMAN: TAMAÑO 1, 11, 111, IV Y V, CON NIVELES DE INTENSIDAD DE ESTÍMULO AL MENOS DESDE 1 a HASTA 4E O SEGÚN FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-45 Página: 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 197

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C07 CONTAMOS CON ILUMINACION DE FONDO DE 31.4 ASB SE SOLICITA ´POR PLURALIDAD DE POSTORES DE LA SIGUIENTE MANERA : ILUMINACIÓN DE FONDO, AL MENOS ESTANDAR DE GOLDMAN (31.4 A MAS ASB).

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-45 **Página:** 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 198

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C08, CONTAMOS CON UNA CAMARA DE VISUALIZACION DE EL OJO PARA EL SEGUIMIENTO DURANTE TODA LA PRUEBA EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE LA INTERFAZ, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES COMO OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-45 Página: 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 199

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C12, CONTAMOS CON UNA CAMARA DE VISUALIZACION DE EL OJO PARA EL SEGUIMIENTO DURANTE TODA LA PRUEBA EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE LA INTERFAZ, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES COMO OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-45 Página: 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 200

Consulta/Observación:
CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C16, CONTAMOS CON PRUEBAS RAPIDAS, CON PATRONES DE DETECCION DE ESTIMULO UNICO Y MULTIPLES DE 30,64 Y 86 PUNTOS DE FORMA CONTINUA , ADEMAS DE PRUEBAS DE UMBRAL CENTRAL AMPLIAABLES EN LAS PRUEBAS, POR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA SEA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE FORMA; CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS O CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-45 Página: 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS O CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS O CON SISTEMA DE EXÁMENES ESTÁTICOS Y CINÉTICOS COMPLETOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 201

Consulta/Observación:

CAMPIMETRO COMPUTARIZADO CLAVE: D-45 EN EL ITEM C18 CONTAMOS CON EXAMENES BLANCO /BLANCO, SE SOLICITA POR PLURALIDAD DE POSTORES SEA CONSIDERADA DE LA SIGUIENTE MANERA : EXAMEN BLANCO/BLANCO AZUL/AMARILLO(OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-45 Página: 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 202

Consulta/Observación:

A01: Solicitamos que se retire el texto:"Biomedico" y reemplazar por "Equipo de Laboratorio".Debido a que este equipo no tiene contacto directo con el cuerpo humano.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-250 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
EQUIPO UTILIZADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA DE POSIBLE CONTAMINACIÓN CON LOS AGENTES PATÓGENOS DIVERSOS. UTILIZA FLUJO DE AIRE, QUE SE DESPLAZA DENTRO DE UN ESPACIO DEFINIDO CON VELOCIDAD UNIFORME, EN UNA MISMA DIRECCIÓN Y POSEE FILTRO QUE RETIENEN PARTÍCULAS DE MICROORGANISMOS CONTAMINANTES DEL AIRE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: EQUIPO UTILIZADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MUESTRA DE POSIBLE CONTAMINACIÓN CON LOS AGENTES PATÓGENOS DIVERSOS. UTILIZA FLUJO DE AIRE, QUE SE DESPLAZA DENTRO DE UN ESPACIO DEFINIDO CON VELOCIDAD UNIFORME, EN UNA MISMA DIRECCIÓN Y POSEE FILTRO QUE RETIENEN PARTÍCULAS DE MICROORGANISMOS CONTAMINANTES DEL AIRE.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 203

Consulta/Observación:

B05: Solicitamos que acepten tambien con emisión de: RUIDO NO MAYOR A 60 dBA.Debido que la campana de 6 pies,solicitada requiere de un motor mas eficiente, que el motor usado por una cabina de tamaño estandar de 4 pies.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-250 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 204

Consulta/Observación:

B06: La eficiencia de los filtros ULPA es de 99,999% para partículas desde 0,1um ésta característica lo hace diez veces más eficiente que un filtro Tipo HEPA, entregando los filtros ULPA un nivel de limpieza ISO 3 a diferencia de los comunes filtros HEPA que entregan sólo ISO 5. De acuerdo a la Norma ISO14644 el nivel de limpieza de ISO 5 tiene una mayor concentración de partículas por metro cúbico que un nivel ISO 3.

Solicitamos que acepten también Filtros ULPA con eficiencia de filtración de 99,999% de eficiencia. Debido a que los filtros ULPA, ofrecen una mayor eficiencia de filtración que un filtro HEPA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-250 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

Filtros ULPA con eficiencia de filtración de 99,999% de eficiencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: Filtros ULPA con eficiencia de filtración de 99,999% de eficiencia

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 205

Consulta/Observación:

C02: Solicitamos que acepten tambien:UN (01) TOMACORRIENTE INTERNO PARA 220V/60HZ. TIPO SCHUK¿ O AMERICANO O DE ACUERDO AL DISEÑO DEL FABRICANTE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-250 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 206

Consulta/Observación:
E01: Solicitamos que acepten tambien:220 VAC/ 1F /60 HZ. CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM O DE ACUERDO A NORMA ELÉCTRICA PERUANA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-250 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
220 VAC/ 1F /60 HZ. CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM O DE ACUERDO A NORMA ELÉCTRICA PERUANA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 220 VAC/ 1F /60 HZ. CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM O DE ACUERDO A NORMA ELÉCTRICA PERUANA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 207

Consulta/Observación:

A01: Solicitamos que acepten también cabinas con: CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSF ANSI 49, debido a que es la norma más importante en el mundo que rigen el diseño , fabricación y certificación de cabinas de bioseguridad.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-376 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 208

Consulta/Observación:

B04: Solicitamos su aclaración que para este requerimiento "B04" también aceptarán filtros "ULPA" con eficiencia de 99,999%.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-376 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
Filtros ULPA con eficiencia de filtración de 99,999% de eficiencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: Filtros ULPA con eficiencia de filtración de 99,999% de eficiencia

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 209

Consulta/Observación:

B12: Un vidrio Templado es aquel que en caso de rotura no presenta potencial daño a las personas.
Solicitamos que acepten también: VENTANA FRONTAL DE VIDRIO TEMPLADO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-376 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
VENTANA FRONTAL DE VIDRIO TEMPLADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: VENTANA FRONTAL DE VIDRIO TEMPLADO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 210

Consulta/Observación:

B14: Solicitamos que se retire la norma: "EN 12469" debido que es una norma que no ha sido revisada o actualizada desde el año 2001, considerando el avance y actualización de nuevas tecnologías. Sin embargo la norma NSF ANSI 49 es actualizada y revisada cada 2 años además de ser solicitada en licitaciones para compra de cabinas de bioseguridad para los diferentes hospitales y centros de salud de nuestro país.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-376 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 211

Consulta/Observación:

B15: Solicitamos que acepten también cabinas con: DISPLAY EN LCD O PANTALLA TÁCTIL O SIMILAR QUE MUESTRA:

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-376 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DISPLAY EN LCD O PANTALLA TÁCTIL QUE MUESTRA:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DISPLAY EN LCD O PANTALLA TÁCTIL QUE MUESTRA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 212

Consulta/Observación:

B20: Solicitamos que acepten también cabinas con: RECIRCULACIÓN DE AIRE DEL 70%+/- 5%

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-376 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
RECIRCULACIÓN DE AIRE DEL 70%+/- 5%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: RECIRCULACIÓN DE AIRE DEL 70%+/- 5%

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 213

Consulta/Observación:

C03: Solicitamos que acepten también cabinas con: En el interior de la cabina :un (01) o dos (02) tomacorrientes (dobles shuko) o de acuerdo a fábrica, con sus cubiertas protectoras ,para 220-230 vac/60 hz.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-376 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 214

Consulta/Observación:

C05: Solicitamos que RETIREN el texto para una mayor aclaración: (01 cabina de flujo laminar vertical)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-376 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 215

Consulta/Observación:

C06:Solicitamos que RETIREN el texto para una mayor aclaración: (02 cabina de flujo laminar vertical)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-376 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 216

Consulta/Observación:
D02: Consultamos si también, solicitan una llave y y caño como punto de entrada de gas GLP

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-376 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
una llave y caño como punto de entrada de gas GLP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: una llave y caño como punto de entrada de gas GLP

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 217

Consulta/Observación:

A05:Sobre la capacidad para determinar densidad: Es necesario especificar el tamaño de la muestra, para determinar si añadimos un accesorio al equipo principal o en caso contrario la determinación de la densidad se debe efectuar externamente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-279 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 218

Consulta/Observación:
A09: Confirmar el rango de pesaje, el texto no deja claro el rango de trabajo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-280 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE EL RANGO DE PESAJE:
CAPACIDAD DE MEDIDA EN EL RANGO DE 500 GRAMOS COMO MINIMO HASTA 5000 GRAMOS, COMO MAXIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE PRECISA EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:
CAPACIDAD DE MEDIDA EN EL RANGO DE 500 GRAMOS COMO MINIMO HASTA 5000 GRAMOS, COMO MAXIMO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 219

Consulta/Observación:

B02 SOLICITAN CAPACIDAD DE 20-38 LITROS.
¿SE PUEDE CONSIDERAR A PARTIR DE 59 LITROS?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-369 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CAPACIDAD DE 59 LITROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CAPACIDAD DE 59 LITROS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 220

Consulta/Observación:

D60 MICROSCOPIO BINOCULAR

SE SOLICITA

A05 CONTROL DE ENFOQUE PARA EL CONDENSADOR

Los microscopio clinicos actuales incluyen un condensador pre enfocado de fabrica el cual mejora la ergonomia del equipo y mejora la eficiencia en el tiempo de uso pues ya no es necesario reenfocar el condensador.

Por tanto se solicita se acepte un condensador pre enfocado de fabrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-60 **Página:** 767

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código : 20605395512

Nombre o Razón social : ROLOPOM PERU S.A.C.

Fecha de envío : 05/05/2025

Hora de envío : 19:53:16

Consulta: Nro. 221

Consulta/Observación:

D60 MICROSCOPIO BINOCULAR

SE SOLICITA

B09 OCULARES DE CAMPO ANCHO MINIMO 20X

Por error de tipeo se ha descrito ocular de 20X cuando lo convencional en laboratorio son par de oculares de 10X.

Por tanto, se solicita se acepte par de oculares 10X de campo FN 20

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-60 **Página:** 767

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

oculares 10X de campo FN 20

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: oculares 10X de campo FN 20

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 222

Consulta/Observación:
D60 MICROSCOPIO BINOCULAR
SE SOLICITA
B13 CON FILTRO DE LUZ DE DIA (AZUL)
Los microscopios LED por su temperatura de color, tiene una iluminacion blanca y neutra por lo cual ya no es necesario el uso de filtros de colores.
Por tanto se solicita se considere el filtro azul como opcional

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-60 **Página:** 767

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 223

Consulta/Observación:

D60 MICROSCOPIO BINOCULAR

SE SOLICITA

C04 UN JUEGO ADICIONAL DE OBJETIVOS DESCRITOS ARRIBA (4X, 10X, 20X, 40X, 60X Y 100X)

Los objetivos de mayor uso en laboratorio son el de 40X y 100X, por lo que considerar solicitar un juego completo es innecesario.

Por tanto tendrá a bien aceptar solo objetivo de 40X y 100X como adicionales

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-60 **Página:** 767

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 224

Consulta/Observación:

D61 MICROSCOPIO INMUNOFLUORESCENCIA
SE SOLICITA
B04 CONTROL DE ENFOQUE PARA EL CONDENSADOR

Los microscopio clinicos actuales incluyen un condensador pre enfocado de fabrica el cual mejora la ergonomia del equipo y mejora la eficiencia en el tiempo de uso pues ya no es necesario reenfocar el condensador.

Por tanto se solicita se acepte un condensador pre enfocado de fabrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-61 **Página:** 772

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 225

Consulta/Observación:

D61 MICROSCOPIO INMUNOFLUORESCENCIA

SE SOLICITA

B06 AJUSTE MACRO Y MICROMETRICO COMANDADO MEDIANTE PERILLAS COAXIALES GRADUADAS Y DE ALTURA AJUSTABLE (NO FIJA)

La función de los mandos macrométrico y micrométrico es elevar o bajar la platina del microscopio con el fin de permitir el enfoque de las muestras. Consideramos que, debido a un posible error de transcripción, podría interpretarse incorrectamente que se requieren mandos macrométrico y micrométrico con altura ajustable, cuando en realidad ambos se encuentran fijos al cuerpo del microscopio. Su función específica es regular la altura de la platina, para lograr un enfoque preciso de la muestra.

Por tanto se solicita se acepte mandos macro y micrométrico de perillas coaxiales fijas en el cuerpo del microscopio para ajustar la altura de la platina del microscopio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-61 **Página:** 763

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 226

Consulta/Observación:

D61 MICROSCOPIO INMUNOFLUORESCENCIA
SE SOLICITA
CONDENSADOR
C12 CON FILTROS AZUL Y VERDE
Los microscopios LED por su temperatura de color, tiene una iluminacion blanca y neutra por lo cual ya no es necesario el uso de filtros de colores.
Por tanto se solicita se considere los filtros como opcionales

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-61 **Página:** 763

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 227

Consulta/Observación:

D61 MICROSCOPIO INMUNOFLUORESCENCIA
SE SOLICITA
ACCESORIOS
D01 01 COMPUTADOR WINDOWS 7 O SUPERIOR

Se solicita un computador de tecnología antigua además no se ha logrado identificar la cámara necesaria para la visualización de las imágenes.

Por tanto, tendrá a bien aceptar una cámara del mismo fabricante del microscopio para visualización de imágenes y un laptop de tecnología vigente y superior a lo solicitado.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: EETT Literal: D-61 **Página:** 763

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 228

Consulta/Observación:

D341 MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA
SE SOLICITA
B05 CONTROL DE ENFOQUE PARA EL CONDENSADOR

Los microscopio clinicos actuales incluyen un condensador pre enfocado de fabrica el cual mejora la ergonomia del equipo y mejora la eficiencia en el tiempo de uso pues ya no es necesario reenfocar el condensador.

Por tanto se solicita se acepte un condensador pre enfocado de fabrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-341 **Página:** 763

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 229

Consulta/Observación:

D341 MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA
SE SOLICITA
B08 ESTATIVO ERGONOMICO FABRICADO EN MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE (INOXIDABLE)
El estativo del microscopio se encuentra compuesto por diferentes elementos, el interior se encuentre hecho de aluminio y la parte externa un recubrimiento de plastico resistente por lo que

Incluir el término ¿inoxidable¿ en la descripción del estativo podría generar confusión, ya que este componente no está fabricado íntegramente en metal. El estativo del microscopio está compuesto por diversos materiales: su estructura interna es de aluminio, mientras que la parte externa cuenta con un recubrimiento de plástico resistente. Por lo tanto, no sería correcto calificarlo como ¿inoxidable¿, dado que el recubrimiento plástico exterior no posee dicha propiedad.

Por tanto para evitar confusiones en el termino solicitamos se acepte:
B08 ESTATIVO ERGONOMICO FABRICADO EN MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-341 Página: 763
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
ESTATIVO ERGONOMICO FABRICADO EN MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ESTATIVO ERGONOMICO FABRICADO EN MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 230

Consulta/Observación:

D341 MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA

SE SOLICITA

CONDENSADOR

C08 WD 40 MM COMO MINIMO

El termino W.D. (work distance) corresponde a la distancia de trabajo del condensador desde la muestra hasta la lente externa; esta característica solo aplica a microscopio invertidos.

Por tanto, siendo el requerimiento un microscopio compuesto, se solicita se retire dicha característica pues no corresponde al tipo de microscopio solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-341 Página: 763

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 231

Consulta/Observación:

D341 MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA

SE SOLICITA

ACCESORIOS

D01 CAMARA DE 5 MEGAPIXLES DE RESOLUCION SALIDA DE VIDEO Y MEMORIA INTERNA

Por lo general las cámaras de microscopia no tienen memoria interna toda vez que las cámaras se entregan con una laptop para almacenamiento de las imágenes.

Tendrá a bien aceptar una cámara de 5 megapíxeles con laptop para visualización y almacenamiento de imágenes

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-341 **Página:** 763

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

una cámara de 5 megapíxeles con laptop para visualización y almacenamiento de imágenes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: una cámara de 5 megapíxeles con laptop para visualización y almacenamiento de imágenes

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 232

Consulta/Observación:

D353 MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES
SE SOLICITA
A04 CONTROL DE ENFOQUE PARA EL CONDENSADOR

Los microscopio clinicos actuales incluyen un condensador pre enfocado de fabrica el cual mejora la ergonomia del equipo y mejora la eficiencia en el tiempo de uso pues ya no es necesario reenfocar el condensador.

Por tanto se solicita se acepte un condensador pre enfocado de fabrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-353 **Página:** 769

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 233

Consulta/Observación:

D353 MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES

SE SOLICITA

A08 ESTATIVO METALICO

El estativo del microscopio se encuentra compuesto por diferentes elementos, el interior se encuentre hecho de aluminio y la parte externa un recubrimiento de plastico resistente por lo que

Incluir el término ¿inoxidable¿ en la descripción del estativo podría generar confusión, ya que este componente no está fabricado íntegramente en metal. El estativo del microscopio está compuesto por diversos materiales: su estructura interna es de aluminio, mientras que la parte externa cuenta con un recubrimiento de plástico resistente. Por lo tanto, no sería correcto calificarlo como ¿inoxidable¿, dado que el recubrimiento plástico exterior no posee dicha propiedad.

Por tanto para evitar confusiones en el termino solicitamos se acepte:
B08 ESTATIVO ERGONOMICO FABRICADO EN MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-353 Página: 769

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
ESTATIVO ERGONOMICO FABRICADO EN MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:ESTATIVO ERGONOMICO FABRICADO EN MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 234

Consulta/Observación:

D353 MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES

SE SOLICITA

A09 PLATINA DE REVESTIMIENTO CERAMICO

Las platinas con recubrimiento cerámico son características de microscopios diseñados para aplicaciones de investigación, donde se requiere una mayor resistencia a agentes químicos agresivos y un uso intensivo prolongado. Sin embargo, considerando que el sistema solicitado corresponde a un microscopio de uso clínico, lo técnicamente adecuado y estándar es una platina con tratamiento resistente a la abrasión, que además facilite su limpieza y mantenimiento.

Por tanto tendrá a bien aceptar platinas de resistencia a la abrasión

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-353 Página: 769

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 235

Consulta/Observación:

D353 MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES
SE SOLICITA
A11 BOTONES DE ENFOQUE MACRO/MICROMETRICO DE ALTURA AJUSTABLE

La función de los mandos macrométrico y micrométrico es elevar o bajar la platina del microscopio con el fin de permitir el enfoque de las muestras. Consideramos que, debido a un posible error de transcripción, podría interpretarse incorrectamente que se requieren mandos macrométrico y micrométrico con altura ajustable, cuando en realidad ambos se encuentran fijos al cuerpo del microscopio. Su función específica es regular la altura de la platina, para lograr un enfoque preciso de la muestra.

Por tanto se solicita se acepte mandos macro y micrométrico de perillas coaxiales fijas en el cuerpo del microscopio para ajustar la altura de la platina del microscopio.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-353 **Página:** 769

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 236

Consulta/Observación:

D353 MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES

SE SOLICITA

A12 ESTATIVO DE ALTURA AJUSTABLE

El estativo del microscopio se puede ajustar en altura dependiendo de los accesorios que se puedan incluir en la configuracion del microscopio.

Por tanto con la finalidad de evitar errores de interpretacion en el requerimiento, se tenDria a bien aclarar:

A12 ESTATIVO DE ALTURA AJUSTABLE (CON ACCESORIOS OPCIONALES)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-353 Página: 769

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 237

Consulta/Observación:

D353 MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES

SE SOLICITA

A20 OBJETIVO PLAN ACROMATICO 2.5X

Se tendrá a bien aceptar objetivo de 2X o superior

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-353 **Página:** 769

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

OBJETIVO PLAN ACROMATICO 2X O SUPERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: OBJETIVO PLAN ACROMATICO 2X O SUPERIOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 238

Consulta/Observación:

D353 MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASES

SE SOLICITA

B03 LOS USUARIOS PODRAN CONECTARSE A LA CAMARA A TRAVES DE SU PROPIA SEÑAL WIFI INTEGRADA

B04 MODO ETHERNET CONEXIÓN DE CAMARA A TRAVES DE RED LOCAL

B05 EN MODO USB PUEDE CONECTAR LA PC DIRECTAMENTE CON SU CABLE USB A LA CAMARA

B07 QUE PERMITA CAPTURAR IMAGENES DIRECTAMENTE A UNA TARJETA DE MEMORIA

Tendrá a bien el área encargada aceptar cámara de la misma marca del microscopio de 6 megapíxeles de alta velocidad USB 3.0 que incluya laptop para visualización y captura de imágenes microscópicas

Acápites de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** EETT **Literal:** D-353 **Página:** 769

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

cámara de la misma marca del microscopio de 6 megapíxeles de alta velocidad USB 3.0 que incluya laptop para visualización y captura de imágenes microscópicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: cámara de la misma marca del microscopio de 6 megapíxeles de alta velocidad USB 3.0 que incluya laptop para visualización y captura de imágenes microscópicas

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 239

Consulta/Observación:

D370 MICROSCOPIO BINOCULAR DE DOBLE CABEZAL

SE SOLICITA

B03 PLATINA DE SUPERFICIE CERAMICA

Las platinas con recubrimiento cerámico son características de microscopios diseñados para aplicaciones de investigación, donde se requiere una mayor resistencia a agentes químicos agresivos y un uso intensivo prolongado. Sin embargo, considerando que el sistema solicitado corresponde a un microscopio de uso clínico, lo técnicamente adecuado y estándar es una platina con tratamiento resistente a la abrasión, que además facilite su limpieza y mantenimiento.

Por tanto tendrá a bien aceptar platinas de resistencia a la abrasión

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-370 Página: 774

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 240

Consulta/Observación:

D370 MICROSCOPIO BINOCULAR DE DOBLE CABEZAL

SE SOLICITA

B04 CONTROL DE ENFOQUE PARA EL CONDENSADOR

Los microscopio clínicos actuales incluyen un condensador pre enfocado de fabrica el cual mejora la ergonomía del equipo y mejora la eficiencia en el tiempo de uso pues ya no es necesario reenfocar el condensador.

Por tanto se solicita se acepte un condensador pre enfocado de fabrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-370 Página: 774

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 241

Consulta/Observación:

D370 MICROSCOPIO BINOCULAR DE DOBLE CABEZAL
SE SOLICITA
OCULARES
C05 OCULARES DE CAMPO ANCHO MINIMO 20X
Por error de tipeo se ha descrito ocular de 20X cuando lo convencional en laboratorio son par de oculares de 10X.

Por tanto, se solicita se acepte par de oculares 10X de campo FN 20

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D370 Página: 774

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
oculares 10X de campo FN 20

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: oculares 10X de campo FN 20

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 242

Consulta/Observación:
D370 MICROSCOPIO BINOCULAR DE DOBLE CABEZAL
SE SOLICITA
CONDENSADOR
C09 CON FILTRO DE LUZ DE DIA (AZUL)
Los microscopios LED por su temperatura de color, tiene una iluminación blanca y neutra por lo cual ya no es necesario el uso de filtros de colores.
Por tanto se solicita se considere el filtro azul como opcional

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-370 **Página:** 774

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 243

Consulta/Observación:

D370 MICROSCOPIO BINOCULAR DE DOBLE CABEZAL
SE SOLICITA
CONDENSADOR
C13 SISTEMA DE ILUMINACION LED 30W APROX

Los sistema de iluminación LED de los microscopios son elementos que por su naturaleza no requieren demasiada potencia, por lo general la potencia de estos sistemas oscila entre los 2W a 5W por lo que considerar sistemas de ilumiancion LED de 30W no se encuentra actualmente en el mercado.

Por tanto, tendrá a bien el área encargada aceptar

C13 SISTEMA DE ILUMINACION LED 2W O SUPERIOR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-370 Página: 774

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 244

Consulta/Observación:

D457 MICROSCOPIO INVERTIDO BINOCULAR
SE SOLICITA
A05 PLATAFORMA PARA MUESTRA DE 210 MM X 290 MM O MAYOR
Cada marca de microscopio diseña sus modelos de acuerdo a dimensiones propias, en ese sentido, tendrá a bien el área encargada aceptar

A05 PLATAFORMA PARA MUESTRA DE 210 MM X 290 MM O 200 MM X 252 MM o MAYOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-457 **Página:** 770

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 245

Consulta/Observación:

D457 MICROSCOPIO INVERTIDO BINOCULAR

SE SOLICITA

B07 FILTRO DE LUZ PARA CAMPO CLARO Y CAMPO OSCURO

Por lo general los microscopio invertidos son equipos diseñados para la observacion en campo claro y contraste de fases por lo que la observacion en campo oscuro es una tecnica no utilizada en un microscopio invertido.

Por tanto, con la finalidad de aclarar el requerimiento, tendría del área encargada aceptar

B07 FILTRO DE LUZ PARA CAMPO CLARO Y CONTRASTE DE FASES

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-457 **Página:** 770

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 246

Consulta/Observación:

D457 MICROSCOPIO INVERTIDO BINOCULAR
SE SOLICITA
ILUMINACION
B08 PARA LAMPARA HALOGENA 12V / 35W
B09 FUENTE DE ALIMENTACION INTEGRADA DE 12 V

Los sistema de microscopia vigentes emplean iluminacion LED blanca y neutra de larga duración descartando con ello el uso de lamparas halogenas y fuentes de alimentacion interna o externa.

Por tanto, tendrá a bien el área encargada aceptar sistema de iluminación LED de 50 mil horas que descarta el uso de lampara de repuesto

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-457 **Página:** 770

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
sistema de iluminación LED de 50 mil horas que descarta el uso de lampara de repuesto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: sistema de iluminación LED de 50 mil horas que descarta el uso de lampara de repuesto

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 247

Consulta/Observación:

D457 MICROSCOPIO INVERTIDO BINOCULAR
SE SOLICITA
ACCESORIOS
C01 DOS LAMPARA HALOGENAS DE 12V 35 W DE REPUESTO

Los sistema de microscopia vigentes emplean iluminación LED blanca y neutra de larga duración descartando con ello el uso de lámparas halógenas y fuentes de alimentación interna o externa.

Por tanto, tendrá a bien el área encargada aceptar sistema de iluminación LED de 50 mil horas que descarta el uso de lampara de repuesto

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-457 **Página:** 770

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
sistema de iluminación LED de 50 mil horas que descarta el uso de lampara de repuesto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: sistema de iluminación LED de 50 mil horas que descarta el uso de lampara de repuesto

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 248

Consulta/Observación:

D401 MICROSCOPIO BINOCULAR ESTEREOSCOPIO

SE SOLICITA

B03 MOVIMIENTO XY DE LA PLATINA

Las platinas de movimiento XY son elementos utilizados en los microscopios compuestos, los estereomicroscopios por su diseño no utilizan platinas

Tendrá a bien el área encargada descartar el uso de platina en el estéreo toda vez que no es un elemento funcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-401 Página: 765

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 249

Consulta/Observación:

D401 MICROSCOPIO BINOCULAR ESTEREOSCOPIO

SE SOLICITA

B05 CONTROL DE ENFOQUE PARA EL CONDENSADOR

El condensador es un componente utilizado en los microscopios compuestos, los estereomicroscopios por su diseño no utilizan condensadores

Tendrá a bien el área encargada descartar requerir un condensador con control de enfoque

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-401 **Página:** 765

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 250

Consulta/Observación:
D401 MICROSCOPIO BINOCULAR ESTEREOSCOPIO
SE SOLICITA
C02 CON FILTRO DE LUZ DE DIA AZUL
Los estereomicroscopio de iluminación LED por su temperatura de color, tiene una iluminacion blanca y neutra por lo cual ya no es necesario el uso de filtros de colores.
Por tanto se solicita se considere el filtro azul como opcional

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-401 **Página:** 765

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 251

Consulta/Observación:

D401 MICROSCOPIO BINOCULAR ESTEREOSCOPIO

SE SOLICITA

C03 CON DIAFRAGMA IRIS

El diafragma iris corresponde a microscopios compuestos con condensador.

Siendo el requerimiento vigente un estereomicroscopio el cual no utiliza condensador, se solicita descartar el diafragma iris en el requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-401 Página: 765

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

SIN DIAFRAGMA IRIS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SIN DIAFRAGMA IRIS

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 252

Consulta/Observación:
EQUIPO : D-350 CUNA DE CALOR RADIANTE CONSULTA: C05:CUATRO (04) BRANDAS DE SEGURIDAD (PARA EL PERIMETRO DE LA CUNA) ABATIBLES En la especificación técnica del numeral C05, el tener 04 barandas abatibles podria limitar a la cantidad de participantes. En ese sentido, se considera el principio de libre concurrencia y competencia, el principio de eficiencia, el principio de vigencia tecnológica y el principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores; por lo que, en función de lo señalado, solicitamos modificar el numeral señalado en los siguientes términos.C05:CUATRO (04) BRANDAS DE SEGURIDAD (PARA EL PERIMETRO DE LA CUNA) TENIENDO 3 ABATIBLES COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-350 Página: 912

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 253

Consulta/Observación:

EQUIPO: D -112 INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE CONSULTA A 11: TECLA PARA COMPROBAR LA CALIBRACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE TEMPERATURA. En la especificacion tecnica del numeral A11, debido a que cada marca presenta diferente tipo de calibracion no necesariamente con una tecla o pulsador. En ese sentido, se considera el principio de libre concurrencia y competencia, el principio de eficiencia, el principio de vigencia tecnologica y el principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participaci3n de postores; por lo que, en funci3n de lo se1alado, solicitamos modificar el numeral se1alado en los siguientes t3rminos: A11: TECLA PARA COMPROBAR LA CALIBRACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE TEMPERATURA (OPCIONAL).

Ac3pite de las bases : Secci3n: Especifico Numeral: EETT Literal: D-112 P3gina: 819

Art3culo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

An3lisis respecto de la consulta u observaci3n:

DE ACUERDO AL ART3CULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ART3CULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACI3N DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL 3REA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEM3S, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFIC3 LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENI3NDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisi3n de aquello que se incorporar3 en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 254

Consulta/Observación:
EQUIPO: D -112 INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE CONSULTA A22: TEMPERATURA DEL CALEFACTOR SI TEMPERATURA ES MAYOR A 77°C. Para la especificación técnica A22, no muchas marcas cuentan con esta alarma con ese rango ni en el calefactor, teniendo una alarma de seguridad de alta temperatura dentro del ambiente de la cupula con un menor rango. En ese sentido, se considera el principio de libre concurrencia y competencia, el principio de eficiencia, el principio de vigencia tecnológica y el principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores; por lo que, en función de lo señalado, solicitamos modificar el numeral señalado en los siguientes términos: A22: TEMPERATURA DE SEGURIDAD MAYOR A 40°C DENTRO DEL AMBIENTE

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-112 Página: 819

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
TEMPERATURA DE SEGURIDAD MAYOR A 40°C DENTRO DEL AMBIENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TEMPERATURA DE SEGURIDAD MAYOR A 40°C DENTRO DEL AMBIENTE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 255

Consulta/Observación:

En el literal C.16 LAMPARA DE 300 WATT AL MENOS Considerando que durante los procedimientos de endoscopia, tener una óptima iluminación es fundamental porque permite tener diagnósticos mas precisos, oportunos, además para asegurar que los equipos ofertados vayan acorde al requerimiento solicitado y, a la vanguardia de la tecnología, teniendo en cuenta que actualmente las lámparas Led son cada vez más usadas por su larga vida útil, y al amparo del Principio de Vigencia Tecnológica establecido en el artículo 2º de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos al comité considerar que la tecnología a o ofertar sea xenón o led, sea de 300watts al menos, quedando:C.16 LAMPARA DE XENON O LAMPARA LED de 300 WATSS AL MENOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-499 Página: 655

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LAMPARA DE XENON O LAMPARA LED de 300 WATSS AL MENOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA DE XENON O LAMPARA LED de 300 WATSS AL MENOS

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 256

Consulta/Observación:

En el literal C.18 SISTEMA DE ILUMINACION DE RESPALDO O EMERGENCIA INCORPORADO "Considerando que las lámparas LED son actualmente una alternativa cada vez mas usada frente a las lámparas de XENON, debido a su menor consumo de energía y su larga vida útil de aproximadamente 10,000 horas, y por lo que son consideradas de mejor tecnología y no requieren del cambio recurrente de lámparas a comparación de las de Xenón, las mismas que se recomiendan cambiarlas cada 500 horas aproximadamente, solicitamos que el Comité de Selección se considere la Especificación Técnica, de acuerdo a lo siguiente:C.18 SISTEMA DE ILUMINACION DE RESPALDO O EMERGENICA INCORPORADO EN CASO LA LAMPARA TENGA UNA VIDA UTIL MENOS A 10000 HORAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-499 Página: 655

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
SISTEMA DE ILUMINACION DE RESPALDO O EMERGENICA INCORPORADO EN CASO LA LAMPARA TENGA UNA VIDA UTIL MENOS A 10000 HORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SISTEMA DE ILUMINACION DE RESPALDO O EMERGENICA INCORPORADO EN CASO LA LAMPARA TENGA UNA VIDA UTIL MENOS A 10000 HORAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 257

Consulta/Observación:

En el literal D.13 CIEN (100) DISCOS DVD EN BLANCO PARA GRABACION DE IMAGENES" Considerando el avance de la tecnología y para mayor pluralidad de postores solicitamos considerar la entrega de usb que permitirían ir acorde a la tecnología:D.13 CIEN (100) DISCOS DVD O 10 USB de 32 GB EN BLANCO PARA GRABACION DE IMAGENES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-499 Página: 654

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 258

Consulta/Observación:

En el literal C.21 ENTRADAS DE VIDEO : DVI, SDI, RGB Y HD- SDI AL MENOS" Hacemos de su conocimiento que las señales de video en Full HD (DVI, SDI, HDMI) son las más utilizadas para procedimientos de endoscopia y laparoscopia, ya que permiten mostrar, en el monitor de grado médico, una buena imagen en tiempo real a comparación de las señales de video analógicas como RGB o VGA, entre otros. Cabe mencionar que durante un procedimiento de endoscopia, se suele utilizar sólo un un medio de transmisión de imagen hacia el monitor desde el procesador de video; por lo que es indispensable que el procesador de video y monitor de grado médico cuenten con almenos una señal digital igual. En tal sentido, a fin de mantener una pluralidad de postores, se solicita poder considerar lo siguiente:C.21 "Entradas de video: dvi, sdi o rgb o hd-sdi como minimo".C21 "ENTRADAS DE VIDEO: DVI, SDI O RGB O HD-SDI COMO MINIMO".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-499 Página: 654

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 259

Consulta/Observación:

"Considerando que las lámparas LED son actualmente una alternativa cada vez mas usada frente a las lámparas de XENON, debido a su menor consumo de energía y su larga vida útil de aproximadamente 10,000 horas, y por lo que son consideradas de mejor tecnología y no requieren del cambio recurrente de lámparas a comparación de las de Xenón, las mismas que se recomiendan cambiarlas cada 500 horas aproximadamente, solicitamos que el Comité de Selección se considere la Especificación Técnica, de acuerdo a lo siguiente: D03: DOS (02) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORAS."

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-499 Página: 654

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DOS (02) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DOS (02) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 260

Consulta/Observación:

C.02 DIAMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN ENTRE 9.7MM Y 10 MM" Durante los procedimientos de endoscopia se busca causar el menor daño posible a la anatomía sana es importante contar con un endoscopio que pueda pasar a través del tracto digestivo superior con facilidad, por lo cual a menor diametro del tubo de inserción en endoscopio permitira pasar de manera mas suave disminuyendo las molestias y daño al tejido del paciente; además considerando que el estándar del diámetro de los endoscopios es a partir de 9.2mm y para mayor pluralidad de postores se solicita considerar:

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-74 **Página:** 569

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 261

Consulta/Observación:

C05 DEFLEXION ARRIBA 210 O MAS, ABAJO 120 O MAS Los videoendoscopios cuentan con una deflexión standard en todas las marcas que es de 210º arriba y de 90º hacia ABAJO, estas deflexiones permiten cumplir con la finalidad del estudio y con un buen funcionamiento del equipo, Solicitamos considerar:C05 DEFLEXION ARRIBA 210 O MAS, ABAJO 90 O MAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-74 **Página:** 659

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 262

Consulta/Observación:

C.06 DEFLEXION DERECHA 120º O MAS, IZQUIERDA 120º O MAS Los videoendoscopios cuentan con una deflexión standard en todas las marcas que es de 1000º derecha y de 100ºizquierda, estas deflexiones permiten cumplir con la finalidad del estudio y con un buen funcionamiento del equipo, por lo antes expuesto y para pluralidad de postores solicitamos considerar:C.06 DEFLEXION DERECHA 100º O MAS, IZQUIERDA 100º O MAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-74 Página: 659

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 263

Consulta/Observación:

C.18 PANEL TOUCH SCREEN PERSONALIZABLE DE 7" Y TECNOLOGIA 4KConsiderando que las funciones con las que cuentan el procesadores se configuran y se usan desde los botones del endoscopio lo cual hace mucho mas dinámico no es necesario esta característica, ya que no ofrece ningún beneficio en el procedimiento y solo limita la participación de postores que cumplen con las demás características solicitadas y en algunos casos con mejores prestaciones. Hacemos de su conocimiento que en la actualidad, no existen endoscopios con cámaras con tecnología 4k, se cuentan con endoscopios con cámaras FULL HD las cuales son enviadas al procesador de video en la misma resolución de FULL HD para luego ser mostradas en monitores de grado médico FULL HD.Si se requiere una imagen en 4k es necesario que todos los componentes sean 4k y en el mercado peruano no existen endoscopios con camara 4k, los endoscopios son FULL HD con lo cual se asegura una excelente calidad y nitidez de la imagen, por lo cual para mayor pluralidad de postores solicitamos considerar:C.18 PANEL TOUCH SCREEN PERSONALIZABLE DE 7" O PANEL FRONTAL CON BOTONES Y TECNOLOGIA FULL HD O 4K

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: EETTLiteral: D-74Página: 659

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 264

Consulta/Observación:

C21 LAMPARA DE XENON DE AL MENOS 300 WATTS O TECNOLOGIA DE 4 LED COMO MINIMO Las lámparas LED son actualmente una alternativa cada vez más usada frente a las lámparas de XENON, debido a su menor consumo de energía, su larga vida útil y su capacidad para producir una luz muy brillante y uniforme. Por tanto, se considera que las lámparas LED son de mejor tecnología. Adicionalmente, cabe precisar que, cada fabricante es quien indica la equivalencia de sus lámparas LED frente a las lámparas de XENON. Sobre el particular, resulta importante informar que, durante los procedimientos de Endoscopia- Cpre, tener una óptima iluminación es fundamental porque permite tener diagnósticos más precisos y oportunos. Además, para asegurar que los equipos ofertados vayan acorde al requerimiento solicitado y, a la vanguardia de la tecnología, al amparo del Principio de Vigencia Tecnológica establecido en el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, es importante considerar que la tecnología a ofertar debe ser lo mejor para una mejor detección adecuada a los pacientes. Por lo tanto, solicitamos al Comité de Selección de la Entidad que se considere lo siguiente: C21 LAMPARA DE 04 LEDS COMO MINIMO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: C21 Página: 659

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LAMPARA DE 04 LEDS COMO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA DE 04 LEDS COMO MINIMO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 265

Consulta/Observación:

C24 COMPATIBLE CON ENDOSCOPIOS DE SERIES ANTERIORES Hacemos de su conocimiento que los videoprocesadores y fuentes de luz son compatibles con diversos modelos de su misma marca de endoscopios; sin embargo, existen diferentes tecnologías entre las generaciones o series de la misma marca de equipos, es decir que un procesador de ultima tecnologia, a pesar de ser compatible con un endoscopio de una generación o serie antigua, no garantiza una buena calidad de imagen a comparación de un procesador de última tecnología full hd y un endoscopio de última tecnología full hd. en tal sentido, a fin de garantizar una mejora tecnológica en los equipos ofertados, solicitamos considerar lo siguiente: C24 VIDEO PROCESADOR DE LA MISMA SERIE O GENERACION DEL VIDEO GASTROSCOPIO Y FUENTE DE LUZ. NO SE ACEPTARÁN ENDOSCOPIOS DE GENERACIONES O SERIES INFERIORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: C24 Página: 659

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 266

Consulta/Observación:

C28 LINEAS DE ENTRADA VIDEO DIGITAL 12G-SDI Y DVI AL MENOS Hacemos de su conocimiento que en la actualidad, no existen endoscopios con cámaras con tecnología 4k, se cuentan con endoscopios con cámaras FULL HD las cuales son enviadas al procesador de video en la misma resolución de FULL HD para luego ser mostradas en monitores de grado médico FULL HD, motivo por el cual tener una entra de video digital 12g-sdi no aporta a la resolución de la imagen obtenida desde el endoscopio FULL HD. Por lo cual a fin de tener una pluralidad de postores solicitamos considerar: C28 LINEAS DE ENTRADA VIDEO DIGITAL 12G-SDI O DVI AL MENOS

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-74 Página: 659

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 267

Consulta/Observación:

D.03 TRES (03) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA

"Considerando que las lámparas LED son actualmente una alternativa cada vez mas usada frente a las lámparas de XENON, debido a su menor consumo de energía y su larga vida útil de aproximadamente 10,000 horas, y por lo que son consideradas de mejor tecnología y no requieren del cambio recurrente de lámparas a comparación de las de Xenón, las mismas que se recomiendan cambiarlas cada 500 horas aproximadamente, solicitamos que el Comité de Selección se considere la Especificación Técnica, de acuerdo a lo siguiente:

D03: TRES (03) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORAS."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-74 Página: 658

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

TRES (03) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TRES (03) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 268

Consulta/Observación:

C02 DIAMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN ENTRE 13.2 O MAYOR" Durante los procedimientos de endoscopia se busca causar el menor daño posible a la anatomía sana es importante contar con un endoscopio que pueda pasar a través del tracto digestivo inferior con facilidad, por lo cual a menor diámetro del tubo de inserción en endoscopia permitirá pasar de manera mas suave disminuyendo las molestias y daño al tejido del paciente; además considerando que el estándar del diámetro de los colonoscopio es entre 11 y 12.8 mm y para mayor pluralidad de postores se solicita considerar:C02 DIAMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN MENOR 13.2MM

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-72 **Página:** 662

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DIAMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN MENOR 13.2MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DIAMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN MENOR 13.2MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 269

Consulta/Observación:

C17 PANEL TOUCH SCREEN PERSOBALIZABLE DE 7" Y TECNOLOGIA 4KConsiderando que las funciones con las que cuentan el procesadores se configuran y se usan desde los botones del endoscopio lo cual hace mucho mas dinámico no es necesario esta característica, ya que no ofrece ningún beneficio en el procedimiento y solo limita la participación de postores que cumplen con las demás características solicitadas y en algunos casos con mejores prestaciones. Hacemos de su conocimiento que en la actualidad, no existen endoscopios con cámaras con tecnología 4k, se cuentan con endoscopios con cámaras FULL HD las cuales son enviadas al procesador de video en la misma resolución de FULL HD para luego ser mostradas en monitores de grado médico FULL HD. Si se requiere una imagen en 4k es necesario que todos los componentes sean 4k y en el mercado peruano no existen endoscopios con camara 4k, los endoscopios son FULL HD con lo cual se asegura una excelente calidad y nitidez de la imagen, por lo cual para mayor pluralidad de postores solicitamos considerar:C17 PANEL TOUCH SCREEN PERSONALIZABLE DE 7" O PANEL FRONTAL CON BOTONES Y TECNOLOGIA FULL HD O 4K

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-72 Página: 662

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 270

Consulta/Observación:

C20 LAMPARA DE XENON DE AL MENOS 300 WATTS O TECNOLOGIA DE 4 LED COMO MINIMO Las lámparas LED son actualmente una alternativa cada vez más usada frente a las lámparas de XENON, debido a su menor consumo de energía, su larga vida útil y su capacidad para producir una luz muy brillante y uniforme. Por tanto, se considera que las lámparas LED son de mejor tecnología. Adicionalmente, cabe precisar que, cada fabricante es quien indica la equivalencia de sus lámparas LED frente a las lámparas de XENON. Sobre el particular, resulta importante informar que, durante los procedimientos de Endoscopia- Cpre, tener una óptima iluminación es fundamental porque permite tener diagnósticos más precisos y oportunos. Además, para asegurar que los equipos ofertados vayan acorde al requerimiento solicitado y, a la vanguardia de la tecnología, al amparo del Principio de Vigencia Tecnológica establecido en el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, es importante considerar que la tecnología a ofertar debe ser lo mejor para una mejor detección adecuada a los pacientes. Por lo tanto, solicitamos al Comité de Selección de la Entidad que se considere lo siguiente:
C20 LAMPARA DE 04 LEDS COMO MINIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-72 Página: 662

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LAMPARA DE 04 LEDS COMO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA DE 04 LEDS COMO MINIMO

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 271

Consulta/Observación:

C23 COMPATIBLE CON ENDOSCOPIOS DE SERIES ANTERIORES Hacemos de su conocimiento que los videoprocesadores y fuentes de luz son compatibles con diversos modelos de su misma marca de endoscopios; sin embargo, existen diferentes tecnologías entre las generaciones o series de la misma marca de equipos, es decir que un procesador de ultima tecnología, a pesar de ser compatible con un endoscopio de una generación o serie antigua, no garantiza una buena calidad de imagen a comparación de un procesador de última tecnología full hd y un endoscopio de última tecnología full hd. en tal sentido, a fin de garantizar una mejora tecnológica en los equipos ofertados, solicitamos considerar lo siguiente: C23 VIDEOPROCESADOR DE LA MISMA SERIE O GENERACION DEL VIDEO COLONOSCOPIO Y FUENTE DE LUZ. NO SE ACEPTARÁN ENDOSCOPIOS DE GENERACIONES O SERIES INFERIORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-72 Página: 662

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 272

Consulta/Observación:

C27 LINEAS DE ENTRADA VIDEO DIGITAL 12 G-SDI Y DVI AL MENOS Hacemos de su conocimiento que en la actualidad, no existen endoscopios con cámaras con tecnología 4k, se cuentan con endoscopios con cámaras FULL HD las cuales son enviadas al procesador de video en la misma resolución de FULL HD para luego ser mostradas en monitores de grado médico FULL HD, motivo por el cual tener una entra de video digital 12g-sdi no aporta a la resolución de la imagen obtenida desde el endoscopio FULL HD. Por lo cual a fin de tener una pluralidad de postores solicitamos considerar:C27 LINEAS DE ENTRADA VIDEO DIGITAL 12 G-SDI O DVI AL MENOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-72 Página: 662

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LINEAS DE ENTRADA VIDEO DIGITAL 12 G-SDI O DVI AL MENOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LINEAS DE ENTRADA VIDEO DIGITAL 12 G-SDI O DVI AL MENOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 273

Consulta/Observación:

D.03 TRES (03) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE D ELUZ FRIA

"Considerando que las lámparas LED son actualmente una alternativa cada vez mas usada frente a las lámparas de XENON, debido a su menor consumo de energía y su larga vida útil de aproximadamente 10,000 horas, y por lo que son consideradas de mejor tecnología y no requieren del cambio recurrente de lámparas a comparación de las de Xenón, las mismas que se recomiendan cambiarlas cada 500 horas aproximadamente, solicitamos que el Comité de Selección se considere la Especificación Técnica, de acuerdo a lo siguiente:

D03: TRES (03) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORAS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-72 Página: 662

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

TRES (03) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TRES (03) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORAS.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 274

Consulta/Observación:

CLAVE D-70En el literal C.16 LAMPARA DE 300 WATT AL MENOS Considerando que durante los procedimientos de endoscopia, tener una óptima iluminación es fundamental porque permite tener diagnósticos mas precisos, oportunos, además para asegurar que los equipos ofertados vayan acorde al requerimiento solicitado y, a la vanguardia de la tecnología, teniendo en cuenta que actualmente las lámparas Led son cada vez más usadas por su larga vida útil, y al amparo del Principio de Vigencia Tecnológica establecido en el artículo 2º de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos al comité considerar que la tecnología a o ofertar sea xenón o led, sea de 300watts al menos, quedando:C.16 LAMPARA DE XENON O LAMPARA LED de 300 WATSS AL MENOS

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-70 Página: 666

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LAMPARA DE XENON O LAMPARA LED de 300 WATSS AL MENOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA DE XENON O LAMPARA LED de 300 WATSS AL MENOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 275

Consulta/Observación:

En el literal C.18 SISTEMA DE ILUMINACION DE RESPALDO O EMERGENCIA INCORPORADO" Considerando que las lámparas LED son actualmente una alternativa cada vez mas usada frente a las lámparas de XENON, debido a su menor consumo de energía y su larga vida útil de aproximadamente 10,000 horas, y por lo que son consideradas de mejor tecnología y no requieren del cambio recurrente de lámparas a comparación de las de Xenón, las mismas que se recomiendan cambiarlas cada 500 horas aproximadamente, solicitamos que el Comité de Selección se considere la Especificación Técnica, de acuerdo a lo siguiente:C.18 SISTEMA DE ILUMINACION DE RESPALDO O EMERGENICA INCORPORADO EN CASO LA LAMPARA TENGA UNA VIDA UTIL MENOS A 10000 HORAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-70 Página: 666

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
SISTEMA DE ILUMINACION DE RESPALDO O EMERGENICA INCORPORADO EN CASO LA LAMPARA TENGA UNA VIDA UTIL MENOS A 10000 HORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SISTEMA DE ILUMINACION DE RESPALDO O EMERGENICA INCORPORADO EN CASO LA LAMPARA TENGA UNA VIDA UTIL MENOS A 10000 HORAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 276

Consulta/Observación:

En el literal C.21 ENTRADAS DE VIDEO : DVI, SDI, RGB Y HD- SDI AL MENOS" Hacemos de su conocimiento que las señales de video en Full HD (DVI, SDI, HDMI) son las más utilizadas para procedimientos de endoscopia y laparoscopia, ya que permiten mostrar, en el monitor de grado médico, una buena imagen en tiempo real a comparación de las señales de video analógicas como RGB o VGA, entre otros. Cabe mencionar que durante un procedimiento de endoscopia, se suele utilizar sólo un un medio de transmisión de imagen hacia el monitor desde el procesador de video; por lo que es indispensable que el procesador de video y monitor de grado médico cuenten con almenos una señal digital igual. En tal sentido, a fin de mantener una pluralidad de postores, se solicita poder considerar lo siguiente:C.21 "Entradas de video: dvi, sdi o rgb o hd-sdi como minimo".C21 "ENTRADAS DE VIDEO: DVI, SDI O RGB O HD-SDI COMO MINIMO".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-70 Página: 666

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

C.21 ENTRADAS DE VIDEO : DVI, SDI O RGB COMO MINIMO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
ENTRADAS DE VIDEO: DVI, SDI O RGB O HD-SDI COMO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ENTRADAS DE VIDEO: DVI, SDI O RGB O HD-SDI COMO MINIMO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 277

Consulta/Observación:

"Considerando que las lámparas LED son actualmente una alternativa cada vez mas usada frente a las lámparas de XENON, debido a su menor consumo de energía y su larga vida útil de aproximadamente 10,000 horas, y por lo que son consideradas de mejor tecnología y no requieren del cambio recurrente de lámparas a comparación de las de Xenón, las mismas que se recomiendan cambiarlas cada 500 horas aproximadamente, solicitamos que el Comité de Selección se considere la Especificación Técnica, de acuerdo a lo siguiente:
D03: DOS (02) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORAS."

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-70 Página: 666

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DOS (02) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DOS (02) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 278

Consulta/Observación:

ITEM VIDEO BRONCOSCOPIOPAG 666CLAVE D-70En el literal D.13 CIEN (100) DISCOS DVD EN BLANCO PARA GRABACION DE IMAGENES" Considerando el avance de la tecnología y para mayor pluralidad de postores solicitamos considerar la entrega de usb que permitirían ir acorde a la tecnología:D.13 CIEN (100) DISCOS DVD O 10 USB de 32 GB EN BLANCO PARA GRABACION DE IMAGENES

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literales:** D-70 **Página:** 666

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 279

Consulta/Observación:

En el literal C.16 LAMPARA DE 300 WATT AL MENOS Considerando que durante los procedimientos de endoscopia, tener una óptima iluminación es fundamental porque permite tener diagnósticos mas precisos, oportunos, además para asegurar que los equipos ofertados vayan acorde al requerimiento solicitado y, a la vanguardia de la tecnología, teniendo en cuenta que actualmente las lámparas Led son cada vez más usadas por su larga vida útil, y al amparo del Principio de Vigencia Tecnológica establecido en el artículo 2º de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos al comité considerar que la tecnología a o ofertar sea xenón o led, sea de 300watts al menos, quedando: C.16 LAMPARA DE XENON O LAMPARA LED de 300 WATSS AL MENOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-56 Página: 952

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LAMPARA DE XENON O LAMPARA LED de 300 WATSS AL MENOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA DE XENON O LAMPARA LED de 300 WATSS AL MENOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 280

Consulta/Observación:

En el literal C.18 SISTEMA DE ILUMINACION DE RESPALDO O EMERGENCIA INCORPORADO" Considerando que las lámparas LED son actualmente una alternativa cada vez mas usada frente a las lámparas de XENON, debido a su menor consumo de energía y su larga vida útil de aproximadamente 10,000 horas, y por lo que son consideradas de mejor tecnología y no requieren del cambio recurrente de lámparas a comparación de las de Xenón, las mismas que se recomiendan cambiarlas cada 500 horas aproximadamente, solicitamos que el Comité de Selección se considere la Especificación Técnica, de acuerdo a lo siguiente:C.18 SISTEMA DE ILUMINACION DE RESPALDO O EMERGENICA INCORPORADO EN CASO LA LAMPARA TENGA UNA VIDA UTIL MENOS A 10000 HORAS

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-56 Página: 952

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
SISTEMA DE ILUMINACION DE RESPALDO O EMERGENICA INCORPORADO EN CASO LA LAMPARA TENGA UNA VIDA UTIL MENOS A 10000 HORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SISTEMA DE ILUMINACION DE RESPALDO O EMERGENICA INCORPORADO EN CASO LA LAMPARA TENGA UNA VIDA UTIL MENOS A 10000 HORAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 281

Consulta/Observación:

En el literal C.21 ENTRADAS DE VIDEO : DVI, SDI, RGB Y HD- SDI AL MENOS" Hacemos de su conocimiento que las señales de video en Full HD (DVI, SDI, HDMI) son las más utilizadas para procedimientos de endoscopia y laparoscopia, ya que permiten mostrar, en el monitor de grado médico, una buena imagen en tiempo real a comparación de las señales de video analógicas como RGB o VGA, entre otros. Cabe mencionar que durante un procedimiento de endoscopia, se suele utilizar sólo un un medio de transmisión de imagen hacia el monitor desde el procesador de video; por lo que es indispensable que el procesador de video y monitor de grado médico cuenten con al menos una señal digital igual. En tal sentido, a fin de mantener una pluralidad de postores, se solicita poder considerar lo siguiente:C.21 "Entradas de video: dvi, sdi o rgb o hd-sdi como minimo".C21 "ENTRADAS DE VIDEO: DVI, SDI O RGB O HD-SDI COMO MINIMO".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-56 Página: 952

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

C.21 ENTRADAS DE VIDEO : DVI, SDI O RGB COMO MINIMO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
ENTRADAS DE VIDEO: DVI, SDI O RGB O HD-SDI COMO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ENTRADAS DE VIDEO: DVI, SDI O RGB O HD-SDI COMO MINIMO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 282

Consulta/Observación:

D.03 DOS (02) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE D ELUZ FRIA

"Considerando que las lámparas LED son actualmente una alternativa cada vez mas usada frente a las lámparas de XENON, debido a su menor consumo de energía y su larga vida útil de aproximadamente 10,000 horas, y por lo que son consideradas de mejor tecnología y no requieren del cambio recurrente de lámparas a comparación de las de Xenón, las mismas que se recomiendan cambiarlas cada 500 horas aproximadamente, solicitamos que el Comité de Selección se considere la Especificación Técnica, de acuerdo a lo siguiente:

D03: DOS (02) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORAS."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-56 Página: 952

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

DOS (02) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DOS (02) LAMPARAS DE RECAMBIO PARA FUENTE DE LUZ FRIA EN CASO LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA SEA MENOR A 10,000 HORAS

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 283

Consulta/Observación:
En el literal D.13 CIEN (100) DISCOS DVD EN BLANCO PARA GRABACION DE IMAGENES" Considerando el avance de la tecnología y para mayor pluralidad de postores solicitamos considerar la entrega de usb que permitirían ir acorde a la tecnología:D.13 CIEN (100) DISCOS DVD O 10 USB de 32 GB EN BLANCO PARA GRABACION DE IMAGENES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-56 Página: 951

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 284

Consulta/Observación:

A04:Están solicitando cabezal de iluminación con cubierta posterior de metal liso el metal hace muy pasados los cabezales.

Los cabezales de las lamparas quirúrgicas de ultima generación son mas livianas por eso la cubierta posterior no usa metal, solicitamos aceptar:

A04 DISEÑO QUE DEBE DISTORSIONAR MÍNIMAMENTE EL FLUJO LAMINAR DEL QUIRÓFANO, CABEZAL DE ILUMINACIÓN CON CUBIERTA POSTERIOR SEGÚN CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-31 **Página:** 805

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 285

Consulta/Observación:

A12:La vida útil de los led de nuestra lampara quirúrgica es de 55,000 horas, Solicitamos aceptar: A12

VIDA UTIL LED MAYOR O IGUAL A 55,000 HORAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-31 **Página:** 805

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 286

Consulta/Observación:

A13:Nuestra lampara quirúrgica cuenta con diámetro de campo variable de 200 a 250 mm rango ideal para todo tipo de cirugía. Solicitamos aceptar: A13

DIAMETRO DE CAMPO VARIABLE DE 200 MM A 250 MM O MAS AMPLIO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-31 **Página:** 805

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 287

Consulta/Observación:

A14: Nuestra lampara quirúrgica tiene profundidad de iluminación de 1100 mm. Solicitamos aceptar: A14 PROFUNDIDAD DE ILUMINACION DE 1100 MM O MAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-31 **Página:** 805

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 288

Consulta/Observación:

A16: Nuestra lampara quirúrgica cuenta con Ra de 95%. Solicitamos aceptar: A16

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-31 **Página:** 805

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 289

Consulta/Observación:

A17:Nuestra lampara quirúrgica cuenta con R9 de 90%. Solicitamos aceptar: A17

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-31 **Página:** 805

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 290

Consulta/Observación:

C06: Nuestra lampara quirúrgica cuenta con diámetro de campo variable de 200 a 250 mm rango ideal para todo tipo de cirugía. Solicitamos aceptar: C06

DIFERENCIA ENTRE EL DIAMETRO MAXIMO Y MINIMO DEL CAMPO ILUMINADO NO MENOR A 50 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-31A Página: 804

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 291

Consulta/Observación:

A11: La vida útil de los led de nuestra lampara quirúrgica es de 55,000 horas, Solicitamos aceptar: A11

VIDA UTIL LED MAYOR O IGUAL A 55,000 HORAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-33 **Página:** 803

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 292

Consulta/Observación:

Nuestra lampara quirúrgica cuenta con diámetro de campo variable de 200 a 250 mm rango ideal para todo tipo de cirugía. Solicitamos aceptar: A12

DIAMETRO DE CAMPO VARIABLE DE 200 MM A 250 MM O MAS AMPLIO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-33 **Página:** 803

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 293

Consulta/Observación:

Nuestra lampara quirúrgica cuenta con Ra de 95%. Solicitamos aceptar: A15

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-33 **Página:** 803

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 294

Consulta/Observación:

A16: Nuestra lampara quirúrgica cuenta con R9 de 90%. Solicitamos aceptar: A16 INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-33 **Página:** 803

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 295

Consulta/Observación:

Nuestra lampara quirúrgica cuenta con Ra de 95%. Solicitamos aceptar: A09

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-34 **Página:** 802

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 296

Consulta/Observación:

A10: Nuestra lampara quirúrgica cuenta con R9 de 90%. Solicitamos aceptar: A10 INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-34 **Página:** 802

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 297

Consulta/Observación:

A06: Nuestra mesa de operaciones no cuenta con botón de encendido y apagado, los movimientos se hacen a través del control remoto. Las teclas del control remoto se activan con tocar cualquiera de las teclas y pasado 30 segundos se desactivan.

Solicitamos aceptar:

A06 BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-82 **Página:** 777

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 298

Consulta/Observación:

Nuestra mesa de operaciones cuenta con movimiento de sección de cabeza hacia abajo 61°

Solicitamos aceptar:

B02 SECCIÓN DE CABEZA HACIA ABAJO 61° O MAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-82 **Página:** 777

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 299

Consulta/Observación:

B06:Nuestra mesa de operaciones cuenta con movimiento de sección de espalda hacia arriba 70°

Solicitamos aceptar:

B06 SECCIÓN ESPALDA HACIA ARRIBA 70° O MAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-82 **Página:** 777

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

SECCIÓN ESPALDA HACIA ARRIBA 70° O MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SECCIÓN ESPALDA HACIA ARRIBA 70° O MAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 300

Consulta/Observación:

C10:Nuestro monitor de 5 parámetros monitoriza mas de 25 tipos de arritmias tomado como referencia dos (02) derivaciones.

Solicitamos aceptar: C10

DETECCION DE VEINTIDOS (22) TIPOS DE ARRITMIAS TOMANDO COMO REFERENCIA 02 OMAS DERIVACIONES SIMULTANEAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-18 **Página:** 757

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 301

Consulta/Observación:

C30:Para la medición de capnografía hay tres tecnologías, mainstream (flujo principal, sidestream (fujo lateral y microflujo. Al solicitar solo una tecnología se estaría restringiendo la participación de las demás tecnología y se estaría direccionando a una sola marca.

Solicitamos aceptar:

C30 METODO DE MEDICION: MAINSTREAM (FLUJO PRINCIPAL) O IDESTREAM (FUJO LATERAL). CAPACIDAD DE MEDICION EN PACIENTES INTUBADOS Y PACIENTES NO-INTUBADOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-7 **Página:** 753

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 302

Consulta/Observación:

B11: Nuestro monitor de 7 parámetros monitoriza mas de 25 tipos de arritmias tomado como referencia dos (02) derivaciones.

Solicitamos aceptar: B11

DETECCION DE VEINTIDOS (22) TIPOS DE ARRITMIAS INCLUYENDO LAS LETALES, TOMANDO COMO REFERENCIA 02 OMAS DERIVACIONES SIMULTANEAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-8 **Página:** 749

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 303

Consulta/Observación:

C10:Nuestro monitor de 8 parámetros monitoriza mas de 25 tipos de arritmias tomado como referencia dos (02) derivaciones.

Solicitamos aceptar: C10

DETECCION DE VEINTE (20) OMAS TIPOS DE ARRITMIAS TOMANDO COMO REFERENCIA 02 DERIVACIONES COMO MINIMO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-9 **Página:** 743

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 304

Consulta/Observación:

C13: Nuestro monitor de 8 parámetros tiene rango de medición de respiración de 0 a 150 res/min.
Solicitamos aceptar: C13 RANGO:
A 150 RES/MIN O MAS AMPLIO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-9 **Página:** 742

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
RANGO: A 150 RES/MIN O MAS AMPLIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: A 150 RES/MIN O MAS AMPLIO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 305

Consulta/Observación:

C33: Para la medición de gasto cardiaco existen en el merado dos tecnologías, termodilusion transpulmonar y gasto cardiaco picco.

Solicitamos aceptar:

C33 MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO POR TERMODILUCION SEGÚN TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-9 **Página:** 742

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 306

Consulta/Observación:

D09: Solicitamos aceptar: D09

GASTO CARDIACO: DIEZ (10) JUEGOS DE ACCESORIOS DESCARTABLES PARA REALIZAR LA MEDICION DE GASTO CARDIACO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-9 **Página:** 741

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

GASTO CARDIACO: DIEZ (10) JUEGOS DE ACCESORIOS DESCARTABLES PARA REALIZAR LA MEDICION DE GASTO CARDIACO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: GASTO CARDIACO: DIEZ (10) JUEGOS DE ACCESORIOS DESCARTABLES PARA REALIZAR LA MEDICION DE GASTO CARDIACO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 307

Consulta/Observación:

B08: EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
D-104 BOMBA DE INFUSION 1 CANAL

B08 PUERTO (S) DE TRANSMISIÓN DE DATA

EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE PUERTOS DE TRANSMISIÓN DE DATA ALAMBRICO E INALAMBRICO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. SE DEBERIA DE CONSIDERAR LA TRANSMISIÓN DE DATA POR MODULO DE WIFI DEBIDO A QUE ES UNA TECNOLOGÍA EFICIENTE Y SEGURO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR ALGUN CABLE PARA LA COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATA

PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

B08 PUERTO (S) O MODULO DE WIFI DE TRANSMISIÓN DE DATA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-104 Página: 955

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
PUERTO (S) O MODULO DE WIFI DE TRANSMISIÓN DE DATA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PUERTO (S) O MODULO DE WIFI DE TRANSMISIÓN DE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 308

Consulta/Observación:

C01: EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

D-104 BOMBA DE INFUSION 1 CANAL

C01 VOLUMEN DE INFUSIÓN MAXIMO DE 9999 ml/h o MÁS

EL VOLUMEN DE INFUSION SE MIDE EN UNIDADES DE ml. CONSIDERANDO UN ERROR DE TIPEO AL COLOCAR LAS UNIDADES ml/h, SOLICITAMOS CORREGIR A LA UNIDADES CORRESPONDIENTES DE VOLUMEN DE INFUSIÓN (ml)

PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-104 **Página:** 955

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

VOLUMEN DE INFUSIÓN MAXIMO DE 9999 ml o MÁS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: VOLUMEN DE INFUSIÓN MAXIMO DE 9999 ml o MÁS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 309

Consulta/Observación:

C02: EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

D-104 BOMBA DE INFUSION 1 CANAL

C02 FLUJO DE INFUSIÓN DESDE 0.5 ml/h a 999 ml/h o MÁS

EL RANGO DEL FLUJO DE INFUSIÓN PUEDE VARIAR DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, INCLUSIVE HAY RANGOS MÁS AMPLIOS PARA UN MEJOR USO. POR LO TANTO AL DECIR " O MÁS" PUEDE CONSIDERARSE SOLO AL LIMITE SUPERIOR O A AMBOS LIMITES Y PUEDE GENERAR UNA CONFUSIÓN O UNA MAL INTERPRETACIÓN. ENTONCES SE DEBERIA DE AGREAGAR LA PALABRA "O RANGO MÁS AMPLIO"

PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

C02 FLUJO DE INFUSIÓN DESDE 0.5 ml/h a 999 ml/h o RANGO MÁS AMPLIO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-104 Página: 955

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

FLUJO DE INFUSIÓN DESDE 0.5 ml/h a 999 ml/h o RANGO MÁS AMPLIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: FLUJO DE INFUSIÓN DESDE 0.5 ml/h a 999 ml/h o RANGO MÁS AMPLIO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 310

Consulta/Observación:

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

D-106 BOMBA DE INFUSION DE JERINGA

A05 CAPACIDAD DE CALCULO DE FLUJO O DOSIS DE DROGA (SEGÚN PESO, TIEMPO Y VOLUMEN)

EL CALCULO DE FLUJO O DOSIS DE DROGA SE PUEDE REALIZAR INGRESANDO PARÁMETROS COMO EL PESO, TIEMPO, VOLUMEN, CONCENTRACIÓN Y/O TASA DE DOSIS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

A05 CAPACIDAD DE CALCULO DE FLUJO O DOSIS DE DROGA (SEGÚN PESO, TIEMPO Y VOLUMEN O PARÁMETROS SIMILARES)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-106 Página: 953

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 311

Consulta/Observación:

B10: EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
D-316 BOMBA DE INFUSION 3 CANALES

B10 PUERTO(S) DE TRANSMISIÓN DE DATA

EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE PUERTOS DE TRANSMISIÓN DE DATA ALAMBRICO E INALAMBRICO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. SE DEBERIA DE CONSIDERAR LA TRANSMISIÓN DE DATA POR MODULO DE WIFI DEBIDO A QUE ES UNA TECNOLOGÍA EFICIENTE Y SEGURO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR ALGUN CABLE PARA LA COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATA

PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

B10 PUERTO(S) O MODULO DE WIFI DE TRANSMISIÓN DE DATA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-316 Página: 956

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
PUERTO (S) O MODULO DE WIFI DE TRANSMISIÓN DE DATA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PUERTO (S) O MODULO DE WIFI DE TRANSMISIÓN DE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 312

Consulta/Observación:

B12:EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

D-316 BOMBA DE INFUSION 3 CANALES

B12 FLUJO DE INFUSIÓN DESDE 0.5 ml/h a 999 ml/h Ó MÁS

EL RANGO DEL FLUJO DE INFUSIÓN PUEDE VARIAR DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, INCLUSIVE HAY RANGOS MÁS AMPLIOS PARA UN MEJOR USO. POR LO TANTO AL DECIR " O MÁS" PUEDE CONSIDERARSE SOLO AL LIMITE SUPERIOR O A AMBOS LIMITES Y PUEDE GENERAR UNA CONFUSIÓN O UNA MAL INTERPRETACIÓN. ENTONCES SE DEBERIA DE AGREAGAR LA PALABRA "O RANGO MÁS AMPLIO"

PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

B12 FLUJO DE INFUSIÓN DESDE 0.5 ml/h a 999 ml/h o RANGO MÁS AMPLIO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-316 Página: 956

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

FLUJO DE INFUSIÓN DESDE 0.5 ml/h a 999 ml/h o RANGO MÁS AMPLIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: FLUJO DE INFUSIÓN DESDE 0.5 ml/h a 999 ml/h o RANGO MÁS AMPLIO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 313

Consulta/Observación:

B16: EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
D-316 BOMBA DE INFUSION 3 CANALES

B16 ALARMA PARA MULTIPLES PRESIONES EN NIVELES MENORES O IGUALES A 18 PSI APROXIMADAMENTE

AL MENCIONAR LA PALABRA "APROXIMADAMENTE" SE PUEDE DE CONSIDERAR VALORES CERCANOS A 18 PSI COMO 18.9 PSI, LA CUAL PUEDE GENERAR CONFUSION O UNA MALA INTERPRETACIÓN. SE SUGIERE NO COLOCAR LA PALABRA "APROXIMADAMENTE" Y AMPLIAR EL LIMITE A 19 PSI.

PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

B16 ALARMA PARA MULTIPLES PRESIONES EN NIVELES MENORES O IGUALES A 19 PSI O 130 KPa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-316 Página: 956

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
ALARMA PARA MULTIPLES PRESIONES EN NIVELES MENORES O IGUALES A 19 PSI O 130 Kpa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ALARMA PARA MULTIPLES PRESIONES EN NIVELES MENORES O IGUALES A 19 PSI O 130 Kpa

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 314

Consulta/Observación:

CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

A02. ENFOQUE DINAMICO DE PÍXELES

Sustento técnico y funcional:

En los sistemas de ultrasonido, el concepto de enfoque se refiere a la capacidad del equipo para concentrar el haz ultrasónico en zonas específicas de la imagen, mejorando así la nitidez y la resolución diagnóstica. Esta funcionalidad puede lograrse a través de tecnologías automáticas como el enfoque dinámico de píxeles, o mediante la selección manual de múltiples focos, como permiten algunos equipos. Ambas modalidades persiguen el mismo objetivo clínico: asegurar una imagen clara y precisa en diferentes profundidades. Por ello, se sugiere que la especificación considere de forma equivalente la redacción: ¿enfoque dinámico de píxeles o número de focos seleccionables?, ya que ambas opciones brindan al operador la posibilidad de optimizar la calidad de imagen de acuerdo con las necesidades clínicas de cada estudio.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

A02. ENFOQUE DINAMICO DE PÍXELES O NÚMERO DE FOCOS SELECCIONABLES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-99 Página: 902

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 315

Consulta/Observación:

A03: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

A03. MONITOR LED SIN BISEL DE 21 PULGADAS O MÁS CON ALTA RESOLUCION DE 1920 X 1080

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Es importante considerar que un monitor con bisel no solo responde a razones estéticas, sino que tiene un propósito funcional. El bisel actúa como una protección adicional para los bordes de la pantalla, reduciendo el riesgo de daños ocasionados por golpes o impactos accidentales durante el uso diario en entornos clínicos.

El bisel juega un papel crucial al absorber impactos en los bordes y proteger componentes sensibles del monitor. Esta característica puede incrementar la durabilidad del equipo, asegurando que el rendimiento y la calidad de la imagen no se vean comprometidos a lo largo del tiempo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-99 Página: 902

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 316

Consulta/Observación:

CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
A04. PANTALLA TACTIL DE ALTA SENSIBILIDAD DE 13 PULGADAS COMO MÍNIMO Y ANGULACIÓN DE 40° COMO MÍNIMO
Sustento técnico:
Un ángulo más pequeño puede ofrecer ventajas específicas, como una mayor estabilidad y resistencia de la pantalla, reduciendo el riesgo de ajustes involuntarios o desajustes. Además, se ha demostrado que una angulación ajustada adecuadamente, incluso si es inferior a 40°, mantiene la visibilidad adecuada para los operadores durante procedimientos comunes, sin comprometer la calidad de imagen o la facilidad de uso del equipo.
Este diseño asegura que el ecógrafo sea funcional, accesible y práctico, garantizando una experiencia de usuario satisfactoria sin necesidad de un ángulo más amplio, lo que también contribuye a la durabilidad y la eficiencia del dispositivo.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:
A04. PANTALLA TACTIL DE ALTA SENSIBILIDAD DE 13 PULGADAS COMO MÍNIMO Y ANGULACIÓN DE 30° COMO MÍNIMO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-99 Página: 902

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
. PANTALLA TACTIL DE ALTA SENSIBILIDAD DE 13 PULGADAS COMO MÍNIMO Y ANGULACIÓN DE 30° COMO MÍNIMO.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PANTALLA TACTIL DE ALTA SENSIBILIDAD DE 13 PULGADAS COMO MÍNIMO Y ANGULACIÓN DE 30° COMO MÍNIMO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 317

Consulta/Observación:

A06: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
A06. RETROILUMINACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

Sustento técnico:
Solicitamos aclarar si la "retroiluminación del panel de control" hace referencia a la retroiluminación de las teclas del panel, ya que esta característica puede variar según el diseño de cada equipo. Esta precisión permitirá una evaluación más objetiva y alineada con las funcionalidades reales que ofrece el ecógrafo en dicha área.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:
A06. RETROILUMINACIÓN DE LAS TECLAS DEL PANEL DE CONTROL.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-99 Página: 902

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 318

Consulta/Observación:

A11: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

A11. CINE MEMORIA DE 12 000 IMÁGENES O SUPERIOR.

Sustento técnico:

Una capacidad de 10, 000 cuadros en cualquier modo de imagen es suficiente para la revisión clínica adecuada en contextos de atención clínica. Este rango es funcional, ampliamente utilizado y permite análisis dinámicos sin afectar la utilidad diagnóstica. Aceptar este parámetro garantiza equipos versátiles sin comprometer la calidad para el usuario.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

A11. CINE MEMORIA DE 10 000 IMÁGENES COMO MÍNIMO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-99 **Página:** 902

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 319

Consulta/Observación:

A15: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

A15. ALMACENAMIENTO DIGITAL DE EXAMENES EN DISCO DURO INTERNO CON CAPACIDAD DE 1 TB.

Sustento técnico:

Los discos en estado sólido (SSD) representan una evolución tecnológica respecto a los discos duros mecánicos (HDD), ya que ofrecen mayor velocidad de lectura y escritura, mayor confiabilidad al no tener partes móviles, y mejor rendimiento general en el acceso y almacenamiento de estudios clínicos. Estas características hacen que los SSD sean ampliamente utilizados en ecógrafos de nueva generación, mejorando significativamente la eficiencia operativa en entornos de alta demanda.

En ese sentido, se solicita aclarar si la especificación que menciona ¿disco duro interno¿, contempla el uso de unidades SSD, considerando que cumplen con el objetivo funcional de almacenamiento, aportando incluso un rendimiento superior al tradicional HDD.

A15. ALMACENAMIENTO DIGITAL DE EXAMENES EN DISCO DURO INTERNO (HDD O SSD) CON CAPACIDAD DE 1 TB.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-99 Página: 902

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

ALMACENAMIENTO DIGITAL DE EXAMENES EN DISCO DURO INTERNO (HDD O SSD) CON CAPACIDAD DE 1 TB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ALMACENAMIENTO DIGITAL DE EXAMENES EN DISCO DURO INTERNO (HDD O SSD) CON CAPACIDAD DE 1 TB.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 320

Consulta/Observación:

CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

A18. CON PROTOCOLOS DE FLUJO DE TRABAJO Sustento

técnico:

En el entorno clínico, los protocolos de flujo de trabajo tienen como finalidad optimizar el tiempo del operador, estandarizar los estudios y asegurar una adquisición de imágenes eficiente. En ese contexto, muchos ecógrafos modernos integran esta funcionalidad mediante presets preestablecidos, que permiten configurar automáticamente parámetros como el tipo de transductor, profundidad, ganancia, modo de imagen y mediciones específicas para cada tipo de estudio (abdominal, ginecológico, vascular, etc.). Estos presets cumplen con la misma función práctica de un protocolo de flujo de trabajo, ya que automatizan pasos, reducen la variabilidad operativa y aseguran la consistencia diagnóstica, especialmente en instituciones con alta rotación de pacientes. Por lo tanto se sugiere ampliar la especificación

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-99 **Página:** 901

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 321

Consulta/Observación:

B08:CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

B08. IMAGENES 3D DE MANOS LIBRES.

Sustento

técnico:

Las imágenes 3D tradicionales siguen siendo una herramienta altamente efectiva y confiable para la evaluación precisa de estructuras internas, garantizando diagnósticos detallados en estudios abdominales, obstétricos, ginecológicos y vasculares. Aunque las imágenes 3D de manos libres ofrecen mayor comodidad, la calidad diagnóstica de las imágenes 3D convencionales no se ve comprometida, y el uso manual sigue siendo eficaz para obtener resultados de alta resolución. Por lo tanto, las imágenes 3D tradicionales deben ser consideradas como una opción viable y suficiente para los estudios clínicos, mientras que las imágenes 3D tradicionales deben ser consideradas como una opción viable y suficiente para los estudios clínicos, mientras que las imágenes 3D de manos libres pueden ser vistas como una mejora opcional.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

B08. IMAGENES 3D O 3D DE MANOS LIBRES (OPCIONALMENTE).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-99 Página: 901

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 322

Consulta/Observación:

C11:CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

C 1 1 . S O F T W A R E D E E L A S T O G R A F Í A S E M I C U A N T I T A T I V A P O R

S u s t e n t o t é c n i c o :

Se solicita aclarar si se refieren a Elastografía semicuantitativa por Strain, ya que actualmente existen diversas tecnologías disponibles en el mercado. Esta precisión permitirá asegurar que los equipos ofertados se alineen adecuadamente con las necesidades diagnósticas y garanticen una evaluación objetiva durante el proceso de selección.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

C11. SOFTWARE DE ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA POR STRAIN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-99 Página: 901

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

SOFTWARE DE ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SOFTWARE DE ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 323

Consulta/Observación:

CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
C12. PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE
Sustento técnico:

Se solicita precisar a qué tipo de programa de reconocimiento y medición automática se refiere, considerando que en ecografía existen diversas aplicaciones clínicas donde este tipo de software puede estar dirigido a estructuras fetales, vasculares, tiroideas, entre otras.

Una mayor definición del enfoque clínico del programa permitirá una evaluación técnica más objetiva y garantizará que las soluciones ofrecidas se adecuen a las necesidades diagnósticas reales del servicio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-99 Página: C12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN AUTOMÁTICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN AUTOMÁTICA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 324

Consulta/Observación:

C13: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
C13. PROGRAMA DE MEDIDA AUTOMATICA DE VOLUMEN DE VEJIGA.

Sustento técnico:
La medición de volumen vesical mediante técnicas manuales es un procedimiento clínicamente aceptado, preciso y validado, ampliamente utilizado en la práctica diaria. A través de la obtención de diámetros longitudinales, anteroposteriores y transversales, y la aplicación de fórmulas estandarizadas, se obtiene un cálculo confiable del volumen intravesical, sin comprometer la calidad del diagnóstico.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:
C13. PROGRAMA DE MEDIDA AUTOMATICA Y/O MANUAL DEL VOLUMEN DE LA VEJIGA

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-99 Página: 901

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
PROGRAMA DE MEDIDA AUTOMATICA Y/O MANUAL DEL VOLUMEN DE LA VEJIGA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PROGRAMA DE MEDIDA AUTOMATICA Y/O MANUAL DEL VOLUMEN DE LA VEJIGA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 325

Consulta/Observación:

D02: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
D02. UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3.0 MHz A 12 MHz, CON ANGULO DE APERTURA NO MENOR DE 175° GRADOS. PARA APLICACIONES
En aplicaciones endocavitarias, la frecuencia de operación del transductor debe equilibrar adecuadamente la resolución de imagen y la penetración tisular, de acuerdo con la anatomía del paciente y el tipo de estudio a realizar (ginecológico, urológico, entre otros).
Diversos transductores especializados pueden iniciar su rango de frecuencia en valores ligeramente superiores a 3.0 MHz, manteniendo una excelente calidad de imagen y profundidad de penetración necesarias para estudios clínicos efectivos en cavidades pélvicas. Se sugiere aclarar para que tipos de aplicaciones.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:
D02. UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 4.0 MHz a 12 MHz, CON ANGULO DE APERTURA NO MENOR DE 175° GRADOS. PARA APLICACIONES OBSTÉTRICAS, GINECOLÓGICAS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-99 Página: 900

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 326

Consulta/Observación:

CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

A08. PANTALLA LCD A COLOR SENSIBLE AL TACTO DE 10" O MAS

Sustento técnico y funcional:

Ampliar la especificación al tipo de pantalla (LED, LCD o capacitiva) permite incluir equipos con tecnologías actuales que ofrecen igual o mejor calidad de imagen, sensibilidad táctil y eficiencia. Esta precisión evita limitar opciones técnicamente equivalentes que no afectan el desempeño ni la experiencia del usuario. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

A08. PANTALLA TACTIL LED O LCD O CAPACITIVO, A COLOR CON ALTA DEFINICION DE 10" O MAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-100 **Página:** 899

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

PANTALLA TACTIL LED O LCD O CAPACITIVO, A COLOR CON ALTA DEFINICION DE 10" O MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PANTALLA TACTIL LED O LCD O CAPACITIVO, A COLOR CON ALTA DEFINICION DE 10" O MAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 327

Consulta/Observación:

A16: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

A16. REVISIÓN CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 63,000 CUADROS COMO MINIMO Sustento técnico:
Una capacidad de 10,000 cuadros en cualquier modo (2D, Doppler o M-Mode, etc.) es suficiente para la revisión clínica adecuada en contextos de atención primaria y especializada. Este rango es funcional, ampliamente utilizado, y permite análisis dinámicos sin afectar la utilidad diagnóstica. Aceptar este parámetro garantiza equipos versátiles sin comprometer la calidad para el usuario final..

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

A16. REVISIÓN CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 10,000 CUADROS COMO MINIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-100 Página: 899

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 328

Consulta/Observación:

B16: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

B16. SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA 2D- SHERE WAVE CON INDICADOR DE CALIDAD Sustento técnico:

Se corrija la redacción del término "Shere wave" por "Shear wave", que es la forma técnica y correcta. El uso de Shear Wave (onda de corte) es el término estandarizado para esta tecnología. Además, permitir que el indicador de calidad sea opcional no limita el uso clínico ni la utilidad diagnóstica del software, considerando que algunos fabricantes ofrecen mecanismos alternativos de validación y seguimiento en pantalla.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

B16. SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA 2D- SHEAR WAVE, OPCIONALMENTE INDICADOR DE CALIDAD

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-100 **Página:** 898

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 329

Consulta/Observación:

B17: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

B17. UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 1.0 A 5.0 MHZ, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 38 mm Y 65 mm O CAMPO DE VISION (FOV) MAYOR O IGUAL A 60°

Sustento técnico:

Permitir un rango igual o mayor a 1¿5 MHz brinda mayor flexibilidad al proveedor sin comprometer la capacidad diagnóstica del transductor. Equipos actuales con rangos más amplios (por ejemplo, 1¿6 MHz) o tecnologías avanzadas pueden ofrecer mejor resolución o penetración, beneficiando al usuario final en distintos tipos de pacientes sin alterar la finalidad clínica del equipo.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

B17. UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 1.0 A 5.0 MHZ O MAYOR, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 38 mm Y 65 mm O CAMPO DE VISION (FOV) MAYOR O IGUAL A 60

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-100 Página: 898

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 330

Consulta/Observación:

B18:CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
B18. UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 4.0 A 14.0 MHZ, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 35 mm Y 60 mm

Sustento técnico:
Permitir rangos iguales o mayores a 4.0¿14.0 MHz otorga mayor apertura a tecnologías más recientes que ofrecen resoluciones superiores sin comprometer la cobertura requerida. Esto asegura que el proveedor pueda ofrecer alternativas con mejor rendimiento sin limitar la finalidad diagnóstica ni afectar al usuario final.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

B18. UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 4.0 A 14.0 MHZ O MAYOR, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 35 mm Y 60 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-100 Página: 898

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 4.0 A 14.0 MHZ O MAYOR, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 35 mm Y 60 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 4.0 A 14.0 MHZ O MAYOR, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 35 mm Y 60 mm

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 331

Consulta/Observación:

B19: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
B19. UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3.0 A 12.0 MHZ, CON ÁNGULO DE APERTURA NO MENOR DE 190°. PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS Y UROLÓGICOS.
Sustento técnico:
El rango propuesto de 4.0 a 12.0 MHz o mayor es totalmente funcional para los exámenes gineco-obstétricos y urológicos mencionados. Esta variación permite la participación de equipos que incorporan tecnologías más modernas que ofrecen mejor resolución sin sacrificar la profundidad diagnóstica. Se mantiene el ángulo de apertura mínimo de 190°, asegurando la cobertura requerida. Esta ampliación no afecta al usuario final y promueve una mayor competencia técnica y comercial.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:
B19. UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 4.0 A 12.0 MHZ O MAYOR, CON ÁNGULO DE APERTURA NO MENOR DE 190°. PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS Y UROLÓGICOS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-100 Página: 898

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 4.0 A 12.0 MHZ O MAYOR, CON ÁNGULO DE APERTURA NO MENOR DE 190°. PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS Y UROLÓGICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 4.0 A 12.0 MHZ O MAYOR, CON ÁNGULO DE APERTURA NO MENOR DE 190°. PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS Y UROLÓGICOS.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 332

Consulta/Observación:

B20: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
B20. UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 3.0 A 13.0 MHZ, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 35 mm Y 50 mm
Sustento técnico:
La inclusión del término "o mayor" en el rango de frecuencia permite la participación de equipos con tecnología más avanzada, sin que esto afecte la funcionalidad o el propósito clínico del transductor. Se mantienen tanto el rango mínimo como las dimensiones físicas requeridas, garantizando que el equipo siga cumpliendo con los usos previstos en exámenes de partes blandas, vasculares y musculoesqueléticos, sin afectar la atención al usuario final.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:
B20. UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 3.0 A 13.0 MHZ O MAYOR, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 35 mm Y 50 mm

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-100 Página: 898

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 3.0 A 13.0 MHZ O MAYOR, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 35 mm Y 50 mm
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 3.0 A 13.0 MHZ O MAYOR, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 35 mm Y 50 mm

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 333

Consulta/Observación:

B21:CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

B21. UN (01) TRANSDUCTOR DE MICROCONVEXO DE 4 A 12 MHZ, ÁNGULO DE EXPLORACIÓN (FOV) MAYOR O IGUAL A 110°

Sustento técnico:

Un campo de visión (FOV) de 98° o más sigue siendo clínicamente adecuado para las aplicaciones típicas de un transductor microconvexo, como estudios abdominales, pediátricos o gineco-obstétricos en zonas de difícil acceso. Esta ampliación en la especificación permite una mayor participación de tecnologías vigentes en el mercado, sin comprometer la calidad diagnóstica ni la atención al usuario final en establecimientos de salud del primer nivel.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

B21. UN (01) TRANSDUCTOR DE MICROCONVEXO DE 4 A 12 MHZ, ÁNGULO DE EXPLORACIÓN (FOV) MAYOR O IGUAL A 98°

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-100 Página: 898

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 334

Consulta/Observación:

B25: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
MODO VOLUMEN (3D/4D)
B25. DOPPLER DE POTENCIA.
Sustento técnico y funcional:
El Doppler de potencia es una herramienta útil en ciertas evaluaciones vasculares; sin embargo, no es indispensable en modo volumétrico (3D/4D) para las aplicaciones obstétricas convencionales, que se centran principalmente en morfología fetal y biometría. Muchos equipos de gama media-alta especializados en obstetricia ofrecen modo 3D/4D con excelente calidad diagnóstica.
Por tanto, solicitamos que este requisito sea considerado como opcional, permitiendo así una mayor apertura tecnológica sin comprometer la calidad y fomentando una mayor competitividad técnica y económica.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:
B25. DOPPLER DE POTENCIA (OPCIONAL).

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-102 **Página:** 896

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 335

Consulta/Observación:

B27: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

MODO VOLUMEN (3D/4D)

B27. IMÁGENES 4D (3D EN TIEMPO REAL) CON CAPACIDAD DE 30 VOL/SEG O MAS.

Sustento técnico:

La velocidad de 20 volúmenes por segundo ya permite obtener imágenes fluidas y diagnósticamente útiles en obstetricia, cumpliendo con los estándares clínicos para estudios 4D. Esta tasa es común en ecógrafos especializados y no limita la funcionalidad requerida por el usuario. Aceptar desde 20 vol/seg asegura mayor participación sin comprometer la calidad.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

B27. IMÁGENES 4D (3D EN TIEMPO REAL) CON CAPACIDAD DE 20 VOL/SEG O MAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-102 Página: 896

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 336

Consulta/Observación:

B31: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
PROGRAMAS

B31. REVICIÓN CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 50,000 CUADROS EN BLANCO Y NEGRO

Sustento técnico:

Una capacidad de 10,000 cuadros en cualquier modo (2D, Doppler o M-Mode, etc.) es suficiente para la revisión clínica adecuada en contextos de atención primaria y especializada. Este rango es funcional, ampliamente utilizado, y permite análisis dinámicos sin afectar la utilidad diagnóstica. Aceptar este parámetro garantiza equipos versátiles sin comprometer la calidad para el usuario final..

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

B31. REVISIÓN CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 10,000 CUADROS EN ALGÚN MODO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-102 Página: 896

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 337

Consulta/Observación:

C01: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
TRANSDUCTORES

C01. UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 1 A 5 MHZ, CON ÁNGULO DE VISUALIZACION DE 70° O MAYOR.

Sustento técnico:
Permitir un rango de frecuencia igual o mayor no limita la funcionalidad, sino que amplía la compatibilidad con equipos modernos, muchos de los cuales ofrecen rangos extendidos que mejoran la resolución y penetración sin afectar la capacidad diagnóstica ni la experiencia del usuario.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:
C01. UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 1 A 5 MHZ O MAYOR, CON ÁNGULO DE VISUALIZACION DE 70° O MAYOR.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-102 **Página:** 895

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 1 A 5 MHZ O MAYOR, CON ÁNGULO DE VISUALIZACION DE 70° O MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 1 A 5 MHZ O MAYOR, CON ÁNGULO DE VISUALIZACION DE 70° O MAYOR.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 338

Consulta/Observación:

C02:CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
TRANSDUCTORES

C02. UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3 A 10 MHZ, CON ÁNGULO DE APERTURA NO MENOR DE 200°. PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS.

Sustento técnico:
La frecuencia de inicio de 4 MHz es estándar en transductores endocavitarios de última generación y brinda excelente resolución para estudios gineco-obstétricos, sin comprometer la penetración requerida. Esta configuración es plenamente funcional y garantiza diagnósticos precisos, manteniendo la calidad clínica esperada por el usuario final.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:
C02. UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 4 A 10 MHZ O MAYOR, CON ÁNGULO DE APERTURA NO MENOR DE 200°. PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-102 Página: 895

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 339

Consulta/Observación:

C03: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
TRANSDUCTORES

C03. UN (01) TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO DE ARREGLO CONVEXO DE 2.0 A 5.0 MHZ Y FOV MÍNIMO DE 60°.

Sustento técnico:
Permitir un rango de frecuencia igual o mayor asegura la compatibilidad con transductores que ofrecen mejor resolución manteniendo la penetración adecuada. Esta modificación no afecta la funcionalidad clínica y amplía la participación de tecnologías más avanzadas, en beneficio del usuario final.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

C03. UN (01) TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO DE ARREGLO CONVEXO DE 2.0 A 5.0 MHZ O MAYOR Y FOV MÍNIMO DE 60°.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-102 **Página:** 895

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO DE ARREGLO CONVEXO DE 2.0 A 5.0 MHZ O MAYOR Y FOV MÍNIMO DE 60°.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO DE ARREGLO CONVEXO DE 2.0 A 5.0 MHZ O MAYOR Y FOV MÍNIMO DE 60°.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 340

Consulta/Observación:

C07: Consulta:

En el requerimiento B15 (Características generales) se indica:

"Almacenamiento digital de imágenes en disco duro interno con capacidad mínima de 500 GB."

Mientras que en el requerimiento C07 (Periféricos) se solicita:

"Almacenamiento digital de imágenes en disco duro interno con capacidad mínima de 160 GB."

Solicitamos se aclare cuál es la capacidad de almacenamiento que finalmente se está requiriendo: ¿500 GB o 160 GB como mínimo?

Ello con la finalidad de evitar interpretaciones contradictorias en la propuesta técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-102 Página: 895

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

PARA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS B15 Y C07, ALMACENAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN DISCO DURO INTERNO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 GB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO PARA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS: B15 Y C07, ALMACENAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN DISCO DURO INTERNO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 GB.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 341

Consulta/Observación:

A03:CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:
A03. MONITOR A COLOR LED NO MENOR DE 15.5 PULGADAS CON ANGULACIÓN NO MENOR DE 100°
Sustento técnico y funcional:
Los monitores modernos utilizan tecnologías IPS, subdivididas en LED o LCD, ambas capaces de ofrecer una resolución y fidelidad de imagen adecuadas para fines diagnósticos. Limitar la especificación a un solo tipo de tecnología puede restringir opciones técnicamente equivalentes que cumplen con los estándares clínicos. Del mismo modo, pequeñas diferencias en el tamaño del monitor (por ejemplo, entre 15.4 y 15.5) no afectan significativamente la funcionalidad ni la calidad de imagen, siempre que se mantengan parámetros adecuados de resolución, contraste y ángulo de visión. Por ello, se recomienda flexibilizar tanto el tipo de pantalla como el tamaño del monitor, priorizando el desempeño funcional sobre requisitos estrictamente numéricos, permitiendo así la inclusión de equipos técnicamente válidos.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:
A03. MONITOR A COLOR LED O LCD DE 15" PULGADAS COMO MÍNIMO CON ÁNGULACIÓN NO MENOR DE 100°

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-103 Página: 892

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 342

Consulta/Observación:

A04: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

A04. PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL NO MENOR DE 10"

El panel de control de un ecógrafo puede adoptar diversas configuraciones funcionales. En equipos portátiles, el teclado alfanumérico empotrado permite una operación eficiente y ergonómica, cumpliendo con los requerimientos clínicos sin necesidad de una pantalla táctil de gran tamaño. Por ello, se sugiere flexibilizar la especificación, priorizando la funcionalidad y el rendimiento operativo del sistema sobre el tamaño exacto de la pantalla táctil.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

A04. PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TACTIL NO MENOR DE 10" O INCLUIDO COMO PARTE DEL DISEÑO ORIGINAL DEL EQUIPO DE MANERA FÍSICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-103 Página: 892

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 343

Consulta/Observación:

A06: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

A06 PESO DEL EQUIPO NO MAYOR A 4.0 KG

Sustento técnico:

El peso del equipo ecográfico está relacionado con su diseño estructural, nivel de robustez y capacidad de integración de componentes avanzados. Un peso de 5.5 kg sigue siendo considerado portátil y fácilmente transportable, especialmente cuando el equipo ofrece mayor autonomía, conectividad o duración de batería. Además, esta diferencia no compromete su funcionalidad ni dificulta su uso clínico en campo o dentro de unidades móviles. Por ello, se recomienda considerar equipos de peso ligeramente superior, siempre que conserven su movilidad, facilidad de transporte y desempeño clínico equivalente.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

A06. PESO DEL EQUIPO NO MAYOR A 6KG

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-103 Página: 892

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 344

Consulta/Observación:

A07: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

A07. REVISIÓN CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 10,000 CUADROS.

Una capacidad de 1,000 cuadros en cualquier modo de imagen es técnicamente suficiente para una revisión clínica eficaz. Este rango permite la evaluación fluida de estructuras en movimiento, como los ciclos cardíacos o fetales, sin afectar la precisión diagnóstica. Además, los equipos actuales incorporan funciones como reproducción en bucle, ajuste de velocidad y almacenamiento dinámico, que optimizan el análisis de imagen más allá del número de cuadros. Aceptar este parámetro garantiza la inclusión de soluciones versátiles y funcionales, manteniendo los estándares de calidad esperados por el usuario final.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

A07. REVISIÓN CINEMATOGRAFICA NO MENOR A 1000 CUADROS.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: EETT Literal: D-103 Página: 892

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 345

Consulta/Observación:

A12: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

A12. CUATRO PUERTOS DE USB COMO MÍNIMO.

Sustento técnico:

El número de puertos USB en un sistema de ultrasonido debe estar orientado a garantizar la operatividad clínica y conectividad básica requerida para funciones como almacenamiento, impresión o exportación de estudios. La eficiencia en el diseño de muchos equipos modernos permite cumplir con estas tareas esenciales mediante una gestión adecuada de los recursos, sin necesidad de un número elevado de puertos físicos. Por ello, se sugiere considerar la capacidad funcional del sistema para cumplir con los requerimientos clínicos, más allá de una cifra mínima estricta, siempre que se asegure la conectividad necesaria para su correcto desempeño.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

A12. TRES O MÁS PUERTOS DE USB.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-103 Página: 892

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
TRES O MÁS PUERTOS DE USB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TRES O MÁS PUERTOS DE USB

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 346

Consulta/Observación:

B01: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

B01 UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 1.0 MHz A 6.0 MHz, PARA ESTUDIOS GENERALES, ABDOMINALES, OBSTÉTRICOS Y GINECOLOGICOS, CON RADIO NO MAYOR DE 60 MM Y CON UNA ANGULACIÓN NO MENOR DE 70°

Sustento técnico:

Permitir rangos iguales o mayores a 1.0MHz-6.0 MHz otorga mayor apertura a tecnologías más recientes que ofrecen resoluciones superiores sin comprometer la cobertura requerida. Esto asegura que el proveedor pueda ofrecer alternativas con mejor rendimiento sin limitar la finalidad diagnóstica ni afectar al usuario final.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

B01 UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 2.0 MHz A 6.0 MHz O MÁS PARA ESTUDIOS GENERALES, ABDOMINALES, OBSTÉTRICOS Y GINECOLOGICOS, CON RADIO NO MAYOR DE 60 MM Y CON UNA ANGULACIÓN NO MENOR DE 70°

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-103 Página: 892

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 347

Consulta/Observación:

B02: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

B02. UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 3.5 A 13.0 MHZ, PARA ESTUDIOS DE PARTES BLANDAS, COROTIDEO, VASCULAR, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 35 A 40MM
Sustento técnico:

Permitir rangos iguales o mayores a 3.54MHz-13.0.0 MHz otorga mayor apertura a tecnologías más recientes que ofrecen resoluciones superiores sin comprometer la cobertura requerida. El transductor con longitud de arreglo superior a los 35 mm a 40 mm solicitados puede ofrecer ventajas significativas en términos de cobertura y resolución. Una mayor longitud de arreglo permite una visualización continua de áreas más amplias, lo que resulta especialmente útil en estudios de partes blandas, carotídeo y vascular. Esta característica optimiza la capacidad de evaluar estructuras complejas y segmentos vasculares de manera más precisa y eficiente. Además, una mayor longitud de arreglo puede mejorar la resolución sin comprometer la calidad de la imagen, asegurando diagnósticos confiables y detallados en un tiempo más reducido. Así, un transductor con esta característica contribuye a una mayor efectividad y productividad en el entorno clínico.

PROPUESTA DE

MODIFICACIÓN:

B02. UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 3.5 A 13.0 MHZ O MÁS, PARA ESTUDIOS DE PARTES BLANDAS, COROTIDEO, VASCULAR, CON LONGITUD DE ARREGLO NO MAYOR A 45MM

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-103 Página: 892

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 348

Consulta/Observación:

C09: CONSULTA DEL REQUERIMIENTO ACTUAL:

C09. IMÁGENES 3D DE MANOS LIBRES.

Sustento técnico:

Las imágenes 3D tradicionales siguen siendo una herramienta altamente efectiva y confiable para la evaluación precisa de estructuras internas, garantizando diagnósticos detallados en estudios abdominales, obstétricos, ginecológicos y vasculares. Aunque las imágenes 3D de manos libres ofrecen mayor comodidad, la calidad diagnóstica de las imágenes 3D convencionales no se ve comprometida, y el uso manual sigue siendo eficaz para obtener resultados de alta resolución. Por lo tanto, las imágenes 3D tradicionales deben ser consideradas como una opción viable y suficiente para los estudios clínicos, mientras que las imágenes 3D de manos libres pueden ser vistas como una mejora opcional.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

C09. IMÁGENES 3D O 3D DE MANOS LIBRES (OPCIONALMENTE)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-103 Página: 892

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 349

Consulta/Observación:

A04: A04 MONITOR (PANTALLA) 7" O MÁS, PARA VISUALIZACIÓN DE AL MENOS DOS ONDAS GRAFICAS EN FORMA SIMULTANEA CON PANTALLA TÁCTIL Y PERILLA SELECTORA

Nuestro equipo cuenta con una pantalla de 5 pulgadas, donde se visualización una onda (onda de presión) y los parametros son ajustados mediante botones y una perilla.

Para una mayor participación de postores solicitamos aceptar:

A04 MONITOR (PANTALLA) 5" O MÁS, PARA VISUALIZACIÓN DE AL MENOS UNA ONDA GRAFICA EN FORMA SIMULTANEA CON PANTALLA TÁCTIL O AJUSTE CON BOTONES Y PERILLA SELECTORA

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-119 **Página:** 316

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 350

Consulta/Observación:

B03: DE VOLUMEN TIDAL DE 20 ml O MENOS A 1500 ml O MÁS.

Nuestro equipo cuenta con volumen tidal de 50 ml a 2000 ml, con capacidad de ventilar pacientes adultos y pediátricos desde 5 kg, para una mayor participación de postores solicitamos aceptar:

B03 DE VOLUMEN TIDAL DE 50 ml O MENOS A 1500 ml O MÁS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-119 Página: 316

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

DE VOLUMEN TIDAL DE 50 ml O MENOS A 1500 ml O MÁS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DE VOLUMEN TIDAL DE 50 ml O MENOS A 1500 ml O

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 351

Consulta/Observación:

B04 DE FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 100 RESP/MIN O MÁS

Nuestro equipo cuenta con frecuencia respiratoria hasta 80 resp/min, tomando en consideración que una persona adulto/pediatrico respira en promedio entre 12 a 20 resps/min, solicitamos aceptar:

B04 DE FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 80 RESP/MIN O MÁS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-119 Página: 316

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

DE FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 80 RESP/MIN O MÁS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DE FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 80 RESP/MIN O MÁS.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 352

Consulta/Observación:
A02 VÁLVULA EXHALATORIA ACTIVA (ELECTRONICA Y/O ELECTROMAGNETICA). VÁLVULA EXHALATORIA E INSPIRATORIA DESMONTABLE AUTOCLAVABLE.

De acuerdo al diseño de cada fabricante la válvula exhalatoria se encuentra interna o externa al equipo, en el caso de nuestro equipo la válvula se encuentra interna al equipo (válvula exhalatoria electromagnetica) componente electromagnetico que no se retira para ningún tipo de limpieza, a diferencia de otros equipos donde la válvula exhalatoria e inspiratoria se encuentra montaba en el equipo extraibles para su limpieza, por lo tanto para una mayor participacion de postores solicitamos aceptar:

A02 VÁLVULA EXHALATORIA ACTIVA (ELECTRONICA Y/O ELECTROMAGNETICA), O VÁLVULA EXHALATORIA E INSPIRATORIA DESMONTABLE AUTOCLAVABLE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-118 Página: 317

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 353

Consulta/Observación:

A06 SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL POR TURBINA.

Existen fabricante de ventiladores que dentro de su diseño utilizan sistema de suministro de aire de tipo compresor que al igual que la turbina suministra aire medicinal, por lo tanto, para una mayor participación solicitamos aceptar:

A06 SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL POR TURBINA O COMPRESOR (QUE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE INTEGRADO DENTRO DEL VENTILADOR O MONTADO SOBRE LA UNIDAD RODABLE DEL EQUIPO).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-118 Página: 317

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 354

Consulta/Observación:

A09: SOFTWARE PARA RECLUTAMIENTO ALVEOLAR: OPEN LUNG P/V TOOL Y PAQUETE DE PROTECCIÓN PULMONAR - MANIOBRA DE RECLUTAMIENTO Y MANIOBRA DE BAJO FLUJO) EN PACIENTES ADULTOS Y/O PEDIATRICOS

Nuestro equipo cuenta con software de reclutamiento alveolar OPEN LUNG TOOL, en la cual se realiza maniobras de reclutamiento ajustando la PEEP, para una mayor participacion de postores solicitamos aceptar:

A09 SOFTWARE PARA RECLUTAMIENTO ALVEOLAR: OPEN LUNG P/V TOOL O OPEN LUNG TOOL Y/O PAQUETE DE PROTECCIÓN PULMONAR (MANIOBRA DE RECLUTAMIENTO Y/O MANIOBRA DE BAJO FLUJO) EN PACIENTES ADULTOS Y/O PEDIATRICOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-118 Página: 317

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 355

Consulta/Observación:

A17: CON VENTILACIÓN ADAPTATIVA (APRV, CVRP, ASV, APV O VMA) EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS

Nuestro equipo cuenta con ventilación adaptativa VCRP, para una mayor participación de postores solicitamos aceptar:

A17 CON VENTILACIÓN ADAPTATIVA (APRV, CVRP, ASV, APV O VMA O VCRP) EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-118 Página: 317

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CON VENTILACIÓN ADAPTATIVA (APRV, CVRP, ASV, APV O VMA O VCRP) EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON VENTILACIÓN ADAPTATIVA (APRV, CVRP, ASV, APV O VMA O VCRP) EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 356

Consulta/Observación:

A23: DE TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.1 O MENOS A 10 SEG. O MAS

Nuestro equipo cuenta con tiempo inspiratorio de 0.1 a 5 seg, tomando en consideración que el tiempo inspiratorio es el tiempo que se toma el ingreso de aire de las fosas nasales hasta los pulmones, dicho tiempo oscila entre 1 a 2seg, por lo tanto, para una mayor participación de postores solicitamos aceptar:

A23 DE TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.1 O MENOS A 5 SEG. O MAS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-118 Página: 318

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

DE TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.1 O MENOS A 5 SEG. O MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DE TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.1 O MENOS A 5 SEG. O MAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 357

Consulta/Observación:

B01: UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO REUSABLE CON CABLE CALEFACTOR

Solicitamos aceptar:

B01 UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO o ADULTO/PEDIATRICO REUSABLE CON CABLE CALEFACTOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-118 Página: 318

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO o ADULTO/PEDIATRICO REUSABLE CON CABLE CALEFACTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO o ADULTO/PEDIATRICO REUSABLE CON CABLE CALEFACTOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 358

Consulta/Observación:

B02: UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO REUSABLE CON CABLE CALEFACTOR

Solicitamos aceptar:

B02 UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO o ADULTO/PEDIATRICO REUSABLE CON CABLE CALEFACTOR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-118 **Página:** 318

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO o ADULTO/PEDIATRICO REUSABLE CON CABLE CALEFACTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO O ADULTO/PEDIATRICO REUSABLE CON CABLE CALEFACTOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 359

Consulta/Observación:
A01 VÁLVULA EXHALATORIA ACTIVA (ELECTRONICA Y/O ELECTROMAGNETICA). VÁLVULA EXHALATORIA E INSPIRATORIA DESMONTABLE AUTOCLAVABLE.

De acuerdo al diseño de cada fabricante la válvula exhalatoria se encuentra interna o externa al equipo, en el caso de nuestro equipo la válvula se encuentra interna al equipo (válvula exhalatoria electromagnetica) componente electromagnetico que no se retira para ningún tipo de limpieza, a diferencia de otros equipos donde la válvula exhalatoria e inspiratoria se encuentra montaba en el equipo extraibles para su limpieza, por lo tanto para una mayor participacion de postores solicitamos aceptar:

A01 VÁLVULA EXHALATORIA ACTIVA (ELECTRONICA Y/O ELECTROMAGNETICA), O VÁLVULA EXHALATORIA E INSPIRATORIA DESMONTABLE AUTOCLAVABLE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-120 Página: 320

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 360

Consulta/Observación:

A06: SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL POR TURBINA.

Existen fabricante de ventiladores que dentro de su diseño utilizan sistema de suministro de aire de tipo compresor que al igual que la turbina suministra aire medicinal, por lo tanto, para una mayor participación solicitamos aceptar:

A06 SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL POR TURBINA O COMPRESOR (QUE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE INTEGRADO DENTRO DEL VENTILADOR O MONTADO SOBRE LA UNIDAD RODABLE DEL EQUIPO).

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-120 Página: 320

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 361

Consulta/Observación:

B29 CONSTANTE DE TIEMPO (Ti O Rcexp) Y COMPORTAMIENTO MECANICO DEL PULMON (C20/C)

Nuestro equipo cuenta con monitoreo de constante de tiempo (Const. t.), solicitamos aceptar tambien:

B29 CONSTANTE DE TIEMPO (Ti O Rcexp O Const. t.) Y/O COMPORTAMIENTO MECANICO DEL PULMON (C20/C o ELASTANCIA)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-120 **Página:** 321

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 362

Consulta/Observación:

B29: CONSTANTE DE TIEMPO (Ti O Rcexp) Y COMPORTAMIENTO MECANICO DEL PULMON (C20/C)

Nuestro equipo cuenta con monitoreo de constante de tiempo (Const. t.), solicitamos aceptar tambien:

B29 CONSTANTE DE TIEMPO (Ti O Rcexp O Const. t.) Y/O COMPORTAMIENTO MECANICO DEL PULMON (C20/C o ELASTANCIA)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-120 Página: 321

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 363

Consulta/Observación:

C01 UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO REUSABLE.

Solicitamos aceptar:

C01 UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO O ADULTO/PEDIATRICO REUSABLE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-120 **Página:** 321

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO O ADULTO/PEDIATRICO REUSABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO O ADULTO/PEDIATRICO REUSABLE.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 364

Consulta/Observación:

C02 SIETE (07) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO DESCARTABLE CON CABLE CALEFACTOR.

Solicitamos aceptar:

C02 SIETE (07) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO O ADULTO/PEDIATRICO DESCARTABLE

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-120 **Página:** 321

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

SIETE (07) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO O ADULTO/PEDIATRICO DESCARTABLE CON CABLE CALEFACTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SIETE (07) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO O ADULTO/PEDIATRICO DESCARTABLE CON CABLE CALEFACTOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 365

Consulta/Observación:

C03: UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO REUSABLE.

Solicitamos aceptar:

C03 UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO O ADULTO/PEDIATRICO REUSABLE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-120 Página: 321

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO O ADULTO/PEDIATRICO REUSABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO O ADULTO/PEDIATRICO REUSABLE.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 366

Consulta/Observación:

C04: SIETE (07) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO DESCARTABLE CON CABLE CALEFACTOR.

Solicitamos aceptar:

C04 SIETE (07) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO O ADULTO/PEDIATRICO DESCARTABLE CON CABLE CALEFACTOR.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-120 **Página:** 321

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

SIETE (07) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO O ADULTO/PEDIATRICO DESCARTABLE CON CABLE CALEFACTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SIETE (07) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO O ADULTO/PEDIATRICO DESCARTABLE CON CABLE CALEFACTOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 367

Consulta/Observación:

B06: SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL POR TURBINA (DE LA MISMA MARCA O INTEGRADO)
Existen fabricante de ventiladores que dentro de su diseño utilizan sistema de suministro de aire de tipo compresor que al igual que la turbina suministra aire medicinal, por lo tanto, para una mayor participación solicitamos aceptar:

B06 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL POR TURBINA (DE LA MISMA MARCA O INTEGRADO) O COMPRESOR (QUE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE INTEGRADO DENTRO DEL VENTILADOR O MONTADO SOBRE LA UNIDAD RODABLE DEL EQUIPO)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-121 Página: 323

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 368

Consulta/Observación:

D07: CINCO (05) SENSORES DE FLUJO REUSABLES

Nuestro equipo cuenta con sensor de flujo de tecnología ultrasónica, tecnología no desechable que evita el cambio cada cierto periodo a diferencia de otras tecnologías que se tienen que cambiar a los 6, 8 o a los 12 meses dependiendo de la frecuencia del uso y resistencia, por lo tanto, solicitamos aceptar:

D07 CINCO (05) SENSORES DE FLUJO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-121 Página: 324

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 369

Consulta/Observación:

B10: Se solicita aclarar requerimiento, la característica solicitada es válida para máquinas de bordado, no para máquinas de coser.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-52 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 370

Consulta/Observación:

B12: Se solicita una silla metálica acolchada, se considerará otro tipo de sillas apto para el uso de la máquina de coser?, por ejemplo: Silla para costurera giratoria, altura regulable, espaldar regulable, posapies, extra reforzado. (Asiento y el espaldar son de mapresa enchapada en fórmica).

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-52 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

Silla para costurera giratoria, altura regulable, espaldar regulable, posapies, extra reforzado. (Asiento y el espaldar son de mapresa enchapada en fórmica).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: Silla para costurera giratoria, altura regulable, espaldar regulable, posapies, extra reforzado. (Asiento y el espaldar son de mapresa enchapada en fórmica).

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 371

Consulta/Observación:

B15: Se solicita aclarar requerimiento, la característica solicitada es valido para maquinas de bordado no para máquinas de coser.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-52 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNITAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 372

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO INCONGRUENTE CON DENOMINACIÓN DE EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-57 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las características tecnicas son las siguiente:

E-57: PLANCHADORA A MANO A VAPOR
PLANCHADORA DE ROPA PARA LAVANDERIA DE USO RÁPIDO
180°C VAPOR DE ALTA TEMPERATURA,
PLANCHADO Y ESTERILIZACIÓN,
VAPOR A PRESIÓN PARA MEJORAR EL EFECTO DE PLANCHADO
EL PANEL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO,
CON LA CAJA DE ALMACENAMIENTO,
CAPACIDAD DEL ESTANQUE, 0,11 LT
CON ANTIADHERENTE
MATERIAL DE LA BASE, ALUMINIO
PESO, 0,9 KG
SISTEMA DE AUTO LIMPIEZA
DIMENSIONES APROXIMADAS
ALTO 16 CM
LARGO 11 CM
ANCHO 13.5 CM
220 VAC, 60 HZ, POTENCIA, 1000 W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:

E-57: PLANCHADORA A MANO A VAPOR .

PLANCHADORA DE ROPA PARA LAVANDERIA DE USO RÁPIDO
180°C VAPOR DE ALTA TEMPERATURA,
PLANCHADO Y ESTERILIZACIÓN,
VAPOR A PRESIÓN PARA MEJORAR EL EFECTO DE PLANCHADO
EL PANEL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO,
CON LA CAJA DE ALMACENAMIENTO,
CAPACIDAD DEL ESTANQUE, 0,11 LT
CON ANTIADHERENTE
MATERIAL DE LA BASE, ALUMINIO
PESO, 0,9 KG
SISTEMA DE AUTO LIMPIEZA
DIMENSIONES APROXIMADAS
ALTO 16 CM
LARGO 11 CM
ANCHO 13.5 CM
220 VAC, 60 HZ, POTENCIA, 1000 W

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 373

Consulta/Observación:

A08: Se solicita admitir otros rangos de velocidad mayores a lo solicitado por mejora tecnológica

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-53 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 374

Consulta/Observación:

A09: Se solicita admitir otro tipo de material resistente a la corrosión si se refiere a la estructura interna del plato, ya que al ser un equipo que no esta en contacto directo con la ropa húmeda, no necesariamente se considera el material de construcción de acero inoxidable en diversas marcas. Considerando que el requerimiento para el plato inferior y superior es acolchado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-54 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 375

Consulta/Observación:

A10: Se solicita admitir otro tipo de material resistente a la corrosión si se refiere a la estructura interna del plato, ya que al ser un equipo que no esta en contacto directo con la ropa húmeda, no necesariamente se considera el material de construcción de acero inoxidable en diversas marcas. Requerimiento se contradice con requerimiento A06 plato superior totalmente acolchado.

Los platos superiores no pueden ser acolchados y pulidos al mismo tiempo, se solicita definir o aclarar requerimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-54 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 376

Consulta/Observación:

B01: Se solicita aclarar el requerimiento, la prensa solicitada requiere de un calderín incorporado para generar el vapor, no requiere de un depósito adicional para alimentar el calderín.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-54 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 377

Consulta/Observación:

B02: Se solicita aclarar el requerimiento. El equipo cuenta con una salida de extracción para el condensado generado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-54 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 378

Consulta/Observación:

C01: Por los componentes solicitados para el funcionamiento del equipo, se solicita que se pueda admitir una potencia mayor a lo solicitado en el requerimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-54 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 379

Consulta/Observación:

C01: Se acepta como mejora otro tipo de arranque en lugar de arrancador electromagnético?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-56 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 380

Consulta/Observación:

A01: Actualmente, los microondas comerciales (Samsung, LG, etc) no tienen el calentamiento por convección. Los hay en otra marca, pero son hornos para empotrar y el costo es mucho más elevado.

¿Es necesario que sea calentamiento por convección o se puede sustentar con el calentamiento de microondas que encontremos cumpla con todos los demás puntos?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-86 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 381

Consulta/Observación:

B06: Para que la licuadora pueda tener 2 velocidades, es necesario que el equipo sea trifásico. Si desean que se mantenga de 220V/60Hz-l, solo tendrá 1 velocidad. ¿Consideramos de 1 o 2 velocidades?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-89 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 382

Consulta/Observación:
B06: El equipo solo cuenta con 01 estante debido a su capacidad. No es posible que use 03 estantes. Se podría adicionar 02 estantes, pero serían usados como reemplazo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-159 **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 383

Consulta/Observación:

B02: CANTIDAD MAXIMA DE CONCENTRADO PRODUCIDO : 750 L, O MAYOR.

La tecnología de suministro de ácido que comercializamos actualmente en el Perú : Cuenta con un sistema de distribucion CDS 03 , Un sistema de mezcla de ácido (mezclador para un lote de 100L de ácido Granumix 107S ó 500L de ácido Granumix 507S), 2 tanques de almacenamiento de ácido de 750 litros cada uno.

por lo que se solicita ampliación del requerimiento y debe decir :

CANTIDAD MAXIMA DE CONCENTRADO PRODUCIDO : 100L y/o 500 y/o 750L o MAYOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-128A Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 384

Consulta/Observación:

B05: CONECTADO AL SISTEMA DE AGUA BLANDA U OSMOTICA DEL HOSPITAL.
La tecnología de suministro de ácido que comercializamos actualmente en el Perú : Cuenta con un sistema de distribución CDS 03 , Un sistema de mezcla de ácido (mezclador para un lote de 100L de ácido Granumix 107S ó 500L de ácido Granumix 507S), 2 tanques de almacenamiento de ácido de 750 litros cada uno.

Según La norma AAMI 23500 el concentrado ácido de ser preparado con agua de diálisis.

por lo que se solicita ampliación del requerimiento y debe decir ::
CONECTADO AL SISTEMA DE AGUA OSMOTICA Y/O AGUA DE DIALISIS DEL HOSPITAL

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-128A Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 385

Consulta/Observación:

C02: TANQUES DE RESERVA Y SUMINISTRO DE CONCENTRADO ACIDO. CAPACIDAD DE 800L COMO MÍNIMO. La tecnología de suministro de ácido que comercializamos actualmente en el Perú : Cuenta con un sistema de distribucion CDS 03 , Un sistema de mezcla de ácido (mezclador para un lote de 100L de ácido Granumix 107S ó 500L de ácido Granumix 507S), 2 tanques de almacenamiento de ácido de 750 litros cada uno. por lo que se solicita ampliación del requerimiento y debe decir :

TANQUES DE RESERVA Y SUMINISTRO DE CONCENTRADO ACIDO. CAPACIDAD DE 750 Y/O 800L COMO MÍNIMO.

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-128A Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 386

Consulta/Observación:

E01: 380 VAC-60 HERTZ. POTENCIA DE CONSUMO APROXIMADO 5KW.
La tecnología de suministro de ácido que comercializamos actualmente en el Perú : Cuenta con un sistema de distribución CDS 03 , Un sistema de mezcla de ácido (mezclador para un lote de 100L de ácido Granumix 107S ó 500L de ácido Granumix 507S), 2 tanques de almacenamiento de ácido de 750 litros cada uno.

Nuestra tecnología cuenta con dos modelos de equipo de mezcla para preparación de ácido por lo tanto cuenta las siguientes características eléctricas : 230 VAC - 60 hertz con potencias de 6.4KVA Y 8.3KVA respectivamente
Se solicita ampliación del requerimiento y debe decir :
380 VAC-60 HERTZ . POTENCIA DE CONSUMOS APROX. 5KW Y/O 230 VAC -60HERTZ POTENCIA APROX. 6.4KVA O 8.3KVA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-128A Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 387

Consulta/Observación:

D05: UNA(01) CANULA DE SUCCION REUSABLE Y ESTERILIZABLE NEONATAL DE ACERO INOXIDABLE
Solcitamos considerar el uso de cánulas de succión neonatales desechables, las cuales representan actualmente la práctica estándar recomendada en unidades de neonatología y emergencias pediátricas. Esto se debe a los siguientes beneficios clave:

- Mayor nivel de asepsia, al eliminar el riesgo de contaminación cruzada.
- Cumplimiento con protocolos actuales de bioseguridad hospitalaria.
- No requiere procesos de esterilización, reduciendo carga operativa y costos ocultos.
- Disponibilidad inmediata y fácil reposición.

Entendemos la preferencia por productos reutilizables en algunos casos, pero en el contexto neonatal, donde la seguridad y vulnerabilidad del paciente es crítica, el uso de dispositivos de un solo uso se alinea mejor con las buenas prácticas clínicas y las recomendaciones internacionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-87 Página: 964

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 388

Consulta/Observación:

C01: UN (01) FRASCO DE RELECOLECCION DE SECRECIONES DE VIDRIO O POLIMERO TRANSPARENTE DE UN (01) LITRO O MAS DE CAPACIDAD, CON TAPA DE CIERRE HERMETICO Y SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIREBALSE.

En base a nuestra experiencia técnica y las recomendaciones internacionales de seguridad clínica, sugerimos considerar el uso de un vaso de policarbonato, en lugar de uno genérico de polímero o de vidrio.

Esto por los siguientes motivos:

- Alta resistencia a impactos: el policarbonato es mucho más resistente que el vidrio o plásticos convencionales, evitando roturas accidentales en entornos críticos.
- Transparencia óptima: permite una clara visualización del contenido para un monitoreo más efectivo.
- Material liviano y duradero: facilita la manipulación del equipo sin comprometer la seguridad.
- Uso extendido en dispositivos médicos: por su resistencia química y térmica, es ampliamente aprobado para este tipo de aplicaciones

Por lo expuesto, el uso de vasos de policarbonato garantiza un mejor desempeño operativo y mayor seguridad para el

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-89 Página: 965

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 389

Consulta/Observación:

B08: CON 13 O MAS SURCOS CALENTADORES, PARA HASTA DOS FLUIDOS AL MISMO TIEMPO

Nuestro calentador Astoflo Plus Eco no utiliza surcos individuales, sino un avanzado sistema de tecnología seca de calentamiento por superficie de contacto, que permite:

- Calentar simultáneamente hasta dos líneas de fluidos o sangre, con máxima estabilidad térmica. Distribución uniforme del calor, sin necesidad de múltiples canales o surcos.
 - Fácil integración con sistemas de infusión estándar o líneas de transfusión.
 - Temperatura constante hasta el paciente, reduciendo el riesgo de hipotermia intraoperatoria o en UCI.
- Además siguiendo lineamientos internacionales como guías de manejo térmico intraoperatorio y en unidades críticas recomiendan calentar cada fluido por separado, utilizando dispositivos dedicados o sistemas en paralelo, para evitar interferencias térmicas o contaminaciones cruzadas. Por lo que solicitar calentar 2 fluidos al mismo tiempo, contraviene con el estándar internacional y con la seguridad del paciente

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-91 Página: 605

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 390

Consulta/Observación:

A01: SISTEMA DE CALENTAMIENTO A TRAVES DE AIRE FORZADO, PARA EVITAR O MANEJAR HIPOTERMINA EN PACIENTES PRE O POST QUIRURGICOS DE CUIDADOS INTENSIVOS Y AISLADOS

Solicitamos considerar la opcion de calentamiento por conducción, el cual cuenta con una mayor eficiencia en la transferneicia del calor el cual es transferido directamento al cuerpo del paciente mientras mantenga contacto con la manta.

Otro punto importante de señalar es que los sistemas de aire forzado presentan un Alto riesgo: recirculación de aire potencialmente contaminado., por lo cual no son compatibles con áreas con control infeccioso estricto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-90 Página: 606

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 391

Consulta/Observación:

A10: PANTALLA TACTIL DE 15" O MAYOR

Capacidad Avanzada de Monitorización

Nuestro Ventilador UVENT cuenta con una pantalla táctil de 12¿ de alta resolución y diseño ergonómico,diseñada para ofrecer una interfaz clara y eficiente para la monitorización en tiempo real .

Supera el requerimiento mínimo, ya que permite la visualización simultánea de cinco (05) ondas gráficas y lazos, ofreciendo un monitoreo aún más completo de la ventilación del paciente.

Diseño Compacto sin Sacrificar Funcionalidad

La pantalla de 12¿ está optimizada para mostrar datos de forma clara y accesible, asegurando una interacción rápida y eficiente.

Su tamaño compacto facilita su uso en distintos entornos sin comprometer la visibilidad ni la ergonomía del equipo.

Alternativas de Expansión de Pantalla

En caso de requerir una visualización ampliada, el UVENT ofrece la opción de conexión a monitores externos, ya sea de la misma marca con una pantalla de 22" de grado médico o de cualquier otro monitor, permitiendo adaptar la interfaz a una pantalla más grande según las necesidades del usuario.

Cumplimiento de Estándares Clínicos

A pesar de contar con una pantalla de 12", el UVENT cumple con los estándares internacionales de monitorización en ventilación mecánica, proporcionando una interfaz intuitiva con acceso a parámetros críticos en tiempo real.

En resumen, el Ventilador UVENT no solo cumple con la funcionalidad solicitada, sino que la supera al ofrecer cinco ondas gráficas en simultáneo. Además, brinda la posibilidad de conectarse a pantallas externas si se requiere una visualización ampliada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-120 Página: 671

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 392

Consulta/Observación:

A04: VISUALIZACION DE AL MENOS 4 ONDAS GRAFICAS Y LAZOS EN PANTALLA TACTIL DE 15 PULGADAS O MAS INTEGRADO EN EL PANEL DE CONTROL

Capacidad Avanzada de Monitorización

Nuestro Ventilador UVENT cuenta con una pantalla táctil de 12, de alta resolución y diseño ergonómico, diseñada para ofrecer una interfaz clara y eficiente para la monitorización en tiempo real .

Supera el requerimiento mínimo, ya que permite la visualización simultánea de cinco (05) ondas gráficas y lazos, ofreciendo un monitoreo aún más completo de la ventilación del paciente.

Diseño Compacto sin Sacrificar Funcionalidad

La pantalla de 12, está optimizada para mostrar datos de forma clara y accesible, asegurando una interacción rápida y eficiente.

Su tamaño compacto facilita su uso en distintos entornos sin comprometer la visibilidad ni la ergonomía del equipo.

Alternativas de Expansión de Pantalla

En caso de requerir una visualización ampliada, el UVENT ofrece la opción de conexión a monitores externos, ya sea de la misma marca con una pantalla de 22" de grado médico o de cualquier otro monitor, permitiendo adaptar la interfaz a una pantalla más grande según las necesidades del usuario.

Cumplimiento de Estándares Clínicos

A pesar de contar con una pantalla de 12", el UVENT cumple con los estándares internacionales de monitorización en ventilación mecánica, proporcionando una interfaz intuitiva con acceso a parámetros críticos en tiempo real.

En resumen, el Ventilador UVENT no solo cumple con la funcionalidad solicitada, sino que la supera al ofrecer cinco ondas gráficas en simultáneo. Además, brinda la posibilidad de conectarse a pantallas externas si se requiere una visualización ampliada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-118 Página: 674

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 393

Consulta/Observación:

A10: ARTICULACION PARA FLEXION DE RODILLA (GATCH) CON ACCIONAMIENTO NEUMATICO, HIDRAULICO, ELECTRICO O MECANICO MANIVELA

Solicitamos considerar este item como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: M-73 Página: 944

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 394

Consulta/Observación:

B02: Solicitan tiempo de medición <4 segundos. Consultamos si aceptarían Tiempo de medición menor o igual a 6 segundos

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-351 **Página:** 292

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 395

Consulta/Observación:
B04: Solicitan tiempo de medición <4 segundos. Consultamos si aceptarían Tiempo de medición menor o igual a 6 segundos

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-448 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 396

Consulta/Observación:

A05: Consultamos si aceptarían "Parámetros medidos: pH, PCO2, PO2, Na, K, Ca, Cl y opcionalmente Crea

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-246 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 397

Consulta/Observación:
A11, A18: Consultamos si aceptarían tiempo de resultados en 4 minutos

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-246 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 398

Consulta/Observación:

A20: Solicitan Rango de medición del sodio de 85 a 180 mmol/L. consultamos si aceptarían de 90 a 180 mmol/L

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-246 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
90 a 180 mmol/L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 90 a 180 mmol/L

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 399

Consulta/Observación:

A21: Solicitan Rango de medición del PCO2 de 5 a 250 mmHg. consultamos si aceptarían de 10 a 150 mmHg

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-246 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
10 a 150 mmHg

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 10 a 150 mmHg

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 400

Consulta/Observación:

A22: Solicitan Rango de medición del PO2 de 5 a 750 mmHg. consultamos si aceptarían de 10 a 425 mmHg

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-246 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
10 a 425 mmHg

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 10 a 425 mmHg

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 401

Consulta/Observación:
A01: Solicitan que el equipo sea portátil de sobremesa. Consultamos si aceptaría un equipo de sobremesa que no sea portátil

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-270 **Página:** 131

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
un equipo de sobremesa que no sea portátil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: un equipo de sobremesa que no sea portátil

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 402

Consulta/Observación:

A05: Solicitan que la metodología sea turbodensitométrico optomecánico. Consultamos si aceptarían coagulométrico, inmunoturbidimétrico y cromogénico como metodologías.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-270 **Página:** 131

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 403

Consulta/Observación:

A05: Solicitan tiempo de medición <4 segundos. Consultamos si aceptarían Tiempo de medición menor o igual a 6 segundos

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-259 **Página:** 331

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 404

Consulta/Observación:
A08: Solicitan memoria para 720 resultados. Consultamos si aceptarían memoria para 400 resultados

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-259 **Página:** 331

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 405

Consulta/Observación:
A01:Solicitan que la metodologia sea por colorimetria. Consultamos si aceptarían metodologia electroquímica.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-271 **Página:** 333

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 406

Consulta/Observación:
Solicitan rango de medición de 1 a 20 g/dL o más. Consultamos si aceptarían rango de 6,5 a 20 g/dL o más, en vista de que ningún paciente tiene hemoglobina por debajo de 1g/dL

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-271 **Página:** 333

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
rango de 6,5 a 20 g/dL o más

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rango de 6,5 a 20 g/dL o más

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 407

Consulta/Observación:
B06: Solicitan memoria para 500 datos. Consultamos si aceptarían memoria para 400 pacientes

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-271 **Página:** 333

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 408

Consulta/Observación:

B12: Se solicita una silla metálica acolchada, se considerará otro tipo de sillas apto para el uso de la máquina de coser?, por ejemplo: Silla para costurera giratoria, altura regulable, espaldar regulable, posapies, extra reforzado. (Asiento y el espaldar son de mapresa enchapada en fórmica).

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-52 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

Silla para costurera giratoria, altura regulable, espaldar regulable, posapies, extra reforzado. (Asiento y el espaldar son de mapresa enchapada en fórmica).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: Silla para costurera giratoria, altura regulable, espaldar regulable, posapies, extra reforzado. (Asiento y el espaldar son de mapresa enchapada en fórmica).

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 409

Consulta/Observación:

B12: Se solicita una silla metálica acolchada, se considerará otro tipo de sillas apto para el uso de la máquina de coser?, por ejemplo: Silla para costurera giratoria, altura regulable, espaldar regulable, posapies, extra reforzado. (Asiento y el espaldar son de mapresa enchapada en fórmica).

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-52 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

Silla para costurera giratoria, altura regulable, espaldar regulable, posapies, extra reforzado. (Asiento y el espaldar son de mapresa enchapada en fórmica).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: Silla para costurera giratoria, altura regulable, espaldar regulable, posapies, extra reforzado. (Asiento y el espaldar son de mapresa enchapada en fórmica).

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 410

Consulta/Observación:

B15: Se solicita aclarar requerimiento, la característica solicitada es valido para maquinas de bordado no para máquinas de coser.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-52 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 411

Consulta/Observación:
REQUERIMIENTO INCONGRUENTE CON DENOMINACIÓN DE EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-57 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que las características técnicas son las siguiente:
E-57: PLANCHADORA A MANO A VAPOR .

PLANCHADORA DE ROPA PARA LAVANDERIA DE USO RÁPIDO
180°C VAPOR DE ALTA TEMPERATURA,
PLANCHADO Y ESTERILIZACIÓN,
VAPOR A PRESIÓN PARA MEJORAR EL EFECTO DE PLANCHADO
EL PANEL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO,
CON LA CAJA DE ALMACENAMIENTO,
CAPACIDAD DEL ESTANQUE, 0,11 LT
CON ANTIADHERENTE
MATERIAL DE LA BASE, ALUMINIO
PESO, 0,9 KG
SISTEMA DE AUTO LIMPIEZA
DIMENSIONES APROXIMADAS
ALTO 16 CM
LARGO 11 CM
ANCHO 13.5 CM
220 VAC, 60 HZ, POTENCIA, 1000 W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:

E-57: PLANCHADORA A MANO A VAPOR .

PLANCHADORA DE ROPA PARA LAVANDERIA DE USO RÁPIDO
180°C VAPOR DE ALTA TEMPERATURA,
PLANCHADO Y ESTERILIZACIÓN,
VAPOR A PRESIÓN PARA MEJORAR EL EFECTO DE PLANCHADO
EL PANEL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO,
CON LA CAJA DE ALMACENAMIENTO,
CAPACIDAD DEL ESTANQUE, 0,11 LT
CON ANTIADHERENTE
MATERIAL DE LA BASE, ALUMINIO
PESO, 0,9 KG
SISTEMA DE AUTO LIMPIEZA
DIMENSIONES APROXIMADAS
ALTO 16 CM
LARGO 11 CM
ANCHO 13.5 CM
220 VAC, 60 HZ, POTENCIA, 1000 W

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 412

Consulta/Observación:

A08: Se solicita admitir otros rangos de velocidad mayores a lo solicitado por mejora tecnológica

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-53 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 413

Consulta/Observación:

A09: Se solicita admitir otro tipo de material resistente a la corrosión si se refiere a la estructura interna del plato, ya que al ser un equipo que no esta en contacto directo con la ropa húmeda, no necesariamente se considera el material de construcción de acero inoxidable en diversas marcas. Considerando que el requerimiento para el plato inferior y superior es acolchado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-54 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 414

Consulta/Observación:

A10: Se solicita admitir otro tipo de material resistente a la corrosión si se refiere a la estructura interna del plato, ya que al ser un equipo que no esta en contacto directo con la ropa húmeda, no necesariamente se considera el material de construcción de acero inoxidable en diversas marcas. Requerimiento se contradice con requerimiento A06 plato superior totalmente acolchado.

Los platos superiores no pueden ser acolchados y pulidos al mismo tiempo, se solicita definir o aclarar requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-54 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 415

Consulta/Observación:

B01: Se solicita aclarar el requerimiento, la prensa solicitada requiere de un calderín incorporado para generar el vapor, no requiere de un depósito adicional para alimentar el calderín.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-54 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 416

Consulta/Observación:

B02: Se solicita aclarar el requerimiento. El equipo cuenta con una salida de extracción para el condensado generado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-54 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 417

Consulta/Observación:

C01: Por los componentes solicitados para el funcionamiento del equipo, se solicita que se pueda admitir una potencia mayor a lo solicitado en el requerimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-54 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 418

Consulta/Observación:

C01: Se acepta como mejora otro tipo de arranque en lugar de arrancador electromagnético?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-56 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 419

Consulta/Observación:

A01: Actualmente, los microondas comerciales (Samsung, LG, etc) no tienen el calentamiento por convección. Los hay en otra marca, pero son hornos para empotrar y el costo es mucho más elevado.

¿Es necesario que sea calentamiento por convección o se puede sustentar con el

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-86 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 420

Consulta/Observación:
B06: Para que la licuadora pueda tener 2 velocidades, es necesario que el equipo sea trifásico. Si desean que se mantenga de 220V/60Hz-l, solo tendrá 1 velocidad. ¿Consideramos de 1 o 2 velocidades?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: E-89 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 421

Consulta/Observación:
B06: El equipo solo cuenta con 01 estante debido a su capacidad. No es posible que use 03 estantes. Se podría adicionar 02 estantes, pero serían usados como reemplazo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** E-159 **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código : 20605395512

Nombre o Razón social : ROLOPOM PERU S.A.C.

Fecha de envío : 05/05/2025

Hora de envío : 19:53:16

Consulta: Nro. 422

Consulta/Observación:

C08: SOLICITAN CONTENEDOR CON TAPA DE ACERO, CALIDAD 304 2B, SOLICITAMOS ACEPTAR CONTENEDOR DE ALUMINIO. YA QUE EL ALUMINIO CONDUCE MEJOR EL CALOR Y CON ELLO UNA EFICIENTE

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO. YA QUE EL ALUMINIO CONDUCE MEJOR EL CALOR Y CON ELLO UNA EFICIENTE
ESTERILIZACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:CONTENEDOR DE ALUMINIO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 423

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-1 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 424

Consulta/Observación:

C09:SOLICITAN JUEGO DE DILATADORES HEGAR EN BOLA DE TELA ESTERILIZABLE. LA BOLSA DE TELA ES UNA PRESENTACION ANTIGUA DESCONTINUADA Y LOS DILATADORES SE ESTERILIZAN EN EL CONTENEDOR. CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR SOLICITAMOS ACEPTAR JUEGO DE DILATARES CON O SIN BOLSA DE TELA. DE ESTA MANERA SE PROMUEVE LA EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE LOS POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-15 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 425

Consulta/Observación:

C10: SOLICITAN CONTENEDOR CON TAPA DE ACERO, CALIDAD 304 2B, SOLICITAMOS ACEPTAR CONTENEDOR DE ALUMINIO. YA QUE EL ALUMINIO CONDUCE MEJOR EL CALOR Y CON ELLO UNA EFICIENTE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-15 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA: CONTENEDOR DE ALUMINIO. YA QUE EL ALUMINIO CONDUCE MEJOR EL CALOR Y CON ELLO UNA EFICIENTE ESTERILIZACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA: CONTENEDOR DE ALUMINIO.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 426

Consulta/Observación:

C07: SOLICITAN EXTRACTOR DE CORONA MORELL. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE TAMBIEN EXISTE TREYMANN QUE ES MENOS TRAUMATICO. CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR SOLICITAMOS ACEPTAR EXTRACTOR DE CORONAS MODELO MORELL O TREYMANN

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-25 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 IGUALDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 427

Consulta/Observación:

C08: CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGIA SE CUENTA CON ESPEJOS SIN AUMENTO QUE TIENEN UN RECUBRIMIENTO DE RODIO, ESTO LO HACE RESISTENTE A LAS RAYADURAS A LA CORROSION, MAYOR NITIDEZ Y MENOS REFLEJOS. LOS ESPEJOS DE AUMENTO HAN DEJADO DE USARSE PORQUE TIENDE A DISTORSIONAR LAS IMAGENES Y ES SUCEPTIBLE A RAYADURAS. SOLICITAMOS ACEPTAR ESPEJO SIN AUMENTO CON RODIO A CAMBIO DE ESPEJO BUCAL CON AUMENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-25 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 428

Consulta/Observación:

C10: ESTE INSTRUMENTO TAMBIEN ES CONOCIDO COMO INSTRUMENTO PARA EMPASTES PLASTICOS. NO NECESARIAMENTE LLEVA EL NOMBRE DE WOODSON. SOLICITAMOS ACEPTAR EN ESTE SUB ITEM, INSTRUMENTOS PARA EMPASTE PLASTICO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-25 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 IGUALDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 429

Consulta/Observación:

C11: OLICITAN LIMPIADOR DE TÁRTARO TIPO MORSE JGO DE 10 PUNTAS Y 2 MANGOS. ESTRA PRESENTACION HA SIDO DESCONTINUADO Y LA TENDENCIA ES USAR CURETAS BIACTIVAS. POR LO QUE OFRECEMOS A CAMBIO 05 CURETAS BIACTIVAS SUPRA O SUBGINGIVAL SURTIDAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-25 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 430

Consulta/Observación:

C12:SOLICITAN LIMPIADOR DE TÁRTARO , CENTRAL, DERECHO / IZQUIERDO (JG0 DE TRES PIEZAS). CON LA FINALIDAD QUE NO EXISTA DUDA ALGUNA, DEBEMOS MENCIONAR CUANDO PIDEN CENTRAL SON PARA DIENTES ANTERIORES, Y CUANDO SOLICITAN DERECHO/ IZQUIERDO SON PARA LAS MUELAS O PREMOLARES YA QUE SE PUEDE USAR TANTO EN LA PARTE DERECHA COMO IZQUIERDA POR SER CURETAS BIActivas. SOLICITAMOS ACEPTAR CURETAS PARA ANTERIORES, MOLARES Y PREMOLARES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-25 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 431

Consulta/Observación:

C14: SOLICITAN PORTA AMALGAMA. DEBEMOS DECIR QUE AMALGAMA YA NO SE USA HACE MUCHO TIEMPO POR LO QUE SOLICITAMOS RETIRAR ESTE PORTA AMALGAMA Ó CONFIRMAR QUE PODEMOS OFERTAR JERINGA CARPULE. QUE ES MUY NECESARIA EN ODONTOLOGIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-25 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
JERINGA CARPULE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:JERINGA CARPULE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 432

Consulta/Observación:
C17: SET DE TALLADORES PARA AMALGAMA (JGO DE 2 PIEZAS). AMALGAMA YA NO SE USA HACE MUCHO TIEMPO Y POR ELLO SOLICITAMOS ACEPTAR INSTRUMENTOS PARA EMPASTES PLASTICOS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-25 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 433

Consulta/Observación:
C16: SET PROTECTOR DE LABIO Y MEJILLA (JGO 3 PIEZAS) SOLICITAMOS CONSIDERAR QUE TAMBIEN ES LLAMADO RETRACTOR DE LABIO Y MEJILLA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-25 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 IGUALDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
RETRACTOR DE LABIO Y MEJILLA. (JGO 3 PIEZAS)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:RETRACTOR DE LABIO Y MEJILLA. (JGO 3 PIEZAS)

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 434

Consulta/Observación:

C18: CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO,...ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMÁS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-25 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 435

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-25 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-25 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 436

Consulta/Observación:
B02: SOLICITAN CARBURO DE TUNGSTENO, SE ENTIENDE QUE ES SOLO SI LO DETALLA EN EL INSTRUMENTAL NUMERAL C

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-3 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE CONFIRMA LO CONSULTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 437

Consulta/Observación:

C21: CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO,...ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMÁS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-3 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 438

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-3 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-3 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 439

Consulta/Observación:

B01: SOLICITAN NORMA DIN 58298, LA NORMA PARA ACERO INOXIDABLE ES LA ISO 7153-1 Y ESPECIFICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. LUEGO PARA ASEGURAR LOS PROCESOS DE CALIDAD EN LA PRODUCCION SE OBTIENE LA ISO 13485, PERO SI DESEAS AUN VENDER PRODUCTOS EN PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA DEBES OBTENER LA CERTIFICACIÓN MAS EXIGENTE DE EUROPA Y ES EL MDR ; EN ESTADOS UNIDOS ES EL FDA : REGLAMENTO PARA DISPOSITIVOS MEDICOS. SOLICITAMOS ACEPTAR LA NORMA ISO 7153-1 CON ISO 13485 ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO MDR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: |-4 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 440

Consulta/Observación:
C06: DICE MANGO 43 LARGO , DEBE DECIR MANGO N 3 LARGO. AGRADECEMOS CONFIRMAR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-4 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
MANGO N 3 LARGO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: MANGO N 3 LARGO.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 441

Consulta/Observación:

C27: DICE PINZA KEKKY CURVA , DEBE DECIR PINZA KELLY CURVA. AGRADECEMOS CONFIRMAR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-4 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
PINZA KELLY CURVA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PINZA KELLY CURVA.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 442

Consulta/Observación:

C37: SOLICITAN RIÑONERA DE ACERO 400CC, SOLICITAMOS ACEPTAR TAMBIEN DE 500ML, TENIENDO PRESENTE QUE LA RIÑONERA NO ES UN INSTRUMENTO DE MEDICION Y NUESTRA MEDIDA ES UNIVERSAL Y SIRVE PARA DIFERENTES TIPOS DE PACIENTES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: |-4 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 IGUALDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
RIÑONERA DE ACERO 500ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: RIÑONERA DE ACERO 500ML

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 443

Consulta/Observación:

C73: CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO,...ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMÁS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: |-4 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 444

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-4 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-4 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 445

Consulta/Observación:

C15: CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO,...ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMÁS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-5 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 446

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-5 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-5 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 447

Consulta/Observación:

C18: CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO,...ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMÁS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-8 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 448

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-8 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-8 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 449

Consulta/Observación:

C18: CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO,...ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMÁS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-18 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 450

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-18 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-28 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 451

Consulta/Observación:

C21: CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO,...ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMÁS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-19 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 452

Consulta/Observación:

C21: CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO,...ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMÁS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-19 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARÁ:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 453

Consulta/Observación:

C16: CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO,...ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMÁS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-20 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 454

Consulta/Observación:

N ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-20 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-20 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 455

Consulta/Observación:

C09: CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO,..ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMÁS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-21 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARÁ:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 456

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-21 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-21 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 457

Consulta/Observación:

C17: CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO,...ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMÁS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-9 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 458

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-9 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-9 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 459

Consulta/Observación:

C07: JUEGO X 10 PUNTAS Y 01 MANGO, ESTE TIPO DE PRESENTACION HA SIDO DESCONTINUADA, PROPONEMOS 05 CURETAS BIActivas. AGRADECEMOS CONFIRMAR QUE ACEPTARAN A CAMBIO DE TIPO MORSE 05 CUERTAS BIActivas GRACEY O SIMILAR

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-26 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 460

Consulta/Observación:
C10: SOLICITAN CONDENSADOR DE AMALGAMA. AMALGAMA YA NO SE USA, POR LO QUE SOLICITAMOS ACEPTAR INSTRUMENTAL PARA EMPASTES PLASTICOS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-26 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 461

Consulta/Observación:

C11: SOLICITAN SET DE TALLADORES PARA AMALGAMA , YA NO SE USA AMALGAMA, POR LO QUE SOLICITAMOS ACEPTAR INSTRUMENTAL PARA EMPASTES PLASTICOS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-26 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 462

Consulta/Observación:

C15: SOLICITAN CONTENEDOR . ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMAS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLOGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-26 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 463

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-9 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-9 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 464

Consulta/Observación:

C06: SOLICITAN ESPEJO CONCAVO 22MM , ESTE ESPEJO ES EL DE AUMENTO. CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGIA SE CUENTA CON ESPEJOS SIN AUMENTO QUE TIENEN UN RECUBRIMIENTO DE RODIO, ESTO LO HACE RESISTENTE A LAS RAYADURAS A LA CORROSION, MAYOR NITIDEZ Y MENOS REFLEJOS. LOS ESPEJOS DE AUMENTO O CONCAVO HAN DEJADO DE USARSE PORQUE TIENDE A DISTORSIONAR LAS IMAGENES Y ES SUCEPTIBLE A RAYADURAS. SOLICITAMOS ACEPTAR ESPEJO SIN AUMENTO CON RODIO A CAMBIO DE ESPEJO BUCAL CONCAVO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-27 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 465

Consulta/Observación:

C07: SOLICITAN ESPEJO CONCAVO 24MM , ESTE ESPEJO ES EL DE AUMENTO. CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGIA SE CUENTA CON ESPEJOS SIN AUMENTO QUE TIENEN UN RECUBRIMIENTO DE RODIO, ESTO LO HACE RESISTENTE A LAS RAYADURAS A LA CORROSION, MAYOR NITIDEZ Y MENOS REFLEJOS. LOS ESPEJOS DE AUMENTO O CONCAVO HAN DEJADO DE USARSE PORQUE TIENDE A DISTORSIONAR LAS IMAGENES Y ES SUCEPTIBLE A RAYADURAS. SOLICITAMOS ACEPTAR ESPEJO SIN AUMENTO CON RODIO A CAMBIO DE ESPEJO BUCAL CONCAVO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-27 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 466

Consulta/Observación:

C08: SOLICITAN ESPEJO CON AUMENTO 22MM , CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGIA SE CUENTA CON ESPEJOS SIN AUMENTO QUE TIENEN UN RECUBRIMIENTO DE RODIO, ESTO LO HACE RESISTENTE A LAS RAYADURAS A LA CORROSION, MAYOR NITIDEZ Y MENOS REFLEJOS. LOS ESPEJOS DE AUMENTO O CONCAVO HAN DEJADO DE USARSE PORQUE TIENDE A DISTORSIONAR LAS IMAGENES Y ES SUCEPTIBLE A RAYADURAS. SOLICITAMOS ACEPTAR ESPEJO SIN AUMENTO CON RODIO DE 22MM A CAMBIO DE ESPEJO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-27 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 467

Consulta/Observación:

C09:SOLICITAN ESPEJO CON AUMENTO 24MM , CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGIA SE CUENTA CON ESPEJOS SIN AUMENTO QUE TIENEN UN RECUBRIMIENTO DE RODIO, ESTO LO HACE RESISTENTE A LAS RAYADURAS A LA CORROSION, MAYOR NITIDEZ Y MENOS REFLEJOS. LOS ESPEJOS DE AUMENTO O CONCAVO HAN DEJADO DE USARSE PORQUE TIENDE A DISTORSIONAR LAS IMAGENES Y ES SUCEPTIBLE A RAYADURAS. SOLICITAMOS ACEPTAR ESPEJO SIN AUMENTO CON RODIO DE 22MM A CAMBIO DE ESPEJO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-27 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 468

Consulta/Observación:

C12: SOLICITAN CONTENEDOR . ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMAS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLOGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-27 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 469

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-27 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-27 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLOGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION O DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION O DATAMATRIX

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 470

Consulta/Observación:

C13:OLICITAN CONTENEDOR DE ACERO. ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMAS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLOGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-22 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLOGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 471

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-22 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-22 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLOGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 472

Consulta/Observación:

C11: SOLICITAN CONTENEDOR DE ACERO. ACTUALMENTE SE USA CONTENEDOR DE ALUMINIO YA QUE EL ALUMINIO TIENE MEJOR CONDUCCION DEL CALOR ADEMAS DE SER LIGERO HACE QUE TENGA MEJOR FACILIDAD DE MANEJO. SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLOGICA CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-52 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLOGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON FILTRO REUTILIZABLE PARA 1000 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 473

Consulta/Observación:

EN ULTIMO PARRAFO DE LA CLAVE I-52 INDICA QUE EL INSTRUMENTAL DEBE TENER NUMERO LOTE GRABADO. AL RESPECTO MENCIONAMOS QUE CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGICA Y LAS NUEVAS REGULACIONES SANITARIAS EN LOS PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA, YA NO SE CONSIDERA LOTE EN EL INSTRUMENTAL SINO CODIGO UNICO DE FABRICACIÓN O DATAMATRIX, ESTA EXIGENCIA ES PARA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD QUE ASEGURE OBTENER UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD EN CUANTO A INSTRUMENTAL QUIRURGICO SE REFIERE. SOLICITAMOS ACEPTAR LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-52 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLOGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó DATAMATRIX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LOTE O CODIGO UNICO DE FABRICACION Ó

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 474

Consulta/Observación:
C01 DE D-67 EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL SOLICITAN TELESCOPIO DE LONGITUD DE TRABAJO ENTRE 29 Y 32 CM. SOLICITAMOS AMPLIAR LA LONGITUD A 33 CM PARA PODER PARTICIPAR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-67 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
TELESCOPIO DE LONGITUD DE TRABAJO 33 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TELESCOPIO DE LONGITUD DE TRABAJO 33 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 475

Consulta/Observación:
C02 DE D-67 EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL SOLICITAN TELESCOPIO DE LONGITUD DE TRABAJO ENTRE 29 Y 32 CM. SOLICITAMOS AMPLIAR LA LONGITUD A 33 CM PARA PODER PARTICIPAR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-67 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
TELESCOPIO DE LONGITUD DE TRABAJO 33 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TELESCOPIO DE LONGITUD DE TRABAJO 33 CM

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 476

Consulta/Observación:
C04 DE D-67 EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL SOLICITAN UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA Y VIDEOCAMARA CON DOS CHIPS O MAS CMOS SEÑAL 4K. SOLICITAMOS AMPLIAR EL REQUERIMIENTO A SEÑAL FULL HD A FIN DE PODER PARTICIPAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-67 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 477

Consulta/Observación:

C05 DE D-67 EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL SOLICITAN SISTEMA CON PANTALLA TACTIL PARA SELECCION DE FUNCIONES. SOLICITAMOS AMPLIAR EL REQUERIMIENTO A SISTEMA CON PANTALLA TACTIL Ó TECLADO PARA SELECCION DE FUNCIONES A FIN DE PODER PARTICIPAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-67 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 478

Consulta/Observación:
C06 DE D-67 EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA DE USO GENERAL SOLICITAN RESOLUCION DEL SISTEMA: 3840 X 2160 PÍXELES O MAYOR. SOLICITAMOS ACEPTAR RESOLUCION DEL SISTEMA: 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR A FIN DE PODER PARTICIPAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-67 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 479

Consulta/Observación:

C12 DE D-67 EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL SOLICITAN UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA Y VIDEOCAMARA CON SISTEMA USB PARA GRABACION DE IMAGENES Y VIDEO EN 4K. SOLICITAMOS ACEPTAR SISTEMA PARA GRABACION DE IMAGENES Y VIDEO EN FULL HD O 4K EN LA UNIDAD DE CONTROL O EN EL GRABADOR DE VIDEO A FIN DE PODER PARTICIPAR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-67 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 480

Consulta/Observación:
C17 DE D-67 EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA DE USO GENERAL SOLICITAN FUENTE DE LUZ FRIA CON LAMPARA LED MAYOR A 50,000 HORAS. SOLICITAMOS ACEPTAR LAMPARA LED MAYOR A 30,000 HORAS A FIN DE PODER PARTICIPAR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-67 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 481

Consulta/Observación:

C18 DE D-67 EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA DE USO GENERAL SOLICITAN MONITOR PRINCIPAL A COLOR LCD O LED (TFT) DE 32" O MAS (DE ALTA DEFINICION) DE GRADO MEDICO. SOLICITAMOS ACEPTAR MONITOR DE 31" O MÁS A FIN DE PODER PARTICIPAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-67 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
MONITOR PRINCIPAL A COLOR LCD O LED (TFT) DE 31" O MAS (DE ALTA DEFINICION) DE GRADO MEDICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: MONITOR PRINCIPAL A COLOR LCD O LED (TFT) DE 31" O MAS (DE ALTA DEFINICION) DE GRADO MEDICO.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 482

Consulta/Observación:

C01 SOLICITAN HOJA CORTANTE CON 1 FILO. DECIR DE UN FILO ES MUY SUBJETIVO. SOLICITAMOS ACEPTAR HOJA CORTANTE PEQUEÑA. CLAVE I-35 C02 SOLICITAN HOJA CORTANTE CON DOBLE FILO. DECIR DOBLE FILO ES MUY SUBJETIVO. SOLICITAMOS ACEPTAR HOJA CORTANTE GRANDE

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-35 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 483

Consulta/Observación:
SOLICITAN ESTUCHE PARA GUARDAR EL EQUIPO. SOLICITAMOS ACEPTAR CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR EL EQUIPO A CAMBIO DE ESTUCHE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-35 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART. 2 EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR EL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR EL EQUIPO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 484

Consulta/Observación:
D06 SOLICITAN PINZA EXTRACTORA TIPO CLAW SOLICITAMOS QUE NOS INDIQUEN QUE DIAMETRO DE LA PINZA NECESITAN DE 5MM o 10MM.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-67 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DIAMETRO DE LA PINZA DE 5MM o 10MM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DIAMETRO DE LA PINZA DE 5MM o 10MM.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 485

Consulta/Observación:
D07 SOLICITAN PINZA TIPO BAKEY. SLICITAMOS NOS INDIQUEN QUE DIAMETRO DE LA PINZA REQUIEREN SI DE 5MM O 10MM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-67 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DIAMETRO DE LA PINZA DE 5MM o 10MM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DIAMETRO DE LA PINZA DE 5MM o 10MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 486

Consulta/Observación:
D08 SOLICITAN PINZA TIPO BAKEY. SLICITAMOS NOS INDIQUEN QUE DIAMETRO DE LA PINZA REQUIEREN SI DE 5MM O 10MM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** D-67 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DIAMETRO DE LA PINZA DE 5MM o 10MM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DIAMETRO DE LA PINZA DE 5MM o 10MM.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 487

Consulta/Observación:

D09 SOLICITAN DOS PINZAS BIPOLARES MARYLAND. SLICITAMOS NOS INDIQUEN QUE DIAMETRO DE LA PINZA REQUIEREN SI DE 5MM O 10MM.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-67 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DIAMETRO DE LA PINZA DE 5MM o 10MM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DIAMETRO DE LA PINZA DE 5MM o 10MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 488

Consulta/Observación:

D16 - PORTAGUJAS. SOLICITAMOS QUE NOS INDIQUEN QUE TIPO DE MANDIBULA ES LA QUE NECESITAN CURVA A LA IZQUIERDA, CURVA A LA DERECHA O RECTA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-67 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
MANDIBULA CURVA A LA IZQUIERDA O CURVA A LA DERECHA O RECTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: MANDIBULA CURVA A LA IZQUIERDA O CURVA A LA DERECHA O RECTA.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 489

Consulta/Observación:

D18 - AGUJAS TIPO VERRES (PARA INSUFLACION) SOLICITAMOS QUE NOS INDIQUEN QUE DIAMETRO NECESITAN DE LA AGUJA SI ES DE 2MM Y CUAL ES LA LONGITUD QUE REQUIEREN 120MM O 150MM

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-67 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DIAMETRO DE 2MM Y LA LONGITUD 120MM O 150MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DIAMETRO DE 2MM Y LA LONGITUD 120MM O 150MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 490

Consulta/Observación:

SOLICITAN RIÑONERAS CON CAPACIDAD DE 10;12; 26 SOLICITAMOS ACLARAR QUE LO QUE DESEAN ES RIÑONERA CHICA, MEDIANA Y GRANDE Y ESTAS DEBENGUARDAR RELACIÓN ENTRE SU TAMAÑO, POR EJEMPLO DE 250ML, 500ML Y 750ML. YA QUE ESTAS MEDIDAS SON UNIVERSALES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-145 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA,

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
RIÑONERA CHICA, MEDIANA Y GRANDE Y ESTAS DEBEN GUARDAR RELACIÓN ENTRE SU TAMAÑO, POR EJEMPLO DE 250ML, 500ML Y 750ML.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: RIÑONERA CHICA, MEDIANA Y GRANDE Y ESTAS DEBEN GUARDAR RELACIÓN ENTRE SU TAMAÑO, POR EJEMPLO DE 250ML, 500ML Y 750ML.

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 491

Consulta/Observación:
SOLICITAN TAMBORES CON ACERO SEGÚN ISO 7153 Y DIN, EN ESTE CASO EXISTEN TAMBORES REALIZADOS POR ARTESANOS PERUANOS, POR LO QUE SOLO DECLARAN EL ACERO TRABAJADO ES 304B. PARA DAR EMPUJE AL MANO DE OBRA NACIONAL, SOLICITAMOS ACEPTAR QUE EN A01 SE SUSTENTE CON EL DOCUMENTO QUE INDICA ACEO 304B Y NO SE EXIJA OTRO COMO LA ISO 7153 O NORMAS DIN, YA QUE ESTAS ULTIMAS SON INTERNACIONALES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: D-146 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 IGUALDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 492

Consulta/Observación:

B06 solicitan instrumental para amalgama, este producto ya no se usa hace mucho tiempo, solicitamos retirar Y a cambio aceptar instrumental para empastes plásticos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-25 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
instrumental para empastes plásticos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: instrumental para empastes plásticos.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 493

Consulta/Observación:
B08 CUBETA METALICA 3. 1/3 X 1/2 X1/4 DE ACERO CON TAPA, LAS MEDIDAS NO SON CONGRUENTES, SOLICITAMOS ACLARAR QUE DESEAN CUBETA CON TAPA 20X10X4CM

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-25 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CUBETA METALICA CON TAPA 20X10X4CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CUBETA METALICA CON TAPA 20X10X4CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 494

Consulta/Observación:
B13 A CAMBIO DE ESPEJO CON AUMENTO SOLICITAMOS ACEPTAR COMO MEJORA TECNOLÓGICA EL ESPEJO PLANO CON RECUBRIMIENTO DE RODIO TODA VEZ QUE TIENE MAYOR NITIDEZ, RESISTENTE A LA RAYADURAS Y NO SE DISTORSIONA COMO EL DE AUMENTO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-25 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 495

Consulta/Observación:

B14 solicitan instrumentos woodson, solicitamos aceptar instrumentos para empaste plástico, woodson o similar.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-25 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
instrumentos para empaste plástico, woodson o similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: instrumentos para empaste plástico, woodson o similar.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 496

Consulta/Observación:
B15 SOLICITAN LIMPIADOR DE TARTARO JUGO 10 PUNTAS 2 MANGOS. ESTA PRESENTACION ESTA DESCONTINUADA, SOLICITAMOS ACEPTAR A CAMBIO UN JGO DE 5 CURETAS BI ACTIVAS MODELO GRACEY O SIMILAR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-25 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 497

Consulta/Observación:
B18 SOLICITAN PORTA AMALGAMA, YA NO SE USA AMALGAMA, SOLICITAMOS RETIRAR Ó EN TODO CASO SE OFERTARIA UNA JERINGA CARPULE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-25 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
JERINGA CARPULE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: JERINGA CARPULE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 498

Consulta/Observación:
B11 es un titulo, confirmar que no es un ítem que se deba entregar sino el titulo de los siguientes que vienen a continuación como el B12.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-26 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
B11 es un titulo, confirmar que no es un ítem que se deba entregar sino el titulo de los siguientes

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE B11 ES UN TITULO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 499

Consulta/Observación:
B12 AL B23 Solicitan fresas que son consumibles, susceptibles de deterioro, todo lo que es consumible debe retirarse por no ser instrumental.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-26 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART. 2 IGUALDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 500

Consulta/Observación:

B12 AL B23 Solicitan fresas que son consumibles, con cantidad muy especifica (7 cada grano) no acorde al mercado local. Solicitamos que acepte diferentes granos (grueso, medio, fino, ultrafino)hasta sumar 21 unidades y no cantidades especificas por no estar acorde al mercado inclusive el grano medio es el mas usado. Sugerimos se solicite asi: B12 - 21 FRESAS REDONDO GRANDE DE DIFERENTES GRANOS. De igual forma para las demas fresas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-26 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 IGUALDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 501

Consulta/Observación:
B25 SOLICITAN ESCOBILLAS PROFILATICAS, ESTE PRODUCTO ES UN CONSUMIBLE , SUCEPTIBLE DE DETERIODO. SOLICITAMOS RETIRAR Y ACAMBIO SE PUEDE ENTREGAR 01 ESPEJO BUCAL.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-26 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 EQUIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 502

Consulta/Observación:
B03 Y B05 CON EL AVANCE DE LA TECNOLOGIA SE CUENTA CON ESPEJO DE RODIO, SOLICITAMOS ACEPTAR ESPEJO CON RODIO A CAMBIO DE CONCAVO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-27 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 EFICIENCIA Y EFICACIA, VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 503

Consulta/Observación:
B06 AL B17 SOLICITAN CLAMPS PARA MOLARES CON UN NUMERO ESPECIFICO QUE NO ESTA ACORDE AL MERCADO. SOLICITAMOS QUE DEL B06 AL B07 INDIQUE CLAMPS PARA MOLARES SIN ESPECIFICAR UN

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-28 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 EQUIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 504

Consulta/Observación:
DEL B18 AL B21 SOLICITAN CLAMPS PARA PRE MOLARES CON UN NUMERO ESPECIFICO QUE NO ESTA ACORDE AL MERCADO. SOLICITAMOS QUE DEL B18 AL B21 INDIQUE DE LA SIGUIENTE MANERA: CLAMPS PARA PREMOLARES , SIN ESPECIFICAR UN NUMERO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-28 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 EQUIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 505

Consulta/Observación:
B22 SOLICITAN CLAMPS LATERAL CON UN NUMERO ESPECIFICO QUE NO ESTA ACORDE AL MERCADO. SOLICITAMOS QUE EL B22 INDIQUE DE LA SIGUIENTE MANERA: CLAMPS PARA ANTERIORES , SIN ESPECIFICAR UN NUMERO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** I-28 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 EQUIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 506

Consulta/Observación:
B23 SOLICITAN CLAMPS INCISIVO CON UN NUMERO ESPECIFICO QUE NO ESTA ACORDE AL MERCADO. SOLICITAMOS QUE EL B22 INDIQUE DE LA SIGUIENTE MANERA: CLAMPS PARA ANTERIORES , SIN ESPECIFICAR UN NUMERO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-28 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART.2 EQUIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 507

Consulta/Observación:
ESTA CONFIGURACIÓN ES MUY ANTIGUA ¿PODREMOS SUGERIR OTRA CONFIGURACIÓN?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-53 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 EQUIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 508

Consulta/Observación:
SET DE PUNCION LUMBAR SOLICITAN EN B03 Y B04 JERINGAS DE VIDRIO, AL NO SER INSTRUMENTAL SE TIENE QUE COMPRAR LOCALMENTE Y NO ESTA MUY REGULADO EL MERCADO. POR LO QUE SUGERIMOS A CAMBIO OFERTAR AGUJAS ESPINALES EN B03 Y AGUJAS EPIDURALES EN B04, QUE ES EL PRINCIPAL PRODUCTO PARA UNA PUNCION LUMBAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-56 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART. 2 EQUIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 509

Consulta/Observación:
SOLICITAN EN B38 PERFORADOR MANUAL PARA HUESO. SOLICITAMOS ACEPTAR PERFORADOR A BATERIA, SEGÚN MODELO DEL FABRICANTE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: I-61 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART2 VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Consulta: Nro. 510

Consulta/Observación:

EN EL CASO DE LOS INSTRUMENTOS QUE VIENEN DE PAISES DE ALTA VIGILANCIA SANITARIA , LA DEMANDA ES MUY FUERTE Y POR ENDE LOS TIEMPOS DE PLAZO DE ENTREGA SE ALARGAN. SOLICITAMOS APLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE 240 DIAS LUEGO DE APROBADO LAS HOJAS DE PRESENTACIÓN

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: EETT Literal: 1.9 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LOS PLAZOS DE ENTREGA FUERON DETERMINADOS POR EL AREA USUARIA. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL PLAZO. POR LO TANTO ESTOS SE MANTENDRAN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20605395512	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ROLOPOM PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:53:16

Observación: Nro. 511

Consulta/Observación:

Se observa que en cuadro resumen no coincide la totalidad de equipos, por favor se solicita aclarar la cantidad exacta de claves y en todo caso emitir un nuevo documento actualizado

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EETT **Literal:** 1 **Página:** 126

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por error material se consignó una suma equivocada, se publica el cuadro con las sumatoria correcta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA CUADRO CON LA SUMA CORRECTA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Observación: Nro. 512

Consulta/Observación:

SOLICITAN D-99

C12 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE.....

PEDIMOS AL ÁREA ENCARGADA COMPLETAR EL ITEM PARA NO TENER INCONVENIENTES.

Acápito de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** D-99 **Literal:** C12 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2. principio de Transparencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LA CARACTERISTICA TECNICA C12 ES::

C12 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN AUTOMÁTICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:TECNICA C12 ES:

C12 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN AUTOMÁTICA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 513

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

D02 PARA LA CENTRAL DE MONITOREO: CABLEADO DE INTERCONEXIÓN ENTRE LA CENTRAL Y LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES

Solicitamos al comité verificar las áreas donde serian instaladas estas centrales y las cantidades de Monitores de signos vitales asignadas a cada central

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-530 **Literal:** D02 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUELAS CENTRALES DE MONITOREO ESTAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CENTRAL DE MONITOREO D-530, UBICADO EN SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL A3-417, CONSTA DE 7 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARÁMETROS CODIGO D-9

CENTRAL DE MONITOREO D-530, UBICADO EN UCIN ADULTO A3-449, CONSTA DE 4 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS CODIGO D-7

CENTRAL DE MONITOREO D-530, UBICADO EN UCIN ADULTO A3-449, CONSTA DE 6 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS CODIGO D-7

CENTRAL DE MONITOREO D-530, UBICADO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A3-319, CONSTA DE 7 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARÁMETROS NEONATAL CODIGO D-8a

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 514

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

A11. CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIR INDIVIDUALMENTE.

Nuestros equipos cuentan con circuitos Individuales que constan de 3 bombillas por cada circuito, lo que nos permite tener un Campo de luz homogéneo incluso cuando es interceptado por la cabeza del cirujano. Por lo expuesto y en base al principio de Vigencia tecnológica aceptaran:

A11 CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO DE 3 O MENOS BOMBILLAS EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIDO INDIVIDUALMENTE.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-31 **Literal:** A11 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO DE 3 O MENOS BOMBILLAS EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIDO INDIVIDUALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO DE 3 O MENOS BOMBILLAS EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIDO INDIVIDUALMENTE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 515

Consulta/Observación:

DICE:

A08 CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIR INDIVIDUALMENTE

Nuestros equipos cuentan con circuitos Individuales que constan de 3 bombillas por cada circuito, lo que nos permite tener un Campo de luz homogéneo incluso cuando es interceptado por la cabeza del cirujano. Por lo expuesto y en base al principio de Vigencia tecnológica aceptaran:

A08 CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO DE 3 O MENOS BOMBILLAS EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIDO INDIVIDUALMENTE.

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-34 **Literal:** A08 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO DE 3 O MENOS BOMBILLAS EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIDO INDIVIDUALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO DE 3 O MENOS BOMBILLAS EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIDO INDIVIDUALMENTE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 516

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-140 EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE

A01. EQUIPO COMPUESTO POR UN CILINDRO DE OXIGENO Y ACCESORIOS, PARA EL SUMINISTRO DOSIFICADO DE OXÍGENO MEDICINAL.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

A01. COMPUESTO POR UNO O MAS CILINDROS OXIGENO Y ACCESORIOS, PARA EL SUMINISTRO DOSIFICADO DE OXÍGENO MEDICINAL.

Acápito de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** D-140 **Literal:** A01 **Página:** 582

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
COMPUESTO POR UNO O MAS CILINDROS OXIGENO Y ACCESORIOS, PARA EL SUMINISTRO DOSIFICADO DE OXÍGENO MEDICINAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: COMPUESTO POR UNO O MAS CILINDROS OXIGENO Y ACCESORIOS, PARA EL SUMINISTRO DOSIFICADO DE OXÍGENO MEDICINAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 517

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-140 EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE

C05. HUMIDIFICADOR: FABRICADO EN MATERIAL SINTÉTICO TRANSPARENTE, GRADUADO EN ML, DE 200 ML DE CAPACIDAD APROXIMADA, FÁCILMENTE DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON ROSCA DE METAL Y CONECTOR DE PLASTICO

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

C05. HUMIDIFICADOR: FABRICADO EN MATERIAL SINTÉTICO TRANSPARENTE, GRADUADO EN ML, DE 200 ML DE CAPACIDAD APROXIMADA, FÁCILMENTE DESMONTABLE Y DESINFECCIÓN MAX. 134°C CONEXIONES DE METAL CROMADO Y TUBO DIFUSOR DE POLIPROPILENO CON FILTRO INFERIOR

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-140 Literal: C05 Página: 582

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

HUMIDIFICADOR: FABRICADO EN MATERIAL SINTÉTICO TRANSPARENTE, GRADUADO EN ML, DE 200 ML DE CAPACIDAD APROXIMADA, FÁCILMENTE DESMONTABLE Y DESINFECCIÓN MAX. 134°C CONEXIONES DE METAL CROMADO Y TUBO DIFUSOR DE POLIPROPILENO CON FILTRO INFERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: HUMIDIFICADOR: FABRICADO EN MATERIAL SINTÉTICO TRANSPARENTE, GRADUADO EN ML, DE 200 ML DE CAPACIDAD APROXIMADA, FÁCILMENTE DESMONTABLE Y DESINFECCIÓN MAX. 134°C CONEXIONES DE METAL CROMADO Y TUBO DIFUSOR DE POLIPROPILENO CON FILTRO INFERIOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 518

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-54 AMNIOSCOPIO

las diferentes marcas que existían del producto, ya no la comercializan actualmente ya se encuentra descontinuado.

Solicitamos respetuosamente al comité de selección consultar otro equipo que lo reemplase o retirarlo de la lista.

Acápita de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-54 Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 519

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D319- LENSOMETRO

C01. KIT DE MEDICIÓN DE LENTES DE CONTA

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

C01. KIT DE MEDICIÓN DE LENTES DE CONTA (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-319 Literal: C01 Página: 794

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 520

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-258 TACOMETRO

B03. RANGO DE MEDICIÓN: 50 - 99999 RPM, O RANGO MAYOR.

Para mayor concurrencia y pluralidad de postores, se solicita AL COMITÉ se acepte CONSIDERAR

B03. RANGO DE MEDICIÓN: 3 - 99999 RPM O RANGO MAYOR.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-258 Literal: B03 Página: 475

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 521

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-258 TACOMETRO

B04. REGISTRO DE DATOS: 100, O MAYOR.

Con la finalidad de que no restrinja nuestra participación en tal proceso, solicitamos al comité poder considerar el siguiente punto.

B04. REGISTRO DE MEMORIA PARA 10 LECTURAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-258 Literal: B04 Página: 475

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 522

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-202 CAFETERA INDUSTRIAL

B03. CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA.

Para mayor concurrencia y pluralidad de postores, se solicita AL COMITÉ se acepte CONSIDERAR

B03. CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-202A Literal: B03 Página: 432

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 523

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-202 CAFETERA INDUSTRIAL

B04. INDICADOR LUMINOSO DE FINAL DE PROCESO.

Para mayor concurrencia y pluralidad de postores, se solicita AL COMITÉ se acepte CONSIDERAR

B04. INDICADOR DE CALENTAMIENTO

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-202A Literal: B04 Página: 432

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Observación: Nro. 524

Consulta/Observación:
OBSERVACION: LOS PUNTOS B16 Y B22, REPITEN LA MISMA ESPECIFICACION

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-41 Literal: B22 **Página:** 678

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE B16 Y B22 SON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 525

Consulta/Observación:

SOLICITAN: BASE CON DISEÑO ERGONOMICO Y ESTRUCTURA DE ACERO MACIZO CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO CON DISEÑO QUE PERMITA INTEGRAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS AL BLOQUE SILLÓN Y/O TORRE

SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR CONSIDERAR MODIFICAR (ACERO MACIZO).

BASE CON DISEÑO ERGONOMICO Y ESTRUCTURA DE ACERO MACIZO O METAL CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO CON DISEÑO QUE PERMITA INTEGRAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS AL BLOQUE SILLÓN Y/O TORRE

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-41 Literal: B26 Página: 678

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

BASE CON DISEÑO ERGONOMICO Y ESTRUCTURA DE ACERO MACIZO O METAL CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO CON DISEÑO QUE PERMITA INTEGRAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS AL BLOQUE SILLÓN Y/O TORRE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: BASE CON DISEÑO ERGONOMICO Y ESTRUCTURA DE ACERO MACIZO O METAL CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO CON DISEÑO QUE PERMITA INTEGRAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS AL BLOQUE SILLÓN Y/O TORRE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 526

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-41 UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO
B28 MOVIMIENTO DE RECLINACION DEL RESPALDAR DESDE POSICION TRENDELEMBURG
SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR CONSIDERAR LA MODIFICACION (TRENDELEMBURG) PARA UNA PLURALIDAD DE POSTORES

B28 MOVIMIENTO DE RECLINACION DEL RESPALDAR DESDE CUALQUIER POSICIÓN

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-41 Literal: B28 **Página:** 678

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
MOVIMIENTO DE RECLINACION DEL RESPALDAR DESDE CUALQUIER POSICIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: MOVIMIENTO DE RECLINACION DEL RESPALDAR DESDE CUALQUIER POSICIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 527

Consulta/Observación:
SOLICITAN: D-441 CONGELADORA VERTICAL DE -86°C

C01 REGISTRADOR CIRCULAR DE TEMPERATURA (TERMOGRAFO).

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia.

C01. REGISTRADOR CIRCULAR DE TEMPERATURA (TERMOGRAFO).

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-441 Literal: C01 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
REGISTRADOR CIRCULAR DE TEMPERATURA (TERMOGRAFO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: REGISTRADOR CIRCULAR DE TEMPERATURA (TERMOGRAFO).

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 528

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-441 CONGELADORA VERTICAL DE -86°C

D03. CINCUENTA (50) UNIDADES DE PAPEL CIRCULAR DE SIETE DIAS.

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia.

D03. CINCUENTA (50) UNIDADES DE PAPEL CIRCULAR DE SIETE DÍAS. OPCIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-441 Literal: D03 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 529

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-138 EQUIPO DE ENVASADORA DE MEDICAMENTOS

B01 .MAQUINA ENVASADORA PARA TABLETAS Y CÁPSULAS

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia.

B01.MAQUINA ENVASADORA PARA TABLETAS.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-138 Literal: B01 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 530

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-138 EQUIPO DE ENVASADORA DE MEDICAMENTOS

B03. ESCANER/LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS.

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia.

B03. ESCANER/LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS(OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-138 **Literal:** B03 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 531

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-138 EQUIPO DE ENVASADORA DE MEDICAMENTOS C01 .DISCO Y CÁMARA PARA BLISTERS GRANDES

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia. C01. DISCO Y CÁMARA PARA BLISTERS GRANDES(OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-138 Literal: C01 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 532

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-138 EQUIPO DE ENVASADORA DE MEDICAMENTOS
C02 .DISCO Y CÁMARA PARA BLISTERS CHICOS

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia.
C02 .DISCO Y CÁMARA PARA BLISTERS CHICOS(OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-138 Literal: C02 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 533

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL ENTE ENCARGADO CONSIDERAR
CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, DE ESPESOR DE 1.2 MM , TOTALMENTE REFORZADA.
ACABADO *lllll lllll*.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-200 Literal: B02 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, DE ESPESOR DE 1.2 MM , TOTALMENTE REFORZADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, DE ESPESOR DE 1.2 MM , TOTALMENTE REFORZADA.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 534

Consulta/Observación:

DICE: CON 06 QUEMADORES DE FIERRO FUNDIDO O DE BRONCE DE GRAN PODER CALORÍFICO, DIAMETRO DE QUEMADOR: DE 7" COMO MINIMO.

Solicitamos para una mayor pluralidad considerar

CON 06 QUEMADORES DE FIERRO FUNDIDO O DE BRONCE DE GRAN PODER CALORÍFICO, DIAMETRO DE QUEMADOR: DE 5" COMO MINIMO.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** E-200 **Literal:** B05 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CON 06 QUEMADORES DE FIERRO FUNDIDO O DE BRONCE DE GRAN PODER CALORÍFICO, DIAMETRO DE QUEMADOR: DE 5" COMO MINIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON 06 QUEMADORES DE FIERRO FUNDIDO O DE BRONCE DE GRAN PODER CALORÍFICO, DIAMETRO DE QUEMADOR: DE 5" COMO MINIMO.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 535

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-47 LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION

C06. LAMPARA HALOGENA DE 20 WATTS O SUPERIOR.

Por mejora tecnológica, actualmente se usa la tecnología LED por su durabilidad. Por ello se solicita:

C06. LAMPARA HALOGENA O LED, SEGÚN TECNOLOGIA DEL EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-47 **Literal:** C06 **Página:** 808

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
LAMPARA HALOGENA O LED, SEGÚN TECNOLOGIA DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA HALOGENA O LED, SEGÚN TECNOLOGIA DEL EQUIPO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 536

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-47 LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION

D01. DOS LAMPARAS HALOGENAS DE REPUESTO

Por mejora tecnológica, Por ello se solicita:

D01. DOS (02) LAMPARAS O LED DE REPUESTO.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-47 Literal: D01 **Página:** 808

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DOS (02) LAMPARAS O LED DE REPUESTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DOS (02) LAMPARAS O LED DE REPUESTO.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 537

Consulta/Observación:

EQUIPO DE SECADO DE MANOS

B01 FABRICADO EN ABS ANTIBACTERIANO.

Solicitamos al comité evaluador considerar como una mejora tecnológica para el equipo se considere que el material también sea de Acero inoxidable.

B01. FABRICADO EN ABS ANTIBACTERIANO O ACERO INOXIDABLE.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** E-204 **Literal:** B01 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

FABRICADO EN ABS ANTIBACTERIANO O ACERO INOXIDABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: FABRICADO EN ABS ANTIBACTERIANO O ACERO INOXIDABLE

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 538

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar el producto que solicitan, según la Ley de contrataciones, Art 2 el principio de Transparencia. La denominación del producto no guarda relación con las características generales y dimensiones. Se solicita aclarar si lo que se esta solicitando es un contenedor de bioseguridad ya que la capacidad máxima es de 7lt y las las especificaciones que solicitan concuerdan con un contenedor de basura

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-443 Literal: . Página: 592

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 539

Consulta/Observación:
B06 SISTEMA DE COGIDA DIN O AFNOR En Perú, la normativa sobre gestión de residuos sólidos está regulada por el Decreto Legislativo N° 1278 y su reglamento. Sin embargo, no hay información específica que exija que todos los contenedores de basura cuenten con los sistemas DIN o AFNOR.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-443 Literal: B06 Página: 592

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 540

Consulta/Observación:

B12 ANCHO 740mm

B13 PROFUNDIDAD 580mm

Aclarar las medidas del ancho y la profundidad, ya que el rango del ancho es 580mm y la profundidad 740mm

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-443 Literal: B12 -B13 Página: 592

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DIMENSIONES APROXIMADAS +/- 5%
ALTO: 1080 mm.
ANCHO: 740 mm.
PROFUNDIDAD: 580 mm.
PESO: 13.5 Kg.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:
DIMENSIONES APROXIMADAS +/- 5%
ALTO: 1080 mm.
ANCHO: 740 mm.
PROFUNDIDAD: 580 mm.
PESO: 13.5 Kg.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 541

Consulta/Observación:

SOLICITAN : D 177 RUEDA PARA EJERCICIOS DE HOMBROS

B03. EMPUÑADORA DE MADERA .

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

B03. EMPUÑADORA DE ACERO FORRADO CON UN MATERIAL ANTIDESLIZANTE.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-177 Literal: B03 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 542

Consulta/Observación:

SOLICITAN : D 177 RUEDA PARA EJERCICIOS DE HOMBROS
B05. GUIAS DE ACERO Y ACCESORIOS EN ACERO CON TRATAMIENTO PARA LA OXIDACIÓN Y PINTADAS CON PINTURA EPOXICA.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

B05. GUIAS DE ACERO Y ACCESORIOS EN ACERO CON TRATAMIENTO PARA LA OXIDACIÓN Y PINTADAS CON PINTURA EPOXICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-177 Literal: B05 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
GUIAS DE ACERO Y ACCESORIOS EN ACERO CON TRATAMIENTO PARA LA OXIDACIÓN Y PINTADAS CON PINTURA EPOXICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: GUIAS DE ACERO Y ACCESORIOS EN ACERO CON TRATAMIENTO PARA LA OXIDACIÓN Y PINTADAS CON PINTURA EPOXICA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 543

Consulta/Observación:
REFERENTE A LO INDICADO EN EL PUNTO B01
SOLICITAMOS A LOS ENCARGADOS INDICAR EXACTAMENTE LO QUE SE REQUIERE (A QUE ACCESORIOS HACE REFERENCIA)

Acápito de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** E-221 **Literal:** B01 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
ACCESORIOS COMPLETO PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ACCESORIOS COMPLETO PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 544

Consulta/Observación:
CON RESPECTO AL PUNTO C A LO QUE MENCIONA EN EL C01 - C02 Y C03
PRESENTAN INCONGRUENCIAS ANTE LO SOLICITADO DEBIDO A QUE LAS PISTOLAS NO REQUIEREN ENERGÍA, SI EN CASO REQUIERA SE DEBE INCLUIR OTRO EQUIPO COMO UN COMPRESOR PERO NO LO SOLICITAN

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-221 Literal: C Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
PARA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS C01, C02 C03, SOLO SI SE REQUIERE LA PISTOLA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PARA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS C01, C02 C03, SOLO SI SE REQUIERE LA PISTOLA.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 545

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D- 364 EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO

C02. UN (01) APLICADOR LASER INFRARROJO CON POTENCIA DE SALIDA DE 100 A 150 mw

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

C02. UN (01) APLICADOR LASER INFRARROJO CON POTENCIA DE SALIDA DE 100 mw A 200mw

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-364 **Literal:** C02 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UN (01) APLICADOR LASER INFRARROJO CON POTENCIA DE SALIDA DE 100 mw A 200mw

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) APLICADOR LASER INFRARROJO CON POTENCIA DE SALIDA DE 100 mw A 200mw

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 546

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-282A CONSERVADORA HORIZONTAL DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

C02 : CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220 VAC, 16ª) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N°175-2008-MEM.

proponemos al comité modificarla a :

C02 : CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220 VAC, 16ª) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N°175-2008-MEM Y /O FABRICANTE

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-282A Literal: C02 Página: 419

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 547

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-138 CONSERVADORA HORIZONTAL DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

E02 : CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220 VAC, 16ª) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. Nº175-2008-MEM.

proponemos al comite modificarla a :

E02 :CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220 VAC, 16ª) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. Nº175-2008-MEM Y /O FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-138 Literal: E02 Página: 416

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 548

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-138 CONSERVADORA HORIZONTAL DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

E0 : POTENCIA PROX 3 KW

proponemos al comité modificarla a :

E03 : POTENCIA PROX 3 KW (APROXIMADO)

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-138 Literal: E03 **Página:** 416

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
POTENCIA PROX 3 KW (APROXIMADO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: POTENCIA PROX 3 KW (APROXIMADO)

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 549

Consulta/Observación:

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SUGERIMOS MODIFICAR DE LA SIGUIENTE MANERA : B01 SOFTWARE INCORPORADO, PANTALLA INCORPORADA O EXTERNA TACTIL, TECLADO, RATÓN, TODO CON PRESTACIONES ÓPTIMAS PARA EL USO EN CONJUNTO CON EL EQUIPO. CON WINDOWS PERMANENTE, QUE INCLUYA UNA (01) IMPRESORA A COLOR EXTERNA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-354 Literal: B01 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 550

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL AREA ENCARGADA DE CONSIDERAR
B07 IMPRESORA Y LECTORA DE CÓDIGO DE BARRAS EXTERNA

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-368 Literal: B07 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 551

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS QUE EL ITEM QUEDE DE LA SIGUIENTE MANERA PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HL7 O SEGÚN FABRICANTE

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-448 Literal: B10 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 552

Consulta/Observación:
Solicitamos aclarar si en el Anexo 4 referido al plazo de entrega se consignará solo el plazo de entrega o si también se incluirá alguno de los plazos detallados en el numeral 1.9.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo al Anexo 4 de las Bases Estandar, en el plazo de entrega de bienes bajo la modalidad de llave en mano, se debe detallar el plazo de entrega, de instalación y de puesta en funcionamiento. En ese sentido, se deberá considerar el plazo de la prestación principal y de la prestación accesoria, con sus respectivas disgregaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 553

Consulta/Observación:

2. Solicitamos aclarar si los trabajos de preinstalación estarán a cargo de la Entidad o el contratista. Además, en caso sea parte de las prestaciones del contratista, confirmar que el ambiente asignado tiene todos los suministros necesarios para la puesta en funcionamiento de los equipos (energía, agua, gases, etc.), pues la preinstalación refiere al equipo, no a los suministros de la sala.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al numeral 9.2.2, corresponde confirmar que los trabajos de preinstalación deben ser ejecutados por el proveedor, en caso ello se requiera. Se aclara que los trabajos de preinstalación refieren a trabajos de acondicionamiento dentro del ambiente para el funcionamiento del bien, lo que no incluye trabajos que impacten en la infraestructura de la sala/lugar donde se instale el bien, ni tampoco los vinculados al suministro de servicios básicos, como electricidad, sanitario, gases, internet, etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 554

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar si se presentarán de forma conjunta el Anexo N° 3 ¿ Declaración Juada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y el Anexo N° 1 Declaración Jurada de Cumplimiento de las Características Técnicas, pues ambos documentos estarían regulando lo mismos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: . Literal: . Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se deberá presentar únicamente el "Anexo 3 - Declaración Juarada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime de las Bases el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 555

Consulta/Observación:

En la normativa de contratación pública, se ha establecido que no es necesaria la presentación de garantía por adelantos cuando se constituya un fideicomiso para la administración de los adelantos. Al respecto, solicitamos que en las bases se permita la constitución de un fideicomiso para la administración de los adelantos directos a entregar, ello considerando la magnitud del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaremos que el fideicomiso sugerido y contemplado en el artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "Fideicomiso de adelanto de obra", solo aplica para obras, mas no para bienes. No se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 556

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar que los repuestos malogrados que se cambien por garantía serán dados al contratista, pues su gestión de desecho es coordinada con fábrica.

Acápiteme de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que siempre que el repuesto haya sido sustituido bajo garantía y sin costo a la entidad, esta procederá a entregar el repuesto sustituido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 557

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-141 CHATA ADULTO

A02. DE ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO.

Se solicita a la entidad considere el siguiente material del producto sin que este afecte su funcionalidad.

A02. DE PLÁSTICO HOSPITALARIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-141 Literal: A02 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 558

Consulta/Observación:

SOLICITAN:D-285 COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS

B07. DEBERÁ INCLUIR PAQUETES FRÍOS DE ACUERDO AL TAMAÑO Y CANTIDAD ADECUADA.

Se pide dicha especificación quede de la siguiente manera

B07. DEBERÁ INCLUIR PAQUETES FRÍOS DE ACUERDO AL TAMAÑO Y CANTIDAD ADECUADA (OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-285 Literal: B07 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 559

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-258 TACOMETRO

B11. MEDICIÓN EN MENOS DE 1 SEGUNDO.

Para mayor concurrencia y pluralidad de postores, se solicita AL COMITÉ se acepte CONSIDERAR B11. MEDICIÓN EN 5 MINUTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-259 Literal: B11 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 560

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-229 HORNO INDUSTRIAL

B11: DE 3 NIVELES INTERNOS

Solicitamos que se considere :

B11: DE 1 NIVEL INTERNO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-229 Literal: B11 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20603223102	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ORTHOPHOENIX S.A.C.	Hora de envío :	21:21:01

Consulta: Nro. 561

Consulta/Observación:

En el plazo de ejecución señala lo siguiente:

Plazo máximo de la Prestación Principal es de 240 días calendario.

Al respecto se solicita, se sirva señalar y/o aclarar cómo se contabilizarán los días que la entidad tiene para la aprobación de las hojas de presentación de los productos o fichas técnicas, considerando que el plazo de 150 días se contabilizará luego de aprobados los mismos, lo cual podría generar un problema en la eventual ejecución contractual.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9.2 **Literal:** . **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el numeral "1.9. Plazo de entrega", la entidad tendrá 10 días para la aprobación de las hojas de presentación o ficha técnica. Se aclara que dicho plazo contabilizará desde la entrega de cada ficha u hoja a la Entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 562

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D -397 COLCHON NEUMATICO

D01. SUMINISTRO ELÉCTRICO MONOFÁSICO, 220VAC, 60 HZ Y CONECTADO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM

SOLICITAMOS PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SE CONSIDERE DE LA SIGUIENTE MANERA. .

D01. SUMINISTRO ELÉCTRICO MONOFÁSICO, 220VAC, 60 HZ Y CONECTOR CORDON/CABLE ORIGINAL DE FABRICA Y CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-397 Literal: D01 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 563

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D -397 COLCHON NEUMATICO

B09. ESPESOR: 10 CM O MAS

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS, SE CONSIDERE DE LAS SIGUIENTE MEDIDAS. .

B09. ESPESOR: 09 CM O MAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-397 Literal: B09 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 564

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-181 CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBAS ADULTO Y PEDIATRICO

D01. AMBIENTE ESTE LIBRE DE POLUCIÓN Y GRASAS, ASI COMO TENER TEMPERATURA Y HUMEDAD CONTROLADA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE LOS LENTES
POR UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SOLICITAMOS QUE PUEDAN ACLARAR PORQUE SE HA CONSIDERADO LA INSTALACIÓN MENCIONADA YA QUE NO ES NECESARIA SI LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL YA CUMPLEN CON LO REQUERIDO , SOLICITAMOS SEA OPCIONAL

D01. AMBIENTE ESTE LIBRE DE POLUCIÓN Y GRASAS, ASI COMO TENER TEMPERATURA Y HUMEDAD CONTROLADA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE LOS LENTES (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-181 Literal: D01 Página: 609

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 565

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D- 364 EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO

D01. 220 VAC / 1F / 60 HZ. CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA R.M.N° 175 -2008 - MEM

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

D01. 220 VOLTS / 60 HZ. CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA R.M.N° 175 -2008 - MEM

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-364 Literal: D01 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

220 VOLTS / 60 HZ. CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA R.M.N° 175 -2008 - MEM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 220 VOLTS / 60 HZ. CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA R.M.N° 175 -2008 - MEM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 566

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-207 EXTRACTOR DE JUGO INDUSTRIAL

E02 : CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220 VAC, 16ª) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. Nº175-2008-MEM.

Requerimos se modifique a :

E02: CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220 VAC, 16ª) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. Nº175-2008-MEM.Y / O SEGÚN FABRICANTE

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-207 Literal: E02 Página: 412

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 567

Consulta/Observación:

DICE: VOLUMEN DE MUESTRA ENTRE 1.5-45 UI

SOLICITAMOS AL COMITÉ PARA UNA MAYOR pluralidad de postores aceptar: B11 VOLUMEN DE MUESTRA ENTRE 2-35 uL

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-244 **Literal:** B11 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
VOLUMEN DE MUESTRA ENTRE 2-35 UI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: VOLUMEN DE MUESTRA ENTRE 2-35 UI

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 568

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-163 BARRAS PARALELAS PARA NIÑOS

B05. MONTADA EN UNA PLATAFORMA DE MADERA DE 1" DE ESPESOR, ÍNTEGRAMENTE BARNIZADA EN COLOR NATURAL

Solicitamos que dicha especificación sea considerada de la siguiente manera

B05. SE CONSIDERE LAS BARRAS SIN PLATAFORMA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-163 Literal: B05 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 569

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-356 PODOSCO¿¿¿

B03. DOS (02) ESPEJOS DE CONTROL, UNO FIJO Y UNO ABATIBLE.

Consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera.

B03. DOS (02) ESPEJOS DE CONTROL FIJOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-356 Literal: B03 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 570

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-320 LENSOMETRO DIGITAL CON UVEOMETRO

B12. MEDIDOR DE UV

Se le pide a la entidad dicha especificación quede de la siguiente manera

B12. MEDIDOR DE UV (OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-319 Literal: B12 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 571

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-364 EQUIPO DE TERAPIA CON LÁSER INFRARROJO B09 . CON CLAVIJA DE SEGURIDAD

Pedimos a la entidad que no se considere la clavija de seguridad:

B09. SIN CLAVIJA DE SEGURIDAD .

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-364 Literal: B09 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 572

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-258 TACOMETRO

B06. DISEÑO COMPACTO PARA USO CON UNA MANO.

Para mayor concurrencia y pluralidad de postores, se solicita AL COMITÉ se acepte CONSIDERAR B06. DISEÑO COMPACTO PARA USO CON UNA MANO.(OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-258 Literal: B06 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 573

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-139 UPS 2 KVA ON LINE

B06. AUTONOMÍA DE BATERÍA MÍNIMO 30 MINUTOS A CARGA MÁXIMA

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de innovación con la siguiente redacción de este requisito:

B06. SIN AUTONOMÍA DE BATERÍA MÍNIMO 30 MINUTOS A CARGA MÁXIMA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-140 Literal: B06 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 574

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-229 HORNO INDUSTRIAL

B02: ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA A TRAVÉS DE LUCES LED EXTERNOS

proponemos modificarla lo siguiente a :

B02: ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA SIN LUCES LED EXTERNOS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-229 Literal: B02 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA SIN LUCES LED EXTERNOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA SIN LUCES LED

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 575

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D -138 EQUIPO DE ENVASADORA DE MEDICAMENTOS

B03: ESCANER LECTOR DE CODIGO DE BARRAS

proponemos al comité modificarla a :

B03: ESCÁNER LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-138 Literal: B03 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602276644	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	A MEDIC GROUP PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:23:55

Consulta: Nro. 576

Consulta/Observación:

En el numeral 6.5.1.3. de las Especificaciones Técnicas se menciona que es responsabilidad del contratista las demoras en las que se incurra o cualquier desperfecto o daño en la entrega e instalación, así como los gastos que esta conlleve. En ese sentido, solicitamos se sirva aclarar y/o precisar que lo señalado no incluye como parte de las obligaciones del contratista, la realización de TRABAJOS CIVILES y/o ADECUACIONES DE INSTALACIONES necesarias para la instalación del equipamiento, las mismas que corresponden a la entidad. La presente observación se sustenta en virtud de lo señalado en la Ley Nº 30225 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, artículo 2, el cual señala: Principios que rigen las contrataciones: Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.5.1.3 Literal: . Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley Nº 30225 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, artículo 2, PRINCIPIO LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al numeral 9.2.2, corresponde confirmar que los trabajos de preinstalación deben ser ejecutados por el contratista, en caso ello se requiera. Se aclara que los trabajos de preinstalación refieren a trabajos de acondicionamiento dentro de la sala para el funcionamiento del bien, lo que no incluye trabajos que impacten en la infraestructura de la sala ni vinculados al suministro de servicios básicos, como electricidad, sanitario, gases, internet, etc. En caso de existir demoras ajenas al proveedor, como trabajos civiles, instalaciones electricas, etc. dicha demora no le será imputable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607948861	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	21:25:52

Consulta: Nro. 577

Consulta/Observación:

Se solicita aclaración respecto a la interpretación de los contratos bajo la modalidad de llave en mano, que incluyen entrega, instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento de equipos. En ese sentido, se requiere confirmar si, bajo este esquema, se considerarán como ventas integrales aquellas que correspondan a equipos biomédicos que conformen especialidades clínicas específicas tales como: Sala de operaciones o centro quirúrgico, Unidad de Cuidados Intensivos, Imágenes o diagnóstico por imágenes, Laboratorio e Instrumental, aun cuando dichos equipos se presenten de forma individual y no de manera concurrente entre todas las especialidades mencionadas.

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a las Bases del presente procedimiento de selección, en su requerimiento, se establece:

¿5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN¿
Corresponde la adquisición integral del Equipamiento Hospitalario necesario para las UPSS y UPS del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA, para brindar una atención de calidad en beneficio de los pacientes. El tipo de Equipamiento Hospitalario por grupo genérico se clasifica en:

- ¿ Equipos Biomédicos (B),
- ¿ Equipos electromecánicos (E)
- ¿ Equipos complementarios (C)
- ¿ Instrumental médico (I)
- ¿ Lencería (LENC)
- ¿ Mobiliario administrativo (MA)
- ¿ Mobiliario clínico (MC)
- ¿ Menaje (MEN).

Como se puede apreciar la adquisición que va a realizar la Entidad es por el equipamiento integral del hospital; por ello, lo que se requiere es un postor que tenga experiencia en haber suministrado el equipamiento integral de un hospital, no simplemente la venta de equipos médicos de manera individual.

Sin embargo, con la finalidad de propiciar una mayor participación de postores, se reduce el monto de la experiencia requerida de S/ 300,000,000.00 a S/ 210,000,000.00 en la venta integral de equipamiento hospitalario, siempre que dicha venta incluya el equipamiento integral de un proyecto hospitalario público o privado y que contengan como mínimo la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 210,000,000.00 (doscientos diez millones con 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considerarán como bienes similares a la venta integral de equipamiento hospitalario, siempre que dicha venta incluya el equipamiento integral de un proyecto hospitalario público o privado y el cual debe incluir como mínimo la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607948861	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	21:25:52

Consulta: Nro. 578

Consulta/Observación:

En relación con el requisito de experiencia en los últimos ocho (8) años por un monto de 300 millones de soles, se solicita se sirva precisar lo que debe entenderse por experiencia en la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. En particular, se requiere confirmar si dicha experiencia puede acreditarse mediante la venta de uno o más componentes incluidos en el objeto de la convocatoria, sin necesidad de que sean concurrentes todos los tipos de equipamiento detallados en el mismo. Es decir, ¿será válida como experiencia la participación en la venta de parte del equipamiento, aun cuando no se abarque la totalidad de los componentes señalados en el objeto contractual?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la antigüedad de la experiencia, que debe ser no mayor a 8 años, se aclara que esta se contabilizará a partir de la fecha de la conformidad final o de la conformidad de la última prestación, o el pago final de la contratación. Por otro lado, de acuerdo a las Bases del presente procedimiento de selección, en su requerimiento, se establece:

¿5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN¿
Corresponde la adquisición integral del Equipamiento Hospitalario necesario para las UPSS y UPS del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA, para brindar una atención de calidad en beneficio de los pacientes. El tipo de Equipamiento Hospitalario por grupo genérico se clasifica en:

- ¿ Equipos Biomédicos (B),
- ¿ Equipos electromecánicos (E)
- ¿ Equipos complementarios (C)
- ¿ Instrumental médico (I)
- ¿ Lencería (LENC)
- ¿ Mobiliario administrativo (MA)
- ¿ Mobiliario clínico (MC)
- ¿ Menaje (MEN).

Como se puede apreciar la adquisición que va a realizar la Entidad es por el equipamiento integral del hospital; por ello, lo que se requiere es un postor que tenga experiencia en haber suministrado el equipamiento integral de un hospital, no simplemente la venta de equipos médicos de manera individual.

Sin embargo, con la finalidad de propiciar una mayor participación de postores, se reduce el monto de la experiencia requerida de S/ 300,000,000.00 a S/ 210,000,000.00 en la venta integral de equipamiento hospitalario, siempre que dicha venta incluya el equipamiento integral de un proyecto hospitalario público o privado y que contengan como mínimo la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 210,000,000.00 (doscientos diez millones con 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considerarán como bienes similares a la venta integral de equipamiento hospitalario, siempre que dicha venta incluya el equipamiento integral de un proyecto hospitalario público o privado y el cual debe incluir como mínimo la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607948861	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	21:25:52

Consulta: Nro. 579

Consulta/Observación:

Sírvase precisar si, en el caso de que durante la ejecución del plazo de las prestaciones accesorias, el ejecutor de la obra incurra en retrasos que imposibiliten la instalación de los equipos, dicha imposibilidad será considerada como causal para la suspensión del plazo de ejecución de las prestaciones accesorias. Se solicita se aclare si, bajo estas circunstancias, el cómputo del plazo quedará suspendido hasta que se superen las condiciones que impiden la instalación.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: PRESTACION Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la normativa de contratación pública se ha establecido las herramientas con las que cuenta el proveedor en caso de retrasos no imputables a su caso. En caso haya un retraso imputable al ejecutor de obra, el proveedor podrá hacer uso de dichas herramientas contractuales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607948861	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	21:25:52

Consulta: Nro. 580

Consulta/Observación:

En caso que, durante la ejecución del plazo de entrega, ocurra un hecho fortuito relacionado con el transporte de equipos importados, ya sea por vía aérea o marítima, que imposibilite o retrase su llegada al Perú, sírvase precisar si dicha situación permitirá la otorgación de un plazo adicional o la suspensión del plazo de entrega, hasta que se supere el evento fortuito que afecta el proceso logístico.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: plazo Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la normativa de contratación pública se ha establecido las herramientas con las que cuenta el proveedor en caso de retrasos no imputables a su parte. Corresponderá al proveedor sustentar las demoras en base a dicha normativa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607948861	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	21:25:52

Observación: Nro. 581

Consulta/Observación:

Se evidencia una discrepancia en la cantidad total de equipos biomédicos reportados. En el detalle general del cuadro 1 de las bases estándar se indican 1,051 unidades, mientras que en el cuadro resumen se consigna un total de 1,044 unidades. Sin embargo, en la verificación realizada en cuadro se contabiliza 1,052 unidades. Se solicita aclarar y corregir esta inconsistencia, precisando cuál es la cantidad real y oficial de equipos biomédicos registrados.

Acápito de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** CUADRO 1 **Literal:** CUADRO 1 **Página:** 95

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisará la suma del equipamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA RESUMEN DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607948861	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	21:25:52

Observación: Nro. 582

Consulta/Observación:

Se evidencia una discrepancia en la cantidad total de equipos complementarios reportados. En el detalle general del cuadro 1 de las bases estándar se indican 1,646 unidades. Sin embargo, en la verificación realizada en el cuadro se contabiliza 1,663 unidades. Se solicita aclarar y corregir esta inconsistencia, precisando cuál es la cantidad real y oficial de equipos complementarios registrados.

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CUADRO 1 **Literal:** CUADRO 1 **Página:** 106

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisará la suma del equipamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA RESUMEN DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607948861	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	21:25:52

Observación: Nro. 583

Consulta/Observación:

Se evidencia una discrepancia en la cantidad total de equipos electromecánico-reportados. En el detalle general del cuadro 1 de las bases estándar se indican 513 unidades, mientras que en el cuadro resumen se consigna un total de 487 unidades. Sin embargo, en la verificación realizada en cuadro se contabiliza 495 unidades. Se solicita aclarar y corregir esta inconsistencia, precisando cuál es la cantidad real y oficial de equipos electromecánico-registrados.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: CUADRO 1 Literal: CUADRO 1 Página: 111
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisará la suma del equipamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA RESUMEN DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607948861	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	21:25:52

Observación: Nro. 584

Consulta/Observación:

Se evidencia una discrepancia en la cantidad total de equipos instrumental reportados. En el detalle general del cuadro 1 de las bases estándar se indican 387 unidades. Sin embargo, en la verificación realizada en el cuadro se contabiliza 388 unidades. Se solicita aclarar y corregir esta inconsistencia, precisando cuál es la cantidad real y oficial de equipos instrumental registrados.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CUADRO 1 **Literal:** CUADRO 1 **Página:** 116

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisará la suma del equipamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA RESUMEN DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607948861	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	21:25:52

Observación: Nro. 585

Consulta/Observación:

Se evidencia una discrepancia en la cantidad total de equipos mobiliario administrativo reportados. En el detalle general del cuadro 1 de las bases estándar se indican 4,499 unidades, mientras que en el cuadro resumen se consigna un total de 4,498 unidades. Sin embargo, en la verificación realizada en cuadro se contabiliza 4,509 unidades. Se solicita aclarar y corregir esta inconsistencia, precisando cuál es la cantidad real y oficial de equipos mobiliario administrativo registrados.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CUADRO 1 Literal: CUADRO 1 Página: 119
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisará la suma del equipamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA RESUMEN DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607948861	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	21:25:52

Observación: Nro. 586

Consulta/Observación:

Se evidencia una discrepancia en la cantidad total de equipos mobiliario administrativo reportados. En el detalle general del cuadro 1 de las bases estándar se indican 4,061 unidades, mientras que en el cuadro resumen se consigna un total de 4,033 unidades. Sin embargo, en la verificación realizada en cuadro se contabiliza 4,062 unidades. Se solicita aclarar y corregir esta inconsistencia, precisando cuál es la cantidad real y oficial de equipos mobiliario administrativo registrados.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** CUADRO 1 **Literal:** CUADRO 1 **Página:** 124

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisará la suma del equipamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ADJUNTA RESUMEN DE EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Observación: Nro. 587

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
B19 UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3.0 MHZ A 12.0 MHZ, CON ANGULO DE APERTURA NO MENOR DE 190°.PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS Y UROLÓGICOS

Para una mayor pluralidad de postores aceptaran UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3.0 MHZ A 11.0MHZ, CON ANGULO DE APERTURA NO MENOR DE 190°.PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS Y UROLÓGICOS

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** D-100 **Literal:** B19 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3.0 MHZ A 11.0MHZ, CON ANGULO DE APERTURA NO MENOR DE 190°.PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS Y UROLÓGICOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3.0 MHZ A 11.0MHZ, CON ANGULO DE APERTURA NO MENOR DE 190°.PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS Y UROLÓGICOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 588

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

B02 DE TRES CANALES DE INFUSION O MODULAR CON ESTACION DE TRANSPORTE.

Actualmente las estaciones de transporte no solo se usan para el transporte de las Bombas de infusion sino que ademas permiten a Futuro conectividad con los equipos de monitoreo de paciente, que si se encuentran conectados a una central de monitoreo esto permitiria una visalizacion de ambos equipos a la vez. Por lo tanto y en base al principio de vigencia tecnologica solicitamos modificar de la siguiente manera:

B02DE TRES CANALES DE INFUSION O MODULAR CON ESTACION DE TRANSPORTE QUE PERMITA A FUTURO CONEXIÓN CON LOS MONITORES DE CABECERA DE PACIENTE Y QUE PUEDA ADEMAS VISUALIZARSE EN LA CENTRAL DE MONITOREO DE SER EL CASO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-316 Literal: B02 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 589

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
D13 POR CADA 7 Ó 8 MONITORES, DEBERÁ SUMINISTRAR UNA (01) CENTRAL DE MONITOREO, CON LA CAPACIDAD DE VISUALIZAR TODOS LOS PARAMETROS DE FUNCIONES VITALES, ALMACENAR DATOS, TENDENCIAS, ESCRITURA EN PANTALLA (HISTORIA CLINICA), INTERFACE HOSPITALARIO CON PROTOCOLO HL7, ALARMAS, ALERTAS MEDICAS, IMPRESIÓN, MONITOR LCD TFT 19" Ó MAYOR, RESOLUCION 1024 x 768 PIXELS O MAS. CABLES Y CONEXIONES DE LOS MONITORES A LA CENTRAL DE MONITOREO, TECLADO, MOUSE, ACCESORIOS COMPLETOS. LA UBICACION DE CADA CENTRAL LO DARA LA ENTIDAD. EL PROVEEDOR INCLUIRA LA PREINSTALACION DENTRO DE SU OFERTA TODO EL SERVICIO DE CABLEADO Ó SISTEMA INALAMBRICO Y PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS OPERATIVAS. CANALIZACION DE SER NECESARIO.

YA QUE LAS CENTRALES DE MONITOREO ESTAN SIENDO SOLICITADAS EN LA CLAVE D-530 SOLCITAMOS AL COMITÉ ACLARAR SI PARA ESTA CLAVE EN PARTICULAR SE REQUIERE UNA CENTRAL DE MONITOREO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-8A Literal: D13 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUELAS CENTRALES DE MONITOREO ESTAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CENTRAL DE MONITOREO D-530, UBICADO EN SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL A3-417, CONSTA DE 7 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARÁMETROS CODIGO D-9

CENTRAL DE MONITOREO D-530, UBICADO EN UCIN ADULTO A3-449, CONSTA DE 4 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS CODIGO D-7

CENTRAL DE MONITOREO D-530, UBICADO EN UCIN ADULTO A3-449, CONSTA DE 6 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS CODIGO D-7

CENTRAL DE MONITOREO D-530, UBICADO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A3-319, CONSTA DE 7 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARÁMETROS NEONATAL CODIGO D-8a

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Observación: Nro. 590

Consulta/Observación:

DICE:
C05 VIDA ÚTIL LED MAYOR O IGUAL A 40 000 HORAS (CUANDO LA ILUMINANCIA DE SALIDA DECAE HASTA EL 70% DEL VALOR INICIAL)
Actualmente la vida util minima de las lamparas cialiticas de mediana y alta intesidad supera Las 60,000 horas y a su ves este debe ser garantizado por el fabricante sin esperar que la salida decaiga a un 70%. Por lo tanto solicitamos al comite modificar en base al principio de Vigencia tecnologica de la siguiente manera: C05 VIDA ÚTIL LED MAYOR O IGUAL A 60,000 HORAS O MAS, GARANTIZADO POR EL FABRICANTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** D-31A **Literal:** C05 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
VIDA ÚTIL LED MAYOR O IGUAL A 60,000 HORAS O MAS, GARANTIZADO POR EL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: VIDA ÚTIL LED MAYOR O IGUAL A 60,000 HORAS O MAS, GARANTIZADO POR EL FABRICANTE.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 591

Consulta/Observación:

DICE:

A07 CON CONTROL REMOTO Y UN CONTROL AUXILIAR EN LA BASE DE LA MESA

Se solicita por favor ampliar a la columna de la mesa el control auxiliar

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-82 Literal: A07 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

a la columna de la mesa el control auxiliar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: a la columna de la mesa el control auxiliar

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 592

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D- 172 KIT DE BANDAS ELASTICAS
B08. VERDE- AZUL - NEGRO . CADA UNO DE 1.20 M

consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera

B07. VERDE- AZUL - NEGRO . CADA UNO DE 1.20 M A MAS

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-172 Literal: B08 Página: 539

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
VERDE- AZUL - NEGRO . CADA UNO DE 1.20 M A MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: VERDE- AZUL - NEGRO . CADA UNO DE 1.20 M A MAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 593

Consulta/Observación:
SOLICITAN: D- 172 KIT DE BANDAS ELASTICAS
B09. NEGRO - GRIS - DORADO . CADA UNO DE 1.20 M

consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera

B09. NEGRO - GRIS - DORADO . CADA UNO DE 1.20 M A MAS

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-172 **Literal:** B09 **Página:** 539

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
NEGRO - GRIS - DORADO. CADA UNO DE 1.20 M A MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: NEGRO - GRIS - DORADO. CADA UNO DE 1.20 M A MAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 594

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D - 35 EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA

D02. UN (01) ELECTRODO INDUCTIVO (DE 3 PLANOS O PARA ZONAS AMPLIAS)

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

D02. UN (01) ELECTRODO INDUCTIVO DIPOLO

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-35 **Literal:** D02 **Página:** 854

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UN (01) ELECTRODO INDUCTIVO DIPOLO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) ELECTRODO INDUCTIVO DIPOLO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 595

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-494 SIERRA NEUMÁTICA OSCILANTE.

A07. LONGITUD DE LA MANGUERA: 4 M O MAS.

Se solicita que la longitud de la manguera sea considerado de la siguiente manera

A07: LA LONGITUD DE LA MANGUERA: 4 M O MAS SEA SOLO PARA MOTOR NEUMÁTICO.

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-494 **Literal:** A07 **Página:** 409

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

A LONGITUD DE LA MANGUERA: 4 M O MAS SEA SOLO PARA MOTOR NEUMÁTICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: A LONGITUD DE LA MANGUERA: 4 M O MAS SEA SOLO PARA MOTOR NEUMÁTICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 596

Consulta/Observación:

SOLICITAN: 0-32 JUEGO DE BALDES DE PLÁSTICO

B03. CAPACIDAD: DE 13, 15 Y 18 LITROS

Se solicita a la Entidad que evalúe la posibilidad de considerar una de las medidas planteadas, en tanto ello no afecte ni perjudique el contenido ni el fondo de la solicitud presentada.

B03: CAPACIDAD: DE 13, 16 Y 18 LITROS

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** O-32 **Literal:** B03 **Página:** 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CAPACIDAD: DE 13, 16 Y 18 LITROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CAPACIDAD: DE 13, 16 Y 18 LITROS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 597

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-139 UPS 2 KVA ON LINE

B06. CON AUTONOMÍA DE BATERÍA MÍNIMO 30 MINUTOS A CARGA MÁXIMA

pedimos a la entidad dicha especificación quede de la siguiente manera

B06.CON AUTONOMÍA DE BATERÍA MÍNIMO 30 MINUTOS A CARGA MÁXIMA Y/O BANCO DE BATERIAS EXTERNAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-139 Literal: B06 Página: 445

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 598

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-139 UPS 2 KVA ON LINE

B09. CUATRO (04) SOCKET DE SALIDA, POR LO MENOS

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de innovación con la siguiente redacción de este requisito:

B09. TRES (03) A MAS SOCKET DE SALIDA, POR LO MENOS

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-140 Literal: B09 Página: 445

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

TRES (03) A MAS SOCKET DE SALIDA, POR LO MENOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TRES (03) A MAS SOCKET DE SALIDA, POR LO MENOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 599

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-202 CAFETERA INDUSTRIAL

B02. FABRICADA DE ALUMINIO CON BASE DE POLIURETANO RESISTENTE.

Para mayor concurrencia y pluralidad de postores, se solicita AL COMITÉ se acepte CONSIDERAR

B02. FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE , INCLUYE SU BASE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-202A Literal: B02 Página: 432

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE , INCLUYE SU BASE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE , INCLUYE SU

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 600

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-105 COMPRESOR PARA CAMARA FRIGORIFICA

B07. ACTUACIÓN BAJO NIVEL DE RUIDO

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de innovación con la siguiente redacción de este requisito:

B07. ANTIVIBRADOR DE DESCARGAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-105 Literal: B07 Página: 425

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 601

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-105 COMPRESOR PARA CAMARA FRIGORIFICA

C01..PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DEL COMPRESOR.

solicitamos al comité de selección considere de la siguiente manera:

C01. VALVULAS DE ASPIRACION Y DESCARGA DE COMPRESOR

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-105 Literal: C01

Página: 425

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 602

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-105 COMPRESOR PARA CAMARA FRIGORIFICA

C02. CONTROL EFICIENTE DE CAPACIDAD

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de innovación con la siguiente redacción de este requisito:

C02. CONFIGURACION TIPO PACKAGE PARA CAPACIDADES DE 20 A 50HP

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-105 Literal: C02 Página: 425

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 603

Consulta/Observación:

SOLICITAN: MICA PROTECTORA PARA PANTALLA COMPLETA
ACTUALMENTE LAS LAMPARAS CUENTAN CON LUCES LED , Y CADA FOCO CUENTA CON SU PROTECCION, SE PROPONE AL COMITÉ DE EVALUACION, MODIFICAR:
MICA PROTECTORA PARA PANTALLA COMPLETA (OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-41 **Literal:** B14 **Página:** 679

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 604

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-215 CONGELADORA VERTICAL DE -30 °C -40 °C
B09. AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 5º DE ESPESOR EN LAS PAREDES

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia.

B09. AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 10 CM DE ESPESOR EN LAS PAREDES

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-215 Literal: B09 Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 10 CM DE ESPESOR EN LAS PAREDES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 10 CM DE ESPESOR EN LAS PAREDES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 605

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-215 CONGELADORA VERTICAL DE -30 °C -40 °C
B10.AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 3" DE ESPESOR COMO MINIMO EN LA PUERTA
Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia.
B10.AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 10CM DE ESPESOR COMO MINIMO EN LA PUERTA .

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-215 Literal: B10 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 10CM DE ESPESOR COMO MINIMO EN LA PUERTA .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 10CM DE ESPESOR COMO MINIMO EN LA PUERTA .

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 606

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-260 : MEDIDOR PORTATIL DIGITAL DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA B10 .CON PROTECCIÓN IP67.

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia. B10.CON PROTECCIÓN IP55.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** E-260 **Literal:** B10 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA: .CON PROTECCIÓN IP55.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: .CON PROTECCIÓN IP55.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 607

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-260 : MEDIDOR PORTATIL DIGITAL DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA D01 .A BATERIAS DE 9V O PILAS DE 6V

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia. D01. BATERIA 1.5 V

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-260 Literal: D01 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA: BATERIA 1.5 V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: BATERIA 1.5 V

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 608

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-250 ASPIRADORA INSDUTRIAL DE SOLIDOS Y LIQUIDOS

B02. CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220VAC, 16) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.

Para mayor pluralidad de postores, al no ser equipo bomedico no requiere ser tipo schuko. Se solicita lo siguiente:

A01. CABLE ALIMENTACION Y ENCHUFE ORIGINAL DE FABRICA.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-250 Literal: B02 Página: 439

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 609

Consulta/Observación:

SOLICITAN : E-182 BALANZA DIGITAL DE PLATAFORMA

C02. CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220 VAC,16ª) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. Nº175-2008-MEM.

SOLICITAMOS PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SE CONSIDERE DE LA SIGUIENTE MANERA.

C02. CABLE Y ENCHUFE CON CONECTOR CORDON/CABLE ORIGINAL DE FABRICA, DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. Nº175-2008-MEM.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** E-104A **Literal:** C02 **Página:** 435

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 610

Consulta/Observación:

SOLICITAN : O-10 JUEGO DE LABERINTOS

B03. EL JUEGO SE COMPONE DE DOS (02) LABERINTOS CON PIEZAS DE RECORRIDO EN ALAMBRE DE DIFERENTES FORMAS Y CON MAS RECORRIDOS.

SOLICITAMOS PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, EL JUEGO QUEDE DE LA SIGUIENTE MANERA

B03. EL JUEGO SE COMPONE DE DOS (02) O MAS LABERINTOS CON PIEZAS DE RECORRIDO EN ALAMBRE DE DIFERENTES FORMAS Y CON MAS RECORRIDOS.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: O-10 Literal: B03 **Página:** 552

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

EL JUEGO SE COMPONE DE DOS (02) O MAS LABERINTOS CON PIEZAS DE RECORRIDO EN ALAMBRE DE DIFERENTES FORMAS Y CON MAS RECORRIDOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: EL JUEGO SE COMPONE DE DOS (02) O MAS LABERINTOS CON PIEZAS DE RECORRIDO EN ALAMBRE DE DIFERENTES FORMAS Y CON MAS RECORRIDOS.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 611

Consulta/Observación:
INDICAR TAMAÑOS YYA QUE EN EL MERCADO LOS MAS COMERCIALIZADOS SON Azafate 45 x 35 cm
Azafate 51 x 38 cm
Azafate 56 x 40.5 cm

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: O-1 Literal: B12 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE INDICA QUE EN LAS BASES SE HA CONSIGNADO LO SIGUIENTE:

- VM-11 AZAFATE RECTANGULAR, DE 33 x 20 CMS. APROX. (1 unidades)
- VM-12 AZAFATE RECTANGULAR, DE 54 x 35 CMS. APROX. (1 unidades)
- VM-13 AZAFATE REDONDO, DIAMETRO 36 CMS APROX. (1 unidades)
- VM-14 AZAFATE REDONDO, DIAMETRO 50 CMS. APROX. (1 unidades)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 612

Consulta/Observación:
INDICAR SI SON FUENTES DE ACERO INOXIDABLE Y O SI SON BANDEJAS CON ASAS, TAMBIEN ESPECIFICAR LOS TAMAÑOS MINIMOS Y MAXIMOS

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** O-1 **Literal:** B13 **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE INDICA QUE EN LAS BASES SE HA CONSIGNADO LO SIGUIENTE::

VM-21 BANDEJA PORTARRACIONES (CHAROLA) DE ACERO INOXIDABLE, ESPESOR 0.6MM CON CINCO (5) COMPARTIMENTOS. DIMENSIONES APROXIMADAS: LARGO: 45 CMS. ANCHO: 28 CMS, PROFUNDIDAD: 2.5 CMS. INCLUYE POR CADA BANDEJA:

- * 01 TAZA DE UN ASA DE ACERO INOXIDABLE DE 450ML, ESPESOR 0.6MM Y,
- * 01 TAZON DOBLE ASA DE ACERO NOXIDABLE 550ML, ESPESOR 0.6MM.

CANTIDAD DE BANDEJAS: 20 unidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 613

Consulta/Observación:
especifica las medidas minimas y maximas para los coladores, y si son coladores de maya o escurrideros tipo canasta

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** O-1 **Literal:** B11 **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE INDICA QUE EN LAS BASES SE A CONSIGNADO LO SIGUIENTE::

TVM-22 COLADOR CON ACABADO PULIDO A LIJA, PARTE SUPERIOR DE 28 CMS.APROX. DIAMETRO, FONDO REDONDEADO CON SOPORTE DEL MISMO MATERIAL Y MANGO PINTADO EN COLOR NEGRO (1 unidad).
VM-23 COLADOR CON ACABADO PULIDO A LIJA, PARTE SUPERIOR DE 20 CMS.APROX. DIAMETRO, FONDO REDONDEADO CON SOPORTE DEL MISMO MATERIAL Y MANGO PINTADO EN COLOR NEGRO (1 unidad).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 614

Consulta/Observación:

SOLICITAN : D-309 FOTOCOAGULADOR DIODO LASER
C02. CON SISTEMA DE ENTREGA LASER, PARA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO, LÁMPARA DE HENDIDURA Y ENDOFOTOCOAGULACIÓN
Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

C02. CON SISTEMA DE TRANSMISION LASER PARA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO LAMPARA DE HENDIDURA Y ENDOFOTOCOAGULACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-309 Literal: C02 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CON SISTEMA DE TRANSMISION LASER PARA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO LAMPARA DE HENDIDURA Y ENDOFOTOCOAGULACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON SISTEMA DE TRANSMISION LASER PARA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO LAMPARA DE HENDIDURA Y ENDOFOTOCOAGULACIÓN

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 615

Consulta/Observación:

SOLICITAN : D-309 FOTOCOAGULADOR DIODO LASER

- C15. SISTEMA DE ENCENDIDO/APAGADO CON LLAVE DE SEGURIDAD.
Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.
- C15. SISTEMA DE ENCENDIDO/ APAGADO CON SEGURIDAD PARA IMPEDIR USOS NO AUTORIZADOS.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-309 Literal: C15 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
SISTEMA DE ENCENDIDO/ APAGADO CON SEGURIDAD PARA IMPEDIR USOS NO AUTORIZADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SISTEMA DE ENCENDIDO/ APAGADO CON SEGURIDAD PARA IMPEDIR USOS NO AUTORIZADOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 616

Consulta/Observación:
REFERENTE A LO INDICADO EN EL PUNTO B01
SOLICITAMOS A LOS ENCARGADOS INDICAR EXACTAMENTE LO QUE SE REQUIERE (A QUE ACCESORIOS HACE REFERENCIA)

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-220 Literal: B01 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
ACCESORIOS COMPLETO PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ACCESORIOS COMPLETO PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 617

Consulta/Observación:
CON RESPECTO AL PUNTO C A LO QUE MENCIONA EN EL C01 - C02 Y C03
PRESENTAN INCONGRUENCIAS ANTE LO SOLICITADO DEBIDO A QUE LAS PISTOLAS NO REQUIEREN ENERGIA, SI EN CASO REQUIERA SE DEBE INCLUIR OTRO EQUIPO COMO UN COMPRESOR PERO NO LO SOLICITAN

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-220 Literal: C Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
PARA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS C01, C02 C03, SOLO SI SE REQUIERE LA PISTOLA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PARA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS C01, C02 C03, SOLO SI SE REQUIERE LA PISTOLA.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 618

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D- 364 EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO

B07. POTENCIA DE EMISION MAYOR O IGUAL A 500 mw

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

B07. POTENCIA DE EMISION MAYOR O IGUAL A 200 mw

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-364 Literal: B07 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 619

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-282A CONSERVADORA HORIZONTAL DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

B05 : TIPO DE ENFRIAMIENTO: CONVECCION NATURAL .

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores se considere lo siguiente:

B05 : TIPO DE ENFRIAMIENTO: CONVECCION NATURAL Y/O SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ICE LINED:

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-282A **Literal:** B05 **Página:** 419

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

TIPO DE ENFRIAMIENTO: CONVECCION NATURAL Y/O SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ICE LINED:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TIPO DE ENFRIAMIENTO: CONVECCION NATURAL Y/O SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ICE LINED:

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 620

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-282A CONSERVADORA HORIZONTAL DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

B06 : CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS: DE 100 A 110 LITROS.

Se solicita al comite acepte considerar a :

B06 : CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS: DE 100 A 110 LITROS Y/O MAS

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-282A **Literal:** B06 **Página:** 419

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS: DE 100 A 110 LITROS Y/O MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS: DE 100 A 110 LITROS Y/O MAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 621

Consulta/Observación:

Para garantizar una mayor pluralidad de postores solicitar: C02 OCHENTA (80) CUBETAS REUTILIZABLES

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-258 Literal: C02 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 622

Consulta/Observación:

Para una mayor pluralidad de postores se sugiere colocar : B04 PANTALLA LCD O LED O COMPUTADORA EXTERNA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-258 Literal: B04 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 623

Consulta/Observación:

Para una mayor pluralidad de postores se sugiere colocar : B05 TECLADO DE MEMBRANA O TECLADO Y MOUSE PARA USO CON COMPUTADORA EXTERNA

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-258 **Literal:** B05 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 624

Consulta/Observación:

En Anexo N° 4 se establece que se debe consignar el plazo de entrega considerando la entrega, instalación y puesta en funcionamiento. Por favor, aclarar si en dicho anexo se detallará solo esos plazos de la prestación o se deberá detallar todos los plazos indicados en el numeral 1.9. Plazo de Entrega, ello a fin de evitar confusión en los participantes.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al Anexo 4 de las Bases Estandar, en el plazo de entrega de bienes bajo la modalidad de llave en mano, se debe detallar el plazo de entrega, de instalación y de puesta en funcionamiento. En ese sentido, se deberá considerar el plazo de la prestación principal y de la prestación accesorio, con sus respectivas disgregaciones según numeral "1.9. Plazo de entrega" de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Observación: Nro. 625

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar qué se entenderá como proyectos similares en la parte de calificación ¿experiencia del personal clave¿.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la definición de proyectos similares para el personal clave será la misma definición establecida para la experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 626

Consulta/Observación:

Como parte del mantenimiento preventivo, verificamos que se exige la provisión de consumibles, los fungibles. Al respecto, pedimos suprimir la provisión de consumibles, fungibles como parte del mantenimiento, pues esa cláusula podría conllevar a que se deban cambiar elementos que se desgastan con el tiempo por su uso, como los tubos de rayos x. Si el contratista asume esos cambios, el costo de la prestación será mucho más grande, además que no hay forma de prever el desgaste de los componentes, pues ello depende

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como parte del mantenimiento solo se exigirá el cambio o reposición de los consumibles o fungibles incluidos en el programa de mantenimiento preventivo establecido en los manuales del fabricante y/u otro documento del fabricante.

Además, se precisa que la siguiente información del Índice A será presentada dentro de los 30 días calendarios posterior a la aprobación de la Hoja de presentación de producto y/o ficha técnica: programa de mantenimiento preventivo (Formato 10), procedimiento de mantenimiento preventivo (Formato 11), protocolo de pruebas (Formato 1), formato de valorización (Formato 2), programa de capacitación de manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica (Formato 5), programa de capacitación especializada en servicios técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento (Formato 6). Ello pues los detalles de los equipos recién estarán determinados con la la aprobación de la Hoja de presentación de producto y/o ficha técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Índice A: La siguiente información del Índice A será presentada dentro de los 30 días calendarios posterior a la aprobación de la Hoja de presentación de producto y/o ficha técnica: programa de mantenimiento preventivo (Formato 10), procedimiento de mantenimiento preventivo (Formato 11), protocolo de pruebas (Formato 1), formato de valorización (Formato 2), programa de capacitación de manejo, operación funcional, cuidado y conservación básica (Formato 5), programa de capacitación especializada en servicios técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento (Formato 6).

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 627

Consulta/Observación:

Favor, aclarar si el contratista realizará trabajos de preinstalación y, en caso sea así, confirmar que dichos trabajos solo incluyen adecuaciones para el equipo, no trabajos de infraestructura o suministros (agua, luz, etc).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme el numeral 9.2.2., corresponde confirmar que los trabajos de preinstalación deben ser ejecutados por el contratista, en caso ello se requiera. Se aclara que los trabajos de preinstalación refieren a trabajos de acondicionamiento dentro de la sala para el funcionamiento del bien, lo que no incluye trabajos que impacten en la infraestructura de la sala ni vinculados al suministro de servicios básicos, como electricidad, sanitario, gases, internet, etc. En caso de existir demoras ajenas al proveedor, como trabajos civiles, instalaciones electricas, etc. dicha demora no le será imputable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 628

Consulta/Observación:

3. Como parte de la elaboración de las Hojas de presentación de producto se indica que la entidad tendrá 10 días para aprobar el documento. En caso haya alguna observación, qué plazo se dará al contratista para la subsanación respectiva. Favor, aclarar

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se otorgará un plazo de 10 días al contratista para subsanar las observaciones que se presentasen en la Hojas de presentación de producto (Apéndice D)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 629

Consulta/Observación:

Respecto al pago de los mantenimientos, favor aclarar que el pago se hará respecto al mantenimiento ejecutado de cada subitem.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo establecido en las Bases, el pago podrá efectuarse respecto a cada mantenimiento ejecutado por cada equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 630

Consulta/Observación:

De la revisión de las Bases, verificamos que para la acreditación de las EETT se piden dos anexos ¿Anexo N° 3 ¿ Declaración Juada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas¿ y ¿Anexo N° 1 Declaración Jurada de Cumplimiento de las Características Técnicas¿. Favor, aclarar si se presentarán ambos anexos en conjunto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se deberá presentar únicamente el "Anexo 3 - Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime de las Bases el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, así como otro extremos de las bases donde se requiera ello

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 631

Consulta/Observación:

8. Tomando en cuenta la magnitud del proyecto, solicitamos que los adelantes directos a entregar puedan ser avalados con la constitución de un fideicomiso, tal como lo permite la normativa de contratación pública para proyectos de gran envergadura, como es el presente caso.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaremos que el fideicomiso sugerido y contemplado en el artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "Fideicomiso de adelanto de obra", solo aplica para obras, mas no para bienes. No se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 632

Consulta/Observación:

Respecto al cambio de repuestos por garantía, solicitamos aclarar que el repuesto cambiado por uno nuevo será entregado al contratista, ello para coordinar su desecho y trazabilidad con fábrica, en el marco de las normas medio ambientales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que siempre que el repuesto haya sido sustituido bajo garantía y sin costo a la entidad, esta procederá a entregar el repuesto sustituido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 633

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-424 REGLA BIOMÉTRICA DE NO CONTACTO

B04. CAPTURA AUTOMÁTICA ANTE POSICIONAMIENTO Y ENFOQUE ADECUADO.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

B04. CAPTURA MANUAL SIN NECESIDAD DE POSICIONAMIENTO NI ENFOQUE ESPECÍFICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-424 Literal: B04 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CAPTURA MANUAL SIN NECESIDAD DE POSICIONAMIENTO NI ENFOQUE ESPECÍFICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:CAPTURA MANUAL SIN NECESIDAD DE POSICIONAMIENTO NI ENFOQUE ESPECÍFICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 634

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-403 ESCALERA PARA DEDOS

B04 . MUESCAS O PELDAÑOS PARA COLOCAR LOS DEDOS , CAPACIDAD DE 30 O MAS PELDAÑOS

Se pide considerar los peldaños a partir de la siguiente :

B04. MUESCAS O PELDAÑOS PARA COLOCAR LOS DEDOS , CAPACIDAD DE 20 PELDAÑOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-403 Literal: B04 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 635

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-202 CAFETERA INDUSTRIAL

B01.CAPACIDAD: ENTRE 15 A 20 LITROS.

Para mayor concurrencia y pluralidad de postores, se solicita AL COMITÉ se acepte CONSIDERAR

B01. CAPACIDAD: ENTRE 8 A 10 LITROS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-202 A Literal: B01 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 636

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-229 HORNO INDUSTRIAL

B09: CAPACIDAD: 20 GALONES A MAS

proponemos al comité modificarla a :

B11: DE 6 GALONES A 10 MÁX

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-229 Literal: B09 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CAPACIDAD:DE 6 GALONES A 10 MÁX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CAPACIDAD:DE 6 GALONES A 10 MÁX

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 637

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D -138 EQUIPO DE ENVASADORA DE MEDICAMENTOS

B08: INCLUYE SOFTWARE CON LICENCIA PARA CONTROL Y /O REGISTRO DE ENVASADOS

Solicitamos que se pueda considerar esta propuesta a lo siguiente :

B08: SIN SOFTWARE DE REGISTRO DE ENVASADOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-139 Literal: B08 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

SIN SOFTWARE DE REGISTRO DE ENVASADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SIN SOFTWARE DE REGISTRO DE ENVASADOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 638

Consulta/Observación:

PRESTACIÓN ACCESORIA del numeral 6 CONDICIONES DEL BIEN A CONTRATAR de los TDR

En relación a la prestación accesoria, solicitada en los Términos de Referencia, se verifica que se está señalando como parte de ella a la pre-instalación del equipamiento y la instalación de del equipamiento hospitalario, así como el protocolo de pruebas y la entrega de dossiers.

Al respecto, se cumple con señalar que ni en las bases estandarizadas ni en la Ley de Contrataciones, se establecen las señaladas actividades y o supuestos, como parte de una PRESTACIÓN ACCESORIA, por lo que solicitamos se sirva verificar lo señalado, a fin de incorporarlo como parte de la PRESTACIÓN PRINCIPAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: . Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 639

Consulta/Observación:

PRESTACIÓN ACCESORIA del numeral 6 CONDICIONES DEL BIEN A CONTRATAR de los TDR

En las prestaciones accesorias se menciona ¿garantía del equipamiento¿ refiriéndose al mantenimiento preventivo de los equipos SEÑALADO EN EL CUADRO 1.

Al respecto, solicitamos se sirva evaluar lo señalado, ya que la garantía de los equipos es una condición comercial y una actividad distinta al mantenimiento de los mismos, la cual forma parte de la prestación principal, de ser el caso.

Asimismo, no se detallan las condiciones para el desarrollo del mantenimiento PREVENTIVO.

En ese sentido, solicitamos se establezcan los términos correctos en el marco de la normativa de contrataciones del Estado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: . Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el mantenimiento preventivo es una actividad distinta a la garantía del bien. El mantenimiento preventivo se realizará de acuerdo al programa de mantenimiento. Se aclara que, en caso los equipos no hayan sido instalados por causas no imputables al proveedor en un plazo máximo de 6 meses posteriores a su entrega en calidad de bulto en almacén, la garantía de los equipos empezará a contabilizarse a partir de dicha fecha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20609854457	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	FACLAMA SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:32:58

Consulta: Nro. 640

Consulta/Observación:

En el numeral 6.5.1.3. de las Especificaciones Técnicas se menciona que es responsabilidad del contratista las demoras en las que se incurra o cualquier desperfecto o daño en la entrega e instalación, así como los gastos que esta conlleve.

En ese sentido, solicitamos se sirva aclarar y/o precisar cuales son las OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD respecto a la implementación de los equipamientos.

La presente observación se sustenta en virtud de lo señalado en la Ley N° 30225 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, artículo 2, el cual señala: Principios que rigen las contrataciones: Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.5.1.3 Literal: . Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La obligación del proveedor es entregar los bienes con una antigüedad no mayor de 12 meses a la fecha de presentación de ofertas, conforme lo establecido en las Bases. No le aplica al proveedor las prestaciones ajenas a las indicadas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará en las Bases: La fecha de fabricación deberá ser no mayor de doce (12) meses antes de la fecha de presentación de la oferta de cada empresa

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 641

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

C04 UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 5MHZ A 18 MHZ, CON LONGITUD DEL ARREGLO ENTRE 37 mm Y 39 mm.

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD E ´POSTORES ACEPTARAN TAMBIEN

C04 UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 5MHZ A 18 MHZ, CON LONGITUD DEL ARREGLO ENTRE 37 mm Y 39 Y/O 60 mm.

Acápita de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-102 **Literal:** C04 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 5MHZ A 18 MHZ, CON LONGITUD DEL ARREGLO ENTRE 37 mm Y 39 Y/O 60 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 5MHZ A 18 MHZ, CON LONGITUD DEL ARREGLO ENTRE 37 mm Y 39 Y/O 60 mm.

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Observación: Nro. 642

Consulta/Observación:

SOLICITAN EN TODO EL ITEM C

Solicitamos al comité verificar si las centrales de monitoreo requieren los componentes descritos en los puntos C01 al C37 que describen monitores de 8 parámetros que corresponderían a la clave D-9 y que cantidades de monitores solicitan por cada central. Cabe mencionar que ya existe una Clave D- 9 en las presentes fichas técnicas y que solicita una cantidad de 9 equipos para esta clave, por lo que entendemos que los solicitado en en esta clave D-530 corresponde a 4 centrales con una cantidad determinada de monitores de 8 parámetros adicional a lo solicitado en la clave d-9 y si es correcta nuestra apreciación solicitamos al Comité colocar la cantidad de monitores de 8 parámetros que solicitan por cada Central.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-530 Literal: C Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUELAS CENTRALES DE MONITOREO ESTAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CENTRAL DE MONITOREO D-530, UBICADO EN SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL A3-417, CONSTA DE 7 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARÁMETROS CODIGO D-9

CENTRAL DE MONITOREO D-530, UBICADO EN UCIN AADULTO A3-449, CONSTA DE 4 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS CODIGO D-7

CENTRAL DE MONITOREO D-530, UBICADO EN UCIN AADULTO A3-449, CONSTA DE 6 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS CODIGO D-7

CENTRAL DE MONITOREO D-530, UBICADO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A3-319, CONSTA DE 7 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARÁMETROS NEONATAL CODIGO D-8a

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 643

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

D02 BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 04 HORAS

SOLICITAMOS PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES CONSIDERAR

D02 BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 03 HORAS A MAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-1 Literal: D02 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Observación: Nro. 644

Consulta/Observación:

DICE:

C10 ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%.

Observación: actualmente las tecnologías de reproducción cromática Ra y R9 son mayores o iguales al 97% lo que garantiza una luz mas Homogena y estable por lo tanto en base al principio de Vigencia tecnológica solicitamos al comité modificar de la siguiente manera; C09 ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 97%.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-31A Literal: C10 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 97%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 97%.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 645

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-161 ANDADOR PARA ADULTO

B04. ACABADO ANONIZADO

En los catálogos de las diferentes marcas que existen actualmente solo el material del producto sin que estas afecten su funcionalidad.

B04. ACABADO SEGÚN EL MATERIAL

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-161 Literal: B04 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 646

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-161 ANDADOR PARA ADULTO

B05. PESO MÁXIMO SOPORTADO 130 KILOS

consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera

B05. PESO MÁXIMO SOPORTADO 100 KILOS

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-161 **Literal:** B05 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
PESO MÁXIMO SOPORTADO 100 KILOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PESO MÁXIMO SOPORTADO 100 KILOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 647

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-90 CALENTADOR CORPORAL

B05. Programa de temporización y temperatura.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

B05. PROGRAMACIÓN DE TEMPERATURA.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-90 Literal: B05 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 648

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-410 PORTA LAMINAS

A04. CON GRADILLAS PARA MANTENER LAS LÁMINAS EN VERTICAL

Consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera

A04. CANASTILLAS CON DIMENSIONES APROX. 10CMX8CM PARA MANTENER LAS LÁMINAS EN VERTICAL

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-410 Literal: A04 Página: 494

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CANASTILLAS CON DIMENSIONES APROX. 10CMX8CM PARA MANTENER LAS LÁMINAS EN VERTICAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CANASTILLAS CON DIMENSIONES APROX. 10CMX8CM PARA MANTENER LAS LÁMINAS EN VERTICAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 649

Consulta/Observación:

SOLICITAN: O-55 LENTES PROTECTORES

C01: INCLUYE PORTALENTES DE SEGURIDAD

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

C01: INCLUYE PORTALENTES DE SEGURIDAD (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: O-55 Literal: C01 Página: 530

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 650

Consulta/Observación:

SOLICITAN: O-73 PELOTAS PARA EJERCICIO 3 MEDIDAS PARA NIÑOS

E01. DOS (02) DE 30 A 35 CM. DE DIÁMETRO.

Consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera

C01. DOS (02) DE 30 A 40 CM. DE DIÁMETRO APROXIMADAMENTE.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: O-73 Literal: E01 Página: 501

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DOS (02) DE 30 A 40 CM. DE DIÁMETRO APROXIMADAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DOS (02) DE 30 A 40 CM. DE DIÁMETRO APROXIMADAMENTE.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 651

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-41 UNIDAD DENTAL CON SILLÓN INCORPORADO

B07 UN (01) PEDAL DE ACTIVACIÓN, COMO MÍNIMO QUE PERMITA CONTROLAR LA PIEZA DE MANO MICROMOTOR Y PIEZA DE ULTRASONIDO

SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR, CONSIDERAR LA MODIFICACIÓN PARA UNA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-41 Literal: B07 Página: 679

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UN (01) PEDAL DE ACTIVACIÓN COMO MÍNIMO QUE PERMITA CONTROLAR UNA PIEZA DE MANO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) PEDAL DE ACTIVACIÓN COMO MÍNIMO QUE PERMITA CONTROLAR UNA PIEZA DE MANO

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 652

Consulta/Observación:
SOLICITAN: SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESINFECCIÓN A TRAVÉS DE DOS (02) RECIPIENTES SE SOLICITA CONSIDERAR PARA PLURALIDAD DE POSTORES, YA QUE PUEDE DIRIGIRSE A MARCAS EN ESPECIFICO.
B08 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESINFECCIÓN A TRAVÉS DE DOS (02) RECIPIENTES (OPCIONAL)
Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-41 Literal: B08 Página: 678
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 653

Consulta/Observación:

SOLICITAN: APOYO DE CABEZA ANATÓMICO, ARTICULADO Y MOVIBLE CON DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA, ABAJO, ADELANTE Y ATRÁS PARA AMBIDIESTROS

SOLICITAMOS AL COMITÉ PARA UNA PLURALIDAD DE POSTORES, CONSIDERAR EL RETIRO DE (AMBISIESTROS), YA QUE SE PUEDE DIRECCIONAR A MARCAS EN ESPECÍFICO

B29 APOYO DE CABEZA ANATÓMICO, ARTICULADO Y MOVIBLE CON DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA, ABAJO, DELANTE Y ATRÁS.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-41 **Literal:** B29 **Página:** 678

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 654

Consulta/Observación:

SOLICITAN: RESPALDAR CON ANCHO NO MENOR A 530 MM

SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERE AMPLIAR LAS MEDIDAS PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

B31 RESPALDAR CON ANCHO NO MENOR A 510 MM

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-41 **Literal:** B31 **Página:** 678

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 655

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-215 CONGELADORA VERTICAL DE -30 °C -40 °C

C01:REGISTRADOR CIRCULAR DE TEMPERATURA (TERMOGRAFO).

Solicitamos que se acepte la medida mas amplia, para una mayor pluralidad de postores.

C01: REGISTRADOR CIRCULAR DE TEMPERATURA (TERMOGRAFO).OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: E-215

Literal: C01

Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 656

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-215 CONGELADORA VERTICAL DE -30 °C -40 °C

D02:CINCUENTA (50) UNIDADES DE PAPEL CIRCULAR DE SIETE DIAS.

Solicitamos que se acepte la medida mas amplia, para una mayor pluralidad de postores.

D02: CINCUENTA (50) UNIDADES DE PAPEL CIRCULAR DE SIETE DIAS. OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-215 Literal: D02 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 657

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-215 CONGELADORA VERTICAL DE -30 °C -40 °C

B13.SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADO.CONTROL TIPO DE ENFRIAMIENTO DIRECTO-ESTÁTICO

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia.

B13.SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADO

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** E-215 **Literal:** B13 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 658

Consulta/Observación:

DICE : UN (01) SISTEMA DE FIJACIÓN EN PARED O PISO, CON REGULACIÓN DE ALTURA.

SOLCITAMOS CONSIDERAR:

DOS (2) SISTEMAS DE FIJACIÓN EN PARED Y PISO, CON REGULACIÓN DE ALTURA.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-176 **Literal:** C01 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

DOS (2) SISTEMAS DE FIJACIÓN EN PARED Y PISO, CON REGULACIÓN DE ALTURA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DOS (2) SISTEMAS DE FIJACIÓN EN PARED Y PISO, CON REGULACIÓN DE ALTURA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 659

Consulta/Observación:
PEDIMOS A LA ENTIDAD CONSIDERAR PARA PLURALIDAD DE POSTORES
DIMENSIONES: 10.5 cm X 4 cm X 4.5 cm. APROXIMADAMENTE.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-409 **Literal:** A06 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DIMENSIONES: 10.5 cm X 4 cm X 4.5 cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DIMENSIONES: 10.5 cm X 4 cm X 4.5 cm.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 660

Consulta/Observación:

DICE:
FUNCIONAMIENTO CON PILAS RECARGABLES CON CARGADOR YO ADAPTADOR DE RED DE 220-230 VAC/60 HZ
SOLICITAMOS CONSIDERAR
FUNCIONAMIENTO CON PILAS RECARGABLES CON CARGADOR YO ADAPTADOR DE RED DE 220-230 VAC/60

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-156 Literal: B06 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
FUNCIONAMIENTO CON PILAS RECARGABLES CON CARGADOR YO ADAPTADOR DE RED DE 220-230 VAC/60 HZ
O SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: FUNCIONAMIENTO CON PILAS RECARGABLES CON CARGADOR YO ADAPTADOR DE RED DE 220-230 VAC/60 HZ O SEGÚN FABRICANTE

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 661

Consulta/Observación:

D03. LENTE DE HRUBY ADAPTADO A LA LAMPARA DE HENDIDURA PARA EXÁMENES DE FONDO DE OJO.

Este punto es un metodología antigua, ya que los lentes Goldman y Lupas Asfericas cumplen con esa función. Se solicita sea opcional.

D03. LENTE HRUBY ADAPTADO A LA LAMPARA DE HENDIDURA (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-47 Literal: D03 Página: 808

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 662

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-181 CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBAS ADULTO Y PEDIÁTRICO

B06: CAJA PARA TRANSPORTAR LA MONTURA Y LENTES FABRICADA EN MADERA O MATERIAL RESISTENTE Y RECUBIERTA EN SU INTERIOR

SOLICITAMOS PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SE CONSIDERE DE LA SIGUIENTE MANERA.
B06: CAJA PARA TRANSPORTAR LA MONTURA Y LENTES FABRICADA EN ALUMINIO O ALGÚN MATERIAL RESISTENTE Y RECUBIERTA EN SU INTERIOR

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-181 Literal: B06 Página: 609

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CAJA PARA TRANSPORTAR LA MONTURA Y LENTES FABRICADA EN ALUMINIO O ALGÚN MATERIAL RESISTENTE Y RECUBIERTA EN SU INTERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CAJA PARA TRANSPORTAR LA MONTURA Y LENTES FABRICADA EN ALUMINIO O ALGÚN MATERIAL RESISTENTE Y RECUBIERTA EN SU INTERIOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 663

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-181 CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBAS ADULTO Y PEDIÁTRICO

C01. UNA (01) MONTURA DE METAL LIGERO, RESISTENTE O PLÁSTICO

SOLICITAMOS PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SE CONSIDERE DE LA SIGUIENTE MANERA.

C01. UNA (01) MONTURA DE METAL LIGERO, RESISTENTE ACERO INOXIDABLE/PC O PLÁSTICO

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-181 **Literal:** C01 **Página:** 609

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UNA (01) MONTURA DE METAL LIGERO, RESISTENTE ACERO INOXIDABLE/PC O PLÁSTICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) MONTURA DE METAL LIGERO, RESISTENTE ACERO INOXIDABLE/PC O PLÁSTICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 664

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-211 ESTERILIZADOR A VAPOR PARA TRATAMIENTOS

B03 . CAPACIDAD DE LA CÁMARA INTERIOR DE 200L APROX

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

B03. CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL EQUIPO: 27 KG POR CICLO O MAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-211 Literal: B03 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL EQUIPO: 27 KG POR CICLO O MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL EQUIPO: 27 KG POR CICLO O MAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 665

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-211 ESTERILIZADOR A VAPOR PARA TRATAMIENTOS

E05 380VAC/60Hz/3F CON LINEA A TIERRA. POTENCIA CONSUMO APROX. 25 KW

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

E05 GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO INCORPORADO AL SISTEMA, POTENCIA MÁXIMA REQUERIDA 40KW.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-211 Literal: E05 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO INCORPORADO AL SISTEMA, POTENCIA MÁXIMA REQUERIDA 40KW.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO INCORPORADO AL SISTEMA, POTENCIA MÁXIMA REQUERIDA 40KW.

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 666

Consulta/Observación:

SOLICITAN : D-309 FOTOCOAGULADOR DIODO LASER

D06. SEIS (06) LÁMPARAS DE REPUESTO PARA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO (EN CASO DE NO SER TECNOLÓGICA LED) .

solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente

D06. SEIS (06) LÁMPARAS DE REPUESTO PARA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO (EN CASO DE NO SER TECNOLOGIA LED).(OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-309 Literal: D06 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 667

Consulta/Observación:

SOLICITAN : D-309 FOTOCOAGULADOR DIODO LASER

D 0 7 . D O S (0 2) F I B R A S Ó P T I C A S D E R E P U E S T O
solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente.

D07. DOS (02) FIBRAS ÓPTICAS DE REPUESTO (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-309 Literal: D07 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 668

Consulta/Observación:

DICE:

CAPACIDAD: ENTRE 2000 Y 2600 KG.

SOLICITAMOS CONSIDERAR PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS

CAPACIDAD: ENTRE 2000 A MAS

Acápito de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** E-253 **Literal:** B01 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CAPACIDAD: ENTRE 2000 A MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CAPACIDAD: ENTRE 2000 A MAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 669

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

B10 LARGO DE UÑAS: ENTRE 1100 Y 1230 mm

PEDIMOS A LOS ENCARGADOS PARA TENER MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES CONSIDERAR

B10 LARGO DE UÑAS: ENTRE 1100 Y 1230 mm CON UN RANGO DE TOLERANCIA DE 10% EN LAS MEDIDAS

Acápito de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** E-253 **Literal:** B10 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

LARGO DE UÑAS: ENTRE 1100 Y 1230 mm CON UN RANGO DE TOLERANCIA DE 10% EN LAS MEDIDAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LARGO DE UÑAS: ENTRE 1100 Y 1230 mm CON UN RANGO DE TOLERANCIA DE 10% EN LAS MEDIDAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 670

Consulta/Observación:
SOLICITAN: D-282A CONSERVADORA HORIZONTAL DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

B08 : RENDIMIENTO FRIGORÍFICO: TROPICALIZADO: DEBE MANTENER EN EL GABINETE DE CONSERVACIÓN TEMPERATURA DE 0°C A +8°C A TEMPERATURA AMBIENTE SEGÚN LA ZONA GEOGRÁFICA.

Requerimos se modifique a lo señalado en líneas anterior a :

B08 : AUTONOMÍA FRIGORÍFICA: PATENTE DISEÑADA PARA MANTENER LAS VACUNAS DE +2°C A +8°C

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-282A Literal: B08 Página: 419

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
AUTONOMÍA FRIGORÍFICA: PATENTE DISEÑADA PARA MANTENER LAS VACUNAS DE +2°C A +8°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: AUTONOMÍA FRIGORÍFICA: PATENTE DISEÑADA PARA MANTENER LAS VACUNAS DE +2°C A +8°C

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 671

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-282A CONSERVADORA HORIZONTAL DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

C01 : ALIMENTACIÓN DE 220 VAC - 60 HZ (CON TOLERANCIA SEGÚN CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).

Solicitamos que se acepte la medida mas amplia:

C01 : ALIMENTACIÓN DE 1PH - 220 V - 50/60 HZ (CON TOLERANCIA SEGÚN CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-282A **Literal:** C01 **Página:** 419

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

ALIMENTACIÓN DE 1PH - 220 V - 50/60 HZ (CON TOLERANCIA SEGÚN CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ALIMENTACIÓN DE 1PH - 220 V - 50/60 HZ (CON TOLERANCIA SEGÚN CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 672

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-164 BARRA SUECA ADULTO

B03. CON 10 A 13 BARRAS ALINEADOS VERTICALMENTE PARA EJERCICIOS EN POSICIÓN SENTADO Y DE PIE Y MEJORAR RANGOS DE MOVIMIENTOS DE HOMBROS. ALTURA AJUSTABLE PARA NIÑOS

Se solicita que la especificación quede de la siguiente manera:

B03. CON 8 BARRAS ALINEADOS VERTICALMENTE PARA EJERCICIOS EN POSICIÓN SENTADO Y DE PIE Y MEJORAR RANGOS DE MOVIMIENTOS DE HOMBROS. ALTURA AJUSTABLE PARA NIÑOS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-164 Literal: B03 Página: ..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 673

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-142 CHATA PEDRIATICA

A01. DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE.

Solicitamos a la entidad considerar el uso del siguiente material para el producto, garantizando que su funcionalidad no se verá comprometida.

A01. DE PLÁSTICO HOSPITALARIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-142 Literal: A01 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 674

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-424 REGLA BIOMÉTRICA DE NO CONTACTO

B06. QUERATOMETRIA CON 16 PUNTOS DE REFERENCIA.

consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera

B06. QUERATOMETRIA CON 10 PUNTOS DE REFERENCIA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-424 Literal: B06 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 675

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D- 168 ESCALERA COMBINADA CON RAMPA
B02. CONSTRUIDO DE MATERIAL ACERADO Y EXTRAPESADO DE 1.4", CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTADO CON PINTURA EPOXICA

Se solicita cambiar el texto por :

B02. CONSTRUIDO DE MADERA Y TRIPLAY FORRADO ,PASAMANOS DE MANERA , PINTADO AL NATURAL CON BARNIZ .

Acápita de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** D-168 **Literal:** B02 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 676

Consulta/Observación:

SOLICITAN: O-59 SIERRA DE MANO PARA METAL

B03.MANGO DE GOMA, ERGONÓMICO.

con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y evitar el direccionamiento a una marca en específico, solicitamos al Comité de Selección permita agregar.

B03. MANGO DE PLÁSTICO

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** O-59 **Literal:** B03 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
MANGO DE PLÁSTICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: MANGO DE PLÁSTICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 677

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-258 TACOMETRO

B12. PERMITE MEDICIÓN ÓPTICA Y DE CONTACTO.

Con la finalidad de que no restrinja nuestra participación en tal proceso, solicitamos al comité poder considerar el siguiente punto.

B12. SOLO PERMITE MEDICIÓN DE CONTACTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-258 Literal: B12 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 678

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-105 COMPRESOR PARA CÁMARA FRIGORÍFICA

B02.POSICIÓN DEL CILINDRO VERTICAL

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de innovación con la siguiente redacción de este requisito:

B02. POSICIÓN DEL CILINDRO HORIZONTAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-105 Literal: B02 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
POSICIÓN DEL CILINDRO HORIZONTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: POSICIÓN DEL CILINDRO HORIZONTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 679

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D -282 A CONSERTVADOR HORIZONTAL DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

B06: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS DE 100 A 110 LITROS .

Solicitamos al comité para una mayor pluralidad considerar lo siguiente :

B06: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS DE 60 LITROS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D -282 A Literal: B06 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS DE 60 LITROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS DE 60 LITROS

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 680

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 del Capítulo I de las Bases, se detalla el plazo de entrega de la prestación, indicándose el plazo de la prestación principal y el de la prestación accesorio, cada una de ellas con sus respectivos plazos internos.

Al respecto, solicitamos confirmar cómo se consignarán dichos plazos en el Anexo N° 4, considerando que dicho anexo primigeniamente está pensado en la consignación de un solo plazo. Por ello, en virtud de principio de transparencia, solicitamos al comité de selección indicar de forma precisa qué plazos de los establecidos en el numeral 1.9 se deben considerar en el Anexo N° 4.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 14

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al Anexo 4 de las Bases Estandar, en el plazo de entrega de bienes bajo la modalidad de llave en mano, se debe detallar el plazo de entrega, de instalación y de puesta en funcionamiento. En ese sentido, se deberá considerar el plazo de la prestación principal y de la prestación accesorio, con sus respectivas disgregaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 681

Consulta/Observación:

En determinada parte de las Bases (numeral 1.9 del Capítulo I y Cuadro 1) se detalla que como parte de las prestaciones del contratista se deben realizar determinados trabajos de preinstalación. No obstante, en el numeral 6.3.4 del Requerimiento, se indica que en caso los ambientes requieran de mayores condiciones de preinstalación a las existentes, se coordinará con la entidad para que esta realice los trabajos de preinstalación.

En ese sentido, en virtud del principio de transparencia, solicitamos aclarar si los trabajos de preinstalación serán ejecutados por el contratista o por la Entidad.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al numeral 9.2.2., de aclara que los trabajos de preinstalación deben ser ejecutados por el contratista, en caso ello se requiera. Los trabajos de preinstalación refieren a trabajos de acondicionamiento dentro de la sala para el funcionamiento del bien, lo que no incluye trabajos que impacten en la infraestructura de la sala ni vinculados al suministro de servicios básicos, como electricidad, sanitario, gases, internet, etc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 682

Consulta/Observación:

Para poder costear adecuadamente la oferta, necesitamos que nos confirmen que, si bien el contratista se hará cargo de los trabajos de preinstalación de los equipos según el cuadro 1, todos los ambientes contarán con los suministros necesarios para su operación. Es decir, a cada ambiente llegará un punto de suministro eléctrico, de red, sanitario, de gases, etc. según la necesidad de cada equipo a instalar. En otras palabras, necesitamos que se confirme que el contratista no necesitará realizar cableado, tendido de tuberías u otros desde los ambientes de los equipos a las fuentes de suministro.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para la instalación de los bienes, en cada ambiente llegará un punto de suministro eléctrico, de red, sanitario, de gases, etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 683

Consulta/Observación:

En el numeral 10.2 del requerimiento, se determina que una de las prestaciones a realizar por el contratista es la remisión de las Hojas de presentación de producto (Apéndice D), ello en el plazo de 90 días calendarios. Una vez presentadas dichas hojas, se indica que la Entidad tendrá un plazo de 10 días calendarios para su aprobación. Ahora bien, en caso la Entidad tenga alguna observación, solicitamos aclarar si se dará al contratista un plazo para para subsanar dicha observación, siendo que en caso se subsane en el plazo no se aplicará ninguna penalidad.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se otorgará un plazo de 10 días al contratista para subsanar las observaciones que se presentasen en la Hojas de presentación de producto (Apéndice D)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 684

Consulta/Observación:

En la forma de pago del primer pago parcial se indica que se debe presentar el documento de aprobación del Apéndice D. No obstante, no se indica si para ese primer pago parcial se debe presentar algún comprobante de pago. Por favor, aclarar si, además de la aprobación del Apéndice D, se deberá entregar el comprobante de pago por el monto parcial abonado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, se deberá entregar el comprobante de pago

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 685

Consulta/Observación:

Como parte del quinto pago parcial, se establece que los mantenimientos se cancelarán de forma semestral después de haber ejecutado el ultimo mantenimiento correspondiente. Al respecto, solicitamos aclarar que el pago se realizará respecto a cada mantenimiento efectivamente ejecutado durante el semestre por cada subitem.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme lo establecido en las Bases, el pago podrá efectuarse respecto a cada mantenimiento ejecutado por cada equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 686

Consulta/Observación:

Como parte de la admisión de la oferta, se establece que se debe presentar el ¿Anexo N° 3 ¿ Declaración Juada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas¿. Ahora bien, además de dicho Anexo, también vemos que se consideró el ¿Anexo N° 1 Declaración Jurada de Cumplimiento de las Características Técnicas¿, en la cual se debe mencionar las especificaciones de los bienes ofertados declarando su cumplimiento.

Al respecto, conforme las Bases Estándar del OSCE, solicitamos aclarar cuál de las declaraciones juradas se presentarán, o si se debe adecuar el anexo 3 de acuerdo al contenido del Anexo 1. Favor, aclarar ello a fin de evitar confusión en los participantes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se deberá presentar únicamente el "Anexo 3 - Declaración Juarada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime de las Bases el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 687

Consulta/Observación:

En el numeral ¿10.5. Mantenimiento Preventivo¿ se establece que, como parte del mantenimiento preventivo, se debe proporcionar mano de obra calificada, los consumibles, los fungibles, los insumos y accesorios. Al respecto, solicitamos aclarar que los consumibles y fungibles refieren al cambio de piezas menores propias del mantenimiento, no al cambio de elementos centrales del equipó y que se desgastan por su propio uso, como tubos de rayos x, radiadores, etc, pues de ser así, el costo de la prestación sería mucho más onerosa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como parte del mantenimiento solo se exigirá el cambio o reposición de los consumibles o fungibles incluidos en el programa de mantenimiento preventivo establecido en los manuales del fabricante y/u otro documento del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 688

Consulta/Observación:

Como parte del requisito de calificación ¿experiencia del personal clave¿, se pide que la experiencia sea en proyectos iguales o similares; no obstante, no se consignó qué se considerará como proyecto igual o similar. Favor, confirmar si dicho concepto será igual al consignado en el requisito de calificación ¿experiencia del postor¿.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la definición de proyectos similares para el personal clave será la misma definición establecida para la experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 689

Consulta/Observación:

En la página 23 de las Bases está consignado el requisito de calificación ¿experiencia del postor¿. Por otro lado, en la página 61 también se establece dicho requisito de calificación, pero con información incompleta. Favor, validar que el requisito de calificación aplicable es el consignado en la página 23 de las Bases.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a las Bases del presente procedimiento de selección, en su requerimiento, se establece:

¿5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN¿

Corresponde la adquisición integral del Equipamiento Hospitalario necesario para las UPSS y UPS del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA, para brindar una atención de calidad en beneficio de los pacientes. El tipo de Equipamiento Hospitalario por grupo genérico se clasifica en:

- ¿ Equipos Biomédicos (B),
- ¿ Equipos electromecánicos (E)
- ¿ Equipos complementarios (C)
- ¿ Instrumental médico (I)
- ¿ Lencería (LENC)
- ¿ Mobiliario administrativo (MA)
- ¿ Mobiliario clínico (MC)
- ¿ Menaje (MEN).

Como se puede apreciar la adquisición que va a realizar la Entidad es por el equipamiento integral del hospital; por ello, lo que se requiere es un postor que tenga experiencia en haber suministrado el equipamiento integral de un hospital, no simplemente la venta de equipos médicos de manera individual.

Sin embargo, con la finalidad de propiciar una mayor participación de postores, se reduce el monto de la experiencia requerida de S/ 300,000,000.00 a S/ 210,000,000.00 en la venta integral de equipamiento hospitalario, siempre que dicha venta incluya el equipamiento integral de un proyecto hospitalario público o privado y que contengan como mínimo la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 210,000,000.00 (doscientos diez millones con 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considerarán como bienes similares a la venta integral de equipamiento hospitalario, siempre que dicha venta incluya el equipamiento integral de un proyecto hospitalario público o privado y el cual debe incluir como mínimo la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 690

Consulta/Observación:
SE SUGIERE PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES COLOCAR : A06 DE SOBREMESA CAPACIDAD PARA PROCESAR HASTA 60 O MAS TARJETAS INDIVIDUALES POR HORA

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-243 **Literal:** A06 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DE SOBREMESA CAPACIDAD PARA PROCESAR HASTA 60 O MAS TARJETAS INDIVIDUALES POR HORA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DE SOBREMESA CAPACIDAD PARA PROCESAR HASTA 60 O MAS TARJETAS INDIVIDUALES POR HORA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 691

Consulta/Observación:

LOS EQUIPOS DE CITOMETRIA DE FLUJO UTILIZAN COMO NOMECLATURA ESTANDAR LA CANTIDAD DE EVENTOS EVALUADOS POR SEGUNDOS POR TANTO SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR LOS SIGUIENTE: B06 FRECUENCIA DE EVENTOS NO MENOR A 16,000 EVENTOS POR SEGUNDO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-458 Literal: B06 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
FRECUENCIA DE EVENTOS NO MENOR A 16,000 EVENTOS POR SEGUNDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: FRECUENCIA DE EVENTOS NO MENOR A 16,000 EVENTOS POR SEGUNDO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 692

Consulta/Observación:
se propone mejora de volumen de muestra Sanguinea de 80 UI +/- 5ul ya que a menor volumen de muestra permite el muestreo de pacientes complicados como neonatos, niños entre otros.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-351 **Literal:** B14 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
volumen de muestra Sanguinea de 80 UI +/- 5ul

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: volumen de muestra Sanguinea de 80 UI +/- 5ul

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602551963	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	Hora de envío :	21:47:51

Consulta: Nro. 693

Consulta/Observación:

se propone mejora de volumen de muestra prediluido de 20 UI +- 5ul ya que a menor volumen de muestra permite el muestreo de pacientes complicados como neonatos, niños entre otros.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-351 Literal: B15 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
volumen de muestra Sanguinea de 20 UI +/- 5ul

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: volumen de muestra Sanguinea de 20 UI +/- 5ul

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 694

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
B07 SELECCIÓN DE AL MENOS CUATRO (04) PUNTOS FOCALES.
Actualmente la tecnología cuenta con una gran apertura de para enfoques mas dinámicos y precisos por lo que solicitamos al comité aceptar por vigencia tecnológica y pluralidad de postores aceptar también: B07 SELECCIÓN DE AL MENOS CUATRO(04) PUNTOS FOCALES O TECNOLOGÍA DE ENFOQUE DINÁMICO Y ZONAS FOCALES

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-102 Literal: B07 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Observación: Nro. 695

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
B03 CAPACIDAD WEB INCLUIDA, (INCLUYE LAS LICENCIAS NECESARIAS, 03 COMO MÍNIMO, PARA LA MONITORIZACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB)
la solicitud de que las centrales de monitoreo cuenten con una capacidad de monitorización a través de la Web podría a futuro traer problemas para la seguridad por filtración de datos de los pacientes al ser un sistema abierto y poco seguro. Actualmente los sistemas de gestión de información de los pacientes se hacen por estrictos protocolos cerrados y los equipos deberían contar con la posibilidad de comunicación a estos sistemas de forma bidireccional. Cabe mencionar que la tecnología actual también puede brindar acceso a la información de las centrales de monitoreo desde diferentes dispositivos electrónicos siempre y cuando estén dentro de un sistema cerrado y controlado por la entidad que permita la visualización de los equipos conectados a la central de monitoreo. Por tanto en vista de que la actual solicitud podría a futuro generar algunos problemas de seguridad sugerimos al comité modificar la presente especificación de la siguiente manera: B03 SISTEMA CON CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL HOSPITAL Y QUE CUENTE CON ACCESO REMOTO DESDE AL MENOS 3 DISPOSITIVOS EXTERNOS PARA VIZUALIZACION DE LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA CENTRAL DE MONITOREO.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-530 Literal: B03 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Observación: Nro. 696

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

B03 EQUIPO PORTÁTIL, CON ASA Y BATERÍAS INTERNAS DE RESPALDO.

Actualmente los equipos pueden usar Asas o agarraderas para así poder transportarlos ademas deben ser ligeros. Por lo tanto en base a los principios de pluralidad de postores y vigencia tecnológica solicitamos al comité modificar la especificación de la siguiente manera:

B03 EQUIPO PORTÁTIL, CON ASA O AGARRADERA Y BATERÍAS INTERNAS DE RESPALDO CON UN PESO NO MAYOR A 4 KG

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-12 **Literal:** B03 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

EQUIPO PORTÁTIL, CON ASA O AGARRADERA Y BATERÍAS INTERNAS DE RESPALDO CON UN PESO NO MAYOR A 4 KG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: EQUIPO PORTÁTIL, CON ASA O AGARRADERA Y BATERÍAS INTERNAS DE RESPALDO CON UN PESO NO MAYOR A 4 KG

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Observación: Nro. 697

Consulta/Observación:

DICE:

C09: ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%.
Observación: actualmente las tecnologías de reproducción cromática Ra y R9 son mayores o iguales al 97% lo que garantiza una luz mas Homogena y estable por lo tanto en base al principio de Vigencia tecnológica solicitamos al comité modificar de la siguiente manera; C09 ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 97%.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** D-31A **Literal:** C09 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 97%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 97%.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 698

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D - 62 OTOSCOPIO
D01. DEL SISTEMA CARGADOR DE BATERIAS: DE 220 VAC-230 VAC/50/60 HZ., CON CABLE DE PODER Y ENCHUFE CON LINEA A TIERRA. CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

DEL SISTEMA CARGADOR DE BATERIAS: DE 220 VAC-230 VAC/50/60 HZ.,CONSIDERE CON CABLE DE PODER Y ENCHUFE SIN LÍNEA A TIERRA. CON ENTRADA NACIONAL Y CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA R.M N°175 ¿ 2008 - MEM

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-62 Literal: C01 Página: 508

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DEL SISTEMA CARGADOR DE BATERIAS: DE 220 VAC-230 VAC/50/60 HZ.,CONSIDERE CON CABLE DE PODER Y ENCHUFE SIN LÍNEA A TIERRA. CON ENTRADA NACIONAL Y CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA R.M N°175 - 2008 - MEM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DEL SISTEMA CARGADOR DE BATERIAS: DE 220 VAC-230 VAC/50/60 HZ.,CONSIDERE CON CABLE DE PODER Y ENCHUFE SIN LÍNEA A TIERRA. CON ENTRADA NACIONAL Y CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA R.M N°175 - 2008 - MEM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 699

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-439 PROTECTOR EMPLOMADO DE GONADAS

B06. CON COSTURA DE HILO DE NYLON.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

B06. CON COSTURA DE HILO DE NYLON u otro equivalente

Acápito de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** D-439 **Literal:** B06 **Página:** 492

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CON COSTURA DE HILO DE NYLON u otro equivalente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON COSTURA DE HILO DE NYLON u otro equivalente

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 700

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D- 172 KIT DE BANDAS ELASTICAS

B07. AMARILLO- ROJO - VERDE . CADA UNO DE 1.20 M

consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera

B07. AMARILLO- ROJO - VERDE . CADA UNO DE 1.20 M A MAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-172 Literal: B07 Página: 539

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

AMARILLO- ROJO - VERDE . CADA UNO DE 1.20 M A MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: AMARILLO- ROJO - VERDE . CADA UNO DE 1.20 M A

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 701

Consulta/Observación:
SOLICITAN: D- 35 EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA
E01. 220 VAC /1F/60 HZ CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M .N° 175-2008 - MEM

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

E01. 100-240 VOLTEOS / 60 HZ CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M .N° 175-2008 - MEM

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-35 Literal: E01 Página: 854

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
100-240 VOLTEOS / 60 HZ CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M .N° 175-2008 - MEM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 100-240 VOLTEOS / 60 HZ CONECTOR TIPO SCHUKO Y CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M .N° 175-2008 - MEM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 702

Consulta/Observación:

SOLICITAN:D-147 MANDIL EMPLOMADO

B06. CON COSTURAS DE HILO DE NYLON

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

B06.CON COSTURAS DE HILO DE NYLON U OTRO EQUIVALENTE

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-147 Literal: B06 Página: 520

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CON COSTURA DE HILO DE NYLON u otro equivalente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON COSTURA DE HILO DE NYLON u otro equivalente

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 703

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-494 SIERRA NEUMÁTICA OSCILANTE

A02. CONTROL DE VELOCIDAD EN EL MANGO DE LA SIERRA. QUE PERMITA EL AJUSTE DE LAS HOJAS DENTADAS EN DIFERENTES POSICIONES

Consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera

A02: EL CONTROL DE VELOCIDAD EN EL MANGO DE LA SIERRA, SEA SEGÚN EL FABRICANTE.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-494 Literal: A02 Página: 409

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 704

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-439 PROTECTOR EMPLOMADO DE GONADAS

B05. EQUIVALENCIA DE PLOMO: 0.5 mm.

Consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera

B05. EQUIVALENCIA DE PLOMO: máximo 1 mm.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-439 **Literal:** B05 **Página:** 492

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

EQUIVALENCIA DE PLOMO: máximo 1 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: EQUIVALENCIA DE PLOMO: máximo 1 mm.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 705

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-439 PROTECTOR EMPLOMADO DE GONADAS

B06. CON COSTURA DE HILO DE NYLON.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

B06. CON COSTURA DE HILO DE NYLON u otro equivalente

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-439 **Literal:** B06 **Página:** 492

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CON COSTURA DE HILO DE NYLON u otro equivalente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON COSTURA DE HILO DE NYLON u otro equivalente

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 706

Consulta/Observación:

SOLICITAN: O-59 SIERRA DE MANO PARA METAL

B01. ARCO DE SIERRA METÁLICO

con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y evitar el direccionamiento a una marca en específico, solicitamos al Comité de Selección permita agregar.

B01. ARCO DE SIERRA METÁLICO U OTRO MATERIAL SEGUN FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: O-59 Literal: B01

Página: 478

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 707

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-202 CAFETERA INDUSTRIAL

B05. GRIFO ANTOGOTEO DE DOS SENTIDO.

pedimos a la entidad dicha especificación quede de la siguiente manera

B05. TAPA ANTIDERRAME

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-202A Literal: B05 Página: 432

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 708

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-105 COMPRESOR PARA CAMARA FRIGORIFICA

B04. TIPO PISTÓN

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de innovación con la siguiente redacción de este requisito:

B04. TIPO VALVULA SELENOIDE

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** E-105 **Literal:** B04 **Página:** 425

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
TIPO VALVULA SELENOIDE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TIPO VALVULA SELENOIDE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 709

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-105 COMPRESOR PARA CAMARA FRIGORIFICA

B06. CONFIGURACIÓN ESTACIONARIO

solicitamos al comité de selección ACOGER la consulta formulada por lo cual se solicita considerar

B06. CONFIGURACION TIPO ABIERTO PARA CAPACIDADES DE 3HP A 15 HP

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** E-105 **Literal:** B06 **Página:** 425

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CONFIGURACION TIPO ABIERTO PARA CAPACIDADES DE 3HP A 15 HP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONFIGURACION TIPO ABIERTO PARA CAPACIDADES DE 3HP A 15 HP

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 710

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-441 CONGELADORA VERTICAL DE -86°C
B08. AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 5° DE ESPESOR EN LAS PAREDES

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia.

B08. AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 10 CM DE ESPESOR EN LAS PAREDES

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-441 Literal: B08 Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 10 CM DE ESPESOR EN LAS PAREDES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 10 CM DE ESPESOR EN LAS PAREDES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 711

Consulta/Observación:
SOLICITAN: D-441 CONGELADORA VERTICAL DE -86°C
B09. AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 3.5° COMO MÍNIMO DE
ESPESOR EN LA PUERTA.

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia.

B09. AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 10 CM COMO MÍNIMO DE
ESPESOR EN LA PUERTA.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-441 Literal: B09 Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC DE 10 CM COMO MÍNIMO DE
ESPESOR EN LA PUERTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE
CFC DE 10 CM COMO MÍNIMO DE
ESPESOR EN LA PUERTA.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 712

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-138 EQUIPO DE ENVASADORA DE MEDICAMENTOS
B04 . CUENTA CON SEGURIDAD DIGITAL.

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia.
B04 .CUENTA CON SEGURIDAD DIGITAL (OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-138 **Literal:** B04 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 713

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-138 EQUIPO DE ENVASADORA DE MEDICAMENTOS
E03 . POTENCIA PROX. 3 KW.
Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia.
E03 .POTENCIA PROX. 1.7 kw

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-138 **Literal:** E03 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
POTENCIA PROX. 1.7 kw

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: POTENCIA PROX. 1.7 kw

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 714

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-260 : MEDIDOR PORTATIL DIGITAL DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA B08 .CON FUNCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE MEDIDAS.

Los equipos de última generación cuentan con rangos mas amplios, solicitamos considerar ampliar la potencia. B08.CON FUNCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE MEDIDAS(OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** E-260 **Literal:** B08 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 715

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-250 ASPIRADORA INSDUTRIAL DE SOLIDOS Y LIQUIDOS

A08. LONGITUD DEL CABLE: 7 METROS O MAS

Esta característica restringe la mayor participación de postores, por lo que se pide la Comité ampliar las especificaciones. Quedando el literal de la siguiente manera:

B05: LONGITUD DE CABLE: DE 5.5 MTS O MAS.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-250 Literal: A08 Página: 439

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 716

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-250 ASPIRADORA INSDUTRIAL DE SOLIDOS Y LIQUIDOS

A01. RODABLE RUEDAS DE 5" O MAS

La función principal del equipo es que pueda trasladarse a cualquier lugar y en cualquier sentido, es decir 360°. Por lo que el tamaño de la ruedas no impide la función.

Se solicita modificar parcialmente esta especificación:

A01. EQUIPO RODABLE Y GIRATORIO.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** E-250 **Literal:** A01 **Página:** 439

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
EQUIPO RODABLE Y GIRATORIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: EQUIPO RODABLE Y GIRATORIO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 717

Consulta/Observación:

SOLICITAN : E-182 BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL, FUERZA 500 KG
B04. FUNCIONES MINIMAS: TARA, HOLD, BIM, DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA
SOLICITAMOS PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SE CONSIDERE DE LA SIGUIENTE MANERA.
B04. FUNCIONES MINIMAS: TARA, HOLD, DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** E-182 **Literal:** B04 **Página:** 438

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
FUNCIONES MINIMAS: TARA, HOLD, DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: FUNCIONES MINIMAS: TARA, HOLD, DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 718

Consulta/Observación:

SOLICITAN : E-182 BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL, FUERZA 500 KG
D02. CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220 VAC, 16ª) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N°175-2008-MEM.
SOLICITAMOS PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SE CONSIDERE DE LA SIGUIENTE MANERA.
D02. CABLE Y ENCHUFE CON CONECTOR CORDON/CABLE ORIGINAL DE FABRICA, DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N°175-2008-MEM.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** E-182 **Literal:** D02 **Página:** 438

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 719

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-251 BOTADOR Y JALADOR DE AGUA
B04. AGARRE ANATOMICO Y ANTIDESLIZANTE
SOLICITAMOS CORREGIR EL TERMINO "ANATOMICO" POR "ERGONOMICO A FIN DE NO GENERAR CONFUSIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** E-251 **Literal:** B04 **Página:** 433

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
AGARRE ERGONOMICO Y ANTIDESLIZANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: AGARRE ERGONOMICO Y ANTIDESLIZANTE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 720

Consulta/Observación:

SOLICITAN:D-208 CORTADORA PAPA ELECTRICA

A02. PRODUCCION DE HASTA 500 KG/H APROXIMADO

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

A02. CONSIDERAR LA PRODUCCION SOLICITADA DEL EQUIPO ENTRE UN RANGO DE 300 A 500 KG/H APROXIMADAMENTE YA QUE UNO CON MAYOR PRODUCCION SUPERARIA EN GRAN DIMENSION LAS MEDIDAS SOLICITADAS.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-208 Literal: A02 Página: 418

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 721

Consulta/Observación:

considerar las siguientes medidas:
19.8 largo x 19.8 ancho x 5 alto cm

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: O-1 Literal: B01 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
las siguientes medidas:
19.8 largo x 19.8 ancho x 5 alto cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 19.8 largo x 19.8 ancho x 5 alto cm

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 722

Consulta/Observación:
considerar las siguientes medidas
20 largo x 20 ancho x 1.8 alto cm

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: O-1 Literal: B02 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
las siguientes medidas
20 largo x 20 ancho x 1.8 alto cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 20 largo x 20 ancho x 1.8 alto cm

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 723

Consulta/Observación:

considerar ampliar las medidas: Largo: 19 cm
Ancho: 4.7 cm
Peso: 45 gr.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: O-1 Literal: B03 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
las medidas: Largo: 19 cm
Ancho: 4.7 cm
Peso: 45 gr.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: Largo: 19 cm
Ancho: 4.7 cm
Peso: 45 gr.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 724

Consulta/Observación:

considerar ampliar las medidas 12.8 largo x 2.7 ancho x 1.6 alto cm

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: O-1 Literal: B04 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
las medidas 12.8 largo x 2.7 ancho x 1.6 alto cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 12.8 largo x 2.7 ancho x 1.6 alto cm

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 725

Consulta/Observación:
considerar ampliar las medidas Largo: 19 cm
Ancho: 3 cm
Peso: 40 gr.

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** O-1 **Literal:** B05 **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
las medidas Largo: 19 cm
Ancho: 3 cm
Peso: 40 gr

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: Largo: 19 cm
Ancho: 3 cm
Peso: 40 gr

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 726

Consulta/Observación:

Considerar y tamaño maximo de Largo: 19cm

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: O-1 Literal: B06 **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
tamaño maximo de Largo: 19cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: tamaño maximo de Largo: 19cm

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 727

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-211 ESTERILIZADOR A VAPOR PARA TRATAMIENTOS

C05 TRITURADOR DE DOBLE EJE Y GIRO, CON DISCO DE CORTE MAYOR DE 20 mm EN ACERO AISI H-13 O MEJOR QUE PERMITA QUE LA TRITURACIÓN SE REALICE EN FORMA CONTINUA O SUPERIOR. Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera. C05 TRITURADOR DE DOBLE EJE Y GIRO, CON DISCO DE CORTE MAYOR DE 20 mm EN ACERO AISI H-13 O MEJOR QUE PERMITA QUE LA TRITURACIÓN SE REALICE EN FORMA CONTINUA O SUPERIOR DE DOBLE EJE CON ROTACION DE GIRO Y CONTRAGIRO DE FORMA PERIÓDICA Y AUTOMÁTICA PARA EVITAR ATASCOS Y AÑADIR LOS ACCESORIOS TALES COMO : 01 COMPRESOR DE AIRE PARA OPERACIÓN DEL SISTEMA AUTOCLAVE . 08 UND. DE RECIPIENTES O

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-211 Literal: C05 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 728

Consulta/Observación:

SOLICITAN : D 177 RUEDA PARA EJERCICIOS DE HOMBROS
A01. APARATO EN FORMA CIRCULAR DE MADERA , QUE SE UTILIZA PARA MEJORAR LOS ARCOS DE MOVILIDAD Y LA FUERZA MUSCULAR EN MIEMBROS SUPERIORES, COMO EL HOMBRO.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

A01. APARATO EN FORMA CIRCULAR DE ACERO , QUE SE UTILIZA PARA MEJORAR LOS ARCOS DE MOVILIDAD Y LA FUERZA MUSCULAR EN MIEMBROS SUPERIORES, COMO EL HOMBRO.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-177 Literal: A01 Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
APARATO EN FORMA CIRCULAR DE ACERO , QUE SE UTILIZA PARA MEJORAR LOS ARCOS DE MOVILIDAD Y LA FUERZA MUSCULAR EN MIEMBROS SUPERIORES, COMO EL HOMBRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: APARATO EN FORMA CIRCULAR DE ACERO , QUE SE UTILIZA PARA MEJORAR LOS ARCOS DE MOVILIDAD Y LA FUERZA MUSCULAR EN MIEMBROS SUPERIORES, COMO EL HOMBRO.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 729

Consulta/Observación:

SOLICITAN : D-309 FOTOCOAGULADOR DIODO LASER

C05. ELEMENTO ACTIVO: DIODO LÁSER DE DOBLE FRECUENCIA.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

C05. ELEMENTO ACTIVO:LASER DE ESTADO SÓLIDO BOMBEADO POR DIODOS

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-309 Literal: C05 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 730

Consulta/Observación:

SOLICITAN : D-309 FOTOCOAGULADOR DIODO LASER C27. CON FILTROS DE SEGURIDAD PARA LASER 532nm MESA PORTAFQUIPO DE ALTURA VARIABLE ELECTRICAMENTE.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente manera.

C27. CON FILTROS DE SEGURIDAD PARA LASER 532nm .

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-309 Literal: C27 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 731

Consulta/Observación:

SOLICITAN : D-309 FOTOCOAGULADOR DIODO LASER

D05. SEIS (06) LAMPARAS DE REPUESTO PARA LÁMPARA DE HENDIDURA (EN CASO DE NO SER TECNOLOGÍA LED). solicitamos para una mayor pluralidad de postores, se considere de la siguiente D05. SEIS (06) LAMPARAS DE REPUESTO PARA LÁMPARA DE HENDIDURA (EN CASO DE NO SER TECNOLOGÍA LED).(OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-309 Literal: D05 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 732

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

B04 ALTURA MÍNIMA: 70 mm O MENOR. PARA ENTRADA A PARIHUELAS.

PEDIMOS A LOS ENCARGADOS PARA TENER MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES CONSIDERAR

B04 ALTURA MÍNIMA: 80 mm O MENOR. PARA ENTRADA A PARIHUELAS.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** E-253 **Literal:** B04 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

ALTURA MÍNIMA: 80 mm O MENOR. PARA ENTRADA A PARIHUELAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ALTURA MÍNIMA: 80 mm O MENOR. PARA ENTRADA A PARIHUELAS.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 733

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

B09 ANCHO DE UÑAS: ENTRE 540 Y 680 mm.

PEDIMOS A LOS ENCARGADOS PARA TENER MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES CONSIDERAR

B09 ANCHO DE UÑAS: ENTRE 540 Y 680 mm. CON UN RANGO DE TOREANCIA DE 10% EN LAS MEDIDAS

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** E-253 **Literal:** B09 **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

ANCHO DE UÑAS: ENTRE 540 Y 680 mm. CON UN RANGO DE TOREANCIA DE 10% EN LAS MEDIDAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ANCHO DE UÑAS: ENTRE 540 Y 680 mm. CON UN RANGO DE TOREANCIA DE 10% EN LAS MEDIDAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 734

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-207 EXTRACTOR DE JUGO INDUSTRIAL

B03: REVOLUCION ENTRE 2500 A 3000 RPM

Solicitamos que se acepte la medida mas amplia a :

B03: REVOLUCION ENTRE 2500 A 3000 RPM A MAS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-207 Literal: B03 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
REVOLUCION ENTRE 2500 A 3000 RPM A MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: REVOLUCION ENTRE 2500 A 3000 RPM A MAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 735

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-207 EXTRACTOR DE JUGO INDUSTRIAL

B05: CAPACIDAD DE 35 A 45 LITROS POR HORA

Solicitamos considerar como mejora del equipo , a la siguiente capacidad.

B05: CAPACIDAD DE 35 A 90 LITROS POR HORA

Acápito de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** E-207 **Literal:** B05 **Página:** 412

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CAPACIDAD DE 35 A 90 LITROS POR HORA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CAPACIDAD DE 35 A 90 LITROS POR HORA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 736

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-282A CONSERVADORA HORIZONTAL DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

B07 : AUTONOMIA FRIGORÍFICA: MÍNIMO 40 HORAS A 32°C DE TEMPERATURA AMBIENTAL.

Solicitamos que se acepte la medida mas amplia, para una mayor pluralidad de postores.

B07 : AUTONOMIA FRIGORÍFICA: MÍNIMO 20 HORAS A 43°C DE TEMPERATURA AMBIENTAL.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** D-282A **Literal:** B07 **Página:** 419

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 737

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-166 LINTERNA LED

B02. ILUMINACIÓN MÍNIMO DE UN (01) LED FRONTAL DE KRIPTON DE 1W.

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SOLICITAMOS LA MODIFICACION DEL SIGUIENTE REQUISITO TECNICO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE ILUMINACION, PIDIENDO ASI QUE LA PALABRA KRIPTON SE ELIMINE YA QUE ACTUALMENTE LOS FOCO LED YA NO UTILIZAN ESTA TECNOLOGIA EN SU FABRICACION, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA

B02. ILUMINACIÓN MÍNIMO DE UN (01) LED FRONTAL DE 1W

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-166 Literal: B02 Página: 529

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 738

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-166 LINTERNA LED

B04 AUTONOMIA DE 4 A 6 HORAS.
POR UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SOLICITAMOS LA MODIFICACIÓN DEL SIGUIENTE REQUISITO TÉCNICO RELACIONADO CON LA DURABILIDAD DE LAS LINTERNAS YA QUE, EN EL MERCADO ACTUAL, LAS LINTERNAS YA NO SUPERAN LAS 5 HORAS DE DURABILIDAD DEBIDO A LOS AVANCES TECNOLÓGICOS QUE HAN OPTIMIZADO LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, PERO TAMBIÉN REDUCIDO LA DURACIÓN DE LA BATERÍA., QUEDANDO ASI LO SIGUIENTE..

B04 AUTONOMIA DE 2 A 5 HORAS.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E-166 Literal: B04 Página: 529

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
AUTONOMIA DE 2 A 5 HORAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: AUTONOMIA DE 2 A 5 HORAS.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 739

Consulta/Observación:

Los equipos automatizados de Coagulacion no son equipos portatiles por lo que consideramos que es un error el termino y sugerimos modificar de la siguiente manera A01 EQUIPO DE SOBREMESA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-270 Literal: A01 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
EQUIPO DE SOBREMESA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: EQUIPO DE SOBREMESA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 740

Consulta/Observación:

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SUGERIMOS AGREGAR LA PALABRA O MAS

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-270 Literal: A03 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

A03 DE DOS O MAS CANALES DE MEDICION CON CUBIERTA PROTECTORA DE LUZ

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: A03 DE DOS O MAS CANALES DE MEDICION CON CUBIERTA PROTECTORA DE LUZ

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 741

Consulta/Observación:

DEBE DECIR O TURBIDIMETRICO O OPTOMECANICO PARA USO DE CUBETAS DESCARTABLES

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: D-270 Literal: A05 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

TURBIDIMETRICO O OPTOMECANICO PARA USO DE CUBETAS DESCARTABLES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TURBIDIMETRICO O OPTOMECANICO PARA USO DE CUBETAS DESCARTABLES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 742

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-162 BARRAS PARALELAS ADULTO

B05. MONTADA EN UNA PLATAFORMA DE MADERA DE 1" DE ESPESOR, ÍNTEGRAMENTE BARNIZADA EN COLOR NATURAL.

Consultamos que dicha especificación sea omitida y considerada de la siguiente manera:

B05. SE CONSIDERE LAS BARRAS SIN PLATAFORMA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-162 Literal: B05 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 743

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D-356 PODOSCO

B02. PARTE SUPERIOR DESMONTABLE Y GRADUADA

Consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera.

B02. PARTE SUPERIOR FIJA Y SIN GRADUACIÓN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-356 Literal: B02 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 744

Consulta/Observación:

SOLICITAN:D-319 - LENSOMETRO DIGITAL CON UVEOMETRO

B14. IMPRESORA TÉRMICA INCORPORADA AL EQUIPO.

Consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera

B14. IMPRESORA TÉRMICA INCORPORADA AL EQUIPO (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-319 Literal: B14 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LAS NECESIDADES DE LOS HOSPITALES A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 745

Consulta/Observación:
SOLICITAN: D-170 ESPEJO POSTURAL
B05 . MONTADO SOBRE 4 RUEDAS DE 2 Ø , 2 CON FRENO, RUEDAS ALTAMENTE RESISTENTE AL TRANSITO Y A SUPERFICIES ÁSPERAS

consultamos dicha especificación quede de la siguiente manera:

B05. MONTADO SOBRE 4 RUEDAS DE 2 Ø , 2 CON FRENOS (OPCIONAL), RUEDAS ALTAMENTE RESISTENTE AL TRANSITO Y A SUPERFICIES ÁSPERAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D-170 Literal: B05 Página: .
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 746

Consulta/Observación:

SOLICITAN: O-59 SIERRA DE MANO PARA METAL

B04.EJE GIRATORIO.

con la finalidad de lograr una mayor participación de postores y evitar el direccionamiento a una marca en específico, solicitamos al Comité de Selección permita agregar.

B04. SIN EJE GIRATORIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: O-60 Literal: B04 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

SIN EJE GIRATORIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SIN EJE GIRATORIO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 747

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-139 UPS 2 KVA ON LINE

B02. VOLTAJE DE ENTRADA 220V +/-10% O MAYOR

pedimos a la entidad dicha especificación quede de la siguiente manera

B02. VOLTAJE DE ENTRADA 220V +/-10% O MAYOR (OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-139 Literal: B02 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 748

Consulta/Observación:

SOLICITAN: E-105 COMPRESOR PARA CÁMARA FRIGORÍFICA

B08. MATERIAL HIERRO FUNDIDO

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de innovación con la siguiente redacción de este requisito:

B08. MATERIAL DE ALUMINIO

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: E-105 Literal: B08 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
MATERIAL DE ALUMINIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: MATERIAL DE ALUMINIO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 749

Consulta/Observación:

SOLICITAN: D -282 A CONSERVADOR HORIZONTAL DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

B07: AUTONOMÍA FRIGORÍFICA: TROPICALIZADO DEBE MANTENER EN EL GABINETE DE CONSERVACIÓN TEMPERATURA DE 0 ° C A + 8 ° C A TEMPERATURA AMBIENTE SEGÚN LA ZONA GEOGRÁFICA

Requerimos se modifique a lo señalado en líneas anterior a : :

B07: AUTONOMÍA FRIGORÍFICA: DEBE MANTENER EN EL GABINETE DE CONSERVACIÓN TEMPERATURA DE + 10 ° C A + 15°C.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: D -282 A Literal: B07 Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Observación: Nro. 750

Consulta/Observación:

Solicitamos se reduzca la experiencia solicitada según lo siguiente:
Monto acumulado equivalente a S/ 150,000,000.00 (Ciento cincuenta millones y 00/100 soles)
Lo solicitado obedece a que la experiencia requerida resulta excesiva, lo cual podría limitar la participación de potenciales postores, y así no cumplir adecuadamente con la finalidad pública al declararse desierto

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** A **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

La presente observación se sustenta en virtud de lo señalado en Ley N° 30225-LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a las Bases del presente procedimiento de selección, en su requerimiento, se establece:

¿5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN¿

Corresponde la adquisición integral del Equipamiento Hospitalario necesario para las UPSS y UPS del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA, para brindar una atención de calidad en beneficio de los pacientes. El tipo de Equipamiento Hospitalario por grupo genérico se clasifica en:

- ¿ Equipos Biomédicos (B),
- ¿ Equipos electromecánicos (E)
- ¿ Equipos complementarios (C)
- ¿ Instrumental médico (I)
- ¿ Lencería (LENC)
- ¿ Mobiliario administrativo (MA)
- ¿ Mobiliario clínico (MC)
- ¿ Menaje (MEN).

Como se puede apreciar la adquisición que va a realizar la Entidad es por el equipamiento integral del hospital; por ello, lo que se requiere es un postor que tenga experiencia en haber suministrado el equipamiento integral de un hospital, no simplemente la venta de equipos médicos de manera individual.
Sin embargo, con la finalidad de propiciar una mayor participación de postores, se reduce el monto de la experiencia requerida de S/ 300,000,000.00 a S/ 210,000,000.00 en la venta integral de equipamiento hospitalario, siempre que dicha venta incluya el equipamiento integral de un proyecto hospitalario público o privado y que contengan como mínimo la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 210,000,000.00 (doscientos diez millones con 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
Se considerarán como bienes similares a la venta integral de equipamiento hospitalario, siempre que dicha venta incluya el equipamiento integral de un proyecto hospitalario público o privado y el cual debe incluir como mínimo la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20602556175	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:13

Consulta: Nro. 751

Consulta/Observación:

Se solicita se sirva confirmar que el pago se realizará por cada equipo entregado e instalado, no siendo necesario se realice la entrega de la totalidad de los equipamientos, para proceder al mismo, considerando que para la suscripción del contrato el postor ganador detallará la estructura de costos y el precio unitario de cada uno.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reitera que el pago se realizará conforme a lo detallado en el numeral 2.9. Forma de pago

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600467957	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ICAFARM S.A.C.	Hora de envío :	23:21:32

Consulta: Nro. 752

Consulta/Observación:
D-243 ANALIZADOR AUTOMATICO PARA MICROBIOLOGIA
A06 DE SOBREMESA. CAPACIDAD PARA PROCESAR HASTA 60 TARJETAS INDIVIDUALES POR HORA

Solicitamos al comité de selección cambiar este punto ya que en este tipo de analizadores no aplica performance test/hora. Aplica la capacidad abordo en simultaneo. Por lo que se solicita aceptar "60 tarjetas o mas". De aceptar, no solamente garantiza mayor participación de postores, sino mayor beneficio de los usuarios y pacientes, por lo que invitamos a considerar:

A06 DE SOBREMESA. CAPACIDAD PARA PROCESAR HASTA 60 TARJETAS O MAS

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1 BIO Página: 974
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DE SOBREMESA. CAPACIDAD PARA PROCESAR HASTA 60 TARJETAS O MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DE SOBREMESA. CAPACIDAD PARA PROCESAR HASTA 60 TARJETAS O MAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600467957	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ICAFARM S.A.C.	Hora de envío :	23:21:32

Consulta: Nro. 753

Consulta/Observación:

D-244 ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO

B11 VOLUMEN DE MUESTRA ENTRE 1.5-45 uL

Solicitamos al comité de selección cambiar este punto ya que como mejora tecnológica ofrecemos un equipo que trabaja con un volumen de muestra menor al mencionado. Se propone un equipo que puede trabajar con un volumen de muestra de 2-35 uL. De aceptar, no solamente garantiza mayor participación de postores, sino mayor beneficio de los usuarios y pacientes, por lo que invitamos a considerar:

B11 VOLUMEN DE MUESTRA ENTRE 2-35 uL

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ITEM 1 BIO **Página:** 972

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

VOLUMEN DE MUESTRA ENTRE 2-35 UI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: VOLUMEN DE MUESTRA ENTRE 2-35 UI

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600467957	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ICAFARM S.A.C.	Hora de envío :	23:21:32

Consulta: Nro. 754

Consulta/Observación:

D-258 ESPECTROFOTOMETRO
B04 PANTALLA LCD O LED.

Solicitamos al comité de selección cambiar este punto ya que en el mercado existen diferentes equipos con diferentes pantallas. Se propone un equipo que puede trabajar con PANTALLA LCD O LED O COMPUTADORA EXTERNA. De aceptar, no solamente garantiza mayor participación de postores, sino mayor beneficio de los usuarios y pacientes, por lo que invitamos a considerar:

B04 PANTALLA LCD O LED O COMPUTADORA EXTERNA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1 BIO Página: 848

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600467957	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ICAFARM S.A.C.	Hora de envío :	23:21:32

Consulta: Nro. 755

Consulta/Observación:

D-258 ESPECTROFOTOMETRO

B05 TECLADO DE MEMBRANA.

Solicitamos al comité de selección cambiar este punto ya que en el mercado existen diferentes equipos. Para una mayor pluralidad de postores se sugiere colocar : B05 TECLADO DE MEMBRANA O TECLADO Y MOUSE PARA USO CON COMPUTADORA EXTERNA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1 BIO Página: 848

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600467957	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ICAFARM S.A.C.	Hora de envío :	23:21:32

Consulta: Nro. 756

Consulta/Observación:

D-258 ESPECTROFOTOMETRO

C02 C1EN (100) CUBETAS (PORTAMUESTRAS) DESCARTABLES DE 500uL..

Solicitamos al comité de selección cambiar este punto ya que en el mercado existen diferentes equipos. Para garantizar una mayor pluralidad de postores solicitar: C02 OCHENTA (80) CUBETAS REUTILIZABLES

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1 BIO Página: 848

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

OCHENTA (80) CUBETAS REUTILIZABLES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: OCHENTA (80) CUBETAS REUTILIZABLES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600467957	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ICAFARM S.A.C.	Hora de envío :	23:21:32

Consulta: Nro. 757

Consulta/Observación:
D-270 COAGULÓMETRO AUTOMATIZADO
A01 EQUIPO PORTÁTIL DE SOBREMESA

Los equipos automatizados de Coagulación no son equipos portátiles por lo que consideramos que es un error el término y sugerimos modificar de la siguiente manera A01 EQUIPO DE SOBREMESA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1 BIO Página: 925

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
EQUIPO DE SOBREMESA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: EQUIPO DE SOBREMESA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600467957	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ICAFARM S.A.C.	Hora de envío :	23:21:32

Consulta: Nro. 758

Consulta/Observación:
D-270 COAGULÓMETRO AUTOMATIZADO
A05 PRINCIPIO DE DETECCION PUEDE SER TURBODENSITOMETRICO OPTOMECANICO PARA USO DE CUBETAS DESCARTABLES

Los equipos automatizados de Coagulacion deben utilizar TURBIDIMETRICO O OPTOMECANICO PARA USO DE CUBETAS DESCARTABLES. Sugiere lo siguiente. A05 PRINCIPIO DE DETECCION PUEDE SER TURBIDIMETRICO O OPTOMECANICO PARA USO DE CUBETAS DESCARTABLES

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1 BIO Página: 925

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
PRINCIPIO DE DETECCION PUEDE SER TURBIDIMETRICO O OPTOMECANICO PARA USO DE CUBETAS DESCARTABLES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PRINCIPIO DE DETECCION PUEDE SER TURBIDIMETRICO O OPTOMECANICO PARA USO DE CUBETAS DESCARTABLES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600467957	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ICAFARM S.A.C.	Hora de envío :	23:21:32

Consulta: Nro. 759

Consulta/Observación:

D-270 COAGULÓMETRO AUTOMATIZADO

A10 IMPRESORA PARA REGISTRO E IMPRESIÓN DE RESULTADOS DE EXAMENES

Solicitamos al comité de selección cambiar este punto ya que en el mercado existen diferentes equipos. Para garantizar una mayor pluralidad de postores solicitar: A10 IMPRESORA INTERNA O EXTERNA PARA REGISTRO E IMPRESIÓN DE RESULTADOS DE EXAMENES

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ITEM 1 BIO **Página:** 925

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

IMPRESORA INTERNA O EXTERNA PARA REGISTRO E IMPRESIÓN DE RESULTADOS DE EXAMENES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: IMPRESORA INTERNA O EXTERNA PARA REGISTRO E IMPRESIÓN DE RESULTADOS DE EXAMENE

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600467957	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ICAFARM S.A.C.	Hora de envío :	23:21:32

Consulta: Nro. 760

Consulta/Observación:

D-458 CITOMETRO DE FLUJO

B06 TASA DE FLUJO: 10 UL DE MUESTRA POR MINUTO (BAJO); 50 UL DE MUESTRA POR MINUTO (MEDIO); 100 UL DE MUESTRA POR MINUTO (ALTO);

LOS EQUIPOS DE CITOMETRIA DE FLUJO UTILIZAN COMO NOMENGLATURA ESTANDAR LA CANTIDAD DE EVENTOS EVALUADOS POR SEGUNDOS POR TANTO SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR LOS SIGUIENTE: B06 FRECUENCIA DE EVENTOS NO MENOR A 16,000 EVENTOS POR SEGUNDO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1 BIO Página: 926

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 761

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES DE SOBREMESA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C05: FRASCO PARA RECEPCIÓN DE SECRECIONES, GRADUADO EN CC, DE HASTA 1000CC COMO MÍNIMO. DESMONTABLE, LAVABLE Y ESTERILIZABLE. CON TAPA DE GOMA O PLÁSTICO CON CIERRE HERMÉTICO

Nuestra representada ATMOS cuenta con frascos para la recepcion de secreciones, graduado en mililitro (ml), unidad de medida equivalente a centrimetro cubico (cc) Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad.

C05: FRASCO PARA RECEPCIÓN DE SECRECIONES, GRADUADO EN CC o ML, DE HASTA 1000CC o ML COMO MÍNIMO. DESMONTABLE, LAVABLE Y ESTERILIZABLE. CON TAPA DE GOMA O PLÁSTICO CON CIERRE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

FRASCO PARA RECEPCIÓN DE SECRECIONES, GRADUADO EN CC o ML, DE HASTA 1000CC o ML COMO MÍNIMO. DESMONTABLE, LAVABLE Y ESTERILIZABLE. CON TAPA DE GOMA O PLÁSTICO CON CIERRE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: FRASCO PARA RECEPCIÓN DE SECRECIONES, GRADUADO EN CC o ML, DE HASTA 1000CC o ML COMO MÍNIMO. DESMONTABLE, LAVABLE Y ESTERILIZABLE. CON TAPA DE GOMA O PLÁSTICO CON CIERRE HERMÉTICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 762

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES DE SOBREMESA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C06: DE MATERIAL PIREX O POLICARBONATO TRANSPARENTE, CON ESCALA DE MEDIDAS (MINIMO DE 50CC)

Nuestra representada ATMOS cuenta con frascos para la recepcion de secreciones, de material polisulfona (PSU), plástico termoplástico de alto rendimiento conocido por su resistencia a altas temperaturas, buena rigidez y resistencia mecánica. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad.

C06: DE MATERIAL PIREX, POLICARBONATO O POLISULFONA TRANSPARENTE, CON ESCALA DE MEDIDAS (MINIMO DE 50CC)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

DE MATERIAL PIREX, POLICARBONATO O POLISULFONA TRANSPARENTE, CON ESCALA DE MEDIDAS (MINIMO DE 50CC)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DE MATERIAL PIREX, POLICARBONATO O POLISULFONA TRANSPARENTE, CON ESCALA DE MEDIDAS (MINIMO DE 50CC)

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 763

Consulta/Observación:

ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

B06: COMPATIBLE CON DESINFECCION DE ALTO NIVEL DAN

Nuestra representada ATMOS cuenta con frascos recolectores de secreciones (DDS) de material polisulfona (PSU), material que permite sea esterilizable en autoclave, manera la cual es mas efectiva que un DAN. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y ultima tecnología.

B06: COMPATIBLE CON DESINFECCION DE ALTO NIVEL DAN O ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

COMPATIBLE CON DESINFECCION DE ALTO NIVEL DAN O ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: COMPATIBLE CON DESINFECCION DE ALTO NIVEL DAN O ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 764

Consulta/Observación:

ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

B07: DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE o SOBREFLUJO

Nuestra representada ATMOS cuenta con un filtro bacteriano hidrofobo integrado en la tapa del deposito, entre el fracos y la bomba de vacio con proteccion contra desbordamiento o rebose. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y ultima tecnología.

B07: DISPOSITIVO O FILTRO HIDROFOBO DE SEGURIDAD DE REBALSE o SOBREFLUJO

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 765

Consulta/Observación:

ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

B08: TUBOS Y CONDUCTOS ENTRE FRASCOS Y BOMBA DE VACIO

Nuestra representada ATMOS cuenta con un sistema de conexión directa (DDS) entre el frasco y la bomba de vacío, tecnología superior a la solicitada, por lo que no precisa de tubos y conductos en la parte externa del equipo entre el frasco y la bomba de vacío. Nuestro sistema DDS facilita la limpieza del equipo y lo más importante reduce al mínimo el tiempo de preparación del equipo y reduce los errores de armado a cero. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y última tecnología.

B08: TUBOS Y CONDUCTOS ENTRE FRASCOS Y BOMBA DE VACIO O CON SISTEMA DE CONEXION DIRECTA (DDS) ENTRE EL FRASCO Y LA BOMBA DE VACIO.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

TUBOS Y CONDUCTOS ENTRE FRASCOS Y BOMBA DE VACIO O CON SISTEMA DE CONEXION DIRECTA (DDS) ENTRE EL FRASCO Y LA BOMBA DE VACIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: TUBOS Y CONDUCTOS ENTRE FRASCOS Y BOMBA DE VACIO O CON SISTEMA DE CONEXION DIRECTA (DDS) ENTRE EL FRASCO Y LA BOMBA DE VACIO.

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 766

Consulta/Observación:

DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL

En las especificaciones técnicas solicitan:
B03: SALIDA DE AUDIO: 1.2 WO MAYOR.

Nuestra representada HUNTLEIGH cuenta con una salida maxima de audio de 500mW y salida maxima de audiculares de 32 mW. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y ultima tecnología.

B03: SALIDA DE AUDIO: 0.5 W O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 767

Consulta/Observación:

DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL

En las especificaciones técnicas solicitan:

C01: RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL DE 40 BPM O MENOS A 220 BPM O MÁS.

Nuestra representada HUNTLEIGH cuenta con un rango de frecuencia cardiaca fetal de 60 bpm a 210bpm en modo normal, suavizado y manual con Resolución: 1 bpm y Precisión : \pm 3 bpm. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y ultima tecnología.

C01: RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL DE 60 BPM O MENOS A 210 BPM O MÁS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 768

Consulta/Observación:

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARÁMETROS NEONATAL

En las especificaciones técnicas solicitan:

C27: RANGO DE MEDICIÓN: 0 A 300 mmHg Ó MÁS AMPLIO.

Nuestra representada BIOCARE cuenta con un sistema de parametros preconfigurados. Las características del componente de la presión arterial no invasiva especifica su Medición de rangos:

Sistólica: adulto (41 - 270), pediátrico (40 - 200), neonato (40 - 135), Media: adulto (20 - 230), pediátrico (20 - 165), neonato (20 - 110), Diastólica: adulto (10 - 210), pediátrico (10 - 150), neonato (10 - 100). por ende, utilizar rangos específicos para la medición del PANI en adultos, pediátricos y neonatos es fundamental para reflejar las diferencias fisiológicas entre grupos etarios, mejorar la precisión diagnóstica y garantizar la seguridad del paciente. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y última tecnología.

C27: RANGO DE MEDICIÓN:

SISTÓLICA: ADULTO (41 - 270), PEDIÁTRICO (40 - 200), NEONATO (40 - 135)

MEDIA: ADULTO (20 - 230), PEDIÁTRICO (20 - 165), NEONATO (20 - 110)

DIASTÓLICA: ADULTO (10 - 210), PEDIÁTRICO (10 - 150), NEONATO (10 - 100)

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1

Página: 240

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 769

Consulta/Observación:

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARÁMETROS NEONATAL

En las especificaciones técnicas solicitan:

C19: RANGO DEL PULSO CARDIACO MEDIANTE PULSIOXIMETRIA: 30 a 300 bpm 6 MAS AMPLIO.

Nuestra representada BIOCARE cuenta con un sistema de parametros preconfigurados. el rango de pulso cardiaco mediante pulsioximetria del componente de saturacion de co2 es de 3ppm a 240ppm. Asimismo, los pulsioxímetros están diseñados para medir frecuencias cardíacas dentro de un rango específico; fuera de este intervalo, la precisión de la medición puede disminuir. Limitar el rango de medición ayuda a minimizar la influencia de interferencias y artefactos, como el movimiento del paciente o la baja perfusión, que pueden afectar la exactitud de las lecturas. Además, restringir el rango mejora la relación señal/ruido, facilitando una medición más precisa y fiable. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y ultima tecnología.

C19: RANGO DEL PULSO CARDIACO MEDIANTE PULSIOXIMETRIA: 3 ppm A 240 ppm

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 246

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura :LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 770

Consulta/Observación:

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARÁMETROS NEONATAL

En las especificaciones técnicas solicitan:

C23: RANGO DE MEDICIÓN: 0 A 300 mmHg Ó MÁS AMPLIO.

Nuestra representada BIOCARE cuenta con un sistema de parametros preconfigurados. Las características del componente de la presion arteria no invasiva especifica su Medición de rangos:

Sistólica: adulto (41 - 270), pediátrico (40 - 200), neonato (40 - 135), Media: adulto (20 - 230), pediátrico (20 - 165), neonato (20 - 110), Diastólica: adulto (10 - 210), pediátrico (10 - 150), neonato (10 - 100). por ende, utilizar rangos específicos para la medición del PANI en adultos, pediátricos y neonatos es fundamental para reflejar las diferencias fisiológicas entre grupos etarios, mejorar la precisión diagnóstica y garantizar la seguridad del paciente. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y ultima tecnología.

C23: RANGO DE MEDICIÓN:

SISTÓLICA: ADULTO (41 - 270), PEDIÁTRICO (40 - 200), NEONATO (40 - 135)

MEDIA: ADULTO (20 - 230), PEDIÁTRICO (20 - 165), NEONATO (20 - 110)

DIASTÓLICA: ADULTO (10 - 210), PEDIÁTRICO (10 - 150), NEONATO (10 - 100)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 246

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 771

Consulta/Observación:

PULSIOXÍMETRO

En las especificaciones técnicas solicitan:

A02: PANTALLA TACTIL DE 8" PULADAS O MÁS PARA LA VISUALIZACION DE INTENSIDAD DE PULSO (EN BARRA GRÁFICA) O VISUALIZACIÓN DE ONDA PLETISMOGRÁFICA.

Nuestra representada BISTOS cuenta con una pantalla táctil de 4.3" que es más adecuada, ya que ofrece una visualización clara y suficiente, manteniendo la portabilidad, eficiencia y autonomía del dispositivo. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y ultima tecnología.

A02: PANTALLA TACTIL DE 4.3" PULADAS CON VISUALIZACIÓN DE ONDA PLETISMOGRÁFICA.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 273

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 772

Consulta/Observación:

PULSIOXÍMETRO

En las especificaciones técnicas solicitan:

A08: FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 20 BPM O MENOS A 250 BPM O MAS.

Nuestra representada BISTOS cuenta con una frecuencia de pulsaciones de 25 a 250 bpm,. En términos fisiológicos, una frecuencia cardíaca menor a 25 bpm es extremadamente rara y suele estar asociada a condiciones críticas poco frecuentes; incluir rangos tan bajos como 20 bpm puede generar lecturas erróneas o artefactos, especialmente si el equipo no está diseñado para diferenciar adecuadamente entre pausas cardíacas reales y ruidos o interferencias del sensor. Además, un umbral inferior más conservador (25 bpm) reduce el riesgo de falsas alarmas y mejora la calidad de la señal, optimizando el rendimiento del dispositivo en condiciones reales de uso. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y ultima tecnología.

A08: FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 25 BPM O MENOS A 250 BPM

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 273

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 25 BPM O MENOS A 250 BPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 25 BPM O MENOS A 250 BPM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 773

Consulta/Observación:

EQUIPO DE ARTROSCOPIA GENERAL

En las especificaciones técnicas solicitan:

C05: CON TRES (03) CHIPS CCD CON PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES CON CABEZAL PARA ARTROSCOPIA

Las video camaras y unidad de control poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. Actualmente, la tecnología CMOS ha evolucionado significativamente, ofreciendo ventajas comparables o superiores frente a los sensores CCD, especialmente en aplicaciones médicas donde se requiere alta fidelidad de imagen, eficiencia energética y menor generación de calor. Entre las principales ventajas del sistema CMOS se destacan: Alta calidad de imagen y excelente reproducción de color. Menor consumo energético, lo cual reduce la emisión de calor en procedimientos prolongados. Velocidad de procesamiento más alta, menor tamaño y peso del cabezal, facilitando la maniobrabilidad durante procedimientos quirúrgicos.

Además, el sistema ofrecido cumple con todos los parámetros funcionales requeridos para artroscopía, incluyendo compatibilidad con cabezales ópticos, fidelidad de imagen y procesamiento digital de señales. Por tanto, para estar con lo último en tecnología, garantizando la pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado equipo. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C05: CON TRES (03) CHIPS CCD O CMOS CON PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES CON CABEZAL PARA ARTROSCOPIA

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 115

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CON TRES (03) CHIPS CCD O CMOS CON PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES CON CABEZAL PARA ARTROSCOPIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON TRES (03) CHIPS CCD O CMOS CON PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES CON CABEZAL PARA ARTROSCOPIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 774

Consulta/Observación:

EQUIPO DE ARTROSCOPIA GENERAL

En las especificaciones técnicas solicitan:

C10: CAPACIDAD DE TRABAJO EN CONJUNTO CON QUIROFANO INTEGRADO (SISTEMA O INTERFASE DE COMUNICACIÓN DE DATOS E IMÁGENES).

El controlador de la camara posee distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. El objetivo fundamental de los equipos de artroscopia es brindar beneficios y eficacia en el procedimiento quirúrgico por lo tanto esta característica no sería vital desde el punto de vista del propósito del equipo en un quirófano, además de estar ligada a la compatibilidad de los equipos que se encuentran en el quirófano, observamos que en las bases no se están indicadas las marcas de los otros equipos que podrían ser compatibles con el sistema de integración solicitado, cabe indicar que también comprende que la integración necesita el software de integración, debido a que la cámara está conectada directamente con el grabador de video este podría funcionar como puente para realizar la integración de la torre al quirofono. Cumpliendo con los estándares internacionales aptos para su uso en quirófano. Por tanto, para garantizar la pluralidad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C10: CAPACIDAD DE TRABAJO EN CONJUNTO CON QUIROFANO INTEGRADO (SISTEMA O INTERFASE DE COMUNICACIÓN DE DATOS E IMÁGENES). O MEDIANTE EL GRABADOR DE VIDEO

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 115

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CAPACIDAD DE TRABAJO EN CONJUNTO CON QUIROFANO INTEGRADO (SISTEMA O INTERFASE DE COMUNICACIÓN DE DATOS E IMÁGENES). O MEDIANTE EL GRABADOR DE VIDEO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CAPACIDAD DE TRABAJO EN CONJUNTO CON QUIROFANO INTEGRADO (SISTEMA O INTERFASE DE COMUNICACIÓN DE DATOS E IMÁGENES). O MEDIANTE EL GRABADOR DE VIDEO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 775

Consulta/Observación:

LAMPARA QUIRÚRGICA RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

A07: CUERPO LUMINOSO CON TECNOLOGIA LED CON PANEL DE CONTROL TACTIL

Las lámparas quirúrgicas poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comité especial. La tecnología actualmente de ultima generacion es el LED, los cuales emiten luz natural, para un mejor diseño y facil mantenimiento cuentan con Tres LED de luz intensa y luminosa de última generación, posicionado en el centro de un reflector recubierto, de esta manera se obtiene una mejor intensidad de luz ideal para cualquier entorno quirurgico; dado que ofrece un rendimiento lumínico óptimo. Gracias a su flexibilidad y a una estructura extremadamente reducida materiales de alta gama con las mejores condiciones higiénicas y manejo sencillo para el usuario, de este modo se garantiza una iluminación ideal sin necesidad de ningún equipo de sensores ni adaptación automática de los valores lumínicos, esta se realiza mediante el panel de control de membrana. Cumpliendo con estándares internacionales para su uso en quirófano. Por tanto, para estar con lo último en tecnología LED, garantizando la pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado equipo. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

A07: CUERPO LUMINOSO CON TECNOLOGIA LED CON PANEL DE CONTROL TACTIL O PANEL DE CONTROL DE MEMBRANA

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 189

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CUERPO LUMINOSO CON TECNOLOGIA LED CON PANEL DE CONTROL TACTIL O PANEL DE CONTROL DE MEMBRANA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CUERPO LUMINOSO CON TECNOLOGIA LED CON PANEL DE CONTROL TACTIL O PANEL DE CONTROL DE MEMBRANA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 776

Consulta/Observación:

LAMPARA QUIRÚRGICA RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

A08: CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIR INDIVIDUALMENTE

Las lámparas quirúrgicas poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comité especial. La tecnología actualmente de ultima generacion es el LED, los cuales emiten luz natural, para un mejor diseño y facil mantenimiento cuentan con Tres LED de luz intensa y luminosa de última generación, posicionado en el centro de un reflector recubierto, de esta manera se obtiene una mejor intensidad de luz ideal para cualquier entorno quirurgico; en total hacen 36 LEDs agrupados en bloques de tres LED que ofrece un rendimiento lumínico óptimo. Gracias a su flexibilidad y a una estructura extremadamente reducida materiales de alta gama con las mejores condiciones higiénicas y manejo sencillo para el usuario, de este modo se garantiza una iluminación. Cumpliendo con estándares internacionales para su uso en quirófano. Por tanto, para estar con lo último en tecnología LED, garantizando la pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado equipo. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

A08: CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIR INDIVIDUALMENTE O EN BLOQUES DE TRES LEDs.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 189

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIR INDIVIDUALMENTE O EN BLOQUES DE TRES LEDs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON BOMBILLAS LED QUE DISPONEN DE CIRCUITO PROPIO EL CUAL PUEDE SER SUSTITUIR INDIVIDUALMENTE O EN BLOQUES DE TRES LEDs.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 777

Consulta/Observación:

LAMPARA QUIRÚRGICA RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

A09: INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 97%.

Las lámparas quirúrgicas poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comité especial. El índice de reproducción de color mide la capacidad que tiene una fuente de luz de restituir los diferentes colores del espectro visible sin modificar los colores. Se define calculando la media de las medidas de los colores R1 hasta R8. Por este motivo, normalmente se solicita el resultado R9, ya que permite representar el rendimiento de los rojos intensos, un color fundamental en medicina. Nuestra representada cuenta con un índice de reproducción del color rojo de 96 el cual señala la capacidad para mostrar el color rojo de un objeto de manera "real" de elevada saturación, medida que siendo de 90 o mayor ya cumple con una óptima visualización del color rojo tomando como referencia la iluminación natural además de ello con un rango de temperatura de color de 4500°k muy superior al solicitado en las características técnicas cumpliendo con estándares internacionales para su uso en cualquier situación quirúrgica. Por tanto, para garantizar pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

A09: INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 96%.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 189

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) Ra MAYOR O IGUAL A 95%

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 778

Consulta/Observación:

LAMPARA QUIRURGICA RODABLE

En las especificaciones tecnicas solicitan:

A10: INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 97%.

Las lámparas quirurgicas poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. El Índice de reproducción de color mide la capacidad que tiene una fuente de luz de restituir los diferentes colores del espectro visible sin modificar los colores. Se define calculando la media de las medidas de los colores R1 hasta R8. Por este motivo, normalmente se solicita el resultado R9, ya que permite representar el rendimiento de los rojos intensos, un color fundamental en medicina. Nuestra representada cuenta con un índice de reproducción del color rojo de 96 el cual señala la capacidad para mostrar el color rojo de un objeto de manera "real" de elevada saturación, medida que siendo de 90 o mayor ya cumple con una óptima visualización del color rojo tomando como referencia la iluminación natural además de ello con una temperatura de color de 4500°k muy superior al solicitado en las características técnicas cumpliendo con estándares internacionales para su uso en cualquier situación quirúrgica. Por tanto, para garantizar pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

A10: INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 96%.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 189

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (CRI) R9 MAYOR O IGUAL A 90%

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 779

Consulta/Observación:

LAMPARA QUIRÚRGICA RODABLE

En las especificaciones tecnicas solicitan:

C01: 220 VAC/60 HZ (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. N° 175-2008-MEM.

Las lámparas quirurgicas poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. El equipo ofrecido está diseñado bajo los estándares de doble aislamiento o Clase II, según la norma IEC 61140, lo que elimina la necesidad de conexión a tierra mediante un tercer pin. En consecuencia, el cable de poder de dos pines suministrado cumple con los requisitos de seguridad eléctrica establecidos para este tipo de protección, garantizando una operación segura sin necesidad de conductor de puesta a tierra. Si bien el enchufe Schuko (tipo F) normalmente incorpora terminal de tierra, la R.M. N° 175-2008-MEM permite el uso de enchufes de dos polos cuando el equipo cumple con protección Clase II, siempre que esté debidamente certificado y etiquetado. Por lo tanto, el cable ofrecido es totalmente compatible con la normativa nacional y las condiciones de seguridad eléctrica exigidas. Por tanto, para garantizar pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C01:220 VAC/60 HZ (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO O CABLE DE PODER DE DOS PINES CON SISTEMA DE PROTECCION CLASE II DEBE CUMPLIR CON LA R.M. N° 175-2008-MEM.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 189

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 780

Consulta/Observación:

MONITOR DE GRADO MEDICO

En las especificaciones técnicas solicitan:

B05: INCLUYE CONTROL REMOTO PARA INGRESO A MENÚ DE CONFIGURACIONES.

Los monitores de grado medico poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. Si bien la especificación solicita un control remoto para la selección de funciones, mi representada cuenta con un equipo el cual utiliza botones tipo membrana, los cuales cumplen el mismo propósito funcional de forma segura, precisa y confiable. Los botones tipo membrana permiten una operación intuitiva, son más resistentes en entornos clínicos, especialmente frente a líquidos y limpieza frecuente, y reducen el riesgo de fallas electrónicas. Por tanto, se considera una alternativa técnica válida y funcionalmente equivalente al control remoto. Por tanto, para estar con lo último en tecnología, garantizando la pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado equipo. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

B05: INCLUYE CONTROL REMOTO PARA INGRESO A MENÚ DE CONFIGURACIONES O INGRESO A MENÚ DE CONFIGURACIONES MEDIANTE BOTONES DE MEMBRANA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 254

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 781

Consulta/Observación:
MONITOR FETAL

En las especificaciones técnicas solicitan:
B08: INDICADOR DE ALARMAS DE TAQUICARDIA Y BRAQUICARDIA.

El indicador de alarmas de taquicardia y bradicardia en un monitor fetal debe ser considerado una característica opcional porque, aunque puede ofrecer una ayuda adicional al profesional de la salud, no es esencial para la función principal del dispositivo, que es registrar y mostrar de manera continua la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas. Estas alarmas automáticas podrían generar falsas alertas debido a movimientos fetales, variabilidad fisiológica normal o interferencias técnicas, lo que puede provocar intervenciones innecesarias, ansiedad en el personal y en la paciente, o incluso decisiones clínicas precipitadas. Por ello, su inclusión como característica opcional y configurable ofrece flexibilidad: puede activarse cuando se considera útil, pero no se impone como un requisito fijo que condicione la operación del equipo. Por tanto, para estar con lo último en tecnología LED, garantizando la pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado equipo. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

B08: INDICADOR DE ALARMAS DE TAQUICARDIA Y BRAQUICARDIA. OPCIONAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 259

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 782

Consulta/Observación:

MONITOR FETAL GEMELAR

En las especificaciones técnicas solicitan:

B11: INDICADOR DE ALARMAS DE TAQUICARDIA Y BRAQUICARDIA.

El indicador de alarmas de taquicardia y bradicardia en un monitor fetal debe ser considerado una característica opcional porque, aunque puede ofrecer una ayuda adicional al profesional de la salud, no es esencial para la función principal del dispositivo, que es registrar y mostrar de manera continua la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas. Estas alarmas automáticas podrían generar falsas alertas debido a movimientos fetales, variabilidad fisiológica normal o interferencias técnicas, lo que puede provocar intervenciones innecesarias, ansiedad en el personal y en la paciente, o incluso decisiones clínicas precipitadas. Por ello, su inclusión como característica opcional y configurable ofrece flexibilidad: puede activarse cuando se considera útil, pero no se impone como un requisito fijo que condicione la operación del equipo. Por tanto, para estar con lo último en tecnología LED, garantizando la pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado equipo. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

B11: INDICADOR DE ALARMAS DE TAQUICARDIA Y BRAQUICARDIA. OPCIONAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 260

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 783

Consulta/Observación:

PULSIOXÍMETRO DE MESA NEONATAL

En las especificaciones técnicas solicitan:

E02: CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220 VAC, 16°) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.

Los pulsioxímetros poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comité especial. El equipo ofrecido está diseñado bajo los estándares de doble aislamiento o Clase II, según la norma IEC 61140, lo que elimina la necesidad de conexión a tierra mediante un tercer pin. En consecuencia, el cable de poder de dos pines suministrado cumple con los requisitos de seguridad eléctrica establecidos para este tipo de protección, garantizando una operación segura sin necesidad de conductor de puesta a tierra. Si bien el enchufe Schuko (tipo F) normalmente incorpora terminal de tierra, la R.M. N° 175-2008-MEM permite el uso de enchufes de dos polos cuando el equipo cumple con protección Clase II, siempre que esté debidamente certificado y etiquetado. Por lo tanto, el cable ofrecido es totalmente compatible con la normativa nacional y las condiciones de seguridad eléctrica exigidas. Por tanto, para garantizar pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

E02: CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220 VAC, 16°) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM. O CABLE DE PODER DE DOS PINES CON SISTEMA DE PROTECCION CLASE II.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 274

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 784

Consulta/Observación:

SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR YESO

En las especificaciones técnicas solicitan:

A04: MOTOR DE MARCHA SEGURA Y SILENCIOSA CON NIVEL DE RUIDO DE 52 A 85 DB COMO MÁXIMO (VARIABLE DE ACUERDO A LA REGULACIÓN SELECCIONADA) CON NIVEL DE VIBRACION NO MAYOR A 2,5 M/S.

Nuestra representada ofrece un ruido de 50 a 72 DB, cumpliendo con los requerimientos funcionales exigidos, y además supera las expectativas en cuanto a niveles de ruido, al ofrecer un rango inferior al máximo establecido, lo cual representa una mejora en términos de confort acústico y ambiente de trabajo en el entorno quirúrgico u hospitalario. Adicionalmente, el equipo mantiene las condiciones de marcha segura, silenciosa y con niveles de vibración dentro de los parámetros permitidos, asegurando su total compatibilidad con las exigencias de uso clínico. Por lo tanto el motor ofrecido no solo cumple, sino que mejora los estándares mínimos solicitados, aportando beneficios adicionales en términos de reducción de ruido ambiental, sin afectar el desempeño ni la funcionalidad del equipo. Por tanto, para garantizar pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

A04: MOTOR DE MARCHA SEGURA Y SILENCIOSA CON NIVEL DE RUIDO DE 50 A 72 DB COMO MÁXIMO (VARIABLE DE ACUERDO A LA REGULACIÓN SELECCIONADA) CON NIVEL DE VIBRACION NO MAYOR A 2,5 M/S.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 292

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

MOTOR DE MARCHA SEGURA Y SILENCIOSA CON NIVEL DE RUIDO DE 50 A 72 DB COMO MÁXIMO (VARIABLE DE ACUERDO A LA REGULACIÓN SELECCIONADA) CON NIVEL DE VIBRACION NO MAYOR A 2,5 M/S.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: MOTOR DE MARCHA SEGURA Y SILENCIOSA CON NIVEL DE RUIDO DE 50 A 72 DB COMO MÁXIMO (VARIABLE DE ACUERDO A LA REGULACIÓN SELECCIONADA) CON NIVEL DE VIBRACION NO MAYOR A 2,5 M/S.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 785

Consulta/Observación:

SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR YESO

En las especificaciones técnicas solicitan:

A07: CON CABLE DE CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE AL MENOS 5 METROS DE LONGITUD CON ESPIGA PLANA.

Las sierras electricas poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. El equipo ofrecido está diseñado bajo los estándares de doble aislamiento o Clase II, según la norma IEC 61140, lo que elimina la necesidad de conexión a tierra mediante un tercer pin. En consecuencia, el cable de poder de dos pines suministrado cumple con los requisitos de seguridad eléctrica establecidos para este tipo de protección, garantizando una operación segura sin necesidad de conductor de puesta a tierra. Si bien el enchufe Schuko (tipo F) normalmente incorpora terminal de tierra, la R.M. N° 175-2008-MEM permite el uso de enchufes de dos polos cuando el equipo cumple con protección Clase II, siempre que esté debidamente certificado y etiquetado. Por lo tanto, el cable ofrecido es totalmente compatible con la normativa nacional y las condiciones de seguridad eléctrica exigidas. Por tanto, para garantizar pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

A07: CON CABLE DE CONEXIÓN A LA RED ELECTRICA DE AL MENOS 5 METROS DE LONGITUD CON ESPIGA REDONDA Y ADAPTADOR PLANO

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 292

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 786

Consulta/Observación:

SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR YESO

En las especificaciones técnicas solicitan:

D01: SUMINISTRO ELÉCTRICO MONOFÁSICO, 220 VAC / 60HZ (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CONECTADO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

Las sierras electricas poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. El equipo ofrecido está diseñado bajo los estándares de doble aislamiento o Clase II, según la norma IEC 61140, lo que elimina la necesidad de conexión a tierra mediante un tercer pin. En consecuencia, el cable de poder de dos pines suministrado cumple con los requisitos de seguridad eléctrica establecidos para este tipo de protección, garantizando una operación segura sin necesidad de conductor de puesta a tierra. Si bien el enchufe Schuko (tipo F) normalmente incorpora terminal de tierra, la R.M. N° 175-2008-MEM permite el uso de enchufes de dos polos cuando el equipo cumple con protección Clase II, siempre que esté debidamente certificado y etiquetado. Por lo tanto, el cable ofrecido es totalmente compatible con la normativa nacional y las condiciones de seguridad eléctrica exigidas. Por tanto, para garantizar pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

D01: SUMINISTRO ELÉCTRICO MONOFÁSICO, 220 VAC / 60HZ (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CONECTADO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA O CABLE DE PODER DE DOS PINES CON SISTEMA DE PROTECCION CLASE II.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 292

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 787

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA HISTEROSCOPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C07: MANEJO DE DATOS E IMÁGENES (CONTROL DE EXPOSICION AUTOMATICO, BALANCE DE BLANCOS, MEJORA DE TONO).

Las video camaras y unidad de control poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. El objetivo principal de los parámetros solicitados es optimizar la calidad de imagen intraoperatoria, asegurando visibilidad clara, fidelidad de color y definición de estructuras, lo cual es completamente abordado por las funciones de ajuste dinámico de brillo y contraste del equipo ofrecido. Estas funciones permiten al usuario: Adaptar la imagen a distintas condiciones de iluminación del campo quirúrgico. Mejorar la percepción de profundidad y definición entre tejidos blandos. Ajustar en tiempo real la visualización según necesidad clínica, cumpliendo el rol de mejora de tono y exposición.Siendo este funcional y equivalente, permitiendo al profesional de salud trabajar con imágenes óptimas para diagnóstico y tratamiento durante procedimientos quirúrgicos o endoscópicos.

Por tanto, para estar con lo último en tecnología, garantizando la pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado equipo. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C07: MANEJO DE DATOS E IMÁGENES (CONTROL DE EXPOSICION AUTOMATICO, BALANCE DE BLANCOS, MEJORA DE TONO). O FUNCION PARA REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE IMÁGENES QUE PERMITA DIFERENCIAR TEJIDOS Y ESTRUCTURAS

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 308

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 788

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA HISTEROSCOPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C10: SISTEMA DE ZOOM DIGITAL Y AUTOENFOQUE CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL.

El controlador de la camara posee distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. El enfoque manual del equipo proporciona alta precisión y control total por parte del usuario, lo cual es especialmente valorado en procedimientos quirúrgicos donde se requiere fijar un plano específico de observación. Esta modalidad también elimina posibles cambios automáticos no deseados durante el procedimiento. Además, la combinación de zoom digital con enfoque manual es funcionalmente equivalente en la práctica clínica, garantizando una imagen nítida y ajustable a las necesidades del usuario, cumpliendo con el objetivo de ofrecer una visualización eficaz y adaptada al entorno quirúrgico. Cumpliendo con los estándares internacionales aptos para su uso en quirófano. Por tanto, para garantizar la pluralidad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C10: SISTEMA DE ZOOM DIGITAL CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL Y ENFOQUE MANUAL O AUTOENFOQUE

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 308

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

SISTEMA DE ZOOM DIGITAL CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL Y ENFOQUE MANUAL O AUTOENFOQUE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SISTEMA DE ZOOM DIGITAL CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL Y ENFOQUE MANUAL O AUTOENFOQUE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 789

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA HISTEROSCOPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C11: CON PROTECCION IPX7.

El controlador de la camara posee distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. El grado de protección IPX7 se refiere a la resistencia a la inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos, mi representada cuenta con protección IP20 está diseñado para su uso en ambientes clínicos controlados donde no existe exposición directa a líquidos ni necesidad de inmersión, asegurando su correcto funcionamiento y seguridad en su entorno de uso.

Además, el equipo cuenta con procedimientos de limpieza superficial con paños desinfectantes, sin riesgo para el sistema. Por tanto, para garantizar la pluralidad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C11: CON PROTECCION O IP20 O MEJOR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 308

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CON PROTECCION O IP20 O MEJOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CON PROTECCION O IP20 O MEJOR.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 790

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA HISTEROSCOPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C13: VISUALIZACION DE MENSAJES DE ERROR.

El controlador de la camara posee distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. Mi representada cuenta con un sistema diseñado para operar de manera estable y segura, incorporando mecanismos internos de protección y control que previenen fallas críticas, incluso sin la necesidad de mostrar mensajes explícitos en pantalla. En caso de presentarse una anomalía, el equipo activa indicadores visuales o de estado (como luces LED) que permiten al operador identificar posibles situaciones fuera del rango normal. Adicionalmente, el mantenimiento y diagnóstico del equipo pueden realizarse mediante protocolos de verificación técnica o soporte técnico especializado, sin depender exclusivamente de una interfaz de mensajes de error.. Por tanto, para garantizar la pluralidad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C13: VISUALIZACION DE MENSAJES DE ERROR. (OPCIONAL)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 308

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 791

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA HISTEROSCOPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C16: LAMPARA LED MAYOR A 50000 HORAS.

Las fuentes de luz fria poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. Nuestra representada cuenta con las lamparas de iluminacion LED que varian su potencia de acuerdo a cada fabricante, en la actualidad el LED tienen un menor consumo de pontencia considerando su alto rendimiento emitiendo una intensidad de luz elevada para las operaciones necesarias, adicionalmente que cuentan con tiempo de vida del LED de 30,000 horas aprox. en comparación a las 500 h de una lámpara Xenón lo cual implica tener que cambiar cada cierto tiempo de las lamparas de Xenón. Cumpliendo con los estándares internacionales aptos para su uso en quirófano. Por tanto, para garantizar la pluraridad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C16: LAMPARA LED MAYOR A 30000 HORAS.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 308

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

LAMPARA LED MAYOR A 30000 HORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA LED MAYOR A 30000 HORAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 792

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C05: SISTEMA CON PANTALLA TACTIL PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES.

Las video camaras y unidad de control poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. Si bien la especificación solicita una pantalla táctil para la selección de funciones, mi representada cuenta con un equipo el cual utiliza botones tipo membrana, los cuales cumplen el mismo propósito funcional de forma segura, precisa y confiable. Los botones tipo membrana permiten una operación intuitiva, son más resistentes en entornos clínicos, especialmente frente a líquidos y limpieza frecuente, y reducen el riesgo de fallas electrónicas. Por tanto, se considera una alternativa técnica válida y funcionalmente equivalente a la pantalla táctil. Por tanto, para estar con lo último en tecnología, garantizando la pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado equipo. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C05: SISTEMA CON PANTALLA TACTIL PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES O SISTEMA CON BOTONES TIPO MEMBRANA PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 310

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

SISTEMA CON PANTALLA TACTIL PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES O SISTEMA CON BOTONES TIPO MEMBRANA PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SISTEMA CON PANTALLA TACTIL PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES O SISTEMA CON BOTONES TIPO MEMBRANA PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 793

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C07: MANEJO DE DATOS E IMÁGENES (CONTROL DE EXPOSICION AUTOMATICO, BALANCE DE BLANCOS, MEJORA DE TONO, MEJORA DE DETALLES).

Las video camaras y unidad de control poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. El objetivo principal de los parámetros solicitados es optimizar la calidad de imagen intraoperatoria, asegurando visibilidad clara, fidelidad de color y definición de estructuras, lo cual es completamente abordado por las funciones de ajuste dinámico de brillo y contraste del equipo ofrecido. Estas funciones permiten al usuario: Adaptar la imagen a distintas condiciones de iluminación del campo quirúrgico. Mejorar la percepción de profundidad y definición entre tejidos blandos. Ajustar en tiempo real la visualización según necesidad clínica, cumpliendo el rol de mejora de tono y exposición.Siendo este funcional y equivalente, permitiendo al profesional de salud trabajar con imágenes óptimas para diagnóstico y tratamiento durante procedimientos quirúrgicos o endoscópicos.

Por tanto, para estar con lo último en tecnología, garantizando la pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado equipo. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C07: MANEJO DE DATOS E IMÁGENES (CONTROL DE EXPOSICION AUTOMATICO, BALANCE DE BLANCOS, MEJORA DE TONO,MEJORA DE DETALLES). O FUNCION PARA REGULAR EL BRILLO Y CONTRASTE DE IMÁGENES QUE PERMITA DIFERENCIAR TEJIDOS Y ESTRUCTURAS

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 310

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 794

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C08: APTO PARA USO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DE FLOURESCENCIA.

El controlador de la camara posee distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. La especificación solicita que el equipo sea apto para el uso de tecnología de fluorescencia. Se solicita que esta característica sea considerada como opcional, ya que no es indispensable para el funcionamiento principal ni para los procedimientos estándar para los cuales está diseñado el equipo ofrecido. El sistema cumple plenamente con sus funciones clínicas esenciales sin el uso de fluorescencia, y su incorporación dependerá de las necesidades específicas del usuario o del centro médico. Por ello, se propone considerar esta característica como una opción complementaria, no excluyente. Por tanto, para garantizar la pluralidad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C08: APTO PARA USO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DE FLOURESCENCIA. (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 310

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 795

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C10: SISTEMA DE ZOOM DIGITAL Y AUTOENFOQUE CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL.

El controlador de la camara posee distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. El enfoque manual del equipo proporciona alta precisión y control total por parte del usuario, lo cual es especialmente valorado en procedimientos quirúrgicos donde se requiere fijar un plano específico de observación. Esta modalidad también elimina posibles cambios automáticos no deseados durante el procedimiento. Además, la combinación de zoom digital con enfoque manual es funcionalmente equivalente en la práctica clínica, garantizando una imagen nítida y ajustable a las necesidades del usuario, cumpliendo con el objetivo de ofrecer una visualización eficaz y adaptada al entorno quirúrgico. Cumpliendo con los estándares internacionales aptos para su uso en quirófano. Por tanto, para garantizar la pluralidad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C10: SISTEMA DE ZOOM DIGITAL CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL Y ENFOQUE MANUAL O AUTOENFOQUE

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 310

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

SISTEMA DE ZOOM DIGITAL CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL Y ENFOQUE MANUAL O AUTOENFOQUE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SISTEMA DE ZOOM DIGITAL CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL Y ENFOQUE MANUAL O AUTOENFOQUE

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 796

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C13: VISUALIZACION DE MENSAJES DE ERROR.

El controlador de la camara posee distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. Mi representada cuenta con un sistema diseñado para operar de manera estable y segura, incorporando mecanismos internos de protección y control que previenen fallas críticas, incluso sin la necesidad de mostrar mensajes explícitos en pantalla. En caso de presentarse una anomalía, el equipo activa indicadores visuales o de estado (como luces LED) que permiten al operador identificar posibles situaciones fuera del rango normal. Adicionalmente, el mantenimiento y diagnóstico del equipo pueden realizarse mediante protocolos de verificación técnica o soporte técnico especializado, sin depender exclusivamente de una interfaz de mensajes de error.. Por tanto, para garantizar la pluralidad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C13: VISUALIZACION DE MENSAJES DE ERROR. (OPCIONAL)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 310

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 797

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C15: LAMPARA DE ILUMINACION LED DE 830 nm COMO MINIMO Y 2000 LUMENES COMO MINIMO.

Las fuentes de luz fria posee distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. Solicitan una lámpara LED con una potencia mínima de 2000 lúmenes y longitud de onda mínima de 830 nm. Mi representada cuenta con una fuente de luz con una lámpara LED de 1400 lúmenes, que, aunque numéricamente menor, ofrece una intensidad de iluminación suficiente para la práctica clínica segura y eficaz, gracias a su eficiencia óptica, diseño focalizado y tecnología de dispersión uniforme. Además, el sistema de iluminación ha sido optimizado para ofrecer visibilidad clara y contraste adecuado, cumpliendo los requerimientos funcionales del procedimiento al cual está destinado. En muchos casos, el rendimiento real en campo depende no solo de los lúmenes totales, sino también de la calidad del haz, el ángulo de emisión, y la eficiencia de transmisión óptica. Por tanto, para garantizar la pluralidad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C15: LAMPARA DE ILUMINACION LED DE 1400 LUMENES.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 310

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 798

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C17: LAMPARA LED MAYOR A 50000 HORAS.

Las fuentes de luz fria poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. Nuestra representada cuenta con las lamparas de iluminacion LED que varian su potencia de acuerdo a cada fabricante, en la actualidad el LED tienen un menor consumo de pontencia considerando su alto rendimiento emitiendo una intensidad de luz elevada para las operaciones necesarias, adicionalmente que cuentan con tiempo de vida del LED de 30,000 horas aprox. en comparación a las 500 h de una lámpara Xenón lo cual implica tener que cambiar cada cierto tiempo de las lamparas de Xenón. Cumpliendo con los estándares internacionales aptos para su uso en quirófano. Por tanto, para garantizar la pluraridad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C17: LAMPARA LED MAYOR A 30000 HORAS.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 310

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

LAMPARA LED MAYOR A 30000 HORAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: LAMPARA LED MAYOR A 30000 HORAS.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 799

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C26: PROGRAMACION DE DE FLUJO Y PRESION MEDIANTE PANTALLA TACTIL.

El insuflador electronico posee distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. La especificación solicita la programación de flujo y presión mediante pantalla táctil. El equipo ofrecido realiza dicha programación a través de botones tipo membrana, los cuales permiten el mismo nivel de control, precisión y funcionalidad, asegurando un manejo seguro y eficiente de los parámetros clínicos. Los botones de membrana ofrecen ventajas como mayor resistencia en entornos hospitalarios, facilidad de limpieza y durabilidad, siendo adecuados para uso continuo. Por lo tanto, se considera que esta solución representa una alternativa técnicamente válida, cumpliendo plenamente con los objetivos funcionales de la especificación. Por tanto, para garantizar la pluraridad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C26: PROGRAMACION DE DE FLUJO Y PRESION MEDIANTE PANTALLA TACTIL O MEDIANTE BOTONES DE MEMBRANA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 311

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

PROGRAMACION DE DE FLUJO Y PRESION MEDIANTE PANTALLA TACTIL O MEDIANTE BOTONES DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: PROGRAMACION DE DE FLUJO Y PRESION MEDIANTE PANTALLA TACTIL O MEDIANTE BOTONES DE MEMBRANA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 800

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C28: CAPACIDAD DE FLUJO DE GAS: 50 L/min. o MAS.

El insuflador electronico posee distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. La especificación solicita una capacidad de flujo de gas de 50 L/min o más. Nuestra representada cuenta con una capacidad de 45 L/min, la cual ha sido diseñada y validada para cumplir de forma segura y eficaz con los requerimientos clínicos del procedimiento para el que está destinado.

El flujo de 45 L/min permite un control preciso de la presión y del entorno intraoperatorio, sin afectar el rendimiento del sistema ni la seguridad del paciente. Además, la diferencia de 5 L/min respecto al valor solicitado no compromete la funcionalidad ni los resultados clínicos, y puede considerarse dentro de un margen de tolerancia técnica aceptable, en función del uso real del equipo. Por tanto, para garantizar la pluraridad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C28: CAPACIDAD DE FLUJO DE GAS: 45 L/min.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 311

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CAPACIDAD DE FLUJO DE GAS: 45 L/min.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CAPACIDAD DE FLUJO DE GAS: 45 L/min.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 801

Consulta/Observación:

TORRE DE VIDEOCIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C30: SISTEMA PARA EXTRACCION DE HUMO.

El insuflador electronico posee distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. Se propone que esta característica sea considerada como opcional, ya que no es indispensable para el funcionamiento principal del equipo ofrecido, ni afecta la seguridad ni la eficacia de su operación. El sistema cumple plenamente con su propósito clínico esencial, y la incorporación de un extractor de humo dependerá de las condiciones específicas del quirófano o del procedimiento, pudiendo ser utilizado un sistema de extracción externo o complementario, si así se requiere. Por tanto, se solicita que esta funcionalidad sea evaluada como una opción complementaria, no excluyente del cumplimiento técnico. Por tanto, para garantizar la pluralidad de postores, precisar el requerimiento técnico y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C30: SISTEMA PARA EXTRACCION DE HUMO. (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 311

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 802

Consulta/Observación:

VIDEO CISTORESECTOSCOPIÓ

En las especificaciones técnicas solicitan:

C10: AL MENOS UN (01) CHIP CCD CON PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES.

Las video camaras y unidad de control poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. El objetivo principal de los parámetros solicitados es optimizar la calidad de imagen intraoperatoria, asegurando visibilidad clara, fidelidad de color y definición de estructuras, lo cual es completamente abordado por las funciones de ajuste dinámico de brillo y contraste del equipo ofrecido. Estas funciones permiten al usuario: Adaptar la imagen a distintas condiciones de iluminación del campo quirúrgico. Mejorar la percepción de profundidad y definición entre tejidos blandos. Ajustar en tiempo real la visualización según necesidad clínica, cumpliendo el rol de mejora de tono y exposición. Siendo este funcional y equivalente, permitiendo al profesional de salud trabajar con imágenes óptimas para diagnóstico y tratamiento durante procedimientos quirúrgicos o endoscópicos.

Por tanto, para estar con lo último en tecnología, garantizando la pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado equipo. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

C10: AL MENOS UN (01) CHIP CCD O CMOS CON PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 327

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

AL MENOS UN (01) CHIP CCD O CMOS CON PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: AL MENOS UN (01) CHIP CCD O CMOS CON PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 803

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 804

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C18 (01) AGUJA DE CUSHING 13 CM

SUSTENTO: La AGUJA DE CUSHING, se usa para obtener muestras de sangre y/o administrar medicamentos como la CRH (hormona liberadora de corticotropina) durante las pruebas de diagnóstico. La CANULA FRAZIER, está diseñada para ser introducido en el cuerpo humano con el objetivo de administrar líquidos, gases, fármacos o facilitar el drenaje de fluidos biológicos.

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) CANULA FRAZIER 10 CM X 3MMØ

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 805

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C18 (01) DISECTOR TIPO TEW N° 5 X 19 CM

SUSTENTO: El término disector se refiere a una herramienta médica diseñada para separar, manipular o retirar tejidos de forma precisa durante procedimientos quirúrgicos. Existen diferentes tipos de disectores quirúrgicos, adaptados a diversas especialidades y necesidades operatorias.

El ELEVADOR RHOTON, se utiliza para elevar y/o desprender el periostio (membrana de tejido conectivo fibroso que rodea al hueso) del hueso subyacente mediante una acción de empuje aplicada normalmente a lo largo del eje longitudinal del hueso

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) ELEVADOR RHOTON N° 5X 19 CM

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 806

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C18 (01) DISECTOR TIPO TEW N° 5 X 19 CM

SUSTENTO: El término disector se refiere a una herramienta médica diseñada para separar, manipular o retirar tejidos de forma precisa durante procedimientos quirúrgicos. Existen diferentes tipos de disectores quirúrgicos, adaptados a diversas especialidades y necesidades operatorias.

El ELEVADOR RHOTON, se utiliza para elevar y/o desprender el periostio (membrana de tejido conectivo fibroso que rodea al hueso) del hueso subyacente mediante una acción de empuje aplicada normalmente a lo largo del eje longitudinal del hueso

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) ELEVADOR RHOTON N° 5X 19 CM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 807

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C34 (01) ESPATULA CEREBRAL MALEABLE 19 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de ESPATULA CEREBRAL MALEABLE, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Se usan para mantener dos porciones de parénquima cerebral alejadas entre sí, con el fin de revelar estructuras cerebrales ocultas.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) ESPATULA CEREBRAL MALEABLE DE 17MM A 19 MM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) ESPATULA CEREBRAL MALEABLE DE 17MM A 19 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) ESPATULA CEREBRAL MALEABLE DE 17MM A 19

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 808

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C36 (01) (01) ESPECULO TIPO HARDY

SUSTENTO: El espéculo tipo Hardy es un instrumento médico utilizado en ginecología y obstetricia para visualizar el cuello uterino y la vagina durante exámenes ginecológicos y otros procedimientos. Este tipo de espéculo se distingue por su diseño de doble hoja que permite una mayor apertura y visualización

El espéculo Cushing-Landolt se utiliza para ensanchar la cavidad nasal y facilitar la visibilidad durante procedimientos quirúrgicos, especialmente en neurocirugía y cirugía transesfenoidal, permitiendo el acceso a estructuras profundas dentro de la cavidad nasal.

Por lo tanto el modelo ofertado es el adecuado para el set solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) ESPECULO CUCHSING-LANDOLT

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) ESPECULO CUCHSING-LANDOLT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) ESPECULO CUCHSING-LANDOLT

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 809

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C39 (01) GUBIA DE CUCHING CURVA

SUSTENTO: La gubia de Cushing curva (o pinza gubia de Cushing) es un instrumento quirúrgico utilizado para cortar y extraer hueso y tejido en diversas especialidades, incluyendo neurocirugía y cirugía ortopédica.

Pinzas Gubias de Luer Son instrumentos especializados que permiten eliminar pequeñas porciones excedentes de una estructura ósea, con la finalidad de remodelar el hueso.

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) GUBIA DE LUER CURVA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) GUBIA DE LUER CURVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) GUBIA DE LUER CURVA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 810

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

C40 (01) GUBIA DE CUCHING RECTA

SUSTENTO: La gubia de Cushing recta (o pinza gubia de Cushing) se utiliza en cirugía, especialmente en neurocirugía y otorrinolaringología, para cortar y extraer tejidos blandos y óseos, como hernias de disco o espículas óseas.

Pinzas Gubias de Luer Son instrumentos especializados que permiten eliminar pequeñas porciones excedentes de una estructura ósea, con la finalidad de remodelar el hueso.

Por lo tanto el modelo ofertado es el adecuado para el set solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) GUBIA DE LUER CURVA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) GUBIA DE LUER CURVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) GUBIA DE LUER CURVA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 811

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C41 (02) GUBIA PARA HUESO TIPO BEYER RECTA 18 CM X 13 MM

SUSTENTO: Las Pinzas Gubias de Beyer Se Usan para Cortar Pequeños Fragmentos de Hueso.

Una gubia para hueso tipo Ruskin recta se utiliza para eliminar pequeñas porciones de hueso, como bordes cortantes, crestas, o tejido óseo infectado.

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(02) GUBIA PARA HUESO TIPO BEYER RECTA 18 CM X 13 MM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(02) GUBIA PARA HUESO TIPO BEYER RECTA 18 CM X 13 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) GUBIA PARA HUESO TIPO BEYER RECTA 18 CM X 13 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 812

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C43 (02) GUBIA TIPO JANSEN MORDIDA 3MM X 23 CM LARGO

SUSTENTO: La gubia tipo Jansen es una pinza utilizada en cirugía, particularmente en procedimientos que involucran huesos. Se utiliza para remover bordes afilados, ampliar orificios o eliminar pequeñas porciones de hueso, permitiendo acceso a cavidades o remodelando la superficie ósea.

La Gubia Smith-Peterson, también conocida como Osteótomo óseo Smith-Peterson, es una herramienta quirúrgica especializada que se utiliza principalmente en cirugías ortopédicas para remodelar y separar tejidos óseos. Se utiliza para cortar, extraer o remodelar pequeñas porciones de hueso, especialmente en procedimientos de osteotomía, reconstrucción y reparación de fracturas

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(02) GUBIA SMITH-PETERSEN 3MM X 24 CM LARGO

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(02) GUBIA SMITH-PETERSEN 3MM X 24 CM LARGO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) GUBIA SMITH-PETERSEN 3MM X 24 CM LARGO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 813

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C43 (02) GUBIA TIPO JANSEN MORDIDA 3MM X 23 CM LARGO

SUSTENTO: La gubia tipo Jansen es una pinza utilizada en cirugía, particularmente en procedimientos que involucran huesos. Se utiliza para remover bordes afilados, ampliar orificios o eliminar pequeñas porciones de hueso, permitiendo acceso a cavidades o remodelando la superficie ósea.

La Gubia Smith-Peterson, también conocida como Osteótomo óseo Smith-Peterson, es una herramienta quirúrgica especializada que se utiliza principalmente en cirugías ortopédicas para remodelar y separar tejidos óseos. Se utiliza para cortar, extraer o remodelar pequeñas porciones de hueso, especialmente en procedimientos de osteotomía, reconstrucción y reparación de fracturas

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(02) GUBIA SMITH-PETERSEN 3MM X 24 CM LARGO

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(02) GUBIA SMITH-PETERSEN 3MM X 24 CM LARGO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) GUBIA SMITH-PETERSEN 3MM X 24 CM LARGO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 814

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C43 (02) GUBIA TIPO JANSEN MORDIDA 3MM X 23 CM LARGO

SUSTENTO: La gubia tipo Jansen es una pinza utilizada en cirugía, particularmente en procedimientos que involucran huesos. Se utiliza para remover bordes afilados, ampliar orificios o eliminar pequeñas porciones de hueso, permitiendo acceso a cavidades o remodelando la superficie ósea.

La Gubia Smith-Peterson, también conocida como Osteótomo óseo Smith-Peterson, es una herramienta quirúrgica especializada que se utiliza principalmente en cirugías ortopédicas para remodelar y separar tejidos óseos. Se utiliza para cortar, extraer o remodelar pequeñas porciones de hueso, especialmente en procedimientos de osteotomía, reconstrucción y reparación de fracturas

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(02) GUBIA SMITH-PETERSEN 3MM X 24 CM LARGO

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(02) GUBIA SMITH-PETERSEN 3MM X 24 CM LARGO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) GUBIA SMITH-PETERSEN 3MM X 24 CM LARGO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 815

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C55 (01) PINZA BIPOLAR EN BAYONETA 1.5MM DE PUNTA X 20.5 CM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA BIPOLAR EN BAYONETA, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Las pinzas bipolares de bayoneta son instrumentos quirúrgicos utilizados en electrocirugía. Están diseñados para suministrar corriente eléctrica de alta frecuencia a los tejidos para lograr un efecto quirúrgico específico, como corte, coagulación o fusión de tejidos

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) PINZA BIPOLAR EN BAYONETA DE 0.7 MM A 1.5MM DE PUNTA X 20.5 CM A 21 CM

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) PINZA BIPOLAR EN BAYONETA DE 0.7 MM A 1.5MM DE PUNTA X 20.5 CM A 21 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) PINZA BIPOLAR EN BAYONETA DE 0.7 MM A 1.5MM DE PUNTA X 20.5 CM A 21 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 816

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA
C56 (01) PINZA BIPOLAR EN BAYONETA 2MM DE PUNTA X 20.5 CM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA BIPOLAR EN BAYONETA, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Las pinzas bipolares de bayoneta son instrumentos quirúrgicos utilizados en electrocirugía. Están diseñados para suministrar corriente eléctrica de alta frecuencia a los tejidos para lograr un efecto quirúrgico específico, como corte, coagulación o fusión de tejidos

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) PINZA BIPOLAR EN BAYONETA DE 1 MM A 2 MM DE PUNTA X 20.5 CM A 21 CM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) PINZA BIPOLAR EN BAYONETA DE 1 MM A 2 MM DE PUNTA X 20.5 CM A 21 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) PINZA BIPOLAR EN BAYONETA DE 1 MM A 2 MM DE PUNTA X 20.5 CM A 21 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 817

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA
C61 (01) PORTAAGUJA DE JACOBSON EN BAYONETA PUNTA ROMA 21 CM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PORTAAGUJA DE JACOBSON EN BAYONETA PUNTA ROMA, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: El portaagujas de Jacobson en bayoneta con punta roma es un instrumento quirúrgico utilizado para sujetar y manipular agujas de sutura durante procedimientos de sutura, especialmente en cirugías delicadas como la neurocirugía. La forma de bayoneta facilita el acceso a áreas difíciles, y la punta roma ayuda a proteger los tejidos, especialmente en áreas como la columna vertebral.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) PORTAAGUJA DE JACOBSON EN BAYONETA PUNTA ROMA DE 18 CM A 21 CM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) PORTAAGUJA DE JACOBSON EN BAYONETA PUNTA ROMA DE 18 CM A 21 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:(01) PORTAAGUJA DE JACOBSON EN BAYONETA PUNTA ROMA DE 18 CM A 21 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 818

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C62 (01) PORTAAGUJA DE MARTIN 15 CM

SUSTENTO: El Portaagujas de Martin, es un instrumento utilizado en cirugía para sujetar y guiar agujas durante procedimientos, especialmente suturas. Su diseño permite un control firme de la aguja, especialmente en áreas donde se requiere precisión y manipulación delicada

El porta agujas De Bakey es un instrumento quirúrgico utilizado para sostener y manipular agujas durante procedimientos de sutura. Permite un manejo preciso de la aguja, facilitando la realización de suturas en áreas de difícil acceso.

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) PORTAAGUJA DE BAKEY 15 CM

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) PORTAAGUJA DE BAKEY 15 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) PORTAAGUJA DE BAKEY 15 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 819

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA

C70 (02) SEPARADOR WOLKMAN GRANDE, 4 GARFIOS ROMOS

SUSTENTO: Un SEPARADOR WOLKMAN GRANDE, es un instrumento quirúrgico que se utiliza para retraer y mantener alejados los tejidos durante una cirugía. Permite una mejor exposición del área de trabajo, lo que facilita al cirujano la realización del procedimiento. Los ganchos romos ayudan a evitar daños a los tejidos delicados, mientras que su tamaño grande permite retraer grandes áreas

El SEPARADOR ADSON, Se utiliza para separar las paredes del tórax. Cuenta con dos anillas, un sistema de cremalleras, y de la caja de traba nacen dos brazos los cuales terminan en un extremo con cuatro dientes (amplían el poder de separación). Se utiliza en cirugías vasculares; fístulas arterio- venosas

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(02) SEPARADOR ADSON, 4 GARFIOS ROMOS

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(02) SEPARADOR ADSON, 4 GARFIOS ROMOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) SEPARADOR ADSON, 4 GARFIOS ROMOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 820

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-81 SET DE INSTRUMENTAL CRANEOTOMIA PEDIATRICA
C73 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGUCO, ESTERILIZABLE CON TAPA CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 821

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NEONATAL

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 822

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NEONATAL

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NEONATAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 823

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-91 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NEONATAL

C16 (02) PINZA HEISS CURVA 15 cm (6") PUNTA FINA

SUSTENTO: La PINZA HEISS, es un instrumento quirúrgico utilizado para comprimir vasos sanguíneos y controlar el sangrado durante procedimientos médicos, especialmente en cirugías. Su forma curva facilita la acceso a áreas más difíciles de alcanzar.

Pinza LERICHE es un dispositivo especializado que los cirujanos utilizan para pinzar los vasos sanguíneos, especialmente las arterias pequeñas, durante una variedad de escenarios quirúrgicos. El instrumento también es útil para agarrar materiales, tejidos y suturas desechables

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo so+F67licitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(02) PINZA LERICHE CURVA 15 cm (6") PUNTA FINA

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(02) PINZA LERICHE CURVA 15 cm (6") PUNTA FINA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA LERICHE CURVA 15 cm (6") PUNTA FINA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 824

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-91 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NEONATAL

C16 (02) PINZA HEISS CURVA 15 cm (6") PUNTA FINA

SUSTENTO: La PINZA HEISS, es un instrumento quirúrgico utilizado para comprimir vasos sanguíneos y controlar el sangrado durante procedimientos médicos, especialmente en cirugías. Su forma curva facilita la acceso a áreas más difíciles de alcanzar.

Pinza LERICHE es un dispositivo especializado que los cirujanos utilizan para pinzar los vasos sanguíneos, especialmente las arterias pequeñas, durante una variedad de escenarios quirúrgicos. El instrumento también es útil para agarrar materiales, tejidos y suturas desechables

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo so+F67licitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(02) PINZA LERICHE CURVA 15 cm (6") PUNTA FINA

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(02) PINZA LERICHE CURVA 15 cm (6") PUNTA FINA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA LERICHE CURVA 15 cm (6") PUNTA FINA.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 825

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
C21 (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 cc HASTA 350 cc

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 cc HASTA 350 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 cc HASTA 350 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 826

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-91 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NEONATAL
C35 (02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 2 mm X 18 cm (7")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 2 mm, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Diseñada para sujetar tejidos delicados durante la cirugía sin dañarlos.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 2 mm X 18 cm (7") A 20 CM (8")

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 2 mm X 18 cm (7") A 20 CM (8")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 2 mm X 18 cm (7") A 20 CM (8")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 827

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-91 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NEONATAL

C21 (01) POLLE SUCTION TUBE 6mm X 22 cm

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de POLLE SUCTION TUBE lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: utilizado para aspirar grandes cantidades de líquido, especialmente en cirugías abdominales profundas o cesáreas.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) POLLE SUCTION TUBE DE 5MM A 6mm X 22 cm

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) POLLE SUCTION TUBE DE 5MM A 6mm X 22 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) POLLE SUCTION TUBE DE 5MM A 6mm X 22 cm

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 828

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-91 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA ENDOSCOPICA NEONATAL
C53 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGUCO, ESTERILIZABLE CON TAPA CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 829

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-61 SET INSTRUMENTAL PARA NECROPSIA

C13 01 SIERRA PARA AMPUTACIONES CHARRIERE 30 CM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SIERRA PARA AMPUTACIONES CHARRIERE, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: para cortar partes de los huesos cuando reparan fracturas causadas por traumatismos o infecciones. Además, ayudan a realizar amputaciones para tratar las gangrenas de las extremidades.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

01 SIERRA PARA AMPUTACIONES CHARRIERE 30 CM A 35 CM

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

01 SIERRA PARA AMPUTACIONES CHARRIERE 30 CM A 35 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 01 SIERRA PARA AMPUTACIONES CHARRIERE 30 CM A 35 C

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 830

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-61 SET INSTRUMENTAL PARA NECROPSIA
C19 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGUCO, ESTERILIZABLE CON TAPA CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 831

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-1 SET INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS
C08(01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGUCO, ESTERILIZABLE CON TAPA CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 832

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET DE INSTRUMENTAL PARA TRAQUEOTOMÍA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET DE INSTRUMENTAL PARA TRAQUEOTOMÍA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET DE INSTRUMENTAL PARA TRAQUEOTOMÍA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 833

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET DE INSTRUMENTAL PARA TRAQUEOTOMÍA

C08 UNA (01) DILATADOR TRAQUEAL TROUSSEA PEDIATRICO DE 12 CM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de DILATADOR TRAQUEAL TROUSSEA PEDIATRICO, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: El dilatador traqueal Trousseau, se utiliza para realizar incisiones en la pared traqueal anterior durante los procedimientos de traqueotomía

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

UNA (01) DILATADOR TRAQUEAL TROUSSEA PEDIATRICO DE 12 CM a 14 cm

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UNA (01) DILATADOR TRAQUEAL TROUSSEA PEDIATRICO DE 12 CM a 14 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) DILATADOR TRAQUEAL TROUSSEA PEDIATRICO DE 12 CM a 14 cm

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 834

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET DE INSTRUMENTAL PARA TRAQUEOTOMÍA
C12 UN (01) MANGO DE BISTURI N° 3 DE 13.5 CM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de MANGO DE BISTURI N° 3, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Dar soporte a las hojas de corte. Eso es para realizar de manera efectiva y cómoda el corte o incisión.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
UN (01) MANGO DE BISTURI N° 3 DE 12 CM A 13.5 CM

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) MANGO DE BISTURI N° 3 DE 12 CM A 13.5 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) MANGO DE BISTURI N° 3 DE 12 CM A 13.5 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 835

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-57 SET DE INSTRUMENTAL PARA TRAQUEOTOMÍA

C23 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML.

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 cc HASTA 550 cc

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 cc HASTA 550 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 cc HASTA 550 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 836

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-57 SET DE INSTRUMENTAL PARA TRAQUEOTOMÍA

C24 UN (01) SEPARADOR DE SENN-MILLER AGUDO DE 16CM / 6MM X 20 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR DE SENN-MILLER AGUDO , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Se usa en cirugía para mantener los tejidos u órganos fuera del área donde se encuentra trabajando el cirujano.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

UN (01) SEPARADOR DE SENN-MILLER AGUDO DE 16CM / 6MM A 700 X 20 MM A 22 MM

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UN (01) SEPARADOR DE SENN-MILLER AGUDO DE 16CM / 6MM A 700 X 20 MM A 22 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) SEPARADOR DE SENN-MILLER AGUDO DE 16CM / 6MM A 700 X 20 MM A 22 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 837

Consulta/Observación:

I-57 SET DE INSTRUMENTAL PARA TRAQUEOTOMÍA
SOLICITAN:
C29 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE.

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 838

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-15 SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO ONSTRETRICOS

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO ONSTRETRICOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO ONSTRETRICOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 839

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-15 SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO ONSTRETRICOS

C01 UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO GRANDE DE 100 X 35 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Se utiliza para dilatar la entrada de la vagina y acceder al cuello del útero.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO GRANDE DE 100 A 115MM X 35 MM

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO GRANDE DE 100 A 115MM X 35 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO GRANDE DE 100 A 115MM X 35 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 840

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-15 SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO ONSTRETRICOS
C02 UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO MEDIANO DE 85 X 35 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Se utiliza para dilatar la entrada de la vagina y acceder al cuello del útero.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO MEDIANO DE 85 A 95MM X 35 MM

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO MEDIANO DE 85 A 95MM X 35 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO MEDIANO DE 85 A 95MM X 35 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 841

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-15 SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO ONSTRETRICOS
C10 (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 842

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-42 SET INSTRUMENTAL PARA ENUCLEACION

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA ENUCLEACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA ENUCLEACION

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 843

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-42 SET INSTRUMENTAL PARA ENUCLEACION
C15 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 844

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-42 SET INSTRUMENTAL PARA ENUCLEACION
C15 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 845

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-69 SET INSTRUMENTAL PARA EPISIOTOMIA
C06 (01) (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 846

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-71 SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA
SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 847

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-71 SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA

C14 DOS (02) PINZAS DE DISECCION CON DIENTE 15 CM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZAS DE DISECCION CON DIENTE , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: se utilizan generalmente para sujetar temporalmente o cambiar de pinza durante la disección.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

DOS (02) PINZAS DE DISECCION CON DIENTE DE 14.5 CM A 15 CM

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

DOS (02) PINZAS DE DISECCION CON DIENTE DE 14.5 CM A 15 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DOS (02) PINZAS DE DISECCION CON DIENTE DE 14.5 CM A 15 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 848

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-71 SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA

C23 DOS (02) PINZAS GREY/GRAY CON DIENTE DE 23 CM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZAS GREY/GRAY CON DIENTE, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: se utiliza para controlar la hemorragia y el flujo sanguíneo sujetando vasos pequeños

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
DOS (02) PINZAS GREY/GRAY CON o SIN DIENTE DE 23 CM

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 849

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-71 SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA

C35 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 cc HASTA 550 cc

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 cc HASTA 550 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 cc HASTA 550 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 850

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-71 SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA

C36 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML GASTA 1250 ML

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML GASTA 1250 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML GASTA 1250 ML

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 851

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-71 SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA
C54 DOS (02) PINZAS HEISS SEMICURVA DE 23 CM

SUSTENTO: SUSTENTO: La PINZA HEISS, es un instrumento quirúrgico utilizado para comprimir vasos sanguíneos y controlar el sangrado durante procedimientos médicos, especialmente en cirugías.

La PINZA KELLY, se utiliza en cirugías generales para la toma de tejido o piel y para hemostasia o pinzado de vasos sanguíneos. Su función va a depender del tipo de pinza que se utilice

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

DOS (02) PINZAS KELLY SEMICURVA DE 23 CM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
DOS (02) PINZAS KELLY SEMICURVA DE 23 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: DOS (02) PINZAS KELLY SEMICURVA DE 23 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 852

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-71 SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA
C55 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA YA ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 853

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

IC-30 -SET INSTRUMENTAL COMPLETO PARA ARTROSCOPIA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el -SET INSTRUMENTAL COMPLETO PARA ARTROSCOPIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el -SET INSTRUMENTAL COMPLETO PARA ARTROSCOPIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 854

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

IC-30 -SET INSTRUMENTAL COMPLETO PARA ARTROSCOPIA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el -SET INSTRUMENTAL COMPLETO PARA ARTROSCOPIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el -SET INSTRUMENTAL COMPLETO PARA ARTROSCOPIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 855

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

IC-30 -SET INSTRUMENTAL COMPLETO PARA ARTROSCOPIA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el -SET INSTRUMENTAL COMPLETO PARA ARTROSCOPIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el -SET INSTRUMENTAL COMPLETO PARA ARTROSCOPIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 856

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
C01 CONTENEDOR DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO O DE PLASTICO), ASAS LATERALES ABATIBLES, CON PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CONTENEDOR. FILTROS REUSABLE

CONTENEDORES DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA DE ALUMINIO, ASAS LATERALES ABATIBLES, CON PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CONTENEDOR, CON FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA DE ALUMINIO, ASAS LATERALES ABATIBLES, CON PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CONTENEDOR, CON FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA DE ALUMINIO, ASAS LATERALES ABATIBLES, CON PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CONTENEDOR, CON FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 857

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-24 SET INSTRUMENTAL CRANEOTOMÍA ADULTOS
C39 UNA (01) ESPAT. CEREB. C.EXA 7 Y 8 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de ESPAT. CEREB. C.EXA, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: La espátula cerebral se utiliza para manipular el parénquima cerebral durante procedimientos intracraneales.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
UNA (01) ESPAT. CEREB. C.EXA 7 Y 8 MM O 7 Y 9 MM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UNA (01) ESPAT. CEREB. C.EXA 7 Y 8 MM O 7 Y 9 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) ESPAT. CEREB. C.EXA 7 Y 8 MM O 7 Y 9 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 858

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-25 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA DENTAL
C18 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA YA ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 859

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DE ESTOMAGO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DE ESTOMAGO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DE ESTOMAGO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 860

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
IC-46 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DE ESTOMAGO
C34 01 PINZA PAYR PARA DUODENO 26 CM GRANDE

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA PAYR PARA DUODENO GRANDE , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: La pinza Payr para duodeno es un instrumento quirúrgico usado para ocluir temporalmente y de forma reversible estructuras tubulares como el intestino, vasos sanguíneos, entre otros

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
01 PINZA PAYR PARA DUODENO 26 CM A 29.5 CM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
01 PINZA PAYR PARA DUODENO 26 CM A 29.5 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 01 PINZA PAYR PARA DUODENO 26 CM A 29.5 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 861

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

IC-46 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DE ESTOMAGO

C45 01 CANULA DE ASPIRACION MODELO POOL 7MM 22.5 CM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de CANULA DE ASPIRACION MODELO POOL , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: La cánula de aspiración modelo Poole se utiliza para aspirar grandes cantidades de líquidos, como sangre y fluidos, durante cirugías, especialmente en cirugías abdominales profundas y cesáreas

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

01 CANULA DE ASPIRACION MODELO POOL 7MM A 8 MM, 22.5 CM A 24 CM

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

01 CANULA DE ASPIRACION MODELO POOL 7MM A 8 MM, 22.5 CM A 24 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 01 CANULA DE ASPIRACION MODELO POOL 7MM A 8 MM, 22.5 CM A 24 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 862

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

IC-46 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DE ESTOMAGO

C54 02 SEPARADORE MALEABLES HABERER 300 X 25 / 30 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADORE MALEABLES HABERER , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: El Separador Maleable Haberer, también conocido como espátula abdominal de Haberer, es un instrumento quirúrgico que se utiliza para separar planos de tejido y traccionar órganos durante una cirugía.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

02 SEPARADORE MALEABLES HABERER DE 280 A 300 X 25 / 30 MM

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

02 SEPARADORE MALEABLES HABERER DE 280 A 300 X 25 / 30 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: 02 SEPARADORE MALEABLES HABERER DE 280 A 300 X 25 / 30 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 863

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
IC-46 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DE ESTOMAGO
D01 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 864

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-92 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA PRESCOLAR-ESCOLAR
SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA PRESCOLAR-ESCOLAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA PRESCOLAR-ESCOLAR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 865

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-92 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA PRESCOLAR-ESCOLAR
C19 (02) PINZA HEISS CURVA 15 CM (6") PUNTA FINA

SUSTENTO: La PINZA HEISS, es un instrumento quirúrgico utilizado para comprimir vasos sanguíneos y controlar el sangrado durante procedimientos médicos, especialmente en cirugías. Su forma curva facilita la acceso a áreas más difíciles de alcanzar.

Pinza LERICHE es un dispositivo especializado que los cirujanos utilizan para pinzar los vasos sanguíneos, especialmente las arterias pequeñas, durante una variedad de escenarios quirúrgicos. El instrumento también es útil para agarrar materiales, tejidos y suturas desechables

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo so+F67licitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(02) PINZA HEISS CURVA 15 CM (6") PUNTA FINA

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(02) PINZA HEISS CURVA 15 CM (6") PUNTA FINA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA HEISS CURVA 15 CM (6") PUNTA FINA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 866

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
C25 (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 cc HASTA 350 cc

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 cc HASTA 350 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 cc HASTA 350 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 867

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-92 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA PRESCOLAR-ESCOLAR
C26 (02) SEPARADORES DEEVER HOJA DE 12 MM X 18 CM (7") DE LARGO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADORES DEEVER , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Es un instrumento de uso manual que los cirujanos usan para traccionar las paredes de una cavidad o los labios de una herida

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(02) SEPARADORES DEEVER HOJA DE 12 MM A 19 MM X 18 CM (7") DE LARGO

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(02) SEPARADORES DEEVER HOJA DE 12 MM A 19 MM X 18 CM (7") DE LARGO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) SEPARADORES DEEVER HOJA DE 12 MM A 19 MM X 18 CM (7") DE LARGO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 868

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-92 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA PRESCOLAR-ESCOLAR
C28 (01) SEPARADOR FINOCHIETO 40 MM X 40 X 165 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR FINOCHIETO , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Se usa en cirugía torácica o abdominal que puede mantener separado el abdomen, las costillas o el esternón permitiendo así una mejor realización de la técnica quirúrgica, la mejoría del campo operatorio y la eliminación de un ayudante en la mesa de operaciones.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) SEPARADOR FINOCHIETO 40 MM X 40 X 165 MM O DE 42MM X 62MM X 185MM

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) SEPARADOR FINOCHIETO 40 MM X 40 X 165 MM O DE 42MM X 62MM X 185MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARADOR FINOCHIETO 40 MM X 40 X 165 MM O DE 42MM X 62MM X 185MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 869

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-92 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA PRESCOLAR-ESCOLAR
C28 (01) SEPARADOR FINOCHIETO 40 MM X 40 X 165 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR FINOCHIETO , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Se usa en cirugía torácica o abdominal que puede mantener separado el abdomen, las costillas o el esternón permitiendo así una mejor realización de la técnica quirúrgica, la mejoría del campo operatorio y la eliminación de un ayudante en la mesa de operaciones.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) SEPARADOR FINOCHIETO 40 MM X 40 X 165 MM O DE 42MM X 62MM X 185MM

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) SEPARADOR FINOCHIETO 40 MM X 40 X 165 MM O DE 42MM X 62MM X 185MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARADOR FINOCHIETO 40 MM X 40 X 165 MM O DE 42MM X 62MM X 185MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 870

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-92 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA PRESCOLAR-ESCOLAR
C39 (02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DEBAKEY 2 MM X 18 CM (7")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de CPINZA DE DISECCION VASCULAR DEBAKEY, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: La pinza de disección vascular DeBakey es un instrumento quirúrgico utilizado para manipular y ocluir vasos sanguíneos durante procedimientos vasculares

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DEBAKEY 2 MM X 18 CM (7") A 20 CM (8")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DEBAKEY 2 MM X 18 CM (7") A 20 CM (8")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DEBAKEY 2 MM X 18 CM (7") A 20 CM (8")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 871

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-92 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA PRESCOLAR-ESCOLAR
C42 (01) SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS APERTURA 180 MM, RAMAS DE (63 X 35) MM, VALVA (45 X 80) MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: El separador Balfour con ramas pediátricas se utiliza en cirugías abdominales o torácicas de pacientes pediátricos para mantener las paredes del abdomen separadas y facilitar el acceso al campo operatorio.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS APERTURA 180 MM, RAMAS DE (63 X 35) MM O DE (70 X 35) MM, VALVA (45 X 80) MM

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS APERTURA 180 MM, RAMAS DE (63 X 35) MM O DE (70 X 35) MM, VALVA (45 X 80) MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS APERTURA 180 MM, RAMAS DE (63 X 35) MM O DE (70 X 35) MM, VALVA (45 X 80) MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 872

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-92 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA PRESCOLAR-ESCOLAR
C43 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 873

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-92 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA PRESCOLAR-ESCOLAR
C44 (01) SEPARADOR SMITH (BUIE) VALVA 75mm X 23mm) X 15 CM (6")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR SMITH (BUIE) , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Su uso principal es controlar la división de la rama durante los procedimientos de osteotomía sagital.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) SEPARADOR SMITH (BUIE) VALVA 75mm X 23mm O DE 23 X 40 MM X 15 CM (6")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) SEPARADOR SMITH (BUIE) VALVA 75mm X 23mm O DE 23 X 40 MM X 15 CM (6")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARADOR SMITH (BUIE) VALVA 75mm X 23mm O DE 23 X 40 MM X 15 CM (6")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 874

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-92 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA PRESCOLAR-ESCOLAR
C45 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 875

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-3 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 876

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-3 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
C05 UN (01) MANGO DE BISTURI N° 3 DE 13.5 CM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de MANGO DE BISTURI N° 3 , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Dar soporte a las hojas de corte. Eso es para realizar de manera efectiva y cómoda el corte o incisión.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
UN (01) MANGO DE BISTURI N° 3 DE 12 CM A 13.5 CM

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) MANGO DE BISTURI N° 3 DE 12 CM A 13.5 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) MANGO DE BISTURI N° 3 DE 12 CM A 13.5 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 877

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-3 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
C16 01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML HASTA 350 cc

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML HASTA 350 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML HASTA 350 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 878

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-3 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
C21 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA YA ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 879

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-8a SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 880

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-8a SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
C02 UN (01) ESPECULO VAGINAL AUVARD DE 80 MM X 43 MM 1500 GR.

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de ESPECULO VAGINAL AUVARD , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: El espéculo vaginal Auvard es un instrumento especializado que se usa comúnmente en una variedad de procedimientos ginecológicos para procedimientos terapéuticos y de diagnóstico

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
ESPECULO VAGINAL AUVARD DE 80 MM X 43 MM 1500 GR. O DE 102 X 45MM. 1,140 KG

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
ESPECULO VAGINAL AUVARD DE 80 MM X 43 MM 1500 GR. O DE 102 X 45MM. 1,140 KG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: ESPECULO VAGINAL AUVARD DE 80 MM X 43 MM 1500 GR. O DE 102 X 45MM. 1,140 KG

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 881

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-8a SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
C21 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA YA ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 882

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-8a SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
C21 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA YA ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 883

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-4 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR
SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 884

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-4 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR

C06 (01) MANGO DE BISTURI N° 43 LARGO

Se solicita al comité aclarar si el requerimiento es (01) MANGO DE BISTURI N° 4 L LARGO

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) MANGO DE BISTURI N° 4 L LARGO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) MANGO DE BISTURI N° 4 L LARGO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 885

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-4 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR
C21 (02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 3 MM X 20 CM (8")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: se utiliza principalmente en cirugías vasculares para manipular delicadamente los tejidos y vasos sanguíneos

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY DE 2.8 MM A 3 MM X 20 CM (8")

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY DE 2.8 MM A 3 MM X 20 CM (8")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY DE 2.8 MM A 3 MM X 20 CM (8")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 886

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-4 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR
C32 (06) PINZA VASCULAR DE BENGOLEA CURVA SIN DIENTE LIVIANA 21 CM (8 1/2")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA VASCULAR DE BENGOLEA CURVA SIN DIENTE LIVIANA , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: La pinza vascular de Bengolea curva sin diente liviana se utiliza en cirugía para sujetar y manipular tejidos, especialmente en zonas profundas o de difícil acceso.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(06) PINZA VASCULAR DE BENGOLEA CURVA SIN DIENTE LIVIANA 21 CM (8 1/2") A 26 CM (10 1/4")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(06) PINZA VASCULAR DE BENGOLEA CURVA SIN DIENTE LIVIANA 21 CM (8 1/2") A 26 CM (10 1/4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (06) PINZA VASCULAR DE BENGOLEA CURVA SIN DIENTE LIVIANA 21 CM (8 1/2") A 26 CM (10 1/4")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 887

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-4 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR
C36 (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 CC

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 CC HASTA 350 cc

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 CC HASTA 350 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 CC HASTA 350 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 888

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-4 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR

C37 (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 400 CC

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 400 CCC HASTA 550 cc

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 400 CCC HASTA 550 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 400 CCC HASTA 550 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 889

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-4 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR
C41 (01) SEPARADOR DOYEN 5.7 CM (2 1/4")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR DOYEN , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: El separador de Doyen es un instrumento quirúrgico utilizado para separar tejidos y proporcionar acceso al área quirúrgica

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) SEPARADOR DOYEN DE 5.0 CM A 5.7 CM (2 1/4")

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) SEPARADOR DOYEN DE 5.0 CM A 5.7 CM (2 1/4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARADOR DOYEN DE 5.0 CM A 5.7 CM (2 1/4")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 890

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-4 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR
C73 UN (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 891

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-4 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR
C73 UN (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 892

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-5 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR
C15 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento e utiliza para proteger, esterilizar, almacenar y transportar instrumental quirúrgico, implantes y otros materiales médicos

Por lo expuesto, aceptaría el comite:

UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASA TIPO BOTON EN LA TAPA DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASA TIPO BOTON EN LA TAPA DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASA TIPO BOTON EN LA TAPA DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 893

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-5 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR
C16 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA YA ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 894

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-6 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA
SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código : 20524232104

Nombre o Razón social : OPEN MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 05/05/2025

Hora de envío : 23:32:07

Consulta: Nro. 895

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-6 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA

C03 (01) CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA, 8MM DIAMETRO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento:El tubo de succión Poole se utiliza para aspirar grandes acumulaciones de líquido de las cavidades del cuerpo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA, DE 8MM A 10 MM DIAMETRO

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA, DE 8MM A 10 MM DIAMETRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA, DE 8MM A 10 MM DIAMETRO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 896

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-6 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA

C19 (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc HASTA 350 cc

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 3.8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc HASTA 350 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc HASTA 350 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 897

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-6 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA
C34 (02 LEGRA DE FARABEU, 18 CM (7"))

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de LEGRA DE FARABEU , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: La legra de Farabeuf, también conocida como separador de Farabeuf, es un instrumento quirúrgico utilizado para separar los tejidos blandos durante procedimientos quirúrgicos.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(02 LEGRA DE FARABEU DE 15 CM (6") A 18 CM (7"))

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(02 LEGRA DE FARABEU DE 15 CM (6") A 18 CM (7"))

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02 LEGRA DE FARABEU DE 15 CM (6") A 18 CM (7"))

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 898

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-6 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA

C39 (01) SEPARADOR LITTLE 7MM X 14MM X 20.5 CM (8")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR LITTLE , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Separador de Little es un instrumento multifuncional que los cirujanos usan para ensanchar los bordes de incisiones y heridas, a fin de exponer el campo quirúrgico y visualizar planos anatómicos subyacentes

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) SEPARADOR LITTLE 7MM - 12 MM X 13MM - 14MM X 20.5 CM (8")

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) SEPARADOR LITTLE 7MM - 12 MM X 13MM - 14MM X 20.5 CM (8")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARADOR LITTLE 7MM - 12 MM X 13MM - 14MM X 20.5 CM (8")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 899

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-6 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA
C43 UN (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 900

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-7 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 901

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-7 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR
C25 (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc HASTA 350 cc

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc HASTA 350 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:
(01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc HASTA 350 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 902

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-7 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR

C26 (02) SEPARADOR DE AVER HOJA DE 12 MM X 8 CM (7") DE LARGO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADORES DE AVER , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Es un instrumento de uso manual que los cirujanos usan para traccionar las paredes de una cavidad o los labios de una herida

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

((02) SEPARADOR DE AVER HOJA DE 12 MM - 19 MM X 18 CM (7") DE LARGO

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(02) SEPARADOR DE AVER HOJA DE 12 MM - 19 MM X 18 CM (7") DE LARGO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) SEPARADOR DE AVER HOJA DE 12 MM - 19 MM X 18 CM (7") DE LARGO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 903

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-7 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR

C28 (01) SEPARADOR FINOCHIETO 40 MM X 40 X 165 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR FINOCHIETO , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Se usa en cirugía torácica o abdominal que puede mantener separado el abdomen, las costillas o el esternón permitiendo así una mejor realización de la técnica quirúrgica, la mejoría del campo operatorio y la eliminación de un ayudante en la mesa de operaciones.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) SEPARADOR FINOCHIETO 40 MM X 40 X 165 MM O DE 42MM X 62MM X 185MM

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) SEPARADOR FINOCHIETO 40 MM X 40 X 165 MM O DE 42MM X 62MM X 185MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARADOR FINOCHIETO 40 MM X 40 X 165 MM O DE 42MM X 62MM X 185MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 904

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-7 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR
C39 (02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 2 MM X 18 CM 87")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 2 mm, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Diseñada para sujetar tejidos delicados durante la cirugía sin dañarlos.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 2 MM X 18 CM (7") A 20 CM (8")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 2 MM X 18 CM (7") A 20 CM (8")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 2 MM X 18 CM (7") A 20 CM (8")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 905

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-7 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR
C42 (01) SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS APERTURA 180 MM, RAMAS DE (63 X35) MM; VALVA (45 X80) MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: El separador Balfour con ramas pediátricas se utiliza en cirugías abdominales o torácicas de pacientes pediátricos para mantener las paredes del abdomen separadas y facilitar el acceso al campo operatorio.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS APERTURA 180 MM, RAMAS DE (63 X 35) MM O DE (70 X 35) MM, VALVA (45 X 80) MM

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS APERTURA 180 MM, RAMAS DE (63 X 35) MM O DE (70 X 35) MM, VALVA (45 X 80) MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS APERTURA 180 MM, RAMAS DE (63 X 35) MM O DE (70 X 35) MM, VALVA (45 X 80) MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 906

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-7 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR
C43 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 907

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-7 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR
C45 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO.

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 908

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-8 SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACION Y LIMPIEZA QUIRÚRGICA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACION Y LIMPIEZA QUIRÚRGICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACION Y LIMPIEZA QUIRÚRGICA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 909

Consulta/Observación:
I-8 SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACION Y LIMPIEZA QUIRURGICA
C13 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML HASTA 1250 cc

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML HASTA 1250 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML HASTA 1250 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 910

Consulta/Observación:
I-8 SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACION Y LIMPIEZA QUIRÚRGICA
C13 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML HASTA 1250 cc

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML HASTA 1250 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML HASTA 1250 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 911

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-18 SET INSTRUMENTAL DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DIU
C12 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA YA ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 912

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-19 SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMÍA CESÁREA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMÍA CESÁREA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMÍA CESÁREA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 913

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-19 SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMÍA CESÁREA
C19 UN (01) SEPARADOR ABDOMINAL BALFOUR, VALVAS LATERALES FENESTRADAS Y VALVA CENTRAL 100 X 65 MM APROXIMADAMENTE (LARGO: 180 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIÁTRICAS , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: El separador Balfour con ramas pediátricas se utiliza en cirugías abdominales o torácicas de pacientes pediátricos para mantener las paredes del abdomen separadas y facilitar el acceso al campo operatorio.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
UN (01) SEPARADOR ABDOMINAL BALFOUR, VALVAS LATERALES FENESTRADAS Y VALVA CENTRAL 100 X 65 MM - 100 X 38 MM APROXIMADAMENTE, LARGO: 180 MM A 250 MM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) SEPARADOR ABDOMINAL BALFOUR, VALVAS LATERALES FENESTRADAS Y VALVA CENTRAL 100 X 65 MM - 100 X 38 MM APROXIMADAMENTE, LARGO: 180 MM A 250 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) SEPARADOR ABDOMINAL BALFOUR, VALVAS LATERALES FENESTRADAS Y VALVA CENTRAL 100 X 65 MM - 100 X 38 MM APROXIMADAMENTE, LARGO: 180 MM A 250 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 914

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-19 SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMÍA CESÁREA
C31 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA YA ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 915

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-20 SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 916

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-20 SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO
C11 (01) CURETA UTERINA DE GREENE, ROMA ESTRIADA, VASTAGO MALEABLE 12 MM LARGO DE 11" (280MM APROXIMADAMENTE)

SUSTENTO: CURETA UTERINA DE GREENE Se utiliza para extraer tejidos, coágulos y otros materiales del útero durante procedimientos ginecológicos.

La CURETA UTERINA DE SIMS es un instrumento ginecológico utilizado para raspar y extraer tejido del útero, principalmente en procedimientos de curetaje o legrado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) CURETA UTERINA SIMS, ROMA, VASTAGO MALEABLES, ANCHO 12 , LARGO 26CM, MANGO ESTRIADO

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) CURETA UTERINA SIMS, ROMA, VASTAGO MALEABLES, ANCHO 12 , LARGO 26CM, MANGO ESTRIADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) CURETA UTERINA SIMS, ROMA, VASTAGO MALEABLES, ANCHO 12 , LARGO 26CM, MANGO ESTRIADO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 917

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-20 SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO

C12 UNA (01) CURETA GREEN, ROMA ESTRIADA, VASTAGO MALEABLE 12 MM, LARGO DE 11" (280 MM APROXIMADAMENTE)

SUSTENTO: CURETA UTERINA DE GREENE Se utiliza para extraer tejidos, coágulos y otros materiales del útero durante procedimientos ginecológicos.

La CURETA UTERINA DE SIMS es un instrumento ginecológico utilizado para raspar y extraer tejido del útero, principalmente en procedimientos de curetaje o legrado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) CURETA UTERINA SIMS, ROMA, VASTAGO MALEABLES, ANCHO 12 , LARGO 26CM, MANGO ESTRIADO

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) CURETA UTERINA SIMS, ROMA, VASTAGO MALEABLES, ANCHO 12 , LARGO 26CM, MANGO ESTRIADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) CURETA UTERINA SIMS, ROMA, VASTAGO MALEABLES, ANCHO 12 , LARGO 26CM, MANGO ESTRIADO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 918

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-20 SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO

C16 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA YA ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 919

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-33 SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 920

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-33 SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
C13 UN (01) PERIOSTOTOMO COTTLE CURVO DE 19 CM / 9 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PERIOSTOTOMO COTTLE CURVO , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Su función principal radica en desnudar las superficies de los huesos nasales en cirugías reconstructivas

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
UN (01) PERIOSTOTOMO COTTLE CURVO DE 19 CM / 8MM - 9 MM

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) PERIOSTOTOMO COTTLE CURVO DE 19 CM / 8MM - 9 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) PERIOSTOTOMO COTTLE CURVO DE 19 CM / 8MM - 9 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 921

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-33 SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
C35 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML HASTA 350 cc

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML HASTA 350 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML HASTA 350 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 922

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-33 SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
C36 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 cc

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 cc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 cc

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 923

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-33 SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
C43 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA YA ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 924

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-34SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS SISTEMA AO PARA TORNILLO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: III Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS SISTEMA AO PARA TORNILLO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS SISTEMA AO PARA TORNILLO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 925

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-34SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS SISTEMA AO PARA TORNILLO
C24 UNA (01) CAJA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL CON BANDEJA PARA INSTRUMENTOS GRANDES E INSTRUMENTOS PEQUEÑOS Y BANDEJA DE RESERVA, CAJA Y BANDEJAS PERFORADAS , ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 926

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-21 SET INSTRUMENTAL DE PARTO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE PARTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE PARTO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 927

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-21 SET INSTRUMENTAL DE PARTO
C18 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA YA ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 928

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-21 SET INSTRUMENTAL DE PARTO
C18 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA YA ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 929

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-9 SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 930

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-9 SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
C17 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCATELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 931

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-32 SET INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 932

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-32 SET INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES
C08 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 933

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-47 SET INSTRUMENTAL PARA AMIGDALOTOMÍA ADULTO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA AMIGDALOTOMÍA ADULTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA AMIGDALOTOMÍA ADULTO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 934

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-47 SET INSTRUMENTAL PARA AMIGDALOTOMÍA ADULTO
C13 UN (01) ELEVADOR DE HURD AMIGDALA DE 22 CM / 10 MM - 12 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de ELEVADOR DE HURD AMIGDALA , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento:El elevador de Hurd, también conocido como disector y retractor de amígdalas, es un instrumento quirúrgico utilizado para separar y retraer las amígdalas durante procedimientos como la amigdalectomía

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
UN (01) ELEVADOR DE HURD AMIGDALA DE 22 CM / 10 MM - 12 MM A 14 MM

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) ELEVADOR DE HURD AMIGDALA DE 22 CM / 10 MM - 12 MM A 14 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) ELEVADOR DE HURD AMIGDALA DE 22 CM / 10 MM - 12 MM A 14 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 935

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-47 SET INSTRUMENTAL PARA AMIGDALOTOMÍA ADULTO

C14 UN (01) ELEVADOR DE HURD AMIGDALA DE 22 CM / 6 MM - 12 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de ELEVADOR DE HURD AMIGDALA , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento:El elevador de Hurd, también conocido como disector y retractor de amígdalas, es un instrumento quirúrgico utilizado para separar y retraer las amígdalas durante procedimientos como la amigdalectomía

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

UN (01) ELEVADOR DE HURD AMIGDALA DE 22 CM / 6 MM A 7.5 MM - 12 MM A 14 MM

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UN (01) ELEVADOR DE HURD AMIGDALA DE 22 CM / 6 MM A 7.5 MM - 12 MM A 14 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) ELEVADOR DE HURD AMIGDALA DE 22 CM / 6 MM A 7.5 MM - 12 MM A 14 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 936

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-47 SET INSTRUMENTAL PARA AMIGDALOTOMÍA ADULTO

C39 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 ML

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 ML

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 937

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-47 SET INSTRUMENTAL PARA AMIGDALOTOMÍA ADULTO
C43 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 938

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-63 SET INSTRUMENTAL PARA APENDICETOMÍA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA APENDICETOMÍA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA APENDICETOMÍA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 939

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-63 SET INSTRUMENTAL PARA APENDICETOMÍA

C21 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 ML

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:(01) UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 ML

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 940

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-63 SET INSTRUMENTAL PARA APENDICETOMÍA
C29 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 941

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-38 SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 942

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-38 SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA
C14 (01) CONTENEDOR MATELICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 943

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-38 SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA
C29 UN (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA PROTECCION DEL INSTRUMENTAL FINO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA PROTECCION DEL INSTRUMENTAL FINO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA PROTECCION DEL INSTRUMENTAL FINO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 944

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-66 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA LACTANTES

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA LACTANTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA LACTANTES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 945

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-66 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA LACTANTES

C32 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML HASTA 350 ML

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML HASTA 350 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML HASTA 350 ML

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 946

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-66 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA LACTANTES

C33 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(01) UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 ML

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 ML

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 947

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-66 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA LACTANTES
C35 UN (01) SEPARADOR GOSSET BABY 12.5 CM / 100 MM APERTURA / 38 MM X 19 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR GOSSET BABY, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: separar eficientemente la pared abdominal durante procedimientos quirúrgicos.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
UN (01) SEPARADOR GOSSET BABY 12.5 CM / 100 MM APERTURA / 38 MM X 19 MM A 23 MM

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) SEPARADOR GOSSET BABY 12.5 CM / 100 MM APERTURA / 38 MM X 19 MM A 23 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) SEPARADOR GOSSET BABY 12.5 CM / 100 MM APERTURA / 38 MM X 19 MM A 23 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 948

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-66 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA LACTANTES
C43 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 949

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-67 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA NEONATAL

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA NEONATAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA NEONATAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 950

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-67 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA NEONATAL

C34 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML HASTA 350 ML

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML HASTA 350 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML HASTA 350 ML

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 951

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-67 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA NEONATAL

C35 UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 ML

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML HASTA 550 ML

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 952

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-67 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA NEONATAL
C37 UN (01) SEPARADOR GOSSET BABY 12.5 CM / 100 MM APERTURA / 38 MM X 19 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR GOSSET BABY, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: separar eficientemente la pared abdominal durante procedimientos quirúrgicos.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
UN (01) SEPARADOR GOSSET BABY 12.5 CM / 100 MM APERTURA / 38 MM X 19 MM A 23 MM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) SEPARADOR GOSSET BABY 12.5 CM / 100 MM APERTURA / 38 MM X 19 MM A 23 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) SEPARADOR GOSSET BABY 12.5 CM / 100 MM APERTURA / 38 MM X 19 MM A 23 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 953

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-67 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA NEONATAL
C43 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 954

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-68 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA PRE-ESCOLAR

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA PRE-ESCOLAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA PRE-ESCOLAR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 955

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-68 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA PRE-ESCOLAR

C18 (02) PINZA HEISS CURVA 15 cm (6") PUNA FINA

SUSTENTO: La PINZA HEISS, es un instrumento quirúrgico utilizado para comprimir vasos sanguíneos y controlar el sangrado durante procedimientos médicos, especialmente en cirugías. Su forma curva facilita la acceso a áreas más difíciles de alcanzar.

Pinza LERICHE es un dispositivo especializado que los cirujanos utilizan para pinzar los vasos sanguíneos, especialmente las arterias pequeñas, durante una variedad de escenarios quirúrgicos. El instrumento también es útil para agarrar materiales, tejidos y suturas desechables

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo so+F67licitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

(02) PINZA LERICHE CURVA 15 cm (6") PUNA FINA

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(02) PINZA LERICHE CURVA 15 cm (6") PUNA FINA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA LERICHE CURVA 15 cm (6") PUNA FINA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código : 20524232104

Nombre o Razón social : OPEN MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 05/05/2025

Hora de envío : 23:32:07

Consulta: Nro. 956

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-68 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA PRE-ESCOLAR
C14 (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc

SUSTENTO: Las riñoneras de acero inoxidable son un tipo de contenedor utilizado en entornos quirúrgicos para almacenar y esterilizar instrumentos y suministros médicos durante los procedimientos..

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc HASTA 350 ML

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc HASTA 350 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 250 cc HASTA 350 ML

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 957

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-68 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA PRE-ESCOLAR
C25 (01) SEPARADOR DEEVER HOJA DE 12 mm X 10 cm (7") DE LARGO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADORES DEEVER , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Es un instrumento de uso manual que los cirujanos usan para traccionar las paredes de una cavidad o los labios de una herida

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) SEPARADOR DEEVER HOJA DE 12 mm A 19 MM X 10 cm (7") DE LARGO

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) SEPARADOR DEEVER HOJA DE 12 MM - 19 MM X 18 CM (7") DE LARGO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARADOR DEEVER HOJA DE 12 MM - 19 MM X 18 CM (7") DE LARGO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 958

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-68 SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA PRE-ESCOLAR
C43 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 959

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-53 SET INSTRUMENTAL PARA CONO LEEP
C08 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 960

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-26 SET INSTRUMENTAL PARA CURACIÓN DENTAL

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA CURACIÓN DENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA CURACIÓN DENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 961

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-26 SET INSTRUMENTAL PARA CURACIÓN DENTAL
C08 CONTENEDOR CON FILTROS TEXTILES CAMBIABLES Y TAPA CON ARTICULACION DE CHARNELA CON CIERRE DE PALANCA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 962

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-11 SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 963

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-11 SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES
C08 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOATALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 964

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-27 SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 965

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-27 SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO
C08 UN (01) CONTENEDOR CON FILTROS TEXTILES CAMBIABLES Y TAPA CON ARTICULACION DE CHARNELA CON CIERRE DE PALANCA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 966

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-28 SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 967

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-28 SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA
C22 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 968

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-43 SET INSTRUMENTAL PARA ESTRABISMO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA ESTRABISMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA ESTRABISMO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 969

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-43 SET INSTRUMENTAL PARA ESTRABISMO
C20 (02) PORTA AGUJAS DE HAMTOMP CON SEGURO: PUNTAS MEDIAS FINAMENTE CURVADAS DE 9 MM
MANGOS GRANDES, CURVADOS ALREDEDOR CON SEGURO, PULIMENT FINO, MEDIDAS: LONGITUD 130 MM 5.1
PULGADAS

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PORTA AGUJAS , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: es un dispositivo quirúrgico que manipula agujas de sutura en el cierre de heridas.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(02) PORTA AGUJAS DE HALSEY CON SEGURO: MEDIDAS: LONGITUD 130 MM

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(02) PORTA AGUJAS DE HALSEY CON SEGURO: MEDIDAS: LONGITUD 130 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PORTA AGUJAS DE HALSEY CON SEGURO:
MEDIDAS: LONGITUD 130 MM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 970

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-43 SET INSTRUMENTAL PARA ESTRABISMO
C22 UN (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOATALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 971

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-22 SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 972

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-22 SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I
C13 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES, CON FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 973

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-52 SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO II

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO II

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO II

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 974

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-52 SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO II

C11 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES, CON FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 975

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-29 SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 976

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-29 SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA
C20 UN (01) CONTENEDOR CON FILTROS TEXTILES CAMBIABLES Y TAPA CON ARTICULACION DE CHARNELA CON CIERRE DE PALANCA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 977

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-12 SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 978

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-12 SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO
C12 CONTENEDOR DE ALUMINIO Y TAPA DE ALUMINIO (O TAPA DE PLASTICO), ASAS LATERALES ABATIBLES, CON PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CONTENEDOR, FILTROS REUSABLES PARA 500 CICLOS O MAS O 500 FILTROS DESCARTABLES, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR Y TAPA DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA PROTECCION DEL INSTRUMENTAL FINO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR Y TAPA DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA PROTECCION DEL INSTRUMENTAL FINO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR Y TAPA DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA PROTECCION DEL INSTRUMENTAL FINO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 979

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-70 SET INSTRUMENTAL PARA GASTRECTOMIA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA GASTRECTOMIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA GASTRECTOMIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 980

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-70 SET INSTRUMENTAL PARA GASTRECTOMIA
C03 (01) CLAMP HARRINGTON CURVO

SUSTENTO: CLAMP HARRINGTON CURVO, Se Usa para Manipular Tejidos Blandos en Cirugías Abdominales.

CLAMP PARKER-KERR CURVO, es un instrumento multiusos que se utiliza para sujetar tejidos delicados y manipularlos. Se utiliza para asegurar cirugías con sangrado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) CLAMP PARKER-KERR CURVO

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 7.5
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) CLAMP PARKER-KERR CURVO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:
(01) CLAMP PARKER-KERR CURVO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 981

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-70 SET INSTRUMENTAL PARA GASTRECTOMIA

C06 (04) CLAMP DURO INTESTINAL DE DENNIS, 23.5 CM (9 1/4")

SUSTENTO: CLAMP DURO INTESTINAL DE DENNIS, El Clamp Dure de Dennis, o pinza clamp intestinal Doyen, es un instrumento quirúrgico utilizado para ocluir estructuras tubulares y huecas, como el intestino, de forma atraumática.

PINZA CLAMP DE DOYEN, La pinza clamp Doyen es un instrumento quirúrgico utilizado para manipular y ocluir estructuras delicadas como el intestino, vasos sanguíneos y otros tejidos blandos.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(04) CLAMP DE DOYEN , 23.5 CM (9 1/4")

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(04) CLAMP DE DOYEN , 23.5 CM (9 1/4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (04) CLAMP DE DOYEN , 23.5 CM (9 1/4")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 982

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-70 SET INSTRUMENTAL PARA GASTRECTOMIA

C06 (04) CLAMP DURO INTESTINAL DE DENNIS, 23.5 CM (9 1/4")

SUSTENTO: CLAMP DURO INTESTINAL DE DENNIS, El Clamp Dure de Dennis, o pinza clamp intestinal Doyen, es un instrumento quirúrgico utilizado para ocluir estructuras tubulares y huecas, como el intestino, de forma atraumática.

PINZA CLAMP DE DOYEN, La pinza clamp Doyen es un instrumento quirúrgico utilizado para manipular y ocluir estructuras delicadas como el intestino, vasos sanguíneos y otros tejidos blandos.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(04) CLAMP DE DOYEN , 23.5 CM (9 1/4")

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(04) CLAMP DE DOYEN , 23.5 CM (9 1/4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (04) CLAMP DE DOYEN , 23.5 CM (9 1/4")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 983

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
I-70 SET INSTRUMENTAL PARA GASTRECTOMIA
C20 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 984

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-44 SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 985

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-44 SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA

C03 (02) CAUTERIOS WADSWORTH-TODD O WILL ESTÁNDAR

SUSTENTO: Es un instrumento quirúrgico utilizado principalmente en microcirugía para cauterizar tejidos, especialmente en oftalmología, para controlar hemorragias y limpiar el campo quirúrgico, lamentablemente se encuentra discontinuado

La PINZA BIPOLAR, dispositivos electroquirúrgicos dirigidos a coagular tejidos o detener hemorragias en intervenciones oftálmicas esclerales e intraesclerales

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar lo siguiente:

(02) PINZA BIPOLAR ANGULADA DE 1MM X 11CM, MAS CABLE BIPOLAR DE 3M

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(02) PINZA BIPOLAR ANGULADA DE 1MM X 11CM, MAS CABLE BIPOLAR DE 3M

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA BIPOLAR ANGULADA DE 1MM X 11CM, MAS CABLE BIPOLAR DE 3M

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 986

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-44 SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA
C08 (01) MANGO PORTA CUCHILLA TIPO SWISS ROMO CONO DE 13MM X 120MM DE LARGO TOTAL

SUSTENTO: PORTA CUHILLA TIPO SWISS, también conocido como mango de bisturí, se utiliza para sujetar y manipular hojas de bisturí durante procedimientos quirúrgicos

La PORTA CUCHILLA CASTROVIEJO, es un instrumento quirúrgico diseñado para ofrecer la máxima precisión y seguridad durante los procedimientos quirúrgicos en oftalmología

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar lo siguiente:
(01) MANGO PORTA CUCHILLA CASTROVIEJO DE 13 CM DE LARGO TOTAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) MANGO PORTA CUCHILLA CASTROVIEJO DE 13 CM DE LARGO TOTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:(01) MANGO PORTA CUCHILLA CASTROVIEJO DE 13 CM DE LARGO TOTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 987

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-44 SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA
C10 (01) PINZA CONJUNTIVA BISHOP-HARMON CURVA 1X2 DIENTES X 86MM LARGO PUNTA FINA

SUSTENTO: PINZA CONJUNTIVA BISHOP-HARMON, La pinza conjuntiva Bishop-Harmon es un instrumento quirúrgico utilizado principalmente en oftalmología para sujetar tejidos conjuntivales, apósitos y suturas de manera delicada y precisa durante procedimientos como iridectomías

La PINZA CONJUNTIVA HEIDELBERG, La pinza conjuntiva de Heidelberg (o pinza conjuntiva con punta de aro) se utiliza en cirugía oftálmica para manipular y sostener la conjuntiva de manera atraumática.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar lo siguiente:
(01) PINZA CONJUNTIVA HEIDELBERG CURVA 1X2 DIENTES X 86MM LARGO PUNTA FINA

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) PINZA CONJUNTIVA HEIDELBERG CURVA 1X2 DIENTES X 86MM LARGO PUNTA FINA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) PINZA CONJUNTIVA HEIDELBERG CURVA 1X2 DIENTES X 86MM LARGO PUNTA FINA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 988

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

I-44 SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA
C34 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA PROTECCION DEL INSTRUMENTAL FINO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA PROTECCION DEL INSTRUMENTAL FINO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA PROTECCION DEL INSTRUMENTAL FINO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 989

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INSTRUMENTAL

Las medidas de los instrumentales que conforman cada set varían en su medidas entre las principales marcas que se encuentran en el mercado, La sede central del MINSA mediante oficio N° 1096-2010-DGIEM/MINSA, en relación a las adquisiciones de instrumental médico quirúrgico permiten un rango de tolerancia de +/- 10%, sin que ésta variación en la medida no impida, dificulte o varíe la función para lo que el instrumental fue diseñado, y así propiciar la mayor participación de potenciales postores.

Solicitamos respetuosamente al comité tenga a bien aceptar una variación en medida de +/- 10% con respecto a los componentes de casa set de instrumental solicitado y así no limitar la participación de potenciales postores?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 1-98

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

una variación en medida de +/- 10% con respecto a los componentes de cada set de instrumental solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: una variación en medida de +/- 10% con respecto a los componentes de cada set de instrumental solicitado

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 990

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA MASTECTOMÍA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA MASTECTOMÍA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA MASTECTOMÍA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 991

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA MASTECTOMÍA
C08 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 992

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA
C15 ESCOFINA DE PUTTI DE 15 CM (6")

SUSTENTO: SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de ESCOFINA DE PUTTI , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Las escofinas para huesos Putti ayudan a los cirujanos a tratar enfermedades nasales.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) ESCOFINA DE PUTTI DE 15 CM (6") A 27 CM (10 3/4")

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) ESCOFINA DE PUTTI DE 15 CM (6") A 27 CM (10 3/4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) ESCOFINA DE PUTTI DE 15 CM (6") A 27 CM (10 3/4")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 993

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA
C25 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 994

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 995

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
C14 UNA (01) Sonda acanalada de Nelaton (145 mm aproximadamente)

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de Sonda acanalada de Nelaton , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: La sonda Nelaton se utiliza en una variedad de aplicaciones médicas, principalmente para el drenaje de orina

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
UNA (01) Sonda acanalada de Nelaton de 14.5 cm a 16 cm

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UNA (01) Sonda acanalada de Nelaton de 14.5 cm a 16 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) Sonda acanalada de Nelaton de 14.5 cm a 16 cm

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 996

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
C15 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 997

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA PÓLIPOS NASALES

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA PÓLIPOS NASALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA PÓLIPOS NASALES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 998

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA PÓLIPOS NAALES
C15 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 999

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR
C03 MANOMETRO ESPINAL PARA PUNCION LUMBAR

EL MANOMETRO ESPINAL PARA PUNCION LUMBAR, se encuentra descontinuado

Por lo expuesto, permitiría el comité eliminar este itemM

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR
C05 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPLASTIA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPLASTIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPLASTIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPLASTIA

C05 (02) PINZA HALTEAD CURVA, 7.5 CM (3")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA HALTEAD CURVA, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Diseñada para manipular vasos oculares de pequeño calibre durante la cirugía oftálmica.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

C05 (02) PINZA HALTEAD CURVA, 7.5 CM (3") A 10 CM (4")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

C05 (02) PINZA HALTEAD CURVA, 7.5 CM (3") A 10 CM (4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: C05 (02) PINZA HALTEAD CURVA, 7.5 CM (3") A 10 CM (4")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPLASTIA

C16 (01) PINZA BARRAQUER ATANUDOS, ATANUDO, CURVA

SUSTENTO: PINZA BARRAQUER ATANUDOS, ATANUDO, CURVA, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: se utilizan para quitar las pestañas de los párpados durante procedimientos quirúrgicos oculares.

LA PINZA TÜBINGEN, diseñada para manipular el para iris curva ideal para cirugía oftalmológico

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) PINZA TÜBINGEN ATANUDOS, CURVA

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) PINZA TÜBINGEN ATANUDOS, CURVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:(01) PINZA TÜBINGEN ATANUDOS, CURVA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTO DE CÁMARA ANTERIOR

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTO DE CÁMARA ANTERIOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTO DE CÁMARA ANTERIOR

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTO DE CÁMARA ANTERIOR
C05 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO
C05 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO. ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES
C03 (02) PINZA HALSTEAD CURVA 11 CM(4 1/4")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA HALSTEAD CURVA , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Diseñada para manipular vasos oculares de pequeño calibre durante la cirugía oftálmica

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(02) PINZA HALSTEAD CURVA 11 CM(4 1/4") A 12.5 CM (5")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(02) PINZA HALSTEAD CURVA 11 CM(4 1/4") A 12.5 CM (5")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA HALSTEAD CURVA 11 CM(4 1/4") A 12.5 CM (5")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES
C04 (02) PINZA HALSTEAD RECTA 11 CM(4 1/4")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA HALSTEAD CURVA , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Se usan para comprimir vasos de calibre pequeño y en diversos procedimientos quirúrgicos

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(02) PINZA HALSTEAD RECTA 11 CM(4 1/4") A 12.5 CM (5")

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(02) PINZA HALSTEAD RECTA 11 CM(4 1/4") A 12.5 CM (5")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA HALSTEAD RECTA 11 CM(4 1/4") A 12.5 CM (5")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES
C28 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA

C02 (01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 40CC

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de COPA GRADUADA, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Su uso principal es proporcionar una forma confiable de gestionar una variedad de fluidos en el quirófano.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 40CC A 50 CC

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 40CC A 50 CC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:

(01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 40CC A 50 CC

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C22 (01) OSTEOTOMO CINELLI MEDIAL, 10MM PARTE ACTIVA X 18.5 CM (7 1/4")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de OSTEOTOMO CINELLI MEDIA, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: El osteotomo óseo Cinelli se utiliza para remodelar las superficies óseas nasales durante procedimientos de rinología.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) OSTEOTOMO CINELLI MEDIAL, 10MM PARTE ACTIVA X 16 CM (6 1/4") A 18.5 CM (7 1/4")

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) OSTEOTOMO CINELLI MEDIAL, 10MM PARTE ACTIVA X 16 CM (6 1/4") A 18.5 CM (7 1/4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:(01) OSTEOTOMO CINELLI MEDIAL, 10MM PARTE ACTIVA X 16 CM (6 1/4") A 18.5 CM (7 1/4")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA

C25 (01) OSTEOTOMO LATERAL TIPO MASINE CLISEL CURVO CON GUARDA REDONDA, IZQUIERDO, 18 CM (7")

SUSTENTO: OSTEOTOMO CINELLI MEDIA, osteótomo lateral es un instrumento quirúrgico utilizado para cortar o dividir huesos, específicamente durante la osteotomía lateral en rinoplastia.

OSTEOTOMO SILVER, Instrumento quirúrgico que permite cortar y dividir superficies de huesos nasales.

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) OSTEOTOMO LATERAL TIPO SILVER CURVO CON GUARDA REDONDA, IZQUIERDO, 18 CM (7")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) OSTEOTOMO LATERAL TIPO SILVER CURVO CON GUARDA REDONDA, IZQUIERDO, 18 CM (7")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:(01) OSTEOTOMO LATERAL TIPO SILVER CURVO CON GUARDA REDONDA, IZQUIERDO, 18 CM (7")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA

C26 (01) OSTEOTOMO LATERAL TIPO MASINE CLISEL CURVO CON GUARDA REDONDA, DERECHO, 18 CM (7")

SUSTENTO: OSTEOTOMO CINELLI MEDIA, osteótomo lateral es un instrumento quirúrgico utilizado para cortar o dividir huesos, específicamente durante la osteotomía lateral en rinoplastia.

OSTEOTOMO SILVER, Instrumento quirúrgico que permite cortar y dividir superficies de huesos nasales.

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) OSTEOTOMO LATERAL TIPO SILVER CURVO CON GUARDA REDONDA, DERECHO, 18 CM (7")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) OSTEOTOMO LATERAL TIPO SILVER CURVO CON GUARDA REDONDA, DERECHO, 18 CM (7")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) OSTEOTOMO LATERAL TIPO SILVER CURVO CON GUARDA REDONDA, DERECHO, 18 CM (7")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C28 (01) OSTEOTOMO NEIVERT RISTON DERECHO, 20 CM - 20.5 CM (6")

SUSTENTO: OSTEOTOMO NEIVERT RISTON El osteótomo Neivert Riston, o más precisamente Neivert-Anderson, es una herramienta quirúrgica especializada utilizada en rinología para cortar y remodelar delicadas estructuras óseas dentro de la cavidad nasal, especialmente durante cirugías de rinoplastia

OSTEOTOMO NEIVERT-ANDERSON, El instrumento Neivert-Anderson es un osteótomo óseo, una herramienta quirúrgica especializada utilizada en cirugías de rinoplastia para cortar y dividir pequeños trozos de hueso, remodelando las estructuras óseas dentro de la cavidad nasal.

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) OSTEOTOMO NEIVERT-ANDERSON DERECHO, 20 CM - 20.5 CM (6")

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) OSTEOTOMO NEIVERT-ANDERSON DERECHO, 20 CM - 20.5 CM (6")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) OSTEOTOMO NEIVERT-ANDERSON DERECHO, 20 CM - 20.5 CM (6")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C29 OSTEOTOMO NEIVERT RISTON IZQUIERDO, 20 CM - 20.5 CM (8")

SUSTENTO: OSTEOTOMO NEIVERT RISTON El osteótomo Neivert Riston, o más precisamente Neivert-Anderson, es una herramienta quirúrgica especializada utilizada en rinología para cortar y remodelar delicadas estructuras óseas dentro de la cavidad nasal, especialmente durante cirugías de rinoplastia

OSTEOTOMO NEIVERT-ANDERSON, El instrumento Neivert-Anderson es un osteótomo óseo, una herramienta quirúrgica especializada utilizada en cirugías de rinoplastia para cortar y dividir pequeños trozos de hueso, remodelando las estructuras óseas dentro de la cavidad nasal.

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) OSTEOTOMO NEIVERT-ANDERSON IZQUIERDO , 20 CM - 20.5 CM (6")

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) OSTEOTOMO NEIVERT-ANDERSON IZQUIERDO , 20 CM - 20.5 CM (6")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) OSTEOTOMO NEIVERT-ANDERSON IZQUIERDO , 20 CM - 20.5 CM (6")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C31 (01) PINZA DE BAYONETA JANSEN, 12 CM (4 3/4")

SUSTENTO: PINZA BAYONETA JANSEN utilizan los otorrinolaringólogos para procedimientos del oído externo, como empaquetar gases con medicamentos y extraer cuerpos extraños.

PINZA BAYONETA LUCAE ,Las pinzas para oídos Lucae ayudan a los médicos a tratar enfermedades del oído. En las cirugías de oído fino, los médicos los utilizan para colocar paquetes de medicamentos y eliminar cuerpos extraños en el canal auditivo.

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) PINZA DE BAYONETA LUCAE DE 12 CM A 14 CM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) PINZA DE BAYONETA LUCAE DE 12 CM A 14 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) PINZA DE BAYONETA LUCAE DE 12 CM A 14 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C38 (01) RASPA JOSEPH RECTA DE CARBURO DE TUNGSTENO 18 CM (7"), PUT FINA

SUSTENTO: RASPA JOSEPH se utiliza principalmente para cortar tejidos blandos durante los procedimientos quirúrgicos en la cavidad oral.

RASPA LEWIS, La raspa de Lewis recta es un instrumento quirúrgico utilizado para el raspado óseo, especialmente en procedimientos de rinoplastia

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) RASPA LEWIS RECTA DE CARBURO DE TUNGSTENO 18 CM (7"), PUT FINA

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RASPA LEWIS RECTA DE CARBURO DE TUNGSTENO 18 CM (7"), PUT FINA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RASPA LEWIS RECTA DE CARBURO DE TUNGSTENO 18 CM (7"), PUT FINA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C40 (01) RASPA PARKER RECTA 19 CM (7 3/4")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de RASPA PARKER RECTA , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: la utilizan los cirujanos para contornear los huesos en procedimientos nasales

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
C40 (01) RASPA PARKS RECTA 19 CM (7 3/4") A 21 CM (8 1/4")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RASPA PARKS RECTA 19 CM (7 3/4") A 21 CM (8 1/4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RASPA PARKS RECTA 19 CM (7 3/4") A 21 CM (8 1/4")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C41 (01) RASPA SHMID DERECHA EN BAYONETA 21 CM (8 1/4")

SUSTENTO: RASPA SHMID Tiene como función modelar el hueso. Las hay más o menos vastas y de diferentes tamaños, formas y superficies

RASPA JOSEPH, Ayuda a los cirujanos a eliminar huesos irregulares o sobrantes para un mejor contorno en los procedimientos nasales. Mango plano para agarres controlados.

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) RASPA JOSEPH DERECHA EN BAYONETA DE 19 (7 1/2")CM A 21 CM (8 1/4")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RASPA JOSEPH DERECHA EN BAYONETA DE 19 (7 1/2")CM A 21 CM (8 1/4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RASPA JOSEPH DERECHA EN BAYONETA DE 19 (7 1/2")CM A 21 CM (8 1/4")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C42 (01) RASPA SHMID IZQUIERA EN BAYONETA 21 CM (8 1/4")

SUSTENTO: RASPA SHMID Tiene como función modelar el hueso. Las hay más o menos vastas y de diferentes tamaños, formas y superficies

RASPA JOSEPH, Ayuda a los cirujanos a eliminar huesos irregulares o sobrantes para un mejor contorno en los procedimientos nasales. Mango plano para agarres controlados.

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) RASPA JOSEPH IZQUIERDA EN BAYONETA DE 19 (7 1/2")CM A 21 CM (8 1/4")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RASPA JOSEPH IZQUIERDA EN BAYONETA DE 19 (7 1/2")CM A 21 CM (8 1/4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RASPA JOSEPH IZQUIERDA EN BAYONETA DE 19 (7 1/2")CM A 21 CM (8 1/4")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C43 (01) RASPA STRAIGHT RECTA. 20.5 CM (8")

SUSTENTO: RASPA STRAIGHT para nivelar huesos irregulares y obtener injertos lisos durante cirugías ortopédicas.

RASPA COTTLE , Las escofinas nasales Cottle ayudan a los cirujanos a tratar enfermedades nasales. Los médicos utilizan el dispositivo para producir huesos lisos en cirugía plástica. Esto ayuda a eliminar el exceso de bordes y protuberancias que pueden dañar los tejidos blandos.
Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) RASPA COTTLE RECTA. 20.5 CM (8") A 21 CM (8 1/4")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RASPA COTTLE RECTA. 20.5 CM (8") A 21 CM (8 1/4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RASPA COTTLE RECTA. 20.5 CM (8") A 21 CM (8

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C44 (01) RETRACTOR AUFRICH. 18 CM (7")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de RETRACTOR AUFRICH., lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: a Retractor nasal de Aufricht ofrece una amplia gama de beneficios quirúrgicos. Su uso principal es proporcionar una forma atraumática de agrandar las fosas nasales para exploración o cirugía.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) RETRACTOR AUFRICH DE 16 CM (6 1/4") A 18 CM (7")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RETRACTOR AUFRICH DE 16 CM (6 1/4") A 18 CM (7")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RETRACTOR AUFRICH DE 16 CM (6 1/4") A 18 CM (7")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C44 (01) RETRACTOR AUFRICH. 18 CM (7")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de RETRACTOR AUFRICH., lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: a Retractor nasal de Aufricht ofrece una amplia gama de beneficios quirúrgicos. Su uso principal es proporcionar una forma atraumática de agrandar las fosas nasales para exploración o cirugía.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) RETRACTOR AUFRICH DE 16 CM (6 1/4") A 18 CM (7")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RETRACTOR AUFRICH DE 16 CM (6 1/4") A 18 CM (7")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RETRACTOR AUFRICH DE 16 CM (6 1/4") A 18 CM (7")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C45 (01) RETRACTOR COMVERS. 16 CM (6 1/4")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de RETRACTOR COMVERS. , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Los retractores nasales Converse ayudan a los cirujanos a tratar enfermedades nasales. Por ejemplo, el dispositivo retira los tejidos blandos como el ala nasal en cirugía plástica. Este expone la cavidad de la nariz con el fin de reparar fracturas y desviaciones que resultan de un trauma o enfermedad.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) RETRACTOR COMVERS DE 12 CM (4 3/4") A 16 CM (6 1/4")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) RETRACTOR COMVERS DE 12 CM (4 3/4") A 16 CM (6 1/4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) RETRACTOR COMVERS DE 12 CM (4 3/4") A 16 CM (6 1/4")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C52 (01) TIJERA DE GOLDMAN, 7.5 HOJA X 14.6 CM (5 3/4"), DORSO ANGULADO

SUSTENTO: TIJERA DE GOLDMAN La tijera Goldman-Fox es un instrumento dental usado en cirugía oral e implantología para realizar cortes precisos en tejidos blandos, como la encía, y para el corte de hilos

TIJERA DE LOCLIN , La tijera Locklin se utiliza para diseccionar membranas, tejidos blandos internos y suturas

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) TIJERA DE LOCLIN 7.5 HOJA X 14.6 CM (5 3/4") A 16 CM (6 1/4") DORSO ANGULADO

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) TIJERA DE LOCLIN 7.5 HOJA X 14.6 CM (5 3/4") A 16 CM (6 1/4") DORSO ANGULADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) TIJERA DE LOCLIN 7.5 HOJA X 14.6 CM (5 3/4") A 16 CM (6 1/4") DORSO ANGULADO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C52 (01) TIJERA DE GOLDMAN, 7.5 HOJA X 14.6 CM (5 3/4"), DORSO ANGULADO

SUSTENTO: TIJERA DE GOLDMAN La tijera Goldman-Fox es un instrumento dental usado en cirugía oral e implantología para realizar cortes precisos en tejidos blandos, como la encía, y para el corte de hilos

TIJERA DE LOCLIN , La tijera Locklin se utiliza para diseccionar membranas, tejidos blandos internos y suturas

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la misma función que el modelo solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) TIJERA DE LOCLIN 7.5 HOJA X 14.6 CM (5 3/4") A 16 CM (6 1/4") DORSO ANGULADO

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) TIJERA DE LOCLIN 7.5 HOJA X 14.6 CM (5 3/4") A 16 CM (6 1/4") DORSO ANGULADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) TIJERA DE LOCLIN 7.5 HOJA X 14.6 CM (5 3/4") A 16 CM (6 1/4") DORSO ANGULADO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C53 (01) TIJERA DE GOLDMAN, 14.6 CM (5 3/4")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de RETRACTOR AUFRICH., lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento:La tijera de Goldman, también conocida como tijera Goldman-Fox, es un instrumento dental utilizado para cortes precisos en tejidos blandos, especialmente en la encía, durante procedimientos de cirugía oral y periodoncia. Se utiliza para diseccionar tejidos gingivales y cortar hilos o suturas en la cavidad oral.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) TIJERA DE GOLDMAN FOX, DE 13 CM (5 1/8"9 A 14.6 CM (5 3/4")

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) TIJERA DE GOLDMAN FOX, DE 13 CM (5 1/8"9 A 14.6 CM (5 3/4")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) TIJERA DE GOLDMAN FOX, DE 13 CM (5 1/8"9 A 14.6 CM (5 3/4")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C54 (01) TIJERA DE HARTMAN, ANGULADA, 6.5 CMS HOJA X 16.5 (6 /12")

SUSTENTO: TIJERA DE HARTMAN Se utiliza para agarrar y retirar cuerpos extraños de manera segura, incluso de las cavidades corporales.

TIJERA DE HEYMAN, La tijera nasal Heymann es un instrumento especializado que se utiliza para la disección roma y el corte de tejidos blandos dentro de la cavidad nasal.

Por lo tanto el modelo ofertado cumple la función correcta para el set solicitado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
01) TIJERA DE HARTMAN, ANGULADA, 6.5 CMS HOJA X 16.5 (6 /12")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
01) TIJERA DE HARTMAN, ANGULADA, 6.5 CMS HOJA X 16.5 (6 /12")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:(01) TIJERA DE HARTMAN, ANGULADA, 6.5 CMS HOJA X 16.5 (6 /12")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA

C55 (01) TIJERA DE IRIS CURVA - HM, CON INSERCIÓN CARBURO DE TUNGSTENO, 8.5CM (3 1/2")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de TIJERA DE IRIS CURVA, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: La Tijera iris curva se usa para intervenciones quirúrgicas muy delicadas. Más específicamente para cortes de venas, arterias o la disección de éstas.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) TIJERA DE IRIS CURVA - HM, CON INSERCIÓN CARBURO DE TUNGSTENO, 8.5CM (3 1/2") a 11.5 cm (4 1/2")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARA:

(01) TIJERA DE IRIS CURVA - HM, CON INSERCIÓN CARBURO DE TUNGSTENO, 8.5CM (3 1/2") a 11.5 cm (4 1/2")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) TIJERA DE IRIS CURVA - HM, CON INSERCIÓN CARBURO DE TUNGSTENO, 8.5CM (3 1/2") a 11.5 cm (4 1/2")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORINOPLASTIA
C57 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA
C09 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 2B, MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA, CON CAPACIDAD CONTENER LA TOATALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:

Ofertado MEJORA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL

C01 (01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABL 40 CC

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de COPA GRADUADA, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Su uso principal es proporcionar una forma confiable de gestionar una variedad de fluidos en el quirófano.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 40CC A 50 CC

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 40CC A 50 CC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) COPA GRADUADA DE ACERO INOXIDABLE 40CC A 50 CC

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL
C04 (02) PINZA HALSTEAD CURVA 11 CM (4 1/4")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA HALSTEAD CURVA , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Diseñada para manipular vasos oculares de pequeño calibre durante la cirugía oftálmica

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(02) PINZA HALSTEAD CURVA 11 CM(4 1/4") A 12.5 CM (5")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(02) PINZA HALSTEAD CURVA 11 CM(4 1/4") A 12.5 CM (5")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA HALSTEAD CURVA 11 CM(4 1/4") A 12.5 CM (5")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL

C22 (01) PINZA DE TABIQUE LUC, 9 CM COPTA FENESTRADA 5.5

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA DE TABIQUE LUC , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Las pinzas etmoidales LUC, se utilizan para agarrar y extraer tejidos nasales durante las cirugías de etmoidectomía

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) PINZA DE TABIQUE LUC, 20 CM DE LARGO TOTAL COPTA FENESTRADA 5.5

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) PINZA DE TABIQUE LUC, 20 CM DE LARGO TOTAL COPTA FENESTRADA 5.5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:(01) PINZA DE TABIQUE LUC, 20 CM DE LARGO TOTAL COPTA FENESTRADA 5.5

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL
C29 (01) TIJERA IRIS CURVA - HM. INSERCIÓN CARBURO DE TUNGSTENO 8.5 CM (3 1/2")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de TIJERA IRIS CURVA , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Son usadas para cortes de venas, arterias o la disección de estas.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) TIJERA IRIS CURVA - HM. INSERCIÓN CARBURO DE TUNGSTENO 8.5 CM (3 1/2") A 11.5 CM (4 1/2")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIÉN SE ACEPTARÁ:
(01) TIJERA IRIS CURVA - HM. INSERCIÓN CARBURO DE TUNGSTENO 8.5 CM (3 1/2") A 11.5 CM (4 1/2")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) TIJERA IRIS CURVA - HM. INSERCIÓN CARBURO DE TUNGSTENO 8.5 CM (3 1/2") A 11.5 CM (4 1/2")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL
C29 (01) TIJERA IRIS CURVA - HM. INSERCIÓN CARBURO DE TUNGSTENO 8.5 CM (3 1/2")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de TIJERA IRIS CURVA , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Son usadas para cortes de venas, arterias o la disección de estas.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(01) TIJERA IRIS CURVA - HM. INSERCIÓN CARBURO DE TUNGSTENO 8.5 CM (3 1/2") A 11.5 CM (4 1/2")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(01) TIJERA IRIS CURVA - HM. INSERCIÓN CARBURO DE TUNGSTENO 8.5 CM (3 1/2") A 11.5 CM (4 1/2")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) TIJERA IRIS CURVA - HM. INSERCIÓN CARBURO DE TUNGSTENO 8.5 CM (3 1/2") A 11.5 CM (4 1/2")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL
C31 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA TIROIPARACTOMIA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA TIROIPARACTOMIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA TIROIPARACTOMIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL
C30 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 92

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX

C48 (02) SEPARADOR BALFOUR ALU 300 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: El separador Balfour con ramas pediátricas se utiliza en cirugías abdominales o torácicas de pacientes pediátricos para mantener las paredes del abdomen separadas y facilitar el acceso al campo operatorio.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) SEPARADOR BALFOURvalva central de 70x85 mm

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) SEPARADOR BALFOURvalva central de 70x85 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARADOR BALFOURvalva central de 70x85 mm

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX

C49 (01) SEPARADOR TUFFIER 50X45X165 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Separador de Tuffier es una herramienta quirúrgica de uso manual que los cirujanos usan para sujetar la escápula y sus tejidos anexos, en especial durante cirugías que ameriten la exposición de los arcos costales.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) SEPARADOR TUFFIER 50X45X165 MM O DE de 23cm, valva 64 x 60mm

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) SEPARADOR TUFFIER 50X45X165 MM O DE de 23cm, valva 64 x 60mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARADOR TUFFIER 50X45X165 MM O DE de 23cm, valva 64 x 60mm

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX

C49 (01) SEPARADOR TUFFIER 50X45X165 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARADOR BALFOUR CON RAMAS PEDIATRICAS , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Separador de Tuffier es una herramienta quirúrgica de uso manual que los cirujanos usan para sujetar la escápula y sus tejidos anexos, en especial durante cirugías que ameriten la exposición de los arcos costales.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) SEPARADOR TUFFIER 50X45X165 MM O DE de 23cm, valva 64 x 60mm

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) SEPARADOR TUFFIER 50X45X165 MM O DE de 23cm, valva 64 x 60mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: O DE de 23cm, valva 64 x 60mm

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX

C65 (01) COSTOTOMO GIERTZ-STILLE, 24.5 CM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de COSTOTOMO GIERTZ-STILLE , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: La cizalla costal Giertz-Stille se utiliza para diseccionar huesos, cartílagos y estructuras resistentes.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) COSTOTOMO GIERTZ-STILLE, 24.5 CM A 27 CM

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) COSTOTOMO GIERTZ-STILLE, 24.5 CM A 27 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) COSTOTOMO GIERTZ-STILLE, 24.5 CM A 27 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX

C73 (01) SEPARAD FINOCHIETTO 45X65X 200 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARAD FINOCHIETTO , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Se usa en cirugía torácica o abdominal que puede mantener separado el abdomen, las costillas o el esternón permitiendo así una mejor realización de la técnica quirúrgica, la mejoría del campo operatorio y la eliminación de un ayudante en la mesa de operaciones.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) SEPARAD FINOCHIETTO 45X65X 200 MM O valvas laterales de 73 x 65mm , Apertura 185mm,

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) SEPARAD FINOCHIETTO 45X65X 200 MM O valvas laterales de 73 x 65mm , Apertura 185mm,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARAD FINOCHIETTO 45X65X 200 MM O valvas laterales de 73 x 65mm , Apertura 185mm,

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX

C74 (01) SEPARAD FINOCHIETTO 40X45X 165 MM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de SEPARAD FINOCHIETTO , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Se usa en cirugía torácica o abdominal que puede mantener separado el abdomen, las costillas o el esternón permitiendo así una mejor realización de la técnica quirúrgica, la mejoría del campo operatorio y la eliminación de un ayudante en la mesa de operaciones.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

(01) SEPARAD FINOCHIETTO 40X45X 165 MM O valvas laterales de 30 x 45mm , Apertura 140mm,

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

(01) SEPARAD FINOCHIETTO 40X45X 165 MM O valvas laterales de 30 x 45mm , Apertura 140mm,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (01) SEPARAD FINOCHIETTO 40X45X 165 MM O valvas laterales de 30 x 45mm , Apertura 140mm,

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX
C87 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO.

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 95

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA UROLOGÍA
C28 UNA (01) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 14 CM / 2.0 MM (PUNTA)

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 2 mm, lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Diseñada para sujetar tejidos delicados durante la cirugía sin dañarlos.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
UNA (01) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 14 CM A 16 CM / 2.0 MM (PUNTA)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 96

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UNA (01) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 14 CM A 16 CM / 2.0 MM (PUNTA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UNA (01) PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 14 CM A 16 CM / 2.0 MM (PUNTA)

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX
C28 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ESTERILIZABLE

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 95

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA, ASAS LATERALES Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA VASECTOMÍA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 96

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA VASECTOMÍA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA VASECTOMÍA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES
C04 (04) PINZA HALSTEAD CURVA: 8.5 CM

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA HALSTEAD CURVA , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento: Diseñada para manipular vasos oculares de pequeño calibre durante la cirugía oftálmica

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(04) PINZA HALSTEAD CURVA: 8.5 CM A 10 CM

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 96

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(04) PINZA HALSTEAD CURVA: 8.5 CM A 10 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (04) PINZA HALSTEAD CURVA: 8.5 CM A 10 CM

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX
C07 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 96

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA VITRECTOMIA

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de INSTRUMENTAL QUIRURGICO lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento de los mismo.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el set

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA VITRECTOMIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: rangos de +/- 10% de los instrumentales solicitados en el SET INSTRUMENTAL PARA VITRECTOMIA

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES
C01 (01) LENTE DE TOLENTINO, (PARA TRATAMIENTO DE LA PERIFERIE RETINAL) 30°

LENTE DE TOLENTINO, (PARA TRATAMIENTO DE LA PERIFERIE RETINAL) 30°, se encuentra descontinuado

Por lo expuesto, permitiría el comité RETIRAR este ítem

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES

C02 (01) LENTE DE TOLENTINO, (PARA TRATAMIENTO DE LA PERIFERIE RETINAL) 20°

LENTE DE TOLENTINO, (PARA TRATAMIENTO DE LA PERIFERIE RETINAL) 20°, se encuentra descontinuado

Por lo expuesto, permitiría el comité RETIRAR este ítem

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES

C03 (01) LENTE DE WALDORF, (PARA APLICACIÓN DE LASER PERIFERICO CON EL OJJO LLENO DE GAS)

LENTE DE WALDORF, (PARA APLICACIÓN DE LASER PERIFERICO CON EL OJJO LLENO DE GAS)°, se encuentra descontinuado

Por lo expuesto, permitiría el comité RETIRAR este ítem

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

C07 (02) PINZA DE DIARTEMIA COAXIAL

SUSTENTO: La PINZA DIARTEMIA COAXIAL es un instrumento quirúrgico utilizado en electrocirugía para coagular tejidos mediante corriente eléctrica.

La PINZA BIPOLAR, dispositivos electroquirúrgicos dirigidos a coagular tejidos o detener hemorragias en intervenciones oftálmicas esclerales e intraesclerales

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar lo siguiente:

02) PINZA DE DIATERMIA BIPOLAR ANGULADA DE 1MM X 11CM, MAS CABLE BIPOLAR DE 3M

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

02) PINZA DE DIATERMIA BIPOLAR ANGULADA DE 1MM X 11CM, MAS CABLE BIPOLAR DE 3M

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO:(02) PINZA DE DIATERMIA BIPOLAR ANGULADA DE 1MM X 11CM, MAS CABLE BIPOLAR DE 3M

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES

C19 (01) SET DE LENTES PARA VITRECTOMIA DE LANDERS, COMPUESTO DE 7 PIEZAS: 1 ANILLO Y 6 LENTES

(01) SET DE LENTES PARA VITRECTOMIA DE LANDERS, COMPUESTO DE 7 PIEZAS: 1 ANILLO Y 6 LENTES, se encuentra discontinuado

Por lo expuesto, permitiría el comité RETIRAR este ítem

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES

C23 (01) TIJERA INTRAOCULAR DE DIAMETRO HORIZONTAL, 2MM HOJA DE 55MM DE LARGO TOTAL DE TIJERA X 18 G

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de TIJERA INTRAOCULAR , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento :diseñada para cortar tanto el segmento anterior como posterior del tejido ocular durante la cirugía oftálmica

La TIJERA PARA VITRECTOMIA, sse usa para cortar o diseccionar otras estructuras dentro del ojo, como membranas epirretinianas o para el trabajo con el lente intraocular.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:

Tijera para vitrectomia curva, corte horizontal, 20ga

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES
C28 (02) PINZA HALSTEAD CURVA 7.5 CM (3")

SUSTENTO: Existen en el mercado diferentes marcas y modelos de PINZA HALSTEAD CURVA , lo que implica que las medidas sean diferentes, sin que esto afecte el correcto funcionamiento Diseñada para manipular vasos oculares de pequeño calibre durante la cirugía oftálmica

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar rangos de las siguientes medidas:
(02) PINZA HALSTEAD CURVA 7.5 CM (3") a 10 cm (4 ")

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
(02) PINZA HALSTEAD CURVA 7.5 CM (3") a 10 cm (4 ")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: (02) PINZA HALSTEAD CURVA 7.5 CM (3") a 10 cm (4 ")

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES

C29 (02) ANILLO DE LANDERS, PARA SOSTENER LOS LENTES

ANILLO DE LANDERS, PARA SOSTENER LOS LENTES, se encuentra discontinuado

Por lo expuesto, permitiría el comité RETIRAR este ítem

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES

C38 (12) CLAVOS DE ACERO (TAPONES DE ESCLEROTOMIAS DORADOS Y PLATEADOS) 19 X 20 GR.

ANILLO DE LANDERS, PARA SOSTENER LOS LENTES, se encuentra descontinuado

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptaría

(12) Tapones lagrimales de colágeno 0,3mm, caja x 30 pares

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 98

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES

C50 (01) LENTE DE LANDERS, 93 DIOPTRIAS (PARA AIRE O GAS)

LENTE DE LANDERS, 93 DIOPTRIAS (PARA AIRE O GAS), se encuentra descontinuado

Por lo expuesto, permitiría el comité RETIRAR este ítem

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 98

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES

C51 (01) LENTE DE MAGNIFICACION (PARA MAGNIFICACION DE LA ESTRUCTURA OCULAR EN LA VITRECTOMA)

LENTE DE MAGNIFICACION (PARA MAGNIFICACION DE LA ESTRUCTURA OCULAR EN LA VITRECTOMA) se encuentra discontinuado

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 98

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

SOLICITAN:
SET INSTRUMENTAL PARA TÓRAX
C52 (01) CONTENEDOR METALICO DE ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE CON TAPA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DE INSTRUMENTAL SOLICITADO

SUSTENTO: CONTENEDORES DE ACERO ,Solo presentan perforaciones y en algunos modelos son completamente cerrados, por lo cual no llevan filtro, fueron creados para la esterilización en calor seco, actualmente están descontinuados en varios países.

CONTENEDORES DE ALUMINIO, Son de fácil identificación ya que usan placas o tapa de colores, con las que se pueden identificar fácilmente. Poseen un sistema de filtros que pueden ser de teflón o papel, estos filtros aseguran que no se contamine el instrumental esterilizado hasta por un periodo de más de 6 meses.

Por lo tanto el modelo ofertado SUPERA al modelo solicitado.

Por lo expuesto, permitiría el comité aceptar:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA PROTECCION DEL INSTRUMENTAL FINO

Acápiteme de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 98

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA PROTECCION DEL INSTRUMENTAL FINO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA PERFORADA Y FILTRO REUSABLE QUE SOPORTEN HASTA 1200 CICLOS DE ESTERILIZACIONES, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL Y PISO DE SILICONA PARA PROTECCION DEL INSTRUMENTAL FINO

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	23:32:07

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

SET INSTRUMENTAL PARA SENOS PARANASALES

C11 REMOVEDOR DE POLVO ALGERBRUSH II, 11 CM

REMOVEDOR DE POLVO ALGERBRUSH II, 11 CM se encuentra descontinuado

Acápita de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600467957	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ICAFARM S.A.C.	Hora de envío :	23:49:48

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

C05: SISTEMA CON PANTALLA TACTIL PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES PAG:681

Estimado comité es oportuno señalar que las diversas marcas en el mercado cuentan con pantallas táctiles como paneles frontales con botones de membrana.

Solicitamos puedan considerar este tipo de tecnología para la selección de funciones.

C05: SISTEMA CON PANTALLA TACTIL O PANEL CON BOTONES DE MEMBRANA PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1 BIO Página: 681

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
SISTEMA CON PANTALLA TACTIL O PANEL CON BOTONES DE MEMBRANA PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SISTEMA CON PANTALLA TACTIL O PANEL CON BOTONES DE MEMBRANA PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20600467957	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	ICAFARM S.A.C.	Hora de envío :	23:49:48

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

C08: APTO PARA USO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DE FLOURESCENCIA

Estimado comité es oportuno comunicar que el sistema de flourescencia depende del quimico ICG que actualmente no cuenta con registro sanitario por tal motivo solicitamos que dicho punto sea considerado como OPCIONAL

C08: APTO PARA USO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DE FLOURESCENCIA (OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1 BIO Página: 681

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA USUARIA. EN EL PRESENTE PROCESO, EL REQUERIMIENTO FORMULADO CORRESPONDE A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL A EQUIPAR. ADEMÁS, EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD, SE VERIFICÓ LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO; POR ELLO, EXISTE PLURALIDAD RESPECTO AL BIEN REQUERIDO. CONSIDERANDO LO ANTES INDICADO, NO SE ACEPTA LO SOLICITADO, MANTENIÉNDOSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607920363	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	MEGA-MED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:55:00

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

GRUPO DE COCCION DE MARMITAS 40-40-60 LITROS CLAVE: E-85B

B02 CONSTITUIDO POR TRES OLLAS DE 40L, 40 L Y 60 L.

Se consulta al comite de seleccion si como mejora tecnica se podrian presentar equipos marmitas de 50 litros y 60 litros.

B02 CONSTITUIDO POR TRES OLLAS DE 50L, 50 L Y 60 L.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ITEM 1 ELE **Página:** 410

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:

CONSTITUIDO POR TRES OLLAS DE 50L, 50 L Y 60 L.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONSTITUIDO POR TRES OLLAS DE 50L, 50 L Y 60 L.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607920363	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	MEGA-MED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:22

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

E-85A GRUPO DE COCCION DE MARMITAS 40-60-80 LITROS

B02 CONSTITUIDO POR TRES OLLAS DE 40L, 60 L Y 80 L.
Se consulta al comite de seleccion si como mejora tecnica se puede presentar equipos de mayor litraje.

B02 CONSTITUIDO POR TRES OLLAS DE 50L, 60 L Y 80 L.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ITEM 1 ELE **Página:** 409

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
CONSTITUIDO POR TRES OLLAS DE 50L, 60 L Y 80 L.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: CONSTITUIDO POR TRES OLLAS DE 50L, 60 L Y 80 L.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : LP-SM-8-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO INTEGRAL PARA LA EJECUCION EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI N 2354781

Ruc/código :	20607920363	Fecha de envío :	05/05/2025
Nombre o Razón social :	MEGA-MED E.I.R.L.	Hora de envío :	23:58:37

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

D-67 TORRE DE VIDEOCIRUGIA LAPAROSCOPICA
C10: SISTEMA DE ZOOM DIGITAL Y AUTOENFOQUE CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL
Estimado comité con respecto al punto AUTOENFOQUE debemos comentar que este punto es la dirección a una marca en específico y con el fin de la participación de más postores solicitamos el también considerar el sistema de zoom óptico x2 esto siendo igual de beneficioso en la imagen.
C10: SISTEMA DE ZOOM DIGITAL Y/O ZOOM OPTICO Y/O AUTOENFOQUE CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 1 BIO Página: 681
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE TAMBIEN SE ACEPTARA:
SISTEMA DE ZOOM DIGITAL Y/O ZOOM OPTICO Y/O AUTOENFOQUE CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARÁ EN LAS EETT DEL REQUERIMIENTO: SISTEMA DE ZOOM DIGITAL Y/O ZOOM OPTICO Y/O AUTOENFOQUE CONTROLABLE DESDE LA BOTONERA DEL CABEZAL