

REVISION DE DOCUMENTACION OBJETIVO PARA LA ADMISION DE PROPUESTA
ADJUDICACION SI FICADA N° 046-2022-INMP

"ADQUISICION DE CONTENEDOR DE ALUMINIO 47 CMX28.5 CM X 17.5 CM DERIVADO DE DESIERTO DE LAS AS N°46-2022-INMP PAC(15-2023)SEGUNDA CONVOCATORIA"

ITEM	PARTICIPANTE		PRESENTA PROPUESTA		D.J. DATOS DEL POSTOR	D.J. ART 31° RLCE	D.J. DE CUMPLIMIENTO DE LOS ETT	D. J. De Plazo de entrega	PROMESA CONSORCIO FIRMALLEGALIZADAS	PRECIO DE LA OFERTA	REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO	CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA	EVALUACION DE MUESTRA	CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO	ACREDITAR LO FACTURADO ACUMULADO EXPERIENCIA DEL POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR	BONIFICACION DEL 5% POR TENER CONDICION DE MICRO PEQUENA EMPRESA	Carta de Compromiso de Cambio del producto	ESTADO FINAL
			SUÑO	CONSORCIO	ANEXO 01	ANEXO 02	ANEXO 03	ANEXO 04	ANEXO 05	ANEXO 06					Anexo N° 08	Anexo N°09		ANEXO 12	
1	"ADQUISICION DE CONTENEDOR DE ALUMINIO CMX28.5 CM X 17.5 CM DERIVADO DE DESIERTO DE LAS AS N°46-2022-INMP PAC(15-2023)SEGUNDA CONVOCATORIA"	POSTOR																	
	J&G INVERSIONES PERU SAC	1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	SI	SI	SI	SI	SI	NO ADMITIDAD
	INSUMET SAC	2	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI	NO	SI	ADMITIDA
	B BBRAUN MEDICAL PERU SA	3	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO CUMPLE	SI	SI	SI	NO	SI	NO ADMITIDAD

lunes 10 de julio 2023

Sra. CLAUDIA PAOLA PUICON COPAJA

Miembro Titular

M.C. ALVARO RENATO MORENO GONZALES

Presidente Titular

Lic. CLARISSA DAMITILA HUARCAYA VACA

Miembro Titular

C ORO DE EVALUACION DE OFERTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2022-INMP

"ADQUISICION DE CONTENEDOR DE ALUMINIO 47 CMX28.5 CM X 17.5 CM DERIVADO DE DESIERTO DE LAS AS N°46-2022-INMP PAC(15-2023)SEGUNDA CONVOCATORIA"

ITEM	DENOMINACION DEL ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	N° DE POSTOR	MONTO OFERTADO	PUNTAJE = 100 PUNTOS		ESTADO FINAL DEL ITEM	ORDEN DE PRELACION
							90 PUNTOS=OFERTA ECONOMICA	TOTAL PUNTAJE FINAL		
1	"ADQUISICION DE CONTENEDOR DE ALUMINIO CMX28.5 CM X 17.5 CM DERIVADO DE DESIERTO DE LAS AS N°46-2022-INMP PAC(15-2023)SEGUNDA CONVOCATORIA"	1	BIEN	80,425.20						
	INSUMET SAC				1	129,000.00	100.00	100.00	ADJUDICADO	2

Lima, 10 de julio de 2023

Sra. CLAUDIA PAOLA PUICÓN COPAJA
 Miembro Titular

M.C. ALVARO RENATO MORENO GONZALES
 Presidente Titular

Lic. CLARISSA DAMITILA HUARCAYA VACA
 Miembro Titular

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 046-2022-INMP

"ADQUISICION DE CONTENEDOR DE ALUMINIO 47 CMX28.5 CM X 17.5 CM DERIVADO DE DESIERTO DE LAS AS N°46-2022-INMP PAC(15-2023)SEGUNDA CONVOCATORIA"

REQUISITOS DE CALIFICACION

ITEM	RAZON SOCIAL	A. CAPACIDAD LEGAL	B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	C. EXPERIENCIA DE POSTOR
		A.1 REPRESENTACION	B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	C.1 FACTURACION
1	INSUMET SAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Lima, 10 de julio de 2023


Sra. CLAUDIA PAOLA PUICON COPAJA
Miembro Titular


M.C. ALVARO RENATO MORENO GONZALES
Presidente Titular


Lic. CLARISSA DAMITILA HUARCAYA VACA
Miembro Titular

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Instituto Nacional
Materno Perinatal**

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

ACTA DE EVALUACION, CALIFICACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

ADQUISICION ANUAL DE CONTENEDOR DE ALUMINIO 47 CMX28.5 CM X 17.5 CM DERIVADO DE DESIERTO DE LAS AS N°46-2022-INMP PAC(15-2023)SEGUNDA CONVOCATORIA

Siendo las 11:30 horas del día 12 de Julio del 2023 en la Jefatura del Departamento de centro quirúrgico ; se reúne el Comité de Selección designado mediante Resolución Ejecutiva de Administración N° 082-OEA-INMP-23, de fecha 06 de Junio del 2023, a efectos de proceder con las acciones destinadas para la ejecución integral del procedimiento de selección - **ADQUISICIÓN ANUAL DE CONTENEDOR DE ALUMINIO 47CMX28.5 CM X 17.5 CM DERIVADO DE DESIERTO DE LAS AS N°46-2022-INMP PAC(15-2023)SEGUNDA CONVOCATORIA**

M.C. ALCVARO RENATO MORENO GONZALES

Presidente de Comité

LIC. CLARISSA DAMITILA HUARCAYA VACA

Primer Miembro integrante

SRA. CLAUDIA PAOLA PUICON COPAJA

Segundo Miembro integrante

AGENDA:

- ✓ Admisión de Ofertas (05.07.23)
- ✓ Calificación y Evaluación de Ofertas (06.07.23)

El Presidente del Comité de Selección dio apertura al Acto privado y Acto seguido se manifiesta que, de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE los siguientes participantes:

N°	RAZON SOCIAL	RUC
1	J&G INVERSIONES PERU SAC	20601586470
2	INSUMET SAC	20556510190
3	B BBRAUN MEDICAL PERU SA	20377339461

Asimismo, en el día señalado (05.07.2023) en la sección específica de las Bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas electrónicas a través del SEACE.

N°	RAZON SOCIAL	RUC
1	J&G INVERSIONES PERU SAC	20601586470
2	INSUMET SAC	20556510190
3	B BBRAUN MEDICAL PERU SA	20377339461

ADMISION DE OFERTAS

El Comité de Selección manifiesta que corresponde verificar la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determinar si la oferta corresponde a las características y condiciones de las especificaciones técnicas detalladas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Es preciso señalar que, en dicha sección del Capítulo II de las bases literal j), páginas 23 - 24 se solicitó muestra del bien requerido.

Postor 01: J&G INVERSIONES PERU SAC



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
Materno Perinatal

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Presenta oferta para el bien materia de la convocatoria contenido en 106 folios. Al revisar el contenido se evidencia que cumple con la documentación de presentación obligatoria solicitadas en las Bases. En dicha sección del Capítulo II de las bases literal m), páginas 23 y 24 se solicitó muestra del bien requerido cuyos resultados luego de su revisión no cumplen con las características técnicas requeridas quedando la misma descalificada. **La propuesta del ítem 1 queda NO ADMITIDA.**

Postor 02: INSUMET SAC

Presenta oferta para el bien materia de la convocatoria contenido en 81 folios. Al revisar el contenido se evidencia que cumple con la documentación de presentación obligatoria solicitadas en las Bases. En dicha sección del Capítulo II de las bases literal m), páginas 23 y 24 se solicitó muestra del bien requerido cuyos resultados luego de su revisión cumplen con las características técnicas requeridas quedando la misma calificada. **La propuesta del ítem 2 queda ADMITIDA.**

Postor 03: B BBRAUN MEDICAL PERU SA

Presenta oferta para el bien materia de la convocatoria contenido en 106 folios. Al revisar el contenido se evidencia que cumple con la documentación de presentación obligatoria solicitadas en las Bases. En dicha sección del Capítulo II de las bases literal m), páginas 23 y 24 se solicitó muestra del bien requerido cuyos resultados luego de su revisión no cumplen con las características técnicas requeridas quedando la misma descalificada. **La propuesta del ítem 1 queda NO ADMITIDA.**

EVALUACION DE OFERTAS

La Presidente del Comité de Selección manifiesta que corresponde evaluar la oferta, según lo previsto en el Capítulo IV de la sección específica de las Bases a la oferta admitida, según el numeral 74.2 del artículo 74 del RLCE, tal como se detalla a continuación:

Postor 01: INSUMET SAC Presenta oferta electrónica con un monto que asciende a: S/129,000.00 soles - ciento venti nueve mil y 00/100 soles

CALIFICACION DE OFERTAS

Posteriormente, corresponde realizar la calificación de las ofertas conforme a lo señalado en los numerales 75.1 (verificando que cumplan con los requisitos de calificación, solicitados en las bases) del Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- **Postor 01: INSUMET SAC**
Cumple con los requisitos de calificación solicitados por la entidad. **La oferta queda CALIFICADA.**

CONCLUSIONES:

- ✓ Siendo que el presente procedimiento de selección fue convocado con un valor estimado de S/ 80425.20 y el monto de la oferta supera en S/48,574.80 soles, por lo que se acuerda emitir documento al titular de la entidad a fin de contar con la ampliación del Certificación de Crédito Presupuestario N°1342 otorgado para el presente año fiscal 2023 y ampliar el monto de acuerdo al siguiente detalle y poder publicar el otorgamiento de la buena pro correspondiente.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
Materno Perinatal

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

DESCRIPCION	CCP	META SIAF	ACTIVIDAD OPERATIVA	Cadena de Gastos	FTE. FTO	TOTAL
MONTO DEL VALOR ESTIMADO	137	9	5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	2.3.18.21	DYT	80,425.20
MONTO DEL VALOR ADJUDICADO	AMPLIAR	9	5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	231821	DYT	48,574.80
VALOR ADJUDICADO						129,000.00

- ✓ Se acuerda postergar la publicación del otorgamiento de la buena pro en el sistema SEACE hasta la fecha en que se recepciones la ampliación del Certificación de Crédito Presupuestario correspondiente

Cumpliendo con las formalidades del Acto y sin observación alguna, los miembros de Comité de Selección, acuerdan dejar listo el expediente para el otorgamiento de la buena pro de acuerdo a cronograma del SEACE; Dándose por concluido este acto siendo las 12.30 horas y en señal de conformidad se firma el Acta por todos los miembros del Comité de Selección.

Siendo las 12.30 horas en señal de conformidad se firma el Acta por todos los miembros del Comité de Selección.


M.C. ALVARO RENATO MORENO GONZALES
Presidente


M.C. CLARISSA DAMITILA HUARCAYA VACA
Primer Miembro Integrante


SRA. CLAUDIA PAOLA PUICON COPAJA
Segundo Miembro Integrante

ACTA DE EVALUACION DE MUESTRAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°046-2022-INMP ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) CONTENEDORES DE ALUMINIO 47 CM X 28.5 CM X 15.7 CM PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DEL INMP.

Siendo las 11:00 horas del día 07 de Julio de 2023 en el Servicio de Esterilización se reúne el Comité de Selección designado mediante Resolución Ejecutiva de Administración N° 177-OEA-INMP-2022 a efectos de proceder con las acciones destinadas para la organización y ejecución integral del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA para la **ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) CONTENEDORES DE ALUMINIO 47 CM X 28.5 CM X 15.7 CM PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DEL INMP.**

ASUNTO: Entrega de muestras para habilitar su Evaluación día 07.07.2023
(presentación de oferta)
Evaluación de las muestras en el proceso de esterilización día 11.07.2023

DR. ALVARO MORENO GONZALES Presidente de Comité
LIC. CLARISSA HUARCAYA VACA Miembro integrante
Srta CLAUDIA PAOLA PUICON COPALA Miembro integrante

A continuación, se procedió a entregar las muestras entregadas por los postores **J & G INVERSIONES PERU S.A.C , INSUMED S.A.C., B.BRAUM MEDICAL S.A.C.**

De acuerdo a las Bases, en el Capítulo II, literal L), pág. 19 se estableció lo siguiente:

- Conjuntamente con la presentación de la Oferta el postor presentara (01) muestra en Jr. Santa rosa 941 – ex miroquezada 941 lugar exacto (logística) y horario (8:00 a 15:15 pm).

Procedimiento y metodología de la evaluación de muestra que se utilizara:

El área usuaria realizara el análisis físico y visual de la muestra para verificar las características y el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas por el postor, si la muestra no cumple será motivo de descalificación.

La metodología que se utilizara es el método de la observación, los mecanismos o pruebas a los que serán sometidos la muestra para determinar el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas, son las pruebas físicas y de observación, además quedara en prueba para la esterilizadora a vapor por un tiempo de 3 días.

La presentación de la muestra es el mismo día de la presentación de la oferta electrónica (según cronograma del SEACE) y serán entregados en la Of. De Logística del INMP sitio en Jr. Santa rosa 941 – Lima y en horario de 08:00 a 15:15 horas.

Clarissa Huarcaya Vaca
LIC. ENF. ESPECIALISTA EN
CENTRO QUIRURGICO
CEP. 73269 RNE 19821

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

M.C. Alvaro Renato Moreno Gonzal:
"DEL DPTO. DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMO"
M.P. N° 4451

EVALUACION DE POSTORES:

POSTOR 01: J & G INVERSIONES PERU S.A.C.



Ítem : CONTENEDOR DE ALUMINIO 47 CM X 28.5 CM X 15.7 CM

Se procedió a la revisión de la muestra presentada de acuerdo a lo consignado en las Bases la misma que al ser revisada a efectos de verificar el cumplimiento de las características del bien en materia de la convocatoria, se evidencia que el contenedor se encuentra en mal estado en el cual al tacto se siente remacha que sobresale en la parte del tacto de la esquina del contenedor, rayones y además los bordes internos con banda de silicona es desmontable con dificultad en el cual para cumplir la limpieza y desinfecciones es con dificultad para poder colocarlo de nuevo a su sitio de inserción.

El producto No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. **LA MUESTRA QUEDA DESCALIFICADA.**

Se procedió a evaluar la muestra en el proceso de esterilización a vapor saturado, después del proceso el indicador de esterilización vió dentro de los resultados normales.

IMAGEN DE LA MUESTRA ALCANZADA POR EL POSTOR J & G INVERSIONES PERU S.A.C.



Clarissa Huarcaya Vaca
LIC. ENF. ESPECIALISTA EN
CENTRO QUIRURGICO
CEP. 73269 RNE. 19521

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
M.C. Alvaro Renato Moreno Gonzalez
JEFE DEL DPTO. DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACION
M.P. N° 48286 - S.V. N° 1111

POSTOR 02:



ítem : CONTENEDOR DE ALUMINIO 47 CM X 28.5 CM X 15.7 CM

Se procedió a la revisión de la muestra presentada de acuerdo a lo consignado en las Bases la misma que al ser revisada a efectos de verificar el cumplimiento de las características del bien en materia de la convocatoria, se evidencia adapta adecuadamente al contenedor solicitado, ya que a diferencia los bordes internos con banda de silicona es desmontable y además grueso donde facilita al usuario poder lavar y desinfectar con facilidad.

Se procedió a evaluar la muestra en el proceso de esterilización a vapor saturado, después del proceso el indicador de esterilización viro dentro de los resultados normales.

El producto Sí Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. **LA MUESTRA QUEDA CALIFICADA.**

IMAGEN DE LA MUESTRA ALCANZADA POR EL POSTOR INSUMED S.A.C



Clarissa Huancaya Vaca
LIC. ENF. ESPECIALISTA EN
CENTRO QUIRURGICO
CEP. 73269 RNE. 19821

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

M.C. Alvaro Renato Moreno Gonzalez
M.D. DEL DPTO. DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACION
C.M.P. N° 382000 N. 27.000

POSTOR 03: B.BRAUM MEDICAL S.A.C.


Ítem : CONTENEDOR DE ALUMINIO 47 CM X 28.5 CM X 15.7 CM

Se procedió a la revisión de la muestra presentada de acuerdo a lo consignado en las Bases la misma que al ser revisada a efectos de verificar el cumplimiento de las características del bien en materia de la convocatoria, se evidencia que no cuenta esteras de silicona para mejor soporte y conservación del instrumental y que se adapte adecuadamente a la bandeja cribada y no cuenta con tapa del contenedor.

No se pudo evaluar la muestra en el proceso de esterilización a vapor saturado, ya que trajo incompleto no cuenta con tapa.

El producto No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. **LA MUESTRA QUEDA DESCALIFICADA.**

IMAGEN DE LA MUESTRA ALCANZADA POR EL POSTOR B.BRAUM MEDICAL S.A.C.



Siendo las 18.00 horas en señal de conformidad se firma el Acta por el representante del Área usuaria.

Clarissa Huarcaya Vaca
.....
LIC. EN F. ESPECIALISTA EN
CENTRO QUIRURGICO
CEP. 8269 RNE. 19821

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
M.C. Alvaro Renato Moreno Gonzale
.....
E DEL OPTO. DE ANESTESIA, INTENSIVIDAD Y REANIMACION
M.D. N. 22.222