

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GRC-DIRESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 05 ESTIRPES CON 07 EQUIPOS EN CESION DE USO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO

Ruc/código :	10256755985	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	MAVILA MARTINEZ MIRIAM VICTORIA	Hora de envío :	17:42:30

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Solicitan reactivos con características de:

Vigencia del producto mayor a 12 meses

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que aceptan la oferta de reactivos con tiempo de expiración mayor o igual a 8 meses, acompañado de una carta de canje por vencimiento.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 1      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGE LA CONSULTA, Y ACLARA QUE, LA VIGENCIA DEL PRODUCTO SERÁ MAYOR O IGUAL A 8 MESES Y DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADO DE CARTA DE COMPROMISO DE CANJE ANTES DE SU VENCIMIENTO A PARTIR DE SU INGRESO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GRC-DIRESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 05 ESTIRPES CON 07 EQUIPOS EN CESION DE USO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO

Ruc/código :	10256755985	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	MAVILA MARTINEZ MIRIAM VICTORIA	Hora de envío :	17:42:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según las bases,  
Documentos obligatorios para la presentación de ofertas  
Letra b). Certificado de registro sanitario  
En caso que el equipo no se encuentre en el listado de productos de la clasificación de insumos, instrumental y equipo de uso médico, el postor deberá presentar copia simple de la Certificación de DIGEMID realizada a través de la web, que sustenta que no requiere registro sanitario.

Ante ello decimos:  
Los equipos analizadores de Hematología se encuentran en la relación de productos que no están sujetas a otorgamiento de Registro Sanitario, la misma que se encuentra en la pagina WEB de la Digemid.

En virtud al principio de libre concurrencia e igual trato solicitamos gentilmente al comité de selección aceptar el listado de productos que no están sujetas a otorgamiento de Registro Sanitario, que se encuentran en la pagina web de la Digemid a disposición del público en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGE A LA CONSULTA Y PRECISA QUE SON LOS REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA QUE ESTÁN SUJETAS A UN REGISTRO SANITARIO.POR LO TANTO SE ACEPTARA QUE EL POSTOR EL LISTADO DE PRODUCTOS QUE NO ESTÁN SUJETAS A OTORGAMIENTO DE REGISTRO SANITARIO, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB DE LA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GRC-DIRESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 05 ESTIRPES CON 07 EQUIPOS EN CESION DE USO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO

Ruc/código :	10256755985	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	MAVILA MARTINEZ MIRIAM VICTORIA	Hora de envío :	17:42:30

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Según las bases,  
ANEXO 1 ¿ ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA HEMATOLOGIA:

**SUSTENTO:**

La antigüedad del equipo ofrecido en cesión de uso no deberá ser mayor de 2 años de fabricación a la fecha de presentación de las propuestas del postor, el mismo que deberá sustentar fehacientemente la antigüedad del equipo con la presentación de una copia simple de la Declaración Única de Aduana (DUA) de la fecha de importación del equipo acompañado del certificado de manufactura emitido por el fabricante a nombre del postor o distribuidor.

A ellos decimos:

Se sustenta fehacientemente la antigüedad del equipo con la presentación de una copia simple del Certificado de manufactura emitido por el fabricante a nombre del postor o distribuidor, y la Declaración Única de Aduana (DUA) que es la fecha de importación del equipo analizador que no siempre es el que indica la antigüedad del mismo, por lo que este documento debe considerarse de presentación ¿opcional¿ en la propuesta técnica.

Amparándonos por el principio de Libre concurrencia y por la mayor pluralidad de postores, solicitamos al Órgano encargado de las contrataciones considerar la presentación de la Copia simple de la Declaración Única de Aduana (DUA) en la presentación de la propuesta del Postor como ¿opcional¿.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 1      **Página:** 30  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACOGE A LA CONSULTA. CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES, Y AL AMPARO DE LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA E IGUALDAD DE TRATO, SE PRECISA QUE PARA ACREDITAR LA ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN Y/O MANUFACTURA A NOMBRE DEL POSTOR O DISTRIBUIDOR, ACOMPAÑADO OPCIONALMENTE DE UNA COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (DUA).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GRC-DIRESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 05 ESTIRPES CON 07 EQUIPOS EN CESION DE USO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:04:13

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En cuanto a los parámetros de indagación de leucemias, solicitan ALY y ALY% para indagación de linfocitos atípicos, pero al ser de investigación no pueden ser considerados como determinantes y necesariamente deben ser evaluados por microscopio, lo cual ya se hace cuando hay alguna otra alarma que lance el equipo en cuestión. Por lo cual solicitamos amablemente al comité evaluador considere dejar este parámetro como opcional para permitir la pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 2 ley de contrataciones con el estado inciso a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACION Y SE PRECISA QUE EL REQUERIMIENTO DE ALY Y ALY% ES NECESARIO PARA INDAGACIÓN DE LINFOCITOS ATÍPICOS CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR CASOS DE LEUCEMIAS, INFECCIONES VIRALES, ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y OTRAS POSIBLES INFECCIONES BACTERIANAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GRC-DIRESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 05 ESTIRPES CON 07 EQUIPOS EN CESION DE USO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:10:54

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

En cuanto a la impresión DICE:

Debe ofertar impresora térmica incorporada y USB para computadora externa.

Las impresoras técnicas por su estilo de impresión presentan problemas, debido a que fácilmente debido al roce y polución del ambiente, luego de unos pocos días la tinta desaparece y los resultados quedan inentendibles, además de ello al solicitar una impresora externa, para los resultados cae en contradicción, pues solicitan hace pensar a los postores que el usuario realizo las especificaciones técnicas c características para el mismo fin.

Solicitamos al comité especial con motivo de la integración de bases, AMPLIAR el requerimiento a impresora térmica incorporada y/o impresora láser externa, para tener una mejor impresión de los resultados y ampliar la participación de los postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 2 ley de contrataciones con el estado inciso a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, SE ACOGE LA CONSULTA.

SE AMPLIARÁ EL REQUERIMIENTO: EL POSTOR DEBE OFERTAR IMPRESORA TÉRMICA INCORPORADA Y/O IMPRESORA LÁSER EXTERNA CON CONEXIÓN USB.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-GRC-DIRESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 05 ESTIRPES CON 07 EQUIPOS EN CESION DE USO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 28/11/2023

Hora de envío : 23:10:54

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

En cuanto a las características del analizador DICE:

Pantalla táctil LCD de 14"

Requerir una característica única de una marca como sus medidas, sugiere direccionamiento del proceso de selección hacia una marca y modelo de equipo, e impide la participación de nuestra marca, y otras presentes en el mercado, esto indicaría un direccionamiento del proceso de selección, lo cual atenta contra los incisos a y b del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado libertad de concurrencia e igualdad de trato.

Solicitamos al comité especial con motivo de la integración de bases, AMPLIAR el requerimiento a analizadores con pantalla táctil y/o computadora externa.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA Y SE AMPLIARÁ LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN PANTALLA TÁCTIL LCD DE 14" O SIMILAR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null