

Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

AMBULANCIA URBANA TIPO II



CÓDIGO: V-2U

DENOMINACION DEL EQUIPO	: AMBULANCIA URBANA TIPO II EQUIPADA
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio)	: TRANSPORTES
TIPO DE PACIENTE	: TODOS

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERISTICAS GENERALES

- A01 VEHICULO ORIGINAL DE FABRICA Y ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO SEGURO DE PACIENTES O HERIDO EN CONDICIONES QUE NO PONGAN EN RIESGO POTENCIAL SU VIDA Y SALUD, LA AMBULANCIA DEBERÁ CONTAR CON DOS (02) COMPARTIMIENTOS SEPARADOS Y COMUNICADOS ENTRE SI POR VENTANA CORREDIZA O FIJAS HERMETICAS E INTERCOMUNICADOR DE MANOS LIBRES
- A02 EL VEHICULO DEBE CUMPLIR REQUISITOS DEL D.S. N°058-2003-MTC MODIFICADO POR D.S. N°005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC, 012-2005-MTC, 017-2005-MTC, 008-2006-MTC, 012-2006-MTC Y 2006-MTC Y DIRECTIVA N°002-2006-MTC/15 APROBADA CON LA RO. N° 4848-2006-MTC/15.
- A03 LA AMBULANCIA Y SU EQUIPAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NTSN°051-MINSA/OGDN-V01 DE MANERA MINIMA
- A04 VEHÍCULO Y EQUIPAMIENTO NUEVO CON UN AÑO DE FABRICACIÓN Y/O AÑO MODELO MÍNIMO UN AÑO ANTES DESDE LA CONVOCATORIA.
- A05 CARROCERIA DE VEHICULO: ORIGINAL DE FABRICA TIPO PANEL O PASAJEROS O MINIBUS. EMSAMBLADA EN FORMA CONJUNTA CON EL CHASIS Ó CARROZERIA DEL TIPO COMPACTO, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO, Y SISTEMA DE FRENOS DEL PROPIO FABRICANTE, ASISMIMO DEBE DE TENERSE EN CONSIDERACION LA ESTABILIDAD DEL VEHICULO EN MOVIMIENTO. A06 MOTOR: TURBO DIESEL INTERCOOLER
- A07 VOLUMEN O CILINDRADA APROXIMADA DEL MOTOR NO MENOR A 2100 CC
- A08 TORQUE DE MOTOR NO MENOR A 300Nm
- A09 POTENCIA DE SALIDA DEL MOTOR NO MENOR DE 125 HP.
- A10 SISTEMA DE DIRECCION: HIDRAULICA SERVO ASISTIDA Ó HIDRAULICA ELECTRICAMENTE ASISTIDA CON CONTROL DE FLUJO VARIABLE (VFC) O ASISTENCIA ELECTROHIDRÁULICA VARIABLE O ELECTRICA O ELECTRONICA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, TIMON ORIGINAL AL LADO IZQUIERDO.
- A11 TRANSMISION: SISTEMA DE TRANSMISIÓN MECANICA, 5 VELOCIDADES HACIA DELANTE COMO MINIMO Y UNA DE RETROCESO.
- A12 TRACCIÓN: 4X2 TRACCIÓN POSTERIOR Y/O DELANTERA.
- A13 SISTEMA DE FRENOS: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRÁULICO
FRENOS DELANTEROS: DISCOS VENTILADOS
FRENOS POSTERIORES: DISCOS O TAMBORES
FRENO DE ESTACIONAMIENTO O DE EMERGENCIA
CON SISTEMA ABS (ANTIBLOQUEO)
- A14 SISTEMA DE SUSPENSIÓN: BALLESTAS Y NEUMATICA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE Y SISTEMA DE AMORTIGUACION PARA TRABAJO PESADO QUE GARANTICE EVITAR EL CONTACTO DE LAS LLANTAS CON LAS SUPERFICIES COLATERALES DE SU ENTORNO
- A15 RUEDAS Y NEUMATICOS:
DIÁMETRO DEL ARO DE ACERO NO MENOR DE 17 PULGADAS

TIPO DE NEUMATICOS: TODO TERRENO Y COMO MINIMO 225/65R17

LLANTA DE REPUESTO (NEUMATICO Y ARO) CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS, Y DEBERA ESTAR UBICADA EN LA PARTE EXTERIOR DE LA CABINA CON SUS ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

A16 SISTEMA ELECTRICO

LUCES DELANTERAS: HALOGENA O XENON Y DOS (02) FAROS NEBLINEROS

BATERIAS: 12 VOLTIOS, 80 AMP-HR COMO MINIMO Y SISTEMA DE CARGA ALTERNADOR DE CAPACIDAD MINIMO DE 100 AMP-HR O CAPACIDAD QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE SERAN INSTALADOS EN LA CABINA DE ATENCIÓN MEDICA.

A17 ESCAPE DE GASES: LA EXPULSION DE LOS GASES DE COMBUSTION DEBEN ESTAR UBICADOS DE TAL FORMA QUE NO INGRESEN A LA CABINA MEDICA CUANDO TENGAN LAS PUERTAS ABIERTAS, Y EN DIRECCION CONTRARIA A LA TOMA DE AIRE ACONDICIONADO O DUCTOS DE VENTILACION, TODO ELLO SE DESARROLLARA EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL D.S. 010-2017-MINAN SOBRE EL LIMITE MAXIMO PERMISIBLE.

A18 DIMENSIONES VEHICULAR MINIMAS: ALTURA MINIMA: 2,280MM; ANCHO MINIMO: 1,850MM; LARGO MINIMO: 5,200MM.

A19 CAPACIDAD DE CARGA UTIL: 1100 KG COMO MINIMO, QUE PUEDA TRANSPORTAR EL VEHICULO (PERSONAS Y EQUIPAMIENTO) SIN QUE EXCEDA EL PESO BRUTO VEHICULAR.

B CABINA DE CONDUCCION

B01 DISEÑO COMPARTIMIENTO SEPARADO CON LA CABINA DE ATENCION MEDICA COMUNICADAS ENTRE SI MEDIANTE VENTANA DE TAMAÑO ADECUADO, CON VENTANAS CORREDIZAS HERMETICAS DE 30X30CM COMO MINIMO Y SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE AMBOS COMPARTIMENTOS O AMBIENTES.

B02 ASIENTOS: DOS (02) ORIGINAL DE FABRICA TIPO BUTACA CON ESPALDAR REGULABLE, ERGONOMICOS PARA PILOTO, COPILOTO Y OPCIONALMENTE UN ACOMPAÑANTE PUDIENDO SER TIPO BUTACA O BANCA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

B03 CINTURONES DE SEGURIDAD ORIGINALES: MINIMO DE TRES PUNTOS PARA DOS, EL OTRO SERA DE DOS PUNTOS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.

B04 EQUIPO DE SONIDO RADIO: AM/FM CON DOS PARLANTES CON PUERTO USB, USB Y BLUETOOTH

B05 SISTEMA DE AIRE CONDICIONADO TIPO DUAL (FRIO/CALOR) CON RENOVACIÓN DE AIRE, QUE GARANTICE EL ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AIRE FRESCO PARA LA CABINA DEL CONDUCTOR Y LA CABINA DE ATENCION MEDICA, DEBE CONTAR CON INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE.

B06 INSTRUMENTOS MINIMOS

VELOCIMETRO CON ODOMETRO EN KM

TACOMETRO

MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE TEMPERATURA.

MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE PRESION DE ACEITE

MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE CARGA DE BATERIA

INDICADOR DE LUZ ALTA, INDICADOR DE LUCES DIRECCIONALES

ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTES DE POSICION MULTIPLES O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE

C CABINA DE ATENCION MEDICA

C01 LA CABINA DEBE SER ORIGINAL INTEGRAL DE FABRICA, CONTARA CON ADECUADA CALIDAD EN SUS ACABADOS Y CON ESPACIO PARA ALOJAR COMO MINIMO A UN (01) PACIENTE EN CAMILLA O PERSONA EN SILLA DE RUEDAS, DOS (02) PERSONAS DE SALUD SENTADAS, CON SUFICIENTE LIBERTAD PARA REALIZAR MANIOBRAS QUE SE REQUIEREN PARA LA ATENCION DEL PACIENTE. LAS

- DIMENSIONES INTERNAS LARGO: NO MENOR DE 230 CM, ANCHO: NO MENOR DE 170CM, Y ALTO: NO MENOR DE 160CM (NTS N°051-MNSA /OGDN-V.01)
- C02 ESTRUCTURA Y ENVOLVENTES DE BUENA CALIDAD Y DURABILIDAD DONDE EL DISEÑO CUENTA CON PERFIL AERODINAMICO DEL VEHICULO, CENTRO DE GRAVEDAD Y EQUILIBRIO, LA SUSPENSION DEBERA ESTAR GARANTIZADA Y ACORDE A LAS DIMENSIONES Y PESO DE LA CABINA SANITARIA, DEBIENDO CUMPLIR CON ACREDITACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD
- C03 LA ESTRUCTURA Y ENVOLVENTES METALICAS O POLIMEROS; PAREDES LATERALES Y TECHO CON SOLIDEZ QUE GARANTICEN LA RESISTENCIA FRENTE A LAS CONSTANTES VIBRACIONES A LAS QUE ESTARA EXPUESTA EN CARRETERAS, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD O MATERIAL DE MEJOR CALIDAD ENTRE PANELES INTERNO Y EXTERNOS PARA MANTENER LA TEMPERATURA CONSTANTE Y EL AISLAMIENTO ACUSTICO EN EL INTERIOR DE LA CABINA.
- C04 PARED INTERNA: DEBE ESTAR RECUBIERTO CON MATERIAL SINTETICO CON UN RETARDO AL FUEGO DE 100 mm/min DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES, IMPERMEABLE, LAVABLE, UNIFORMES Y CONTINUAS DE COLOR CLARO.
- C05 PUERTA DE ACCESO: LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA DEBE TENER DOS (02) PUERTAS TRASERAS VERTICALES DE CIERRE HERMÉTICO, CON VENTANA - VIDRIO TEMPLADO Y UNA (01) PUERTA LATERAL DESLIZANTE.
- C06 SUPERFICIE INTERIOR: NO DEBE PRESENTAR ARISTAS SALIENTES, NI CORTANTES, RECUBIERTO CON MATERIAL IMPERMEABLE, LAVABLES, RETARDANTES DEL FUEGO, ANTIPARASITO, ANTIHONGO Y QUE NO SEA AFECTADO POR LOS DESINFECTANTES DE USO HABITUAL A NIVEL DEL TECHO, TENDRA INSTALADO UN PASAMANO Y SUJETADOR DE SUERO.
- C07 PISO: DE MATERIAL SINTETICO, PLANO, SIN OBSTACULOS NI DEFORMACIONES, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL DESGASTE, CON RECUBRIMIENTO FINAL DE UNA SOLA PIEZA, SIN COSTURAS, SIN UNIONES.
- C08 CAMILLA INSTALADA SOBRE EL PISO DEL VEHICULO EN EL ESPACIO LIBRE NO MENOR A 30CM ENTRE CAMILLA Y EL LUGAR DONDE SE SIENTA EL PERSONAL, CON PROTECCION DE LA ZONA DE ACCESO DE LA CAMILLA CON UNA PLACA DE ALUMINIO.
- SISTEMA ELECTRICO: TOTALMENTE INDEPENDIENTE DEL VEHICULO CON BATERIA DEDICADA CONECTADA AL SISTEMA DE CARGA DE LA UNIDAD MOVIL, CON TABLERO DE FUSIBLES DE FACIL ACCESO, CON ALIMENTACION DE 12VDC CANALIZADO Y CON AISLAMIENTO ELECTRICO QUE EVITE LA FILTRACION DE AGUA Y RESISTENTE A LA IGNICION, UN CONVERTIDOR 12VDC/220VAC, POTENCIA 800 WATTS MINIMO. TOMACORRIENTES DE 12V DC Y 220V AC (04 UNIDADES VAC Y 04 UNIDADES VDC) PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS, LOS TOMACORRIENTES DE DIFERENTES TENSIONES NO DEBEN SER INTERCAMBIABLES.
- UN (01) TOMACORRIENTE CON CONEXION EXTERNA QUE PERMITA LA CARGA DE LOS EQUIPOS Y DEL CONVERTIDOR DESDE UNA FUENTE DOMICILIARIA CON TOMA A TIERRA (220VAC), CON CABLE VULCANIZADO DE 30 MTS CON SUS CONECTORES ADAPTADOS Y CON SISTEMA PARA ENROLLARLO O RECOGERLO, LA INSTALACION ELECTRICA NO DEBE SER COMPARTIDA CON LA INSTALACION DE LOS GASES.
- C09 CON SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION ADECUADO PARA CABINA DE ATENCION MEDICA QUE INCLUYA UN SISTEMA DE RENOVACION DE AIRE CON FILTRO, CON EXTRACTOR DE AIRE Y MONITOREO DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD DENTRO DE LA CABINA
- C10 SISTEMAS DE PROTECCION (ANTI-VUELCO) CON TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE DE TAL FORMA QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS EN CASO DE VUELCO, SEGÚN EL ARTICULO 27 DEL D.S. N°058-2003-MTC
- C11 EXTERIORES: COLORES, DISEÑOS, DISTINTIVOS, ACORDE A NORMA NTS N°051-MINSA/OGDN-V.01 Y A LOS SOLICITADOS POR LA INSTITUCION (EL DISEÑO DE LOGOS, COLOR DE PINTURA QUE SERAN

- COLOCADOS EN LA AMBULANCIA SERA PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA EJECUTOR)
- C12 ILUMINACION INTERIOR DE LUZ BLANCA: MINIMO DOS (02) LAMPARAS LED QUE GARANTICE UNA ILUMINACION ADECUADA PARA LA ASISTENCIA MEDICA, INTENSIDAD VARIABLE, INTERRUPCION INDIVIDUAL O INDEPENDIENTE, UNA (01) LAMPARA DE ACCIONAMIENTO AUTOMATICO, AL MOMENTO DE ABRIR CUALQUIERA DE LAS PUERTAS DE LA CABINA DE ATENCION MEDICA.
- C13 VENTANAS: VIDRIOS TEMPLADOS Y PAVONADOS
- C14 RUIDO INTERNO MENOR A 80 DB
- C15 SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL: CON DOS (2) TOMAS EMPOTRADAS MINIMO, UNA CERCANA A LA CABECERA DEL PACIENTE Y OTRA DE EMERGENCIA, CON UN COMPARTIMENTO ADAPTADO, CON PUERTA PLEGABLE O ABATIBLE, CON SISTEMA DE FIJACION, PARA ALOJAR UNA (01) BALON DE OXIGENO DE HASTA 6.0 M3, SIN PERDIDA DE SUMINISTRO CON SUS ACCESORIOS DE USO MEDICINAL (REGULADOR, FLUJOMETROS, VALVULAS).
- C16 DISPOSITIVO DE PORTA SUERO, CON DESPLAZAMIENTO PARALELO EN EL TECHO DE LA CABINA, RESPECTO A LA CAMILLA PORTATIL Y SOPORTE PARA BOMBA DE INFUSION.
- C17 SISTEMAS ADICIONALES DE SEGURIDAD: EXTINTORES Y PASAMANOS SOBRE LAS PUERTAS E INTERIOR DE LA CABINA MEDICA
- C18 UN (01) GABINETE EMPOTRADO Y SUJETO AL INTERIOR DEL VEHICULO COLOCADA DE EXTREMO A EXTREMO EN LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD ESTANTERIA EN MATERIAL SIENTETICO, DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES (NO MELAMINE) RIGIDO, IMPERMEABLE DE FACIL LAVADO Y DESINFECCION, APROX 0.30 MTS. DE ANCHO PARA GUARDAR ORDENADAMENTE LOS EQUIPOS MEDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS. CON PUERTAS TRANSPARENTES, RESISTENTE LOS GOLPES.
- C19 CON UN (01) GABINETE-ASIENTO, LONGITUDINAL TIPO CAJON, UBICADO AL LADO OPUESTO DE LA CAMILLA (LADO DERECHO) CON COLCHONETA CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR UN PACIENTE ACOSTADO O TRES SENTADOS CON CINTURONES DE SEGURIDAD, TAPIZ LAVABLE, TAPA REBATIBLE, Y CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS VARIOS, CON UN COMPARTIMIENTO PARA ALMACENAR LA TABLA DE INMOVILIZACION CON BORDES EXTERIORES ROMOS O REDONDEADOS.
- C20 UN (01) ASIENTO PARA PERSONA ASISTENCIAL TIPO BUTACA, UBICADO EN CABECERA DE LA UBICACION DE LA CAMILLA O AL LADO IZQUIERDO DE ESTA, CINTURON DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, APOYO DE CABEZA ACOLCHADO, TAPIZ LAVABLE, ERGONOMICO.
- C21 UNA (01) LAMPARA DE LUZ HALOGENA O LED PARA EXAMEN DEL PACIENTE
- C22 DECLARACION JURADA DE PRESENTACION EN CASO DE OBTENER LA BUENA PRO DE COPIA SIMPLE DE PLANOS ESTRUCTURALES Y ELECTRICOS DE LA CABINA MEDICA, DICHO PLANO DEBE CONTAR CON FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL ING. MECANICO O ING. MECANICO-ELECTRICISTA DEBIDAMENTE HABILITADO AL MOMENTO DE LA PROPUESTA TECNICA
- D ACCESORIOS**
- D01 UNA (01) BARRA DE LUCES DE TECHO TIPO BANDERA DE CUATRO ELEMENTOS, DE LUZ ESTROBOSCOPICA CON LEDS Y ALTAVOZ PARA INTEMPERIE DE 100 WATTS DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE EL CUAL ES SEPARADO Y NO ESTARA INTEGRADO O EN COJUNTO A LA BARRA DE LUCES.
- D02 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION: SOBRE UNIDAD MOVIL SINTONIZADO CON LA CENTRAL DE SU BASE DE OPERACIONES, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL DETALLE DE EQUIPAMIENTO.
- D03 UNA (01) SIRENA ELECTRONICA CON SISTEMA DE MANOS LIBRES.
- D04 SEIS (06) DISPOSITIVOS DE LUCES PERIMETRALES ESTROBOSCOPICAS TIPO LED.
- D05 DOS (02) FAROS DE LUZ HALOGENA O LED MULTIDIRECCIONAL, INSTALADOS A AMBOS LADOS DE CABINA.

- D06 DOS (02) FAROS ANTINEBLA DELANTEROS DE 100 WATTS MINIMO C/U.
- D07 UN (01) JUEGO DE TRIANGULOS DE PELIGRO
- D08 UN (01) EXTINTOR POSRECARGABLE DE 6KG PARA USO AUTOMOTRIZ CON SISTEMA DE ANCLAJE.
- D09 CINTAS REFLECTIVAS CON LA PALABRA AMBULANCIA.
- D10 MICAS ANTI-IMPACTO PARA VENTANAS LATERALES Y POSTERIORES CON ESPESOR NO MENOS DE 12 MICRAS.
- D11 UNA GATA HIDRAULICA DE 3 TN O MEJOR.
- D12 UN CABLE DE REMOLQUE TIPO ESLINGA CON DISTANCIA NO MENOS DE 3 METROS QUE GARANTICE EL ADECUADO REMOLQUE DEL VEHICULO OFERTADO
- D13 UN (01) JUEGO DE CABLE DE EMERGENCIA PARA BATERIA.
- D14 UN (01) FARO DE LUZ PORTATIL CON ALIMENTACION DESDE EL ENCENDEDOR.
- D15 UNA (01) LLAVE DE RUEDAS EN CRUZ.
- D16 DESARMADOR PLANO 10 PULGADAS.
- D17 DESARMADOR ESTRELLA 10 PULGADAS.
- D18 UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS PARA MECANICA DE 8MM A 19MM SEIS PIEZAS MINIMO.
- D19 UN JUEGO DE LLAVES DE DADOS PARA MECANICA CON PALANCA, MILIMETRICAS DE 8MM A 19MM SEIS PIEZAS COMO MINIMO.
- D20 UN RATCHET, UNA PALANCA Y UNA EXTENSION DE DADO CON ENCASTRE DE 1/2" Y 3/4"
- D21 DOS LLAVES FRANCESAS DE 8" Y 12"
- D22 DOS ALICATES UNO DE PRESION DE 10" Y UNO DE CORTE DE 8"
- D23 MEDIDOR DE PRESION DE NEUMATICOS.

E EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO

- E01 EL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO DEBERA SER DEL TIPO PORTABLE Y COMPATIBLE PARA EL USO DENTRO DE UNA AMBULANCIA, INSTALADO DE MANERA SEGURA Y CON DISPOSITIVOS ANTIVIBRATORIOS Y DE FACIL ACCESO Y MANIPULACION, PERMITIENDO ADEMAS SER RETIRADOS DEL VEHICULO EN CASO DE NECESIDAD DE USO FUERA DE LA AMBULANCIA.
- E02 ASPIRADOR DE SECRECIONES 12V DC
- E03 OXIMETRO DE PULSO DE SOBREMESA CON BATERIA RECARGABLE Y 220 VAC
- E04 DESFIBRILADOR MONITOR PORTATIL
- E05 BALON DE OXIGENO FIJO
- E06 BALON DE OXIGENO PORTABLE
- E07 CAMILLA TELESCOPICA
- E08 CHALECO DE EXTRICACION
- E09 ESTETOSCOPIO ADULTO
- E10 ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
- E11 SET OTO-OFTALMOSCOPIO
- E12 JUEGO DE FERULAS
- E13 LINTERNA PARA EXAMEN
- E14 SET DE COLLARINES CERVICALES
- E15 MALETIN DE SOPORTE BASICO DE VIDA
- E16 MALETIN CON MEDICAMENTOS MATERIALES E INSUMOS.
- E17 TABLA RIGIDA
- E18 TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO
- E19 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO
- E20 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL-HF
- E21 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL-VHF
- E22 HANDY



- F** **CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICION**
F01 GARANTIA DE 3 AÑOS
F02 ENTREGA DE MANUALES EN IDIOMA ESPAÑOL

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- A01 CON FILTRO ANTIBACTERIANO.
A02 ASA INTEGRADA AL EQUIPO.
A03 PRESION REGULABLE
A04 CON BAJO DE NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 70 dB.
A05 CAPACIDAD DE SUCCION CONTINUA DE 20 LPM Ó MÁS
A06 UN (01) FRASCO CON CAPACIDAD EFECTIVA DE UN (01) LITRO o MAS.
A07 ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.

B **ACCESORIOS**

- B01 UN (01) FRASCO RECOLECTOR DE REPUESTO
B02 DIEZ (10) CÁNULAS DE SUCCIÓN ADULTOS
B03 DIEZ (10) CÁNULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICAS
B04 DIEZ (10) CÁNULAS DE SUCCIÓN NEONATAL
B05 DIEZ (10) FILTROS ANTIBACTERIANO

C **REQUERIMIENTO DE ENERGIA**

- C01 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC
C02 CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 30 MINUTOS
C03 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 220 V.

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: CAMILLA TELESCÓPICA

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- A01 SISTEMA DE FIJACIÓN AL VEHÍCULO
A02 CAMILLA TELESCÓPICA TIPO TIJERA, X O M.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO



- 387
- A03 MÍNIMO DOS (02) RUEDAS GIRATORIAS.
FRENO EN MINIMO DOS RUEDAS.
- A04 ADOPTA POSICION FOWLER
ADOPTAR POSICIÓN DE TRENDELEMBURG.
- A05 RESPALDAR PLANO PARA SOPORTE RPC O SHOCK.
- A06 DOS BARANDAS LATERALES
- A07 COLCHONETA: SI
- B ACCESORIOS**
- B01 UN (01) PORTA SUERO TELESCÓPICO.
- B02 UN (01) JUEGO DE CORREAS DE SUJECCIÓN PARA PIERNAS, ABDOMEN Y TORAX.

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: CHALECO DE EXTRICACION

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

- A CARACTERÍSTICAS GENERALES**
- A01 DISPOSITIVO PARA LA EXTRICACIÓN Y LA INMOVILIZACIÓN ESPINAL
- A02 REVESTIMIENTO DE PVC
- A03 CUENTA CON CINTURONES
- A04 LOS CINTURONES O CORREAS SON DE DIVERSOS COLORES
- A05 PERMITE LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES
- B ACCESORIOS**
- B01 INCLUYE COJÍN PARA LA ZONA DE LA NUCA
- B02 BOLSA DE TRANSPORTE

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: CILINDRO DE OXIGENO TIPO D

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

- A CARACTERÍSTICAS GENERALES:**
- A01 CON CAPACIDAD DE ALMACENAR MINIMO 420 LITROS DE OXÍGENO.
- A02 MATERIAL DE ALUMINIO, TIPO D.
- A03 VÁLVULA TIPO (CGA-870).

ESPECIFICACIONES TECNICAS
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO


GIANCARLO ANTONY
FIGUEROA OYOLA
Ingeniero Electrónico
CIP N° 801260



A04 REGULADOR
A05 FLUJOMETRO

B ACCESORIOS:

B01 UN (01) VASO HUMIDIFICADOR.
B02 DIEZ (10) MASCARILLAS PARA PACIENTE ADULTO
B03 DIEZ (10) MASCARILLAS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO
B04 DIEZ (10) MASCARILLAS PARA PACIENTE INFANTE O NEONATAL

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: CILINDRO DE OXIGENO TIPO M

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES:

A01 CON CAPACIDAD DE ALMACENAR MINIMO 3,440 LITROS DE OXÍGENO
A02 MATERIAL DE ALUMINIO TIPO M.
A03 VÁLVULA TIPO GRIFO (CGA-540).
A04 MANÓMETRO DE OXÍGENO
A05 DOS (02) FLUJOMETROS

B ACCESORIOS:

B01 DOS (02) HUMIDIFICADORES.
B02 DIEZ (10) MASCARILLAS PARA PACIENTE ADULTO.
B03 DIEZ (10) MASCARILLAS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO.
B04 DIEZ (10) MASCARILLAS PARA PACIENTE INFANTE O NEONATAL.

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: ESTETOSCOPIO ADULTO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES:

A01 ACERO INOXIDABLE
A02 PIEZA DE CONTACTO DOBLE
A03 MEMBRANA BILATERAL
A04 ANILLOS DE PROJECCIÓN CONTRA EL FRÍO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

CARLOS TONY
FIGUEROA OYOLA
Ingeniero Electrónico
CIP N° 301260



A05 SIN LATEX

B ACCESORIOS:

B01 UN PAR DE OLIVAS DE RECAMBIO Y UNA MEMBRANA DE RECAMBIO

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES:

A01 ACERO INOXIDABLE

A02 PIEZA DE CONTACTO DOBLE

A03 MEMBRANA

A04 ANILLOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

A05 SIN LATEX

B ACCESORIOS:

B01 UN PAR DE OLIVAS DE RECAMBIO, UNA MEMBRANA DE RECAMBIO

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: JUEGO DE FÉRULAS

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES:

A01 PARA INMOVILIZAR LOS MIEMBROS

A02 LIGERAS

A03 PARA USO EN ADULTOS Y NIÑOS

A04 IDEALES PARA AMBULANCIA

B ACCESORIOS:

B01 FORMADO POR CINCO PIEZAS

B02 BOLSA DE TRANSPORTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: LINTERNA PARA EXAMEN

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES

- A01 LINTERNA PARA EXAMEN LED
- A02 CLIP TIPO LAPICERO.
- A03 PARA USO MÉDICO.

B ACCESORIOS

- B01 UN (01) JUEGO DE BATERÍAS
- B02 UNA (01) LÁMPARA DE REPUESTO.
- B03 UN CARGADOR PARA BATERÍAS.

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: MALETIN DE MEDICAMENTOS

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES

- A01 MALETÍN DISEÑADO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES LAVABLE Y LIGERO, CON COMPARTIMENTOS QUE PERMITA CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS DE MANERA ORDENADA Y FÁCIL ACCESO.
- A02 PORTÁTIL, DE USO CONSTANTE Y DURABLE.

B COMPONENTES

- B01 EL MALETIN PORTATIL

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- A01 MALETÍN DISEÑADO PARA EMERGENCIAS, COMPLETAMENTE RÍGIDO, LAVABLE, RESISTENTE Y LIGERO, CON ESPACIOS QUE PERMITA CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOLICITADOS DE MANERA ORDENADA Y FÁCIL ACCESO.
- A02 PORTÁTIL, RESISTENTE A GOLPES, CAÍDAS Y USO CONSTANTE, DURABLE.

B COMPONENTES:

- B01 RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTOS:
- B02 BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE.
- B03 DOS MASCARILLAS PARA PACIENTES ADULTOS.
- B04 VÁLVULA DE PACIENTE Y VÁLVULA PEEP.
- B05 RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO:
- B06 BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE.
- B07 DOS MASCARILLAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS.
- B08 VÁLVULA DE PACIENTE Y VÁLVULA DE SEGURIDAD.
- B09 LARINGOSCOPIO:
- B10 CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN, CON TRES HOJAS DE ACERO INOXIDABLE.
- B11 TIPO MACINTOSH: TRES HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES ADULTOS Y UNA HOJA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS
- TIPO MILLER: TRES HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS
- B12 SET DE TUBOS OROFARÍNGEOS: TIPO MAYO DE DIFERENTES TAMAÑOS: MÍNIMO 6 UNIDADES
- B13 SET DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (OROTRAQUEAL CON CUFF): DOCE (12) UNIDADES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS COMO MÍNIMO TRES (03) TAMAÑOS DISTINTOS Y DOCE (12) UNIDADES PARA PACIENTES ADULTOS COMO MÍNIMO TRES (03) TAMAÑOS DISTINTOS.
- B14 VEINTE (20) GUÍAS DESECHABLES.
- B15 SET DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (NASOTRAQUEAL SIN CUFF): DOCE (12) UNIDADES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS COMO MÍNIMO TRES (03) TAMAÑOS DISTINTOS Y DOCE (12) UNIDADES PARA PACIENTES ADULTOS COMO MÍNIMO TRES (03) TAMAÑOS DISTINTOS.
- B16 SET DE TUBOS NASOFARÍNGEOS PREFORMADOS: DOCE (12) UNIDADES: 6 ADULTOS (2 TAMAÑOS DISTINTOS COMO MÍNIMO) Y 6 PEDIÁTRICOS (2 TAMAÑOS DISTINTOS COMO MÍNIMO)
- B17 MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTABLES: CINCO (05) UNIDADES: 2 PEDIÁTRICOS Y 3 ADULTOS.
- B18 01 PINZA TIPO MAGILL PEDIÁTRICO.
- B19 01 PINZA TIPO MAGILL ADULTO
- B20 01 BOTELLA DE ALUMINIO PARA OXÍGENO PORTÁTIL TIPO M-9.



CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: SET DE COLLARINES CERVICALES

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES

- A01 TRES (03) TAMAÑOS COMO MÍNIMO.
- A02 RADIO COMPATIBLE CON RX, TAC Y MRI.
- A03 CON ORIFICIO PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA
- A04 RÍGIDO CON CUBIERTA PLÁSTICA PARCIAL
- A05 TIRA DE VELCRO O CIERRE REGULABLE.

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: TABLA RÍGIDA

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- A01 MATERIAL SINTETICO
- A02 TRASLÚCIDO A LOS RAYOS X.
- A03 PESO LIVIANO MENOR A 9 kg.
- A04 TABLA PARA PACIENTE ADULTO.

B ACCESORIOS

- B01 INMOVILIZADOR DE CABEZA, REUSABLE, IMPERMEABLE, CON FIJACIÓN PARA FRENTE Y MANDÍBULA.
- B02 TRES (03) SUJETADORES PARA PIERNA, CINTURA Y TÓRAX.
- B03 CON CORREA TIPO "ARAÑA" (SPIDER STRAP)

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- A01 SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO ANALÓGICO O TIPO RELOJ, QUE PERMITE VISUALIZAR LOS VALORES EN MMHG.
- A02 PIEZAS RECAMBIABLES

B COMPONENTES:

- B01 MANÓMETRO DE PRESIÓN NO ADHERIDO AL BRAZALETE CON ESCALA DE LECTURA DE 0 A 300 mm Hg.
- B02 PERILLA DE GOMA.
- B03 VÁLVULA DE AJUSTE FINO
- B04 DOS (02) BRAZALETES DE TELA REUSABLES CON SUJETADOR TIPO VELCRO:
- UNO (01) PARA PACIENTE ADULTO: TALLA GRANDE
 - UNO (01) PARA PACIENTE ADULTO: TALLA ESTÁNDAR
- B05 ESTUCHE PARA TRASLADO Y PROTECCIÓN.

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- A01 SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO ANALÓGICO O TIPO RELOJ, QUE PERMITE VISUALIZAR LOS VALORES EN MMHG.
- A02 PIEZAS RECAMBIABLES

B COMPONENTES:

- B01 MANÓMETRO DE PRESIÓN NO ADHERIDO AL BRAZALETE CON ESCALA DE LECTURA DE 0 A 300 mm Hg.
- B02 PERILLA DE GOMA.
- B03 VÁLVULA DE AJUSTE FINO
- B05 DOS (02) BRAZALETES DE TELA REUSABLES CON SUJETADOR TIPO VELCRO:
- UNO (01) PARA PACIENTE PEDIÁTRICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO



- UNO (01) PARA PACIENTE INFANTE
- B06 ESTUCHE PARA TRASLADO Y PROTECCIÓN.

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- A01 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EQUIPO ITINERANTE.
- A02 EQUIPO DE USO COMERCIAL EN EL RANGO DE 136-174 MHz.
- A03 NÚMERO DE CANALES: MÍNIMO 20 PROGRAMABLES.
- A04 BOTONES PROGRAMABLES.
- A05 SCANNER. EXPLORADOR DE CANALES.
- A06 BLOQUEO DE CANAL OCUPADO.
- A07 ESTÁNDAR MILITAR (REFERIDO A POLVO, RUIDO Y HUMEDAD EN SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN)
- A08 LLAMADA SELECTIVA (OPCIONAL)
- A09 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PRIVADA CON CERTIFICACIÓN DE HOMOLOGACIÓN OTORGADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL PERÚ.

B COMPONENTES:


- B01 TRANSMISOR
- B02 POTENCIA DE SALIDA 45 WATTS COMO MÍNIMO.
- B03 RECEPTOR
- B04 POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO: MAYOR DE 2 WATTS
- B05 ANTENA MÓVIL
- B06 ANTENA MÓVIL TIPO VHF

C ACCESORIOS:

- C01 CLIP COLGADOR DE MICRÓFONO.
- C02 KIT DE MONTAJE PARA SER INSTALADA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA: CABLES DE ALIMENTACIÓN Y FUSIBLES DE REPUESTO.

D REQUERIMIENTO DE ENERGIA:

- D01 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ADAPTABLE AL VEHÍCULO


GIANCARLO ANTONY
FIGUEROA OYOLA
Ingeniero Electrónico
CIP Nº 301260



CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: HANDY

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- A01 DOS (02) HANDY EN FRECUENCIA VHF DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL.
- A02 POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA 5.0 WATTS
- A03 COBERTURA EN FRECUENCIA DE 136 A 174 MHZ.
- A04 EL EQUIPO ESTARÁ PRESINTONIZADO CON LAS FRECUENCIAS RADIALES DEL MINISTERIO DE SALUD TX/RX: 166.930 MHz, 170.610 MHz, 171.930 MHz, 160.625 MHz.
- A05 SCANER DE CANALES.
- A06 DISPLAY LCD, ALFANUMÉRICO CON BACKLIGHT.
- A07 CON CODIFICADOR DE DTMF.
- A08 VEINTE (20) CANALES DE MEMORIA COMO MÍNIMO.

B ACCESORIOS:

- B01 CARGADOR DE BATERÍA DE MESA.
- B02 CARGADOR DE BATERÍA DE VEHÍCULO.
- C REQUERIMIENTO DE ENERGIA:
- C01 BATERÍA RECARGABLE.

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES

- A01 PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL.
- A02 VISUALIZACIÓN DE ONDA PLETISMOGRÁFICA.
- A03 PARAMETROS DE MEDICION:
- A04 SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO (SPO2): DEL 70% O MENOS AL 99% O MÁS.
- A05 FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 30 BPM A 230 BPM O RANGO DE MAYOR AMPLITUD.
- A06 RESOLUCION:
- A07 SATURACION (SPO2%): +/- 3% O MÁS PRECISO.
- A08 PULSE RATE (BPM): 1BPM.
- A09 ALARMAS AUDIOVISUALES:
- A10 DE SpO2, NIVEL ALTO Y BAJO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO



- A11 DE BPM, NIVEL ALTO Y BAJO
A12 INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERIA.

B ACCESORIOS:

- B01 TRES (03) SENSOR REUSABLES TAMAÑO ADULTO, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO.
B02 DOS (02) SENSOR REUSABLES TAMAÑO PEDIATRICO, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO.
B03 UN (01) SENSOR REUSABLE NEONATAL O SEIS DESCARTABLES.

C REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:

- C01 FUENTE DE BATERIA INCORPORADA RECARGABLE AUTONOMIA DE 04 HORAS COMO MINIMO.

CODIGO:

DENOMINACION DEL EQUIPO: MONITOR DESFIBRILADOR PORTÁTIL

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA URBANA TIPO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- A01 DESFIBRILADOR CON MONITOR MULTIFUNCIONAL
A02 MONITOREO DE ECG CON 3/5 DERIVADAS
A03 ALMACENAMIENTO DE DATOS DE MINIMO 50 PACIENTES Y 150 EVENTOS
A04 TECNOLOGIA BIFASICA AVANZADA CON 360 JOULES
A05 MODO DE SELECCIÓN DEL DESFIBRILADOR: MANUAL, AED ESTIMULACION NO INVASIVA Y MODO MONITOR
A06 PANTALLA TFT LCD DE TAMAÑO 7" DIAGONAL
A07 RESOLUCIÓN DESDE 800 X 480 PÍXELES
A08 EN DESFIBRILACION VISUALIZACION DEL VALOR NUMERICO DE LA ENERGIA SELECCIONADA Y LIBERADA

B DESFIBRILACION

- B01 FORMA DE ONFA BIFASICA
B02 SELECCIÓN DE ESCALA: AUTOMÁTICO CON LA SELECCIÓN DE PALETAS
B03 TIEMPO DE CARGA A 360 J DE <7 SEGUNDOS CON EL VOLTAJE PRINCIPAL MARCAPASO
B04 MODO DE MARCAPASO DEMANDA
B05 FRECUENCIA DE MARCAPASO DE 30 PPM HASTA 210 PPM
B06 ANCHO DE PAPEL: 50 MM APROX.

C COMPONENTES

- C01 DOS CABLES ECG DE 03 RAMALES
C02 DOS CABLES ECG DE 05 RAMALES.

D REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- D01 CAPACIDAD PARA TRABAJAR 220 V.
D02 BATERIA MINIMO 2.5 HORAS


GIANCARLO ANTONY
FIGUEROA OYOLA
Ingeniero Electrónico
CIP Nº 301260

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO