

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) Adquisición de Materiales e Insumos de Laboratorio para Banco de Sangre con equipo en cesión de uso para para la Red Asistencial de Moyobamba, por un periodo de 12 meses - Item paquete						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03 de Octubre 2024				
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de Materiales e Insumos de Laboratorio para Banco de Sangre con equipo en cesión de uso para para la Red Asistencial de Moyobamba, por un periodo de 12 meses - Item paquete				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Atención de pacientes en el Servicio de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento del Hospital I Alto Mayo				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	1870 - 2024				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	No aplica			
		Documento que declaró la viabilidad	No aplica			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Mediante Memorando nº 152-UPCRM-D-RAMOY-ESSALUD-2024		Fecha de recepción	3/06/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	-
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		El mercado ha demostrado que el agrupamiento de los bienes no afecta la pluralidad de marcas y postores y ser con equipo en cesión en uso. Para la entidad resulta más eficiente, ejecutar una sola contratación que ejecutar contrataciones independientes, en términos de calidad, precio y tiempo que efectuar contrataciones por separado, así como		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		No plica	Fecha de aprobación	No aplica
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		No plica	Fecha de inicio de vigencia	No aplica
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

Adquisición de Materiales e Insumos de Laboratorio para Banco de Sangre con equipo en cesión de uso para para la Red Asistencial de Moyobamba, por un periodo de 12 meses - Ítem paquete

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1				17/06/2024	4	Memorando Nro. 467-UIHYS-OA-RAMOY-ESSALUD-2024	17/06/2024
<p>1. CONSULTA 1: La Entidad precisa que no requiere el software externo, por ello entendemos que no se entregaría computadoras, servidor y/o cableado para la implementación del software externo. Con la finalidad de evitar confusión en los postores, solicitamos a la Entidad sirva precisar si nuestro entender es correcto.</p> <p>2. CONSULTA 2: Al revisar el punto "C Folletería, insertos catálogos, instructivos, brochures o manuales" en la parte de ACCESORIOS indican que los controles internos deben tener 3 niveles a mas. Cuando solicitan que el control de calidad interno deba tener 3 niveles a más ENTENDEMOS que hacen referencia a que el material de control proporcionado por el fabricante de reactivos deba constar de 3 a mas tubos de control de calidad. Por lo cual solicitamos a la entidad SIRVA PRECISAR si nuestro entender es correcto.</p> <p>3. CONSULTA 3: Al revisar la especificaciones técnicas de los equipos en cesión en uso, solo encontramos características de las especificaciones para el MODULAR PARA INMUNOHEMATOLOGIA EN COLUMNA. Debemos entender que para la metodología de Adherencia en fase sólida /aglutinación en Microplaca el equipo requerido sería MODULAR PARA INMUNOHEMATOLOGIA EN MICROPLACA, de acuerdo a las especificaciones del IETSI. Por lo cual solicitamos a la Entidad SIRVA PRECISAR si nuestro es correcto</p> <p>Al revisar las especificaciones del requerimiento del requerimiento, entendemos que existe un error tipografico al aceptar reactivos y control de calidad internos de una marca diferente y compatibles con el equipo en cesión en uso. Ya que, esta práctica en el laboratorio y/o banco de sangre conlleva a un estudio y/o validación del procesamiento para usar reactivos, controles y demás insumos diferentes a la marca del equipo. Por ello entendemos que los reactivos, controles y de mas insumos deben ser de la misma marca del equipo en cesión en uso para asegurar el óptimo desempeño de las pruebas, sin perjuicio del paciente. Y en el caso se permita la utilización de controles y reactivos de diferente marca, se debería adjuntar el estudio de validación del procedimiento en la etapa de presentación de ofertas. Por lo cual solicitamos a la entidad SIRVA PRECISAR si nuestro entender es correcto.</p>								

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1					4	NOTA Nº 55-LAB-AYDX/TTO-D-HIAM-RAMOY-ESSALUD-2024	22/06/2024
<p>Respuesta Consulta 1: El Area Usuaría luego de analizadas la consulta aclara. No se requiere del software externo: Software con interfaz e interconexión operativa al sistema de salud del centro asistencial, tal como lo explica en los RTM</p> <p>Respuesta Consulta 2: El Area Usuaría luego de analizada la consulta aclara que es correcto su entender, que el material de control proporcionado por el fabricante de reactivos debe tener 3 a mas tubos de control interno de calidad (Grupo sanguíneo globular ABO, inverso; Rh/kell, detección de anticuerpo irregulares, identificación de anticuerpo irregulares, pruebas de compatibilidad y Coombs Directo) de acuerdo a la metodología del equipo en cesión en uso.</p> <p>Respuesta Consulta 3: El Area usuaria luego de analizada la consulta aclara, que las características técnicas mínimas de equipo en cesión en uso para Banco de Sangre deber de tipo Modular para inmunohematología en columna conformado por una centrífuga de tarjeta, incubador y lector de tarjeta como indica la ficha técnicas de IETSI.</p> <p>Respuesta Consulta 4: El Area usuaria luego de analizada la consulta aclara que es correcto su entender, que los reactivos, controles, soluciones, complementos y otros (kit) deben ser de la misma marca del equipo en cesión en uso que permitan la realización completa de la prueba para asegurar el procedimiento de control de calidad en el laboratorio de inmunohematología</p>								



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) Adquisición de Materiales e Insumos de Laboratorio para Banco de Sangre con equipo en cesión de uso para para la Red Asistencial de Moyobamba, por un periodo de 12 meses - Item paquete				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO			
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento		
	1	Usuario presenta nueva version de RTM		
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/07/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO -
	Con la Fuente de precios historicos de la Entidad, Pag web SEACE y la fuente Cotizaciones, se determina que se cuenta con la pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO -
	Con la Fuente de precios historicos de la Entidad, Pag web SEACE y la fuente Cotizaciones, se determina que se cuenta con la pluralidad de marcas proveedores que cumplen con el requerimiento.			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-	NO X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.			
4	 HERBERT SILVA NORIEGA Jefe Unidad Adquisiciones Ing Hospitalaria y Servicios Red Asistencial Moyobamba Essalud			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			