

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOSEROLOGIA EN BANCO DE SANGRE QUE INCLUYA EQUIPOS EN MODALIDAD COMODATO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMAN BARRON¿

Ruc/código : 20563090805

Nombre o Razón social : BIOASSAY PERU S.A.C.

Fecha de envío : 18/06/2025

Hora de envío : 14:26:36

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Página 28. Capítulo III. 5.1.2 Características técnicas del insumo

En REACTIVOS PARA INMUNOSEROLOGÍA EN BANCO DE SANGRE, N°04 KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTI CORE TOTAL MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA indican que la PRESENTACIÓN: Ensayo competitivo y/o no competitivo.

Se sabe que en el mercado existen metodologías competitivas y no competitivas para dicha determinación. La metodología competitiva garantiza mayor seguridad, detecta más casos potencialmente infecciosos y es eficiente para tamizajes masivos debido a su eficiencia y confiabilidad en banco de sangre, asegurando un correcto tamizaje y evitando la contaminación y transmisión de la enfermedad. Esta metodología está presente en varias marcas del mercado e instaladas en áreas de banco de sangre a NIVEL NACIONAL.

Se solicita al comité de selección ACEPTAR únicamente una metodología de QUIMIOLUMINISCENCIA CONVENCIONAL COMPETITIVA, fundamentada anteriormente con los beneficios de esta en banco de sangre

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a su consulta para poder tener mas pluraridad de postores y garantizar la libre concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOSEROLOGIA EN BANCO DE SANGRE QUE INCLUYA EQUIPOS EN MODALIDAD COMODATO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMAN BARRON¿

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:26:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Página 30. Capítulo III. 5.1.3 Características técnicas del equipo comodato
Dentro de las características del equipo en cesión de uso indican: USO DE PUNTERAS DESCARTABLES PARA PIPETEO DE MUESTRAS O SIN RIESGO DE ARRASTRE MUESTRA A MUESTRA O UN ARRASTRE MENOR A 0.1 PARTES PPM Y/O AGUJA DE TITANIO PARA PIPETEO DE MUESTRAS.
En lo expuesto, se entiende que el uso de punteras descartables es una característica OPCIONAL, siempre y cuando se garantice un arrastre menor a 0.1 partes por millón, indicando en las características del equipo a ofertar.
Se solicita al comité ACLARAR si es correcto nuestro entendimiento y PRECISAR que el uso de punteras descartables es OPCIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.3 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que es OPCIONAL el uso de punteras descartables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.1.3 Características técnicas del equipo comodato
Dentro de las características del equipo en cesión de uso indican: - USO DE PUNTERAS DESCARTABLES PARA PIPETEO DE MUESTRAS O AGUJA DE TITANIO PARA PIPETEO DE MUESTRAS. SIN RIESGO DE ARRASTRE MUESTRA A MUESTRA O UN ARRASTRE MENOR A 0.1 PARTES PPM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOSEROLOGIA EN BANCO DE SANGRE QUE INCLUYA EQUIPOS EN MODALIDAD COMODATO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMAN BARRON¿

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:26:36

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Página 30. Capítulo III. 5.1.3 Características técnicas del equipo comodato

Dentro de las características del equipo en cesión de uso indican: USO DE PUNTERAS DESCARTABLES PARA PIPETEO DE MUESTRAS O SIN RIESGO DE ARRASTRE MUESTRA A MUESTRA O UN ARRASTRE MENOR A 0.1 PARTES PPM Y/O AGUJA DE TITANIO PARA PIPETEO DE MUESTRAS.

En el mercado, existen analizadores con una tasa de contaminación menor a 10⁻⁵, que es un equivalente a un arrastre menor a 0.1 partes por millón.

Se solicita al comité ACEPTAR una TASA DE CONTAMINACIÓN MENOR A 10⁻⁵, en concordancia con el Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.3 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que es equivalente a las especificaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOSEROLOGIA EN BANCO DE SANGRE QUE INCLUYA EQUIPOS EN MODALIDAD COMODATO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMAN BARRON¿

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:48:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Página 18.Capítulo II. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, 2.1.2. Documentación de presentación facultativa En el apartado 2.1.2.3. que a la letra dice ¿En el caso del factor de evaluación ¿precio¿ para acreditarlo se presenta el formato de oferta económica (Anexo N° 7). En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, presentan adicionalmente una Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 13). Solicitamos aclarar dicho párrafo ya que en las bases, en el apartado de los ANEXOS, el Anexo N° 7, indican que es para AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS ¿ PROVEEDORES MYPES (DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.1.2.3 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para la presentacion de su oferta tomar en cuenta los anexos contemplados en la parte final de las bases, dado que el formato de las bases estandarizadas tienen errores tipograficos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOSEROLOGIA EN BANCO DE SANGRE QUE INCLUYA EQUIPOS EN MODALIDAD COMODATO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMAN BARRON¿

Ruc/código :	20472172701	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSAL SD S.A.C.	Hora de envío :	19:44:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAP III REQUERIMIENTO pag. 30 NUMERAL 5.1.3 Características técnicas del equipo comodato EQUIPO PARA REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGIA

En las bases solicitan:

CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS:

- Control interno independiente: Suero de Control interno independiente provisto con programa interlaboratorial

Solicitamos amablemente puedan considerar el Control interno independiente: Suero de Control interno independiente provisto con programa interlaboratorial como OPCIONAL y así permitir la participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1.3 **Literal:** CAP III **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a su consulta , ya que el Programa Interlaboratorial es necesario para la mejora del Servicio de Banco Sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ¿ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOSEROLOGIA EN BANCO DE SANGRE QUE INCLUYA EQUIPOS EN MODALIDAD COMODATO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMAN BARRON¿

Ruc/código :	20472172701	Fecha de envío :	18/06/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSAL SD S.A.C.	Hora de envío :	19:44:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CAP III REQUERIMIENTO pag. 30 NUMERAL 5.1.3 Características técnicas del equipo comodato EQUIPO PARA REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGIA

En las bases solicitan:

CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS:

- Programa de evaluación externa de calidad, de frecuencia mensual. Con paneles de 2 o más muestras control para los siete marcadores de banco de sangre

Solicitamos amablemente puedan considerar: Con paneles de 1 o más muestras control para los siete marcadores de banco de sangre y así permitir la participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1.3 **Literal:** CAP III **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a su consulta, se considerará panel de 1 o mas muestras de control para los siete marcadores de banco de sangre

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.1.3 Características técnicas del equipo comodato EQUIPO PARA REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGIA

En las bases solicitan:

CONSUMIBLES, CALIBRADORES, CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS: -

Programa de evaluación externa de calidad, de frecuencia mensual. Con paneles de 1 o más muestras control para los siete marcadores de banco de sangre