

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UE 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ- SICUANI - CANCHIS

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UE 409 HACR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA UE 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:29:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el plazo de entrega se indica: Los bienes de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de entrega será de 10 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se consulta al comité de selección en coordinación con el área usuaria, precise que la entrega será en 10 días calendarios contados al partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.

Asimismo, indicar si es ÚNICA ENTREGA, y de no se así compartir el cronograma de entregas.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1.9      Literal: entrega      Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los bienes de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de entrega será de 10 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Comité De Selección Bajo La Opinion Del Area Usuaria, el cómputo del plazo se inicia desde el día de recepción de la orden de compra

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UE 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ- SICUANI - CANCHIS		
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-UE 409 HACR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA UE 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ		

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:29:49

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

En el mencionado literal no se especifica con exactitud las características de los insumos de laboratorio a acreditar por el postor.  
Se consulta al comité de selección en coordinación con el área usuaria, precise si la acreditación para los insumos de laboratorio será: ¿Descripción, metodología y presentación?, y éstas serán acreditadas con manuales, y/o folletos y/o brochures y/o insertos y/o catálogos y/o cartas del fabricante o sólo bastará con la presentación del Anexo 3: ¿Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** e    **Página:** 17  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

consulta al comité de selección en coordinación con el área usuaria, precise si la acreditación para los insumos de laboratorio será: ¿Descripción, metodología y presentación?, y éstas serán acreditadas con manuales, y/o folletos y/o brochures y/o insertos y/o catálogos y/o cartas del fabricante o sólo bastará con la presentación del Anexo 3: ¿Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, incluirea en el numeral 2.2.1.1 literal e pag 17. respecto a:

- Folleto, o manual, o instructivo, o catálogo, o brochure, o ficha técnica u otro documento técnico similar, emitido por el fabricante del bien ofertado. Sin embargo, en caso los documentos antes mencionados no detallasen todas las características o especificaciones técnicas establecidas, podrá acompañarse una ficha u hoja técnica emitida por el postor
- Hoja Técnica de sustento de cumplimiento de Especificaciones Técnicas, indicando la marca, modelo, procedencia y año de fabricación.
- Carta emitida por el postor indicando que cuenta con una mesa de ayuda con gestión de ticket, explicando la forma de acceder a dicho servicio y señalando el enlace web, nombre de contacto, teléfono y correo. Así mismo indicar el diagrama de proceso de atención al cliente.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UE 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ- SICUANI - CANCHIS

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-UE 409 HACR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA UE 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:29:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Pág.: 23-25:

Se indica en la vigencia de insumos de laboratorio: Debarán tener una fecha de vencimiento mayor a 02 años.  
Se consulta al comité de selección en coordinación con el área usuaria, se precise que las vigencias o fecha de expiración de los insumos de laboratorio sean menores de 12 meses de caducidad o menor a 12 meses con carta de compromiso de canje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica en la vigencia de insumos de laboratorio: Debarán tener una fecha de vencimiento mayor a 02 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, acepta el plazo de vigencia de expiración de los insumos de laboratorio sean mayores de 10 meses de caducidad mas una carta obligatoria de compromiso de canje.