

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código : 20512253769

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : KS INTERNATIONAL GROUP SAC

Hora de envío : 11:21:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE POR FAVOR INDICAR SI LAS PLANTAS DE OXIGENO 1 Y 2 SE ENCUESTRAN

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 4.1

Literal: 4.1

Página: 2025

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, precisa que las plantas objeto de la presente convocatoria no se encuentran operativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20512253769	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	KS INTERNATIONAL GROUP SAC	Hora de envío :	11:21:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE POR FAVOR INDICAR QUE NIVEL DE PUREZA PRESENTA LAS PLANTAS DE OXIGENO 1 Y 2

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 4.1 Literal: 4.1 **Página:** 2025

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, precisa que, el nivel de pureza del oxígeno que producen las plantas objeto de la presente convocatoria deben cumplir con los parámetros de pureza establecidos en el reglamento de la Ley N° 31113, Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20512253769	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	KS INTERNATIONAL GROUP SAC	Hora de envío :	11:21:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE POR FAVOR CONFIRMAR SI SE DEBE PRESENTAR PROPUESTA PARA AMBAS PLANTAS O SE PUEDE PRESENTAR A LA QUE EL POSTOR DESEE PARTICIPAR

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 4.1 Literal: 4.1 **Página:** 2025

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que deberá presentar propuesta al ítem que desea participar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20512253769	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	KS INTERNATIONAL GROUP SAC	Hora de envío :	11:21:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL COMITE POR FAVOR SE PUEDA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA IN SITU PARA UNA MEJOR EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 4.1 **Literal:** 4.1 **Página:** 2025

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que los términos de referencia del presente proceso de selección se han basado e informe de diagnostico del estado situacional de las plantas de oxigeno en el que se a plasmado sus acciones y actividades que requieren para su recuperación, por lo que sírvase acogerse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20512253769	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	KS INTERNATIONAL GROUP SAC	Hora de envío :	14:49:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: SE CONSULTA AL COMITE DE SELECCION SI SE PUEDE PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA INDICANDO QUE SE POSEE LAS HERRAMIENTAS SOLICITADAS COMO EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** B **Página:** B1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, precisa que deberá acogerse a lo solicitado para acreditar el equipamiento, debido a que el mismo OSCE a establecidos los documentos a presentarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En los numerales de los tdr se saltan del 6 al 9, es importante mantener un orden de correlatividad ya que no se puede saber si fue un error material en la numeración o un error en la digitalización de los TDR y por ende se esta limitando la información completa

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 7-8 **Literal:** * **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que a existido un error en el correlativo pero la información que se ha consignado y que la entidad a creído conveniente se encuentra completa, sírvase acogerse a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En los numerales de los tdr se saltan del 6 al 9, es importante mantener un orden de correlatividad ya que no se puede saber si fue un error material en la numeración o un error en la digitalización de los TDR y por ende se esta limitando la información completa

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 7-8 **Literal:** * **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que a existido un error en el correlativo pero la información que se ha consignado y que la entidad a creído conveniente se encuentra completa, sírvase acogerse a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿El plazo indicado corresponde solo al ítem 2 o a ambos ítems ya que el ítem 1 no cuenta con plazo de ejecución?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 14 **Literal:** * **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, precisa que deberá hacer una mejor lectura de las bases de la presente convocatoria debido que se ha establecido claramente el plazo de ejecución del presente servicio es de 35 días calendarios para ambos ítems

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿Cuál es el plazo de ejecución del ítem 1? ya que no se menciona

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** * **Literal:** * **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, precisa que deberá hacer una mejor lectura de las bases de la presente convocatoria debido que se ha establecido claramente el plazo de ejecución del presente servicio es de 35 días calendarios para ambos ítems

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Precisar a través de que o cuales medios se presentara el entregable, ya que podría ser a través de correo electrónico, mesa de partes virtual o mesa de partes física, así mismo de ser mesa de partes física precisar la dirección y horarios de atención.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 9 Literal: 9.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara Que toda la documentación para la ejecución contractual deberá ser a través de MESA DE PARTES de AV. GRAU ¿ CHUUCANAS S/N ¿ AA.HH. SAN MARTIN (ESQUINA GRAU COM CHULUCANAS) PIURA ¿ PIURA ¿ VEINTISEIS DE OCTUBRE. tal como se a consignado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Precisar a través de que o cuales medios se presentara el entregable, ya que podría ser a través de correo electrónico, mesa de partes virtual o mesa de partes física, así mismo de ser mesa de partes física precisar la dirección y horarios de atención.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 12 Literal: * Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara Que toda la documentación para la ejecución contractual deberá ser a través de MESA DE PARTES de AV. GRAU ¿ CHUUCANAS S/N ¿ AA.HH. SAN MARTIN (ESQUINA GRAU COM CHULUCANAS) ´PIURA ¿ PIURA ¿ VEINTISEIS DE OCTUBRE. tal como se a consignado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Precisar el plazo para la presentación del entregable, ya que no se precisar si este se entregara dentro del plazo de ejecución del servicio o posterior y de ser el caso hasta cuantos dias calendario posteriores ala culminación

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 12 Literal: * **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que es entrega única y deberá ser presentado dentro del pazo de ejecución del presente servicio en ambos ítems, bajo apercibimiento de aplicar penalidad conforme a ley.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Precisar el plazo para la presentación del entregable, ya que no se precisar si este se entregara dentro del plazo de ejecución del servicio o posterior y de ser el caso hasta cuantos dias calendario posteriores ala culminación

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 9 **Literal:** 9.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que es entrega única y deberá ser presentado dentro del pazo de ejecución del presente servicio en ambos ítems, bajo apercibimiento de aplicar penalidad conforme a ley

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Precisar si los servicios se realizaran de forma simultanea, lo que conllevaría a un desabastecimiento probable de oxígeno, o de forma secuencial, ya que ello influirá en el plazo total de la ejecución del servicio

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** * **Literal:** * **Página:** *

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara deberá observar el plazo establecido en la presente convocatoria, debido a que las plantas se encuentran inoperativas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Precisar si el precio de la oferta será por ítems o global

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** * **Literal:** * **Página:** *

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que la convocatoria esta compuesta por dos (02) ítems, por lo que deberá presentar su oferta al ítem que desee participar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

precisar el número de líneas rígidas de cobre a cambiar por mangueras, toda vez que ello afecta directamente el precio ofertado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, señala que el numero de líneas rígidas de cobre a cambiar por mangueras son dieciséis (16 por cada planta)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

precisar el número de líneas rígidas de cobre a cambiar por mangueras, toda vez que ello afecta directamente el precio ofertado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, señala que el numero de líneas rígidas de cobre a cambiar por mangueras son dieciséis (16 por cada planta)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO N°01 Y N°03 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2

Ruc/código :	20603929102	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO REDES DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:34:45

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Con el fin de garantizar la calidad del servicio se recomienda solicitar que el jefe de servicio sea un ingeniero habilitado y colegiado

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: B.3 Literal: B.3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara el jefe del servicio deberá estar colegiado y habilitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null