

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20538122018	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	TAI TEC SOLUTIONS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TAI TEC SOLUTIONS S.R.L.	Hora de envío :	21:44:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION A FIN DE QUE HAYS UNA MAYOR PARTICIPACION EN MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN MEJORA 2 : EL POSTOR OFERTA BANDEJA DE LA OPTICA DE LA MISMA MARCA QUE LAS PINZAS Y LA OPTICA , ASIMISMO OFERTA OPTICA COMPATIBLE A ADAPTADORES PARA DIFERENTES MARCAS DE CABLE DE FIBRA OPTICA, SOLICITAMOS QUE SE AMPLIE QUE NO SE DIRECCIONE A LA MARCA Y NO SE LIMITE AL MERCADO EL POSTOR OFERTA BANDEJA DE LA OPTICA STANDAR A FIN DE HAYA PLURARIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** C **Literal:** E **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. Por tanto el comité de selección en coordinación con el Área Usuaria resuelve acoger parcialmente su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN LAS BASES:

MEJORA 2: el postor oferta bandeja de la óptica de la misma marca que la óptica, asimismo oferta óptica compatible a adaptadores para diferentes marcas de cable de fibra óptica

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20600754069

Nombre o Razón social : IMPORT MEDISA S.A.C.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 23:16:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN LAS PAGINA 22,23 EN LOS ITEMS B07, B08, B09, B10 DICE:

- EJE GIRATORIO 360°
- VASTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE ELECTRICO OSCURO HASTA LA ARTICULACION DE LAS MANDIBULAS
- CON CONEXIÓN A MONOPOLAR (TIPO PIN MACHO)
- VASTAGO CON O SIN ACODAMIENTO MANGO ERGONOMICO, CON SISTEMA DE FIJACION (CREMALLERA)
- DESMONTABLE EN 2 A MAS PARTES QUE PERMITA SU LIMPIEZA Y CAMBIO DE INSERTOS
- AUTOCLAVABLE
- COMPATIBLE CON PROCESOS DE LAVADO, DESINFECCION Y ESTERILIZACION
- TIPO: METZENBAUM CURVA
- DIAMETRO: 5 MM
- LONGITUD: 30 ¿ 40 CM

CONSULTA: EN BENEFICIO DEL ARTEA USUARIA, PARA LA MANIPULACION DURANTE LA INTERVENCION QUIRURGICA DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EL COMITÉ ACEPTARA ESTE CAMBIO.

- EJE GIRATORIO 360°
- VASTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE ELECTRICO OSCURO HASTA LA ARTICULACION DE LAS MANDIBULAS
- CON CONEXIÓN A MONOPOLAR (TIPO PIN MACHO)
- CON DISEÑO ERGONOMICO DE LA PARTE MAS CRITICA ¿EL ANILLO¿ CON SISTEMA DE FIJACION (CREMALLERA)
- MANGOS CON MAYOR AREA DE CONTACTO
- MAS SUPERFICIE MENOR PRESION
- DESMONTABLE EN 2 A MAS PARTES DISEÑO MODULAR QUE PERMITA UNA MAXIMA HIGIENE O SU LIMPIEZA Y CAMBIO DE INSERTOS O VARIABILIDAD PARA LA AMPLIA GAMA.
- AUTOCLAVABLE
- COMPATIBLE CON PROCESOS DE LAVADO, DESINFECCION Y ESTERILIZACION
- TIPO: METZENBAUM CURVA
- DIAMETRO: 5 MM

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 0

Literal: 0

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. Por tanto el comité de selección en coordinación con el Área Usuaria resuelve acoger parcialmente aclarando su consulta A).- en el ítem B07 .- Pinza de agarre (GRASPER) y B08 .- Pinza de agarre (ENDO-CLINCH) Por error del Típo se ha consignado el punto "METZENBAUM CURVA" esta función corresponde a la tijera y no a las pinzas. debiéndose suprimir el punto 8 de los ítem B07 y B08. B).- en el PUNTO 8 del ítem B09 se mantiene el término "TIPO KELLY", Asimismo en el ítem B10 se mantiene el término "TIPO METZENBAUM CURVA" y C).- Ampliar dos puntos las EE.TT. En los 4 ítem (B07,B08,B09 Y B10) en respuesta a su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN LAS BASES: (SE ADJUNTA ABSOLUCION UN ANEXO)
A).- ÍTEM B07 y B08 B).- ÍTEM B09 y B10 C).- SE AMPLIA LAS EE.TT. EN LOS 4 ÍTEM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

EJE GIRATORIO 360°

VASTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE ELECTRICO OSCURO HASTA LA ARTICULACION DE LAS MANDIBULAS

-CON CONEXIÓN A MONOPOLAR TIPO PIN MACHO (no incluye en el ítem B07 y B08)

- DISEÑO CON MANGO AISLADO Y ERGONOMICO DE LA PARTE MAS CRITICA (EL ANILLO) CON SISTEMA DE FIJACION (CREMALLERA) (no incluye en el ítem B09 y B10)

- MANGO CON MAYOR AREA DE APOYO PARA LOS DEDOS, PARA HACER MENOR PRESION

- DESMONTABLE EN 2 A MAS PARTES QUE PERMITA SU LIMPIEZA Y CAMBIO DE INSERTOS

- AUTOCLAVABLE

- COMPATIBLE CON PROCESOS DE LAVADO, DESINFECCION Y ESTERILIZACION

- DIAMETRO: 5 MM

- LONGITUD: 30 - 40 CM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20600754069

Fecha de envío : 25/08/2023

Nombre o Razón social : IMPORT MEDISA S.A.C.

Hora de envío : 23:16:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA 24 EN EL ITEM B12 DICE:

- ESTERILIZACION POR AUTOCLAVE
- COMPATIBLE PARA DESINFECCION DE DAN
- SISTEMA DE AMPLIA VISION
- OPTICA DE 10 MM DE DIAMETRO
- OPTICA DE 30°
- COMPATIBLE CON PROCESO DE LAVADO, DESINFECCION Y ESTERILIZACION.

Observamos esta característica, ya que ellas cumplen los equipos de deterioro rápido y por su importancia deberían de cumplir como mínimo estas características, en beneficio del área Usuaría dando mayor vida útil al equipo que se oferta. Debiéndose ampliar las especificaciones técnicas mínimas a la óptica. De la siguiente manera

- ESTERILIZACION POR AUTOCLAVE
- COMPATIBLE PARA DESINFECCION DE DAN
- SISTEMA DE AMPLIA VISION FOROBLICUA PANORAMICA 30°
- CON REVESTIMIENTO ANTIREFLEJO PARA UNA VISIBILIDAD BRILLANTE
- CON VIDRIO DE ZAFIRO QUE PROTEGE EL OCULAR CONTRA RAYADURAS
- CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO.
- OPTICA DE 10 MM DE DIAMETRO
- OPTICA DE 30°
- COMPATIBLE CON PROCESO DE LAVADO, DESINFECCION Y ESTERILIZACION.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. Por tanto el comité de selección en coordinación con el Área Usuaría resuelve acoger su consulta, AMPLIANDO LAS EE.TT. en el ITEM B12 en beneficio del Área Usuaría

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN LAS BASES: Pagina 26 en el ITEM B12

- ESTERILIZACION POR AUTOCLAVE
- COMPATIBLE PARA DESINFECCION DE DAN
- SISTEMA DE AMPLIA VISION FOROBLICUA PANORAMICA 30°
- CON REVESTIMIENTO ANTIREFLEJO PARA UNA VISIBILIDAD BRILLANTE
- CON VIDRIO DE ZAFIRO QUE PROTEGE EL OCULAR CONTRA RAYADURAS
- CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO.
- OPTICA DE 10 MM DE DIAMETRO
- OPTICA DE 30°
- COMPATIBLE CON PROCESO DE LAVADO, DESINFECCION Y ESTERILIZACION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20600754069

Nombre o Razón social : IMPORT MEDISA S.A.C.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 23:16:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

en la pág. 35 NUMERAL 3.2 EN LA CAPACIDAD LEGAL

En requisitos y acreditación en el punto 5 dice:

CARTA DE DISTRIBUCION A NOMBRE DEL POSTOR EMITIDO POR EL IMPORTADOR ¿ DISTRIBUIDOR DE LA MARCA A OFERTAR

En la primera convocatoria se solicitó, ¿CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE O MARCA¿ del producto ofertado, entendemos que no se pudo Acreditar, por lo que no hubo postores. Por ello SOLICITAMOS Ampliar las Bases de la manera siguiente:

CARTA DE DISTRIBUCION A NOMBRE DEL POSTOR EMITIDO POR EL IMPORTADOR ¿ DISTRIBUIDOR DE LA MARCA A OFERTAR. Y/O DECLARACION JURADA.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: 0

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. Por tanto el comité de selección en coordinación con el Área Usuaria resuelve acoger su consulta, NO LIMITANDO LA PARTICIPACION DE POSTORES SE ACEPTARA DECLARACION JURADA DEL POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN LAS BASES:

"CARTA DE REPRESENTACION EMITIDA POR EL FABRICANTE O DUEÑO DE MARCA O DECLARACION JURADA DEL POSTOR GARANTIZANDO SOPORTE POST VENTA"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20600754069

Fecha de envío : 25/08/2023

Nombre o Razón social : IMPORT MEDISA S.A.C.

Hora de envío : 23:16:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA 36 - B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DICE:

Se consideran bienes similares a los siguientes: instrumental quirúrgico en general a entidades públicas y privadas.

- Se solicita al comité aceptar que los bienes similares en la experiencia de postor sean ¿equipo médicos y biomédicos en general (equipos de sala, laboratorios)¿ en entidades públicas y privadas.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 0

Literal: 0

Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. Por tanto el comité de selección en coordinación con el Área Usuaria resuelve acoger su consulta, AMPLIANDO EXPERIENCIA DEL POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN LAS BASES:

SE AMPLIA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR DE MANERA SIGUIENTE:"EXPERIENCIA EN SIMILARES A EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS EN GENERAL (EQUIPOS DE SALA Y DE LABORATORIOS)"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-MDK/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO LAPAROSCOPIA PARA EL AMBIENTE DE CIRUGIA PARA LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20600754069

Nombre o Razón social : IMPORT MEDISA S.A.C.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 23:16:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA 37 - C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE DICE:

Experiencia: uno (01) año como mínimo en gestión, manejo, instalación y mantenimiento de instrumentales biomédicos en general.

- Se pide al comité esclarecer ¿instalación y mantenimiento de instrumentales biomédicos¿ ya que el instrumental es un bien de uso, mas no es un equipo que requiere instalación.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 0

Literal: 0

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE.

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. Por tanto el comité de selección en coordinación con el Área Usuaria resuelve acoger su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN LAS BASES:

LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SE ACLARA SE REFIERE A: ¿gestión, manejo, instalación y mantenimiento de equipos biomédicos en general¿.