

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MINISTERIO DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-26-2024-MINSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION, PARA LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA DIRECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI

Ruc/código :	20600126149	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ZAMTSU AMBIENTAL S.A.C.	Hora de envío :	17:17:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Con pantalla a colores de alta resolución con sensor de luz ambiental y teclado iluminado

Según lo expuesto, parte de la característica indica tener sensor de luz ambiental y teclado iluminado, con la finalidad de que exista pluralidad de marcas, hacemos la consulta en considerar como OPCIONAL ya que lo solicitado no interfiere con la funcionalidad del equipo según lo indicado en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental (RM No. 227-2013-MINAM)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado. Es indispensable, que el equipo cuente con pantalla a colores de alta resolución con sensor de luz ambiental y teclado iluminado, para la interacción de los monitoreos en diversos ámbitos y ambientes, ya que se realizan en horarios nocturnos y diurnos, en diferentes escenarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION, PARA LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA DIRECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI

Ruc/código :	20600126149	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ZAMTSU AMBIENTAL S.A.C.	Hora de envío :	17:17:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Trípode profesional de 1.20 metros (mínimo)

Hacemos la consulta al comité de selección que según lo indicado en el protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental de la página 14, detalla colocar el sonómetro en el trípode de sujeción a 1.5 m sobre el piso, es decir el trípode profesional deberá tener una altura como mínimo de 1,5 metros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, debido a que el área usuaria, solicita el tamaño mínimo del trípode, con la consideración que todo trípode cuenta con extensiones que llegan a más altura. Ello cumpliría con lo establecido en la normatividad vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION, PARA LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA DIRECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI

Ruc/código :	20600126149	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ZAMTSU AMBIENTAL S.A.C.	Hora de envío :	17:17:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICA TÉCNICA:

En la revisión de las EETT se ha detectado que no está considerado una impresora, accesorio indispensable que es utilizado para las impresiones de los resultaods al término de los monitoreos. Por lo tanto, hacemos la consulta al comité de selección en incluir este accesorio en las EETT con la finalidad de cumplir con el monitoreo de ruido en la vigilancia sanitaria de la calidad de aire.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, dado a que el área usuaria, al realizar los monitoreos puntuales, no requiere de dicho accesorio, ya que los datos son recogidos insitu, para la manipulación inmediata

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION, PARA LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA DIRECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI

Ruc/código :	20600126149	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ZAMTSU AMBIENTAL S.A.C.	Hora de envío :	17:17:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

La entrega se ejecutará en un plazo máximo de treinta (30) días calendario computados a partir del día siguiente de perfeccionado el contrato.

Solicitamos al comité de selección, considerar que han solicitado que los sonómetros se entreguen calibrados por INACAL, por lo tanto, considerando que los tiempos que le demanda a INACAL es alrededor de 40 días calendario, tengan a bien ampliar el plazo de entrega a 45 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, debido a que el área usuaria requiere los equipos con suma urgencia para atender actividades consideradas de emergencia a nivel local y nacional (fiscalía, ministerio publico, OEFA, Ministerio del ambiente, municipalidades y población). Asimismo se tiene en consideración que en la indagación de mercado se ha evidenciado que existe pluralidad de proveedores, que pueden entregar el bien en el plazo estipulado de 30 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION, PARA LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA DIRECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI

Ruc/código :	20554720332	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:45:31

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

El tiempo que se solicita es de 30 días, pero no se está considerando el tiempo adecuado, ya que son equipos que se tienen que importar y adicionalmente están considerando que el equipo sea calibrado por INACAL. Para que INACAL te dé cita toma aproximadamente 15 días y posteriormente a ello recién te indican la fecha para que puedas recoger el equipo calibrado. Motivo por el cual se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 60 días.

Que se cumpla con el tiempo de entrega es porque se tienen equipos en stock, y uno de los requisitos es que el certificado de calibración del fabricante esté lo más vigente posible, y no se pierda validez teniéndolos almacenado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: ITEM 01 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, debido a que el área usuaria requiere los equipos con suma urgencia para atender actividades consideradas de emergencia a nivel local y nacional (fiscalía, ministerio publico, OEFA, Ministerio del ambiente, municipalidades y población). Asimismo se tiene en consideración que en la indagación de mercado se ha evidenciado que existe pluralidad de proveedores, que pueden entregar el bien en el plazo estipulado de 30 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION, PARA LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA DIRECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA - DCOVI

Ruc/código :	20554720332	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	INSUMOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:45:31

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

El tiempo que se solicita es de 30 días, pero no se está considerando el tiempo adecuado, ya que son equipos que se tienen que importar y adicionalmente están considerando que el equipo sea calibrado por INACAL. Para que INACAL te dé cita toma aproximadamente 15 días y posteriormente a ello recién te indican la fecha para que puedas recoger el equipo calibrado. Motivo por el cual se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 60 días.

Que se cumpla con el tiempo de entrega es porque se tienen equipos en stock, y uno de los requisitos es que el certificado de calibración del fabricante esté lo más vigente posible, y no se pierda validez teniéndolos almacenado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: ITEM 02 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, debido a que el área usuaria requiere los equipos con suma urgencia para atender actividades consideradas de emergencia a nivel local y nacional (fiscalía, ministerio publico, OEFA, Ministerio del ambiente, municipalidades y población). Asimismo se tiene en consideración que en la indagación de mercado se ha evidenciado que existe pluralidad de proveedores, que pueden entregar el bien en el plazo estipulado de 30 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null