

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO EN SESIÓN EN USO PARA EL SERVICIO DE CENTRO HEMOTERAPI Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MAMLL".

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 20:03:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO, sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS Y EQUIPO AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA

¿CAPACIDAD¿ de 75 o más reactivos refrigerados a bordo identificado por código de barras. En las bases solo se requieren 24 reactivos, lo que quiere decir que, con 48 posiciones para reactivos, el hospital podría cubrir su requerimiento, insistir en colocar una características sobredimensionada o no necesaria, incurriría en un incumplimiento de los principios que rigen las contrataciones con el estado, eficiencia y eficacia y también el principio de equidad.

OBSERVACION

Se solicita al comité de selección en coordinación con el área usuaria, ampliar el requerimiento a de 48 a 75 posiciones de reactivos a más, en concordancia con la cantidad de reactivos solicitada, y no impedir la participación de los postores, beneficiando a una marca o postor y eliminando de participar a mi representada y otros postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta formulada no corresponde al presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO EN SESIÓN EN USO PARA EL SERVICIO DE CENTRO HEMOTERAPI Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MAMLL".

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:03:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO, sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS Y EQUIPO AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA

¿Estabilidad a bordo del analizador¿ para los reactivos estabilidad a bordo del reactivo de Calcio, proteína c reactiva Y Proteína en Orina y LCR, esta característica de estabilidad del reactivo a bordo de 80 días, impide la participación y está dirigida a beneficiar a una determinada MARCA, pues dicho analito al ser un electrolito, es susceptible a oxidación y fácil contaminación, usualmente se utilizan estas características para direccionar a el proceso de selección a determinada marca de reactivo, esto implicaría una violación del principio de equidad que rige las contrataciones con el estado, e impediría la participación de los postores.

OBSERVACION

Observamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria y solicitamos RETIRAR la característica, estabilidad a bordo del reactivo de Calcio, proteína c reactiva Y Proteína en Orina y LCR, para no impedir la participación de los postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta formulada no corresponde al presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO EN SESIÓN EN USO PARA EL SERVICIO DE CENTRO HEMOTERAPI Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MAMLL".

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:03:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO, sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS Y EQUIPO AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA

LINEALIDAD DE LOS REACTIVOS: GLUCOSA AUTOMATIZADA Y HDL COLESTEROL

Las linealidades son características empleadas por las empresas para direccionar la compra de sus productos o reactivos, e impedir la participación de la competencia, actualmente los equipos automatizados, esta característica no se encuentra descrita en el Documento Técnico del MINSA para la elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas, es decir están modificando los TDR del MINSA para favorecer a una determinada marca y postor , esto impediría la participación de los postores.

OBSERVACION

Solicitamos amablemente al comité de selección, con motivo de la integración de bases, retirar la característica linealidad de los reactivos de glucosa y HDL, debido a que esta característica impide la participación de nuestra empresa y también de otros postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta formulada no corresponde al presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO EN SESIÓN EN USO PARA EL SERVICIO DE CENTRO HEMOTERAPI Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MAMLL".

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 20:03:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO, sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS Y EQUIPO AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA.

En el requerimiento se solicita, pantalla táctil incorporada al analizador para optimizar el espacio en el laboratorio; Cuando los analizadores poseen pc incorporada, poseen por lo general un software mas sencillo, una capacidad de almacenamiento mucho menor, y mas dificultades a la hora operativa, el que un analizador posea una computadora externa, permite tener un sistema operativo más completo y amigable que permita al usuario trabajar con mayor comodidad y eficiencia. Impedir la participación de equipos que posean pc externo sería eliminar desde ya el 95% de los modelos presentes en el mercado, considerando incluso que ya existen computadoras que poseen CPU y monitor dentro de un mismo espacio reducido, y es por ello que consultamos lo siguiente:

OBSERVACION

Observamos al comité de selección con motivo de la integración de bases, colocar la característica de pantalla táctil incorporada o pantalla táctil externa, para no impedir la participación de nuestra empresa y otros postores.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta formulada no corresponde al presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO EN SESIÓN EN USO PARA EL SERVICIO DE CENTRO HEMOTERAPI Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MAMLL".

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:47:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan

Tiempo de Expiración: no menor de 18 meses a partir de la fecha de entrega

En virtud a una mayor pluralidad de postores, solicitamos aceptar también reactivos con vencimiento no menor de 6 meses, teniendo en cuenta que el presente proceso es por entregas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta formulada se aclara, en la especificación técnica esta considerado lo siguiente: los reactivos tiempo de expiración menor a 18 meses se aceptará con carta de canje por vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO EN SESIÓN EN USO PARA EL SERVICIO DE CENTRO HEMOTERAPI Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MAMLL".

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:47:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan:

Capacidad de Conexión a Lis Bidireccional

Podrían aclararnos si la conexión se deberá realizar al Sistema Propio de la entidad o de algún proveedor en específico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta formulada, se ACLARA que se deberá conectar al Sistema Propio de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

* Capacidad de conexión a LIS bidireccional se conectará al sistema propio de la entidad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO EN SESIÓN EN USO PARA EL SERVICIO DE CENTRO HEMOTERAPI Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MAMLL".

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 23:30:52

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases solicitan que el equipo cuente con aspiración de 12 ul para tubos abiertos, 17 ul para tubos cerrados y 20ul para muestra prediluida, al respecto solicitamos se acepte también, muestras de 20 ul o un volumen menor para cualquiera de las muestras, adultas, pediátricos o geriátricos, así permitir una mayor participación de postores, y además indicar que la diferencia entre los volúmenes solicitados y los consultados no muestra diferencia significativa por tanto solicitamos que se acepte también volumen de 20ul o un volumen menor

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la observación formulada NO SE ACOGE, debido a que existen pacientes que por su condición clínica son de obtención de muestra dificultosa, así mismo en el caso de donantes, se requiere que el volumen sea menor con el fin de optimizar los procesos de obtención de muestras, para el uso en distintos exámenes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO EN SESIÓN EN USO PARA EL SERVICIO DE CENTRO HEMOTERAPI Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MAMLL".

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	23:30:52

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases solicitan que el equipo cuente con la capacidad de usar Autocargador entendemos que hace referencia que el equipo cuente con la capacidad de mezclar automáticamente las muestras, sin embargo observación qje el presente requerimiento solo. Solicitan 15000 pruebas anuales lo que hace deducir que al día se procesa en promedio 41 muestras, entonces solicitar un equipo con Autocargador resultaria innecesario por tanto solicitamos que esta característica sea opcional ya qué existen equipos sin Autocargador que podrian procesar las 41. Muestras sin problemas ni perjudica a la entidad

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la observación formulada SE ACOGE, la característica CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO EN AUTOMUESTREADOR será OPCIONAL, con la finalidad de incrementar la participación de pluralidad de posteros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

*Capacidad de procesamiento en automuestreador será opcional.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO EN SESIÓN EN USO PARA EL SERVICIO DE CENTRO HEMOTERAPI Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MAMLL".

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 23:30:52

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases solicitan que el equipo cuente solo. Con 3 reactivos, al respecto observamos esta característica, porque es innecesario, pues la entidad esta. Comprando hemogramas no reactivos, entonces el único responsable de ver cuantos reactivos ofertar es el proveedor siempre que cumpla con entregar la cantidad de hemogramas solicitado sin importar la cantidad de reactivos que este utiliza para tal fin, por tanto solicitamos que esta característica sea considera opcional por vulnerar la ley de contrataciones del estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la observación formulada NO SE ACOGE , es requerimiento del area usuaria trabajar con un maximo de 3 reactivos con el fin de hacer un manejo adecuado de los Stock e inventario de los mismos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO CON EQUIPO EN SESIÓN EN USO PARA EL SERVICIO DE CENTRO HEMOTERAPI Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MAMLL".

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 23:30:52

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases solicitan que el equipo cuente con una pantalla incorporada al respecto debemos indicar que un equipo que use pantalla externa con pc o uno que tenga pantalla táctil de determinada medida, no altera en la calidad del resultado de las muestras, ppr tanto observamos las bases y solicitamos que esta característica sea considera opcional

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la observación formulada NO ACOGE, esto debido a que es necesidad del área usuaria con el fin de optimizar espacio así como permitir ergonomía durante el procesamiento y/o trabajo del area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null