

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DERMATOSCOPIO PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD

Ruc/código : 20102032951

Fecha de envío : 07/07/2023

Nombre o Razón social : A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A

Hora de envío : 18:29:14

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Solicitan:

e.2) Certificado de seguridad electrica: UL, AAMI, IEC, EN, CSA o NTP IEC 60601-1:2010: Equipos Electricos.

Ante lo requerido manifestamos que el equipo "DERMATOSCOPIO" no va conectado a corriente electrica ya que este usa bateria, por lo que solicitamos el retiro de dicho requerimiento.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** II

**Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En concordancia al Artículo 72 del RLCE, se absuelve la consulta en consideración a lo siguiente:

El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. Cabe precisar, que se estableció en el requerimiento la condición de presentar y acreditar el Certificado de seguridad eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 60601-1:2010: Equipos Médicos Eléctricos; por lo que para la acreditación del mencionado requisito se aceptará cualquiera de los certificados emitido por Institución competente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DERMATOSCOPIO PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	07/07/2023
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	18:29:14

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Solicitan:

A13. SOFTWARE PARA USO EN PC; QUE PERMITA RECIBIR, VISUALIZAR (ACERCAR Y ALEJAR), GRABAR IMAGENES (BMP O JPEG O PNG O TIFF) Y VIDEO (AVI O WNV O MOV O MP4).

Ante lo solicitado manifestamos que nuestro equipo dermatoscopio de fabricación alemana y sus accesorios periféricos en conjunto, pueden realizar las funciones indicadas de recibir, visualizar y grabar imagenes (formato jpeg ) asi como video (formato mp4) evitando el uso de una PC , mediante un aplicativo propio del fabricante, capaz de gestionar historial de pacientes, además de almacenamiento de examinacion, gestion de bodymap; almacenando y gestionando las imágenes digitales. La transmisión de esta información se realiza del mismo dermatoscopio (sin la necesidad de una PC ) a la nube , Centro Consultor de Telemedicina, etc.

Por lo anteriormente expresado solicitamos al comité especial de selección del presente proceso incluya como mejora tecnológica lo siguiente en el punto en cuestión:

A13. SOFTWARE PARA USO EN PC ó SOFTWARE PROPIO DEL DERMATOSCOPIO; QUE PERMITA RECIBIR, VISUALIZAR (ACERCAR Y ALEJAR), GRABAR IMAGENES (BMP O JPEG O PNG O TIFF) Y VIDEO (AVI O WNV O MOV O MP4).

Al fin de permitir la participación de varios postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 60

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En concordancia al Artículo 72 del RLCE, se absuelve la consulta en consideración a lo siguiente:  
El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecutarán, incluyendo los requisitos de calificación; de acuerdo al Artículo 29 del RLCE.  
En vista de ello se ratifica las características técnicas de los bienes requeridos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DERMATOSCOPIO PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD

Ruc/código : 20600307267

Nombre o Razón social : JC MED S.A.C.

Fecha de envío : 07/07/2023

Hora de envío : 20:34:36

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Favor indicar que , En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa,(se acredita una experiencia mínima del 25% del valor referencial), favor indicar la experiencia a solicitar para estos postores.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 9                      **Literal:** B                      **Página:** 55

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art.49

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la Directiva N°001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la Experiencia en la Especialidad para Licitaciones Públicas, lo siguiente:

En caso de los procedimientos de selección por relación de ítems cuando el valor estimado de algún ítem corresponda al monto de una adjudicación simplificada, debe incluirse el siguiente texto: En el caso de postores que declaren en el anexo n°1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de monto de facturación que no deba superar el 25% del valor estimado.

En vista de ello, para el presente procedimiento de selección no resulta aplicable.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-9-2023-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DERMATOSCOPIO PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD

Ruc/código :	20600307267	Fecha de envío :	07/07/2023
Nombre o Razón social :	JC MED S.A.C.	Hora de envío :	20:34:36

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité, para una mayor pluralidad de postores, ampliar la experiencia solicitada a : ALQUILER Y/O VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS ( MONITORES DE FUNCIONES VITALES EN GENERAL Y/O ECOGRAFOS MEDICOS ).

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 9 Literal: B Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia al Artículo 72 del RLCE, se absuelve la consulta en consideración a lo siguiente:  
El área usuaria ha establecido las Especificaciones Técnicas, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecutarán, incluyendo los requisitos de calificación; de acuerdo al Artículo 29 del RLCE. Asimismo, el área usuaria estableció una serie de dispositivos médicos que guardan algunas características respecto del bien convocado; por lo que la categoría alquiler no correspondería a ser considerado bien similar.  
En vista de ello se ratifica la experiencia del postor en la especialidad requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null