

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	18:11:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En relación al volumen solicitado para:

* Solución de calibración de conductividad, 1413 uS/cm x 500 ml

Consulta: es posible suministrar 02 botellas de 250 ml, como opción al frasco de 500 ml.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que si es posible suministrar 02 botellas de 250 ml, como opción al frasco de 500 ml.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	18:11:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En relación al volumen solicitado para:

* Solución de calibración de conductividad, 5000 uS/cm x 500 ml

Consulta: es posible suministrar 02 botellas de 250 ml, como opción al frasco de 500 ml.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023 aclara que si es posible suministrar 02 botellas de 250 ml, como opción al frasco de 500 ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	18:11:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la solicitud brindada:

** Estándar de calibración de formazina o gránulos de estireno-di-vinil benceno de 0.0 NTU

Consulta: es posible suministrar Formazina de 0.6 NTU ó un valor menor a 0.0 NTU?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que No es posible suministrar Formazina de 0.6 NTU ó un valor menor a 0.0 NTU?, por que los rangos de medición de los equipos a utilizar se encuentran entre 0.0 NTU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	18:11:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para la solución buffer solicitada:

** Solución Buffer Líquido pH 4 x 500 ml

Consulta: es posible suministrar 02 botellas de 250 ml, como opción al frasco de 500 ml.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que si es posible suministrar 02 botellas de 250 ml, como opción al frasco de 500 ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	18:11:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para la solución buffer:

**** Solución Buffer Líquido pH 7 x 500 ml**

Consulta: es posible suministrar 02 botellas de 250 ml, como opción al frasco de 500 ml.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que si es posible suministrar 02 botellas de 250 ml, como opción al frasco de 500 ml.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	18:11:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para la solución buffer solicitada:

** Solución Buffer Líquido pH 10 x 500 ml

Consulta: es posible suministrar 02 botellas de 250 ml, como opción al frasco de 500 ml.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que si es posible suministrar 02 botellas de 250 ml, como opción al frasco de 500 ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	18:11:42

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para la solución solicitada:

** Solución de almacenamiento / remojo para electrodos de pH x 500 ml

Consulta: es posible suministrar 02 botellas de 250 ml, como opción al frasco de 500 ml.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que si es posible suministrar 02 botellas de 250 ml, como opción al frasco de 500 ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	18:11:42

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para la Formazina:

** Estándar de calibración de Formazina o gránulos de estireno-di-vinil benceno de 20.0 NTU

Consulta: cuanto es el volumen solicitado?

Se puede recibir en frascos de 500 ml?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que No se puede recibir en frascos de 500 ml, por que se solicita viales sellados para calibración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	18:11:42

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Podrían detallar cuales son:
** Los bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que los bienes iguales son los patrones o reactivos de laboratorio y los similares son los equipos de laboratorio como Turbidímetro, pHmetros y Conductivimímetro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20605725652	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES QUIMICAS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	23:58:20

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En 5.2 Características Técnicas, se indica
"1. Solución Buffer Líquido pH 4 x 500 ml, con certificado de trazabilidad N.I.S.T., de diferentes lotes. (Fco. x 500 ml)..."
Ya que las soluciones trazables son de importación, y los fabricantes mantienen en su stock una cantidad limitada de un determinado lote el cual se va despachando por orden de antigüedad, además que la cantidad solicitada es considerable (50 frascos), es imposible que un fabricante disponga de 50 lotes distintos de un producto. Por lo que solicitamos al Comité que considere la solicitud de diferentes lotes como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que se aceptará como opcional la solicitud de diferentes lotes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20605725652	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES QUIMICAS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	23:58:20

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En 5.2 Características Técnicas, se indica
"2. Solución Buffer Líquido pH 7 x 500 ml, con certificado de trazabilidad N.I.S.T., de diferentes lotes. (Fco. x 500 ml)..."
Ya que las soluciones trazables son de importación, y los fabricantes mantienen en su stock una cantidad limitada de un determinado lote el cual se va despachando por orden de antigüedad, además que la cantidad solicitada es considerable (50 frascos), es imposible que un fabricante disponga de 50 lotes distintos de un producto. Por lo que solicitamos al Comité que considere la solicitud de diferentes lotes como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que se aceptará como opcional la solicitud de diferentes lotes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20605725652	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES QUIMICAS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	23:58:20

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En 5.2 Características Técnicas, se indica
"3. Solución Buffer Líquido pH 10 x 500 ml, con certificado de trazabilidad N.I.S.T., de diferentes lotes. (Fco. x 500 ml)..."
Ya que las soluciones trazables son de importación, y los fabricantes mantienen en su stock una cantidad limitada de un determinado lote el cual se va despachando por orden de antigüedad, además que la cantidad solicitada es considerable (50 frascos), es imposible que un fabricante disponga de 50 lotes distintos de un producto. Por lo que solicitamos al Comité que considere la solicitud de diferentes lotes como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que se aceptará como opcional la solicitud de diferentes lotes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20605725652	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES QUIMICAS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	23:58:20

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En 5.2 Características Técnicas, se indica "5. Estándar de calibración de formazina o gránulos de estireno-di-vinil-benceno de 0.0 NTU-viales sellados... Para ser usados en equipos turbidímetros portátiles marca APERA modelo TN500" Ya que los estándares solicitados son de importación, asimismo cada fabricante diseña los viales sellados de distintas características, consultamos al Comité si los estándares pueden entregarse en frascos, que sean de un volumen mínimo al de un vial sellado en equipos turbidímetros portátiles marca APERA modelo TN500 (18ml según su manual).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que se mantienen las condiciones requeridas de acuerdo a la necesidad identificada por el área usuaria y que es refrendada por el estudio de mercado que se realizó en su oportunidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20605725652	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES QUIMICAS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	23:58:20

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En 5.2 Características Técnicas, se indica

"6. Estándar de calibración de formazina o gránulos de estireno-di-vinil-benceno de 20.0 NTU-viales sellados... Para ser usados en equipos turbidímetros portátiles marca APERA modelo TN500"

Ya que los estándares solicitados son de importación, asimismo cada fabricante diseña los viales sellados de distintas características, consultamos al Comité si los estándares pueden entregarse en frascos, que sean de un volumen mínimo al de un vial sellado en equipos turbidímetros portátiles marca APERA modelo TN500 (18ml según su manual).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se mantienen las condiciones requeridas de acuerdo a la necesidad identificada por el área usuaria y que es refrendada por el estudio de mercado que se realizó en su oportunidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código :	20605725652	Fecha de envío :	24/05/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES QUIMICAS AMBIENTALES S.A.C.	Hora de envío :	23:58:20

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En 5.2 Características Técnicas, se indica "8. Solución de calibración de conductividad. 1413 uS/cm, de diferentes lotes, con certificado de trazabilidad N.I.S.T., (Fco. x 500 ml)..."

Ya que las soluciones trazables son de importación, y los fabricantes mantienen en su stock una cantidad limitada de un determinado lote el cual se va despachando por orden de antigüedad, además que la cantidad solicitada es considerable (10 frascos), es imposible que un fabricante disponga de 10 lotes distintos de un producto. Por lo que solicitamos al Comité que considere la solicitud de diferentes lotes como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que se aceptará como opcional la solicitud de diferentes lotes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-EPSEL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de patrones para el control de calidad de los equipos, en las diferentes estaciones del ámbito de EPSEL SA

Ruc/código : 20605725652

Fecha de envío : 24/05/2023

Nombre o Razón social : SOLUCIONES QUIMICAS AMBIENTALES S.A.C.

Hora de envío : 23:58:20

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En 5.2 Características Técnicas, se indica

"9. Solución de calibración de conductividad, 5000 uS/cm, de diferentes lotes, con certificado de trazabilidad N.I.S.T., (Fco. x 500 ml)..."

Ya que las soluciones trazables son de importación, y los fabricantes mantienen en su stock una cantidad limitada de un determinado lote el cual se va despachando por orden de antigüedad, además que la cantidad solicitada es considerable (10 frascos), es imposible que un fabricante disponga de 10 lotes distintos de un producto. Por lo que solicitamos al Comité que considere la solicitud de diferentes lotes como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, en atención del Memorandum N° 104-2023 EPSEL SA/GG/OCC de fecha 30.05.2023, aclara que se aceptará como opcional la solicitud de diferentes lotes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null