

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:55:43

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se Considera importante incluir como requisito para perfeccionar el contrato, la presentacion de la carta de distribuidor autorizado de la marca del bien a ofertar; ya que dicho documento brinda confiabilidad a la entidad de que el proveedor contara con equipos y el personal idoneo para realizar los servicios de instalacion, capacitacion, servicios de mantenimiento y garantia a fin de garantizar una correcta adquisicion de bienes, por lo expuesto se consulta al comite aceptar como requisito para perfeccionar el contrato la presentación de la Carta de Distrubuidor autorizado de la marca del bien a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP II Literal: 2.4 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que requerir el mencionado documento, restringe la pluralidad de postores, en ese sentido no se establecerá como requisito carta de distribuidor autorizado de la marca del bien a ofertar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:55:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"En el presente proceso solicitan se cumpla con lo siguiente:

C.1. Experiencia del personal clave
Un (01) profesional con perfil de Ingeniero electrónico y/o ingeniero mecánico y/o Ingeniero electricista.
Contar con una experiencia mínima no menor a veinticuatro (24) meses en el mantenimiento preventivo de equipos de laboratorio y/o mantenimiento correctivo de equipos de laboratorio y/o mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio y/o mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios; del personal clave requerido para la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes.

Se debería de tener en consideración que el tipo de equipo ha adquirir es un equipo especializado de laboratorio, por lo que el personal que realice la instalación y/o mantenimiento del equipo debe de contar con la debida certificación de parte del fabricante y el tiempo de experiencia. En base a lo expuesto consultamos amablemente al comité especial en coordinación con el área usuaria aceptar ""Un (01) profesional con perfil de Ingeniero electrónico y/o ingeniero mecánico y/o Ingeniero electricista con capacitación de fabricante..
Contar con una experiencia mínima no menor a 4 años en el mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo y/o instalación en equipo Termociclador en Tiempo Real; del personal clave requerido para la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que requerir el un profesional con la indicada experiencia, restringe la pluralidad de postores; en ese sentido no se considera necesario establecer la mencionada experiencia del profesional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:55:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"En experiencia del postor en la especialidad solicitan como bienes similares a los siguientes:
-Termocicladores, equipos de laboratorio
Se entiende como bienes similares al objeto convocado todo aquel bien que tenga semejanza o parecido con el bien materia de la convocatoria; es decir, que comparta ciertas características esenciales o que pertenezca a la misma familia o clase con aquel convocado. Teniendo en cuenta que la presente contratación es por la Adquisición de un EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL; solicitamos respetuosamente al comité especial en coordinación con el área usuaria se considere como similares a: TERMOCICLADORES EN TIEMPO REAL, TERMOCICLADORES EN punto FINAL o CONVENCIONALES, SISTEMA DE PCR EN TIEMPO REAL con la finalidad de asegurar la experiencia y destreza del postor en los equipos más semejantes o similares al objeto de la convocatoria.
"

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: CAP III Literal: 3.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que con motivo de la integración de las bases se ampliara a la experiencia del postor en la especialidad de la siguiente manera
bienes similares a los siguientes: Termocicladores y/o equipos de laboratorio y/o termocicladores en tiempo real y/o termocicladores en punto final y/o convencionales y/o sistema de pcr en tiempo real

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:55:43

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

"En el numeral 2.2.1 se solicita como documentación obligatoria inciso d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo 3). Observamos que no están solicitando si para sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas se deba presentar Brochures, folletos, catálogos u otra documentación complementaria adicional, emitida por el fabricante para acreditar que el producto ofertado cumple con las especificaciones técnicas, así como detallar que aspectos del numeral 4.2 de las Características Técnicas se deberán sustentar con la documentación antes mencionada. Por lo que solicitamos respetuosamente al comité de selección en coordinación con el área usuaria se solicite presentar Brochures, folletos, catálogos u otra documentación complementaria adicional, emitida por el fabricante para acreditar que el producto ofertado cumple con las especificaciones técnicas y precisar que especificaciones técnicas de los numerales 4.2 de cada ítem se deba sustentar con la referida documentación.

"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1 Literal: D Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión de la observación del participante, siendo que es necesario verificar que el bien ofertado cumpla con las características requeridas con objeto de la integración de las bases en el numeral 2.2.1 documentación de presentación obligatoria literal h) presentar Brochure, folletos, catálogos u otra documentación que acredite las especificaciones técnicas del bien requerido, en ese sentido se acoge parcialmente la observación del participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:55:43

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se observa que en el Anexo N° 06 PRECIO DE LA OFERTA, solo se detalla por el precio total de la oferta, pero considerando que el numeral 5.6 en la forma de pago se realizará por la prestación principal y prestación accesorio; por lo que solicitamos respetuosamente al comité de selección se modifique dicho formato detallando los precios por PRESTACIÓN PRINCIPAL y PRESTACIONES ACCESORIAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión de la observación del participante, siendo que es necesario distinguir la prestaciones con objeto de la integración de las bases se modificará el anexo 6 precio de la oferta, en ese sentido se acoge parcialmente la observación del participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:58:22

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dice:

Evaluación:

Se evaluará en función al plazo de entrega e instalación ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega e instalación y puesta en funcionamiento de los bienes establecido en las Especificaciones Técnicas.

- De 1 hasta 45 días calendario: 20 puntos
- De 46 hasta 50 días calendario: 10 puntos
- De 51 hasta 59 días calendario: 5 puntos

SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE:

El presente bien requiere de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje, internamiento, control de calidad y envío al lugar solicitado, un plazo extendido permitirá una planificación más efectiva y evitará posibles retrasos logísticos.
Por ello, se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 105 días calendarios, para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

- Plazo de entrega de los bienes: Máximo ochenta (100) días calendarios
- Plazo de instalación y puesta en funcionamiento de los bienes: máximo diez (05) días calendario contabilizados luego de la entrega de los bienes.

Contemplando así:

- De 1 hasta 90 días calendario: 20 puntos
- De 91 hasta 95 días calendario: 10 puntos
- De 96 hasta 104 días calendario: 5 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la indagación de mercado, se concluye que existe pluralidad de postores que ofertan en los plazos establecidos como factores de evaluación; en ese sentido no se acoge la observación del participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:58:22

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dice:

C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

REQUISITOS:

Un (01) profesional con perfil de ingeniero electrónico y/o ingeniero mecánico y/o ingeniero mecánico electricista. Contar con una experiencia mínima no menor a veinticuatro (24) meses en el mantenimiento preventivo de equipos de laboratorio y/o mantenimiento correctivo de equipos d laboratorio y/o mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio y/o mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios; del personal clave requerido para la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes.

Solicitamos al digno comité:

Considerar también contar con una experiencia mínima no menor a veinticuatro (24) meses en instalación y capacitación de equipos de laboratorio, a fin de generar mayor pluralidad de postores.

Es decir, debe indicar: Contar con una experiencia mínima no menor a veinticuatro (24) meses en instalación, capacitación y/o mantenimiento preventivo de equipos de laboratorio y/o instalación, capacitación y/o mantenimiento correctivo de equipos de laboratorio y/o instalación, capacitación y/o mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio y/o instalación, capacitación y/o mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios; del personal clave requerido para la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que requerir el un profesional con la indicada experiencia, restringe la pluralidad de postores; en ese sentido no se considera necesario establecer la mencionada experiencia del profesional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:06:40

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4. Características y condiciones de los bienes a contratar

4.2. Características Técnicas

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES

A1 Capacidad de muestras (pozos): 96

A2 Volumen de reacción: 96 pocillo: Bloque de 0,2ml: 10- 100µL

A3 Huella (ancho x fondo x alto): 27cm x 50 cm x 40cm

A4 Fuente de luz: LED blanco Brillante

A5 Detección óptica: 96 pozos: 6 filtros desacoplados.

A6 Rango de excitación/ detección: 96 pocillos: 450-680 nm/500-730 nm.

A7 multiplexación: 96 pozos: hasta 6 objetivos.

A8 Lectura de códigos de barras 2D: Opcional

A9 Método de calentamiento/ enfriamiento: Peltier

A10 Función de zona de temperatura: 96 pozos: Veriflex TM, 6 zonas,

A11 Incluye Software, laptop compatible con el software y accesorios.

Consulta:

El producto con el cual estamos evaluando la cotización tienen las siguientes características técnicas:

A1 Capacidad de muestras: 72 muestras (0.1mL)

A2 Volumen de reacción: Rotor de 72 muestras par tubos de 0.1ml: 10- 50µL

A3 Huella (ancho x fondo x alto): 37cm x 53.8 cm x 28.6 cm

A4 Fuente de luz: Diodos emisores de luz (LED) de alta energía por canal.

A5 Detección óptica: Fotomultiplicadores (PMT) con sistema de detección espectroscópica que permite la medición precisa de la fluorescencia emitida por hasta 6 filtros.

A6 Rango de excitación/ detección: 365±20nm - 680±5 nm/ 460±20nm - 712 nm high pass.

A7 multiplexación: 72 muestras hasta 6 objetivos.

A8 Lectura de códigos de barras 2D: No aplica.

A9 Método de calentamiento/ enfriamiento: Rotor con sistema de calefacción basado en circulación de aire caliente/ sistema de enfriamiento rápido: Dos sistemas que otorgan un alcance rápido de temperatura deseada y mantener una uniformidad térmica constante por muestra durante todo el ciclo de PCR.

A10 Función de zona de temperatura: 72 muestras en Rotor con sistemas eficientes y precisos de calentamiento y enfriamiento rápidos para cada una de las 72 muestras.

A11 Incluye Software, laptop compatible con el software y accesorios (rotor de 72 muestras, seguro de tubos, sellador de tubo de 0.1ml, tubos con tapas de 0,1 x 1000 unidades, rack para tubos de 0.1mL, soporte de rotor)

¿Aceptaría el Comité de Selección en coordinación con el área usuaria un equipo Termociclador en tiempo real con las características técnicas mencionadas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que las características del bien requerido se encuentran claramente establecidas en las bases del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:06:40

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4. Características y condiciones de los bienes a contratar
4.2. Características Técnicas
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES
A1 Capacidad de muestras (pozos): 96
A2 Volumen de reacción: 96 pocillo: Bloque de 0,2ml: 10- 100µL
A3 Huella (ancho x fondo x alto): 27cm x 50 cm x 40cm
A4 Fuente de luz: LED blanco Brillante
A5 Detección óptica: 96 pozos: 6 filtros desacoplados.
A6 Rango de excitación/ detección: 96 pocillos: 450-680 nm/500-730 nm.
A7 multiplexación: 96 pozos: hasta 6 objetivos.
A8 Lectura de códigos de barras 2D: Opcional
A9 Método de calentamiento/ enfriamiento: Peltier
A10 Función de zona de temperatura: 96 pozos: Veriflex TM, 6 zonas,
A11 Incluye Software, laptop compatible con el software y accesorios.

Consulta:
El producto con el cual estamos evaluando la cotización tienen las siguientes características técnicas:
A1 Capacidad de muestras (pozos): 96
A2 Volumen de reacción: Bloque de 0.2ml: 5 - 100µL
A3 Huella (ancho x fondo x alto): 30.4cm x 31.5cm x 58.7cm
A4 Fuente de luz: Diodos emisores de luz (LED) de alta energía por canal.
A5 Detección óptica: Tubo fotomultiplicador (PMT) de alta sensibilidad, sistema de detección por pozo.
A6 Rango de excitación/ detección: 440 nm¿¿¿670 nm / 505 nm¿¿¿730 nm
A7 multiplexación: 96 pozos: hasta 6 objetivos.
A8 Lectura de códigos de barras 2D: Si
A9 Método de calentamiento/ enfriamiento: Bloque Térmico de Alta Precisión con ajuste fino a temperaturas específicas/ sistema de enfriamiento rápido activo y pasivo: Une estos tres sistemas de control de temperatura preciso y la alta velocidad de calentamiento y enfriamiento, garantizando transiciones térmicas rápidas y eficientes durante el ciclo de PCR.
A10 Función de zona de temperatura: 96 pozos: Bloque de plata con revestimiento de oro, función en cada pozo.
A11 Incluye Software, laptop compatible con el software y accesorios para el uso del termociclador tiempo real ofertado).
¿Aceptaría el Comité de Selección en coordinación con el área usuaria un equipo Termociclador en tiempo real con las características técnicas mencionadas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que las características del bien requerido se encuentran claramente establecidas en las bases del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:06:40

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4. Características y condiciones de los bienes a contratar

4.2. Características Técnicas

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES

A10 Función de zona de temperatura: 96 pozos: Veriflex TM, 6 zonas,

Observación:

El término ¿Veriflex¿ corresponde a una marca tecnológica en termocicladores, por lo que se estaría direccionado la presente adquisición hacia un solo equipo en el mercado con distribuidor único en el país, por lo que no solo se estaría contraviniendo el buen espíritu de las contrataciones públicas, sino también a la Ley N° 27438 Ley de Defensa de la Competencia. Por lo antes expuesto, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien suprimir el término "Veriflex" de las bases administrativas y asegurar la pluralidad de postores para la presente adquisición.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

con motivo de la integración de las bases con el fin de no restringir la pluralidad de postores se suprimirá el termino veriflex, en ese sentido se acoge parcialmente la observación del participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:06:40

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4. Características y condiciones de los bienes a contratar

4.5. Condiciones del producto

El contratista debe instalar los bienes adecuadamente, no se aceptará el uso de adaptadores y/o transformadores para los enchufes de los equipos.

Observación:

Considerando que los transformadores protegen a los equipos de variaciones de descargas y/o variaciones eléctricas, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien suprimir la expresión "y/o transformadores", de tal manera que se solicite lo siguiente:

El contratista debe instalar los bienes adecuadamente, no se aceptará el uso de adaptadores para los enchufes de los equipos.

A efectos que los postores puedan incluir en su oferta un transformador en caso lo consideren necesario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

las características del bien requerido se encuentran claramente establecidas en las bases del procedimiento de selección, en ese sentido no se acoge la observación del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:06:40

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4. Características y condiciones de los bienes a contratar

4.9. Garantía comercial

La garantía será mínima por un año, y estará constituida por un "Certificado de Garantía", en donde se especifique la vigencia y los alcances, de los equipos.

Consulta:

¿Podría el Comité de Selección precisar que el certificado de garantía solicitado es emitido por el contratista?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara al participante que la garantía comercial a otorgar se encuentran claramente establecidas en las bases del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-UNC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA PCR EN TIEMPO REAL PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION GENETICA DEL GANADO LECHERO HOSTEIN Y BROWNS SWISS MEIDANTE MARCADORES SNPs BASES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA CAJAMARCA

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:06:40

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4. Características y condiciones de los bienes a contratar
4.11. Capacitación

Consulta:
Considerando que la modalidad de ejecución de la presente convocatoria es llave en mano, por lo que el plazo máximo de 60 días calendario corresponde a la entrega, instalación y puesta en funcionamiento, ¿podría el Comité de Selección precisar que la capacitación debe iniciar a partir del día siguiente hábil de concluida la puesta en funcionamiento?

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que el plazo de la entrega, instalación y puesta en funcionamiento esta claramente establecido en las bases del procedimiento de selección y es el mínimo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null