

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	16:46:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sub Ítem 1 - LINEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN
STANDAR CON SISTEMA DE SEGURIDAD

B Material - Material de PVC

Solicitamos al Comité Especial, con el fin de permitir la mayor participación de postores, aceptar material POLIURETANO como cumplimiento a lo solicitado

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el área usuaria se indica se aceptará material poliuretano, ya que se trata de un material inerte y libre de PVC .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Material PVC o Poliuretano libre de PVC

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 µm, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20610826700

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : RALPER IMPORT PERU S.A.C.

Hora de envío : 22:01:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ¿aprobado por Decreto Supremo N.º 344-2018-EF y modificado por normas complementarias¿, se permite el otorgamiento de adelantos directos hasta por el 30% del monto del contrato, siempre que esté previsto en las bases del procedimiento y que el contratista entregue la correspondiente garantía de fiel cumplimiento por adelanto.

En ese sentido, se confirma la posibilidad de otorgar un adelanto de hasta el 30% del monto contractual, sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que se encuentre contemplado expresamente en las bases del procedimiento de selección.
2. Que el contratista solicite formalmente el adelanto.
3. Que el contratista entregue la garantía correspondiente por el monto total del adelanto solicitado, emitida por una entidad financiera autorizada.
4. Que se suscriba el contrato respectivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta el adelanto directo ya que el área usuaria no ha previsto en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20610826700

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : RALPER IMPORT PERU S.A.C.

Hora de envío : 22:01:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la página 30 de las Bases Administrativas solicitan lo siguiente con respecto al Material de la LINEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN OPACA CON CONECTOR

(¿)

¿ Material de Poliuretano color anaranjado, libre de DEHP y libre de látex.

Al respecto, cada fabricante establece sus propios medidas, diseños, envase, embalaje y materiales a utilizar para sus productos, este diseño, medidas y materiales se realiza según rigurosos estudios de características, propiedades y beneficios de cada material y modelo seleccionados con el fin de que se obtenga la mejor performance de uso.

Por lo anterior, solicitamos al Comité de selección en virtud de salvaguardar el principio de pluralidad de postores, solicitamos se considere ampliar la característica referida e incluir lo siguiente:

¿ Material de Poliuretano color anaranjado, libre de DEHP y libre de látex o Material PVC grado médico, libre de DEHPy libre de látex.

Considerando que lo solicitado se convierte en una alternativa que cumple con las regulaciones de seguridad y eficacia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se realiza la consulta al área usuaria y se indica que se requiere que esta línea sea libre de PVC, así mismo se indica que existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20610826700

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : RALPER IMPORT PERU S.A.C.

Hora de envío : 22:01:18

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la página 30 de las Bases Administrativas solicitan lo siguiente con respecto al Material de la LINEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN OPACA CON CONECTOR

(¿)

¿ Cámara de goteo permite un purgado de acuerdo a lo indicado en la ISO 8536-8.

Al respecto, cada fabricante establece sus propios medidas, diseños, envase, embalaje y materiales a utilizar para sus productos, este diseño, medidas y materiales se realiza según rigurosos estudios de características, propiedades y beneficios de cada material y modelo seleccionados con el fin de que se obtenga la mejor performance de uso.

Por lo anterior, solicitamos al Comité de selección en virtud de salvaguardar el principio de pluralidad de postores, solicitamos se considere ampliar la característica referida e incluir lo siguiente:

¿ Cámara de goteo permite un purgado de acuerdo a lo indicado en la ISO 8536-8 o de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario

Considerando que lo solicitado se convierte en una alternativa que cumple con las regulaciones de seguridad y eficacia.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se realiza la consulta al área usuaria y se indica que se requiere la cámara de goteo cumpla las normas ISO internacionales, estas indican parámetros de calidad o cualidad a cumplir, se amplía que estas normas podran ser ISO 8536-4 o 8536-8

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 µm, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20610826700

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : RALPER IMPORT PERU S.A.C.

Hora de envío : 22:01:18

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la página 30 de las Bases Administrativas solicitan lo siguiente con respecto al Material de la LINEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN OPACA CON CONECTOR

(¿)

¿ Con sitio en ¿Y¿ para agregados, libre de aguja para mayor seguridad, libre de látex

Al respecto, cada fabricante establece sus propios medidas, diseños, envase, embalaje y materiales a utilizar para sus productos, este diseño, medidas y materiales se realiza según rigurosos estudios de características, propiedades y beneficios de cada material y modelo seleccionados con el fin de que se obtenga la mejor performance de uso.

Por lo anterior, solicitamos al Comité de selección en virtud de salvaguardar el principio de pluralidad de postores, solicitamos se considere ampliar la característica referida e incluir lo siguiente:

¿ Con sitio en ¿Y¿ para agregados, libre de aguja para mayor seguridad, libre de látex o Con sitio en ¿Y¿ para agregados, puertos autosellables, libre de látex

Considerando que lo solicitado se convierte en una alternativa que cumple con las regulaciones de seguridad y eficacia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, consultando con el área usuaria se requiere que la línea tenga un conector libre de aguja para reducir el riesgo de accidentes punzocortantes así mismo se indica que existe pluralidad de postores con esta característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 ¿m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20610826700

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : RALPER IMPORT PERU S.A.C.

Hora de envío : 22:01:18

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Objeto de la Convocatoria

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 ¿m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, en el ITEM PAQUETE N°01.

Hacemos de conocimiento del Comité de Selección que no todos los distribuidores comercializan los tres tipos de filtros para bomba de infusión solicitados de manera conjunta. Esta exigencia podría restringir injustificadamente la participación de potenciales postores y limitar la diversidad de marcas, lo cual contraviene los principios de libre competencia, competencia y eficiencia establecidos en la normativa de contrataciones del Estado.

En ese sentido, solicitamos respetuosamente que el presente proceso de Adjudicación Simplificada sea estructurado por ítems, a fin de ampliar la base de proveedores participantes, promover una mayor competencia y obtener mejores condiciones para la entidad.

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1.2

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.° 344-2018-EF)

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se realiza la consulta al área usuaria y se indica que se requiere de ganar varios postores evitar el exceso de bombas de diferentes marcas en un área pequeña, así mismo se indica que existe pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 ¿m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20610826700

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : RALPER IMPORT PERU S.A.C.

Hora de envío : 22:13:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la página 24 - 25 de las Bases Administrativas solicitan lo siguiente con respecto a las características de la LINEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN ESTÁNDAR CON SISTEMA DE SEGURIDAD:

(¿)

¿ Con sitio en ¿Y¿ para agregados, libre de aguja para mayor seguridad.

Al respecto, cada fabricante establece sus propios medidas, diseños, envase, embalaje y materiales a utilizar para sus productos, este diseño, medidas y materiales se realiza según rigurosos estudios de características, propiedades y beneficios de cada material y modelo seleccionados con el fin de que se obtenga la mejor performance de uso.

Por lo anterior, solicitamos al Comité de selección en virtud de salvaguardar el principio de pluralidad de postores, solicitamos se considere ampliar la característica referida e incluir lo siguiente:

¿ Con sitio en ¿Y¿ para agregados, libre de aguja para mayor seguridad o Con sitio en ¿Y¿ para agregados, puertos autosellables.

Considerando que lo solicitado se convierte en una alternativa que cumple con las regulaciones de seguridad y eficacia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, consultando con el área usuaria se requiere que la línea tenga un conector libre de aguja para reducir el riesgo de accidentes punzocortantes así mismo se indica que existe pluralidad de postores con esta característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión standard con sistema de seguridad

Especificación técnica:

Con segmento para bombeo de silicona

Solicitamos al Comité de selección considerar también con casete accionado a pistón.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se consulta con el área usuaria y se indica que se aceptara con sistema segmento para bombeo de silicona o casette.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

o casette.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión standard con sistema de seguridad

Especificación técnica:

El perforador o punzón tiene un canal de evacuación y un canal de entrega de aire que tiene un filtro antibacteriano y antiviral con una eficiencia mínima de 99.999% para asegurar la protección del paciente.

Ninguna casa comercial tiene estudios de eficiencia de los filtros que están el punzón perforador, solo la medida estándar que es de 3 micras, por favor considerarlo de esta manera.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se consulta con el área usuaria y se indica que se aceptara con eficiencia de 99.999% o de 3 micras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

o 3 micras.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión standard con sistema de seguridad

Especificación técnica:

Cámara de goteo cuenta con membrana que evita el ingreso de aire a la línea cuando se acaba el medicamento y sistema Air Stop.

Se solicita colocar como opcional esta característica, ya que solo la posee una casa comercial

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se aceptará con membrana que evirta el ingreso de aire a la línea cuando se acaba el medicamento en el frasco u otro mecanismo (que funcione en la línea independiente de la bomba) que realice la misma función.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión standard con sistema de seguridad

Especificación técnica:

Con regulador de flujo manual, que posee ranura para inserción de punzón para prevenir contaminación y riesgo de punción al momento de desechar la línea.

La característica solo la posee una casa comercial, por favor considerar la siguiente - Regulador de flujo de precisión en el casete o segmento de silicona, que se cierra automáticamente al abrir la puerta para evitar el flujo libre accidental. Permite fijar manualmente el flujo si se requiere.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se consulta con el área usuaria e indica que la especificación técnica que se requiere es diferente a lo consultado, sin embargo se considerará como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión standard con sistema de seguridad

Especificación técnica:

¿ Con segmento para bombeo de silicona que permite una mejor precisión de la administración del medicamento y una mayor duración del uso de la línea.

¿ Segmento de silicona de longitud aproximada de 10 cm, con diámetro interno de 4 mm y diámetro externo de 6 mm.

Por favor considera ambas características como opcionales y colocar, guardando relación con la primera observación, sistema accionado a pistón que cuenta con toma secundaria para infusión de medicamentos y cámara atrapa burbujas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se consulta al area usuaria y se considerará como opcional esta especificación técnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión standard con sistema de seguridad

Especificación técnica:

Método de esterilización: Oxido de Etileno

Dado que lo importante es asegurar la esterilidad del producto, se sugiere eliminar óxido de etileno o colocarlo como opcional y agregar también esterilización por radiación, la cual es mucha más efectiva inclusive.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se realiza la consulta con el área usuaria y se aceptara Oxido de etileno o radiación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

o radiación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 µm, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión con filtro de 0.2 µm

Especificación técnica:

Con segmento para bomba de silicona

Por favor considerar también con casete accionado a pistón

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se consulta con el área usuaria y se indica que se aceptara con sistema segmento para bombeo de silicona o casette.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

o casette

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 µm, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión con filtro de 0.2 µm

Especificación técnica:

El perforador o punzón tiene un canal de evacuación y un canal de entrada de aire que tiene un filtro antibacteriano y antiviral con una eficiencia mínima de 99.999% para asegurar la protección del paciente.

Ninguna casa comercial tiene estudios de eficiencia de los filtros que están el punzón perforador, solo la medida estándar que es de 3 micras, por favor considerarlo de esta manera

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se consulta con el área usuaria y se indica que se aceptara con eficiencia de 99.999% o de 3 micras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

o de 3 micras

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 µm, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión con filtro de 0.2 µm

Especificación técnica:

Cámara de goteo cuenta con membrana que evita el ingreso de aire a la línea cuando se acaba el medicamento y sistema Air Stop.

Se solicita colocar como opcional esta característica, ya que solo la posee una casa comercial.

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se aceptará con membrana que evirta el ingreso de aire a la línea cuando se acaba el medicamento en el frasco u otro mecanismo (que funcione en la línea independiente de la bomba) que realice la misma función

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión con filtro de 0.2 μ m

Especificación técnica:

Con regular de flujo manual, que posee ranura para inserción de punzón para prevenir contaminación y riesgo de punción al momento de desechar la línea.

La característica solo la posee una casa comercial, por favor considerar la siguiente - Regulador de flujo de precisión en el casete o segmento de silicona, que se cierra automáticamente al abrir la puerta para evitar el flujo libre accidental. Permite fijar manualmente el flujo si se requiere.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se consulta con el área usuaria e indica que la especificación técnica que se requiere es diferente a lo consultado, sin embargo se considerará como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión con filtro de 0.2 μ m

Especificación técnica:

¿ Con segmento para bombeo de silicona que permite una mejor precisión de la administración del medicamento y una mayor duración del uso de la línea.

¿ Segmento de silicona de longitud aproximada de 10 cm, con diámetro interno de 4 mm y diámetro externo de 6 mm.

Por favor considera ambas características como opcionales y colocar, guardando relación con la primera observación, sistema accionado a pistón que cuenta con toma secundaria para infusión de medicamentos y cámara atrapa burbujas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se consulta al area usuaria y se considerará como opcional esta especificación técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

opcional esta especificación técnica.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión con filtro de 0.2 μ m

Especificación técnica:

Método de esterilización: oxido de Etileno

Dado que lo importante es asegurar la esterilidad del producto, se sugiere eliminar óxido de etileno o colocarlo como opcional y agregar también esterilización por radiación, la cual es mucha más efectiva inclusive

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se realiza la consulta con el área usuaria y se aceptara Oxido de etileno o radiación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

o radiación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión con filtro de 0.2 μ m

Especificación técnica:

Contiene filtro de infusión Sterifix de 0.2 μ m

Se solicita retirar Sterifix, ya que es una marca patentada y solo la posee una casa comercial. Solo solicitar que contenga filtro de infusión de 0.2 micras.

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se consulta con el área usuaria y se considerará como opcional esta especificación técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

opcional esta especificación técnica.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión opaca con conector

Especificación técnica:

Material de poliuretano color anaranjado, libre de DEHP y libre de látex.

Por favor también considerar: PVC*Polietileno coextruido libre de DEHP, libre de látex

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se realiza la consulta al área usuaria y se indica que se requiere que esta línea sea libre de PVC, así mismo se indica que existe pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión opaca con conector

Especificación técnica:

Con segmento para bombeo de silicona.

Por favor considerar también con casete accionado a pistón

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se consulta con el área usuaria y se indica que se aceptara con sistema segmento para bombeo de silicona o casette.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

o casette.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión opaca con conector

Especificación técnica:

El perforador o punzón tiene un canal de evacuación y un canal de entrada de aire que tiene un filtro antibacteriano y antiviral con una eficiencia mínima de 99.999% para asegurar la protección del paciente.

Ninguna casa comercial tiene estudios de eficiencia de los filtros que están el punzón perforador, solo la medida estándar que es de 3 micras, por favor considerarlo de esta manera.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se consulta con el área usuaria y se indica que se aceptara con eficiencia de 99.999% o de 3 micras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

o de 3 micras.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión opaca con conector

Especificación técnica:

La cámara de goteo cuenta con anillo ergonómico que permite mejor agarre y previene el deslizamiento, mejorando la seguridad en la manipulación de la línea.

Por favor considerar Cámara de goteo flexible con marca de nivel que permite la visualización del flujo y con filtro de 15 micrones para partículas extrañas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se consulta con el área usuaria e indica que la especificación tecnica se considerará como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión opaca con conector

Especificación técnica:

Cámara de goteo cuenta con membrana que evita el ingreso de aire a la línea cuando se acaba el medicamento y sistema Air Stop.

Se solicita colocar como opcional esta característica, ya que solo la posee una casa comercial.

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se aceptará con membrana que evirta el ingreso de aire a la línea cuando se acaba el medicamento en el frasco u otro mecanismo (que funcione en la línea independiente de la bomba) que realice la misma función

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 µm, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión opaca con conector

Especificación técnica:

Con Regulador de flujo manual, que posee ranura para inserción de punzón para prevenir contaminación y riesgo de punción al momento de desechar la línea.

La característica solo la posee una casa comercial, por favor considerar la siguiente - Regulador de flujo de precisión en el casete o segmento de silicona, que se cierra automáticamente al abrir la puerta para evitar el flujo libre accidental. Permite fijar manualmente el flujo si se requiere.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se consulta al area usuaria y se considerará como opcional esta especificación técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

opcional esta especificación técnica.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión opaca con conector

Especificación técnica:

¿ Con segmento para bombeo de silicona, que permite una mejor precisión de la administración del medicamento y una mayor duración del uso de la línea.

¿ Segmento de silicona de longitud aproximada de 10 cm, con diámetro interno de 4 mm y diámetro externo de 6 mm.

Por favor considera ambas características como opcionales y colocar, guardando relación con la primera observación, sistema accionado a pistón que cuenta con toma secundaria para infusión de medicamentos y cámara atrapa burbujas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se consulta al area usuaria y se considerará como opcional esta especificación técnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

como opcional esta especificación técnica.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Línea para bomba de infusión opaca con conector

Especificación técnica:

Método de Esterilización: Oxido de Etileno

Dado que lo importante es asegurar la esterilidad del producto, se sugiere eliminar óxido de etileno o colocarlo como opcional y agregar también esterilización por radiación, la cual es mucha más efectiva inclusive.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se realiza la consulta con el área usuaria y se aceptara Oxido de etileno o radiación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

o radiación

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

1.9 Plazo de entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma de la notificación de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

En el Numeral 11 de la pág. 26 indican Plazo de entrega de 05 días calendarios a partir de la firma de contrato.

Solicitamos al comité confirmar que el plazo de entrega será contabilizado a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1.9

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se requiere el plazo de entrega de 07 días calendarios a partir de la firma del contrato, esto debido a la necesidad de contar con los insumos y bombas a la brevedad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-22-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON FILTRO DE 0.2 μ m, LÍNEA PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIN BURETA Y CONECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD, LÍNEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR, PARA LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20537758377

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : ICU MEDICAL PERU S.R.L.

Hora de envío : 22:59:19

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

1.9 Plazo de entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma de la notificación de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Solicitamos considerar un plazo de entrega de 07 días calendarios considerando que los principales proveedores estamos en Lima y muchas veces las órdenes de compra son notificadas los días viernes descontando el sábado y domingo del plazo de entrega.

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1.9

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se requiere el plazo de entrega de 07 días calendarios a partir de la firma del contrato, esto debido a la necesidad de contar con los insumos y bombas a la brevedad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null