

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
Nomenclatura :	AS-SM-32-2023-UNCP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20557098403	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	INNOVACION GANADERA S.A.C.	Hora de envío :	13:00:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se consulta amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria indicar si pueden aceptar como ALTERNATIVA a lo solicitado las siguientes características que cumplen con la aplicación requerida y brindan mayor flexibilidad al usuario:

- Dimensiones: Tamaño externo (largo x ancho x alto) 39.8cm x 28 cm x 25.7cm.
- Rango de Gradiente: 30 a 99 º
- Rango de Temperatura de cubierta o tapa: 30 °C a 110°C. , cuando la temperatura establecida es inferior a 30 °, la tapa térmica se cerrará automáticamente
- Rango de Temperatura del bloque: 4 °C a 105°C.
- Calentamiento de bloque térmico: tecnología peltier
- Rango diferencial de temperatura: 1 a 42 º
- Precisión de Temperatura: º0,5 °C.
- Uniformidad de Temperatura: º1 °C
- tasa de calentamiento máximo: de 50°C a 90°C no menor de 2.5°C/seg.
- tasa de enfriamiento máximo: de 90°C a 50°C no menor de 2.0°C/ seg.
- Interface o puertos: USB, utilizadas para actualizaciones de software.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

- _Dimensiones, se acepta la propuesta (largo x ancho x alto) 39.8cm x 28 cm x 25.7cm.
 - El rango de gradiente: 30-99 º, se mantiene lo solicitado en la EE.TT ya que cubre la necesidad del área usuaria.
 - El rango de temperatura de cubierta de tapa, ya se está considerando este rango en las EE. TT (30 °C a 110°C) en caso el equipo tenga una mejor tecnología no invalidará su oferta siempre en cuando se encuentre en este rango.
 - El rango de temperatura del bloque térmico, se aceptará la propuesta de 0 °C a 105°C.
 - Calentamiento de bloque térmico, ya se está considerando en las EE. TT.
 - Rango diferencial de temperatura, la precisión de la temperatura, uniformidad de Temperatura no se han considerado en las especificaciones técnicas.
 - La tasa de calentamiento se acoge parcial su propuesta, el rango menor será de: aprox. 2.5 -10°C/s.
 - La tasa de enfriamiento e interfaces, se mantiene las especificaciones técnicas ya que el rango menor es de aprox. 2 -5°C/s.
 - Interfaces: se mantiene lo solicitado por el área usuaria para que pueda utilizar mejor la información que se pueda procesar con el equipo.
- El comité en pleno aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Dimensiones (An x Pr x Al): 25-27 x 41 º 43 x 24.1 - 33 cm o 21.7cm x 24.5 cm x 46.5 cm o 39.8cm x 28 cm x 25.7cm.
- Rango de temperatura del bloque térmico: 4 º99 °C o 0 °C a 105°C.
- Tasa de calentamiento: aprox. 2.5 -10°C/s.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:10:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Folio 19

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TERMOCICLADOR PARA PCR CONVENCIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IV ALCANCEES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

4.1. Especificaciones Técnicas

Dimensiones (An X Pr x Al): 25-27 x 41-42 x 32-33 cm o 21.7cm x 24.5cm x 46.5cm

Consulta:

El equipo con el cual estamos evaluando nuestra participación cuenta con estas dimensiones 26 x 43 x 24.1 cm, a efectos de permitir una mayor participación de postores, ¿aceptaría el Comité de Selección las dimensiones indicadas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

A efectos de permitir una mayor participación se acepta la propuesta, Dimensiones (An X Pr x Al) :26 x 43 x 24.1 cm, El comité en pleno aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Dimensiones (An x Pr x Al): 25-27 x 41 ¿ 43 x 24.1 - 33 cm o 21.7cm x 24.5 cm x 46.5 cm o 39.8cm x 28 cm x 25.7cm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:10:24

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Folio 19

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TERMOCICLADOR PARA PCR CONVENCIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IV ALCANCEES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

4.1. Especificaciones Técnicas

Rango del gradiente: 0.1-30°C

Observación:

A efectos de permitir una mayor participación de postores, solicitamos respetuosamente al Comité de Selección tenga a bien modificar la especificación técnica en mención y solicitar lo siguiente:

Rango del gradiente: 0.1-20°C

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULOS 2 Y 16 LEY N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Rango del gradiente, se mantiene las especificaciones técnicas ya que el rango que se esta solicitando en las especificaciones técnicas ayudaran a cumplir la finalidad de los análisis que pueda realizar en el laboratorio de microbiología.

El comité en pleno NO ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:10:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Folio 20

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TERMOCICLADOR PARA PCR CONVENCIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IV ALCANCEES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

4.4. Adecuaciones

Se debe adaptar al sistema eléctrico que tiene el laboratorio.

Consulta:

A efectos de contar con información clara y precisa para la elaboración de una eventual oferta (pues la modalidad de ejecución es llave en mano), ¿podría el Comité de Selección indicar la situación actual del laboratorio donde se instalará el equipo solicitado? Tales como ubicación, pozo a tierra, tomas eléctricas y demás.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

El laboratorio cuenta con un espacio para su ubicación, tomas eléctricas y demás, sólo se tendría que instalar un pozo a tierra de ser el caso y se precisara mejor en la actualización de los términos de referencia.

El comité en pleno aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se debe adaptar al sistema eléctrico que tiene el laboratorio. (El laboratorio cuenta con un espacio para su ubicación, tomas eléctricas y demás), según marca y modelo del equipo, de ser el caso el contratista deberá instalar un pozo a tierra.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:10:24

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Folio 20

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TERMOCICLADOR PARA PCR CONVENCIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IV ALCANCEES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

4.5. Capacitación

Puesta en marcha del equipo y capacitación al personal docente y administrativo en el laboratorio donde se instale el equipo.

Observación:

Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección tenga a bien suprimir la expresión "y administrativo", pues este tipo de personal no pertenece al laboratorio y por lo tanto no manipulará el equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULOS 2 Y 16 LEY N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Respecto a la expresión " Y administrativo", se aclara que, se refiere al personal técnico encargado del laboratorio quien también maneja el equipo, por lo que no se acoge la observación.

El comité en pleno NO ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	13:47:08

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"Respecto al ITEM 2: TERMOCICLADOR PARA PCR CONVENCIONAL, en IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en 4.1 Especificaciones Técnicas mencionan:

- Rango de temperatura del gradiente: 30-99°C o rango de temperatura de gradiente de 4°C-100°C.
- Rango de temperatura del bloque térmico: 4-99°C o 0°C a 100°C.

El rango de temperatura en termocicladores con mejora tecnológica tienen el MISMO RANGO DE TEMPERATURA del bloque y del gradiente y denominan a esta característica como RANGO DE TEMPERATURA. Se consulta al comité especial en coordinación con el área usuaria INDICAR si aceptaría el RANGO DE TEMPERATURA: 0°C A 100°C, para ambas características, siendo ello una mejora a las características técnicas del bien y no generan costo adicional a la Entidad."

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III-3.1 Literal: ITEM 2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Rango de temperatura del bloque y del gradiente, se acepta la propuesta, RANGO DE TEMPERATURA: 0°C A 100°C, para ambas características, siendo una mejora de las características.

El comité en pleno aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Rango de temperatura del gradiente: 30-99 °C o rango de temperatura de gradiente de 0°C-100°C
- Rango de temperatura del bloque térmico: 4¿99 °C o 0 °C a 105°C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	13:47:08

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

"Respecto al ITEM 2: TERMOCICLADOR PARA PCR CONVENCIONAL, en IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en 4.1 Especificaciones Técnicas mencionan:

- Modo de calentamiento: estándar.
- Calentamiento del bloque térmico tecnología de triple circuito o peltier.

Se consulta al comité especial en coordinación con el área usuaria INDICAR si el MODO DE CALENTAMIENTO ""estándar"" se refiere a MÉTODOS DE CORRIDA estándar o se refiere a MODO DE CALENTAMIENTO peltier.

"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III-3.1 **Literal:** ITEM 2 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Rango de temperatura del bloque y del gradiente, se acepta la propuesta, RANGO DE TEMPERATURA: 0°C A 100°C, para ambas características, siendo una mejora de las características.

El comité en pleno aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Rango de temperatura del gradiente: 30-99 °C o rango de temperatura de gradiente de 0°C-100°C

-Rango de temperatura del bloque térmico: 4¿99 °C o 0 °C a 105°C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	13:47:08

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"En el numeral 2.2.1.1 se solicita como documentación obligatoria inciso d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo 3). Observamos que no están solicitando sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas con la presentación de Brochures, folletos, catálogos u otra documentación complementaria adicional, emitida por el fabricante para acreditar que el producto ofertado cumple con las especificaciones técnicas. Por lo que solicitamos respetuosamente al comité de selección en coordinación con el área usuaria se solicite presentar Brochures, folletos, catálogos, carta emitida por el fabricante u otra documentación u otra documentación complementaria adicional, emitida por el fabricante para con el fin de acreditar que el producto ofertado cumple con las especificaciones técnicas y precisar de manera clara y detallada las características técnicas que deben ser sustentadas mediante Brochures, folletos, catálogos, carta emitida por el fabricante u otra documentación, con el fin de evitar confusiones y que la información sea clara para cada postor."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:
Como área usuaria no solicitamos se acredite alguna característica en particular ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas se verificaran al momento de la entrega del bien, pero en cas el postor presente brochure, folletos y otros no descalificara su oferta. Por otro lado el comité en pleno manifiesta que por historial de la contratación ratifica lo descrito por el área usuaria
El comité en pleno aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:54:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dice: Dimensiones (AnxPrxAl): 25-27 x 41-42x 32 - 33 cm o 21.7 cm x 24.5 cm x 46.5 cm

Solicitamos al distinguido comite aceptar dimensiones de acuerdo a fabricante para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se mantiene las especificaciones técnicas, cada fabricante define sus dimensiones y es necesario conocerlas ya que el laboratorio de microbiología cuenta con un espacio definido y así poder evitar inconvenientes al momento de la entrega del bien.

El comité en pleno aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:54:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Dice: Peso: 10-12 kg

Solicitamos al distinguido comité aceptar peso de acuerdo a fabricante para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se mantiene las especificaciones técnicas, cada fabricante define el peso del equipo que es proporcional a sus dimensiones y es necesario conocerlas ya que el laboratorio de microbiología cuenta con un espacio definido y así poder evitar inconvenientes al momento de la entrega del bien.

El comité en pleno aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:54:45

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Dice: Bloque con gradiente de temperatura: 12 filas

Solicitamos al distinguido comité aceptar de 6 a 12 filas o de acuerdo a fabricante para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se mantiene las especificaciones técnicas, ya que el numero de filas solicitadas en las especificaciones técnicas son necesarias para los ensayos que se realice en este laboratorio.

El comité en pleno aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:54:45

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dice: Homogeneidad del bloque: 20-72 °C95 "C95° \pm 0.2-0,3°C \pm 0.3-0.4"C o Uniformidad del bloque<0.5°C)20 segundos despues de llegar a los 95°C)

Solicitamos al distinguido comite aceptar \pm 0.2 \pm (30s luego de alcanzar 55 , 72 y 95 \pm respectivamente \pm o de acuerdo a fabricante para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

Se mantiene las especificaciones técnicas, ya que la rapidez de alcanzar lo 95° C, ayudará al personal técnico realizar sus ensayos con mayor rapidez.

El comité en pleno aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO SANIDAD ANIMAL NUTRICION ANIMAL Y MICROBIOLOGIA DE FACULTAD DE ZOOTECNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI NRO 250506

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:54:45

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Dice: Exactitud de la temperatura de bloque $\pm 0.15-0.2^{\circ}\text{C}$ o $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$

Solicitamos al distinguido comité aceptar temperatura de bloque de acuerdo a fabricante para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 002-2024-DFZ/UNCP y el OFICIO N° 009-NMS-FZ-UNCP donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:
se mantiene las especificaciones técnicas, ya que se necesita conocer la temperatura de bloque exacta.
El comité en pleno aclara la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null