

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20549445439

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Hora de envío : 18:15:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el capítulo número III, numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -6 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR ¿ 6.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, de la pág. 21 se solicita: VIH 1 ¿ P24

Documentos: Certificados de análisis - inserto del producto ¿ Hoja de seguridad ¿ Certificado de calidad ¿ Certificado de Garantía emitida por la marca del fabricante.

Solicitamos muy amablemente al comité especial, se retire hoja de seguridad ¿ certificado de análisis - certificado de garantía y pueda ser reemplazado por ISO 13485 , ya que este cumple con la función de garantía de calidad de fábrica y este mismo es un documento de presentación obligatoria, siendo un documento que usualmente sustenta las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

S e aclara, la consulta sobre el capitulo numero III, numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS - 6 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR; 6.1.1 CARACETRISTICAS TECNICAS, VIH 1 -2 P24 Documentos:- Certificado de analisis;- Inserto del producto; - Hoja de seguridad; - Certificado de calidad; - Certificado de Garantia emitida por la marca del Fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 18:15:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el capítulo número III, numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 6 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR ¿ 6.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS, de la pág. 21 se solicita: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B (HBsAg II), EN BASES.

Solicitamos muy amablemente al comité especial, aclarar esta parte, como solo HBsAg (Antígeno de superficie australiano para hepatitis B, donde se entiende el ¿II¿ como u error de escritura, ya que en nuestra presentación y otras a nivel comercial, no se escribe de la manera solicitada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la consulta, y se corrige el error de escritura donde dice: (HBsAg II) y debe decir: (HBsAg), se realizara la correccion en las especificaciones tecnicas y bases de corresponder.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20549445439

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Hora de envío : 18:15:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el capítulo número III, numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, de la pág. 26, se solicita: Copia simple del rotulado de los envases inmediato, mediato y de inserto u hoja de instrucción de uso o manual, según lo autorizado en su Registro Sanitario.

Solicitamos muy amablemente al comité especial, permita sustentar la información requerida respecto a inserto mediante Carta de fabricante en Jurada de Cumplimiento. Respecto al rotulado, debido a que el reactivo viene sellado de fábrica, solicitamos se acepte copia simple del envase mediato o secundario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, con respecto a la consulta sobre los REQUISITOS DE CALIFICACION: copia simple del rotulado de los envases inmediato, mediato y de inserto u hoja de instrucción de uso o manual según lo autorizado se aceptara la sustentacion de la informacion requerida respecto a inserto mediante Carta de fabricante en Declaracion Jurada de Cumplimiento. y copia simple del envase mediato o secundario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 18:15:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el capítulo número III, numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 7.2 de la pág. 24, se solicita, PLAZO DE ENTREGA: será dentro de los 05 días de calendario, posterior a la notificación de la orden de compra y/o contrato, lo que se dé primero.

Solicitamos muy amablemente al comité especial, que se pueda otorgar el plazo de entrega, como mínimo dentro de los 10 días hábiles, puesto que la DITANCIA AL CENTRO DESDE ALMACÉN Y LOS TIEMPOS DE IMPORTANCIÓN es un factor importante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta, Con respecto a la consulta se ampliara el tiempo de plazo de entrega a 10 dias calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 18:15:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el capítulo número III, numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 7.2 de la pág. 24, se solicita: Excepcionalmente, para reactivo que por sus propiedades biológicas, físicas y químicas no pueden cumplir con la vigencia mínima establecida podrán presentar vigencias menores, siempre que estas no sean inferiores al 60% del tiempo de vida útil especificado para el producto y declarado por el fabricante. Está situación deberá encontrarse debidamente sustentada en la propuesta técnica, lo que será evaluado por el comité de selección o por el órgano encargado de las contrataciones¿¿

Para el caso particular de no cumplir con las fechas establecidas en las bases (18 meses), solicitamos se permita ingresar los reactivos con carta de compromiso de canje por vencimiento con las mismas condiciones que oferta el producto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, Con respecto a la consulta , se aceptaran reactivos con una vigencia minima de 6 meses y en caso de los reactivos con fecha menor deberan ser acompañados de una carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20549445439

Nombre o Razón social : VIKMAR S.A.C.

Fecha de envío : 22/06/2023

Hora de envío : 18:15:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el capítulo número III, Numeral 6.1 Características y condiciones.

Se solicita: Documentos, lo que se entiende como sustentos a los requerimientos técnicos y de calidad. Para esto solicitamos al comité pueda considerar carta de fabricante que consigne: PRESENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS, METODOLOGÍA, MUESTRA BIOLÓGICA; junto al anexo 3.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, Con respecto a la consulta sera parte de los documentos de admision la carta de fabricante que consigne: Presentacion, Caracteristicas, Metodologia, Muestra Biologica; ello adjunto al anexo 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:02:44

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dentro de las características de los ítems del presente proceso solicitan: ¿El kit contiene reactivos listos para usar, además de Controles, calibradores ¿¿, con el fin de disminuir los tiempos de preparación, agilizar la emisión de resultados y evitar reconstitución de productos liofilizados (lo cual puede ocasionar errores preanalíticos) se solicita amablemente al Comité incluir los complementos dentro de las características Listos para Usar, de esta manera el enunciado sea: ¿El kit contiene reactivos, además de Controles y calibradores listos para usar¿¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, Con respecto a la consulta de las características de cada ítem se considera aceptar la consulta, se solicitara contoles y calibradores listos para usar .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:02:44

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la página 21 del presente proceso, en el ítem 1 (VIH 1-2 METODO QUIMIOLUMINISCENCIA), con la finalidad de mejorar la calidad de los resultados y del periodo ventana se solicita amablemente al Comité incluir la característica: ¿Limite de detección medio para el antígeno p24 del VIH-1 de 18.06 pg/ml, según el panel HIV-Ag 2003 AFSSAPS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, con respecto a la consulta se incluíra la característica: Limite de deteccion media para el antígeno p 24 del VIH 1 de 18.06 pg/ml según el panel HIV - Ag 2003 AFSSAPS o Pasteur o Sensibilidad Analítica de < 2 UI/ml frente al Ag p24 con reactivo de referencia internacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:02:44

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la página 21 del presente proceso, en el ítem 1 (VIH 1-2 METODO QUIMIOLUMINISCENCIA), para tener una mayor seguridad en los resultados y elevar la calidad del control de calidad para este ensayo, se solicita amablemente al Comité incluir dentro de las características ¿Incluir Cuatro (04) niveles de controles (01 control negativo y 03 controles positivos).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara , con respecto a la consulta se incluire la característica: cuatro (04) niveles de controles (01 control negativo y 03 controles positivos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:02:44

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la página 21 del presente proceso, en el ítem 5 (HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE TSH), se solicita amablemente al Comité añadir la característica de Sensibilidad Analítica menor o igual a 0.0025 uUI/ml, de esta manera beneficiar a los pacientes con hipertiroidismo y al laboratorio al brindar un mejor diagnóstico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, con respecto a la consulta se incluíra en el ítem 5 (HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE TSH) la característica: Limite de Sensibilidad Analítica: 0.0025uU/ml - 0.006uU/ml.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:02:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la página 21 del presente proceso, en el ítem 6 (HORMONA TIROXINA T4 LIBRE AUTOMATIZADA), dentro de la descripción del ítem se mencionan características con el título de FOLATO y Acido Fólico, por ello solicitamos amablemente al Comité pueda aclararlo y definir lo correspondiente al ítem señalado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, Con respecto a la consulta el ítem 6 corresponde a la HORMONA TIROXINA (T4) LIBRE, el mismo que será corregido en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:02:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la página 22 del presente proceso, en el ítem 9 (TROPONINA I QUIMIOLUMINISCENCIA), se solicita amablemente al Comité solicitarlo como TROPONINA I DE ALTA SENSIBILIDAD, esto con la finalidad de mejorar la ayuda en el diagnostico del infarto al miocardio y en la valoración del pronostico relacionado con las causas de mortalidad y problemas cardiacos graves, como el infarto de miocardio, la revascularización y la muerte cardiaca en pacientes que presentan síntomas que sugieren síndrome coronario agudo, además que el ensayo de alta sensibilidad puede detectar concentraciones elevadas en las 3 horas siguientes al inicio del dolor torácico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, con respecto a la consulta del ítem 9 corresponde a TROPONINA I QUIMIOLUMINISCENCIA y/o TROPONINA I DE ALTA SENSIBILIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:02:44

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Dentro del presente proceso no se mencionan las Especificaciones Técnicas del analizador de quimioluminiscencia que la entidad requiere, por ello se solicita amablemente al Comité que se pueda adjuntar las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con respecto a la consulta, se revisara y añadira en las Especificaciones Tecnicas, las modificaciones y se visualizaran en las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 22/06/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 20:02:44

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la pagina 15 del presente proceso, en el apartado 1.9 Plazo de Entrega, solicitan un plazo de 05 días calendarios, debido a los tiempos que se toma en la importación de los productos, el desaduanaje y la distribución interna se solicita amablemente al Comité se pueda ampliar a 15 días calendarios posterior a la notificación de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, Con respecto a la consulta se ampliara el tiempo de plazo de entrega a 10 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:02:44

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la pagina 27 del presente proceso, en el apartado Experiencia del Postor, dentro de los requisitos para acreditar experiencia del postor consideran bienes similares a los siguientes: Venta de material medico de uso hospitalario realizado a hospitales, clínicas, y centros de salud especializados; se consulta al Comité puedan detallarnos que tipo de materiales médicos consideran, y si se encuentran dentro de este grupo los Reactivos de Laboratorio de uso en equipos automatizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, con respecto a su consulta de la experiencia del postor, se considera bienes similares a lo siguiente: Venta de material médico de uso hospitalario realizado a hospitales, clínicas y centros de salud especializados, y/o los reactivos de Laboratorio en general de uso en equipos automatizados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:02:44

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la pagina 24 del presente proceso, en el apartado 7.1 (Garantía Comercial), solicitan: ¿La vigencia mínima del reactivo deberá ser igual o mayor a dieciocho (18) meses al momento de su fecha de entrega ¿?; debido a las características propias de fabricación de cada marca en reactivos de laboratorio para uso dentro de equipos automatizados los tiempos de vigencia son mas cortos del solicitado, por ello se solicita amablemente al Comité que pueda aceptar una vigencia mínima de 06 meses, y en caso de los reactivos con fecha de 04 meses se acompañen con una carta de compromiso de canje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, Con respecto a la consulta , se aceptaran reactivos con una vigencia minima de 6 meses y en caso de los reactivos con fecha menor deberan ser acompañados de una carta de compromiso de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 23/06/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 23:32:33

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitan una vigencia mínima de 2 años. Consultamos amablemente a comité si aceptará para la entrega : "productos de menor vigencia acompañada de la carta de compromiso de canje."

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, Con respecto a la consulta , se aceptaran reactivos con una vigencia minima de 6 meses y en caso de los reactivos con fecha menor deberan ser acompañados de una carta de compromiso de canje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 23/06/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 23:32:33

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aceptar documentos emitidos por el fabricante par acreditar las especificaciones tecnicas tanto del reactivo y del equipo.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, Con respecto a la consulta, se adjuntara al ANEXO 3, como parte de los documentos de admision documentos emitidos por el fabricante para acreditar las especificaciones tecnicas tanto del reactivo y del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE INMUNOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 23/06/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 23:35:48

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL POSTOR

Se solicita al comité que acepten como bienes similares para acreditar la experiencia del postor a REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.2

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, con respecto a su consulta de la experiencia del postor, se considera bienes similares a lo siguiente: Venta de material médico de uso hospitalario realizado a hospitales, clínicas y centros de salud especializados, y/o los reactivos de Laboratorio en general de uso en equipos automatizados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null