



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ACTA N° 02-2024-AS:13-2024-GR.LAMB/GERESA-II

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS,
CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:**

En Chiclayo, a los 27 días del mes de agosto del año 2024, en la Oficina de Logística, a las 08:00 horas, se reunió el Órgano Encargado de las Contrataciones designado mediante RESOLUCION JEFATURAL N° 000236-2024-GR.LAMB/GERESA-OEAD [515288455-27], encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 13-2024-GR.LAMB/GERESA-II, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO COLESTEROL HDL 1 DET, PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE, a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas, CALIFICACIÓN de las ofertas y otorgamiento de la buena pro, correspondiente según orden de prelación.

1. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES:

De acuerdo con el cronograma establecido en el SEACE, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento
1	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	2024-08-14 12:31:24.0
2	20515412353	MEDIC LINE LAB S.R.L.	2024-08-20 12:49:05.0
3	20518745876	LABSYSTEMS S.A.C	2024-08-16 12:15:37.0
4	20537139120	DELTALAB PERU S.A.C.	2024-08-15 13:27:36.0
5	20538910717	UNIMEDILAB S.A.C.	2024-08-14 11:56:48.0
6	20544150104	MEDICAL ISVIL S.A.C.	2024-08-15 17:45:58.0
7	20563090805	BIOASSAY PERU S.A.C.	2024-08-15 22:42:03.0
8	20600481593	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	2024-08-15 17:55:21.0
9	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	2024-08-20 19:36:48.0

2. DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en el cronograma, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas:

Nro.	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Estado
1	20538910717	UNIMEDILAB S.A.C.	23/08/2024 18:58:30	Válido
2	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	23/08/2024 18:02:16	Válido
3	20537139120	DELTALAB PERU S.A.C.	23/08/2024 17:09:07	Válido
4	20544150104	MEDICAL ISVIL S.A.C.	23/08/2024 21:06:07	Válido
5	20518745876	LABSYSTEMS S.A.C	23/08/2024 18:44:05	Válido
6	20515412353	MEDIC LINE LAB S.R.L.	23/08/2024 22:14:27	Válido





GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases, para lo cual se solicitó apoyo a el área que cuente con los conocimientos técnicos sobre el tema, mediante INFORME N° 000223-2024-GR.LAMB/GERESA-OEAD-OFLO [515288455-37].

3. ADMISIÓN DE OFERTAS.

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4	POSTOR 5	POSTOR 6
	Unimedilab S.A.C.	Sistemas Analíticos SRL	Deltalab Perú S.A.C.	Medical Isvil S.A.C.	Labsystems S.A.C.	Medic Line Lab S.R.L.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	Oferta calibrador por cada 5 kit (no por cada kit, como se requiere en las bases integradas)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e) Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento vigente, a nombre del proveedor, emitido por la DIGEMID como ANM o por la ARM, según corresponda, de acuerdo a la legislación y normatividad vigente. Sólo en el caso que el proveedor sea el laboratorio nacional fabricante del bien, se presentará la copia simple del Certificado de BPM.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f) Buenas Prácticas de Distribución y Transporte - BPDV vigente, de acuerdo a la legislación y normatividad vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o por la ARM, según corresponda	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g) Buenas Prácticas de Manufactura vigente - BPM, que comprenda las áreas para la fabricación del bien ofertado, emitido por la DIGEMID como ANM, o por la autoridad sanitaria o entidad competente de los países de alta vigilancia sanitaria, de acuerdo a la legislación y normativa vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No Presenta Traducción	CUMPLE	CUMPLE





GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

h) Registro sanitario o Certificado de registro sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM, de acuerdo a la legislación y normatividad vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
i) Certificado de análisis o Protocolo de análisis del bien ofertado de acuerdo a la Farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No Presenta Traducción	CUMPLE	CUMPLE
j) Rotulados de envases inmediato, mediano e inserto, de acuerdo a lo autorizado en el registro sanitario del bien ofertado, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	Según la validación técnica, en el inserto no se evidencia que el reactivo cumpla con la característica de 1 mL	CUMPLE	Según la validación técnica, en el inserto no se evidencia que el reactivo cumpla con la característica de 1 mL	Según la validación técnica, en el inserto no se evidencia que el reactivo cumpla con la característica de 1 mL
l) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	10 D.C.	25 D.C.	10 D.C.	10 D.C.	10 D.C.	20 D.C.
m) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
n) El precio de la oferta en Soles.	S/ 257,600.00	S/ 298,900.00	S/ 103,600.00	S/ 324,100.00	S/ 308,000.00	S/ 532,000.00
RESULTADO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO

4. DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS.

Mediante OFICIO N° 000411-2024-GR.LAMB/GERESA-L-LRSPL [515288455-38], el Jefe de Laboratorio Referencial, hace llegar la validación técnica, en la cual las siguientes ofertas no cumplen con las características técnicas:

N°	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Consignar las razones para su no admisión
1	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Según folio 36 de su propuesta, ofrecen calibrador por cada 5 kit (no por cada kit, como se requiere en las bases integradas)
2	20537139120	DELTALAB PERU S.A.C.	Según la validación técnica, en el inserto no se evidencia que el reactivo cumpla con la característica de 1 mL (Folio 56 de su propuesta)





GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

3	20544150104	MEDICAL ISVIL S.A.C.	Según el Artículo 59 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que “Los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado , según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos”. El BPM y Certificado de Análisis no presenta la traducción.
4	20518745876	LABSYSTEMS S.A.C	Según la validación técnica, en el inserto no se evidencia que el reactivo cumpla con la característica de 1 mL (Folio 34 de su propuesta)
5	20515412353	MEDIC LINE LAB S.R.L.	Según la validación técnica, en el inserto no se evidencia que el reactivo cumpla con la característica de 1 mL (Folio 38 de su propuesta)

5. DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS.

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nro.	RUC	Nombre o Razón Social	Ítems
1	20538910717	UNIMEDILAB S.A.C.	1

6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Se procedió a realizar la evaluación, según los factores establecidos en las Bases Integradas, obteniendo los siguientes resultados:

Nº	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA S/.	PUNTAJE PROPUESTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	MYPE	BON	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
1	UNIMEDILAB S.A.C.	S/ 257,600.00	90.00	10.00	NO	0.00	100.00	1

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

ORDEN DE PRELACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA S/.	PUNTAJE TOTAL
1	UNIMEDILAB S.A.C.	S/ 257,600.00	100.00





GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

8. CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el Órgano Encargado de las Contrataciones, evaluó según el orden de prelación, si los postores cumplen con los requisitos de calificación detallados en las bases:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
	CAPACIDAD LEGAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR	
	AUTORIZ. SANITARIA DE FUNC.	S/. 338,100.00	MYPE: S/. 28,175.00
UNIMEDILAB S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	

9. RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

ORDEN DE PRELACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA S/.
1	UNIMEDILAB S.A.C.	S/ 257,600.00

10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

ORDEN DE PRELACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA S/.
1	UNIMEDILAB S.A.C.	S/ 257,600.00

Siendo las 10:00 horas del mismo día, se da por aprobados los resultados de la presente acta.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Lic. Adm. Anthony J. Quintana Dávila
CLAD. N° 09444
JEFE DE LOGÍSTICA

ANEXO 1

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LAMBAYEQUE

CHICLAYO, 27 DE AGOSTO DEL 2024

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA (AS) N° 013-2024-GR.LAMB/GERESA-II - Segunda Convocatoria

CUADRO COMPARATIVO

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PROPUESTA ECONOMICA S/.	PUNTAJE PROPUESTA ECONOMICA	PLAZO DE ENTREGA	MYPE	BON	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
1	UNIMEDILAB S.A.C.	S/ 257,600.00	90.00	10.00	NO	0.00	100.00	1

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Lic. Adm. Anthony J. Quintana Dávila
CLAD. N° 09444
JEFE DE LOGISTICA