

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS MULTIPARAMETRO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, BARRIO DE CENTENARIO DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2561031

Ruc/código : 20109350754

Nombre o Razón social : OMEGA PERU SA

Fecha de envío : 31/10/2024

Hora de envío : 16:40:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En referencia al ítem 4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES de la AS N° 29-2024-CSUNASAM-PRIMERA CONVOCATORIA, se indica:

"MULTIPARAMETRO
Especificaciones técnicas [...]

[...]
Conductividad :
-Rango de medición: 10 uS/cm a 2000 mS/cm [...]

Al respecto, el manual del fabricante del producto ofertado indica un rango de medición de 0,0 µS/cm - 200 mS/cm.

Por lo expuesto, con el objetivo de tener mayor pluralidad de postores y/o marcas, solicitamos cordialmente al Comité considerar lo siguiente:

"Rango de medición: 0,0 µS/cm - 200 mS/cm"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, se actualiza característica:
mS/cm o mejor

- Rango de medición: 0,0 µS/cm - 200

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO		
Nomenclatura :	AS-SM-29-2024-CSUNASAM-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOS MULTIPARAMETRO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, BARRIO DE CENTENARIO DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2561031		

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	16:40:42

Consulta: Nro. 2
Consulta/Observación:
En referencia al ítem 4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES de la AS N° 29-2024-CSUNASAM - PRIMERA CONVOCATORIA, se indica:

"MULTIPARAMETRO
Especificaciones técnicas [...]
[...]
Medición de Salinidad :
-Rango de medición: 0 a 80 ppt [...]

Al respecto, el manual del fabricante del producto ofertado indica un rango de medición de 0 - 42 ppt

Por lo expuesto, con el objetivo de tener mayor pluralidad de postores y/o marcas, solicitamos cordialmente al Comité considerar lo siguiente:

"Rango de medición: 0 - 42 ppt"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acepta, porque los trabajos en campo pueden tener niveles altos de agua como las investigaciones que se reslizan y sobrepasan los limites de salinidad mayores a 40
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura :	AS-SM-29-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOS MULTIPARAMETRO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, BARRIO DE CENTENARIO DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2561031

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	16:40:42

Consulta: Nro. 3
Consulta/Observación:
En referencia al ítem 4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL de la AS N° 24-2024-CSUNASAM -PRIMERA CONVOCATORIA, se indica:

"DESCRIPCION Y CANTIDAD DE BIENES

Prestación Principal

- 02 Multiparámetros
- 02 Sonómetros [...]

Al respecto, por tratarse de un procedimiento convocado por paquete y al no contarse necesariamente con ambos equipos, solicitamos se puedan cotizar independiente cada equipo, para que la adquisición sea más rápida con el tiempo de entrega y para que haya una mayor cantidad de postores y/o marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El proceso solo corresponde a 2 multiparametros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null