

ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
LICITACION PUBLICA LP-SM-3-2023-GSRCH-1
PRIMERA CONVOCATORIA

En la ciudad de Andahuaylas, a los tres días del mes de noviembre del año 2023, en la Oficina de la Dirección de Abastecimientos SS.AA de la Gerencia Sub Regional Chanka del Gobierno Regional de Apurímac, a las ocho horas, se constituye el Comité de Selección designados mediante Resolución Administrativa N° 101-2023-GRA-GSRCH-SGADM, estando presentes los siguientes miembros, Presidente el ING. JOSE LUIS MARTINEZ QUISPE, Primer Miembro el ING. PERCY MIURA BADOS LUIS, Segundo Miembro la LIC. YUMI LIZ MORENO ECHAVARRIA, a fin de efectuar la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección de la Licitación Publica LP-SM-03-2023-GSRCH-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL PROYECTO: "ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y ARCO EN C EN EL (LA) HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

La admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, se procede en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y las bases integradas del procedimiento de selección.

El registro de participantes, de acuerdo al cronograma establecido a través de la plataforma del SEACE se registraron de forma electrónica los siguientes participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10104942330	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	26/09/2023	Válido		26/09/2023	10104942330
2	Proveedor con RUC	10739003712	ORBEGOZO VASQUEZ FRANK ERICK	26/09/2023	Válido		26/09/2023	10739003712
3	Proveedor con RUC	20101337261	ROCA S.A.C.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20101337261
4	Proveedor con RUC	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	27/09/2023	Válido		27/09/2023	20102032951
5	Proveedor con RUC	20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20108629909
6	Proveedor con RUC	20110133091	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20110133091
7	Proveedor con RUC	20130329471	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20130329471
8	Proveedor con RUC	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	22/09/2023	Válido		22/09/2023	20155695901
9	Proveedor con RUC	20208310730	MEDELCO SRL	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20208310730
10	Proveedor con RUC	20263368992	CYMED MEDICAL SAC	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20263368992
11	Proveedor con RUC	20333483395	GAMEL S.R.L.	28/09/2023	Válido		28/09/2023	20333483395
12	Proveedor con RUC	20340116055	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	09/10/2023	Válido		09/10/2023	20340116055
13	Proveedor con RUC	20376801927	MEDISONIC S.A.C.	28/09/2023	Válido		28/09/2023	20376801927
14	Proveedor con RUC	20392644556	BIOIMAGEN S.A.C	26/09/2023	Válido		26/09/2023	20392644556
15	Proveedor con RUC	20392988565	CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20392988565
16	Proveedor con RUC	20418933381	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	02/10/2023	Válido		02/10/2023	20418933381
17	Proveedor con RUC	20447790999	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20447790999
18	Proveedor con RUC	20451829913	DBG SOLUCIONES S.A.C	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20451829913
19	Proveedor con RUC	20454094221	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20454094221
20	Proveedor con RUC	20454256141	MEGATECH PERU S.A.C.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20454256141

21	Proveedor con RUC	20462004380	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20462004380
22	Proveedor con RUC	20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20465722119
23	Proveedor con RUC	20490599224	INVERSIONES S`LO STOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/10/2023	Válido		24/10/2023	20490599224
24	Proveedor con RUC	20501645517	VITALTEC S.A.C.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20501645517
25	Proveedor con RUC	20501887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	25/09/2023	Válido		25/09/2023	20501887286
26	Proveedor con RUC	20503919908	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20503919908
27	Proveedor con RUC	20504684025	REPRESENTACIONES UNIMPORT SRL	29/09/2023	Válido		29/09/2023	20504684025
28	Proveedor con RUC	20505126069	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	02/10/2023	Válido		02/10/2023	20505126069
29	Proveedor con RUC	20505463146	HEMOCARE S.A.C.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20505463146
30	Proveedor con RUC	20509173801	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	03/10/2023	Válido		03/10/2023	20509173801
31	Proveedor con RUC	20512900896	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/09/2023	Válido		25/09/2023	20512900896
32	Proveedor con RUC	20515949241	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	03/10/2023	Válido		03/10/2023	20515949241
33	Proveedor con RUC	20520987186	CARDIOMED DEL PERU SAC	22/09/2023	Válido		22/09/2023	20520987186
34	Proveedor con RUC	20524590876	MEDIDEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEDIDEN S.A.C.	25/09/2023	Válido		25/09/2023	20524590876
35	Proveedor con RUC	20524816947	NUCLEO DE INGENIERIA TOTAL Y CONSTRUCCION S.A.C. - NITCON S.A.C.	03/10/2023	Válido		03/10/2023	20524816947
36	Proveedor con RUC	20536941364	TEVIMED S.A.C.	11/10/2023	Válido		11/10/2023	20536941364
37	Proveedor con RUC	20538139689	COMERCIALIZADORA DUBAI E.I.R.L.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20538139689
38	Proveedor con RUC	20538597121	DRAEGER PERU S.A.C.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20538597121
39	Proveedor con RUC	20543424545	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20543424545
40	Proveedor con RUC	20546757472	MANAGER MEDIC EQUIPMENT S.R.L.	03/10/2023	Válido		03/10/2023	20546757472
41	Proveedor con RUC	20548839433	SOLUCIONES MEDICAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20548839433
42	Proveedor con RUC	20553377308	GRUPO TOVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TOVAL S.A.C.	26/09/2023	Válido		26/09/2023	20553377308
43	Proveedor con RUC	20556514004	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	26/09/2023	Válido		26/09/2023	20556514004
44	Proveedor con RUC	20563131846	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20563131846
45	Proveedor con RUC	20566318441	COMEDIC EIRL	03/10/2023	Válido		03/10/2023	20566318441
46	Proveedor con RUC	20600811364	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20600811364
47	Proveedor con RUC	20600999673	COPROAM HA Y JA S.A.C.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20600999673
48	Proveedor con RUC	20601571065	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	22/09/2023	Válido		22/09/2023	20601571065
49	Proveedor con RUC	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	25/09/2023	Válido		25/09/2023	20601586470
50	Proveedor con RUC	20601903637	TECHMED IMPORT S.A.C.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20601903637

51	Proveedor con RUC	20602157912	ATLANTIC MEDIC PERU S.R.L.	20/09/2023	Válido		20/09/2023	20602157912
52	Proveedor con RUC	20602703003	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	09/10/2023	Válido		09/10/2023	20602703003
53	Proveedor con RUC	20602734413	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.	28/09/2023	Válido		28/09/2023	20602734413
54	Proveedor con RUC	20603238029	RUFIO S.A.C.	29/09/2023	Válido		29/09/2023	20603238029
55	Proveedor con RUC	20603344341	INDUSTRIA TECNOLOGICA PERU E.I.R.L.	26/09/2023	Válido		26/09/2023	20603344341
56	Proveedor con RUC	20603346344	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	26/09/2023	Válido		26/09/2023	20603346344
57	Proveedor con RUC	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20603355289
58	Proveedor con RUC	20603460554	CF DISMED S.A.C.	26/09/2023	Válido		26/09/2023	20603460554
59	Proveedor con RUC	20604228639	LOSABRIL S.A.C.	02/10/2023	Válido		02/10/2023	20604228639
60	Proveedor con RUC	20604458944	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	26/09/2023	Válido		26/09/2023	20604458944
61	Proveedor con RUC	20604537372	NOVAMED PERU S.A.C.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20604537372
62	Proveedor con RUC	20606008024	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	26/09/2023	Válido		26/09/2023	20606008024
63	Proveedor con RUC	20606042044	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	26/09/2023	Válido		26/09/2023	20606042044
64	Proveedor con RUC	20607920363	MEGA-MED E.I.R.L.	28/09/2023	Válido		28/09/2023	20607920363
65	Proveedor con RUC	20608739280	HOMINES KOSMOS E.I.R.L.	03/10/2023	Válido		03/10/2023	20608739280
66	Proveedor con RUC	20609358271	GRUPO INVERSIONES HOTEI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	27/09/2023	Válido		27/09/2023	20609358271
67	Proveedor con RUC	20609607123	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	25/09/2023	Válido		25/09/2023	20609607123
68	Proveedor con RUC	20610047549	GLOBAL SUMIMED TECHNOLOGIES S.A.C.	21/09/2023	Válido		21/09/2023	20610047549
69	Proveedor con RUC	20610815341	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	03/10/2023	Válido		03/10/2023	20610815341

Acto seguido se da a conocer la presentación de ofertas de forma electrónica, de los siguientes postores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20538597121	DRAEGER PERU S.A.C.	25/10/2023	19:40:38	20538597121	25/10/2023	19:41:01	Enviado	Valido
2	20130329471	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	25/10/2023	16:30:34	20130329471	25/10/2023	16:31:20	Enviado	Valido
3	20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	25/10/2023	18:12:07	20108629909	25/10/2023	18:17:41	Enviado	Valido
4	20101337261	ROCA S.A.C.	25/10/2023	22:31:52	20101337261	25/10/2023	23:37:35	Enviado	Valido
5	20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	25/10/2023	19:12:23	20465722119	25/10/2023	19:27:35	Enviado	Valido
6	20563131846	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C.	25/10/2023	18:47:16	20563131846	25/10/2023	18:58:43	Enviado	Valido
7	20503919908	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	25/10/2023	15:02:24	20503919908	25/10/2023	15:05:25	Enviado	Valido
8	20454094221	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/10/2023	23:33:59	20454094221	25/10/2023	23:34:24	Enviado	Valido
9	20610047549	GLOBAL SUMIMED TECHNOLOGIES S.A.C.	25/10/2023	17:08:57	20610047549	25/10/2023	17:13:03	Enviado	Valido
10	20604537372	NOVAMED PERU S.A.C.	25/10/2023	18:03:47	20604537372	25/10/2023	18:10:21	Enviado	Valido
11	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	25/10/2023	21:08:21	20102032951	25/10/2023	21:09:02	Enviado	Valido
12	20602734413	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.	25/10/2023	16:18:41	20602734413	25/10/2023	16:30:05	Enviado	Valido
13	20333483395	GAMEL S.R.L.	25/10/2023	21:07:10	20333483395	25/10/2023	21:07:20	Enviado	Valido
14	20418933381	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	25/10/2023	21:06:29	20418933381	25/10/2023	21:07:46	Enviado	Valido
15	20340116055	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	25/10/2023	18:45:05	20340116055	25/10/2023	18:45:56	Enviado	Valido

Se procede con la verificación de la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases del procedimiento de selección y la determinación si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los términos de referencia.

Se determinó lo siguiente:

ITEM 01: MÁQUINA DE ANESTESIA.

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA											ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)	Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados	
		(Anexo N° 1)		(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)						
1	DRAEGER PERU S.A.C RUC: 20538597121	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO
2	ROCA S.A.C RUC: 20101337261	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO
3	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC N°:20454094221	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO

Observaciones:

- Respecto a la **NO ADMISION** del postor **DRAEGER PERU S.A.C.**, se debe a que hay propuestas que no están cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

- En el **SISTEMA NEUMÁTICO**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem B05: MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO POR MEDIO DE SENSOR ELECTRÓNICO PARAMAGNETICO Y SENSOR DE FLUJO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE**

Propuesta del postor:

- **Ítem B05:** MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO POR MEDIO DE SENSOR ELECTRÓNICO PARAMAGNETICO Y SENSOR DE FLUJO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PAG. 251, 252, 253.

De la revisión de las páginas 251, 252 y 253, el postor **NO CUMPLE** con sustentar que el sensor de flujo sea esterilizable en autoclave

- En el **SISTEMA DE MONITOREO**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem E11: MEDICIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR DEL PACIENTE (TOF) VISUALIZADO EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES.**

Propuesta del postor:

- **Ítem E11:** MEDICIÓN DEL BLOQUEO MUSCULAR DEL PACIENTE (TOF) VISUALIZADO EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES. PAG. 388, 389, 390, 391.

De la revisión de la oferta del postor, páginas 388, 389, 390 y 391, el postor **NO CUMPLE** con la especificación técnicas solicitada, por lo que está entregando un monitor independiente y no demuestra que la medición pueda mostrarse en el monitor de funciones vitales.

- En el **SISTEMA DE MONITOREO**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem E14: CONCENTRACION DE AGENTE ANESTESICO INSPIRADO Y ESPIRADO DEBERA SER MENOR A 160 ML/MIN.**

Propuesta del postor:

- **Ítem E14:** CONCENTRACION DE AGENTE ANESTESICO INSPIRADO Y ESPIRADO DEBERA SER MENOR A 160 ML/MIN. PAG. 398, 399, 400, 401.

De la revisión de la oferta del postor, páginas 398, 399, 400 y 401, el postor **NO CUMPLE** con la especificación técnicas solicitada, no demuestra que el flujo de muestreo sea menor a 160 ML/MIN.

- Respecto a la **NO ADMISION** del postor **BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, se debe a que hay propuestas que no están cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

- En el **SISTEMA NEUMÁTICO**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem B05: MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO POR MEDIO DE SENSOR ELECTRÓNICO PARAMAGNETICO Y SENSOR DE FLUJO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.**

Propuesta del postor:

- **Ítem B05:** MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO POR MEDIO DE SENSOR ELECTRÓNICO PARAMAGNETICO Y SENSOR DE FLUJO ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PAG. 14

De la revisión de la oferta del postor, página 14, el postor **NO CUMPLE** con la especificación técnica solicitada, no sustenta que el sensor de flujo sea esterilizable en autoclave.

- En el **SISTEMA NEUMÁTICO**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem B09: SISTEMA ABSORBEDOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) DEPOSITO DE CAL SODADA ESTERILIZARLE Y REHUSABLE.**

Propuesta del postor:

- **Ítem B09:** SISTEMA ABSORBEDOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) DEPOSITO DE CAL SODADA ESTERILIZARLE Y REHUSABLE. PAG. 14.

De la revisión de la oferta del postor, página 14, el postor **NO CUMPLE** con la especificación técnica solicitada, no sustenta que el absorbedor de cal sodada sea esterilizable y reusable.

- En el **SISTEMA NEUMÁTICO**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem B12: SISTEMA QUE MINIMICE LA ACUMULACIÓN Y/O CONDENSACIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA RESPIRATORIO, CUALQUIER MEJORA SE CONSIDERARÁ.**

Propuesta del postor:

- **Ítem B12:** SISTEMA QUE MINIMICE LA ACUMULACIÓN Y/O CONDENSACION DE AGUA EN EL SISTEMA RESPIRATORIO, CUALQUIER MEJORA SE CONSIDERARA. PAG. 14.

De la revisión de la oferta del postor, página 14, el postor **NO CUMPLE** con la especificación técnica solicitada, no sustenta un sistema que minimice la acumulación o condensación del sistema respiratorio.

- En el **SISTEMA DE MONITOREO**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem E01: PANTALLA A COLORES TOUCHSCREEN (TACTIL) COMO MINIMO DE 15 PULGADAS PARA MONITORIZACION DE LOS PARAMETROS DE VENTILACION Y DE ANESTESIA.**

Propuesta del postor:

- **Ítem E01:** PANTALLA A COLORES TOUCHSCREEN (TACTIL) COMO MINIMO DE 15 PULGADAS PARA MONITORIZACION DE LOS PARAMETROS DE VENTILACION Y DE ANESTESIA. PAG 20, 21.

De la revisión de la oferta del postor, página 20 y 21, el postor **NO CUMPLE** con la especificación técnica solicitada, en el sustento se puede evidenciar que la pantalla de los parámetros de ventilación y anestesia (máquina de anestesia) es de 10.4".

- En el **SISTEMA DE MONITOREO**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem E09: MEDICION DE LA PRESION INVASIVA CON VISUALIZACION DE ONDA Y VALOR MEDIDO, CON DOS (02) CANALES DE MEDICION COMO MINIMO CON SELECCIÓN O CONFIGURACION DE AL MENOS LAS SIGUIENTES PRESIONES: PRESION ARTERIAL, PRESION VENOSA CENTRAL, PRESION CAPILAR PULMONAR.**

Propuesta del postor:

- **Ítem E09:** MEDICION DE LA PRESION INVASIVA CON VISUALIZACION DE ONDA Y VALOR MEDIDO, CON DOS (02) CANALES DE MEDICION COMO MINIMO CON SELECCIÓN O CONFIGURACION DE AL MENOS LAS SIGUIENTES PRESIONES: **PRESION ARTERIAL, PRESION VENOSA CENTRAL, PRESIÓN CAPILAR PULMONAR.** PAG. 21.

De la revisión de la oferta del postor, página 21, el postor **NO CUMPLE**, porque no sustenta que cuente con **PRESIÓN CAPILAR PULMONAR.**

- En el **SISTEMA DE MONITOREO**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem E11: MEDICIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR DEL PACIENTE (TOF) VISUALIZADO EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES.**

Propuesta del postor:

- **Ítem E11:** MEDICIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR DEL PACIENTE (TOF) VISUALIZADO EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES. PAG. 21.

De la revisión de la oferta del postor, página 21, el postor **NO CUMPLE**, no sustenta la entrega de la medición del bloqueo neuromuscular (TOF) ni que se pueda visualizar en la pantalla del monitor.

- En el **SISTEMA DE MONITOREO**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem E14: CONCENTRACION DE AGENTE ANESTESICO INSPIRADO Y ESPIRADO DEBERA SER MENOR A 160 ML/MIN.**

Propuesta del postor:

- **Ítem E14: CONCENTRACION DE AGENTE ANESTESICO INSPIRADO Y ESPIRADO DEBERA SER MENOR A 160 ML/MIN. PAG. 21.**

De la revisión de la oferta del postor, página 21, el postor **NO CUMPLE**, porque no demuestra que el flujo de muestreo sea menor a 160 ML/MIN.

- En el **SISTEMA DE MONITOREO**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem E18: MONITOREO DEL AGENTE ANESTESICO CONSUMIDO.**

Propuesta del postor:

- **Ítem E18: MONITOREO DEL AGENTE ANESTESICO CONSUMIDO. PAG. 21.**

De la revisión de la oferta del postor, página 21, el postor **NO CUMPLE**, no sustenta que se pueda medir el consumo de agente anestésico.

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, del único postor ADMITIDO, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	ROCA S.A.C RUC: 20101337261	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN		ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Plazo	
1	ROCA S.A.C RUC: 20101337261	351,780.00	60 días	1°

ITEM 02: EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA.

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA											ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)	Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados	
		(Anexo N° 1)		(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)						
1	ROCA S.A.C RUC: 20101337261	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO
2	A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S.A. RUC:20102032951	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO

Observaciones:

➤ Respecto a la **NO ADMISIÓN** del postor **A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.**, se debe a que hay propuestas que no están cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

- En **COMPONENTES**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem B07: CON CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA DE IMAGEN (AGC) O OBTURADOR AUTOMATICO Y SISTEMA DE VISUALIZACION CON SOLUCIONES DE CONTRASTE COMO INDOCIANIDA.**

Propuesta del postor:

- **Ítem B07: CON CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA DE IMAGEN (AGC) O OBTURADOR AUTOMATICO Y SISTEMA DE VISUALIZACION CON SOLUCIONES DE CONTRASTE COMO INDOCIANIDA.** PAG. 19, 28, 30.

El postor sustenta ajuste de ganancia en el folio 19 y obturador electrónico en el folio 28, pero el sustento de sistema de visualización con soluciones de contraste como indocianida no lo sustenta ya que en el folio 30 indica tecnología narrow band imaging donde es una tecnología de imagen óptica mas no un sistema de visualización de contraste como el verde indiosianina, por tal motivo **NO CUMPLE.**

- En **COMPONENTES**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem B13: CON MEMORIZACIÓN DE AJUSTES SELECCIONADOS O AJUSTES PARA NUEVE (09) ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS**.

Propuesta del postor:

- **Ítem B13:** CON MEMORIZACIÓN DE AJUSTES SELECCIONADOS O AJUSTES PARA NUEVE (09) ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS. PAG. 21.

El postor sustenta en la página 21, indicando ajustes de funciones de hasta 10 usuarios, lo indicado son perfiles que puede programar el equipo por tal motivo **NO CUMPLE**.

- En el **CABEZAL DE CÁMARA**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem C05: SISTEMA DE CAPTURA CON SENSOR DE IMAGEN 3 CHIPS CMOS Y/O SIMILAR**.

Propuesta del postor:

- **Ítem B13:** CON MEMORIZACIÓN DE AJUSTES SELECCIONADOS O AJUSTES PARA NUEVE (09) ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS. PAG. 38.

El postor sustenta en el folio 38, solo el sistema de captura con sensor de Image CMOS, más no cumple con los 3 chips, en razón a ello **NO CUMPLE** con la especificación técnica.

- En el **GRABADOR DE VIDEO**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem G05: CON GRABACIÓN EN DISCO INTERNO Y POSIBILIDAD DE EXPORTAR A MEDIOS EXTERNOS, GRABACIÓN DE ARCHIVOS EN DVD O GRABADOR DE DVD PORTÁTIL**.

Propuesta del postor:

- **Ítem G05:** CON GRABACIÓN EN DISCO INTERNO Y POSIBILIDAD DE EXPORTAR A MEDIOS EXTERNOS, GRABACIÓN DE ARCHIVOS EN DVD O GRABADOR DE DVD PORTÁTIL. PAG. 68.

El postor sustenta en el Folio 68 la grabación en USB o disco duro interno, sin embargo, no sustenta la grabación en DVD o Grabador de DVD Portátil, por tal Motivo **NO CUMPLE** con la especificación técnica mínima.

- En **ÓPTICAS Y/O TELESCOPIOS**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem I01: DOS (02) TELESCOPIOS FULL HD O 4K ULTRA HD ÁNGULO 0°, 10 mm DE DIÁMETRO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE**.

Propuesta del postor:

- **Ítem I01:** DOS (02) TELESCOPIOS FULL HD O 4K ULTRA HD ÁNGULO 0°, 10 mm DE DIÁMETRO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PAG. 79.

El postor sustenta en el Folio 79 que la óptica es HD por tal motivo **NO CUMPLE** con lo requerido en la especificación técnica mínima.

- En **ÓPTICAS Y/O TELESCOPIOS**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem I02: UN (01) TELESCOPIO FULL HD O 4K ULTRA HD ÁNGULO 30°, 4 mm DE DIÁMETRO**.

Propuesta del postor:

- **Ítem I02:** UN (01) TELESCOPIO FULL HD O 4K ULTRA HD ÁNGULO 30°, 4 mm DE DIÁMETRO. PAG. 80.

El postor sustenta en el folio 80 que la optica es HD por tal motivo **NO CUMPLE** con lo requerido en la especificación técnica mínima.

- En **ADICIONALES**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem L01**: UPS DE 3KVA CON LÍNEA A TIERRA TECNOLOGÍA ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN AC/DC – DC/AC, AMPLIO RANGO DE VOLTAJE ENTRADA **120V-320V**, REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA $\pm 1\%$, CON SUPRESOR DE PICOS, POTENCIA SUPERIOR EN 25% O MÁS DE LA POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO, PUERTO DE COMUNICACIÓN USB - RS232, AUTONOMÍA NO MENOR A 15 MINUTOS, CARGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO AÚN ESTANDO APAGADO EL UPS, Y CON BASE CON SEGURO PORTÁTIL DE RUEDAS ALTAS, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.

Propuesta del postor:

- **Ítem L01**: UPS DE 3KVA CON LÍNEA A TIERRA TECNOLOGÍA ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN AC/DC – DC/AC, AMPLIO RANGO DE VOLTAJE ENTRADA **120V-320V**, REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA $\pm 1\%$, CON SUPRESOR DE PICOS, POTENCIA SUPERIOR EN 25% O MÁS DE LA POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO, PUERTO DE COMUNICACIÓN USB - RS232, AUTONOMÍA NO MENOR A 15 MINUTOS, CARGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO AÚN ESTANDO APAGADO EL UPS, Y CON BASE CON SEGURO PORTÁTIL DE RUEDAS ALTAS, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. PAG. 146, 147, 148.

En el folio 147, el postor indica **85 a 300 VAC**, por tal motivo **NO CUMPLE** la especificación técnica mínima.

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, del único postor ADMITIDO, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	ROCA S.A.C RUC: 20101337261	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN		ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Plazo	
1	ROCA S.A.C RUC: 20101337261	1,140.000.00	65 días	1°

ITEM 03: ARCO EN C.

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA										ESTADO	
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)		Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados
		(Anexo N° 1)		(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)						
1	ROCA S.A.C RUC: 20101337261	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, del único postor ADMITIDO, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	ROCA S.A.C RUC: 20101337261	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN		ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Plazo	
1	ROCA S.A.C RUC: 20101337261	815,000.00	89 días	1º

ITEM 04: ESTERILIZADOR ELÉCTRICO DE VAPOR.

N° PARTICIPANTES		DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA											ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)	Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados	
		(Anexo N° 1)		(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)						
1	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C RUC: 20563131846	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	NO APLICA – Presentó listado de DIGEMID que no requiere registro sanitario	NO APLICA	NO APLICA	SI	ADMITIDO
2	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA RUC:20503919908	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	NO APLICA – Presento listado de DIGEMID que no requiere registro sanitario	NO APLICA	NO APLICA	NO	NO ADMITIDO

Observaciones:

- Respecto a la **NO ADMISION** del postor **ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA**, se debe a que hay propuestas que no están cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:
- En **A: GENERAL**, se hace mención en el **requerimiento del Ítem A03: QUE CUMPLA CON LA CERTIFICACIÓN DE ASME O PED PARA FABRICACIÓN DE EQUIPOS A PRESIÓN, LOS CUALES HAYAN SIDO EMITIDAS POR LAS MISMAS INSTITUCIONES O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO EN CADA PAÍS EUROPEO (EN CASO DE PED). LOS CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN DEBEN DE ESTAR VIGENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.**
Propuesta del postor:
 - **Ítem A03: QUE CUMPLA CON LA CERTIFICACIÓN DE ASME O PED PARA FABRICACIÓN DE EQUIPOS A PRESIÓN, LOS CUALES HAYAN SIDO EMITIDAS POR LAS MISMAS INSTITUCIONES O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO EN CADA PAÍS EUROPEO (EN CASO DE PED). LOS CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN DEBEN DE ESTAR VIGENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.**

El Certificado de cumplimiento ASME no es válido ya que solo en el caso de PED se permite que un Representante AUTORIZADO de cada país EUROPEO indique su cumplimiento, además que el Certificado que adjunta en la pág. 40 está vencido con fecha de vencimiento 02/10/2020, así mismo se visualiza que el modelo que figura en el Certificado adjunto es el ESTERIVAP 200, mientras el que oferta es el ESTERIVAP 400 Según su hoja de presentación en el folio 07, por lo tanto **NO CUMPLE** con la especificación técnicas solicitada.

- En **ACCESORIOS (MÍNIMOS)**, se solicitó en el **Ítem C05: EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO**.

Propuesta del postor:

- Ítem C05: EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

El postor sustenta respecto al Osmosis inversa en el folio 36, en su hoja de presentación no indica que incluye la INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO del mismo, en razón a ello, el postor **NO CUMPLE** con la especificación técnica solicitada.

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, del único postor ADMITIDO, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C RUC: 20563131846	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN		ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Plazo	
1	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C RUC: 20563131846	745,000.00	24 días	1º

ITEM 05: ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA.

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA											ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)	Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados	
		(Anexo N° 1)		(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)						
1	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C RUC: 20563131846	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	NO APLICA – Presentó listado de DIGEMID que no requiere registro sanitario	NO APLICA	NO APLICA	SI	ADMITIDO
2	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA RUC:20503919908	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	NO APLICA – Presento listado de DIGEMID que no requiere registro sanitario	NO APLICA	NO APLICA	SI	ADMITIDO

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, de los postores ADMITIDOS de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C RUC: 20563131846	CUMPLE	CALIFICA
2	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA RUC:20503919908	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN				PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Puntaje	Plazo	Puntaje		
1	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C RUC: 20563131846	685,000.00	56.10	44 días	30	86.1	1°
2	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA RUC:20503919908	549,000.00	70.00	59 días	10	80	2°

ITEM 06: ADQUISICIÓN DE LAVADORA DESINFECTORA

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA										Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados	ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)		
		(Anexo N° 1)		(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)						
1	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A. RUC N°:20418933381	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	NO APLICA – Presentó listado de DIGEMID que no requiere registro sanitario	NO APLICA	NO APLICA	SI	ADMITIDO

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, del único postor ADMITIDO, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A. RUC N°:20418933381	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN		ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Plazo	
1	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A. RUC N°:20418933381	860,000.00	59 días	1°

ITEM 07: ECÓGRAFO.

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA											ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)	Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados	
		(Anexo N° 1)		(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)						
1	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L. RUC N°:20602734413	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, del único postor ADMITIDO, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L. RUC N°:20602734413	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN		ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Plazo	
1	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L. RUC N°:20602734413	330,000.00	14 días	1°

ITEM 08: EQUIPO RAYOS X DIGITAL.

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA											ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)	Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados	
		(Anexo N° 1)		(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)						
1	GAMEL SRL RUC: 20333483395	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, del único postor ADMITIDO, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	GAMEL SRL RUC: 20333483395	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN		ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Plazo	
1	GAMEL SRL RUC: 20333483395	424,872.00	44 días	1°

ITEM 09: EQUIPO CUNA CALOR RADIANTE.

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA											ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)	Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados	
		(Anexo N° 1)		(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)						
1	ALBUJAR MEDICA S.A.C RUC: 20130329471	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO
2	TECNI-MED. SYSTEM. S.A RUC: 20340116055	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO

Observaciones:

- Respecto a la **NO ADMISION** del postor **TECNI-MED SYSTEM S.A.**, se debe a que hay propuestas que no están cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

- En **ADITAMENTOS**, se solicitó en el **Ítem C04**: UN (01) CILINDRO DE OXIGENO TIPO E CON VÁLVULA TIPO PIN INDEX Y REGULADOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO, FIJADO AL EQUIPO MEDIANTE UN SOPORTE

De la **propuesta del postor**, NO DEMUESTRA QUE LA VALVULA DEL CILINDRO DE OXIGENO ES TIPO PIN INDEX, EN LOS FOLIOS 9 Y 15 SE APRECIA OTRO TIPO DE VALVULA.

El postor **NO CUMPLE** con la especificación técnica solicitada.

- En **ADITAMENTOS**, se solicitó en el **Ítem C05**: UN (01) CILINDRO DE AIRE COMPRIMIDO TIPO E CON VÁLVULA TIPO PIN ÍNDEX Y REGULADOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO, FIJADO AL EQUIPO MEDIANTE UN SOPORTE.

De la **propuesta del postor**, NO DEMUESTRA QUE LA VALVULA DEL CILINDRO DE AIRE ES TIPO PIN INDEX, EN LOS FOLIOS 9 Y 15 SE APRECIA OTRO TIPO DE VALVULA.

El postor **NO CUMPLE** con la especificación técnica solicitada.

- En **ADITAMENTOS**, se solicitó en el **Ítem C06**: FRASCO DE DRENAJE TRANSPARENTE, MANGUERA DE CONEXIÓN CON TERMINAL DISS (PARA CONECTARSE A LA RED CENTRAL O A LA SALIDA DEL REGULADOR DE PRESIÓN DE BALÓN DE OXÍGENO TIPO E).

De la **propuesta del postor**, NO DEMUESTRA QUE LAS MANGUERAS DE OXIGENO Y AIRE TIENEN TERMINAL TIPO DISS.

El postor **NO CUMPLE** con la especificación técnica solicitada.

- En **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES**, se solicitó en el **Ítem F01**: PANEL CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS LCD A COLOR, PANTALLA TÁCTIL DE 10,4" O MAYOR.

De la **propuesta del postor**, EN EL FOLIO NRO. 9 QUE CORRESPONDE AL CATALOGO DEL EQUIPO SE PUEDE APRECIAR TRES TIPO DE OPCIONES DE MONITOR A COLOR, MONOCROMATICO Y LED NO INDICANDO QUE ES TACTIL SIENDO EL CATALOGO DE PROMOCION DEL EQUIPO NO APARECE UNA CARACTERISTICA MUY IMPORTANTE DE LA CUNA Y ADEMAS SE APRECIA EN EL GRAFICO DE LA CUNA UNA PANTALLA A COLOR MUY DISTITNA A LOS FOLIOS NRO. 14 Y 18, INCLUSO EN EL FOLIO 10 DE SU CATALOGO DICE BIEN CLARO LA PANTALLA O MONITOR A COLOR ES DE 8.4 NO CUMPLIENDO LA ESPECIFICACION TECNICA POR EXISTIR AMBIGUEDAD EN LA PRESENTACION.

El postor **NO CUMPLE** con la especificación técnica solicitada.

- En **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES**, se solicitó en el **Ítem F02**: FOTOTERAPIA INTEGRADA.

De la **propuesta del postor**, NO DEMUESTRA QUE LA FOTOTERAPIA ES INTEGRADA, EN EL FOLIO NRO. 12 INDICA QUE ES UNA FOTOTERAPIA ACOPLADA A TRAVES DE UN BRAZO ARTICULADO Y EN EL FOLIO NRO. 9 INDICA QUE EL EQUIPAMIENTO POSEE DOS TIPOS DE FOTOTERAPIA (LAMPARA DE FOTOTERAPIA Y FOTOTERAPIA INVERSA) OFERTANDO LA ACOPLADA Y NO LA INTEGRADA (INVERSA), POR LO TANTO, NO CUMPLE CON LA EE.TT SOLICITADA.

El postor **NO CUMPLE** con la especificación técnica solicitada.

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, del único postor ADMITIDO, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	ALBUJAR MEDICA S.A.C RUC: 20130329471	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN		ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Plazo	
1	ALBUJAR MEDICA S.A.C RUC: 20130329471	285,000.00	13 días	1°

ITEM 10: INCUBADORA NEONATAL.

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA											ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)	Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados	
		(Anexo N° 1)		(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)						
1	DRAEGER PERU S.A.C RUC: 20538597121	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C RUC: 20130329471	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO
3	NOVAMED PERU S.A.C RUC: 20604537372	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, de los postores ADMITIDOS de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	DRAEGER PERU S.A.C RUC: 20538597121	CUMPLE	CALIFICA
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C RUC: 20130329471	CUMPLE	CALIFICA
3	NOVAMED PERU S.A.C RUC: 20604537372	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN				PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Puntaje	plazo	Puntaje		
1	ALBUJAR MEDICA S.A.C	S/ 70,000.00	70.00	20 días	30	100	1°
2	MOVAMED PERU SAC. RUC: 20130329471	S/ 72,100.00	67.96	24 días	30	97.96	2°
3	DRAEGER PERU SAC RUC: 20538597121	S/ 83,408.69	58.75	24 días	30	88.75	3°

ITEM 11: VIDEO BRONCOSCOPIO.

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA										Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados	ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE (Anexo N° 2)	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas. (Anexo N° 3)	Declaración Jurada de Plazo de Entrega (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio de ser el caso (Anexo N° 5)	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)		
1	CARDIO PERFUSION E.I.R. LTDA RUC: 20108629909	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO
2	GLOBAL SUMIMED TECHNOLOGIES S.A.C RUC:20610047549	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	NO	NO ADMITIDO
3	A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S.A. RUC:20102032951	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO

Observaciones:

- Respecto a la **NO ADMISION** del postor **GLOBAL SUMIMED TECHNOLOGIES S.A.C**, se debe a que hay propuestas que no están cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

- En **PLAZO DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**, se solicitó en el **Ítem E01: ENTREGA 55 DÍAS** y **Ítem E02: INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 5 DÍAS**.

Modalidad llave en mano. Significa que tengo que entregar el bien y que lo tengo que instalar y poner en funcionamiento, Resolución N° 2657-2022-TCE-S5.

De la **propuesta del postor**, Anexo N° 4 PAG. 78 y PAG. 12:

El postor **NO CUMPLE** con detallar claramente cuanto es el plazo de entrega del bien.

El postor **NO CUMPLE** con detallar claramente cuanto es el plazo de instalación y puesta en funcionamiento

El postor **NO CUMPLE** con la especificación técnica solicitada.

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, de los postores ADMITIDOS de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	A.JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S.A. RUC:20102032951	CUMPLE	CALIFICA
2°	CARDIO PERFUSION E.I.R. LTDA RUC: 20108629909	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN				PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Puntaje	plazo	Puntaje		
1	CARDIO PERFUSION E.I.R. LTDA	S/ 333,000.00	70.00	44 días	30	100	1°
2	A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S.A.	S/ 381,626.16	61.08	44 días	30	97.96	2°

ITEM 12: ELECTROBISTURÍ.

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA											ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)	Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados	
		(Anexo N° 1)		(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)						
1	GLOBAL SUPPLY S.A.C RUC:20465722119	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, del único postor ADMITIDO, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	GLOBAL SUPPLY S.A.C RUC:20465722119	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN		ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Plazo	
1	GLOBAL SUPPLY S.A.C RUC:20465722119	162,500.00	19 días	1°

ITEM 13: MESA DE OPERACIONES EQUIPADA.

N°	PARTICIPANTES	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA											ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE	Declaración Jurada de Cumplimiento de Las Especificaciones Técnicas.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta S/ (Anexo 6)	Presentación de copia de registro sanitario emitido por DIGEMID	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de manufactura (CBPM)	Presentación de copia del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (CBPA)	Fichas Técnicas y las Características de los bienes ofertados	
		(Anexo N° 1)		(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)						
1	ROCA S.A.C RUC: 20101337261	SI	SI	SI	SI	SI	No Corresponde	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, del único postor ADMITIDO, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	ROCA S.A.C RUC: 20101337261	CUMPLE	CALIFICA

Por consiguiente, el comité continuo con la evaluación de la oferta en concordancia con los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento de selección:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN		ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Plazo	
1	ROCA S.A.C RUC: 20101337261	518,700.00	75 días	1º

Finalmente con fecha 03/11/2023, visto el cuadro de EVALUACION y CALIFICACIÓN, este Comité de Selección procede con el otorgamiento de la BUENA PRO del procedimiento de selección de Licitación Publica LP-SM-03-2023-GSRCH-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL PROYECTO: "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA, MAQUINA DE ANESTESIA, EQUIPO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y ARCO EN C; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO				
De acuerdo con los resultados, el comité de selección otorga la buena pro a los postores que ocuparon el primer lugar en el orden de prelación:				
N°	EQUIPO	MONTO	EMPRESA	RUC
1	MAQUINA DE ANESTESIA	S/ 351,780.00	ROCA S.A.C	20101337261
2	EQUIPO DE CIRUGIA LAPARASCOPICA	S/ 1,140,000.00	ROCA S.A.C	20101337261
3	ARCO EN C	S/ 815,000.00	ROCA S.A.C	20101337261
4	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE VAPOR	S/ 745,000.00	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C.	20563131846
5	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA	S/ 685,000.00	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C.	20563131846
6	ADQUISICION DE LAVADORA DESINFECTORA	S/ 860,000.00	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A	20418933381
7	ECOGRAFO	S/ 330,000.00	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.	20602734413
8	EQUIPO RAYOS X DIGITAL	S/ 424,872.00	GAMEL S.R.L.	20333483395
9	EQUIPO CUNA CALOR RADIANTE	S/ 285,000.00	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
10	INCUBADORA NEONATAL	S/ 70,000.00	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
11	VIDEO BRONCOSCOPIO	S/ 333,000.00	CARDIO PERFUSION E.I.R.L. LTDA	20108629909
12	ELECTROBISTURI	S/ 162,500.00	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	20465722119
13	MESA DE OPERACIONES EQUIPADA	S/ 518,700.00	ROCA S.A.C	20101337261

Sin otro asunto a tratar se dio por concluido el presente acto, siendo las dieciocho horas del día 03 de noviembre del 2023, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad y para su publicación de los resultados en la plataforma SEACE.

FIRMADO EN EL ORIGINAL

ING. JOSE LUIS MARTINEZ
QUISPE

FIRMADO EN EL ORIGINAL

ING. PERCY MIURA BADOS LUIS
Primer Miembro

FIRMADO EN EL ORIGINAL

LIC. YUMI LIZ MORENO
ECHAVARRIA