

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNTELS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNTELS

Ruc/código :	20101279635	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ELECTRONICAS S.A.	Hora de envío :	15:59:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases Capítulo I pág. 17 dice: Los bienes materia de la presente convocatoria se deberán entregar en el plazo de siete (07) días y en el;

Capítulo III Pág. 25 dice: el plazo de entrega es de hasta sesenta y cinco (65) días calendario, contados desde la recepción de la respectiva Orden de Compra.

Pregunta 1 : Agradecemos confirmar si prevalece el tiempo de entrega requerido en el Cap. I, pág. 17 o el que aparece en la Pág. 25, especificaciones técnicas, es decir, 65 días calendario.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** 0 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Prevalece el tiempo de entrega de Capítulo III Pág. 25 donde indica: el plazo de entrega es de hasta sesenta y cinco (65) días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Plazo de entrega sera de sesenta y cinco (65) días.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNTELS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNTELS

Ruc/código :	20505920067	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	MEASURING ENGINEER GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEG PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:09:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la sección que describe lo que incluye el kit se indica Adaptadores.

Consulta:

Se solicita a la entidad pueda aclarar los tipos de adaptadores que necesita y las cantidades para considerarlo en la propuesta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: A **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Adaptadores de tipo conectores de N a SMA (hembra y macho).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Adaptadores de tipo conectores de N a SMA (hembra y macho).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNTELS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNTELS

Ruc/código :	20505920067	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	MEASURING ENGINEER GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEG PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:09:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la sección que describe lo que incluye el kit se indica Plan de Estudios.

Consulta:

Se solicita a la entidad pueda aclarar a qué se refiere con Plan de Estudios o si se refiere a los manuales de operación y mantenimiento del equipo. En caso de referirse a los manuales del equipo, indicar si éstos pueden ser entregados en inglés y en formato digital.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Son los manuales de operación, mantenimiento, una guía o plan de experimentos propuestos que pueden estar en español o inglés

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Son los manuales de operación, mantenimiento, una guía o plan de experimentos propuestos que pueden estar en español o inglés

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNTELS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNTELS

Ruc/código :	20505920067	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	MEASURING ENGINEER GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEG PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:09:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la sección Especificaciones primarias se indica que el Ancho de banda de medición es de 1Hz a 30kHz.

Consulta:

Se solicita a la entidad pueda considerar que el Ancho de banda de medición sea de 10Hz a 30kHz como mínimo. Esto para fomentar la pluralidad de marcas y postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: A **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se considera de 10Hz a 30kHz como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ancho de banda de medición: 1Hz a 30KHz ó de 10Hz a 30kHz como mínimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNTELS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNTELS

Ruc/código :	20505920067	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	MEASURING ENGINEER GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEG PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:09:55

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la sección Especificaciones primarias se indica que CMT puede ayudar a crear laboratorios diseñados por ingenieros de aplicaciones para guiar a los estudiantes a través de las mediciones VNA más comunes.

Observación:

Se solicita a la entidad pueda estar abierta a la participación de otros postores pues las siglas CMT se refieren a la marca Copper Mountain Technologies, con lo cual este proceso está dirigido a esta marca.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: A **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge por lo que ya no se considera el CMT para una mayor participación de otros postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ya no se considera en las especificaciones técnicas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNTELS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNTELS

Ruc/código :	20505920067	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	MEASURING ENGINEER GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEG PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:09:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el apartado PLAZO DE ENTREGA se indica que el plazo es de hasta sesenta y cinco (65) días calendarios contados desde la recepción de la respectiva Orden de Compra.

Consulta:

Este plazo es muy corto teniendo en cuenta que los tiempos de fabricación de los equipos se han alargado considerablemente debido a la crisis internacional en la fabricación de piezas electrónicas. En ese sentido, solicito puedan considerar un plazo máximo de ciento diez (110) días calendarios contados desde la recepción de la Orden de Compra.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** A **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que el proyecto se gestiona por hitos de ampliarse el plazo se corre el riesgo de no cumplirse con los objetivos del proyecto, el cual requiere instrumentos para la validación de los prototipos de las tesis.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNTELS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNTELS

Ruc/código :	20505920067	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	MEASURING ENGINEER GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEG PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:09:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el apartado EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD se menciona como bienes similares a los analizadores de campos electromagnéticos y Caracterizador de Antenas.

Consulta:

¿Se puede considerar a los equipos analizadores de espectro y equipos de medición de RNI como bienes similares?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A **Página: 27**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge; debido a los objetivos del proyecto de investigación, es necesario obtener mediciones de parámetros como el coeficiente de transmisión y reflexión de los campos electromagnéticos EM tanto en magnitud como de su fase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNTELS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNTELS

Ruc/código : 20602216609

Fecha de envío : 01/09/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.

Hora de envío : 17:32:20

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de siete (07) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN :

Se solicita al honorable Comité muy amablemente, considerar ampliar el plazo de entrega a 120 DÍAS CALENDARIOS, ya que el equipo solicitado requiere de un proceso de fabricación considerable, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; además de la difícil situación que venimos atravesando con la escasez de diversos componentes eléctricos a nivel mundial; por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad; por tanto, se solicita ampliar el plazo de entrega a 120 días calendario, permitiendo la mayor participación de postores potenciales.

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 inciso a, b c

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge; debido a que el proyecto se gestiona por hitos de ampliarse el plazo se corre el riesgo de no cumplirse con los objetivos del proyecto, el cual requiere instrumentos para la validación de los prototipos de las tesis.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se vulnera ninguna norma en razón que no se estaría cumpliendo con los plazos establecidos y los objetivos del proyecto.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNTELS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNTELS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:32:20

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSULTA

Se solicita al honorable Comité muy amablemente, confirmar el tipo de conectores de RF de los dispositivos que serán medidos.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Adaptadores de tipo conectores de N a SMA (hembra y macho)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Adaptadores de tipo conectores de N a SMA (hembra y macho).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNTELS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNTELS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:32:20

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité muy amablemente confirmar la longitud de los cables, tipo y género de conectores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cables entre 0.30 y 1.0 metros aproximadamente, el tipo de conectores de N o SMA (hembra y macho)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cables entre 0.30 a 1.0 metros aproximadamente

Adaptadores de tipo conectores de N a SMA (hembra y macho).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNTELS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNTELS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:32:20

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plan de estudios

CONSULTA

Se solicita al honorable Comité muy amablemente, confirmar a qué se refiere el plan de estudios.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Son los manuales de operación, mantenimiento, una guía o plan de experimentos propuestos que pueden estar en español o inglés.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plan de estudios (Son los manuales de operación, mantenimiento, una guía o plan de experimentos propuestos que pueden estar en español o inglés).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNTELS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT PARA EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNTELS

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:32:20

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Analizador de campos electromagnéticos y Caracterizador de Antenas.

OBSERVACIÓN

Los bienes descritos resultan muy escasos para determinar los bienes similares en general, restringiendo la participación de postores potenciales, es por ello que se solicita al honorable comité, muy amablemente, considerar como bienes similares a: "EQUIPOS DE LABORATORIO DE INGENIERÍA EN GENERAL", ya que todos los productos a adquirir OBJETO DE LA CONVOCATORIA, son por su naturaleza "EQUIPOS DE LABORATORIO DE INGENIERÍA EN GENERAL".

Así se garantiza la libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia leal en las contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 inciso a, b

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge debido a los objetivos del proyecto de investigación de ingeniería muy especializada, es necesario obtener mediciones de parámetros específicos tales como el coeficiente de transmisión y reflexión de los campos electromagnéticos EM tanto en magnitud como de su fase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se vulnera ninguna norma debido a los objetivos del proyecto.