

**CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE BIENES ESTRATÉGICOS - CEABE**

**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

**Adjudicación Simplificada Homologación N° 67-2024-ESSALUD/CEABE-1**

En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 horas del 05 de marzo de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Entidad, cito en el 5to del Jr. Domingo Cueto 241, Jesús María, los miembros del Comité de Selección, designados mediante **RESOLUCIÓN N°00102-CEABE-ESSALUD-2025 (Reconformación)** de fecha 06 de febrero de 2025, contado con el quórum respectivo para realizar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada Homologación N° 67-2024-ESSALUD/CEABE-1**, cuyo objeto de convocatoria es la "Contratación del suministro de dispositivos médicos para los establecimientos de salud de EsSalud, por un periodo de doce (12) meses – material médico (08 ítems)" los mismos que a continuación se detallan:

**MIEMBROS TITULARES Y/O SUPLENTE:**

JOSE LUIS ALOR ASTETE

Presidente Titular

JUAN DE DIOS ELIAS CALDERON

Miembro Titular

PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUIJE

Miembro Titular

El Presidente del Comité de Selección da inicio a la presente reunión informando que para el presente procedimiento de selección se han registrado los siguientes participantes:

Nro.	Tip proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Alcance de Registro	Alcance
1	Proveedor con RUC	20100177341	PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A	24/11/2024	Válido		24/11/2024	20100177341	001
2	Proveedor con RUC	20212561534	ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA	13/11/2024	Válido		13/11/2024	20212561534	001
3	Proveedor con RUC	20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	19/11/2024	Válido		19/11/2024	20377339461	001
4	Proveedor con RUC	20420035901	REPRESENTACIONES MEDICAS MIM S.A.C	17/12/2024	Válido		17/12/2024	20420035901	001
5	Proveedor con RUC	20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	13/11/2024	Válido		13/11/2024	20465722119	001
6	Proveedor con RUC	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	19/11/2024	Válido		19/11/2024	20471476898	001
7	Proveedor con RUC	20498674098	MEDICORP PERU S.A.C.	26/11/2024	Válido		26/11/2024	20498674098	001
8	Proveedor con RUC	20504312403	NIDPO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	14/11/2024	Válido		14/11/2024	20504312403	001
9	Proveedor con RUC	20505744874	MEDICAL CHANNEL S.A.C.	13/11/2024	Válido		13/11/2024	20505744874	001
10	Proveedor con RUC	20509797766	ASG INVERSIONES EIRL	14/11/2024	Válido		14/11/2024	20509797766	001
11	Proveedor con RUC	20509882101	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	15/11/2024	Válido		15/11/2024	20509882101	001
12	Proveedor con RUC	20510243111	CORPORACION MEDIC ANONIMA S.A.C.	20/11/2024	Válido		20/11/2024	20510243111	001
13	Proveedor con RUC	20511106762	IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C.	21/11/2024	Válido		21/11/2024	20511106762	001
14	Proveedor con RUC	20512588868	P.F.HILAB MEDIC E.I.R.L.	25/11/2024	Válido		25/11/2024	20512588868	001
15	Proveedor con RUC	20545792177	CHAPOLAB SAC	17/02/2025	Válido		17/02/2025	20545792177	001
16	Proveedor con RUC	20601913691	R. A. SUPPLY MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R. A. SUPPLY MEDICAL S.A.C.	15/11/2024	Válido		15/11/2024	20601913691	001
17	Proveedor con RUC	20602808913	TAGA INTERNATIONAL S.A.C.	13/11/2024	Válido		13/11/2024	20602808913	001
18	Proveedor con RUC	20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	14/11/2024	Válido		14/11/2024	20606062860	001
19	Proveedor con RUC	20607779685	CHAPONEMIC S.A.C.	19/11/2024	Válido		19/11/2024	20607779685	001
20	Proveedor con RUC	20607919331	DRENED PERU S.A.C.	27/11/2024	Válido		27/11/2024	20607919331	001
21	Proveedor con RUC	20609815176	THERMOCON PERU S.A.C.	15/11/2024	Válido		15/11/2024	20609815176	001
22	Proveedor con RUC	20611030348	INSURE MEDICAL WORLD S.A.C.	14/11/2024	Válido		14/11/2024	20611030348	001
23	Proveedor con RUC	20611603186	SALMED E.I.R.L.	12/12/2024	Válido		12/12/2024	20611603186	001

23 proveedores registrados, mostrados los primeros 23 de 71 a 73 Página 3/13

Acto seguido, se procedió a la descarga de la oferta registrada por el postor a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, siendo el siguiente:

**“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

Nro. ítem	Descripción del ítem				
RUC / Código	Nombre o Razón Social		Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
<b>1</b>	<b>CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N. 18 X 1 1/4</b>				
20511106762	IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C.		19/02/2025	17:10:57	Electronico
20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU		19/02/2025	18:17:28	Electronico
20509882101	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.		19/02/2025	18:49:02	Electronico
20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.		19/02/2025	21:20:23	Electronico
20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.		19/02/2025	22:06:28	Electronico
<b>RUC / Código</b>					
<b>2</b>	<b>CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N. 20 X 1 1/4</b>				
20511106762	IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C.		19/02/2025	17:10:57	Electronico
20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU		19/02/2025	18:17:28	Electronico
20509882101	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.		19/02/2025	18:49:02	Electronico
20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.		19/02/2025	22:06:28	Electronico
<b>RUC / Código</b>					
<b>3</b>	<b>CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N. 22 X 1</b>				
20511106762	IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C.		19/02/2025	17:10:57	Electronico
20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU		19/02/2025	18:17:28	Electronico
20509882101	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.		19/02/2025	18:49:02	Electronico
20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.		19/02/2025	22:06:28	Electronico
<b>RUC / Código</b>					
<b>4</b>	<b>LANCETA DESCARTABLE PARA ADULTO</b>				
20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC		19/02/2025	18:47:27	Electronico
20607779895	CHAPOMEDIC S.A.C.		19/02/2025	19:14:03	Electronico
20100177341	PRODUCTOS ROCHE Q F S A		19/02/2025	21:15:42	Electronico
20512588868	P.F.H.LAB MEDIC E.I.R.L.		19/02/2025	23:39:34	Electronico
<b>RUC / Código</b>					
<b>5</b>	<b>CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 18 X 1 1/4-2</b>				
20509882101	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.		19/02/2025	18:49:02	Electronico
20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.		19/02/2025	21:20:23	Electronico
20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.		19/02/2025	22:06:28	Electronico
20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.		19/02/2025	22:32:02	Electronico
<b>RUC / Código</b>					
<b>6</b>	<b>CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 22 X 1</b>				
20508744874	MEDICAL CHANNEL S.A.C.		19/02/2025	17:49:55	Electronico
20509882101	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.		19/02/2025	18:49:02	Electronico
20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.		19/02/2025	21:20:23	Electronico
20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.		19/02/2025	22:06:28	Electronico
20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.		19/02/2025	22:32:02	Electronico
<b>RUC / Código</b>					
<b>7</b>	<b>CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 24 X 3/4</b>				
20508744874	MEDICAL CHANNEL S.A.C.		19/02/2025	17:49:55	Electronico
20509882101	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.		19/02/2025	18:49:02	Electronico
20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.		19/02/2025	21:20:23	Electronico
20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.		19/02/2025	22:06:28	Electronico
20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.		19/02/2025	22:32:02	Electronico
<b>RUC / Código</b>					
<b>8</b>	<b>CUCHILLETE PARA FACO CON HOJAS DE 3.2 MM.</b>				
2012561534	ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA		19/02/2025	17:31:12	Electronico
20602808913	TAGA INTERNATIONAL S.A.C.		19/02/2025	17:46:32	Electronico
20509797766	ASG INVERSIONES EIRL		19/02/2025	18:26:50	Electronico

Ahora bien, culminada la descarga de la oferta se procedió a revisión de los documentos de presentación obligatoria solicitados en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Especifica de las Bases Integradas, quedando el siguiente resultado:

POSTORES	Admisión													Resultado de la Admisión
	1) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo 10)	2) Declaración Jurada de acuerdo con el literal c) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo 10)	3) Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo II de la presente sección. (Anexo 10)	4) Registro Sanitario o Certificado de registro sanitario vigente.	5) Certificado de Inscripción de la Identificación.	6) Certificado de Abastecimiento (CDA).	7) Certificado de análisis u otro documento técnico actualizado en el Registro Sanitario.	8) Resultado de los análisis de laboratorio u inmediato.	9) Manual o instrucciones de uso o objeto.	10) Muestra.	11) Declaración Jurada de precio de entrega. (Anexo 10)	12) Promesa de compra de un bien tangible, de ser el caso, en la que conste la entrega, el cumplimiento de las obligaciones a la que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio con el control de los recursos humanos y financieros. (Anexo 10)	13) Precio de la oferta.	
Ítem 1 CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N.18 X 1 1/4														
IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
CORPORACION ALESSANDRA S.A.C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	Admitido
Ítem 2 CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N. 20 X 1 1/4														
IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	Admitido
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	Admitido
Ítem 3 CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N. 22 X 1														
IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	Admitido
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
CORPORACION ALESSANDRA S.A.C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	Admitido
Ítem 5 CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 18 X 1 1/4-2														
CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	Admitido
GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido

**“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

POSTORES	Admisión													Resultado de la Admisión
	A) Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	B) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 32 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	C) Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1.1 del Capítulo II de la presente sección. (Anexo Nº 3)	D) Registro Sanitario o Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura	E) Certificado de Almacenamiento (CBA)	F) Certificado de análisis o otro documento técnico autorizado en el Registro Sanitario	G) Resultados de los exámenes realizados a inmediación	H) Manual o Instrucciones de uso o empleo	I) Muestra	J) Declaración Jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)	K) Proceso de acuerdo con Bases Integradas, de ser el caso en la que se complete las etapas, el representante técnico, el domicilio común y las obligaciones a ser que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio en caso el porcentaje mayoritario a dicho diagnóstico. (Anexo Nº 5)	L) Precio de la oferta		
Ítem 6 CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 22 X 1														
MEDICAL CHANNEL S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
ELBAHON MEDICAL PERU S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	Admitido
GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
Ítem 7 CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 24 X 3/4														
MEDICAL CHANNEL S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
ELBAHON MEDICAL PERU S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	Admitido
GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
ÍTEM 8 CUCHILLETE PARA FAGO CON HOJAS DE 3.2 MM														
ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
TAGA INTERNATIONAL S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido
ASG INVERSIONES SRL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	No Admitido

**Nota: Las razones fundamentales del no cumplimiento se encuentran detalladas en los anexos que acompañan a la presente acta.**

Es preciso indicar que la evaluación y cumplimiento del literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, fue realizada por el Miembro del Comité de Selección que cuenta con conocimientos técnicos del objeto de la convocatoria, siendo en este caso en particular el Sr. PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUÍJE. Para ello, se adjunta la respectiva ficha de evaluación.

Acto seguido, el Colegiado procedió a la evaluación de la oferta admitida, siendo ordenada según el orden de prelación:

POSTORES	Resultado de la Admisión	Monto Ofertado	FACTORES DE EVALUACION	Orden de Prelación
			PRECIO PRECIO DEL BIEN PI = Om x PMP OI	
Ítem 1 CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N.18 X 1 1/4				
GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Admitido	539,137.50	100.00	1
Ítem 2 CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N. 20 X 1 1/4				
IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C	Admitido	1,479,115.44	100.00	1
GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Admitido	2,241,084.00	66.00	2
Ítem 3 CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N. 22 X 1				
IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C.	Admitido	2,346,415.75	100	1
GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Admitido	3,229,012.50	72.67	2
Ítem 5 CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 18 X 1 1/4-2				
GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Admitido	954,505.80	100	1
Ítem 6 CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 22 X 1				
GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Admitido	1,556,652.60	100	1
Ítem 7 CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 24 X 3/4				
GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	Admitido	1,093,385.60	100	1

Luego de culminada la evaluación, corresponde determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación, cumple con los requisitos de calificación detallados en las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Homologación N° 67-2024-ESSALUD/CEABE-1:

*“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”*

**ÍTEM 1**

Razón Social del Postor N°01		GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	
Requisitos de calificación		Cumple	No Cumple
<b>A</b>	<b>Capacidad Legal - Habilitación</b>		
	<b>AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO (VIGENTE)</b> De acuerdo a la Ley N° 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado mediante Decreto Supremo 014-2011-SA, los participantes deben contar con el citado documento emitido por DIGEMID. No se aceptará expedientes en trámite.	X	---
Resultado de la calificación		CALIFICADO	

**ÍTEM 2**

Razón Social del Postor N°01		IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C	
Requisitos de calificación		Cumple	No Cumple
<b>A</b>	<b>Capacidad Legal - Habilitación</b>		
	<b>AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO (VIGENTE)</b> De acuerdo a la Ley N° 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado mediante Decreto Supremo 014-2011-SA, los participantes deben contar con el citado documento emitido por DIGEMID. No se aceptará expedientes en trámite.	X	---
Resultado de la calificación		CALIFICADO	

Razón Social del Postor N°02		GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	
Requisitos de calificación		Cumple	No Cumple
<b>A</b>	<b>Capacidad Legal - Habilitación</b>		
	<b>AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO (VIGENTE)</b> De acuerdo a la Ley N° 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado mediante Decreto Supremo 014-2011-SA, los participantes deben contar con el citado documento emitido por DIGEMID. No se aceptará expedientes en trámite.	X	---
Resultado de la calificación		CALIFICADO	

**ÍTEM 3**

Razón Social del Postor N°01		IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C.	
Requisitos de calificación		Cumple	No Cumple
<b>A</b>	<b>Capacidad Legal - Habilitación</b>		
	<b>AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO (VIGENTE)</b> De acuerdo a la Ley N° 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado mediante Decreto Supremo 014-2011-SA, los participantes deben contar con el citado documento emitido por DIGEMID. No se aceptará expedientes en trámite.	X	---
Resultado de la calificación		CALIFICADO	

Razón Social del Postor N°02		GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	
Requisitos de calificación		Cumple	No Cumple
<b>A</b>	<b>Capacidad Legal - Habilitación</b>		
	<b>AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO (VIGENTE)</b> De acuerdo a la Ley N° 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado mediante Decreto Supremo 014-2011-SA, los participantes deben contar con el citado documento emitido por DIGEMID. No se aceptará expedientes en trámite.	X	---
Resultado de la calificación		CALIFICADO	

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

**ÍTEM 5**

Razón Social del Postor N°01		GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	
Requisitos de calificación		Cumple	No Cumple
<b>A</b>	<b>Capacidad Legal - Habilitación</b>		
	<b>AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO (VIGENTE)</b> De acuerdo a la Ley N° 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado mediante Decreto Supremo 014-2011-SA, los participantes deben contar con el citado documento emitido por DIGEMID. No se aceptará expedientes en trámite.	X	---
<b>Resultado de la calificación</b>		<b>CALIFICADO</b>	

**ÍTEM 6**

Razón Social del Postor N°01		GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	
Requisitos de calificación		Cumple	No Cumple
<b>A</b>	<b>Capacidad Legal - Habilitación</b>		
	<b>AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO (VIGENTE)</b> De acuerdo a la Ley N° 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado mediante Decreto Supremo 014-2011-SA, los participantes deben contar con el citado documento emitido por DIGEMID. No se aceptará expedientes en trámite.	X	---
<b>Resultado de la calificación</b>		<b>CALIFICADO</b>	

**ÍTEM 7**

Razón Social del Postor N°01		GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	
Requisitos de calificación		Cumple	No Cumple
<b>A</b>	<b>Capacidad Legal - Habilitación</b>		
	<b>AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO (VIGENTE)</b> De acuerdo a la Ley N° 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado mediante Decreto Supremo 014-2011-SA, los participantes deben contar con el citado documento emitido por DIGEMID. No se aceptará expedientes en trámite.	X	---
<b>Resultado de la calificación</b>		<b>CALIFICADO</b>	

Siendo así, los integrantes del Comité de Selección, acuerdan por **UNANIMIDAD** lo siguiente:

**Primero:** Otorgar la buena pro del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada Homologación N° 67-2024-ESSALUD/CEABE-1**, cuyo objeto de convocatoria es la "Contratación del suministro de dispositivos médicos para los establecimientos de salud de EsSalud, por un periodo de doce (12) meses – material médico (08 ítems)", a los siguientes postores:

**ÍTEM 1:** GEOMEDIC PERU E.I.R.L. con Ruc N° 20606062860 por el monto de S/ 539,137.50 (Quinientos treinta y nueve mil ciento treinta y siete con 50/100 Soles).

**ÍTEM 2:** IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con Ruc N° 20511106762 por el monto de S/ 1,479,115.44 (Un Millón cuatrocientos setenta y nueve mil ciento quince con 44/100 Soles).

**ÍTEM 3:** IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con Ruc N° 20511106762 por el monto de S/ 2,346,415.75 (Dos millones trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos quince con 75/100 Soles).

**ÍTEM 5:** GEOMEDIC PERU E.I.R.L. con Ruc N° 20606062860 por el monto de S/ 954,505.80 (Novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos cinco con 80/100 Soles).

**ÍTEM 6:** GEOMEDIC PERU E.I.R.L. con Ruc N° 20606062860 por el monto de S/ 1,556,652.60 (Un millón quinientos cincuenta y seis mil seis cincuenta y dos con 60/100 Soles).

**ÍTEM 7:** GEOMEDIC PERU E.I.R.L. con Ruc N° 20606062860 por el monto de S/ 1,093,385.60 (Un millón novecientos tres mil trescientos ochenta y cinco con 60/100 Soles).

**ÍTEM 8:** DESIERTO

**Segundo:** Publicar los resultados de la evaluación en el portal del SEACE.

*“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”*

Sin otro asunto que tratar, siendo las 17:00 horas, se levanta la sesión, suscribiéndose la presente acta los integrantes del Comité de Selección, en señal de conformidad.



JUAN DE DIOS ELIAS CALDERON  
Miembro



PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUIJE  
Miembro



JOSE LUIS ALOR ASTETE  
Presidente



FICHA TÉCNICA DE EVALUACION

AS-Homologacion-SM-67-2024-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES-MATERIAL MÉDICO (08 ITEMS).

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 1		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N.18 X 1 1/4" (COD. SAP 020100440)				
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTOR				
		1	2	3	4	5
		IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C.	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	GEOMEDIC PERU E.I.R.L
4.1	Resolución de Autorización de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario emitida por la ANM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	Certificado de análisis u otro documento equivalente de los dispositivos médicos	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4.5	Rotulados de los envases inmediato o primario y mediato o secundario	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4.6	Inserto o Manual de instrucciones de uso de estar autorizado en el registro sanitario del dispositivo médico ofertado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.7	Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento del establecimiento farmacéutico del postor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

\* Observaciones:

IMPORTACIONES QUIROZ

4.5 LOS ROTULADOS DEL ENVASE MEDIATO SON ILEGIBLES, POR LO QUE NO SE PUEDE VERIFICAR LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

4.4 LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIÓN BIOLÓGICA DECLARADA EN LA CARTA DE FABRICANTE A FOLIOS (18) DE LA OFERTA, NO CONSIGNAN LA NORMA TÉCNICA DE REFERENCIA UTILIZADA, DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO; TAL COMO LO REQUIERE LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN RESPECTIVA.

CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.

4.4 EL COA NO ACREDITA EL ENSAYO DE ACOPLAMIENTO DEL CONO DEL CATETER: LUER LOCK (6% DE CONICIDAD) SEGÚN LO REQUERIDO EN LA FICHA TECNICA DE HOMOLOGACION RESPECTIVA.

NO PRESENTA TRADUCCION DEL COA POR TRADUCTOR JURAMENTADO O TRADUCTOR COLEGIADO CERTIFICADO.

4.5 NO PRESENTA ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO

B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

4.4 EL CERTIFICADO DE ANALISIS (A FOLIOS 38 DE LA OFERTA) CORRESPONDE AL MODELO INTROCAN-W CERTO (MODELO CON ALAS DE FIJACION), LA CARACTERISTICA "ALAS DE FIJACION" NO ES REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.

4.5 EL ROTULADO INMEDIATO (A FOLIOS 41 DE LA OFERTA) CORRESPONDE AL MODELO INTROCAN-W CERTO (MODELO CON ALAS DE FIJACION), LA CARACTERISTICA "ALAS DE FIJACION" NO ES REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.







FICHA TECNICA DE EVALUACION


AS-Homologacion-SM-67-2024-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES-MATERIAL MÉDICO (08 ITEMS).

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 2		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N.20 X 1 1/4" (COD. SAP 020100445)			
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTOR			
		1	2	3	4
		IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C.	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.
4. Documentación de presentación obligatoria					
4.1	Resolución de Autorización de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario emitida por la ANM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	Certificado de análisis u otro documento equivalente de los dispositivos médicos	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4.5	Rotulados de los envases inmediato o primario y mediano o secundario	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4.6	Inserto o Manual de instrucciones de uso de estar autorizado en el registro sanitario del dispositivo médico ofertado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.7	Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento del establecimiento farmacéutico del postor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
* Observaciones:					
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU					
4.4 LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIÓN BIOLÓGICA DECLARADA EN LA CARTA DE FABRICANTE A FOLIOS (18) DE LA OFERTA, NO CONSIGNAN LA NORMA TÉCNICA DE REFERENCIA UTILIZADA, DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO; TAL COMO LO REQUIERE LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN RESPECTIVA.					
CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.					
4.4 EL COA NO ACREDITA EL ENSAYO DE ACOPLAMIENTO DEL CONO DEL CATETER: LUER LOCK (6% DE CONICIDAD) SEGÚN LO REQUERIDO EN LA FICHA TECNICA DE HOMOLOGACION RESPECTIVA.					
NO PRESENTA TRADUCCION DEL COA POR TRADUCTOR JURAMENTADO O TRADUCTOR COLEGIADO CERTIFICADO.					
4.5 NO PRESENTA ROTULADO DEL ENVASE MEDIANO					



		FICHA TECNICA DE EVALUACION			
		AS-Homologacion-SM-67-2024-ESSALUD/CEABE-1			
		CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES-MATERIAL MÉDICO (08 ITEMS).			
		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			
ITEM 3		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N 22 X 1" (COD. SAP 020100449)			
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	1	2	3	4
		IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQ MEDIC S.A.C.	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.
4. Documentación de presentación obligatoria					
4.1	Resolución de Autorización de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario emitida por la ANM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	Certificado de análisis u otro documento equivalente de los dispositivos médicos	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4.5	Rotulados de los envases inmediato o primario y mediano o secundario	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4.6	Inserto o Manual de Instrucciones de uso de estar autorizado en el registro sanitario del dispositivo médico ofertado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.7	Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento del establecimiento farmacéutico del postor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
* Observaciones:					
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU					
4.4 LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIÓN BIOLÓGICA DECLARADA EN LA CARTA DE FABRICANTE A FOLIOS (18) DE LA OFERTA, NO CONSIGNAN LA NORMA TÉCNICA DE REFERENCIA UTILIZADA, DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN SU REGISTRO SANITARIO; TAL COMO LO REQUIERE LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN RESPECTIVA.					
CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.					
4.4 EL COA NO ACREDITA EL ENSAYO DE ACOPLAMIENTO DEL CONO DEL CATETER; LUER LOCK (6% DE CONICIDAD) SEGÚN LO REQUERIDO EN LA FICHA TECNICA DE HOMOLOGACION RESPECTIVA.					
NO PRESENTA TRADUCCION DEL COA POR TRADUCTOR JURAMENTADO O TRADUCTOR COLEGIADO CERTIFICADO.					
4.5 NO PRESENTA ROTULADO DEL ENVASE MEDIANO					





AS-Homologacion-SM-67-2024-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERÍODO DE DOCE (12) MESES-MATERIAL MÉDICO  
(08 ÍTEMS).

**DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA**

ITEM 5		-CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 18 X 1 1/4 - 2" (COD. SAP 020103421)			
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTOR			4
		1	2	3	
		CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	GLOBAL SUPPLY S.A.C.
<b>4. Documentación de presentación obligatoria</b>					
4.1	Resolución de Autorización de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario emitida por la ANM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	Certificado de análisis u otro documento equivalente de los dispositivos médicos	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4.5	Rotulados de los envases inmediato o primario y mediató o secundario	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.6	Inserto o Manual de instrucciones de uso de estar autorizado en el registro sanitario del dispositivo médico ofertado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.7	Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento del establecimiento farmacéutico del postor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>RESULTADO</b>		NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
* Observaciones:					
CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.					
4.2 NO PRESENTA EL CERTIFICADO BPM ORIGINAL, SOLO PRESENTA LA TRADUCCION					
4.4 EL COA NO CONSIGNA PRUEBAS DE BIOCOMPATIBILIDAD. NO ACREDITA LA CONDICION BIOLOGICA HEMOCOMPATIBLE. LA FICHA TÉCNICA MENCIONA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: ESTERIL, ATOMICO, APIROGENO, HIPOALERGENICO, INDICANDO COMO NORMA DE REFERENCIA LA USP41, VERSION DE LA FARMACOPÉA USP QUE NO SE ENCONTRABA VIGENTE A LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL DISPOSITIVO MEDICO.					
4.5 NO PRESENTA ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO					
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.					
4.4 EL CERTIFICADO DE ANALISIS (A FOLIOS 79 DE LA OFERTA) CORRESPONDE AL MODELO INTROCAN SAFETY-W (MODELO CON ALAS DE FIJACION), LA CARACTERISTICA "ALAS DE FIJACION" NO ES REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.					
4.5 EL ROTULADO INMEDIATO (A FOLIOS 82 DE LA OFERTA) CORRESPONDE AL MODELO INTROCAN SAFETY-W (MODELO CON ALAS DE FIJACION), LA CARACTERISTICA "ALAS DE FIJACION" NO ES REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.					
GLOBAL SUPPLY S.A.C.					
4.4 EL CERTIFICADO DE ANALISIS (A FOLIOS 71 DE LA OFERTA) SEÑALA EL ENSAYO DE "AJUSTE CONICO" CON NORMA TECNICA DE REFERENCIA ISO 594, NORMA TECNICA QUE NO ESTA VIGENTE A LA FECHA DE FABRICACION DEL DISPOSITIVO MEDICO, ASIMISMO, EN LA DESCRIPCION DEL MATERIAL DE LA AGUA INDICA "AGUJA SILICONADA" LO CUAL NO ES CONGRUENTE CON LO INDICADO EN EL RESUMEN DE VERIFICACION Y VALIDACION DE DISEÑO, QUE INDICA "TUBO DE ACERO INOXIDABLE".					





FICHA TÉCNICA DE EVALUACION

AS-Homologacion-SM-67-2024-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES-MATERIAL MÉDICO (08 ÍTEMs).

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 6		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 22 X 1" (COD. SAP 020103423)			
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTOR			
		1	2	3	4
		MEDICAL CHANNEL S.A.C.	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	GLOBAL SUPPLY S.A.C.
4. Documentación de presentación obligatoria					
4.1	Resolución de Autorización de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario emitida por la ANM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	Certificado de análisis u otro documento equivalente de los dispositivos médicos	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4.5	Rotulados de los envases inmediato o primario y mediató o secundario	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4.6	Inserto o Manual de instrucciones de uso de estar autorizado en el registro sanitario del dispositivo médico ofertado	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.7	Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento del establecimiento farmacéutico del postor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
* Observaciones:					
MEDICAL CHANNEL S.A.C.					
4.4 EL CERTIFICADO DE ANALISIS (A FOLIOS 25 DE LA OFERTA) CORRESPONDE AL MODELO IT722225 (MODELO CON PUERTO DE INYECCION Y ALAS DE FIJACION), LAS CARACTERISTICAS "PUERTO DE INYECCION Y ALAS DE FIJACION" NO SON REQUERIDAS EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.					
4.5 LOS ROTULADOS MEDIATO E INMEDIATO (A FOLIOS 27 Y 28 DE LA OFERTA) CORRESPONDEN AL MODELO IT722225 (MODELO CON PUERTO DE INYECCION Y ALAS DE FIJACION), LAS CARACTERISTICAS "PUERTO DE INYECCION Y ALAS DE FIJACION" NO SON REQUERIDAS EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.					
4.6 LAS INSTRUCCIONES DE USO (A FOLIOS 31 DE LA OFERTA) CORRESPONDEN AL MODELO CON PUERTO DE INYECCION Y ALAS DE FIJACION, LAS CARACTERISTICAS "PUERTO DE INYECCION Y ALAS DE FIJACION" NO SON REQUERIDAS EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.					
CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.					
4.2 NO PRESENTA EL CERTIFICADO BPM ORIGINAL, SOLO PRESENTA LA TRADUCCION					
4.4 EL COA Y LA FICHA TÉCNICA CONSIGNAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ESTERIL, ATOXICO, APIROGENO, HIPOALERGENICO, INDICANDO COMO NORMA DE REFERENCIA LA USP41, VERSION DE LA FARMACOPAEA USP QUE NO SE ENCONTRA VIGENTE A LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL DISPOSITIVO MEDICO. NO ACREDITA LA CONDICION BIOLOGICA HEMOCOMPATIBLE.					
4.5 NO PRESENTA ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO					
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.					
4.4 EL CERTIFICADO DE ANALISIS (A FOLIOS 121 DE LA OFERTA) CORRESPONDE AL MODELO INTRODUCAN SAFETY-W (MODELO CON ALAS DE FIJACION), LA CARACTERISTICA "ALAS DE FIJACION" NO ES REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.					
4.5 LOS ROTULADOS MEDIATO E INMEDIATO (A FOLIOS 124 - 126 DE LA OFERTA) CORRESPONDEN AL MODELO INTRODUCAN SAFETY-W (MODELO CON ALAS DE FIJACION), LA CARACTERISTICA "ALAS DE FIJACION" NO ES REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.					
GLOBAL SUPPLY S.A.C.					
4.4 EL CERTIFICADO DE ANALISIS (A FOLIOS 125 DE LA OFERTA) SEÑALA EL ENSAYO DE "AJUSTE CONICO", CON NORMA TÉCNICA DE REFERENCIA ISO 594, NORMA TÉCNICA QUE NO ESTA VIGENTE A LA FECHA DE FABRICACION DEL DISPOSITIVO MEDICO. ASIMISMO, EN LA DESCRIPCION DEL MATERIAL DE LA AGUJA INDICA "AGUA SILICONADA" LO CUAL NO ES CONGRUENTE CON LO INDICADO EN EL RESUMEN DE VERIFICACION Y VALIDACION DE DISEÑO, QUE INDICA "TUBO DE ACERO INOXIDABLE".					







FICHA TÉCNICA DE EVALUACION


AS-Homologacion-SM-67-2024-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES-MATERIAL MÉDICO (08 ÍTEMs).

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ITEM 7	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO CON PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD G 24 X 3/4" (COD. SAP 020103424)				
	POSTOR				
N°	1	2	3	4	
	MEDICAL CHANNEL S.A.C.	CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	GLOBAL SUPPLY S.A.C.
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA					
4. Documentación de presentación obligatoria					
4.1	Resolución de Autorización de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario emitida por la ANM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.4	Certificado de análisis u otro documento equivalente de los dispositivos médicos	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4.5	Rotulados de los envases inmediato o primario y mediat o secundario	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.6	Inserto o Manual de instrucciones de uso de estar autorizado en el registro sanitario del dispositivo médico ofertado	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.7	Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento del establecimiento farmacéutico del postor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO					NO CUMPLE
* Observaciones:					
MEDICAL CHANNEL S.A.C.					
4.4 EL CERTIFICADO DE ANALISIS (A FOLIOS 26 DE LA OFERTA) CORRESPONDE AL MODELO IT732419 (MODELO CON PUERTO DE INYECCION Y ALAS DE FIJACION), LAS CARACTERISTICAS "PUERTO DE INYECCION Y ALAS DE FIJACION" NO SON REQUERIDAS EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.					
4.5 LOS ROTULADOS MEDIATO E INMEDIATO (A FOLIOS 29 Y 30 DE LA OFERTA) CORRESPONDEN AL MODELO IT732419 (MODELO CON PUERTO DE INYECCION Y ALAS DE FIJACION), LAS CARACTERISTICAS "PUERTO DE INYECCION Y ALAS DE FIJACION" NO SON REQUERIDAS EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.					
4.6 LAS INSTRUCCIONES DE USO (A FOLIOS 31 DE LA OFERTA) CORRESPONDEN AL MODELO CON PUERTO DE INYECCION Y ALAS DE FIJACION, LAS CARACTERISTICAS "PUERTO DE INYECCION Y ALAS DE FIJACION" NO SON REQUERIDAS EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.					
CORPORACION ALESSANDRA S.A.C.					
4.2 NO PRESENTA EL CERTIFICADO BPM ORIGINAL, SOLO PRESENTA LA TRADUCCION					
4.4 EL COA Y LA FICHA TÉCNICA CONSIGNAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ESTERIL, ATOXICO, APIROGENO, HIPOALERGENICO, INDICANDO COMO NORMA DE REFERENCIA LA USP41, VERSION DE LA FARMACOPEA USP QUE NO SE ENCONTRA VIGENTE A LA FECHA DE FABRICACION DEL DISPOSITIVO MEDICO. NO ACREDITA LA CONDICION BIOLOGICA HEMOCOMPATIBLE.					
4.5 NO PRESENTA ROTULADO DEL ENVASE MEDIATO					
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.					
4.4 EL CERTIFICADO DE ANALISIS (A FOLIOS 164 DE LA OFERTA) CORRESPONDE AL MODELO INTROCAN SAFETY-W (MODELO CON ALAS DE FIJACION), LA CARACTERISTICA "ALAS DE FIJACION" NO ES REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.					
4.5 LOS ROTULADOS MEDIATO E INMEDIATO (A FOLIOS 166 - 168 DE LA OFERTA) CORRESPONDEN AL MODELO INTROCAN SAFETY-W (MODELO CON ALAS DE FIJACION), LA CARACTERISTICA "ALAS DE FIJACION" NO ES REQUERIDA EN LA FICHA TÉCNICA DE HOMOLOGACION, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA.					
GLOBAL SUPPLY S.A.C.					
4.4 EL CERTIFICADO DE ANALISIS (A FOLIOS 179 DE LA OFERTA) SEÑALA EL ENSAYO DE "AJUSTE CONICO", CON NORMA TÉCNICA DE REFERENCIA ISO 594, NORMA TECNICA QUE NO ESTÁ VIGENTE A LA FECHA DE FABRICACION DEL DISPOSITIVO MEDICO, ASIMISMO, EN LA DESCRIPCION DEL MATERIAL DE LA AGUJA INDICA "AGUJA SILICONADA" LO CUAL NO ES CONGRUENTE CON LO INDICADO EN EL RESUMEN DE VERIFICACION Y VALIDACION DE DISEÑO, QUE INDICA "TUBO DE ACERO INOXIDABLE".					



		FICHA TECNICA DE EVALUACION			
		AS-Homologacion-SM-67-2024-ESSALUD/CEABE-1			
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES-MATERIAL MÉDICO (08 ITEMS).					
		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			
ITEM 8	CUCHILLETE PARA FACO CON HOJAS DE 3.2 MM. (COD. SAP 020700051)				
N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	1	2	3	POSTOR
		ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA	TAGA INTERNATIONAL S.A.C.	ASG INVERSIONES EIRL	
4. Documentación de presentación obligatoria					
4.1	Resolución de Autorización de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario emitida por la ANM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.2	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.3	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.4	Certificado de análisis u otro documento equivalente de los dispositivos médicos	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
4.5	Rotulados de los envases inmediato o primario y mediatos o secundario	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.6	Inserto o Manual de Instrucciones de uso de estar autorizado en el registro sanitario del dispositivo médico ofertado	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	
4.7	Presentación de una muestra del dispositivo médico ofertado	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE*	
4.8	Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento del establecimiento farmacéutico del postor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
RESULTADO		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
* Observaciones:					
ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A.					
4.4 EL CERTIFICADO DE ANALISIS (A FOLIOS 15) NO ACREDITA LOS ENSAYOS DE BIOCOMPATIBILIDAD (CITOTOXICIDAD, IRRITACION, SENSIBILIZACION CUTANEA) PARA ACREDITAR LA CARACTERISTICA TECNICA "LARGO TOTAL (MANGO+HOJA)" PRESENTA CARTA ACLARATORIA (A FOLIOS 21 DE LA OFERTA, EN LA QUE SE INDICA UN VALOR DE 5.648 SIN MENCIONAR LAS UNIDADES DE MEDICION UTILIZADAS POR EL FABRICANTE, POR LO CUAL NO SE ACREDITA EL RESULTADO CONFORME A LO REQUERIDO EN LA FICHA TECNICA DE HOMOLOGACION (14 cm+/- 3cm)					
TAGA INTERNATIONAL S.A.C.					
4.4 NO ACREDITA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA FICHA DE HOMOLOGACION: ASPECTO - CON INDICADOR DE PROFUNDIDAD A 2.0 mm DE LA PUNTA. LA FICHA TECNICA QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO MEDICO NO ES EMITIDA O AVALADA POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA FICHA TECNICA DE HOMOLOGACION.					
4.7 LA MUESTRA NO PRESENTA ENVASE MEDIATO, POR LO CUAL NO SE PUEDE CORROBORAR LA INFORMACION DEL ENVASE MEDIATO CON LOS DOCUMENTOS TECNICOS DEL DISPOSITIVO MEDICO, SEGUN LO REQUERIDO EN LA FICHA TECNICA DE HOMOLOGACION. ASIMISMO, SEGUN FORMATO DE EVALUACION DE MUESTRA ADJUNTO, SE EVIDENCIA QUE LA HOJA DEL CUCHILLETE NO PRESENTA INDICADOR DE PROFUNDIDAD A 2.0 mm DE LA PUNTA.					
ASG INVERSIONES EIRL					
4.4 NO ACREDITA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA FICHA DE HOMOLOGACION: LARGO TOTAL (MANGO + HOJA). ENSAYOS DE BIOCOMPATIBILIDAD, Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA HOJA Y EL MANGO: ASPECTO - CON INDICADOR DE PROFUNDIDAD A 2.0 mm DE LA PUNTA. LA FICHA TECNICA QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO MEDICO NO ES EMITIDA O AVALADA POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA FICHA TECNICA DE HOMOLOGACION.					
4.7 *CUMPLE CON LA PRESENTACION DE LA MUESTRA; SIN EMBARGO, SEGUN FORMATO DE EVALUACION DE MUESTRA ADJUNTO, SE EVIDENCIA QUE LA HOJA DEL CUCHILLETE NO PRESENTA INDICADOR DE PROFUNDIDAD A 2.0 mm DE LA PUNTA.					



# FORMATOS DE EVALUACIÓN DE MUESTRA.

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACION-67-2024-ESSALUD/CEABE-1

**FORMATO DE EVALUACIÓN N° 1**

CUCHILLETE PARA FACO CON HOJAS DE 3.2 MM. (COD. SAP 020700051)

**Dispositivo Médico:** .....

ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A.

**Postor:** .....

Documentos técnicos	Cumple	No cumple	Mecanismo para determinar el cumplimiento
Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario.	CUMPLE		Visual
Certificado de análisis o documento equivalente.	CUMPLE		Visual
Rotulado del envase mediato.	CUMPLE		Visual
Rotulado del envase inmediato.	CUMPLE		Visual
Inserto o manual de instrucciones de uso.	NO APLICA		Visual
<b>Resultado Final</b>	<b>CUMPLE</b>		

**FORMATO DE EVALUACIÓN N° 2**

CUCHILLETE PARA FACO CON HOJAS DE 3.2 MM. (COD. SAP 020700051)

**Dispositivo Médico:** .....

ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A.

**Postor:** .....

Aspectos a verificar	Cumple	No cumple	Mecanismo para determinar el cumplimiento
Envase inmediato individual, sellado, con fácil apertura y exento de rebabas y aristas cortantes.	CUMPLE		Inspección visual
Envase mediato tipo caja.	CUMPLE		Inspección visual
Acabado de Hoja: De superficie lisa, que no refleja la luz (mate), libre de porosidad, deformaciones, rasguños, rebabas y/o aristas cortantes.	CUMPLE		Inspección visual con lente de aumento
<b>Resultado final</b>	<b>CUMPLE</b>		



# FORMATOS DE EVALUACIÓN DE MUESTRA.

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACION-67-2024-ESSALUD/CEABE-1

**FORMATO DE EVALUACIÓN N° 1**

**Dispositivo Médico:** CUCHILLETE PARA FACO CON HOJAS DE 3.2 MM. (COD. SAP 020700051)

**Postor:** TAGA INTERNATIONAL S.A.C.

Documentos técnicos	Cumple	No cumple	Mecanismo para determinar el cumplimiento
Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario.	CUMPLE		Visual
Certificado de análisis o documento equivalente.	CUMPLE		Visual
Rotulado del envase mediató.	*NO CUMPLE		Visual
Rotulado del envase inmediato.	CUMPLE		Visual
Inserto o manual de instrucciones de uso.	NO APLICA		Visual
<b>Resultado Final</b>	NO CUMPLE		

\* LA MUESTRA NO PRESENTA ENVASE MEDIATO, POR LO CUAL NO SE PUEDE CORROBORAR LA INFORMACION DEL ENVASE MEDIATO CON LOS DOCUMENTOS TECNICOS DEL DISPOSITIVO MEDICO.

**FORMATO DE EVALUACIÓN N° 2**

**Dispositivo Médico:** CUCHILLETE PARA FACO CON HOJAS DE 3.2 MM. (COD. SAP 020700051)

**Postor:** TAGA INTERNATIONAL S.A.C.

Aspectos a verificar	Cumple	No cumple	Mecanismo para determinar el cumplimiento
Envase Individual, sellado, con fácil apertura y exento de rebabas y aristas cortantes.	CUMPLE		Inspección visual
Envase mediató tipo caja.	*NO CUMPLE		Inspección visual
Acabado de Hoja: De superficie lisa, que no refleja la luz (mate), libre de porosidad, deformaciones, rasguños, rebabas y/o aristas cortantes.	**NO CUMPLE		Inspección visual con lente de aumento
<b>Resultado final</b>	CUMPLE		

\* LA MUESTRA NO PRESENTA ENVASE MEDIATO.

\*\* SE EVIDENCIA QUE LA HOJA DEL CUCHILLETE NO PRESENTA INDICADOR DE PROFUNDIDAD A 2.0 mm DE LA PUNTA.





# FORMATOS DE EVALUACIÓN DE MUESTRA.

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACION-67-2024-ESSALUD/CEABE-1

**FORMATO DE EVALUACIÓN N° 1**

**Dispositivo Médico:** CUCHILLETE PARA FACO CON HOJAS DE 3.2 MM. (COD. SAP 020700051)

**Postor:** ASG INVERSIONES EIRL.

Documentos técnicos	Cumple	No cumple	Mecanismo para determinar el cumplimiento
Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario.	CUMPLE		Visual
Certificado de análisis o documento equivalente.	CUMPLE		Visual
Rotulado del envase mediató.	CUMPLE		Visual
Rotulado del envase inmediato.	CUMPLE		Visual
Inserto o manual de instrucciones de uso.	CUMPLE		Visual
<b>Resultado Final</b>	<b>CUMPLE</b>		

**FORMATO DE EVALUACIÓN N° 2**

**Dispositivo Médico:** CUCHILLETE PARA FACO CON HOJAS DE 3.2 MM. (COD. SAP 020700051)

**Postor:** ASG INVERSIONES EIRL.

Aspectos a verificar	Cumple	No cumple	Mecanismo para determinar el cumplimiento
Envase inmediato individual, sellado, con fácil apertura y exento de rebabas y aristas cortantes.	CUMPLE		Inspección visual
Envase mediató tipo caja.	CUMPLE		Inspección visual
Acabado de Hoja: De superficie lisa, que no refleja la luz (mate), libre de porosidad, deformaciones, rasguños, rebabas y/o aristas cortantes.	*NO CUMPLE		Inspección visual con lente de aumento
<b>Resultado final</b>	<b>CUMPLE</b>		

\* SE EVIDENCIA QUE LA HOJA DEL CUCHILLETE NO PRESENTA INDICADOR DE PROFUNDIDAD A 2.0 mm DE LA PUNTA.

