

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código : 20376801927

Nombre o Razón social : MEDISONIC S.A.C.

Fecha de envío : 13/04/2023

Hora de envío : 18:26:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

A12 ¿ Rango dinámico de 200 DB o mas.

Se solicita al comité de selección considerar en las EETT A12 ¿ Rango dinámico de 165 DB o mayor. Para una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** A12 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consultó al área usuaria y se vio por conveniente no modificar el rango dinámico, se mantiene la EETT. No se acepta su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20376801927	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	MEDISONIC S.A.C.	Hora de envío :	18:26:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

B02 ¿ Un transductor de arreglo convexo de 2.0 a 6.5 Mhz o rango más amplio, con ángulo de visualización de 80° o mayor.

Se solicita al comité de selección considerar en las EETT B02 ¿ Un transductor de arreglo convexo de 2.0 a 6.5 Mhz o rango más amplio, con ángulo de visualización de 65° o mayor. Para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** B02 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta la consulta y quedaría reformulada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02: Un transductor de arreglo convexo de 2.0 a 6.5 Mhz o rango más amplio, con radio más amplio, con ángulo de visualización de 65° o mayor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20376801927	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	MEDISONIC S.A.C.	Hora de envío :	18:26:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

B03: Un transductor de arreglo lineal multifrecuencial de 6.0 a 16 Mhz o rango más amplio no menor a 45 mm.

Se solicita al comité de selección considerar en las EETT B03: Un transductor de arreglo lineal multifrecuencial de 4.0 a 15 Mhz o rango más amplio no menor a 37 mm. Para que puedan tener una mayor pluralidad de postores y así no direccionar la compra a ciertas marcas del mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: B03 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria acepta parcialmente su consulta quedando reformulada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03: Un transductor de arreglo lineal multifrecuencial de 3.0 a 16 Mhz o rango más amplio no menor a 25.2 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20376801927	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	MEDISONIC S.A.C.	Hora de envío :	18:26:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

B03: Un transductor de arreglo lineal multifrecuencial de 6.0 a 16 Mhz o rango más amplio no menor a 45 mm.

Se solicita al comité de selección considerar en las EETT B03: Un transductor de arreglo lineal multifrecuencial de 3.0 a 16 Mhz o rango más amplio no menor a 38 mm. Para que puedan tener una mayor pluralidad de postores y así no direccionar la compra a ciertas marcas del mercado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** B03 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria acepta parcialmente su consulta quedando reformulada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03: Un transductor de arreglo lineal multifrecuencial de 3.0 a 16 Mhz o rango más amplio no menor a 25.2 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código : 20376801927

Nombre o Razón social : MEDISONIC S.A.C.

Fecha de envío : 13/04/2023

Hora de envío : 18:26:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

A15: Capacidad de almacenar hasta un máximo de 18 000 cuadros en cineloop de modo B.

Se solicita al comité de selección considerar en las EETT A15: Capacidad de almacenar hasta un máximo de 18 000 cuadros en cineloop de modo B. (OPCIONAL). Esto con el fin que puedan tener una mayor pluralidad de postores y así no direccionar la compra a ciertas marcas del mercado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** A15 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A15: Capacidad de almacenar hasta un máximo de 18 000 cuadros en cineloop de modo B. (OPCIONAL)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código : 20376801927

Nombre o Razón social : MEDISONIC S.A.C.

Fecha de envío : 13/04/2023

Hora de envío : 18:26:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

A17: Capacidad de almacenar hasta un máximo de 10 000 cuadros en cineloop de modo C.

Se solicita al comité de selección considerar en las EETT A17:Capacidad de almacenar hasta un máximo de 10 000 cuadros en cineloop de modo C. (OPCIONAL). Esto con el fin que puedan tener una mayor pluralidad de postores y así no direccionar la compra a ciertas marcas del mercado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** A17 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A17:Capacidad de almacenar hasta un máximo de 10 000 cuadros en cineloop de modo C. (OPCIONAL).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	19:52:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA N°01 Pagina: 18 numeral: 2.2.1

Literal: 2.2.1.1

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA

CONSIDERAR:

CARTA DE AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Se solicita al comité de selección indicar en Documentación de presentación obligatoria:

I) solicitar Carta de Autorización del Fabricante como Distribuidor o Representante de la Marca del equipo ofertado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Carta de Autorización del Fabricante como Distribuidor o Representante de la Marca del equipo ofertado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	19:52:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CONSULTA N°02 Página: 18 numeral: 2.2.1

Literal: 2.2.1.1

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA

CONSIDERAR:

CARTA DE REPUESTOS DEL FABRICANTE

Se solicita al comité de selección indicar en Documentación de presentación obligatoria,

I) Carta de Repuestos del Fabricante por los próximos 05 años.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta ya que garantiza el suministro de repuestos directamente del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Carta de Repuestos del Fabricante por los próximos 05 años

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	19:52:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 03 Página: 18

CAPITULO II REQUERIMIENTO

Literal: 2.2.1.1

CONSIDERAR COMO DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Solicitamos al comité considerar Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus Componentes (TRANSDUCTORES) estén a nombre del postor o terceros, según la normativa vigente de la DIGEMID no aceptando un sumario de varios para cumplir con las características del bien ofertado; los periféricos y accesorios deberán demostrar que no requieren Registro Sanitario de acuerdo a la lista de productos de clasificación de insumos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del Equipo y sus Componentes (TRANSDUCTORES) estén a nombre del postor o terceros, según la normativa vigente de la DIGEMID no aceptando un sumario de varios para cumplir con las características del bien ofertado; los periféricos y accesorios deberán demostrar que no requieren Registro Sanitario de acuerdo a la lista de productos de clasificación de insumos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	19:52:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 04 Página: 17
PLAZO MAXIMO DE ENTREGA
SOLICITAN
PLAZO DE ENTREGA MAXIMO (DIAS CALENDARIOS): 20 DÍAS
Se solicita al comité si aceptaría 30 días calendarios como máximo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega de 30 días calendarios.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	19:52:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 05 Página: 33

CAPITULO IV

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN

Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.

Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4)

De 01 a 10 Días calendarios: 10 puntos

De 11 a 20 Días calendarios: 05 puntos

Se solicita al comité si pudiera quedar de la siguiente manera:

De 01 a 30 Días calendarios: 10 puntos

De 31 a 40 Días calendarios: 05 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De 01 a 30 Días calendarios: 10 puntos

De 31 a 40 Días calendarios: 05 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	19:52:53

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 06 Página: 24
CAPITULO III
4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS
B TRANSDUCTORES

Se solicita al comité considerar incluir los siguientes rangos de tolerancia para transductores en aras de fomentar mayor pluralidad en los postores: RANGOS DE FRECUENCIA MAYORES A LOS SOLICITADOS Y DENTRO DE LA TOLERANCIA DE 0.5 MHZ EN EL LIMITE SUPERIOR Y DE +0.5 MHZ EN EL LIMITE INFERIOR O 0.5 MHZ EN EL LIMITE SUPERIOR PERO NO AMBOS A LA VEZ.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RANGOS DE FRECUENCIA MAYORES A LOS SOLICITADOS Y DENTRO DE LA TOLERANCIA DE 0.5 MHZ EN EL LIMITE SUPERIOR Y DE +0.5 MHZ EN EL LIMITE INFERIOR O 0.5 MHZ EN EL LIMITE SUPERIOR PERO NO AMBOS A LA VEZ

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	19:52:53

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 07 Página: 24

CAPITULO III

4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

Solicitan

A08: TRES CONECTORES ACTIVOS PARA TRANSDUCTORES COMO MINIMO.

Se le solicita al comité si aceptaría reformular la especificación tecnica de la siguiente manera: A08: TRES CONECTORES ACTIVOS PARA TRANSDUCTORES EN LA CONSOLA DEL EQUIPO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08: TRES CONECTORES ACTIVOS PARA TRANSDUCTORES EN LA CONSOLA DEL EQUIPO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	19:52:53

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 08 Página: 24

CAPITULO III

4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

B TRANSDUCTORES

Solicitan

B01: UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 5.0 A 9.0 MHZ O RANGO MAS AMPLIO CON RADIO MAS AMPLIO O MAYOR, CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 150°.

Se le solicita al comité considerar : B01: UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3.4 A 11 MHZ O RANGO MAS AMPLIO CON RADIO MAS AMPLIO O MAYOR, CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 180°.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01: UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3.0 A 11 MHZ O RANGO MAS AMPLIO CON RADIO MAS AMPLIO O MAYOR, CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 180° A MÁS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	19:52:53

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 09 Página: 24

CAPITULO III

4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

B TRANSDUCTORES

Solicitan

B03: UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL MULTIFRECUENCIAL DE 6.0 A 16 MHZ O RANGO MAS AMPLIO NO MENOR DE 45 MM.

Se le solicita al comité considerar: B03: UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL MULTIFRECUENCIAL DE 3.5 A 16 MHZ O RANGO MAS AMPLIO NO MENOR DE 25.2 MM.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta parcialmente su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B03: UN TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL MULTIFRECUENCIAL DE 3.0 A 16 MHZ O RANGO MAS AMPLIO NO MENOR DE 25.2 MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	19:52:53

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 10 Página: 24

CAPITULO III

4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

C MODO DE IMAGEN

Solicitan

C02: DOPPLER PULSADO (PW/CW)

Se le solicita al comité considerar eliminar (CW) ya que el equipo requerido es para el área de Ginecología y el software solicitado es para cardiología, tampoco se está haciendo la solicitud del transductor (FASE) para la utilización de este software en el equipo, incrementando su costo, pero sin el transductor adecuado para su utilización. Se sugiere al comité la reformulación de la EETT de la siguiente manera:

C02: DOPPLER PULSADO (PW)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C02: DOPPLER PULSADO (PW / CW) (Opcional)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	19:52:53

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 11 Página: 24
CAPITULO III
4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS
C MODO DE IMAGEN
Solicitan
C07: DOPPLER TISULAR (TDI)
La solicitud del Equipo es para el área de Ginecología y no para cardiología, tampoco se está adquiriendo un transductor (FASE) para su uso, le solicitamos al comité solicitar la siguiente EETT como opcional quedando reformulada de la siguiente manera:
C07: DOPPLER TISULAR (TDI) (Opcional)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C07: DOPPLER TISULAR (TDI) (Opcional)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20551306128	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	Hora de envío :	19:52:53

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 12 Página: 24

CAPITULO III

4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

C MODO DE IMAGEN

Solicitan

C09: ONDA DE PULSO DOPPLER

La solicitud del Equipo es para el área de Ginecología y no para cardiología, tampoco se está adquiriendo un transductor (FASE) para su uso, le solicitamos al comité solicitar la siguiente EETT como opcional quedando reformulada de la siguiente manera:

C09: ONDA DE PULSO DOPPLER (Opcional)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C09: ONDA DE PULSO DOPPLER (Opcional)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:43

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

F03
La potencia de consumo de cada equipo depende de la tecnología de cada fabricante por lo que solicitar un valor fijo de la potencia de consumo restringe la participación de otros proveedores.
Se solicita al Comité Evaluador considerar la ampliación de la especificación solicitada en la especificación F03 de la siguiente manera:
Potencia: Max. 180 VA con periféricos
Realizar esta ampliación para ese parámetro permitirá una mayor participación de postores los cual brindará mayor oferta de equipos a la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consultó al área usuaria y se vio por conveniente no modificar la Potencia: máx. 130 va con periféricos, se mantiene la EETT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:43

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

D03
Se solicita al Comité Evaluador aclarar el punto D03 el cual solicita:
"Incluido (DBP, LF, CA, CRL, HC, IFA fetal) y frecuencia cardiaca"
De lo solicitado, el parámetro "IFA fetal" no está considerado dentro de los cálculos obstétricos estándares por lo que se le pide corroborar si se refiere al parámetro "Peso Fetal"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se consulto al área usuaria, aclarando que el IFA Fetal no se refiere al peso fetal. Se refiere al índice o medición del liquido amniótico IFA (INDEX FLUID AMNIOTIC) , se mantiene la EETT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 13/04/2023

Hora de envío : 23:54:43

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación B01 solicita un transductor endocavitario con un ángulo de visualización de 150°. Para el caso de los transductores endocavitarios, es recomendable tener un ángulo de visualización mucho mayor ya que el haz abarcará un mayor campo.

Por consiguiente se solicita al Comité Evaluador ampliar la especificación B01 de la siguiente manera:

Un transductor endocavitario de 5.0 a 9.0 MHz o rango más amplio, con ángulo de visualización no menor a 150°.

Esta mejora permitirá que la Entidad adquiera un ecógrafo con mayor campo de visualización lo cual favorecerá al radiólogo al momento de realizar exámenes ginecológicos y obstétricos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta parcialmente su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01: UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3.0 A 11 MHZ O RANGO MAS AMPLIO CON RADIO MAS AMPLIO O MAYOR, CON ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 180° A MÁS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UESH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO ULTRASONIDO PORTÁTIL PARA EL CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN, DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Ruc/código :	20603346344	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:43

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

B02

En el mercado actual, muchas marcas de ecógrafos ofrecen transductores convexos con ángulos de visualización de máximo 72°. Se observa que la especificación B02 solicita un transductor convexo con un ángulo de visualización de 80°, lo cual es más acorde a un transductor convexo volumétrico, limitando la participación de otros postores atentando contra el Principio de Pluralidad de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se solicita al Comité Evaluador ampliar la especificación B02 de la siguiente manera:

Un transductor de arreglo convexo de 2.0 a 6.5 MHz o rango más amplio con ángulo de visualización no mayor a 80°.

Esta mejora permitirá una mayor participación de postores ya que la especificación solicitada inicialmente no es acorde a un transductor convexo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el area usuaria acepta la consulta y quedaría reformulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02: Un transductor de arreglo convexo de 2.0 a 6.5 Mhz o rango más amplio, con radio más amplio, con ángulo de visualización de 65° o mayor.