

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/04/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA - SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PERFIL DE COAGULACION						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	5001189 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 242-2023-DEEMSC/INMP		Fecha de recepción	24/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	03/04/2023	De oficio	MEMORANDO N° 271-2023-DP/INMP	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	18/04/2023	De oficio	MEMORANDO N° 305-2023-DP/INMP	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Según el D.S. N° 377-2019-EF Artículo 37.1 "La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintas pero vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas".				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	-	-	-	-	6	MEMORANDO N° 727-OL-INMP-2023	21/03/2023

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

Proveedor SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. realizó 04 consultas y/u observaciones: 1. Solicitan bandeja de reactivos, considerando que cada fabricante diseña de forma diferente las diversas áreas de los analizadores, solicitamos que se acepte área de reactivos refrigerados en lugar de bandeja. 2. Solicitan analizador con 200 pruebas hora/200tp hora, solicitamos ampliar y permitir nuestra participación y de acuerdo con las cantidades solicitadas aceptar analizadores de 110 pruebas hora/200tp hora a más. 3. Solicitan analizador con Windows 10, de acuerdo a las necesidades de cada analizador, los fabricantes utilizan la plataforma más conveniente para el adecuado funcionamiento de sus equipos por ello solicitamos ampliar y permitir nuestra participación aceptando analizadores que trabajen con windows en sus diferentes versiones. 4. Solicitan en el control de calidad interno índice de desviación estandar, sin embargo se entiende que en control de calidad interno el término correcto es desviación estandar, ya que el índice de desviación estandar es obtenido a partir de una desviación estandar de grupo y media de grupo obtenido generalmente en controles interlaboratoriales, por lo cual no aplicaría para la evaluación individual en el equipo.

Proveedor DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. realizó 01 consulta y/u observaciones: 1. En relación a la performance solicitada, consultamos se acepte también analizadores con performance de 130tp/hora, esto con el fin de permitir nuestra participación del estudio de mercado y posterior proceso de selección.

Proveedor REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L.TDA. realizó 01 consulta y/u observaciones: 1. Solicitan dos equipos de performance igual o mayor a 200tp/hora o 200 pruebas/hora, consultamos amablemente al área usuaria si puede aceptar equipos con performance igual o mayor de 180tp/hora o 180 pruebas/hora, ya que por la cantidad de pruebas requeridas para todo el proceso, el número de pruebas diarias procesadas en cada equipo sería aproximadamente 62, con lo cual se garantiza que con este performance se pueda procesar de manera continua, con una velocidad óptima que permita reportar resultados de forma rápida y oportuna.

2	-	-	-	-	6	MEMORANDO N° 963-OL-INMP-2023	12/04/2023
---	---	---	---	---	---	-------------------------------	------------

Proveedor SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. realizó 04 consultas y/u observaciones: 1. Procesamiento de datos: PLAZO MAXIMO PARA LA INSTALACION DEL INTERFAZ DE CONEXIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL LABORATORIO (SIGSALEN PLUS) SERA DE 20 DIAS CALENDARIO. Solicitamos al comité de selección pueda considerar el tiempo de instalación del interfaz de 30 días calendario, ya que este tipo de instalaciones depende también de la disponibilidad del personal de informática de la institución y por la complejidad del trabajo a realizar, 30 días serían suficientes para poder cubrir cabalmente con el requerimiento informático de la institución. 2. Consumibles controles y complementos: SE DEBERA SUMINISTRAR MICROPIPETAS PARA REACTIVOS, CONTROLES Y MUESTRAS PARA CADA AREA (LABORATORIO DE HEMATOLOGIA Y LABORATORIO DE EMERGENCIA). Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria la cantidad exacta de pipetas a usar, el rango de medición e indicar si serán pipetas fijas o graduales. 3. Soporte Técnico: MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INMEDIATO, DURANTE LAS 24 HORAS Y LOS 7 DIAS DE LA SEMANA INCLUIDOS FERIADOS, ATENCIÓN DE EVENTO CORRECTIVO EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 3 HORAS DE HABER EMITIDO LA COMUNICACIÓN VIA TELEFONICA O CORREO ELECTRONICO AL INGENIERO O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PROVEEDORA. Con la finalidad de evitar confusiones, solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria omitir la palabra INMEDIATO y considerar la atención dentro de las 3 horas después de reportado el problema, ya que se debe considerar el tiempo de traslado del personal especializado (ingeniería o aplicaciones). 4. Personal Técnico: PERSONAL DE INGENIERIA Y ASESOR ESPECIALISTA CON CERTIFICACION O CONSTANCIA DE CAPACITACION NO MENOR DE 6 MESES, OTORGADO POR LA CASA MATRIZ O POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN EL PERU EN EL EQUIPO OFERTADO. Con el fin de asegurar la correcta instalación y cumplimiento de las especificaciones indicadas por el fabricante solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria considerar solo certificación o constancia de capacitación no menor de 6 meses, otorgado por la casa matriz o fabricante, ya que una certificación o constancia emitida por el distribuidor no asegura que el personal tenga en conocimiento adecuado de la correcta instalación, uso y manejo del analizador que brinda fábrica en sus instalaciones.

Proveedor DELTALAB PERU S.A.C. realizó 02 consultas y/u observaciones: 1. En cuanto relación a los equipos en cesion en uso, el requerimiento de la entidad solicita: Con lector de códigos de barra para reactivos y tubos primarios (muestras). Es bien conocido que la característica "con código de barras para reactivos" es utilizada por la empresa diagnostica peruana con su marca Stago, como una característica que impide la participación de otros postores por ser una característica propia de su marca. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria, suprimir o en caso contrario considerar como opcional esta característica "con lector de códigos de barra para reactivos" que impide nuestra participación y también la participación de otros postores y/u otras marcas. 2. En cuanto relación a los equipos en cesion en uso, el requerimiento de la entidad solicita: Con módulo de preanalítica con capacidad de comprobación para el volumen de llenado y detección por niveles de ictericia, lipemia y hemolisis para todas las pruebas. Es bien conocido que la característica de módulo de preanalítica, es una característica única de la marca Stago, comercializadora en Perú por la empresa diagnóstica peruana, esta característica impide la participación de otros postores por ser una característica propia de su marca. Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria, suprimir o en su defecto considerar como opcional, la característica de "con modulo de preanalítica con capacidad de comprobación para el volumen de llenado y detección por niveles de ictericia, lipemia y hemolisis para todas las pruebas" que impide nuestra participación y/o la de otros postores y marcas.

Consignar una síntesis de las observaciones

### 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	-	-	-	-	6	MEMORANDO N° 271-2023-DP/INMP	03/04/2023
<p>Respuestas al proveedor SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. por parte del área usuaria: 1. Se acepta la consulta, se considerará también en las especificaciones técnicas el área de reactivos refrigerados. 2. Se acepta la consulta, en busca de promover la pluralidad de postores, se amplía el performance y se aceptará un equipo igual o mayor a 110 pruebas/hora o 110tp por hora. 3. Se acoge la consulta. 4. Se acoge la consulta, se aceptará en el control interno la desviación estandar.</p> <p>Respuestas al proveedor DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. por parte del área usuaria: 1. Se acoge parcialmente la consulta, en busca de pluralidad de postores se amplía el performance y se aceptará un equipo igual o mayor a 110 pruebas/hora o 110tp por hora.</p> <p>Respuestas al proveedor REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L. por parte del área usuaria: 1. Se acoge parcialmente la consulta, en busca de pluralidad de postores se amplía el performance y se aceptará un equipo igual o mayor a 110 pruebas/hora o 110tp por hora.</p>							
2	-	-	-	-	6	MEMORANDO N° 305-2023-DP/INMP	18/04/2023

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

Respuestas al proveedor DELTALAB PERU S.A.C. por parte del área usuaria: 1. No se acoge la observación, se aclara que se esté solicitando lector de código de barras para reactivos y tubos primarios (muestras) para mejorar la trazabilidad de las muestras y reactivos en busca de disminuir la posibilidad de error humano. Cabe recalcar que en el mercado existe pluralidad de postores que cumplen con estas características. 2. No se acepta lo solicitado, se aclara que las características fueron solicitadas considerando la importancia de la calidad en la fase preanalítica del laboratorio que influye en la calidad de los resultados. Se considera que estas características son necesarias porque conllevan a mejorar la calidad en el laboratorio.

Respuestas al proveedor SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. por parte del área usuaria: 1. Se acoge la consulta, se amplía el plazo máximo para la instalación del interfaz de conexión al sistema informático del laboratorio (sisgalen plus) y se aceptará hasta treinta (30) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra. 2. Se aclara que se está considerando la entrega de micropipetas para cada área del laboratorio (Hematología y Laboratorio de Emergencia) en un total de 2 micropipetas de rango variable de 10-500ul y 2 micropipetas de rango variable de 100-1000ul. 3. Se acoge la consulta y se aclara que se suprimirá el término inmediato para evitar confusiones y se considerará el mantenimiento correctivo: durante las 24 horas y los 7 días a la semana incluido feriados. Atención de evento correctivo en un tiempo no mayor de 3 horas de haber emitido la comunicación vía telefónica o correo electrónico al Ingeniero o representante de la empresa proveedora. 4. No se acoge la consulta, se aclara que se está solicitando personal de ingeniería y asesor especialista con certificación o constancia de capacitación no menor de 6 meses, otorgado por la casa matriz o por el distribuidor autorizado en el Perú en el equipo ofertado.

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

### 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/02/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/04/2023
-----	---	------------	--	------------

3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.				

3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.					

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.					

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.					

4	<p style="text-align: center;">MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL</p> <p style="text-align: center;">Econ. MARCOS V. BENITES PEREZ Jefe de la oficina de Contratación</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>				
---	--	--	--	--	--