

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-CENARES/MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION DE DATA LOGGER DEL ALMACÉN DEL CENARES

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20267203467  | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA<br>CERRADA | Hora de envío :  | 18:56:55   |

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

1- Resultando muy difícil que existan empresas con patrones de temperatura en rangos tan bajos y que solo se tenga como cliente a CENARES dificulta el que se pueda realizar la calibración acá en Perú, por lo tanto solicitamos la posibilidad de enviar los equipos para su calibración con nuestra empresa aliada en el extranjero, ¿ será aceptada también esta opción?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: VI      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, que el procedimiento de calibración es competencia de cada laboratorio y es cada laboratorio quien determina si como parte del cumplimiento del servicio solicitado, requiere o no ser enviado al extranjero para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-CENARES/MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION DE DATA LOGGER DEL ALMACÉN DEL CENARES

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20267203467  | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA<br>CERRADA | Hora de envío :  | 18:56:55   |

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

2- debido al motivo de nuestra primera consulta pedimos la ampliación del plazo de entrega a 120 días calendarios para realizar la calibración.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** IX      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que NO es factible la ampliación del plazo , toda vez, que dichos equipos son necesarios para su uso en la distribución de las vacunas lo que no resultaría eficiente tener los equipos sin estar disponibles mayor tiempo de lo requerido en los Términos de Referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-CENARES/MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION DE DATA LOGGER DEL ALMACÉN DEL CENARES

Ruc/código : 20267203467

Nombre o Razón social : CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA  
CERRADA

Fecha de envío : 14/06/2023

Hora de envío : 18:56:55

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

3- Solicitamos confirmar o aceptar lo siguiente : Los datalogger no se calibran, lo que se calibra o contrasta es el sensor de temperatura. El método de calibración lo que comprueba es el rango de temperatura del sensor dependiendo del tipo aplicando un calor o un frío , este sensor bien puede botar señal en mV ó ohm esta se aplica o conecta hacia un indicador patrón o hacia la parte electrónica del datalogger para visualizar luego los valores mediante la descarga de la data en la pantalla de la PC por cada simulación.

Por lo consiguiente el término real a detallar en este proceso es comprobar cual de los dispositivos está correcto, bien es el sensor o el transmisor o datalogger, en consecuencia si aplicando una temperatura fría a el sensor y si éste no respondiera adecuadamente tiene el proveedor que cambiar el sensor o solo se informaría que este equipo no está respondiendo bien porque el sensor ya perdió sensibilidad al efecto de las variaciones de la temperatura- Confirmar

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1

**Literal:** VI

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el termino servicio de calibración de data logger va de acorde a lo registrado en el Sistema Integrado de Gestion Administrativa del sector Público, motivo por el cual es la nomenclatura del procedimiento de selección, así mismo se aclara que en el numeral VI. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO de los Terminos de Referencia se indica el modelo y si corresponde que cada modelo cuente con sensor externo e interno y las pautas para realizar el servicio de calibración. Es necesario aclarar también que los datos logger será entregado al proveedor , estando 100% operativos para su calibración.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-CENARES/MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION DE DATA LOGGER DEL ALMACÉN DEL CENARES

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20267203467  | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA<br>CERRADA | Hora de envío :  | 18:56:55   |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

4-Por tener sensores internos cualquier laboratorio tiene que sacar los sensores del datalogger, la entidad permite realizar dicho procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VI Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los laboratorios que realizaran las calibraciones según modelo de cada equipo tienen sus procedimientos y actividades en el desarrollo del servicio de calibración, por lo que el proveedor del servicio deberá realizar la entrega de los equipos calibrado estando 100% operativos tal y como la entidad cumplirá en entregarlos tal y como se exige en el numeral VI - OTRAS CONSIDERACIONES numeral 4.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-CENARES/MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION DE DATA LOGGER DEL ALMACÉN DEL CENARES

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20267203467  | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA<br>CERRADA | Hora de envío :  | 18:56:55   |

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

5- Se consulta si bajo esta modalidad solicitada en la consulta 1, seria aceptada la experiencia de la empresa extranjera., o caso contrario aceptar experiencia de ventas de sensores de temperatura y dataloggers en general

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** XIII      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que la experiencia esta determinada en el numeral XIII de los Términos de Referencia - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, siendo el postor responsable de acreditarla , así como sus servicios similares que esta relacionada al servicio de calibración de instrumentos de medición en general. En ese sentido no se aceptan la experiencia en ventas de ventas de sensores de temperatura y dataloggers en general, toda vez que las ventas no están relacionadas con el servicio de calibración

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-CENARES/MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION DE DATA LOGGER DEL ALMACÉN DEL CENARES

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600651901                    | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. | Hora de envío :  | 23:39:54   |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité considerar un plazo de hasta 35 días calendarios en todas las etapas, debido a que esto también incluye realizar un diagnostico a la totalidad de equipos lo cual demandaría mas tiempo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: IX Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que NO es factible la ampliación del plazo en cada etapa , toda vez, que dichos equipos son necesarios para su uso en la distribución de las vacunas lo que no resultaría eficiente tener los equipos sin estar disponibles mayor tiempo de lo requerido en los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-CENARES/MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION DE DATA LOGGER DEL ALMACÉN DEL CENARES

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600651901                    | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. | Hora de envío :  | 23:39:54   |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se indica como servicios similares a instrumentos de medición tales como termómetros, termohigrómetros, balanzas, Etc., Se solicita al comite en aras de fomentar la pluralidad de postores, considerar adicionalmente como servicios similares a: equipos e instrumentos de laboratorio en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: C. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 lit. a) b) LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que como servicios similares los términos de referencia indica lo siguiente : Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de calibración a instrumentos de medición en general tales como termómetros, termohigrómetros, balanzas, etc. En ese sentido si los equipos e instrumentos de laboratorio realizan medición y requieren calibración ; estos se encuentran en el alcance de instrumentos de medición en general tal como lo requiere en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null