

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código : 20101337261

Fecha de envío : 13/01/2025

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Hora de envío : 11:31:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con la finalidad de promover la pluralidad de postores, se tenga en consideración despaquetizar el proceso.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAP. I **Literal:** 1.2 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, POR LA LOGISTICA DE IMPLEMENTACION DE LOS BIENES EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:14:00

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONCENTRADOR DE OXIGENO

B01 TASA DE RANGO DE FLUJO DE 2 (O MAS) A 10 LPM O MAYOR

Solicitamos al comité lo siguiente: Pueda considerar equipos con un rango de flujo de 2 o menos, como ya se estableció el límite superior, el límite inferior no quedaría claro al poner ¿O MAS¿ este estaría también abarcando el límite superior. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: B01 TASA DE RANGO DE FLUJO DE 2 LPM O MENOS A 10 LPM O MAYOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, SE INTERPRETA QUE LO MINIMO ES 2 LPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:14:00

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE, ADULTO
B02 PERA DE INSUFLACION, LIBRE DE LATEX (O LF) Y VALVULA DE PURGA.

Solicitamos al comité lo siguiente: Pueda considerar que la pera de insuflación sea de látex, ya que tiene una gran durabilidad sin tener un costo muy elevado y este no afecta al paciente al no tener contacto directo.
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: B02 PERA DE INSUFLACION, LIBRE DE LATEX O DE LATEX Y VALVULA DE PURGA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 110

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, HAY PERSONAS ALERGICAS AL LATEX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:14:00

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE, PEDIATRICO NEONATAL
B02 PERA DE INSUFLACION, LIBRE DE LATEX (O LF) Y VALVULA DE PURGA.

Solicitamos al comité lo siguiente: Pueda considerar que la pera de insuflación sea de látex, ya que tiene una gran durabilidad sin tener un costo muy elevado y este no afecta al paciente al no tener contacto directo.
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: B02 PERA DE INSUFLACION, LIBRE DE LATEX O DE LATEX Y VALVULA DE PURGA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 111

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, HAY PERSONAS ALERGICAS AL LATEX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:14:00

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE, PEDIATRICO NEONATAL

B04 LECTURA DE HUMEDAD: 25 (O MENOR)-98%HR. APROX. CON RESOLUCION HUMEDAD: 1% DE HR

Solicitamos al comité lo siguiente: Pueda considerar que la pera de insuflación sea de látex, ya que tiene una gran durabilidad sin tener un costo muy elevado y este no afecta al paciente al no tener contacto directo.

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: B02 PERA DE INSUFLACION, LIBRE DE LATEX O DE LATEX Y VALVULA DE PURGA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 114

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, HAY PERSONAS ALERGICAS AL LATEX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20603350651	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	JERICORP DIAGNOSTIC S.A.C.	Hora de envío :	18:19:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para los equipos que no cuentan con rotulado de año de fabricación, procedencia y marca detallado en el equipo, solicitamos poder sustentarlo mediante una carta del mismo fabricante detallando lo descrito.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAPITULO **Literal:** III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO ESPECIFICA A QUE EQUIPOS SE REFIERE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20603350651	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	JERICORP DIAGNOSTIC S.A.C.	Hora de envío :	18:19:22

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para la acreditación del postor en la especialidad, se está solicitando acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1,273,186.62 (Un Millón Doscientos Setenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Seis con 62/100 soles).

En Adjudicaciones Simplificadas, para los proveedores que acrediten la condición de micro y pequeñas empresas, o los consorcios conformados en su totalidad por estas, se prevén los siguientes beneficios:

- El requisito de experiencia del postor en la especialidad no podrá superar el 25 % del valor estimado, según (Art. 49.6).
- Se les asignará una bonificación equivalente al 5 % sobre el puntaje total obtenido (Art. 50.1.g). Este beneficio se extiende a los ítems de una Licitación Pública o Concurso Público, cuya cuantía corresponda a una Adjudicación Simplificada.

Por lo tanto, solicitamos por favor el jurado considere lo descrito según Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (Art. 49.6). (Art. 50.1.g).

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el presente procedimiento de seleccion es un proceso derivado de una licitacion publica y debe mantener las mismas formalidades el procedimiento inical

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20603350651	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	JERICORP DIAGNOSTIC S.A.C.	Hora de envío :	18:19:22

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan equipos con fecha de fabricación no mayor a(12 meses contando desde la fecha de la convocatoria), es decir, los equipos deben tener fecha de fabricación 2024, ya que, la serie y modelo que se presenta corresponden a fabricación periodo 2024.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 2 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS EQUIPOS REQUERIDOS DEBERAN TENER FECHA DE FABRICACION 2023 COMO MINIMO, PARA LO CUAL AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DEBERAN ACREDITAR CON CARTA DEL POSTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20603350651	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	JERICORP DIAGNOSTIC S.A.C.	Hora de envío :	18:19:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

D-217 esterilizador con generador eléctrico de vapor de 50 litros.
B04

En las EETT solicitan que el equipo tenga la característica de ser autónomo, es decir que no requiera de conexiones externas (agua y desagüe), actualmente en el mercado los equipos existentes no cumplen con dicha característica, ya que, necesitan conexión externa de (agua y desagüe), esto se debe a la capacidad que requiere estos equipos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: D-217 Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL TERMINO AUTONOMO SE REFIERE A QUE EL SUMINISTRO DEL AGUA Y SU DRENAJE ES MANUAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20602468748	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	Hora de envío :	21:20:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

(D-288b) REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS 10P3

A01 REFRIGERADORA ICE LINED CON UN COMPARTIMIENTO, PARA CONSERVACIÓN DE VACUNAS ENTRE 2°C A 8°C. CON CERTIFICACIÓN ISO 13485 (DISPOSITIVOS MEDICOS)

Los refrigeradores ICE LINED están diseñados para el almacenamiento de vacunas. Sin embargo, las características generales solicitadas en la sección B, corresponden a una refrigeradora para el almacenamiento de medicamentos. Por lo tanto, entendemos que hubo un error material en la descripción del equipo solicitado. Por lo tanto, solicitamos amablemente, suprimir el termino ICE LINED y conservación de VACUNAS, ya que no corresponde al requerimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 136

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DECIR:

A01 REFRIGERADORA CON UN COMPARTIMIENTO, ENTRE 2°C A 8°C. CON CERTIFICACIÓN ISO 13485 (DISPOSITIVOS MEDICOS)

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20602468748	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	Hora de envío :	21:20:41

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

(D-288b) REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS 10P3

B03 Autonomía frigorífica en caso de corte de energía eléctrica, mayor de 20 horas a 43°C de temperatura de ambiente.

Entendemos que se trata de un error material en la elaboración de las especificaciones técnicas, ya que los refrigeradores para almacenamiento de medicamentos no cuentan con la autonomía frigorífica solicitada. Lo descrito corresponde a un refrigerador de vacunas, que cuentan con un diseño especial para el almacenamiento de vacunas ante cortes de energía eléctrica. Sin embargo, este no es caso, ya que lo señalado en el punto B07, B09 y B10, no corresponden a una conservadora de vacunas.

Por otro lado, lo que si corresponde a los refrigeradores para el almacenamiento de medicamentos, es una batería de respaldo ante corte de energía eléctrica, el mismo que cumple la función de indicar la temperatura interna y alarmas audiovisual en el refrigerador.

Por lo descrito, solicitamos ampliar lo solicitado de la siguiente manera:

B03 Autonomía frigorífica en caso de corte de energía eléctrica, mayor de 20 horas a 43°C de temperatura de ambiente o batería de respaldo por 24 horas como mínimo para indicar la temperatura interna y alarmas audiovisual en el refrigerador ante corte de energía eléctrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 136

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, RESPECTO A LA CARACTERISTICA B07, MAS NO ASI LAS B09 Y B10.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DECIR:

B07 PUERTA CON SEGURO (O CERRADURA)

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	21:34:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

ANEXO III ¿ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAGINA 48

ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELETRICO DE VAPOR DE 50 LITROS (D-217).

B03: CAMARA Y/O PUERTA CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316.

Para fomentar la pluralidad de postores solicitamos aceptar equipos con potencia eléctrica superiores.
Se solicita ampliarlos de la siguiente manera:

B03: CAMARA Y/O PUERTA CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 O 316.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** d-217 **Literal:** b03 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA DE LA CARACTERISTICA B03.

RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO. ESTA SE MANTIENE NO MAYOR A 3.8 KW.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DECIR:

B03: CAMARA Y/O PUERTA CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 O AISI 316.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código : 20604187916

Nombre o Razón social : MAYAR MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 13/01/2025

Hora de envío : 21:34:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

ANEXO III ¿ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAGINA 48

ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELETRICO DE VAPOR DE 50 LITROS (D-217).

B12: PROGRAMAS, CICLOS O TEST: BOWIE & DICK, VACÍO y PRUEBA.

solicitamos que se considere la opción de ampliar los programas, ciclos o test, en lugar de limitarlo únicamente a Bowie & Dick, Vacío y Prueba y así fomentar la pluralidad de marcas. Se solicita ampliarlos de la siguiente manera:

B12: PROGRAMAS, CICLOS O TEST: BOWIE & DICK (o BD y hélice) y VACÍO y PRUEBA (o prueba de vacío)

Debido a que el programa BD equivale al programa BOWIE & DICK y el programa prueba de vacío se emplea para corroborar la capacidad de vacío en la cámara, que, entendemos que son los ciclos necesarios para garantizar la esterilización óptima.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** d-217 **Literal:** b12 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, QUEDA COMO, B12: PROGRAMAS, CICLOS O TEST:BOWIE &DICK O (BD Y HELICE), VACIO Y PRUEBA (O PRUEBA DE VACIO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir:

B12: PROGRAMAS, CICLOS O TEST:BOWIE &DICK O (BD Y HELICE), VACIO Y PRUEBA (O PRUEBA DE VACIO)

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	21:34:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ANEXO III ¿ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAGINA 48

ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELETRICO DE VAPOR DE 50 LITROS (D-217).

B14: SISTEMA O SENSOR MEDIDOR DE DURESA O CALIDAD DE AGUA, INTEGRADO.

solicitamos que se considere este ítem como opcional debido a que se ha evidenciado que en el mercado la mayoría de las marcas no cuentan con este sistema.

Se solicita ampliarlos de la siguiente manera:

B14: SISTEMA O SENSOR MEDIDOR DE DURESA O CALIDAD DE AGUA, INTEGRADO (OPCIONAL)

Para fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** d-217 **Literal:** b14 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, DADO QUE SE MANTIENE LA NECESIDAD DE MEDIR LA DUREZA DEL AGUA A SER USADO EN EL PROCESO DE ESTERILIZACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: B14: SISTEMA O SENSOR MEDIDOR DE DUREZA O CALIDAD DE AGUA, INTEGRADO O EXTERNO.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código : 20604187916

Nombre o Razón social : MAYAR MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 13/01/2025

Hora de envío : 21:34:52

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ANEXO III ¿ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAGINA 48

ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELETRICO DE VAPOR DE 50 LITROS (D-217).

B15: PUERTA ACCIONADA MEDIANTE MOTOR ELECTRICO (o CIERRE MOTORIZADO).

Debido a que el accionamiento de la puerta no afecta al funcionamiento del equipo y lo que si se debe tener en cuenta es una puerta que cuente con un sistema de seguridad o bloqueo durante el funcionamiento, solicitamos amablemente al comité ampliar esta característica para fomentar la pluralidad de postores.

Se solicita ampliarlos de la siguiente manera:

B15: PUERTA ACCIONADA MEDIANTE MOTOR ELECTRICO (o CIERRE MOTORIZADO) O DE MANERA MANUAL CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE QUE SE ABRA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** d-217 **Literal:** b15 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, PUDIENDO SE LA APERTURA DE PUERTA DE MANERA MANUAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DECIR

B15: PUERTA ACCIONADA MEDIANTE MOTOR ELECTRICO (o CIERRE MOTORIZADO) O DE MANERA MANUAL CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE QUE SE ABRA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	21:34:52

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ANEXO III ¿ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAGINA 48

ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELETRICO DE VAPOR DE 50 LITROS (D-217).

E02: POTENCIA ELÉCTRICA: NO MAYOR A 3.8 KW + / 10%.

Para fomentar la pluralidad de postores solicitamos aceptar equipos con potencia eléctrica superiores.
Se solicita ampliarlos de la siguiente manera:

E02: POTENCIA ELÉCTRICA: NO MAYOR A 5.3 KW + /- 10%.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** d-217 **Literal:** e02 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE PORQUE LA POTENCIA INSTALADA EN OBRA ES EL VALOR INDICADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código : 20604187916

Nombre o Razón social : MAYAR MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 13/01/2025

Hora de envío : 21:34:52

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

ANEXO III ¿ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PAGINA 89

REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTO (D-288).

B04: AISLAMEINTO DE URETANO O POLIURETANO, MINIMO DE 60 MM DE ESPESOR, LIBRE DE CFC.

Actualmente los fabricantes de refrigeradoras biomédicas cuentan con modelos modernos los cuales cuentan con un mejor rendimiento, es por esto que en la actualidad no se requiere tener un aislamiento con tanto espesor para poder garantizar el rendimiento del equipo, es por esto que solicitamos al comité aceptar refrigeradoras con espesor minimo de 55 mm y así fomentar la pluralidad de marcas.

Se solicita ampliarlos de la siguiente manera:

B04: AISLAMEINTO DE URETANO O POLIURETANO, MINIMO DE 55 MM DE ESPESOR, LIBRE DE CFC.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: d-288

Literal: b04

Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, POR GARANTIZAR EL AISLAMIENTO TERMICO EN LA ZONA DE DESTINO FINAL, SELVA PERUANA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	21:34:52

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

ANEXO III ¿ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAGINA 90

REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTO 10P3 (D-288b). B06: PANTALLA DE 4¿ O MAYOR

La mayoría de las refrigeradoras horizontales (una de las opciones aceptadas) cuentan con pantallas pequeñas para mostrar la temperatura de la cámara interior, es por esto que solicitamos amablemente al comité aceptar refrigeradoras con pantallas de 1¿ o mayor, para fomentar la pluralidad de marcas.

Se solicita ampliarlos de la siguiente manera:

B06: PANTALLA DE 1¿ O MAYOR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** d-288b **Literal:** b06 **Página:** 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA, PARA AMPLIAR PARTICIPACION DE MERCADO, QUITANDO LA DIMENSION DE LA PANTALLA,, EN ATENCION A LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir:

B06: PANTALLA LCD, LED O TOUCHSCREEN.

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	21:34:52

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

ANEXO III ¿ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAGINA 90

REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTO 10P3 (D-288b).

B07: PUERTA CON SEGURO (O CERRADURA), TIPO EXHIBIDOR, DOBLE CRISTAL COMO MINIMO

La mayoría de las refrigeradoras biomédicas horizontales (una de las opciones aceptadas) no cuentan con cuentan con puerta de cristal, es por esto que solicitamos amablemente al comité modificar esta característica y que sea obligatoria solo para los modelos verticales.

Se solicita ampliarlos de la siguiente manera:

B07: PUERTA TIPO EXHIBIDOR, DOBLE CRISTAL COMO MINIMO PARA LAS REFRIGERADORAS VERTICALES Y PUERTA SOLIDA PARA LAS REFRIGERADORAS HORIZONTALES, PARA TODOS LOS MODELOS SE SOLICITA CON SEGURO (O CERRADURA).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** d-288b **Literal:** b07 **Página:** 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SU CONSULTA, APERTURANDO LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DECIR:

B07 PUERTA CON SEGURO (O CERRADURA)

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	13/01/2025
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	21:34:52

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

ANEXO III ¿ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAGINA 64
TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE, ADULTO (D-135)
B02: PERA DE INSUFLACIÓN, LIBRE DE LATEX (o LF) y VALVULA DE PURGA

Debido a que la pera de insuflación no se encuentra en contacto directo con el paciente y que la mayoría de las veces tampoco se encuentra en contacto directo con el personal de salud, debido a que utilizan guantes, se solicita aceptar peras de insuflación de látex para fomentar la pluralidad de marcas.
Se solicita ampliarlos de la siguiente manera:

B02: PERA DE INSUFLACIÓN, LIBRE DE LATEX (o LF o LATEX) y VALVULA DE PURGA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** d-135 **Literal:** b02 **Página:** 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, HAY PERSONAS CON ALERGIA AL LATEX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código : 20604187916

Nombre o Razón social : MAYAR MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 13/01/2025

Hora de envío : 21:34:52

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

ANEXO III ¿ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAGINA 65
TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE, PEDIATRICO - NEONATAL (D-136) B02: PERA DE INSUFLACIÓN, LIBRE DE LATEX (o LF) y VALVULA DE PURGA

Debido a que la pera de insuflación no se encuentra en contacto directo con el paciente y que la mayoría de las veces tampoco se encuentra en contacto directo con el personal de salud, debido a que utilizan guantes, se solicita aceptar peras de insuflación de látex para fomentar la pluralidad de marcas.
Se solicita ampliarlos de la siguiente manera:

B02: PERA DE INSUFLACIÓN, LIBRE DE LATEX (o LF o LATEX) y VALVULA DE PURGA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** d-136 **Literal:** b02 **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, HAY PERSONAS ALERGICAS AL LATEX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-PRONIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICOS, EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO- CUI 2521713

Ruc/código : 20604187916

Nombre o Razón social : MAYAR MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 13/01/2025

Hora de envío : 21:34:52

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

ANEXO III ¿ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAGINA 72
MALETIN DE ATENCIÓN MEDICA (D-200) C02: PERA DE INSUFLACIÓN, LIBRE DE LATEX

Debido a que la pera de insuflación no se encuentra en contacto directo con el paciente y que la mayoría de las veces tampoco se encuentra en contacto directo con el personal de salud, debido a que utilizan guantes, se solicita aceptar peras de insuflación de látex para fomentar la pluralidad de marcas.
Se solicita ampliarlos de la siguiente manera:

C02: PERA DE INSUFLACIÓN, LIBRE DE LATEX (o LATEX)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: d-200 Literal: c02 **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, HAY PERSONAS ALERGICAS AL LATEX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null