

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-148-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100), DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA

Ruc/código :	20609468352	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION EZEAR MEDI S.A.C.	Hora de envío :	18:10:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Verificando las bases encontramos en las características técnicas ¿CAMA CLINICA PARA NIÑOS ESCOLARES¿.

B. CARACTERISTICAS TECNICAS:

B01: Barandas laterales abatibles (retractiles o plegables) de al menos 50 cm de altura con marco de acero inoxidable AISI 304. Y sección central de policarbonato de al menos 5mm de espesor de alta resistencia.

Solicitamos al comité y área usuaria que si es factible las barandas sean fabricadas tubo redondo 1¿x1.5 mm en la parte superior e inferior cuadrado 1¿x1.5 mm y 06 barrotes cuadrados 3/4"x1.5 mm debidamente empernadas con perno button 1/4" x 11/2¿.

De forma plegable o retráctil para una mejor manipulación por el área usuaria y la comodidad de poder ser usada por una sola persona.

En cambio al fabricar en marco de acero inoxidable y sección central de policarbonato las barandas tendrías que se deslizables de arriba hacia abajo por el tema de plancha de policarbonato.

El largo de la camilla seria 142 cm y consecuentemente la baranda sería una medida promedio 142 cm x 50 cm al ser esa medida tiene que llevar (02) guía x baranda y tendría que ser utilizado por dos personas.

Por eso solicitamos al comité encargado hacer la consulta correspondiente.

Quedaría de la siguiente manera:

B01; Barandas laterales (retractiles o plegables) de al menos 50 cm de altura, fabricadas tubo redondo 1¿x1.5 mm en la parte superior e inferior cuadrado 1¿x1.5 mm y 06 barrotes cuadrados 3/4"x1.5 mm debidamente empernadas con perno button 1/4" x 11/2¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE EL TERMINO DESLIZABLE PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LOS ESPESORES DE LA ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE SERAN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA FABRICANTE DE MANERA TAL QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE LA CAMA CLINICA PARA NIÑOS ESCOLARES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B01 BARANDAS LATERALES DESLIZABLES O ABATIBLES (RETRACTILES O PLEGABLES) DE AL MENOS 50CM DE ALTURA CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, Y SECCION CENTRAL DE POLICARBONATO DE AL MENOS 5MM DE ESPESOR DE ALTA RESISTENCIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-148-2023-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100), DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	18:47:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Escritorio estándar
Es un mueble modular, fabricado con tablero aglomerado de 19 mm o 18 mm de espesor recubierto por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas dura y resistente al desgaste superficial.

De la revisión de las especificaciones técnicas se observa que no se indica de que material será la estructura del escritorio, solo se indica que el tablero será fabricado con aglomerado¿
Solicitamos indicar si aceptan como mejora tecnología escritorio modular con estructura metálica con plancha de acero LAF, con acabo en pintura el polvo electrostático.
Favor de confirmar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** NA **Literal:** NA **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DONDE SE INDICA EN EL ITEM II 1 QUE LA ESTRUCTURA DEL MATERIAL DEL ESCRITORIO ESTANDAS SERA DE TABLERO AGLOMERADO DE 19MM O 18MM DE ESPESOR RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINAS IMPREGNADAS CON RESINA MELAMINICA DURA Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA