

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ALTA TEMPERATURA A VAPOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION, ROPERIA Y COSTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Ruc/código : 20506666032

Nombre o Razón social : T & CH ASOCIADOS S.A.C.

Fecha de envío : 22/04/2025

Hora de envío : 19:43:06

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, se establece que el servicio de esterilización es integral. Se consulta a la Entidad, si el servicio incluye el lavado, empackado y proceso de esterilización. Presentamos la consulta en virtud del principio de Transparencia tipificado en el artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, que señala

: ¿Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad¿.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 1.1    **Página:** 58

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Transparencia tipificado en el artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA ESTA INDICA QUE EL SERVICIO SOLO INCLUYE PROCESO DE ESTERILIZACION

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ALTA TEMPERATURA A VAPOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION, ROPERIA Y COSTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Ruc/código :	20506666032	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	19:43:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En los recursos a ser provistos por el proveedor se establece que el proveedor deberá contar con 02 equipos esterilizadores; sin embargo, en los requisitos de calificación referidos a equipamiento estratégico se solicita 03 equipos esterilizadores.

Se consulta a la Entidad cual es la cantidad de equipos a acreditar durante el procedimiento de selección. Presentamos la consulta en virtud del principio de Transparencia tipificado en el artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, que señala: ¿Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Y 3.2 Literal: 1.1 - B.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia tipificado en el artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA, ESTA INDICO QUE SE ACLARA LA CONSULTA, TODA VEZ QUE POR UN ERROR DE TIPEO SE CONSIGNO UN NUMERO DISTINTO AL SOLICITADO QUE SON 3, POR LO QUE SE CORRIJE EL PARRAFO QUEDANDO DE LA SIGUEINTRE MANERA:

Deberá contar con 03 equipos esterilizadores de vapor mínimos que garanticen el cumplimiento óptimo del servicio, que¿¿¿..

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ALTA TEMPERATURA A VAPOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION, ROPERIA Y COSTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Ruc/código :	20506666032	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	19:43:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El instrumental quirúrgico es un bien de alto costo, los procesos de esterilización a alta temperatura con agua blanda generan corrosión en ellos. Para garantizar los procesos y mejor conservación del instrumental médico sería conveniente usar agua ozmotizada ya que elimina contaminantes, mejora la calidad del vapor, el agua ozmotizada es altamente purificada, libre de minerales y contaminantes, convirtiéndose en un medio ideal para la generación de vapor de alta calidad en autoclaves. Logrando una esterilización más efectiva y mejor conservación del instrumental médico y equipos.

Consulta: Con la finalidad de garantizar la conservación del instrumental médico de la entidad, la empresa adjudicada puede realizar el servicio con agua ozmotizada.

La consulta se realiza en virtud del principio de Eficiencia y Eficacia tipificado en el artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, que señala: ¿El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad (¿)¿

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 1.1 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Eficiencia y Eficacia tipificado en el artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus modificatori

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA, ESTA INDICO QUE SOLO ES NECESARIO EL USO DE AGUA BLANDA PARA EL PROCESO DE ESTERILIOZACION A ALTA TEMPERATURA.

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ALTA TEMPERATURA A VAPOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION, ROPERIA Y COSTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Ruc/código :	20506666032	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	T & CH ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	19:43:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se consulta, que con la finalidad de garantizar el proceso de esterilización, se sugiere a la Entidad que el proveedor debe contar con registros de trazabilidad para demostrar que se cumplió con todo el proceso de esterilización con los estándares de calidad. La consulta se realiza en virtud del principio de Eficiencia y Eficacia tipificado en el artículo 2 de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, que señala: ¿El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad (¿)¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.1 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Eficiencia y Eficacia tipificado en el artículo 2 dela Ley N° 30225 y sus modificatori

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE PARA GARANTIZA EL PROCESO DE ESTERILIZACION, EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON REGISTRO DE TRAZABILIDAD PARA DEMOSTRAR QUE SE CUMPLIO CON TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACION CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ALTA TEMPERATURA A VAPOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION, ROPERIA Y COSTURA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Ruc/código :	20601785324	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	STBIOMEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:08:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, numeral B.3 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE, (página 22), B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA, solicitan - "Contar con 1 Ingeniero Mecánico o Afines¿

Quisiera que nos puedan aclarar si aceptarían un Ingeniero Electrónico o Ingeniero Industrial, ya que se indica afines y se pueda modificar de la siguiente manera:

- "Contar con 1 Ingeniero Mecánico o Ingeniero Electrónico o Ingeniero Industrial¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA, ESTA INDICO QUE SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA POR LO QUE SE ADECUARA LAS BASES Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA

Contar con 1 Ingeniero Mecánico o Ingeniero Industrial