

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-16-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEPROTECCION PERSONAL POR HOMOLOGACION

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:16:14

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPITULO III
REQUERIMIENTO
III INFORMACION COMPLEMENTARIA
3.1.1.7
PAGINA 34

Presentación de una muestra dispositivo médico ofertado para la evaluación organoléptica y corroboración de la información consignada en los documentos técnicos presentados por los postores, según establecido en el Anexo N°1.

Si bien es cierto, el comité está solicitando una muestra para evaluación, no detalla, donde será la presentación de la muestra, ni encargado de la recepción, ni fecha de presentación, ni el horario para la recepción de la misma. Por tanto, Observamos las presentes bases, el cual detalle todos estos aspectos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.1.7 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA PRESENTACION DE MUESTRAS SERA EN MESA DE PARTES DEL HOSPITAL SITO EN AV. ALCIDES CARRION N° 505 CERCADO AREQUIPA EN EL HORARIO DE 08:00 A 13:00 PM HORAS EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA PRESENTACION DE MUESTRAS SERA EN MESA DE PARTES DEL HOSPITAL SITO EN AV. ALCIDES CARRION N° 505 CERCADO AREQUIPA EN EL HORARIO DE 08:00 A 13:00 PM HORAS EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-16-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEPROTECCION PERSONAL POR HOMOLOGACION

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:16:14

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

III INFORMACION COMPLEMENTARIA

3.1.1.7

PAGINA 34

Presentación de una muestra dispositivo médico ofertado para la evaluación organoléptica y corroboración de la información consignada en los documentos técnicos presentados por los postores, según establecido en el Anexo N°1.

De la revisión de las bases observamos que la Entidad está solicitando una muestra del dispositivo médico. Por tanto, indicamos que nuestro producto a ofertar se compone de una Caja de cartón (envase mediato) conteniendo 12 cajas de cartulina (envase inmediato), cada caja de cartulina contiene 20 unidades de mascarilla. A nuestro criterio, y siguiendo la línea de la entidad que es validar las características técnicas y la funcionalidad del producto, en este caso la mascarilla, se entiende que únicamente con la caja (envase inmediato) contiendo las 20 unidades de mascarilla se cumple con lo solicitado. Es de conocimiento que la finalidad de la presentación de la muestra es analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto y su envase mediato según Anexo N° 1, en ese sentido la presentación de la caja master no tendría relevancia en su presentación debido que no está en contacto directo con el producto. Por lo antes señalado solicitamos a la entidad, la presentación de la muestra únicamente con el envase inmediato (el cual se compone de una caja de cartulina) + 20 unidades de mascarilla.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1.1.7 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE SOLCITARA SOLAMENTE UNA UNIDAD COMO MUESTRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SOLCITARA SOLAMENTE UNA UNIDAD COMO MUESTRA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-16-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DEPROTECCION PERSONAL POR HOMOLOGACION

Ruc/código :	20568021267	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	12:16:14

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS
PAGINA 26

Si bien es cierto la ficha de homologación del Respirador Quirúrgico tipo N95, donde se declara las características y especificaciones del dispositivo médico, no declara un anexo para el sustento de cada una de las especificaciones los cuales son extensas, el cual quiere decir que solo bastaría una Declaración Jurada y los formatos de evaluación.

Por lo tanto, Observamos que cada postor adjunte un formato y señale el folio, el cual detalle el sustento de cada característica y/o especificación de la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, para que así el comité especial tenga la plena seguridad que dicho dispositivo cumple con lo solicitado por el hospital.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Presentar Hoja de presentación del producto del insumo ofertado (Anexo N° 12) para lo cual deberá de adjuntar catálogos, manuales brouchers y/o folletos del fabricante o dueño de la marca (con traducción simple de ser el caso, asi como la toda la documentacion estipulada en la ficha de homologacion en la cual se acreditarán las Características Técnicas relativas a los bienes que se está ofertando; En el anexo N° 12, en la columna sustento en folio(s) se refiere a(l)(los) número(s) de la(s) página(s) u hoja(s) del cuadernillo de la oferta donde pueda ubicarse la información (emitida por el fabricante) la cual deberá estar resaltada para su fácil ubicación de modo que demuestre el cumplimiento de las características técnicas que será(n) tomada(s) en cuenta para la evaluación respectiva. Los números podrán estar llenados a mano. En caso los documentos antes mencionados no detallasen todas las características técnicas establecidas en las Bases, podrá acompañarse una comunicación escrita del fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Presentar Hoja de presentación del producto del insumo ofertado (Anexo N° 12) para lo cual deberá de adjuntar catálogos, manuales brouchers y/o folletos del fabricante o dueño de la marca (con traducción simple de ser el caso, asi como la toda la documentacion estipulada en la ficha de homologacion en la cual se acreditarán las Características Técnicas relativas a los bienes que se está ofertando; En el anexo N° 12, en la columna sustento en folio(s) se refiere a(l)(los) número(s) de la(s) página(s) u hoja(s) del cuadernillo de la oferta donde pueda ubicarse la información (emitida por el fabricante) la cual deberá estar resaltada para su fácil ubicación de modo que demuestre el cumplimiento de las características técnicas que será(n) tomada(s) en cuenta para la evaluación respectiva. Los números podrán estar llenados a mano. En caso los documentos antes mencionados no detallasen todas las características técnicas establecidas en las Bases, podrá acompañarse una comunicación escrita d