

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-OEC-DRSM-RSI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 PLANTAS DE OXIGENO GASEOSO TIPO PSA. B

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	17:16:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Agradeceré se detalle el ítem "Vibrador de vibraciones" de Equipamiento Estratégico. ¿Se refiere a un equipo que emita vibraciones (vibrador) o a un medidor de vibraciones?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Que corresponde a MEDIDOR DE VIBRACIONES (VIBROMETRO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-OEC-DRSM-RSI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 PLANTAS DE OXIGENO GASEOSO TIPO PSA. B

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	17:16:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el ítem de "Medidor de calidad de aire", agradeceré se detalle si se refiere a un equipo para medir la calidad de aire en el ambiente, o si es para medir la pureza de oxígeno a la salida de las plantas. Además, indicar qué parámetros requiere que mida el analizador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Que corresponde a un medidor de calidad de oxígeno (ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-OEC-DRSM-RSI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 PLANTAS DE OXIGENO GASEOSO TIPO PSA. B

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	17:16:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el ítem 4 del TDR, se indica que se debe registrar la marca, modelo y serie de los equipos analizadores. Agradeceré se detalle si esto se realizará en el perfeccionamiento de contrato, en el informe final o en la propuesta actual.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 4 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se refiere al equipo de ANALIZADOR DE GASES MEDICINALES, que el proveedor debe adjuntar marca modelo y serie del equipo, así mismo también deberá adjuntar la certificación de la última calibración no mayor a 12 meses. Que deberá detallar en el informe final, con los valore medidos a la planta de oxígeno, para garantizar la calidad de concentración del gas medicinal oxígeno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-OEC-DRSM-RSI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 PLANTAS DE OXIGENO GASEOSO TIPO PSA. B

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	17:16:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicito se detalle si los equipos han recibido un mantenimiento preventivo en el año 2022 o en el transcurso del 2023, ya que ello influye en el estado de los componentes

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Los equipos de plantas de oxígeno si han tenido mantenimiento preventivo el cual detallo las fechas.
- PLANTA N.º 1, MARCA: BARBOSA INGENIEROS, Se ha realizado mantenimiento preventivo en diciembre 2022.
- PLANTA N.º 2, Marca: MODASA, mantenimiento preventivo realizado en agosto del 2022 (ultimo mantenimiento preventivo por garantía por parte del proveedor).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SALUD ILO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-OEC-DRSM-RSI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 PLANTAS DE OXIGENO GASEOSO TIPO PSA. B

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	18/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	17:16:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Agradeceré se detalle si los equipos se encuentran operativos (para un mant. preventivo), o si se encuentran inoperativos (si ameritan un correctivo). Favor indicar la pureza de oxígeno alcanzada por ambos.

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Los equipos actualmente se encuentran en estado INOPERATIVO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null