

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MGP/DICEMENA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS PARA ESTOMATOLOGÍA /BIEN PP 0135

Ruc/código : 20100579228

Fecha de envío : 10/10/2024

Nombre o Razón social : E. B. PAREJA LECAROS S.A.

Hora de envío : 18:48:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ANTECEDENTE: Las bases del presente proceso señalan como objeto de la convocatoria lo siguiente:

N°. Descripción u/m cantidad

1. Motor para Cirugía Periodontal und 2
2. Pack Set de Micromotor und 30
3. Pieza de Mano de Alta Velocidad de dos entradas und 30
4. Ultrasonido Dental und 7
5. Lampara de Luz Led de uso Odontológico und 15
6. Electrobisturí de uso Odontológico und 1

La cantidad de ítems coincide con lo que aparece en la página del SEACE.

Sin embargo, en la misma página del SEACE en el listado de componentes se describen solo 05 ítems, quedando excluido la LAMPARA DE USO ODONTOLOGICO.

CONSULTA: ¿El comité especial puede CONFIRMAR la cantidad de ítems y las descripciones de los mismos del presente proceso?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: I

Literal: 1.2

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo en lo indicado por el área usuaria en coordinación con el Comité de Selección, precisa que se han considerado CINCO (5) equipos, los cuales corresponden al listado de componentes que se describen en la publicación del proceso en la plataforma SEACE, los cuales se visualizaran en la publicación del pliego absolutorio en la integridad de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La modificación referente a la consulta se especifica a continuación:

N°. DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD

1. Motor para Cirugía Periodontal und 2
2. Pack Set de Micromotor und 30
3. Pieza de Mano de Alta Velocidad de dos entradas und 30
4. Ultrasonido Dental und 7
5. Electrobisturí de uso Odontológico und 1

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MGP/DICEMENA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS PARA ESTOMATOLOGÍA /BIEN PP 0135

Ruc/código :	20100579228	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	E. B. PAREJA LECAROS S.A.	Hora de envío :	18:48:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

I. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

ANTECEDENTE: Las bases del presente proceso señalan para el ITEM 2 PACK SET DE MICROMOTOR lo siguiente: PACK SET DE MICROMOTOR

¿ Contrangulo de baja velocidad: Transmisión 1:1, velocidad máxima 30 rpm, push botton, para fresas de pieza de mano y contrangulos de diámetro 2.35 mm, esterilizable en autoclave a 135°.

¿ Pieza Recta de baja velocidad: Transmisión 1:1, sistema de sujeción por giro, velocidad máxima 40,000 rpm push botton, para fresas de pieza de mano de diámetro 2.35 mm.

¿ Micromotor Neumático: Spray de agua externo, velocidad máxima 25,000 rpm, conexión borden, esterilizable en autoclave a 135°.

CONSULTA: ¿El comité especial puede CONFIRMAR la velocidad máxima del CONTRANGULO DE BAJA VELOCIDAD, considerando que las revoluciones por minuto que se manejan para este tipo de equipos son expresadas en miles y no en unidades, como así se encuentran en las bases?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria en coordinación con el Comité de Selección precisa que efectivamente es necesario modificar esa especificación técnica como lo sugiere el proveedor participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Contrangulo de baja velocidad: Transmisión 1:1, velocidad máxima 30,000 rpm, push botton, para fresas de pieza de mano y contrangulos de diámetro 2.35 mm, esterilizable en autoclave a 135°.