

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Con cesta y tapa de acero inoxidable y dispositivos de silicona para su correcto reprocesamiento de 454 x 84 x 41 mm

Con respecto al accesorio solicitado para la óptica de 30° y 10 mm de diámetro, las dimensiones de los contenedores de esterilización varían de acuerdo a cada fabricante, por lo que, definir las dimensiones a 454 x 84 x 41 mm estaría enfocando la adquisición a una sola marca específica y evitaría la pluralidad de postores

Observación:

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

CARACTERÍSTICAS:

* CON CESTA Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE Y DISPOSITIVOS DE SILICONA PARA SU CORRECTO REPROCESAMIENTO DE LA ÓPTICA SOLICITADA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: ITEM 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aceptara la cesta y tapa de acero inoxidable en la medida que sea de la misma marca de la óptica de forma que quede garantizada la idoneidad del componente y que proteja adecuadamente la óptica que es un componente muy delicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Con cesta y tapa de acero inoxidable y dispositivos de silicona para su correcto reprocesamiento de la misma marca que la óptica".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Desmontable en 4 partes para una mejor limpieza
Con respecto a esta característica, nuestro instrumental también prioriza la facilidad de limpieza de las partes que componen la pinza, pero la cantidad de piezas varía de acuerdo a cada fabricante, por lo que, limitar a 4 partes estaría enfocando la adquisición a una sola marca específica y evitaría la pluralidad de postores
Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:
CARACTERÍSTICAS:
- DESMONTABLE EN 3 o 4 PARTES PARA UNA MEJOR LIMPIEZA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para promover la mayor participación de postores se amplia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Desmontable en 3, 4 o mas partes para una mejor limpieza".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Longitud de trabajo: 31 cm
Con respecto a esta característica, nuestro instrumental diseñado para ser utilizados en laparoscopia presenta una longitud de trabajo de 33cm, la cual es un tamaño estándar dentro de las pinzas laparoscópicas, por lo que, para fomentar la pluralidad de postores solicitamos la modificación.

Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

CARACTERÍSTICAS:
- LONGITUD DE TRABAJO: 31 a 33 cm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación toda vez que no varia el largo del instrumento en mas o menos del 10% del valor especificado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm hasta 33 cm ".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Desmontable en 4 partes para una mejor limpieza
Con respecto a esta característica, nuestro instrumental también prioriza la facilidad de limpieza de las partes que componen la pinza, pero la cantidad de piezas varía de acuerdo a cada fabricante, por lo que, limitar a 4 partes estaría enfocando la adquisición a una sola marca específica y evitaría la pluralidad de postores
Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:
CARACTERÍSTICAS:
- DESMONTABLE EN 3 o 4 PARTES PARA UNA MEJOR LIMPIEZA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para promover la mayor participación de postores se amplía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Desmontable en 3, 4 o mas partes para una mejor limpieza".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Longitud de trabajo: 31 cm
Con respecto a esta característica, nuestro instrumental diseñado para ser utilizados en laparoscopia presenta una longitud de trabajo de 33cm, la cual es un tamaño estándar dentro de las pinzas laparoscópicas, por lo que, para fomentar la pluralidad de postores solicitamos la modificación.
Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:
CARACTERÍSTICAS:
- LONGITUD DE TRABAJO: 31 a 33 cm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación toda vez que no varia el largo del instrumento en mas o menos del 10% del valor especificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm hasta 33 cm ".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Desmontable en 4 partes para una mejor limpieza
Con respecto a esta característica, nuestro instrumental también prioriza la facilidad de limpieza de las partes que componen la pinza, pero la cantidad de piezas varía de acuerdo a cada fabricante, por lo que, limitar a 4 partes estaría enfocando la adquisición a una sola marca específica y evitaría la pluralidad de postores

Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

CARACTERÍSTICAS:
- DESMONTABLE EN 3 o 4 PARTES PARA UNA MEJOR LIMPIEZA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 4 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para promover la mayor participación de postores se amplía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Desmontable en 3, 4 o mas partes para una mejor limpieza".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Longitud de trabajo: 31 cm
Con respecto a esta característica, nuestro instrumental diseñado para ser utilizados en laparoscopia presenta una longitud de trabajo de 33cm, la cual es un tamaño estándar dentro de las pinzas laparoscópicas, por lo que, para fomentar la pluralidad de postores solicitamos la modificación.
Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:
CARACTERÍSTICAS:
- LONGITUD DE TRABAJO: 31 a 33 cm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 4 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación toda vez que no varia el largo del instrumento en mas o menos del 10% del valor especificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm hasta 33 cm ".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Cubierta de carburo de tungsteno en el área de corte
Con respecto a esta característica, nuestro instrumental tiene una aleación especial de acero de grado quirúrgico que permite un corte limpio, por lo que, para fomentar la pluralidad de postores solicitamos la modificación.

Observación:

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

CARACTERÍSTICAS:

- Cubierta de carburo de tungsteno en el área de corte u otra aleación de acuerdo a cada fabricante

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 4 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para promover la mayor participación de postores se amplia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Cubierta de carburo de tungsteno en el área de corte u otra aleación de acuerdo a cada fabricante".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 9
Consulta/Observación:

En las características se menciona: Compatible con mango PINZA HOOK (AESCULAP)
Con respecto a esta característica, debido a que se está haciendo la compra de un set de instrumental se estaría enfocando la adquisición a una sola marca específica ya que el electrodo ofertado sería de la misma marca de las pinzas.
Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:
CARACTERÍSTICAS:
- Compatible con mango de las pinzas ofertadas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 5 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara la especificación a : "compatible con mango de las pinzas ofertadas en la medida que sea de la misma marca fabricante".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Desmontable en 4 partes para una mejor limpieza
Con respecto a esta característica, nuestro instrumental también prioriza la facilidad de limpieza de las partes que componen la pinza, pero la cantidad de piezas varía de acuerdo a cada fabricante, por lo que, limitar a 4 partes estaría enfocando la adquisición a una sola marca específica y evitaría la pluralidad de postores

Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

CARACTERÍSTICAS:
- DESMONTABLE EN 3 o 4 PARTES PARA UNA MEJOR LIMPIEZA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para promover la mayor participación de postores se amplia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Desmontable en 3, 4 o mas partes para una mejor limpieza".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Longitud de trabajo: 31 cm
Con respecto a esta característica, nuestro instrumental diseñado para ser utilizados en laparoscopia presenta una longitud de trabajo de 33cm, la cual es un tamaño estándar dentro de las pinzas laparoscópicas, por lo que, para fomentar la pluralidad de postores solicitamos la modificación.
Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:
CARACTERÍSTICAS:
- LONGITUD DE TRABAJO: 31 a 33 cm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación toda vez que no varia el largo del instrumento en mas o menos del 10% del valor especificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm hasta 33 cm "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Longitud de trabajo: 33 cm
Con respecto a esta característica, nuestra pinza clipadora presenta una longitud de trabajo de 32cm, la cual es un tamaño estándar dentro de las pinzas laparoscópicas, por lo que, para fomentar la pluralidad de postores solicitamos la modificación.
Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:
CARACTERÍSTICAS:
- LONGITUD DE TRABAJO: 32 a 33 cm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 7 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación toda vez que no varia el largo del instrumento en mas o menos del 10% del valor especificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 32 cm hasta 33 cm ".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Longitud: 31 cm
Con respecto a esta característica, nuestro instrumental diseñado para ser utilizados en laparoscopia presenta una longitud de trabajo de 34cm, la cual es un tamaño estándar dentro de las pinzas laparoscópicas, por lo que, para fomentar la pluralidad de postores solicitamos la modificación.
Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:
CARACTERÍSTICAS:
- LONGITUD: 31 a 34 cm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 8 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación toda vez que no varia el largo del instrumento en mas o menos del 10% del valor especificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm hasta 34 cm ".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Pinza de agarre tipo robi curva Maryland para electro coagulación bipolar.
Con respecto a esta característica, se estaría enfocando la adquisición a una sola marca específica ya que el tipo robi es un nombre comercial y no una característica estándar.

Observación:

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

CARACTERÍSTICAS:

- Pinza de agarre tipo Maryland curva para electro coagulación bipolar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 8 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observacion , se retira el termino "robi".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta la observacion , se retira el termino "robi" y se deja la especificacion en "Pinza de agarre tipo Maryland curva, para electro coagulacion bipolar"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Desmontable en 4 partes para una mejor limpieza
Con respecto a esta característica, nuestro instrumental también prioriza la facilidad de limpieza de las partes que componen la pinza, pero la cantidad de piezas varía de acuerdo a cada fabricante, por lo que, limitar a 4 partes estaría enfocando la adquisición a una sola marca específica y evitaría la pluralidad de postores

Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

CARACTERÍSTICAS:
- DESMONTABLE EN 3 o 4 PARTES PARA UNA MEJOR LIMPIEZA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 10 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para promover la mayor participación de postores se amplia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Desmontable en 3, 4 o mas partes para una mejor limpieza".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las características se menciona: Longitud de trabajo: 31 cm
Con respecto a esta característica, nuestro instrumental diseñado para ser utilizados en laparoscopia presenta una longitud de trabajo de 33cm, la cual es un tamaño estándar dentro de las pinzas laparoscópicas, por lo que, para fomentar la pluralidad de postores solicitamos la modificación.
Observación:
Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:
CARACTERÍSTICAS:
- LONGITUD DE TRABAJO: 31 a 33 cm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** ITEM 10 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observacion toda vez que no varia el largo del instrumento en mas o menos del 10% del valor especificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificacion a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm hasta 33 cm ".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el punto 3.5.1 parte B se menciona que se considera como bien similar material de osteosíntesis y prótesis Debido a que se trata de adquisición de Instrumental médico, solicitamos que los bienes similares sean considerados como dispositivos médicos de Sala de Operaciones, ya que los material de osteosíntesis y prótesis no concuerdan con lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5.1 Literal: B Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observacion . Se considerara bienes similares : instrumental laparoscopico como tijeras, pinzas de agarre, trocares, opticas, etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

instrumental laparoscopico como tijeras, pinzas de agarre, trocares, opticas, etc.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	16:06:06

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos ampliar el tiempo de entrega hasta 45 días ya que es el tiempo estándar considerado para la importación de dispositivos médicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: 2.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la observación, los instrumentos son necesarios entregarlos en menor tiempo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Capitulo II

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

g) Copia de Certificdo de Analisis de Producto terminado y/o protocolo de analisis

Debido a que los productos objeto de la convocatoria son producto no esteriles no requieren de certificado de analisis por lo que solicitamos al comite evaluador considerar como opcional el certificado de analisis y/o protocolo de analisis , a fin de fomentar la mayor participacion de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la observación : se aceptará Certificado de Análisis , ó Protocolo de Análisis o Certificado de Calidad de la Fabricación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Certificado de Análisis , ó Protocolo de Análisis o Certificado de Calidad de la Fabricación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Capitulo II

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

k) Adjuntar catalogo y/o ficha tenicas para verificar las especificaciones tecnicas del producto.

A fin de acreditar el cumplimiento las especificaciones tecnicas de los productos solicitamos aceptar tambien: catalogo y/o ficha tecnicas y/o manual de instruccion de uso y/o carta de fabricante a fin de fomentar la mayor participacion de postores .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: k Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación, para sustentar el cumplimiento de las especificaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

catalogo, fichas tecnicas, manual de uso y/o carta del fabricante en español.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas
Optica 30 ° x 10 mm x 33 cm para torre de equipo de laparoscopia.
Dimensiones:
Diametro : 10 mm

Nuestro producto a ofertar cuenta con un diametro de 9.98mm.
Por lo que solicitamos al comité evaluador ampliar el rango de la siguiente manera: 10 a 9.98 mm a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación toda vez que 9.98 presenta una diferencia de 0.02 mm comparado con 10 mm (menos del 1%).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta la observación toda vez que 9.98 presenta una diferencia de 0.02 mm comparado con 10 mm (menos del 1%).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas

Optica 30 ° x 10 mm x 33 cm para torre de equipop de laparoscopia.

Longitud: 33 cm

Nuestro producto a ofertar cuenta con una longitud de 33.31 cm

Por lo que solicitamos al comité evaluador ampliar el rango de la siguiente manera : 33 cm a 33.31 cm a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación toda vez que no varia el largo del instrumento en mas o menos del 10% del valor especificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 33 cm a 33.31 ".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas
Optica 30 ° x 10 mm x 33 cm para torre de equipop de laparoscopia.
Polimero

Nuestro producto a ofertar tiene una composición de aleacion de acero.
Por lo que solicitamos al comité evaluador aceptar la característica de la siguiente manera : Polimero o aleación de acero a fin de fomentar la mayor participación de postores .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación "polímero o acero" , toda vez que el acero es mas resistente que el polímero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

polímero o acero.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas

Pinza Babcock de 5mmmx 31 cm

Desmontaje en 4 partes para una mejor limpieza

en la actualidad existen diversos tipos de fabricantes, cada uno con sus tipos de medidas, diseños etc.

Nuestro producto a ofertar se puede desmontar en tres partes el cual no impide su correcta limpieza.

Por lo que solicitamos al comite evaluador aceptar ampliar la característica de la siguiente manera : desmontable en 4 partes o 3 partes para una mejor limpieza, a fin de fomentar la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para promover la mayor participación de postores se amplia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Desmontable en 3, 4 o mas partes para una mejor limpieza".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas

Pinza Babcock de 5mmx 31 cm

Función:

Fijar, sujetar y treaccionar tejidos

Nuestro producto a ofertar tiene como funcion: cortar, disecar, agarrar y suturar tejidos

Por lo que solicitamos al comité evaluador ampliar la característica de la siguiente manera : fijar, sujetar y traccionar tejidos o para cortar, disecar, agarrar y suturar tejidos a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta y se aceptara indistintamente : para fijar, sujetar y traccionar tejidos o disecar , agarrar y suturar tejidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Función: fijar, sujetar y traccionar tejidos o disecar , agarrar y suturar tejidos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones tecnicas

Pinza Maryland de 5mm x 31 cm

Características:

Pinza de diseccion boca curvada sin dientes

Solicitamos al comité aceptar ampliar la característica de la siguiente manera: sin dientes o dentado a fin de fomentar la mayor participación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.4 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, pinza de diseccion con diente o sin diente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pinza de diseccion con diente o sin diente.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 21:12:01

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas

Pinza Maryland de 5mm x 31 cm

Características:

Desmontaje en 4 partes para una mejor limpieza

en la actualidad existen diversos tipos de fabricantes, cada uno con sus tipos de medidas, diseños etc.

Nuestro producto a ofertar se puede desmontar en tres partes el cual no impide su correcta limpieza.

Por lo que solicitamos al comite evaluador aceptar ampliar la característica de la siguiente manera : desmontable en 4 partes o 3 partes para una mejor limpieza, a fin de fomentar la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.4

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para promover la mayor participación de postores se amplía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Desmontable en 3, 4 o mas partes para una mejor limpieza".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 21:12:01

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas

Pinza Metzembbaum curva para laparoscopia de 5mm x 31 cm

Características:

Desmontaje en 4 partes para una mejor limpieza

en la actualidad existen diversos tipos de fabricantes, cada uno con sus tipos de medidas, diseños etc.

Nuestro producto a ofertar se puede desmontar en tres partes el cual no impide su correcta limpieza.

Por lo que solicitamos al comite evaluador aceptar ampliar la característica de la siguiente manera : desmontable en 4 partes o 3 partes para una mejor limpieza, a fin de fomentar la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.4

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para promover la mayor participación de postores se amplía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Desmontable en 3, 4 o mas partes para una mejor limpieza".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas

Pinza de agarre grasper 5mm x 3 cm

Características:

Desmontaje en 4 partes para una mejor limpieza

en la actualidad existen diversos tipos de fabricantes, cada uno con sus tipos de medidas, diseños etc.

Nuestro producto a ofertar se puede desmontar en tres partes el cual no impide su correcta limpieza.

Por lo que solicitamos al comite evaluador aceptar ampliar la característica de la siguiente manera : desmontable en 4 partes o 3 partes para una mejor limpieza, a fin de fomentar la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.4 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para promover la mayor participación de postores se amplía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Desmontable en 3, 4 o mas partes para una mejor limpieza".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones tecnicas
Pinza clipadora 10 mmx 33cm
Clipado de tejidos y vasos sanguíneos
solicitamos que acepten dentro de la funcion de la clipadora es aplicar clips para la ligadura de vasos y organos huecos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta "para clipado de tejidos y vasos sanguíneos o ligadura de vasos y órganos huecos"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Clipado de tejidos y vasos sanguíneos o ligadura de vasos y órganos huecos".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones tecnicas

Pinza bipolar tipo maryland para cirugia laparocopica de 5mm de diametro x 31 cm

Caracteristicas:

Pinza de agarre tipo robi curva maryland para electro coagulación bipolar

Solicitamos al comité considerar como opcional el tipo "robi" a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.4 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación , se retira el termino "robi" y se deja la especificación en "Pinza de agarre tipo Maryland curva, para electro coagulación bipolar"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Pinza de agarre tipo Maryland curva, para electro coagulación bipolar"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 22/05/2025

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 21:12:01

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas

Pinza bipolar tipo maryland para cirugía laparocópica de 5mm de diametro x 31 cm

Características:

Aislante de cerámica en toda la punta del instrumento

Solicitamos al comité aceptar ampliar la característica de la siguiente manera: Aislante de cerámica en toda la punta del instrumento o aislamiento de cerámica y acero en toda la punta a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.4

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta : Aislante de cerámica en toda la punta del instrumento o aislamiento de cerámica y acero en toda la punta a fin de fomentar la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Aislante de cerámica en toda la punta del instrumento o aislamiento de cerámica y acero en toda la punta.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas
Canula de aspiración e irrigación 5 mm x 33cm
Característica:
Mango ergonómico para la aspiración e irrigación
Nuestro producto a ofertar cuenta con un tubo para la aspiración e irrigación.
Por lo que solicitamos al comite evaluador ampliar la característica de la siguiente manera: mago ergonomico para la aspiración e irrigación o tubo para la aspiracion e irrigación a fin de fomentar la mayor participacion de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta: mango ergonómico para la aspiración e irrigación o tubo para la aspiración e irrigación a fin de fomentar la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Mango ergonómico para la aspiración e irrigación o tubo para la aspiración e irrigación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas

Canula de aspiración e irrigación 5 mm x 33cm

Característica:

Tipo palanca, deslizante

Nuestro producto a ofertar cuenta con una llave paso bidireccional.

Por lo que solicitamos al comité evaluador se amplie la características de la siguiente manera: tipo de palanca, deslizante o lave paso bidireccional a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta: tipo de palanca, deslizante o lave paso bidireccional a fin de fomentar la mayor participación de postores .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

tipo de palanca, deslizante o lave paso bidireccional.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas
Canula de aspiración e irrigación 5 mm x 33cm
Características:
Desmontaje en dos piezas para la limpieza

en la actualidad existen diversos tipos de fabricantes, cada uno con sus tipos de medidas, diseños etc.
Nuestro producto a ofertar se puede desmontar en tres partes el cual no impide su correcta limpieza.
Por lo que solicitamos al comite evaluador aceptar ampliar la característica de la siguiente manera : desmontable en dos piezas o 3 piezas para una mejor limpieza, a fin de fomentar la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para promover la mayor participación de postores se amplía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Desmontable en 2 , 3 o mas partes para una mejor limpieza".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

3.4 Especificaciones técnicas
Pinza endoclinch para laparoscopia de 5mm x 31 cm
Características:
Desmontaje en 4 partes para una mejor limpieza

en la actualidad existen diversos tipos de fabricantes, cada uno con sus tipos de medidas, diseños etc.
Nuestro producto a ofertar se puede desmontar en tres partes el cual no impide su correcta limpieza.
Por lo que solicitamos al comite evaluador aceptar ampliar la característica de la siguiente manera : desmontable en 4 partes o 3 partes para una mejor limpieza, a fin de fomentar la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para promover la mayor participación de postores se amplia .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Desmontable en 3 , 4 o mas partes para una mejor limpieza".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:01

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Capitulo II
2.2.11 Documentos para la admisión de la oferta
m) declaración jurada en donde se compromete a que no tiene antecedentes negativos de incumplimiento o algun tipo de irregularidad en el hospital regional de ayacucho

Se observa que la entidad esta incluyendo en la documentación obligarotia una declaracion jurada de compromete a que no tiene antecedentes negativos de incumplimiento o algun tipo de irregularidad.

Dentro del Reglamento de la Ley General de contrataciones Publicas en el articulo 69 no establece dicha declaración, adicionalmente no es claro lo es lo que comite evaluador quiere que el proveedor declare.
Si el postor tuvo penalidad alguna con la entidad o a que se refiere con antecedes negativos o algun tipo de irregularidad.

En caso mi representada ha tenido penalidad no podria participa en el presente proceso?

Solicitamos al comite evaluador aclarar a que se refiere con antecedentes negativos de incumplimiento ó que considera para cuando se refiere a algun tipo de irregularidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: m Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 69 de laLey General de contrataciones Publicas

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación por lo que se elimina de los requisitos de adminisión, conforme a La Ley N° 32069 no establece una prohibición general para que proveedores con penalidades anteriores participen en procesos de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20538139689	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DUBAI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:12:07

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LOS EVALUADORES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO SOLICITADO:
OPTICA 30° X 33CM...
EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO Y DENTRO DEL MARCO DE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES 32069 Y SU REGLAMENTO, NUESTRA EMPRESA COMERCIALIZA DISPOSITIVOS MEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO QUE GARANTIZA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE SUS PRODUCTOS EN TAL SENTIDO SOLICITAMOS SE CONSIDERE OPTICA DE 30° LONGITUD 31CM

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO VALOR POR DINERO

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación toda vez que no varía el largo del instrumento en más o menos del 10% del valor especificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm hasta 33 cm "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20538139689	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DUBAI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:12:07

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LOS EVALUADORES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO SOLICITADO:
PINZA BABCOK 5MM X 31CM
EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO Y DENTRO DEL MARCO DE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES 32069 Y SU REGLAMENTO, NUESTRA EMPRESA COMERCIALIZA DISPOSITIVOS MEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO QUE GARANTIZA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE SUS PRODUCTOS EN TAL SENTIDO SOLICITAMOS SE CONSIDERE PINZA BABCOK DESMONTABLE EN 3 PARTES LONGITUD 36CM

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** A **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificacion a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm a 36 cm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20538139689	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DUBAI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:12:07

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:
SE SOLICITA A LOS EVALUADORES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO SOLICITADO:
PINZA MARYLAND 5MM X 31CM
EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO Y DENTRO DEL MARCO DE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES 32069 Y SU REGLAMENTO, NUESTRA EMPRESA COMERCIALIZA DISPOSITIVOS MEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO QUE GARANTIZA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE SUS PRODUCTOS EN TAL SENTIDO SOLICITAMOS SE CONSIDERE PINZA MARYLAND DESMONTABLE EN 3 PARTES
LONGITUD 36CM

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** A **Página:** 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acepta la observación para mayor participación de postores.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica la especificacion a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm a 36 cm "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20538139689	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DUBAI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:12:07

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:
SE SOLICITA A LOS EVALUADORES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO SOLICITADO:
TIJERA METZEMBAUM CURAVA PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 31CM
EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO Y DENTRO DEL MARCO DE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES 32069 Y SU REGLAMENTO, NUESTRA EMPRESA COMERCIALIZA DISPOSITIVOS MEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO QUE GARANTIZA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE SUS PRODUCTOS EN TAL SENTIDO SOLICITAMOS SE CONSIDERE TIJERA METZEMBAUM DESMONTABLE EN 3 PARTES
LONGITUD 36CM

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** A **Página:** 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acepta la observación para mayor participación de postores.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm a 36 cm .

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20538139689	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DUBAI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:12:07

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:
SE SOLICITA A LOS EVALUADORES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO SOLICITADO:
PINZA ELECTRODO HOOK 5MM X 31CM
EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO Y DENTRO DEL MARCO DE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES 32069 Y SU REGLAMENTO, NUESTRA EMPRESA COMERCIALIZA DISPOSITIVOS MEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO QUE GARANTIZA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE SUS PRODUCTOS EN TAL SENTIDO SOLICITAMOS SE CONSIDERE PINZA HOOK COMPATIBLE CON MANGO KARL STORZ LONGITUD 36CM

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** A **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acepta la observación para mayor participación de postores.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm a 36 cm "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20538139689	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DUBAI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:12:07

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LOS EVALUADORES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO SOLICITADO:
PINZA DE AGARRE GRASPER 5MM X 31CM
EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO Y DENTRO DEL MARCO DE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES 32069 Y SU REGLAMENTO, NUESTRA EMPRESA COMERCIALIZA DISPOSITIVOS MEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO QUE GARANTIZA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE SUS PRODUCTOS EN TAL SENTIDO SOLICITAMOS SE CONSIDERE PINZA GRASPER DESMONTABLE EN 3 PARTES
LONGITUD 36CM

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** A **Página:** 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm a 36 cm ".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20538139689	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DUBAI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:12:07

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:
SE SOLICITA A LOS EVALUADORES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO SOLICITADO:
PINZA BIPOLAR TIPO MARYLAND PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 31CM
EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO Y DENTRO DEL MARCO DE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES 32069 Y SU REGLAMENTO, NUESTRA EMPRESA COMERCIALIZA DISPOSITIVOS MEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO QUE GARANTIZA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE SUS PRODUCTOS EN TAL SENTIDO SOLICITAMOS SE CONSIDERE PINZA BIPOLAR MARYLAND CON O SIN FENESTRADO LONGITUD 36CM

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** A **Página:** 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acepta la observación para mayor participación de postores.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm a 36 cm .

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20538139689	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DUBAI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:12:07

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LOS EVALUADORES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO SOLICITADO:

CANULA DE IRRIGACION 5MM X 33CM

EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO Y DENTRO DEL MARCO DE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES 32069 Y SU REGLAMENTO, NUESTRA EMPRESA COMERCIALIZA DISPOSITIVOS MEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO QUE GARANTIZA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE SUS PRODUCTOS EN TAL SENTIDO SOLICITAMOS SE CONSIDERE CANULA DE IRRIGACION LONGITUD 36CM

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.4 **Literal:** A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm a 36 cm "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-ABR-5-2025-HRA/OC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO LA ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
¿MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA¿

Ruc/código :	20538139689	Fecha de envío :	22/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DUBAI E.I.R.L.	Hora de envío :	23:12:07

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LOS EVALUADORES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, PARA EL SIGUIENTE PRODUCTO SOLICITADO:

PINZA ENDOCLINCH PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 31CM

EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO Y DENTRO DEL MARCO DE LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES 32069 Y SU REGLAMENTO, NUESTRA EMPRESA COMERCIALIZA DISPOSITIVOS MEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO QUE GARANTIZA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE SUS PRODUCTOS EN TAL SENTIDO SOLICITAMOS SE CONSIDERE PINZA ENDOCLINCH DESMONTABLE EN 3 PARTES LONGITUD 36CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: A Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación para mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la especificación a "Longitud de trabajo en el rango de 31 cm a 36 cm